INFORME DE EVALUACIÓN

I- INTRODUCCIÓN:

En la Ciudad de Asunción, Capital de la REPÚBLICA DEL PARAGUAY, el 17 de Agosto de 2011, en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, nos reunimos los integrantes del Comité Especial de Evaluación, para el estudio de las ofertas presentadas en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 88/2010 "Adquisición de Torres de Endoscopía, Laparoscopía y Artroscopía para el I.P.S.".-

Los integrantes del Comité de Evaluación designados según la Resolución 011-003/09, somos: a) El Abog. CESAR GUSTAVO AYALA RUIZ DIAZ, de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios; b) El Abog. RUBEN ALFREDO INSFRAN PERALTA, representante de la DIRECCIÓN JURÍDICA; y c) Señor JAVIER HERMENEGILDO ELIZECHE CANTERO, representante de la DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS. El Abog. CESAR G. AYALA RUIZ DIAZ fue designado como miembro certificado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, según lo dispuesto en la Resolución DNCP Nº 1285/09, del 18 de agosto de 2009.-

De las verificaciones y deliberaciones efectuadas en dicha reunión, surge el presente informe presentado a la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES, a los efectos previstos en el art. 10 num. 8 del Decreto 21909/03. Una vez refrendado, este informe debe ser elevado al Señor Presidente del I.P.S. y, por su intermedio, al CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, para que resuelva sobre la adjudicación.-

II- ANTECEDENTES:

Por medio del Memorando DEMEN1/N° 77/2010, de fecha 06 de junio de 2010, la SECCIÓN ELECTROMEDICINA del Hospital Central solicita adquisición de de torres de endoscopía, laparoscopía y artroscopía para el Hospital Central del IPS. El pedido fue debidamente refrendado por el DEPARTAMENTO DE ELECTROMEDICINA y la DIRECCIÓN DE APOYO y SERVICIOS.- ----------

El Pedido fue incorporado al PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) del Ejercicio Presupuestario 2011, bajo el ID N° 206600 con un monto total a Contratar de Gs. 5.074.031.500 (Guaraníes cinco mil setenta y cuatro millones treinta y un mil quinientos), de acuerdo con el Memorando DBS/TC/ N° 1970 de fecha 7 de diciembre de 2010, de la UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIONES.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén A. Insfran P.
Abogado Mat. 10.550
Dpto. Jurídico

DE PREVISION SOCIAL
César G. Ayala
Coordinación DGBS

El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN del IPS autorizó el llamado y aprobó el Pliego de Bases y Condiciones por medio de la Resolución N° 134-024/2010 de fecha 16 de diciembre de 2010.-

En fecha 12 de julio de 2011 el técnico integrante del Comité de Evaluación solicitó una prórroga al Consejo de Administración para la presentación del presente informe, sin que la máxima autoridad se expida hasta la fecha de la presentación de este informe.-

III- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Por Memorando DFI/DPR2 N° 010473/10 de fecha 21 de octubre de 2010, la Sección Ejecución y Control Presupuestario informó que la Institución posee disponibilidad presupuestaria por un monto de G. 2.029.612.600 (Guaraníes dos mil veintinueve millones seiscientos doce mil seiscientos) en el Rubro 530 "Adquisiciones de Máquinas, Equipos y Herramientas Mayores". Se Adjunta el CDP N° 4085/2.010 de fecha 21 de octubre de 2010.-

IV- APERTURA DE SOBRES:

En el Acta 048/2011, de fecha 14 de junio de 2011, se aprecia que, siendo las 8:45 hs. se procedió al cierre del periodo de recepción de ofertas y a las 9:00 hs. a la apertura de la única oferta presentada en presencia de la Esc. Lucia Mongelos, la Esc. Edith Cardozo y la Esc. Rosi Ani Vera de la Dirección Jurídica, el Lic. Raúl Samaniego de la Sindicatura y la Ing. Priscilla Flor de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios y los oferentes presentes. Las ofertas presentadas son:

1.- **CATETERES & AFINES S.A.:** Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 150.000.000.- (Guaraníes ciento cincuenta millones) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 5.400.000.- (Guaraníes cinco millones cuatrocientos mil). Empresa Aseguradora: LA RURAL S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 2.1508.0002971.0000.-

2.- **SALUMAX S.A.**: Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 2.448.065.000.- (Guaraníes dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones sesenta y cinco mil) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 74.000.000.- (Guaraníes setenta y cuatro millones). Empresa Aseguradora: LA RURAL S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 2.1508.0002968.0000.-

3.- **SEMPRO S.A.**: Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 1.029.079.425.- (Guaraníes un mil veinte y nueve millones setenta y nueve mil cuatrocientos veinte y cinco) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 31.500.000.- (Guaraníes treinta y un millones quinientos mil). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 07.1508.020607/000.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abogado Mat. N° 560
Dirección Jurídica

...VISIÓN SOCIAL
...r G. Ayala
...ión - DGBS

4.- **ALBATROS SACI:** Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 3.200.650.000.- (Guaraníes tres mil doscientos millones seiscientos cincuenta mil) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 108.000.000.- (Guaraníes ciento ocho millones). Empresa Aseguradora: ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. N° de Póliza: 18.1508.05565/000.-

5.- **VENTAS PARAGUAYAS SAECA**: Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 508.343.701.- (Guaraníes quinientos ocho millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos uno) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 13.500.000.- (Guaraníes trece millones quinientos mil). Empresa Aseguradora: SEGUROS GENERALES S.A. N° de Póliza: 4.1508.0001083.0000.-

6.- **MICRONAL S.R.L.**: Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 1.201.420.000.- (Guaraníes un mil doscientos un millones cuatrocientos veinte mil) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 40.000.000.- (Guaraníes cuarenta millones). Empresa Aseguradora: SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS N° de Póliza: 22.1508.07524/000.-

7.- **ARGON S.R.L.**: Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 1.235.000.000.- (Guaraníes un mil doscientos treinta y cinco millones) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 50.000.000.- (Guaraníes cincuenta millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 07.1508.020608/000.-

Observaciones:

El Sr. Matias Thiede de la firma ALBATROS SACI manifiesta, que las empresas SEMPRO S.A. y VENTAS PARAGUAYAS SAECA, no presentan en condiciones lo solicitado en la IAO 11.1 e numeral 1, en lo referente al cumplimiento de los parámetros.

V- INFORME JURÍDICO:

- **Documentos Sustanciales:**

Tabla de Control		CATETERES & AFINES S.A.	SALUMAX S.A.	SEMPRO S.A.	ALBATROS S.A.C.I.	VENTAS PARAGUAYAS S.A.	MICRONAL S.R.L.	ARGÓN S.R.L.
N° de Orden	Documentos Sustanciales	CUMPLE / NO CUMPLE						
1	Formulario de Presentación de la Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Formulario de Oferta / Lista de Precios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

TO DE PREVISION SOCIAL
g. César G. Ayala
ordinación - DGBS

Rubén D. Ayala P.
Abogado Mat. 10 550
Dpto. Jurídico

5	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

En base a un estudio pormenorizado se puede concluir que las firmas CATETERES & AFINES S.A., SALUMAX S.A., SEMPRO S.A., ALBATROS S.A.C.I., VENTAS PARAGUAYAS S.A., MICRONAL S.R.L. Y ARGÓN S.R.L. cumplen con todos los requisitos legales de carácter sustancial, según lo dispuesto en la ley 2051 de contrataciones y su decreto de reglamentación 21.909/03, modificado a la vez por el decreto 5.174/05.-

- **INFORME DETALLADO:**

En base al estudio y evaluación legal de carácter cualitativo de las documentaciones presentadas por las firmas oferentes: se refieren las siguientes observaciones:

- **MICRONAL S.R.L.**

No presenta fotocopia autenticada de constancia de Inscripción como IMPORTADOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de salud del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, por lo que en consecuencia ésta Comisión refiere que dicha Oferente deberá presentar la documentación vigente, requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma del Contrato en caso de salir adjudicado.----------

Que, en definitiva, la falta de dicha documentación, constituye una omisión puramente formal y de ninguna manera podría implicar algún impedimento legal de carácter sustancial, por lo que la referida Oferente cumple con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley de Contrataciones Públicas y sus decretos reglamentarios.----------

- **VENTAS PARAGUAYAS S.A.**

No presenta Certificación emitida por el fabricante de que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y no remanufacturado, y con antigüedad de fabricación hasta 3 años, por lo que en consecuencia ésta Comisión refiere que dicha Oferente deberá presentar la documentación vigente, dispuesta en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma del Contrato en caso de salir adjudicado.----------

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. César G. Ayala
Coordinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén A. Snofcan P.
Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

Presenta Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vencido, fecha 20 de abril del 2011, por lo cual dicha firma, deberá presentar la documentación vigente, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma del Contrato en caso de salir adjudicado.-

Que, la falta de dichas documentaciones, constituyen una omisión puramente formal y de ninguna manera podrían implicar impedimentos legales de carácter sustancial, por lo que la referida Oferente cumple con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley de Contrataciones Públicas y sus decretos reglamentarios.----------

- **ALBATROS SACI**

Presenta Declaración Jurada de que el equipo ofertado es nuevo y sin uso y no remanufacturado, y con una antigüedad de fabricación de hasta 3 años, por lo cual la citada oferente deberá presentar la documentación vigente, consistente en la Certificación emitida por el fabricante, dispuesta en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma del Contrato en caso de salir adjudicado.----------

Que, la falta de documentación aludida, constituye una omisión puramente formal y de ninguna manera podría implicar algún impedimento legal de carácter sustancial, por lo que la referida Oferente cumple con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley de Contrataciones Públicas y sus decretos reglamentarios.----------

- **CATETERES Y AFINES S.A.**

No presenta fotocopia autenticada de constancia de Inscripción como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por lo que en consecuencia ésta Comisión refiere que dicha Oferente deberá presentar la documentación vigente, la cual es solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma del Contrato en caso de salir adjudicado.----------

No presenta Certificado de Habilitación de la citada firma, ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por lo tanto ésta Comisión refiere que dicha Oferente deberá presentar la documentación vigente, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma del Contrato en caso de salir adjudicado.—----------

Que, la falta de dichas documentaciones, constituyen una omisión puramente formal y de ninguna manera podrían implicar impedimentos legales de carácter sustancial, por lo que la referida Oferente cumple con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley de Contrataciones Públicas y sus decretos reglamentarios.----------

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. César G. Ayala
Coordinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén M. Infante G.
Abogado Mat. 10 550
Dirección Jurídica

- **SALUMAX S.A.**

ESTA COMISION NO POSEE OBJECIONES DE CARÁCTER FORMAL NI SUSTANCIAL, RESPECTO A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS CON SU OFERTA, EN CONSECUENCIA LA MISMA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, LA LEY DE CONTRATACIONES Y LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS RESPECTIVOS.

- **SEMPRO S.A.**

Presenta Declaración Jurada de que presentarán la certificación del fabricante de que el equipo ofertado es nuevo y sin uso y no remanufacturado, y con una antigüedad de fabricación de hasta 3 años, por lo cual la citada oferente deberá presentar la documentación vigente, requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma del Contrato en caso de salir adjudicado.----------

- No presenta Formulario IVA. VIGENTE, por lo cual la misma deberá presentar dicha documentación solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma del Contrato en caso de salir adjudicado.----------
- Presenta Balance General comparativo vencido, según registros del SIPE, de manera que dicha Oferente deberá presentar el balance solicitado, de los periodos 2008 y 2009, conforme a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, a la firma del Contrato en caso de salir adjudicado.----------
- No presenta Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente, por lo cual dicha firma, deberá presentar la documentación respectiva, conforme a los términos del Pliego de Bases y Condiciones, a la firma del Contrato en caso de salir adjudicado.----------
- No presenta la lista del personal inscripto en I.P.S., durante los 18 últimos meses, por lo que dicha Oferente, deberá presentar la documentación respectiva, en cumplimiento de las disposiciones establecidas el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma del Contrato en caso de salir adjudicado.----------
- Que, la falta de dichas documentaciones, constituyen una omisión puramente formal y de ninguna manera podrían implicar impedimentos legales de carácter sustancial, por lo que la referida Oferente cumple con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley de Contrataciones Públicas y sus decretos reglamentarios.----------

- **ARGON S.R.L.**

EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA NO POSEE OBJECIONES DE CARÁCTER FORMAL NI SUSTANCIAL, RESPECTO A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS CON SU OFERTA, EN CONSECUENCIA LA MISMA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, LA LEY DE CONTRATACIONES Y LOS DECRETOS REGLAMENTARIOS RESPECTIVOS.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. César G. Ayala
Coordinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén E. Jaulcen P.
Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

VI- ANÁLISIS ECONÓMICO:

De acuerdo a los criterios de evaluación previstos en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, sus leyes modificatorias y decretos de reglamentación y en el pliego de bases y condiciones, procedimos a evaluar las ofertas presentadas, desde el punto de vista económico, resultando el siguiente cuadro comparativo de precios:

LOTE No 1									
EMPRESAS	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
				ITEM 1					
Sempro S.A.	1	42294944-998	Equipo de videoendoscopia para Ginecologia	GIMMI/Alemania	Unidad	Unidad	2	Gs 204.709.445	Gs 409.418.890
Albatros SAC	1	42294944-998	Equipo de videoendoscopia para Ginecologia	Karl Storz/Alemania	Unidad	Unidad	2	Gs 210.000.000	Gs 420.000.000
Salumax S.A.	1	42294944-998	Equipo de videoendoscopia para Ginecologia	Richard Wolf/Alemania	Unidad	Unidad	2	Gs 286.300.000	Gs 572.600.000
Argon S.R.L.	1	42294944-998	Equipo de videoendoscopia para Ginecologia	Tekno/Alemania	Unidad	Unidad	2	Gs 302.000.000	Gs 604.000.000
				ITEM 2					
Albatros SAC	2	42294801-001	Fuente de luz para artroscopio y set de artroscopia	Karl Storz/Alemania	Unidad	Unidad	3	Gs 35.100.000	Gs 105.300.000
Sempro S.A.	2	42294801-001	Fuente de luz para artroscopio y set de artroscopia	GIMMI/Alemania	Unidad	Unidad	3	Gs 40.692.528	Gs 122.077.584
Ventas Pyas	2	42294801-001	Fuente de luz para artroscopio y set de artroscopia	Brun Aesculap/Alemania	Unidad	Unidad	3	Gs 48.667.884	Gs 146.003.652
Argon S.R.L.	2	42294801-001	Fuente de luz para artroscopio y set de artroscopia	Tekno/Alemania	Unidad	Unidad	3	Gs 49.000.000	Gs 147.000.000
Salumax S.A.	2	42294801-001	Fuente de luz para artroscopio y set de artroscopia	Richard Wolf/Alemania	Unidad	Unidad	3	Gs 51.243.000	Gs 153.729.000

LOTE No 2								
Item	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
			MICRONAL S.R.L.					
1	42294944-995	Estación de Trabajo/Sistema Video Cápsula Endocópica	Olympus/Japón	Unidad	Unidad	1	Gs 47.300.000	Gs 47.300.000
2	42294944-996	Grabador/Sistema Video Cápsula Endoscópica	Olympus/Japón	Unidad	Unidad	2	Gs 71.500.000	Gs 143.000.000
3	42294944-997	Video Cápsula Endoscópica	Olympus/Japón	Unidad	Unidad	10	Gs 1.452.000	Gs 14.520.000
Total: Guaranies doscientos cuatro millons ochocientos veinte mil								**Gs 204.820.000**

LOTE No 2								
			CATETERES Y AFINES					
1	42294944-995	Estación de Trabajo/Sistema Video Cápsula Endocópica	Intromedic/Korea	Unidad	Unidad	1	Gs 57.500.000	Gs 57.500.000
2	42294944-996	Grabador/Sistema Video Cápsula Endoscópica	Intromedic/Korea	Unidad	Unidad	2	Gs 28.750.000	Gs 57.500.000
3	42294944-997	Video Cápsula Endoscópica	Intromedic/Korea	Unidad	Unidad	10	Gs 3.500.000	Gs 35.000.000
Total: Guaranies ciento cincuenta millones								**Gs 150.000.000**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. César G. Ayala
Coordinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén A. Jiménez P.
Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

LOTE Nº 3									
EMPRESAS	Item	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA
				ITEM 1					
Albatros S.A.C.I.	1	42294805-002	Torre para cirugía videolaparoscópica / Torre de artroscopía	Karl Storz/Alemania OBS: Orden 4,10 son de Linvatec/USA VBM/Alemania Integra/USA Sartori/Brasil	Unidad	Unidad	1	Gs 1.091.750.000	Gs 1.091.750.000
				ITEM 2					
MicronalS.R.L.	2	42294944-998	Torre de videolaparoscopia	Olympus/Japón	Unidad	Unidad	1	Gs 244.200.000	Gs 244.200.000
Salumax S.A.	2	42294944-998	Torre de videolaparoscopia	Fujinon/Fujifilm Japón/USA	Unidad	Unidad	1	Gs 288.836.000	Gs 288.836.000
Albatros S.A.C.I.	2	42294944-998	Torre de videolaparoscopia	Karl Storz/Alemania	Unidad	Unidad	1	Gs 452.000.000	Gs 452.000.000
				ITEM 3					
MicronalS.R.L.	3	42294944-998	Torre de videolaparoscopia con Sistema de Videolaparoscopia	Olympus/Japón	Unidad	Unidad	1	Gs 378.400.000	Gs 378.400.000
Salumax S.A.	3	42294944-998	Torre de videolaparoscopia con Sistema de Videolaparoscopia	Fujinon/Fujifilm Japón/USA	Unidad	Unidad	1	Gs 464.510.000	Gs 464.510.000
Albatros S.A.C.I.	3	42294944-998	Torre de videolaparoscopia con Sistema de Videolaparoscopia	Karl Storz/Alemania	Unidad	Unidad	1	Gs 574.500.000	Gs 574.500.000
				ITEM 4					
Vetas Pyas	4	42294805-002	Torre de videolaparoscopia	Brun Aesculap/Alemania	Unidad	Unidad	1	Gs 362.340.049	Gs 362.340.049
Argon S.R.L.	4	42294805-002	Torre de videolaparoscopia	Tekno/Alemania	Unidad	Unidad	1	Gs 484.000.000	Gs 484.000.000
Sempro S.A.	4	42294805-002	Torre de videolaparoscopia	GIMMI/Alemania	Unidad	Unidad	1	Gs 497.582.951	Gs 497.582.951
Albatros S.A.C.I.	4	42294805-002	Torre de videolaparoscopia	Karl Storz/Alemania	Unidad	Unidad	1	Gs 557.100.000	Gs 557.100.000
Salumax S.A.	4	42294805-002	Torre de videolaparoscopia con Sistema de Videolaparoscopia	Richard Wolf/Alemania	Unidad	Unidad	1	Gs 688.790.000	Gs 688.790.000
				ITEM 5					
MicronalS.R.L.	5	42294944-002	Torre de videolaparoscopia / Videolaparoscopio	Olympus/Japón	Unidad	Unidad	2	Gs 187.000.000	Gs 374.000.000
				ITEM 6					
Salumax S.A.	6	42294944-998	Torre de videolaparoscopia / Videogastroscopio	Fujinon/Fujifilm Japón/USA	Unidad	2	2	Gs 139.800.000	Gs 279.600.000

VII- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **REQUISITOS TÉCNICOS PREVISTOS EN EL PBC:**

EN FECHA 20 DE JULIO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES CONSULTAS:

SEMPRO S.R.L.

Se solicitan catálogos originales o copias de estos donde puedan ser corroborados los ítems citados abajo, donde se indique clara y concisamente el cumplimiento de los ítems y el número de folio.

1. 2.3	Al menos 2 (dos) salidas para control de dispositivos exteriores
1. 2.5	Lente Zoom Parfocal integrado
1. 3.3	Indicador de presión de insuflación
1. 3.4	Indicador de presión intraabdominal
1. 3.6	Alarma por falta de suministro de gas CO_2
1. 3.7	Alarma por sobre presión abdominal

REVISIÓN SOCIAL
Ángar G. Ayala
Jefe - DGBS

Rubén D. Díaz P.
Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

1. 7.1	Óptica de visión oblicua 30º, diámetro 2,5 mm o más, longitud 25 cm o más. Fibra óptica de transmisión de luz incorporado. Autoclavable y compatible con el resectoscopio del punto 1.8. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo. Incluir canastilla para esterilización por cada óptica
1. 7.2	Vaina para examinación, diámetro 3.5 mm o más, con adaptador Luer-Lock. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo.
1. 7.3	Vaina de operación, con canal para instrumentos semi-rígidos de 5 Fr, con un adaptador stopcock y un Luer-lock, tamaño 4 mm o más, para uso con camisa de flujo continuo. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo. A4: La vaina ofertada debe ser oval y adaptada a la forma del canal cervical
1. 7.4	Vaina de operación de Flujo-Continuo, con un adaptador sopcock y un Luer-lock, tamaño 4,5mm o más, para uso con camisa de flujo continuo. Cantidad: mínimo 1(uno) por equipo. A4: La vaina ofertada debe ser oval y adaptada a la forma del canal cervical, La camisa ofertada debe ser con diámetro externo de 4,5 mm a 5,5 mm como máximo
1. 7.5	Pinza de agarre y biopsia, mordazas de doble acción, 5 Fr, longitud 30 cm o más, instrumento operatorio semi-rígido. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo.
1. 7.6	Tijera, punta roma, mordaza de acción simple, 5 Fr, longitud 30 cm o más, intrumento operatorio semi rígido. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo.
1. 7.7	Tijera, puntiaguda, mordaza de acción simple, 5 Fr, longitud 30 cm o más, instrumento operatorio semi rígido. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo.
1. 7.8	electrodo de vaporizacion A4: Electrodo de vaporización bipolar semirigido, diámetro exterior de 5 french, longitud de 33 a 36 cm, para introducir a través del canal de trabajo de la camisa interior del HSC. Con cable de al menos 200 cm.
1. 8.1	Camisa de resectoscopio, incluyendo tubo para entrada y salida de flujo, para irrigación y succión continua, diámetro 7mm, extremo oblícuo, camisa interna fija con aislamiento cerámico, para usar con elemento de trabajo. Cantidad: 1 (uno) por cada equipo.
1. 8.2	Camisa interna fija, con aislamiento cerámico, para usar con camisa de resectoscopio de 7mm. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo.
1. 8.3	Obturador estándar, para usar con camisa de resectoscopio. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo.
1. 8.4	Set de elemento de trabajo, consistiendo de: elemento de trabajo, dos asas de corte, un electrodo de coagulación en forma de punta, un electrodo de coagulación esférico de 2,6 mm o más de diámetro. Corte por medio de resorte, soporte de pulgar móvil, en posición de reposo el electrodo está dentro de la camisa. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo.
2. 2.2	Óptica de 30°, de 4 mm de diámetro y 18cm de largo. Esterilizable en autoclave A4: Óptica de 30°, de 4 mm de diámetro y 18cm ± 5% de largo. Esterilizable en autoclave
2. 2.3	Canastilla para esterilización
2. 2.4	Camisa con obturador A4: Camisa con obturador, diámetro de vaina de 6.5 mm, punta romo
7. 2.8	A4: Procesador compatible con cabezales de cámara de 1 y de 3 Chip, analógico y digitales. HD, y no-HD
7. 3.1	A4: Flujo de gas: 1 l/min (o menor) - 15 l/min (o mayor). Con sistema de calefacción para evitar empañamiento del sistema óptico.
7. 3.3	Indicador de presión de insuflación
7. 3.4	Indicador de presión intraabdominal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. César G. Ayala
Coordinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén D. Duarte P.
Abogado Mat. 10.580
Dirección Jurídica

7. 3.5	Indicador de flujo de gas
7. 3.6	Alarma por falta de suministro de gas CO_2
7. 3.7	Alarma por sobre presión abdominal
7. 5.3	A4: Entradas de video: S-Video, DVI-D
7. 7.1	Una óptica de visión frontal 0º, 10 mm o mayor de diámetro, longitud de 30 cm o mayor. Esterilizable en autoclave. Incluir canistilla para esterilización.
7. 7.2	Una óptica de 30º, 5mm o mayor de diámetro, longitud 28cm o mayor. Esterilizable en autoclave. Incluir canastilla para esterilización.
7. 7.3	Mínimo Dos (2) camisas de reducción, 11/5 mm A10: Mínimo Dos (2) camisas de reducción, diámetro exterior entre 10.5 mm a 12.5 mm / diámetro interior entre 4.5 mm a 5.5 mm
7. 7.4	Tijera giratoria, sin bloqueo, dentada, curvada, mandíbulas forma de cuchara A4: Mínimo una Tijera giratoria, sin bloqueo, dentada, curvada, mandíbulas forma de cuchara
7. 7.5	Tijera de gancho, giratoria, sin bloqueo, tamaño 5mm aprox., longitud 36 cm aprox. A4: Mínimo una Tijera de gancho, giratoria, sin bloqueo, tamaño 5mm aprox., longitud 36 cm aprox.
7. 7.6	Mínimo Dos (2) cánulas para inyección, diámetro: 1,2 mm aprox.
7. 7.7	Mínimo Dos (2) anudadores, para anudado extracórporeo
7. 7.8	Mínimo Diez (10) paquetes de asas de ligadura, con nudos, con hilo sintético reabsorbible, envase de 10 o más unidades
7. 7.9	Mínimo Dos (2) pinzas endoscópicas de coagulación bipolar, anchura de las mandíbulas 3 mm, longitud 30 a 40 cm. Desmontable. A4: Dos (2) pinzas bipolar con quijadas de doble acción, reusable, aislada, rotable, con longitud de trabajo entre 30 cm a 40 cm, anchura de mandíbula de 5mm para disección, agarre y coagulación bipolar, para sujetar y/o traccionar tejidos.
7. 7.10	Mínimo Dos (2) cables de alta frecuencia bipolar. Longitud 300 cm
7. 7.11	Mínimo Tres (3) tijeras endoscópicas METZENBAUM, rotativa, con pin conector para coagulación unipolar, diámetro de 5 mm, longitud 30 a 40 cm, hojas curvas de 12mm. Desmontable.
7. 7.12	Mínimo Dos (2) pinzas de disección y agarre endoscópica de KELLY, rotativa, con pín conector para coagulación unipolar, diámetro de 5 mm, longitud 30 a 40 cm, mordazas de doble acción. Desmontable. A10: 7.7.12 Dos (2) pinzas de disección y agarre endoscópica tipo Kelly o equivalente, rotativa, con pín conector para coagulación unipolar, diámetro de 5 mm, longitud 30 a 40 cm, mordazas de doble acción. Desmontable.
7. 7.13	Mínimo Dos (2) pinzas de agarre endoscópica 2 x 4 dientes, rotativa, con pín conector para coagulación unipolar, diámetro de 5 mm, longitud 30 a 40 cm, mordazas de doble acción. Desmontable. A4: Mínimo Dos (2) pinzas de agarre endoscópica 2 x 4 dientes o 2 x 3 dientes, rotativa, con pín conector para coagulación unipolar, diámetro de 5 mm, longitud 30 a 40 cm, mordazas de doble acción. Desmontable.
7. 7.14	Mínimo Dos (2) pinzas de agarre y disección endoscópica de REDDICK-OLSEN, rotativa, con pín conector para coagulación unipolar, diámetro de 5 mm, longitud 30 a 40 cm, robusta, mordazas de doble acción. Desmontable. A10: Dos (2) pinzas de agarre y disección endoscópica tipo Reddick-Olsen o equivalente, rotativa, con pín conector para coagulación unipolar, diámetro de 5 mm, longitud 30 a 40 cm, robusta, mordazas de doble acción. Desmontable.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. César G. Ayala
Coordinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén O. Imfran P.
Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

7. 7.15	Mínimo Dos (2) pinzas de agarre endoscópica de BABCOCK, rotativa, diámetro de 10 mm, longitud 30 a 40 cm, robusta, mordazas de doble acción. Desmontable. A10: Dos (2) pinzas de agarre endoscópica tipo Babcock o similar, rotativa, diámetro de 10 mm, longitud 30 a 40 cm, robusta, mordazas de doble acción. Desmontable.
7. 7.16	Mínimo Dos (2) pinza de agarre endoscópica de múltiples dientes, ancho de las mordazas aprox. 5 mm, para un agarre atraumático y preciso, rotativa, con pín conector para coagulación unipolar, diámetro de 5 mm, longitud 30 a 40 cm. Desmontable.
7. 7.17	Mínimo Dos (2) pinzas de agarre endoscópica fenestrada, con dientes finos atraumáticos especiales, rotativa, con pín conector para coagulación unipolar, diámetro de 5 mm, longitud 30 a 40 cm. Desmontable.
7. 7.18	Mínimo Dos (2) porta agujas endoscópico rotativo, diámetro 5 mm, longitud 30 a 40 cm, consiste de: vaina exterior, vaina interior, mango y elemento de trabajo.
7. 7.19	Mínimo Cuatro (4) trocar de 6 mm de diámetro consistiendo de: trocar solamente con punta piramidal; cánula sin válvula con llave para insuflación de aprox. 10 cm de longitud y válvula multifuncional. A10: Mínimo Cuatro (4) trocar entre 5 mm a 7 mm de diámetro consistiendo de: trocar solamente con punta piramidal; cánula sin válvula con llave para insuflación entre 9 cm a 11 cm de longitud y válvula multifuncional.
7. 7.20	Mínimo Cuatro (4) trocar de 11 mm. de diámetro consistiendo de: trocar solamente con punta piramidal, cánula sin válvula con llave para insuflación de aprox. 10 cm. de longitud y válvula multifuncional.
7. 7.21	Mínimo Cuatro (4) piezas de reducción 11/5 mm. A10: Mínimo Cuatro (4) piezas de reducción, diámetro exterior entre 10.5 mm a 12.5 mm / diámetro interior entre 4.5 mm a 5.5 mm
7. 7.22	Mínimo Dos (2) trocar de 13 mm. de diámetro consistiendo de: trocar solamente con punta piramidal, cánula sin válvula con llave para insuflación de aprox. 11 cm. de longitud y válvula multifuncional.
7. 7.23	Mínimo Dos (2) piezas de reducción 13/5 mm. A10: Mínimo Dos (2) piezas de reducción, diámetro exterior entre 12.5 mm a 13.5 mm / diámetro interior entre 4.5 mm a 5.5 mm
7. 7.24	Mínimo Cuatro (4) cánulas para neumoperitoneo de VERRES, con cánula interior roma de resorte, LUER-Lock, longitud 13 a 15 cm
7. 7.25	Mínimo Dos (2) separadores hepáticos atraumáticos en abanico, extensible, diámetro de 10 mm. longitud 30 a 40 cm. Desmontable, para usar con trocares de 11 mm.
7. 7.26	Mínimo Dos (2) tubos de aspiración e irrigación con orificios laterales, superficie anti-reflex con llave de dos vías para control con una mano, diámetro 5mm, long 30 a 40 cm
7. 7.27	Mínimo Tres (3) aplicadores endoscópicos de clips médium/ large de 10 mm de diámetro y 30 a 40 cm de largo, rotativa, con bloqueo para las mordazas. Desmontable.
7. 7.28	Mínimo Tres (3) electrodos endoscópicos de coagulación y disección, forma de L, con pin conector para coagulación unipolar, diámetro 5 mm, longitud 30 a 40 cm
7. 7.29	Mínimo Tres (3) cables monopolar de alta frecuencia, con plug de 4 mm para unidades de HF, long. 300cm
7. 7.30	Mínimo Dos (2) pinzas de agarre y disección endoscópica con mandíbula acodada hacia la derecha (cística), rotativa, con pín conector para coagulación unipolar, medida de 5mm, longitud 30 a 40 cm. Desmontable.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. César G. Ayala
Coordinacion - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén A. Ortiz Pelaez P.
Abogado Mat. 10.580
Dirección Jurídica

Respondiendo a las consultas realizadas.

SALUMAX S.R.L.

Se solicitan catálogos originales o copias de estos donde puedan ser corroborados los ítems citados abajo, donde se indique clara y concisamente el cumplimiento de los ítems y el número de folio.

5. 2.11	Teclado para introducción de datos del paciente
5. 2.12	Memoria para datos de pacientes y parámetros de cada profesional médico
5. 2.13	Funciones de control remoto de congelamiento de imágenes, impresión y grabación de imágenes.
5. 7.1	Totalmente compatible con los bienes ofertados en este item
5. 7.2	Perfil de aluminio estructurado, acero inoxidable u otro material sintético inoxidable
5. 7.3	Con manubrio para su conducción
5. 7.4	Brazo móvil para montaje del monitor
5. 7.5	4 (cuatro) ruedas de al menos 100 mm de diámetro
5. 7.6	Sistema de frenado en al menos dos ruedas
5. 7.7	Con 2 (dos) o más soportes regulables para endoscopios
5. 8.3	CCD de alta resolución, 410.000 pixeles o mayor
5. 9.3	CCD de alta resolución, 410.000 pixeles o mayor
6. 2.12	Memoria para datos de pacientes y parámetros de cada profesional médico
6. 7.1	Totalmente compatible con los bienes ofertados en este ítem
6. 7.2	Perfil de aluminio estructurado, acero inoxidable u otro material sintético inoxidable
6. 7.3	Con manubrio para su conducción
6. 7.4	Brazo móvil para montaje del monitor
6. 7.5	4 (cuatro) ruedas de al menos 100 mm de diámetro
6. 7.6	Sistema de frenado en al menos dos ruedas
6. 7.7	Con 2 (dos) o más soportes regulables para endoscopios
7. 2.8	A4: Procesador compatible con cabezales de cámara de 1 y de 3 Chip, analógico y digitales. HD, y no-HD
7. 3.3	Indicador de presión de insuflación
7. 3.4	Indicador de presión intraabdominal
7. 3.5	Indicador de flujo de gas
7. 3.6	Alarma por falta de suministro de gas CO_2
7. 3.7	Alarma por sobre presión abdominal

Respondiendo a las consultas realizadas.

ARGON S.R.L.

Se solicitan catálogos originales o copias de estos donde puedan ser corroborados los ítems citados abajo, donde se indique clara y concisamente el cumplimiento de los ítems y el número de folio.

1. 3.3	Indicador de presión de insuflación
1. 3.4	Indicador de presión intraabdominal
1. 3.5	Indicador de flujo de gas

TO DE PREVISION SOCIAL
. César G. Ayala
ordinación - DGBS

1. 3.6	Alarma por falta de suministro de gas CO_2
1. 3.7	Alarma por sobre presión abdominal
7. 2.2	ADD4: Salidas de video: BNC, S-video, IEEE1394, DVI-D
7. 2.8	A4: Procesador compatible con cabezales de cámara de 1 y de 3 Chip, **analógico y digitales**. HD, y no-HD
7. 3.1	A4: Flujo de gas: **1 l/min (o menor)** - 15 l/min (o mayor). Con sistema de calefacción para evitar empañamiento del sistema óptico.
7. 3.3	Indicador de presión de insuflación
7. 3.4	Indicador de presión intraabdominal
7. 3.5	Indicador de flujo de gas
7. 3.6	Alarma por falta de suministro de gas CO_2
7. 3.7	Alarma por sobre presión abdominal

Respondiendo a las consultas realizadas.

ALBATROS SACI

Se solicitan catálogos originales o copias de estos para la corroboración de las especificaciones técnicas de los ítems ofertados. No son validos manuales editados por el oferente.
Respondiendo a las consultas realizadas.

VENTAS PARAGUAYAS S.A.C.I.

Se solicitan catalogas originales o copias de estos donde puedan ser corroborados los ítem ofertados, Los mismos deberán especificar clara y concisamente la totalidad de las especificaciones técnicas indicando el numero de folio.

Respondiendo a las consultas realizadas.

MICRONAL S.R.L.

Se solicitan catálogos originales o copias de estos donde puedan ser corroborados los ítems citados abajo, donde se indique clara y concisamente el cumplimiento de los ítems y el número de folio.

3. 2.2	Monitor LCD de **15 pulgadas** o mayor
3. 2.3	Impresora color con resolución de **300 ppp** o más
6. 2.12	Memoria para datos de pacientes y **parámetros de cada profesional médico**

Respondiendo a las consultas realizadas.

EN FECHA 12 DE AGOSTO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES CONSULTAS:

MICRONAL S.R.L.

Se solicitan catálogos originales o copias de estos donde puedan ser corroborados los ítems citados abajo, donde se indique clara y concisamente el cumplimiento de los ítems y el número de folio.

E PREVISIÓN SOCIAL
César G. Ayala
nación - DGBS

6. 2.12	Memoria para datos de pacientes y **parámetros de cada profesional médico**

Con respecto a este punto se solicita aclarar si puede agregarse los parámetros de cada profesional médico.

Respondiendo a las consultas realizadas.

ALBATROS S.A.C.I.

Se solicitan catálogos originales o copias de estos donde puedan ser corroborados los ítems citados abajo, donde se indique clara y concisamente el cumplimiento de los ítems y el número de folio.

	Especificación técnica	**Consulta: responder con documentación que avale lo señalado, sin ambigüedad.**
1. 2.4	Cabezal de cámara con chip CCD de 1/2", 768x494 pixeles o mayor ADD4: Cabezal de cámara con chip CCD de 1/2" o 1/3", 768x494 pixeles o mayor	Documentación para verificar contundentemente la resolución horizontal y vertical.
4. 2.4	Cabezal de cámara con chip CCD de 1/2", 768x494 pixeles o mayor	Documentación para verificar contundentemente la resolución horizontal y vertical.
5. 2.12	Memoria para datos de pacientes y parámetros de cada profesional médico	Documentación para verificar contundentemente si el equipo posee memoria para datos del medico.
5. 8.3	CCD de alta resolución, 410.000 pixeles o mayor	Documentación para verificar contundentemente la resolución.
5. 9.3	CCD de alta resolución, 410.000 pixeles o mayor	Documentación para verificar contundentemente la resolución.
6. 2.12	Memoria para datos de pacientes y parámetros de cada profesional médico	Documentación para verificar contundentemente si el equipo posee memoria para datos del medico.
6. 8.3	CCD de alta resolución, 410.000 pixeles o mayor	Documentación para verificar contundentemente la resolución.
6. 9.3	CCD de alta resolución, 410.000 pixeles o mayor	Documentación para verificar contundentemente la resolución.
6. 10.3	CCD de alta resolución	Documentación para verificar contundentemente la resolución.
7. 2.8	A4: Procesador compatible con cabezales de cámara de 1 y de 3 Chip, analógico y digitales. HD, y no-HD	Documentación para verificar contundentemente la compatibilidad exigida.

D DE PREVISION SOCIAL
César G. Ayala
rdinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén E. Jara P.
Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

7. 7.11	Mínimo Tres (3) tijeras endoscópicas METZENBAUM, rotativa, con pin conector para coagulación unipolar, diámetro de 5 mm, longitud 30 a 40 cm, hojas curvas de 12mm. Desmontable.	Documentación para verificar contundentemente el cumplimiento.
7. 7.23	Mínimo Dos (2) piezas de reducción 13/5 mm. A10: Mínimo Dos (2) piezas de reducción, diámetro exterior entre 12.5 mm a 13.5 mm / diámetro interior entre 4.5 mm a 5.5 mm	Documentación para verificar contundentemente el cumplimiento.

Respondiendo a las consultas realizadas.

SEMPRO S.R.L.

Se solicitan catálogos originales o copias de estos donde puedan ser corroborados los ítems citados abajo, donde se indique clara y concisamente el cumplimiento de los ítems y el número de folio.

	Especificación técnica	**Consulta: responder con documentación que avale lo señalado, sin ambigüedad.**
1. 7.2	Vaina para examinación, diámetro 3.5 mm o más, con adaptador Luer-Lock. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo.	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
1. 7.3	Vaina de operación, con canal para instrumentos semi-rígidos de 5 Fr, con un adaptador stopcock y un Luer-lock, tamaño 4 mm o más, para uso con camisa de flujo continuo. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo. A4: La vaina ofertada debe ser oval y adaptada a la forma del canal cervical	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
1. 7.4	Vaina de operación de Flujo-Continuo, con un adaptador sopcock y un Luer-lock, tamaño 4,5mm o más, para uso con camisa de flujo continuo. Cantidad: mínimo 1(uno) por equipo. A4: La vaina ofertada debe ser oval y adaptada a la forma del canal cervical, La camisa ofertada debe ser con diámetro externo de 4,5 mm a 5,5 mm como máximo	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
1. 8.1	Camisa de resectoscopio, incluyendo tubo para entrada y salida de flujo, para irrigación y succión continua, diámetro 7mm, extremo oblícuo, camisa interna fija con aislamiento cerámico, para usar con elemento de trabajo. Cantidad: 1 (uno) por cada equipo.	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.

DE PREVISION SOCIAL
César G. Ayala
Coordinador
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén A. Insfran P.
Matrícula Nº 10.560
Dirección Jurídica

1. 8.2	Camisa interna fija, con aislamiento cerámico, para usar con camisa de resectoscopio de 7mm. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo.	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
1. 8.3	Obturador estándar, para usar con camisa de resectoscopio. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo.	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
1. 8.4	Set de elemento de trabajo, consistiendo de: elemento de trabajo, dos asas de corte, un electrodo de coagulación en forma de punta, un electrodo de coagulación esférico de 2,6 mm o más de diámetro. Corte por medio de resorte, soporte de pulgar móvil, en posición de reposo el electrodo está dentro de la camisa. Cantidad: mínimo 1 (uno) por cada equipo.	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 2.3	A4: Al menos 2 (dos) salidas para control de dispositivos exteriores, Balance de blanco automático, Control automático de brillo	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 2.8	A4: Procesador compatible con cabezales de cámara de 1 y de 3 Chip, analógico y digitales. HD, y no-HD	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.1	A4: Flujo de gas: 1 l/min (o menor) - 15 l/min (o mayor). Con sistema de calefacción para evitar empañamiento del sistema óptico.	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.3	Indicador de presión de insuflación	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.4	Indicador de presión intraabdominal	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.5	Indicador de flujo de gas	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.6	Alarma por falta de suministro de gas CO2	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.7	Alarma por sobre presión abdominal	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 5.3	A4: Entradas de video: S-Video, DVI-D	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 7.4	Tijera giratoria, sin bloqueo, dentada, curvada, mandíbulas forma de cuchara A4: Mínimo una Tijera giratoria, sin bloqueo, dentada, curvada, mandíbulas forma de cuchara	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 7.5	Tijera de gancho, giratoria, sin bloqueo, tamaño 5mm aprox., longitud 36 cm aprox. A4: Mínimo una Tijera de gancho, giratoria, sin bloqueo, tamaño 5mm aprox., longitud 36 cm aprox.	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.

PREVISION SOCIAL
César G. Ayala
Adquisición - DGPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rubén A. Chaparro P.
Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

7. 7.6	Mínimo Dos (2) cánulas para inyección, diámetro: 1,2 mm aprox.	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 7.7	Mínimo Dos (2) anudadores, para anudado extracórporeo	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 7.9	Mínimo Dos (2) pinzas endoscópicas de coagulación bipolar, anchura de las mandíbulas 3 mm, longitud 30 a 40 cm. Desmontable. A4: Dos (2) pinzas bipolar con quijadas de doble acción, reusable, aislada, rotable, con longitud de trabajo entre 30 cm a 40 cm, anchura de mandíbula de 5mm para disección, agarre y coagulación bipolar, para sujetar y/o traccionar tejidos.	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 7.10	Mínimo Dos (2) cables de alta frecuencia bipolar. Longitud 300 cm	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 7.18	Mínimo Dos (2) porta agujas endoscópico rotativo, diámetro 5 mm, longitud 30 a 40 cm, consiste de: vaina exterior, vaina interior, mango y elemento de trabajo.	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.

Respondiendo a las consultas realizadas.

ARGON S.R.L.

Se solicitan catálogos originales o copias de estos donde puedan ser corroborados los ítems citados abajo, donde se indique clara y concisamente el cumplimiento de los ítems y el número de folio.

7. 2.2	A4: Salidas de video: BNC, S-video, IEEE1394, DVI-D	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.

Respondiendo a las consultas realizadas.

SALUMAX S.R.L.

Se solicitan catálogos originales o copias de estos donde puedan ser corroborados los ítems citados abajo, donde se indique clara y concisamente el cumplimiento de los ítems y el número de folio.

	Especificación técnica	**Consulta: responder con documentación que avale lo señalado, sin ambigüedad.**
7. 2.8	A4: Procesador compatible con cabezales de cámara de 1 y de 3 Chip, analógico y digitales. HD, y no-HD	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.

DE PREVISION SOCIAL
César G. Ayala
Coordinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Raúl A. Orufan P.
Administrador
Mat. 10.550
Dirección Jurídica

7. 3.3	Indicador de presión de insuflación	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.4	Indicador de presión intraabdominal	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.5	Indicador de flujo de gas	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.6	Alarma por falta de suministro de gas CO2	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.7	Alarma por sobre presión abdominal	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.

Respondiendo a las consultas realizadas.

CATETERES & AFINES S.A.

Se solicitan catálogos originales o copias de estos donde puedan ser corroborados los ítems citados abajo, donde se indique clara y concisamente el cumplimiento de los ítems y el número de folio.

2.10	Funciones de identifición automática o sospecha de sitios de sangrado	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente..
2.12	Capacidad de simplificar la lectura eliminando las imágenes repetidas y disminuir el tiempo de lectura	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.

Respondiendo a las consultas realizadas.

VENTAS PARAGUAYAS S.A.C.I.

Se solicitan catálogos originales o copias de estos donde puedan ser corroborados los ítems citados abajo, donde se indique clara y concisamente el cumplimiento de los ítems y el número de folio.

7. 2.3	A4: Al menos 2 (dos) salidas para control de dispositivos exteriores, Balance de blanco automático, Control automático de brillo	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 2.5	A4: Lente Zoom Parafocal integrado	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 2.6	A4: Cable de conexión para periféricos.	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.

VISION SOCIAL
G. Ayala
ón - DGBS

7. 2.8	A4: Procesador compatible con cabezales de cámara de 1 y de 3 Chip, analógico y digitales. HD, y no-HD	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.1	A4: Flujo de gas: 1 l/min (o menor) - 15 l/min (o mayor). Con sistema de calefacción para evitar empañamiento del sistema óptico.	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.3	Indicador de presión de insuflación	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.4	Indicador de presión intraabdominal	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.5	Indicador de flujo de gas	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.
7. 3.6	Alarma por falta de suministro de gas CO2	Foliar correctamente indicando lo solicitado con el número de ítem correspondiente.

Respondiendo a las consultas realizadas.

LOTE 1 – ITEM 1

Lote 1 - Ítem 1: Equipo de videoendoscopia para Ginecología													
Orden	Ítem	Descripción	SEMPRO			ALBATROS SACI			SALUMAX			Argon		
			Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
1.	1.1	Descripción general: Equipo de videoendoscopia, con set de histeroscopia y resectoscopio para su uso en Ginecología.	Cumple		27	Cumple			Cumple			Cumple		8
1.	1.2	Marca:	Cumple	GIMMI	27	Cumple	KARL STORZ		Cumple	RICHARD WOLF		Cumple	TEKNO	8
1.	1.3	Modelo:	Cumple	ALPHA NOVO CAM II	27	Cumple	VARIOS		Cumple	VARIOS		Cumple	VARIOS	8
1.	1.4	Origen:	Cumple	ALEMANIA	27	Cumple	ALEMANIA		Cumple	ALEMANIA		Cumple	ALEMANIA	8
1.	1.5	Dirección web del fabricante:	Cumple	www.gimmi.de	27	Cumple	www.karlstorz.de		Cumple	www.richard-wolf.com		Cumple	www.tekno-medical.com	8
1.	1.6	Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos una de ellas.	Cumple	CE	40	Cumple	CE		Cumple	CE	27	Cumple	FDA	11
1.	2.	Unidad de Cabeza de Cámara												
1.	2.4	Cabezal de cámara con chip CCD de 1/2", 768x494 pixeles o mayor ADD4: Cabezal de cámara con chip CCD de 1/2" o 1/3", 768x494 pixeles o mayor		1/3 , 752x582, 440.000	CD; S.2019.00 II_AlphaNovoCamII_ES, PAG: 10	Cumple	1/3, 768x494	TP39	Cumple	1/2, 768x494	27	Cumple	768X494	14
1.	5.2	Resolución: 1280 x 1024 o mayor	Cumple	1280 x 1024	47		1024x768	9	Cumple	1280X1024	36	Cumple	1280x1024	21

SE SUGIERE LA ADJUDICACIÓN A LA TERCERA MEJOR OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA SALUMAX S.A., CONSIDERANDO QUE CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LOTE 1 – ITEM 2

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. César G. Ayala
Coordinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén G. Orué Can P.
Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

Lote 1 - Ítem 2: Fuente de luz para artroscopio y set de artroscopia																	
Orden		Descripción	ALBATROS			SEMPRO			VENTAS PARAGUAYAS			ARGON SRL			BALUMAX		
			Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
2.	1.1	Descripción general: Fuente de luz y set de artroscopia compatibles con los equipos de la marca Karl Storz	Cumple		29	Cumple		30	Cumple		10 (Respuesta a consultas)	Cumple		29	Cumple		
2.	1.2	Marca:	Cumple	KARL STORZ	29	Cumple	GIMMI	30	Cumple	BBRAUN ASCULAP	10	Cumple	TEKNO	29	Cumple	RICHAD WOLF	
2.	1.3	Modelo:	Cumple	VARIOS	29	Cumple	ALPHA XENON 180W	30	Cumple	Axel 180 - OP930	10	Cumple	VARIOS	29	Cumple	LP 5124	
2.	1.4	Origen:	Cumple	ALEMANIA	29	Cumple	ALEMANIA	30	Cumple		10	Cumple	ALEMANIA	29	Cumple	ALEMANIA	
2.	1.5	Dirección web del fabricante:	Cumple	www.karlstorz.de	29	Cumple	www.gimmi.de	30	Cumple	www.bbraun.com	10	Cumple	www.tekno-medical.com	29	Cumple	www.richard-wolf.com	
2.	1.6	Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos una de ellas.	Cumple	CE	respuesta a consulta	Cumple	CE	38	Cumple	CE	10	Cumple	FDA	respuesta a consulta	Cumple	CE	
2.	2	Equipamiento															
2.	2.1	Fuente de luz halógena o xenón con cable de luz de fibra óptica de 3.5mm de diámetro y 230 cm de largo. A10: Fuente de luz de xenón con temperatura de color de 6.000K o mas con cable de luz de fibra óptica, diámetro, 3.5 mm. o mayor, longitud de 230 cm. o mas a 350 cm. o menos	Cumple	XENON NOVA 175 MOD: 20131520, 175 W	respuesta a consulta	Cumple	Lampara XENON de 180 W y 6000 K	38	Cumple	Fuente de luz de Xenon 180 Voltios (OP930), Cable de figra-luz 4,8mm D: 2,5 M L (OP913); Cable a la Red Euroc.ectoro (TE730)	10	Cumple	FUENTE DE LUZ XENON CON CABLE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA DE 3,5mm DE DIÁMETRO Y 230cm DE LARGO	respuesta a consulta	Cumple	Lampara XENON de 180 W y 6000 K	54
2.	2.2	Óptica de 30°, de 4 mm de diámetro y 18cm de largo. Esterilizable en autoclave A4: Óptica de 30°, de 4 mm de diámetro y 18cm ± 5% de largo. Esterilizable en autoclave	Cumple	MOD: 28731 BWA HOPKINS II	respuesta a consulta	Cumple	30°, 4 mm, 17,5 mm	CD: k130 pag: 16	Cumple	Óptica de gran ángulo 4mm 30° (PE505A)	10	Cumple	OPTICA DE 30° de 4mm de diámetro y 17,5cm de largo. Esterilizable en autoclave	respuesta a consulta	Cumple	4 mm; 175mm (8880.543)	56
2.	2.3	Canastilla para esterilización	Cumple	MOD: 39501 A	respuesta a consulta	Cumple	Canastilla para esterilización	CD: k140 pag 104	Cumple	Bandeja Optica para Artroscopia (JF436)	10	Cumple	Canastilla para esterilización	respuesta a consulta	Cumple	Cesto de tratamiento	57
2.	2.4	Camisa con obturador A4: Camisa con obturador, diámetro de vaina de 6.5 mm, punta romo	Cumple	MOD: 28229 CR	respuesta a consulta	Cumple	6.5 mm		Cumple	Esclusa Soft-tip con cierre One-click (EJ566R)	10	Cumple	camisa con obturador. Diámetro de vaina de 6,5mm punta romo	respuesta a consulta	Cumple	Planilla de datos garantizados	145

SE SUGIERE LA ADJUDICACIÓN A LA MEJOR OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA ALBATROS SACI, CONSIDERANDO QUE CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LOTE 2 – ITEM 1,2,3

Ítem 3: Sistema de videocápsula endoscópica								
			MICRONAL SRL			CATETERES Y AFINES		
Orden		Descripción	Datos proveídos por el oferente			Datos proveídos por el oferente		
3.	1	Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
3.	1.1	Descripción general: Sistema de videocápsula endoscópica que consta de dispositivo endoscópico en forma de cápsula, videograbador que el paciente porta durante el tránsito gastrointestinal de la cápsula y ordenador externo para procesar las imágenes obtenidas.	Cumple		17	Cumple		N° 000027
3.	1.2	Marca:	Cumple	OLYMPUS	17	Cumple	INTROMEDIC	N° 000027
3.	1.3	Modelo:	Cumple	ENDOCAPSUL	17	Cumple	MW1000-SV2.0	N° 000027
3.	1.4	Origen:	Cumple	JAPON	17	Cumple	KOREA	N° 000027
3.	1.5	Dirección web del fabricante:	Cumple	www.olympuslatinoamerica.com	17	Cumple	www.intromedic.com	N° 000027
3.	1.6	Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos una de ellas.	Cumple	FDA	1	Cumple	CE	N° 000027
3.	2	Estación de trabajo				Estación de trabajo		
3.	2.3	Impresora color con resolución de 300 ppp o más	**Cumple**	HP OFFICEJET PRO 8000, 1200ppp (negro) y de 4800ppp (color)	**Folleto Olympus Endoscope, Pág. 7 y contratapa**		Impresoras laser Dell 2350d y Dell 2350dn (Blanco y negro)	N° 000092

SE SUGIERE LA ADJUDICACIÓN A LA MEJOR OFERTA, EMPRESA MICRONAL SRL, CONSIDERANDO QUE CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LOTE 3 – ITEM 1

SE SUGIERE LA ADJUDICACIÓN A LA UNICA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA ALBATROS SACI, CONSIDERANDO QUE CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DE PREVISION SOCIAL
César G. Ayala
rdinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén G. Jara P.
Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

LOTE 3 – ITEM 2

Lote 3 - Ítem 2: Torre de videoendoscopía

Orden		Descripción	MICRONAL			SALUMAX			Albatros		
5.	1.	Datos Generales	Cumple	Parametros	Folio	Cumple	Parametros	Folio	Cumple	Parametros	Folio
5.	1.1	Descripción general: Sistema utilizado en Endoscopia Digestiva para proveer visualización de imágenes de video transmitidas desde un endoscopio a un monitor, proporcionando una imagen del sitio de operación.	Cumple			Cumple		146	Cumple		43
5.	1.2	Marca:	Cumple	Olympus		Cumple	Fuginon / Fugifilm	146	Cumple	Karl Storz	43
5.	1.3	Modelo:	Cumple	Actera		Cumple	EPX-2500 / 530series	146	Cumple	Varios	43
5.	1.4	Origen:	Cumple	Japon		Cumple	Japon	146	Cumple	Alemania	43
5.	1.5	Dirección web del fabricante:	Cumple	www.olympuslatinoamerica.com		Cumple	www.fujinon.de	146	Cumple	www.karlstorz.de	43
5.	1.6	Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos una de ellas.	Cumple	FDA		Cumple	FDA	66	Cumple	CE	CD + Respuestas a consultas
5.	2.	Procesador de video digital									
5.	2.12	Memoria para datos de pacientes y parámetros de cada profesional médico		Comments	2	Cumple	44 pacientes, 20 doctores	respuesta a consulta		Solo Datos del pacinte	CD + Respuestas a consultas
5.	3.	Fuente de luz fría universal									
5.	3.2	Lámpara halógena o de xenón de 150 W o mayor	Cumple	Halógeno 150 W	2	Cumple	150 W	66		Xe, 100 W	CD + Respuestas a consultas
5.	3.4	Lámpara de emergencia halógena	Cumple	150 W	2	Cumple	75 W	66		No cuenta con la lampara de emergencia	CD + Respuestas a consultas
5.	3.5	Cambiador automático o manual de lámpara en casos de falla de la lámpara principal	Cumple	change lamp manual	2	Cumple	Emergency lamp alarm	66		No cuenta con la lampara de emergencia	CD + Respuestas a consultas
5.	9.	Videocolonoscopio									
5.	9.7	Tubo de inserción con diámetro exterior enre 11 y 12,8 mm	Cumple	12,8mm	8	Cumple	12,8	73		13 mm	CD + Respuestas a consultas
5.	9.10	Longitud total del tubo de inserción: de 1990 mm o mayor	Cumple	2000mm	8	Cumple	1990	73		mayor a 160cm	CD + Respuestas a consultas
5.	9.11	Longitud útil de inserción: 1.680 mm o mayor	Cumple	1680mm	8	Cumple	1690	73		160 cm	Respuestas

SE SUGIERE LA ADJUDICACIÓN A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA SALUMAX S.A., CONSIDERANDO QUE CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. César G. Ayala
Coordinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén A. Infran P.
Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

LOTE 3 – ITEM 3

Lote 3 - Ítem 3: Torre de videoendoscopía con sistema de videoenteroscopía

Orden		Descripción	MICRONAL SRL			SALUMAX SA			Albatros		
		Datos Generales	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
6.	1.1	Descripción general: Sistema utilizado en Endoscopia Digestiva para proveer visualización de imágenes de video transmitidas desde un endoscopio a un monitor, proporcionando una imagen del sitio de operación. Incluye sistema de videonteroscopía con bomba insufladora.				Cumple		151	Cumple		47
6.	1.2	Marca:		OLYMPUS		Cumple	Fuginon / Fugifilm	151	Cumple	Karl Storz	47
6.	1.3	Modelo:		ACTERA		Cumple	EPX-2500 / 530series	151	Cumple	Varios	47
6.	1.4	Origen:		Japon		Cumple	Japon	151	Cumple	Alemania	47
6.	1.5	Dirección web del fabricante:		www.olympuslatinoamerica.com		Cumple	www.fujinon.de	151	Cumple	www.karlstorz.de	47
6.	1.6	Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos una de ellas.		FDA		Cumple	CE	77	Cumple	CE	CD + Respuestas a consultas
6.	2	Procesador de video digital									
6.	2.12	Memoria para datos de pacientes y parámetros de cada profesional médico		Comments	2	Cumple	44 pacientes, 20 doctores	5 (respuesta a consulta)		Solo Datos del pacinte	CD + Respuestas a consultas
6.	3	Fuente de luz fría mínima									
6.	3.2	Lámpara halógena o de xenón de 150 W o mayor	Cumple	Halógeno 150 W	2	Cumple	150 W	77		Xe, 100 W	CD + Respuestas a consultas
6.	3.4	Lámpara de emergencia halógena	Cumple	150 W	2	Cumple	75 W	77		No cuenta con la lampara de emergencia	CD + Respuestas a consultas
6.	3.5	Cambiador automático o manual de lámpara en casos de falla de la lámpara principal	Cumple	change lamp manual	2	Cumple	Emergency lamp alarm	77		No cuenta con la lampara de emergencia	CD + Respuestas a consultas
6.	9	Videoenteroscopio									
6.	9.7	Tubo de inserción con diámetro exterior enre 11 y 12,8 mm	Cumple	12,8mm	8	Cumple	12,8	84		13 mm	CD + Respuestas a consultas
6.	9.10	Longitud total del tubo de inserción: de 1990 mm o mayor	Cumple	2000mm	8	Cumple	1990	84		mayor a 160cm	CD + Respuestas a consultas
6.	9.11	Longitud útil de inserción: 1.680 mm o mayor	Cumple	1680mm	8	Cumple	1690	84		160 cm	CD + Respuestas a consultas
6.	10	Videoenteroscopio									
6.	10.5	Diámetro del tubo de inserción: entre 9,2mm y 9,3mm	Cumple	9,2 mm	9	Cumple	9,3	85		10.7 mm	CD + Respuestas a consultas
6.	10.6	Diámetro de la punta distal: entre 9,2mm y 9,4mm	Cumple	9,2 mm	9	Cumple	9,4	85		10.7 mm	CD + Respuestas a consultas
6.	10.9	Angulación de la sección distal: arriba y debajo de 180° o más, derecha e izquierda de 160° o más.	Cumple	180°, 180°, 160°, 160°	9	Cumple	180, 160	85		180°, 100°, 120°, 120°	CD + Respuestas a consultas

SE SUGIERE LA ADJUDICACIÓN A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA SALUMAX S.A., CONSIDERANDO QUE CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LOTE 3 – ITEM 4

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. César G. Ayala
Coordinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rafael A. Trafican P.
Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

Lote 3 - Ítem 4: Torre de Videolaparoscopia

Ítem	Detalle	Descripción	VENTAS PARAGUAYAS			ARGON			SEMPRO SA			ALBATROS			SALUMAX SA		
			Cumple	Características	Folio	Cumple	Características	Folio	Cumple	Características	Folio	Cumple	Características	Folio	Cumple	Características	Folio
7.	1.1	Descripción general: Equipo de cirugía laparoscópica compuesto por carro torre, Cámara de video, grabadora reproductora de DVD, insuflador, fuente de luz, monitor e instrumental para uso intensivo.	Cumple			Cumple		51	Cumple		31	Cumple		52	Cumple		156
7.	1.2	Marca:	Cumple	BBRAUN AESCULAP	4 (Respuestas a consultas)	Cumple	TEKNO	51	Cumple	GIMMI	31	Cumple	Karl Storz	52	Cumple	Richard Wolf	156
7.	1.3	Modelo:	Cumple	Varios	4 (Respuestas a consultas)	Cumple	Varios	51	Cumple	Alpha Versatile II HD	31	Cumple	Varios	52	Cumple	Richard Wolf	156
7.	1.4	Origen:	Cumple	Alemania	4 (Respuestas a consultas)	Cumple	Alemania	51	Cumple	Alemania	31	Cumple	Alemania	52	Cumple	Alemania	156
7.	1.5	Dirección web del fabricante:	Cumple	www.bbraun.com	4 (Respuestas a consultas)	Cumple	www.tekno-medical.com	51	Cumple	www.gimmi.de	31	Cumple	www.karlstorz.de	52	Cumple	www.richardwolf.com	156
7.	1.6	Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos una de ellas.	Cumple	CE	4 (Respuestas a consultas)	Cumple	FDA	56	Cumple	CE	40	Cumple	CE	Respuesta a consultas	Cumple	CE	92
7.	2.	Video Cámara Cabezal de Cámara															
7.	2.2	A4: Salidas de video: BNC, S-video, IEEE1394, DVI-D		Cable de red Euroc.ector o	4 (Respuestas a consultas)	Cumple	Y/C, S-Video	59	Cumple	Y/C, DVI, IEEE1394, BNC, HDMI	52	Cumple	BNC, S-video, DVI-D	TP10	Cumple	BNC, S-Video, DVI D	92
7.	2.4	A4: Cabezal de cámara de 3 Chip CCD de ⅓" o 1/3", 1900 x 1000 pixeles o mayor		460 lineas en la horisontal	4 (Respuestas a consultas)		768 x 494 Pixeles, un chip de 1/3"	59	Cumple	3 X 1/3, 1920 X 1080	52	Cumple	1920x1080	TP13	Cumple	1920x1280	91
7.	2.7	A4: Cables de video BNC, S-Video y IEEE1394, DVI-D		Solo salidas Analogicas	9 (Respuestas a consultas)	Cumple	cables de video BNC y S-video	59	Cumple	Planilla de datos garantizados	31	Cumple	Planilla de datos garantizados	52	Cumple	planilla de datos jurados	156
7.	2.8	A4: Procesador compatible con cabezales de cámara de 1 y de 3 Chip, analógico y digitales. HD, y no-HD		no especificado	9 (Respuestas a consultas)	Cumple	procesador compatible con cablezales de cámara de 1 y de 3 chip, analógico y digital	respuesta a consulta	Cumple	sopporta CCD de 1 y 3 chip.	respuesta a consulta del 16 agosto	Cumple	1 y 3 chip	Respuesta a consultas	Cumple	1 y 3 chip	Respuesta a consulta
7.	3.	Insuflador Laparoscópico															
7.	3.2	Presión: 3 mmHg (o menor) - 25 mmHg (o mayor)		5 a 25 mmHg	24 (Respuestas a consultas)	Cumple	0-30 mmHG	61	Cumple	3 A 30	44	Cumple	0 - 50	LAP-UNITS 6C	Cumple	3 A 25	97
7.	5.2	A4: Resolución: 1900 x 1000 o mayor		1280x1024	19 (Respuestas a consultas)	Cumple	1920X1200		Cumple	192x1200	47	Cumple	1920x1200	TP15	Cumple	1920x1200	101
7.	7.	Set Para Cirugía Laparoscópica															
7.	7.3	Mínimo Dos (2) camisas de reducción, 11/5 mm A10: Mínimo Dos (2) camisas de reducción, diámetro exterior entre 10.5 mm a 12.5 mm / diámetro interior entre 4.5 mm a 5.5 mm		Tubo reducción 10mm para 5mm	web	Cumple	11/5,5	77	Cumple	10 mm, 5.5 mm	CD: k140+141 pag 22	Cumple	11 mm, 5 mm-	Respuesta a consultas	Cumple	12,5/5,5	112
7.	7.21	Mínimo Cuatro (4) piezas de reducción 11/5 mm. A10: Mínimo Cuatro (4) piezas de reducción, diámetro exterior entre 10.5 mm a 12.5 mm / diámetro interior entre 4.5 mm a 5.5 mm		10mm para 5mm	web	Cumple	Pieza de reducción de 11/5,5 mm	54	Cumple	11 mm, 5.5 mm	CD: k140+141 pag 23	Cumple	11 mm, 10.5 cm	Respuesta a consultas	Cumple	12,5 / 5,5	129
7.	7.23	Mínimo Dos (2) piezas de reducción 13/5 mm. A10: Mínimo Dos (2) piezas de reducción, diámetro exterior entre 12.5 mm a 13.5 mm / diámetro interior entre 4.5 mm a 5.5 mm		12mm/10mm y 5mm	web	Cumple	pieza de reducción de 12,5/5,5mm	54	Cumple	12.5 mm, 5.5 mm	CD: k140+141 pag 23	Cumple	13 mm, 5 mm	Respuesta a consultas	Cumple		129

SE SUGIERE LA ADJUDICACIÓN A LA TERCERA MEJOR OFERTA, EMPRESA SEMPRO S.A., CONSIDERANDO QUE CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LOTE 3 – ITEM 5

SE SUGIERE LA ADJUDICACIÓN A LA UNICA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA MICRONAL S.R.L., CONSIDERANDO QUE CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

LOTE 3 – ITEM 6

SE SUGIERE LA ADJUDICACIÓN A LA UNICA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA SALUMAX S.A., CONSIDERANDO QUE CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- **DOCUMENTOS ADICIONALES:**

DE PREVISION SOCIAL
César G. Ayala
DGBS
Coordinación

Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

REQUISITOS FINANCIEROS:

	CATETERES & AFINES S.A.	SALUMAX S.A.	SEMPRO S.A.	ALBATROS S.A.C.I.	VENTAS PARAGUAYAS S.A.	MICRONAL S.R.L.	ARGON S.R.L.
REQUISITOS FINANCIEROS:	CUMPLE / NO CUMPLE						
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 2 últimos años	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total: **No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 2 últimos años**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
c. Las empresas o sociedades privadas, deberán poseer un capital no inferior al 30 % (treinta por ciento) del costo total de ítems ofertados, para actividades diversas no especificadas dentro del territorio nacional, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año, pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

CONCLUSIONES: De acuerdo con las revisiones efectuadas posee la capacidad financiera necesaria para hacer frente a las obligaciones emergentes del contrato a ser suscrito, conforme a lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones. Se observa que para evaluar la capacidad financiera de las empresas que han omitido la presentación de sus balances se ha recurrido al SIPE.-

VIII- SUGERENCIA DE ADJUDICACIÓN:

Por todo lo expuesto es el parecer de los miembros de la Comisión de Evaluación recomendar la adjudicación de las firmas más abajo detalladas en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 88/2010 "Adquisición de Torres de Endoscopía, Laparoscopía y Artroscopía para el I.P.S.", de conformidad a los siguientes cuadros:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. César G. Ayala
Coordinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

Salumax S.A.

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
LOTE No 1								
1	42294944-998	Equipo de videoendoscopía para Ginecología	Richard Wolf/Alemania	Unidad	Unidad	2	Gs 286.300.000	Gs 572.600.000
LOTE No 3								
2	42294944-998	Torre de videolaparoscopia	Fujinon/Fujifilm Japón/USA	Unidad	Unidad	1	Gs 288.836.000	Gs 288.836.000
3	42294944-998	Torre de videolaparoscopia con Sistema de Videolaparoscopía	Fujinon/Fujifilm Japón/USA	Unidad	Unidad	1	Gs 464.510.000	Gs 464.510.000
6	42294944-998	Torre de videolaparoscopia / Videograstroscopio	Fujinon/Fujifilm Japón/USA	Unidad	2	2	Gs 139.800.000	Gs 279.600.000
Total: Guaraníes Mil Seiscientos Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil								**Gs 1.605.546.000**

Albatros SAC

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
LOTE No 1								
2	42294801-001	Fuente de luz para artroscopio y set de artroscopía	Karl Storz/Alemania	Unidad	Unidad	3	Gs 35.100.000	Gs 105.300.000
LOTE No 3								
1	42294805-002	Torre para cirugía videolaparoscópica / Torre de artroscopía	Karl Storz/Alemania OBS: Orden 4,10 son de Linvatec/USA VBM/Alemania Integra/USA Sartori/Brasil	Unidad	Unidad	1	Gs 1.091.750.000	Gs 1.091.750.000
Total: Guaraníes Mil Ciento Noventa y Siete Millones Cincuenta Mil								**Gs 1.197.050.000**

MICRONAL S.R.L.

Item	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
LOTE No 2								
1	42294944-995	Estación de Trabajo/Sistema Video Cápsula Endocópica	Olympus/Japón	Unidad	Unidad	1	Gs 47.300.000	Gs 47.300.000
2	42294944-996	Grabador/Sistema Video Cápsula Endoscópica	Olympus/Japón	Unidad	Unidad	2	Gs 71.500.000	Gs 143.000.000
3	42294944-997	Video Cápsula Endoscópica	Olympus/Japón	Unidad	Unidad	10	Gs 1.452.000	Gs 14.520.000
LOTE No 3								
5	42294944-002	Torre de videolaparoscopia / Videolaparoscopio	Olympus/Japón	Unidad	Unidad	2	Gs 187.000.000	Gs 374.000.000
Total: Guaraníes Quinientos Setenta y Ocho Millones Ochocientos Veinte Mil								**Gs 578.820.000**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abogado Matrícula 10.550
Dirección Jurídica

Sempro S.A.								
LOTE No 3								
Item	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
4	42294805-002	Torre de videolaparoscopia	GIMMI/Alemania	Unidad	Unidad	1	Gs 497.582.951	Gs 497.582.951
Total: Guaraníes Cuatrocientos Noventa y Siete Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Uno								Gs 497.582.951

MONTO TOTAL ADJUDICADO: Gs 3.878.998.951 (GUARANÍES TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO, IVA INCLUIDO).

IX- DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA:

O. Gasto	PROGRAMA
530	2

DISTRIBUCION ANUAL				
AÑO	2011	2012	2013	TOTAL GRAL
PORCENTAJE	ANTICIPO 50%	POSTERIOR A LA ENTREGA 40%	A LOS 12 MESES 10%	
MONTO	1.939.499.476	1.551.599.580	387.899.895	3.878.998.951

X- DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

1. Certificado de Cumplimiento con el IPS, emitido por la Dirección de Aporte Obrero Patronal o copia simple de la Planilla de Aportes al Instituto de Previsión Social.
2. Constancia de no Interdicción de la Empresa.-
3. Constancia de no encontrarse en Quiebra de la Empresa.
4. Patente Municipal Comercial vigente.-
5. Certificado de Cumplimiento Tributario.-
6. lista del personal inscripto en I.P.S., durante los 18 últimos meses, por lo que dicha Oferente, deberá presentar la documentación respectiva, en cumplimiento de las disposiciones establecidas el Pliego de Bases y Condiciones.-
7. Inscripción como IMPORTADOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de salud del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.-
8. Certificación emitida por el fabricante de que los equipos ofertados y adjudicados es/son nuevo/s, sin uso y no re-manufacturado/s, y con antigüedad de fabricación de hasta 3 años.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. César G. Ayala
Coordinación - DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rubén L. Smaltcan P.
Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

Por todo lo expuesto, se pone a consideración del Consejo de Administración el presente informe y las conclusiones legales, económicas y técnicas emergentes de las evaluaciones efectuadas, con la expresa sugerencia de adjudicar la presente licitación según los cuadros señalados por la suma total de Gs 3.878.998.951 (Guaraníes tres mil ochocientos setenta y ocho millones novecientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y uno).-

Es nuestro informe,

ABOG. RUBEN ALFREDO INSFRAN P.
DIRECCIÓN JURÍDICA

Abogado Mat. 10.550
Dirección Jurídica

JAVIER HERMENEGILDO CANTERO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CESAR GUSTAVO AYALA RUIZ DIAZ
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. César G. Ayala
Coordinación - DGBS

PARAGUAY TODOS Y TODAS

PARAGUAY BICENTENARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DBS/OBS/ N° 551/2011

MEMORANDUM

PARA : **Dirección de Gestión de Bienes y Servicios**
DE : Oficina de Coordinación – D.G.B.S.
REFERENCIA : Informe de Evaluación – LPN Nº 88/10.
LUGAR Y FECHA : Asunción; 19 de Agosto de 2011

Con relación al Informe de Evaluación de Ofertas inherentes a la **LPN Nº 88/10 "Adquisición de Torres de Endoscopía, Laparoscopía y Artroscopía para el IPS"**, se informa que se ha procedido a la revisión del mismo, conforme a las atribuciones establecidas en el Art. 10 del Decreto Nº 21909/03, que dice: *"Las UOC tendrán las siguientes atribuciones: ...revisar los informes de evaluación y refrendar la recomendación de la adjudicación del Comité de Evaluación, elevándola a la Autoridad superior si correspondiere".*

En ese sentido, no se realizan observaciones al Informe de Evaluación mencionado, por lo que se pone a su consideración para ser elevado al Consejo de Administración.

Atentamente.

Verificado por:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Alejandro Mendieta
D.G.B.S.

Ing. Elizabeth Molinas
Coordinadora
Oficina de Coordinación

Ventas Paraguayas

Un profundo respeto por la salud.

Av. Japón 2428 casi Av. Félix Bogado
Tel: 311 767/8 - Fax: 333 884
vpsa@vpsa.com.py RUC: 80012330-1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Licitación Pública Nacional N° 88/10 "Adquisición de Torres de Endoscopia, Laparoscopia y Artroscopia para el I.P.S. -
Asuncion, 14 de junio del 2011

000004

LISTA DE PRECIOS

LOTE N° 1

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/ PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA
1	42294944-998	Equipo de videoendoscopía para Ginecología		Unidad	Unidad	2	NO COTIZA	0
2	42294801-001	Fuente de luz para artroscopio y set de artroscopía	BBRUN AESCULAP/ALEMANIA	Unidad	Unidad	3	48.667.884	146.003.653
TOTAL OFERTADO LOTE 1 - ITEM 2 GUARANIES IVA INCLUIDO CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES.								146.003.653

LOTE N° 2: Sistema de videocapsula endoscópica

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/ PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA
1	42294944-995	Estación de Trabajo/ Sistema Video Capsula Endoscópica		Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	0
2	42294944-996	Grabador / Sistema Video Capsula Endoscópica		Unidad	Unidad	2	NO COTIZA	0
3	42294944-997	Video Capsula Endoscópica		Unidad	Unidad	10	NO COTIZA	0
TOTAL OFERTADO LOTE 2 - IVA INCLUIDO								

LOTE N° 3

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/ PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA
1	42294805-002	Torre para cirugía videolaparoscopía / Torre de artroscopía		Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	0
2	42294944-998	Torre de videoendoscopía		Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	0
3	42294944-998	Torre de videoendoscopía con sistema de videoenteroscopía		Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	0
4	42294805-002	Torre de Videolaparoscopía	BBRUN AESCULAP/ALEMANIA	Unidad	Unidad	1	362.340.049	362.340.049
5	42294944-002	Torre de Videolaparoscopía / Videocolonoscopio		Unidad	Unidad	2	NO COTIZA	0
6	42294944-002	Torre de Videolaparoscopía / Videogastroscopio		Unidad	Unidad	2		0
TOTAL OFERTADO LOTE 3 - ITEM 4 GUARANIES IVA INCLUIDO TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y NUEVE.-								362.340.049
TOTAL OFERTADO GUARANIES IVA INCLUIDO QUINIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS UNO.-								**508.343.701**

Ventas Paraguayas s.a.e.c.a.

MARIO ARCE
EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.

Ventas Paraguayas s.a.e.c.a.

ANDRES ARCE
EN CALIDAD DE PRESIDENTE
VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.

SEGUROS GENERALES S.A.

S E G E S A

CONDICIONES PARTICULARES

0000005

Póliza Nro. 4-1508-0001083-0000 | Sección/Modalidad 1508 (CAUCION /SUM Y/O SERV.-GTIA OFERTA)

Asegurado: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - I.P.S. | R.U.C. ó C.I. 80002269-6

Domicilio: LA DE HERRERA Y CONSTITUCION | Localidad: ASUNCION

Tomador: VENTAS PARAGUAYAS S.A.I.S.C.A. | R.U.C. ó C.I. 80012330-1

Domicilio: AV. JAPON 2428 C/FELIX BOGADO | Localidad: ASUNCION

Fecha de Emisión	Vigencia Desde las	hs. de	Vigencia Hasta las	hs. de	Plazo en días	Capital Máximo Asegurado
11/06/2011	14/06/2011	00:00	16/11/2011	24:00	155	Gs. 15.300.000

Entre SEGUROS GENERALES S.A. - SEGESA en adelante El Asegurador, quien en lo sucesivo se designa con el nombre de Asegurado o Tomador, conforme a la propuesta presentada, celebran un Contrato de seguro sujeto a las Condiciones Generales, Particulares y Específicas convenidas y aceptadas por las Partes que se indican a la presente Póliza, formando parte integrante de la misma.

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.

Prima	227.273
I.V.A. s/Prima	22.727
Premio	250.000
Interés p/Finac.	0
Iva s/Interés	0
Costo del Finac.	0
COSTO FINAL	250.000

DATOS DE FINANCIAMIENTO

Monto financiado Gs.	
	250.000

Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	14/06/2011	250.000
TOTAL		250.000

Cuando el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el Asegurado o Tomador, si no reclama dentro de los 15 días de haber recibido la Póliza. (Artículo 1556 del Código Civil).

Responsabilidad Máxima Gs. 15.300.000

Emitido en ASUNCION, 11 de Junio de 2011

Funcionamiento autorizado y Personería Jurídica reconocida por el Poder Ejecutivo según: Res. Nº 17759 Fecha 10/03/1956

El texto de esta Póliza ha sido registrado en la Superintendencia de seguros bajo el Código Nro. 045-0004 Res.Nº 8487 Fecha 22/04/1997

SEGESA

SEGUROS GENERALES S.A.
SEGESA

Lic. Feliciana A. de Sanchez
Gerencia Operativa

ARGON S.R.L. FOLIO -02- Equipos Médicos

Formulario de Lista de Precios

Fecha: Asunción, 14 de Junio de 2.011.-

LPN No. : 88/10 "Adquisición de Torres de Endoscopía, Laparoscopía y Artroscopía para el I.P.S."

LOTE N° 1								
Item	Codigo de Catalogo	Descripcion	Marca/Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario C/ I.V.A.	Precio Total C/ I.V.A.
1	42294944-998	Equipo de Videoendoscopia para Ginecología.	Tekno /Alemania	Unidad	Unidad	2	302.000.000	604.000.000
2	42294801-001	Fuente de Luz para artroscopio y set de artroscopia	Tekno /Alemania	Unidad	Unidad	3	49.000.000	147.000.000
							TOTAL OFERTADO LOTE N° 1 - IVA INCLUIDO.-	751.000.000

LOTE N° 2 Sistema de Videocapsula endoscopica								
Item	Codigo de Catalogo	Descripcion	Marca/Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario C/ I.V.A.	Precio Total C/ I.V.A.
1	42294944-995	Equipo de Videoendoscopia para Ginecología.	No Cotiza	Unidad	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza
2	42294944-996	Gravador / Sistema Video Capsula Endoscópica	No Cotiza	Unidad	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza
3	42294944-997	Video Capsula Endoscópica	No Cotiza	Unidad	Unidad	10	No Cotiza	No Cotiza
							TOTAL OFERTADO LOTE N° 2 - IVA INCLUIDO.-	No Cotiza

LOTE N° 3								
Item	Codigo de Catalogo	Descripcion	Marca/Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario C/ I.V.A.	Precio Total C/ I.V.A.
1	42294805-002	Torre para cirugía videolaparascopica / Torre de artroscopia	No Cotiza	Unidad	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza
2	42294944-998	Torre para cirugía videoendoscopia.	No Cotiza	Unidad	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza
3	42294944-998	Torre para cirugía videoendoscopia con sistema de videoenteroscopia.	No Cotiza	Unidad	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza
4	42294805-002	Torre de videolaparascopia.	Tekno /Alemania	Unidad	Unidad	1	484.000.000	484.000.000
5	42294944-002	Torre de videolaparascopia / Videocolonoscopio.	No Cotiza	Unidad	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza
6	42294944-002	Torre de videolaparascopia / Videogastroscopio.	No Cotiza	Unidad	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza
							TOTAL OFERTADO LOTE N° 3 - IVA INCLUIDO.-	484.000.000

Monto Total Son Guaranies: Un mil doscientos treinta y cinco millones (IVA Incluido).-	Monto Total - IVA Incluido.	1.235.000.000

Nombre del Oferente: ARGON S.R.L.

Firma _____ Econ. Gumercindo Pedrozo Rodriguez. En calidad de Apoderado.-
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de ARGON S.R.L.
El día 14 del mes de Junio del 2.011.-

Econ. Gumercindo Pedrozo R. Apoderado ARGON S.R.L.

Lucía Mongelós Escribana Dirección Jurídica

La Consolidada S.A. de Seguros

rapidez excelencia calidad

SEGURO DE CAUCION

FOLIO -05-

SUMINISTROS Y/O SERVICIOS, GARANTIA DE LA OFERTA
PÓLIZA N°.:07.1508.020608/000

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Aviadores del Chaco 1669 - Edifio AYMAC, Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario,

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Con domicilio en **CONSTITUCION E/ LUIS ALBERTO DE HERRERA**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 50.000.000
(GUARANÍES CINCUENTA MILLONES)

Que resulte obligado a efectuarle:

ARGON S.R.L.
Con domicilio en **REPUBLICA ARGENTINA N°2461 C/ PASO DE PATRIA - ASUNCION**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Licitación Pública Nacional N° 88/10 - "Adquisición de torres de endoscopía, laparoscopía y artroscopía para el IPS".

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 0:00 Hs del día **14/06/2011** hasta las 0:00 Hs. del día **21/11/2011**

LIQUIDACIÓN		
Prima:	Gs.	212.000.-
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	21.200.-
Premio:	Gs.	233.200.-
I.P.F.:	Gs.	0.-
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	0.-
Costo del Finan:	Gs.	0.-
COSTO FINAL:	Gs.	233.200.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO
Monto Financiado: 0,00.-
Vencimientos

Fecha	Monto
C O N T A D O	

VIGENCIA: **160 Dias**
Desde: **14/06/2011** Hasta: **21/11/2011**

Asunción, 13 de JUNIO de 2011

LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS

P/P ALBERTO LOPEZ PERTILE
Gerente Técnico

sempro
Servicio Electromédico Profesional S.A.

LISTA DE PRECIOS

Fecha: 14 de Junio del 2.011
LPN No.: 88/2.010
"ADQUISICIÓN DE TORRES DE ENDOSCOPÍA, LAPAROSCOPÍA Y ARTROSCOPIA PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011"

LOTE No 1								
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
1	42294944-998	Equipo de videoendoscopía para Ginecología	GIMMI/Alemania	Unidad	Unidad	2	Gs 204.709.445	Gs 409.418.890
2	42294801-001	Fuente de luz para artroscopio y set de artroscopía	GIMMI/Alemania	Unidad	Unidad	3	Gs 40.692.528	Gs 122.077.584
							TOTAL OFERTADO LOTE No 1 - IVA INCLUIDO	**Gs 531.496.474**

LOTE No 3								
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA
4	42294805-002	Torre de videolaparoscopia	GIMMI/Alemania	Unidad	Unidad	1	Gs 497.582.951	Gs 497.582.951
							TOTAL OFERTADO LOTE No 3 - IVA INCLUIDO	**Gs 497.582.951**

MONTO TOTAL DE LA OFERTA, IVA INCLUIDO **Gs 1.029.079.425**

MONTO TOTAL DE LA OFERTA: Son Guaranies, Un mil veinte y nueve millones, setenta y nueve mil, cuatrocientos veinte y cinco, IVA incluido.

Ing. Iván Darío Lusichi Saldivar - Representante Legal
Servicio Electromedico Profesional S.A. (SEMPRO S.A.)

sempro
Servicio Electromédico Profesional S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Raúl Samaniego
Sindicatura

sempro
Servicio Electromédico Profesional S.A.

3

La Consolidada S.A.
de Seguros

rapidez excelencia calidad

SUMINISTROS Y/O SERVICIOS, GARANTIA DE LA OFERTA
PÓLIZA Nº.:07.1508.020607/000

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Aviadores del Chaco 1669 - Edifio AYMAC, Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario,

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Con domicilio en **CONSTITUCION E/ LUIS ALBERTO DE HERRERA**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 31.500.000
(GUARANÍES TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL)

Que resulte obligado a efectuarle:

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. SEMPRO S.A.
Con domicilio en **JOSE ASUNCION FLORES Nº 2160 C/ 22 DE SETIEMBRE - ASUNCION**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Licitación Pública Nacional Nº 88/10 - "Adquisición de torres de endoscopía, laparoscopía y artroscopía para el IPS - Ad Referendum Ejercicio 2011".

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 0:00 Hs del día **14/06/2011** hasta las 0:00 Hs. del día **11/11/2011**

LIQUIDACIÓN		
Prima:	Gs.	136.364.-
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	13.636.-
Premio:	Gs.	150.000.-
I.P.F.:	Gs.	0.-
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	0.-
Costo del Finan:	Gs.	0.-
COSTO FINAL:	Gs.	150.000.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO
Monto Financiado: 0,00.-
Vencimientos

Fecha	Monto
C O N T A D O	

VIGENCIA: **150 Dias**
Desde: **14/06/2011** Hasta: **11/11/2011**

Asunción, 13 de JUNIO de 2011

LA CONSOLIDADA S.A.
DE SEGUROS

P/P ALBERTO LOPEZ PERTILE
Gerente Técnico

sempro
Servicio Electromédico Profesional S.A.

SALUMAX

FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS

FECHA 14 JUN 2011

LPN Nº 88/10 "Adquisición de Torres de endoscopía, laparoscopía y artroscopía para el IPS - AD Referendum Ejercicio 2011"

LOTE Nº 1						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA/ PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA
1	42294944-998	Equipo de videoendoscopíapara ginecología	RICHARD WOLF ALEMANIA	2	286.300.000	572.600.000
2	42294801-001	Fuente de luz para artroscopio y set de artroscopia	RICHARD WOLF ALEMANIA	3	51.243.000	153.729.000
			TOTAL OFERTADO LOTE 1 IVA INCLUIDO			726.329.000

LOTE Nº 3						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA/ PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA
2	42294944-998	Torre de video endoscopía	FUJINON/FUJIFILM JAPON/ USA	1	288.836.000	288.836.000
3	42294944-998	Torre de video endoscopía con sistema de videoenteros	FUJINON/FUJIFILM JAPON/ USA	1	464.510.000	464.510.000
4	42294805-002	Torre de video laparoscopia	RICHARD WOLF ALEMANIA	1	688.790.000	688.790.000
6	42294944-002	Torre de videolaparoscopia/videograstroscopio	FUJINON/FUJIFILM JAPON/ USA	2	139.800.000	279.600.000
			TOTAL OFERTADO LOTE 3 IVA INCLUIDO			1.721.736.000

MONTO TOTAL DE LA OFERTA: G. 2.448.065.000 (Guaraníes dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones sesenta y cinco mil) IVA incluido.-

Nombre: Juan Carlos Carbonati

Nombre: Lorena Carbonati Oronoz

Juan Carlos Carbonati
Director
SALUMAX S.A.

Lorena Carbonati Oronoz
Directora
SALUMAX S.A.

Debidamente autorizados para firmar la oferta por y en nombre de SALUMAX S.A.

El día

CONDICIONES PARTICULARES

0000925

Póliza Nro.	Sección/Modalidad
2 .1508.0002968.0000	1508 (CAUCION /SUM.Y/O SERV.-GTIA.OFERTA)

Asegurado: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.) R.U.C. o C.I. 80002269-6

Domicilio: CONSTITUCION E/ HERRERA Y PETTIROSSI Localidad: ASUNCION

Tomador: SALUMAX S.A. R.U.C. o C.I. 80018828-4

Domicilio: Avda. Bernardino Caballero Nro. 198 Localidad: ASUNCION

Fecha de Emisión	Vigencia Desde las	Vigencia Hasta las	Plazo en días	Capital Máximo Asegurado.
13/06/2011	07:00 hs de 14/06/2011	07:00 hs de 11/11/2011	150	Gs. 74.000.000

Entre LA RURAL S.A. DE SEGUROS en adelante el "Asegurador" y quien precedentemente se designa con el nombre de "Asegurado o Tomador", conforme a la propuesta presentada, celebran un Contrato de seguro sujeto a las Condiciones Generales y Particulares convenidas y aceptadas para ser efectuadas de buena fé y que se anexan a la presente Póliza formando parte integrante de la misma.

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	600.000
I.V.A. s/Prima	60.000
Premio	660.000
Interés p/Finac.	0
Iva s/Interes	0
Costo del Finac	0
COSTO FINAL	660.000

Esta Compañia esta autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros según:

Res. Nº 49 Fecha 08/07/1996

El texto de esta Póliza ha sido registrado en la Superintendencia de seguros bajo el Código Nro.

2-0009 Res.Nº 188/98 Fec. 23/06/1998

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Monto financiado Gs.: 660.000

Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	14/06/2011	660.000
TOTAL		660.000

Cuando el texto de la Póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el "Asegurado o Tomador" si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. (Articulo 1556 del Código Civil).

Se anexan las Cláusulas de Exclusión de Interpretación Daños por fecha y de Exclusión de Guerra.

Emitido en ASUNCION, 13 de junio de 2011

LA RURAL S.A. DE SEGUROS

SALUMAX

ALBATROS

ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

L. A. de Herrera 558 E-mail: albatros@tigo.com.py Teléf/fax: (595-21) 441 407 Web: www.albatros.com.py

Formulario de Listas de Precios

Listas de Precios

LOTE Nº 1

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/IVA
1	42294944-998	EQUIPO DE VIDEOENDOSCOPIA PARA GINECOLOGIA	KARL STORZ / ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	2	210.000.000	420.000.000
2	42294801-001	FUENTE DE LUZ PARA ATROSCOPIO Y SET DE ARTROSCOPIA	KARL STORZ / ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	3	35.100.000	105.300.000
							TOTAL OFERTADO LOTE 1 IVA INCLUIDO	525.300.000

LOTE Nº 3

ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/IVA
1	42294805-002	TORRE PARA CIRGUGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA / TORRE DE ARTROSCOPIA	KARL STORZ / ALEMANIA OBS: ORDEN 4.10 SON DE: LINVATEC / USA VBM / ALEMANIA INTEGRA / USA SARTORI / BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	1.091.750.000	1.091.750.000
2	42294944-998	TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA	KARL STORZ / ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	1	452.000.000	452.000.000
3	42294944-998	TORRE DE VIDEOENDOSCPIA CON SISTEMA VIDEOENTEROSCOPIO	KARL STORZ / ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	1	574.500.000	574.500.000

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presid[illegible]

Anni F. de Thiede
Albatros S.A.C.I.
Anni F. de Thiede
Vice Presidente

00000003 ORIGINAL

4	42294805-002	TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	KARL STORZ / ALEMANIA	UNIDAD	UNIDAD	1	557.100.000	557.100.000
							TOTAL OFERTADO LOTE 3 IVA INCLUIDO	2.675.350.000
							TOTAL GENERAL OFERTADO	3.200.650.000

MONTO TOTAL DE LA OFERTA: SON GUARANÍES: 3.200.650.000 (TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL) IVA INCLUIDO

Firma: Albatros S.A.C.I. Rolf W. Thiede Presidente — Albatros S.A.C.I. Anni F. de Thiede Vice Presidente

Nombre: **Rolf W. Thiede** — **Anni F. de Thiede.**

En calidad de: Presidente. — Vicepresidente.

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: **ALBATROS S.A.C.I.**

El día _ 14___ del mes _junio____ del año _____2011____

Esq. José Asvera
Director Jurídico A.I.P.S.

OFICIO 0-0-0-0 4

asepasa
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

ORIGINAL

Israel 309 e/ Rio de Janeiro
ASUNCION PARAGUAY
Teléfono: (595-21) 215-086
R.U.C. 80002091-0

00000006

SECCION:
SUMINISTROS Y/O SERVICIOS, GARANTIA DE LA OFERTA

El texto de esta póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo el Código Nº 006-0011 por Resolución SS.RP. Nº 217/97 de fecha 01 de Octubre de 1997.-

Póliza Nº.	Fecha Emisión	Inicio Vigencia	FinVigencia	Plazo	Renueva a
18.1508.05565/000	10/06/2011	14/06/2011	11/12/2011	180 Dias	-o-

ASEGURADO:
"INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (IPS)"
TOMADOR - DOMICILIO:
[illegible]
LUIS A. DE HERRERA Nº 558 - ASUNCION
RUC: 80002766-3
Tel.: 441-407

Entre ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., en adelante denominado el "Asegurador" y quien precedentemente se designa con el nombre de "Proponente" o "Tomador", conforme a la propuesta por él presentada, celebran un Contrato de Seguro sujeto a las Condiciones Particulares, Condiciones Particulares Comunes y Condiciones Generales comunes convenidas y aceptadas para ser efectuadas de buena fe y que se anexan a la presente Póliza, formando parte integrante de la misma.

CONDICIONES PARTICULARES

Suma Asegurada : **Gs. 108.000.000. -**

Objeto

ADQUISICION DE TORRES DE ENDOSCOPIA, LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL.-
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº. 88/2010.-

Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la Propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el Asegurado si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. (Art. 1556 C.C.)

Forman parte integrante de la presente Póliza, las siguientes Clausulas Adicionales, Anexos y Endosos:

CLÁUSULA DE TERRORISMO, AÑO 2000, ADECUACIÓN AL CÓDIGO PENAL, ANEXA 08.- ----------

LIQUIDACIÓN

Prima:	Gs.	1.363.636. -
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	136.364. -
Premio:	Gs.	1.500.000. -
I.P.F.	Gs.	0. -
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	0. -
Costo Refinanc.:	Gs.	0. -
COSTO FINAL:	Gs.	1.500.000. -

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Monto Financiado: 1.500.000.-
Vencimientos

Fecha	Monto
C O N T A D O	

Albatros S.A.C.I.
Rolf W. Thiede
Presidente

Albatros S.A.C.I.
Anni F. de Thiede
Vice Presidente

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A

MARCELO MONTI
GERENTE COMERCIAL

micronal
Equipos e Instrumentos de Precisión

MICRONAL S.R.L.
15 de Agosto 818 e/ Humaitá y Piribebuy - Teléfono 497 871 - R.A. 446 503 - Fax: 00595 - 21 - 442 772 - P.O. Box 2630
Asunción Paraguay

Nuestra Ref.:

Asunción, 14 de junio 2011

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
- Dirección de Gestión de Bienes y Servicios-
Constitución e/ Luís Alberto de Herrera
Asunción
Paraguay

LISTA DE PRECIOS

Fecha: **14 de junio 2011**
L.P.N. **No.: 88/10**
"Adquisición de Torres de Endoscopía, Laparoscopía y Artroscopia para el I.P.S. - Ad Referendum Ejercicio 2011"

LOTE N° 2 - SISTEMA DE VIDECAPSULA ENDOSCOPICA								
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA/ PROCEDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/IVA
1	42294944-995	Estación de Trabajo/ Sistema Video Capsula Endoscópica	OLYMPUS/Japón	Unidad	Unidad	1	**Gs. 47.300.000,-**	**Gs. 47.300.000,-**
2	42294944-996	Grabador/Sistema Video Capsula Endoscópica	OLYMPUS/Japón	Unidad	Unidad	2	**Gs. 71.500.000,-**	**Gs.143.000.000,-**
3	42294944-997	Video Capsula Endoscópica	OLYMPUS/Japón	Unidad	Unidad	10	**Gs. 1.452.000,-**	**Gs. 14.520.000,-**
							TOTAL OFERTADO LOTE N° 2 I.V.A. INCLUIDO	***Gs. 204.820.000,-***

LOTE N° 3								
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA/ PROCEDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/IVA
2	42294944-998	Torre de Videoendoscopía	OLYMPUS/Japón	Unidad	Unidad	1	**Gs. 244.200.000,-**	**Gs. 244.200.000,-**
3	42294944-998	Torre de Videoendoscopía con Sistema de Videoenteroscopía	OLYMPUS/Japón	Unidad	Unidad	1	**Gs. 378.400.000,-**	**Gs. 378.400.000,-**
5	42294944-002	Torre de Videolaparoscopía/ Videocolonoscopio	OLYMPUS/Japón	Unidad	Unidad	2	**Gs. 187.000.000,-**	**Gs. 374.000.000,-**
							TOTAL OFERTADO LOTE N° 3 I.V.A. INCLUIDO	***Gs. 996.600.000,-***

Monto Total de la Oferta: Son Guaranies 1.201.420.000,- (mil doscientos un millones, cuatrocientos veinte mil) I.V.A. Incluido.

Nombre: **Enis Okurdil** En calidad de **Socio-Gerente**

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de **MICRONAL S.R.L.**

El día **14 del mes de junio de 2011**

MICRONAL S.R.L.
15 de Agosto 818 c/ Humaitá
Dirección Postal: P.O. BOX: 2630
Tel./Fax: 595-21 442.772
ASUNCION - PARAGUAY

SEGUROS CHACO S.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS

MCAL. ESTIGARRIBIA Nº 982
Tels: 444-032 495-649
Asunción - Paraguay

El texto de esta poliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo e Codigo No. 22-0006 por Resolucion SS.RP. No. 350/98 de fecha 24 de setiembre de 1998

SEGURO DE CAUCION - CONDICIONES PARTICULARES - Modalidad: GTIA.SERV.OFERT

Nº de Poliza	Fecha Emisión	Inicio Vigencia	Fin Vigencia	Plazo
22.1508.07524/000	13/JUN/2011	14/JUN/2011	11/NOV/2011	150 dias

Autorizado a operar según Res. Nº 3, Acta 18 del Directorio del Banco Central del Paragua en fecha 05/07/1977

Tomador: 15244 - MICRONAL S.R.L. **R.U.C** 80005874-7
15 DE AGOSTO 818 - ASUNCION

Asegurado: 000039 - INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.)

SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, en adelante denominado el "Asegurador" y quien en adelante se designa con el nombre de "Tomador conforme a la propuesta por él presentada , celebran un Contrato de Seguro, sujeto a las Condiciones Generales y Particulares, convenidas y aceptadas para se ejecutadas de buena fe y que se anexan a la presente Póliza, formando parte integrante de la misma

Objeto de la Licitación o el Contrato

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 88/2010. ADQUISICION DE TORRES DE ENDOSCOPIA, LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA EL IPS-AD REFERENDUM-EJERCICIO 2011.-

Suma Asegurada: **Gs. 40.000.000. -**

Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la Propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Art.1556 CC)

LIQUIDACIÓN

Prima:	Gs.	181.818.-
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	18.182.-
Premio:	Gs.	200.000.-
I.F.P.	Gs.	0.-
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	0.-
Costo Refinanc.:	Gs.	0.-
COSTO FINAL:	Gs.	200.000.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Monto Financiado: 0,00.-
Vencimientos

Fecha	Monto
C O N T A D O	

Forman parte integrante de la presente Póliza, lo siguiente :

ANEXO No. 3, COND. PART.ESPECIFICAS, CLAUSULA ESPECIAL TEMPORAIRA Y SUPLEMENTO ESPECIAL DE CAUCION.-

SEGUROS CHACO S.A. SEGUROS Y REASEGUROS

MICRONAL S.R.L.
15 de Agosto 818 c/ Humaitá
Dirección Postal: P.O. BOX: 263(
Tel./Fax: 595 21 442 [illegible]
ASUNCION - PARAGUAY

JORGE BURDIN FANDES ADRIAN VELILLA F.
Vice Presidente

5

cateteres & afines s.A.

ORIGINAL

Asunción, 14 de Junio de 2.011

Licitación Pública Nacional Nro. 88/2010

"Adquisición de Torres de Endoscopía, Laparoscopía y Artroscopía para el I.P.S. - Ad Referendum Ejercicio 2.011"

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Lista de Precios

Lote Nro. 2

Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca/Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/IVA
1	42294944-995	Estación de Trabajo/Sistema Video Cápsula Endoscópica	Intromedic/Korea	Unidad	Unidad	1	57.500.000	57.500.000
2	42294944-996	Grabador/Sistema Video Cápsula Endoscópica	Intromedic/Korea	Unidad	Unidad	2	28.750.000	57.500.000
3	42294944-997	Video Cápsula Endoscópica	Intromedic/Korea	Unidad	Unidad	10	3.500.000	35.000.000
				TOTAL OFERTADO LOTE 2 - IVA INCLUIDO				150.000.000

La oferta total asciende a la suma de Guaraníes Ciento cincuenta millones.-

Nombre: Elena Rosalía Romero Morales

Firma:

Debidamente autorizada a firmar la oferta por y en nombre de: CATETERES Y AFINES S.A.

Abg. Edith Cardozo E.
ASESOR JURIDICA

000006

Cerro Corá 3880 c/ Radio Operadores del Chaco - Tel./Fax: +595 21 441 938
Email: gerencia@cateteresyafines.com.py

Elena Romero Morales
Representante Legal
Cateteres y Afines S.A.

CONDICIONES PARTICULARES

ORIGINAL

Póliza Nro.	Sección/Modalidad
2 .1508.0002971.0000	1508 (CAUCION /SUM.Y/O SERV.-GTIA.OFERTA)

Asegurado: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.) — R.U.C. o C.I. 80002269-6

Domicilio: CONSTITUCION E/ HERRERA Y PETTIROSSI — Localidad: ASUNCION

Tomador: CATETERES Y AFINES S.A. — R.U.C. o C.I. 80030030-0

Domicilio: BERNARDINO CABALLERO NRO.473 C/ CERRO CORA — Localidad: ASUNCION

Fecha de Emisión	Vigencia Desde las	Vigencia Hasta las	Plazo en días	Capital Máximo Asegurado.
13/06/2011	07:00 hs de 14/06/2011	07:00 hs de 11/11/2011	150	Gs. 5.400.000

Entre LA RURAL S.A. DE SEGUROS en adelante el "Asegurador" y quien precedentemente se designa con el nombre de "Asegurado o Tomador", conforme a la propuesta presentada, celebran un Contrato de seguro sujeto a las Condiciones Generales y Particulares convenidas y aceptadas para ser efectuadas de buena fé y que se anexan a la presente Póliza formando parte integrante de la misma.

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	250.000
I.V.A. s/Prima	25.000
Premio	275.000
Interés p/Finac.	0
Iva s/Interes	0
Costo del Finac	0
COSTO FINAL	275.000

Esta Compañia esta autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros según:

Res. Nº 49 — Fecha 08/07/1996

El texto de esta Póliza ha sido registrado en la Superintendencia de seguros bajo el Código Nro.

2-0009 — Res.Nº 188/98 — Fec. 23/06/1998

DATOS DEL FINANCIAMIENTO		
Monto financiado Gs.:		275.000
Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	14/06/2011	275.000
TOTAL		275.000

Cuando el texto de la Póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el "Asegurado o Tomador" si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. (Articulo 1556 del Código Civil).

Se anexan las Cláusulas de Exclusión de Interpretación Daños por fecha y de Exclusión de Guerra.

Emitido en ASUNCION, 13 de junio de 2011

000010

LA RURAL S.A. DE SEGUROS

Elena Romero A

Representante L

Catéteres y Afines

ACTA N° 048/11
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 88/10
"ADQUISICIÓN DE TORRES DE ENDOSCOPIA, LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA EL I.P.S. - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de junio del año dos mil once, en la Sede del Instituto de Previsión Social, siendo las 08:45 horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 88/10 "ADQUISICIÓN DE TORRES DE ENDOSCOPIA, LAPAROSCOPIA Y ARTROSCOPIA PARA EL I.P.S. - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011".**

Estando presentes para el acto de apertura: la Esc. Lucia Mongelos, la Esc. Edith Cardozo y la Esc. Rosi Ani Vera de la Dirección Jurídica, el Lic. Raúl Samaniego de la Sindicatura y la Ing. Priscilla Flor de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios y los oferentes presentes.

Seguidamente, siendo las 09:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1.- CATETERES & AFINES S.A.: Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 150.000.000.- (Guaraníes ciento cincuenta millones) IVA incluido. **Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta**: Gs. 5.400.000.- (Guaraníes cinco millones cuatrocientos mil). Empresa Aseguradora: LA RURAL S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 2.1508.0002971.0000.-

2.- SALUMAX S.A.: Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 2.448.065.000.- (Guaraníes dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones sesenta y cinco mil) IVA incluido. **Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta**: Gs. 74.000.000.- (Guaraníes setenta y cuatro millones). Empresa Aseguradora: LA RURAL S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 2.1508.0002968.0000.-

3.- SEMPRO S.A.: Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 1.029.079.425.- (Guaraníes un mil veinte y nueve millones setenta y nueve mil cuatrocientos veinte y cinco) IVA incluido. **Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta**: Gs. 31.500.000.- (Guaraníes treinta y un millones quinientos mil). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 07.1508.020607/000.-

4.- ALBATROS SACI: Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 3.200.650.000.- (Guaraníes tres mil doscientos millones seiscientos cincuenta mil) IVA incluido. **Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta**: Gs. 108.000.000.- (Guaraníes ciento ocho millones). Empresa Aseguradora: ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. N° de Póliza: 18.1508.05565/000.-

5.- VENTAS PARAGUAYAS SAECA: Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 508.343.701.- (Guaraníes quinientos ocho millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos uno) IVA incluido. **Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta**: Gs. 13.500.000.- (Guaraníes trece millones quinientos mil). Empresa Aseguradora: SEGUROS GENERALES S.A. N° de Póliza: 4.1508.0001083.0000.-

6.- MICRONAL S.R.L.: Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 1.201.420.000.- (Guaraníes un mil doscientos un millones cuatrocientos veinte mil) IVA incluido. **Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta**: Gs. 40.000.000.- (Guaraníes cuarenta millones). Empresa Aseguradora: SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS N° de Póliza: 22.1508.07524/000.-

7.- ARGON S.R.L.: Según planilla de precios cotiza por un monto de Gs. 1.235.000.000.- (Guaraníes un mil doscientos treinta y cinco millones) IVA incluido. **Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta**: Gs. 50.000.000.- (Guaraníes cincuenta millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 07.1508.020608/000.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lucía Mongelos
Escribana
Dirección Jurídica

Esc. Edith Cardozo E.
DIRECCION JURIDICA

Matthias Thiede
Dpto. de Ventas / Marketing
ALBATROS S.A.C.I.

Esc. ROSI ANI VERA
DIRECCION JURIDICA - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Raúl Samaniego
Sindicatura

Observaciones:

El Sr. Matias Thiede de la firma ALBATROS SACI manifiesta, que las empresas SEMPRO S.A. y VENTAS PARAGUAYAS SAECA, no presentan en condiciones lo solicitado en la IAO 11.1 e numeral 1, en lo referente al cumplimiento de los parámetros.

Las listas de verificación cuantitativa y no de contenido, avaladas por las firmas de los funcionarios responsables del Instituto de Previsión Social, que tuvieron a su cargo la verificación respectiva, se encuentran agregadas a las carpetas originales presentadas por los oferentes. El análisis formal y sustancial de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas por la Comisión Evaluadora.

En cumplimiento al artículo 4º incisos b) y c) de la Ley 2.051/03, se deja constancia que durante este acto, los oferentes han revisado las carpetas con las ofertas presentadas.

Seguidamente, se dio por terminado el acto, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día arriba señalado, firmando el acta los presentes, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lucía Mongelós
Escribana
Dirección Jurídica

Esc. Edith Cardozo E.
DIRECCION JURIDICA

Matthias Thiede
Dpto. de Ventas / Marketing
ALBATROS S.A.C.I.

Ma. de las Mercedes
Román de Peña
ARGON S.R.L.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Raúl Samaniego
Sindicatura

ZARANI VERA
DIR. JURIDICA - I.P.S.