UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Departamento de Contrataciones Públicas
07 DIC 2017
Nº: 4451 Firma:
Hora: 10:15 Aclaración:
Carlos Nuñez B.
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas U.N.A.

# INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 29 días del mes de noviembre de 2.017, siendo las 10:30 horas, se reúne en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, sito en la casa de la calle Mcal. López y Cnel. Cazal de esta ciudad, el COMITÉ EVALUADOR DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN, a los efectos de evaluar, conforme a los criterios establecidos en el llamado, la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 52/2017 "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDICOS – AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA". ID N° 337.853.** El presente procedimiento se efectúa conforme a las disposiciones contenidas en la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas y reglamentada por Decreto No 21.909/03. Para tal efecto, fue conformado el Comité Evaluador según Resolución D. Nº 1.521/2017.-

## ANTECEDENTES DEL LLAMADO

- La Nota Adm. HC Nº 986/2017 con Visto Bueno del Director del Hospital, en la cual se remite el pedido para la ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDICOS AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA.
- La Resolución D. N° 1927/2.017 que aprueba el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones para la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 52/2017 "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDCIOS – AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA". ID N° 337.390.**
- La Nota DCP Nº 3.036/2.017 de fecha 08 de noviembre de 2.017, por la cual se comunica el llamado en tiempo y forma a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
- Los Decretos N° 21.909/03 y 5.174/05 que reglamenta las Leyes N° 2.051/03 y 3.439/07 de "Contrataciones Públicas".
- El Acta de Apertura de fecha 29 de noviembre de 2.017.
- El Dictamen Nº 283/2.017, de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones.
- El Informe Técnico elaborado por la Jefa del Departamento de Suministros del Hospital de Cínicas y el Jefe del Dpto. de Electromedicina del Hospital de Clínicas.

**PRIMERO**: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, observándose la recepción de 4 (cuatro) ofertas: **ALBATROS S.A.C.I., ARGON S.R.L., CHACO INTERNACIONAL S.A., y CATETERES & AFINES S.A.**

**Se transcribe la observación asentada durante el acto de apertura:**
El representante de la firma ARGON S.R.L. manifiesta que la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. no presenta Carta de Autorización del Fabricante para el Item Nº 17 de la marca CONFFIDEL/LPM, tampoco Planilla de Datos Garantizados solicitados en el PBC.

**Respuesta:** La observación será considerada en el punto Tercero del presente Informe, durante el análisis del contenido documental de carácter formal no sustancial y la evaluación técnica.-

**SEGUNDO:** se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal sustancial**, llevado a cabo por el Comité el cual concluye que:

**Observación:** Para los oferentes que presentaron junto con su Oferta Constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), los documentos (sustanciales y no sustanciales) que se encontraban en estado "Activo" fueron verificados según los números de constancias detallados a continuación:

| EMPRESA | Número de Constancia |
|---|---|
| ALBATROS S.A.C.I. | 1.479.339 |
| ARGON S.R.L. | 1..479.400 |
| CHACO INTERNACIONAL S.A. | 1.479.407 |
| CATETERES & AFINES S.A. | 1.479.219 |

| REFERENCIAS PARA DOCUMENTOS FORMALES SUSTANCIALES | |
|---|---|
| DESCRIPCION | Nro. De referencia |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | |
|---|---|
| Garantía de Mantenimiento de Oferta | 2 |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.* | 3 |
| En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.* | 4 |
| Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* | 5 |
| Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | 6 |
| Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * | 7 |

| DOCUMENTOS FORMALES SUSTANCIALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Empresa** | **NRO. DE REFERENCIA** | | | | | | |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ALBATROS S.A. | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) |
| ARGON S.R.L. | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) |
| CHACO INTERNACIONAL S.A. | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) |
| CATETERES & AFINES S.A. | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) | CUMPLE (SIPE) |

**TERCERO**: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal no sustancial**, llevado a cabo por el Comité en cual concluye que:

| DESCRIPCION | ALBATROS S.A.C.I. | ARGON S.R.L. | CHACO INTERNACIONAL S.A. | CATETERES & AFINES S.A. |
|---|---|---|---|---|
| Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Certificado de Cumplimiento Tributario vigente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Patente municipal vigente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Planilla de Datos Garantizados de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Antigüedad Mínima: 3 años comprobados con los Balances Impositivos presentados. (años 2014, 2015 y 2016). | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a la provisión de Equipos y/o Accesorios Médicos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| El oferente deberá demostrar mediante la presentación de facturas, contratos y/o actas de recepción, haber proveído a entidades públicas y/o privadas, Equipos y/o Accesorios Médicos, por un monto de como mínimo el 30% del monto de la oferta presentada en promedio de los tres últimos años (2014, 2015 y 2016). | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documentos que acrediten que el Oferente es Fabricante del producto que oferta. Tratándose de Agente, Distribuidor o Representante para el Paraguay, deberá presentar la documentación expedida por el Fabricante o Agente Regional, debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, con certificado de vigencia. | NO APLICA | CUMPLE | NO APLICA | NO APLICA |
| Si el producto es de origen nacional deberá presentar Titulo de Marca expedido por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. En caso de que la empresa sea fabricante de el/los producto/s ofertado/s deberá presentar Titulo de Marca expedido por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. | NO APLICA | CUMPLE | NO APLICA | NO APLICA |

Durante la evaluación se requirió formalmente a través de notas del Departamento de Contrataciones Públicas lo detallado a continuación:

1- **A CHACO INTERNACIONAL S.A., según nota DCP de fecha 01/12/2017 lo siguiente:**
   1. Certificado de Cumplimento Tributario vigente.
   2. Patente municipal vigente.
   3. Planilla de Datos Garantizados de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.
   4. Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.
   5. Antigüedad Mínima: 3 años comprobados con los Balances Impositivos presentados. (Años 2014, 2015 y 2016).
   6. Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, en relación a la provisión de Accesorios Médicos.
   7. El oferente deberá demostrar mediante la presentación de facturas, contratos y/o actas de recepción, haber proveído a entidades públicas y/o privadas, Accesorios Médicos, por un monto de como mínimo el 30% del monto de la oferta presentada en promedio de los tres últimos años (2014, 2015 y 2016).

La firma CHACO INTERNACIONAL S.A., presentó en tiempo y forma los documentos solicitados, según consta en la nota con M.E. DCP Nº 4376/2.017

2- **A ARGON S.R.L., según nota DCP Nº de fecha 01/12/17 lo siguiente:**
- Explicación detallada de la composición del precio ofertado (**Ítems indicados en nota DCP**)

La firma ARGON S.R.L., presentó en tiempo y forma los documentos solicitados, según consta en la nota con M.E. DCP Nº 4368/2.017

3- **A CATETERES & AFINES S.A., según nota DCP Nº de fecha 01/12/17 lo siguiente:**
- Explicación detallada de la composición del precio ofertado (**Ítems indicados en nota DCP**)

La firma CATETERES & AFINES S.A., presentó en tiempo y forma los documentos solicitados, según consta en la nota con M.E. DCP Nº 4374/2.017

**CUARTO**: se procede a evaluar la capacidad financiera de los oferentes: **ALBATROS S.A.C.I., ARGON S.R.L., CHACO INTERNACIONAL S.A. y CATERES & AFINES S.A.,** de lo que resulta lo siguiente:

**INFORME DE RATIOS**

| EMPRESA | RATIOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDEZ | | | | ENDEUDAMIENTO | | | | RENTABILIDAD | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | Prom. | 2014 | 2015 | 2016 | Prom. | 2014 | 2015 | 2016 | Prom. |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ALBATROS S.A.C.I.** | 1,92 | 3,11 | 2,15 | **2,39** | 0,51 | 0,26 | 0,40 | **0,39** | 39,32 | 51,79 | 30,80 | **40,64** |
| 2 | **ARGON S.R.L.** | 2,68 | 2,48 | 1,75 | **2,30** | 0,19 | 0,13 | 0,11 | **0,14** | 5,83 | 8,83 | 2,47 | **5,71** |
| 3 | **CHACO INTERNACIONAL S.A.** | 1,93 | 1,29 | 1,35 | **1,52** | 0,40 | 0,50 | 0,55 | **0,48** | 11,85 | 21,47 | 22,46 | **18,59** |
| 4 | **CATETERES & AFINES S.A.** | 3,05 | 36,84 | 8,48 | **16,13** | 0,29 | 0,19 | 0,11 | **0,20** | 17,07 | 40,28 | 8,70 | **22,01** |

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
***Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los 3 últimos años (2014, 2015 y 2016).***
*b. Endeudamiento: pasivo total / activo total*
***No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2014, 2015 y 2016).***
*c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital*
***El promedio en los últimos 3 años (2014, 2015 y 2016) no deberá ser negativo.***

*Por tanto, las empresas:* **ALBATROS S.A.C.I., ARGON S.R.L., CHACO INTERNACIONAL S.A. y CATERES & AFINES S.A.,** cumplen con la Capacidad Financiera exigida en el Pliego de Bases y Condiciones.

**QUINTO:** se procede a realizar el análisis de carácter técnico, conforme a los criterios establecidos en el llamado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y Art. 61 del Decreto N° 21.909 Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas y se procedió a clasificar la oferta según el monto de menor a mayor de lo que resulta lo siguiente:

**ÍTEM Nº 1: APARATO DE PRESIÓN**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42181608-001 | APARATO DE PRESIÓN | **ARGON S.R.L.** | 50 | UNIDAD | UNIDAD | 700.000 | HEINE | ALEMANIA | 700.000 | 35.000.000 |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APARATO DE PRESION Esfigmomanometro o tensiometro | UNIDAD | UNIDAD | APARATO DE PRESION ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO. con 1 brazal Adulto y 1 brazal adulto obeso; A prueba de golpes. Materiales libres de látex. Manómetro con seguridad de sobrepresión. El micro filtro protege la válvula y el sistema de medida. Escala de diseño grande, Diámetro 56 mm, se puede leer cómodamente. Aguja indicadora exactamente calibrada, durable y resistente a los golpes. Gran pera insufladora para inflar el manguito rápidamente (50% más volumen de la pera). Válvula giratoria de precisión para dosificación fina; tope de goma en ambas direcciones de giro para evitar trabadas de la válvula. Manguito de 1 tubo con cierre de velcro lavable. Carcasa de material plástico / TP elastómero de 2 componentes con cubierta antideslizante para absorción de golpes. |

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **ARGON S.R.L.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por la firma **ARGON S.R.L.,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal B)*** **Análisis de precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

## ÍTEM Nº 2: BALÓN DE OXÍGENO MEDICINAL

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42171911-001 | BALÓN DE OXIGENO MEDICINAL | | 7 | UNIDAD | UNIDAD | 3.080.000 | SIN OFERTA | | | |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BALON DE OXIGENO MEDICINAL | UNIDAD | UNIDAD | BALON DE OXIGENO MEDICINAL PARA TRASLADO DE PACIENTES, DE 1.5 M3 DE VOLUMEN, CON CARRITO DE TRANSPORTE, CON VALVULAS COMPATIBLE CON PROCEDENCIA ARGENTINA O BRASILERA EXISTENTES EN EL HOSPITAL DE CLINICAS. **Cada unidad debe contar con un placa metálica identificatoria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** |

El presente ítem no cuenta con ninguna oferta susceptible de analizarse técnica y económicamente, por lo que se recomienda declarar **DESIERTO** el presente ítem, según lo establecido en el artículo N° 30 Inc. "a)" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

## ÍTEM Nº 3: BALÓN DE OXÍGENO MEDICINAL

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42171911-001 | BALÓN DE OXIGENO MEDICINAL | | 7 | UNIDAD | UNIDAD | 2.480.000 | SIN OFERTA | | | |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BALON DE OXIGENO MEDICINAL | UNIDAD | UNIDAD | BALON DE OXIGENO MEDICINAL PARA TRASLADO DE PACIENTES, DE 1M3 DE VOLUMEN, CON CARRITO DE TRANSPORTE, CON VALVULAS COMPATIBLE CON PROCEDENCIA ARGENTINA O BRASILERA EXISTENTES EN EL HOSPITAL DE CLINICAS. **Cada unidad debe contar con un placa metálica identificatoria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** |

El presente ítem no cuenta con ninguna oferta susceptible de analizarse técnica y económicamente, por lo que se recomienda declarar **DESIERTO** el presente ítem, según lo establecido en el artículo N° 30 Inc. "a)" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

## ÍTEM Nº 4: BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN ADULTO

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 41114509-002 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN ADULTO | **ARGON S.R.L.** | 30 | UNIDAD | UNIDAD | 165.000 | GIMA | ITALIA | 165.000 | 4.950.000 |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESION ADULTO | UNIDAD | UNIDAD | Brazal adulto con goma de un 1 vía |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **ARGON S.R.L.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por la firma **ARGON S.R.L.,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal B)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**ÍTEM Nº 5: BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN ADULTO**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41114509-002 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN ADULTO | **ARGON S.R.L.** | 30 | UNIDAD | UNIDAD | 250.000 | GIMA | ITALIA | 250.000 | 7.500.000 |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESION ADULTO | UNIDAD | UNIDAD | Brazal adulto obeso con goma de 2 vía |

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **ARGON S.R.L.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por la firma **ARGON S.R.L.,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal B)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**ÍTEM Nº 6: BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN ADULTO**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 41114509-002 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN ADULTO | **ARGON S.R.L.** | 30 | UNIDAD | UNIDAD | 218.000 | GIMA | ITALIA | 215.000 | 6.450.000 |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESION ADULTO | UNIDAD | UNIDAD | Brazal adulto con goma de 2 vía |

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **ARGON S.R.L.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por la firma **ARGON S.R.L.,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal B)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**ÍTEM Nº 7: BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN PEDIÁTRICO**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 41114509-007 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN PEDIATRICO | **ARGON S.R.L.** | 30 | UNIDAD | UNIDAD | 190.000 | GIMA | ITALIA | 190.000 | 5.700.000 |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 7 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESION PEDIATRICO | UNIDAD | UNIDAD | Brazal pediátrico con goma de 2 vía |

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **ARGON S.R.L.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por la firma **ARGON S.R.L.,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal B)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**ÍTEM Nº 8: CAMILLA CON RUEDAS**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 42192207-001 | CAMILLA CON RUEDAS | | 20 | UNIDAD | UNIDAD | 2.450.000 | SIN OFERTA | | | |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 8 | CAMILLA CON RUEDAS | UNIDAD | UNIDAD | Camilla para transporte de pacientes, medidas 0,60 m de ancho x 2m de largo x 0,80 m de altura,con ruedas giratorias de 5",dos de ellas con freno, varandilla rebatibles cromadas ,con lecho desmontable, tapizado forrado en tela vinilica lavable. **Cada unidad debe contar con un placa metálica identificatoria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** |

El presente ítem no cuenta con ninguna oferta susceptible de analizarse técnica y económicamente, por lo que se recomienda declarar **DESIERTO** el presente ítem, según lo establecido en el artículo N° 30 Inc. "a)" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

## ÍTEM Nº 9: CARRO PARA CURACIONES

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 42192404-001 | CARRO PARA CURACIONES | | 16 | UNIDAD | UNIDAD | 2.200.000 | SIN OFERTA | | | |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 9 | CARRO PARA CURACIONES | UNIDAD | UNIDAD | Mesa rodante para curaciones/medicamentos Estructura metálica esmaltada, dos planos superpuestos, en chapa metálica inoxidable, con porta balde y bacha rebatible. Montada sobre rueditas giratorias. |

El presente ítem no cuenta con ninguna oferta susceptible de analizarse técnica y económicamente, por lo que se recomienda declarar **DESIERTO** el presente ítem, según lo establecido en el artículo N° 30 Inc. "a)" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

## ÍTEM Nº 10: FLUJOMETRO DE OXÍGENO

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 42191709-003 | FLUJOMETRO DE OXÍGENO | | 20 | UNIDAD | UNIDAD | 545.000 | SIN OFERTA | | | |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FLUJOMETRO DE OXIGENO | UNIDAD | UNIDAD | FLUXOMETRO DE OXIGENO CON DOSIFICADOR DE **0 A 15 LITROS** COMO MINIMO, CON CONEXION RAPIDA O ACOPLE RÁPIDO, INCLUIDO UN HUMIFICADOR. Hasta 15 litros tipo a presión y cada una con humidificación adaptables: Fluxómetro de oxigeno con humidificador. Construcción acorde a normas JIS, FDA, y/o normas del Mercosur (al menos uno de ellos). Cuerpo mecanizado de latón y cromo, forjado de máxima resistencia. Sellado con un sistema de aguja hacia atrás, evitando daños y fugas. Cilindro largo con escala ampliada de 0 a 15LPM. Bola de acero inoxidable permite lecturas de gran precisión y fácil visualización. Frasco humidificador de vidrio o polipropileno autoclavable de 250 ml. como mínimo. |

El presente ítem no cuenta con ninguna oferta susceptible de analizarse técnica y económicamente, por lo que se recomienda declarar **DESIERTO** el presente ítem, según lo establecido en el artículo N° 30 Inc. "a)" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

## ÍTEM Nº 11: LARINGOSCOPIO ADULTO

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 42272001-002 | LARINGOSCOPIO ADULTO | **ALBATROS S.A.C.I.** | 20 | UNIDAD | UNIDAD | 9.100.000 | KARL STORZ | ALEMANIA | 8.200.000 | 164.000.000 |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 11 | LARINGOSCOPIO ADULTO | UNIDAD | UNIDAD | Certificados de Calidad: CE, TÜV, DIN, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma: Set de Laringoscopio adulto LED, que incluya 1 Espátula de luz fría, MACINTOSH, tamaño 3, con conductor de luz de fibra óptica integrado. Autoclavable 1 Espátula de luz fría, MACINTOSH, tamaño 4, con conductor de luz de fibra óptica integrado. Autoclavable 1 Espátula de luz fría, MACINTOSH, tamaño 5, con conductor de luz de fibra óptica integrado. Autoclavable 1 Funda |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | para mangos, ISO 7376, longitud 12cm, esterilizable en autoclave, para uso con porta pilas. 1 Porta pilas LED, longitud 12cm, para uso con funda para mangos, autonomía de al menos 90minutos. Incluir pilas necesarias por cada porta pilas. Bolsa para set de intubación, impermeable o estuche adecuado, capaz de contener todo lo solicitado. Garantía técnica: 1 año Capacitación en uso y cuidados a todo el personal encargado del equipo **Cada unidad debe contar con un placa metálica identificatoria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** |

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **ALBATROS S.A.C.I.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por la firma **ALBATROS S.A.C.I.,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal B)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

## ÍTEM Nº 12: LARINGOSCOPIO PEDIATRICO

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 42272001-001 | LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO | **ALBATROS S.A.C.I.** | 10 | UNIDAD | UNIDAD | 8.700.000 | KARL STORZ | ALEMANIA | 8.000.000 | 80.000.000 |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | UNIDAD | UNIDAD | Certificados de Calidad: CE, TÜV, DIN, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma: Set de Laringoscopio pediátrico LED, que incluya 1 Espátula de luz fría, pediátrica, grande, con conductor de luz de fibra óptica integrado. Autoclavable. 1 Espátula de luz fría, pediátrica, mediana, con conductor de luz de fibra óptica integrado. Autoclavable 1 Espátula de luz fría, pediátrica, pequeña, con conductor de luz de fibra óptica integrado. Autoclavable 1 Funda para mangos, ISO 7376, longitud 12cm, esterilizable en autoclave, para uso con porta pilas. 1 Porta pilas LED, longitud 12cm, para uso con funda para mangos, autonomía de al menos 90minutos. Incluir pilas necesarias por cada porta pilas. Bolsa para set de intubación, impermeable o estuche adecuado, capaz de contener todo lo solicitado. Garantía técnica: 1 año Capacitación en uso y cuidados a todo el personal encargado del equipo **Cada unidad debe contar con un placa metálica identificatoria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** |

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **ALBATROS S.A.C.I.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por la firma **ALBATROS S.A.C.I.,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal B)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

## ÍTEM Nº 13: MANOMETRO DE OXÍGENO



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 41103311-002 | MANOMETRO DE OXÍGENO | **ARGON S.R.L.** | 50 | UNIDAD | UNIDAD | 700.000 | UNITEC | BRASIL | 560.000 | 28.000.000 |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 13 | MANOMETRO DE OXÍGENO | UNIDAD | UNIDAD | manómetro de oxigeno con humidificador , para balón de oxigeno, con rosca de entrada universal, válvula reguladora de cilindro,manometr de alta presión con escala de 0 a315 kgf / cm2, presión fija de 3,5 kgf / cm2 con válvula de seguridad, con fluxómetro escala de 0 a 15 litros por minuto, botón de control de flujo fijado con tornillo halen, sistema de vedacion tipo aguja evitando el filtrado, rosca de salida (conforme norma ABNT) |

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **ARGON S.R.L.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por la firma **ARGON S.R.L.,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal B)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

## ÍTEM Nº 14: MANOMETRO DE ASPIRACIÓN

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 42191709-006 | MANOMETRO DE ASPIRACIÓN | | 50 | UNIDAD | UNIDAD | 1.800.000 | SIN OFERTA | | | |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 14 | MANOMETRO DE ASPIRACIÓN | UNIDAD | UNIDAD | Regulador de Vacio o vacum de 0 A 760 MMHG , encastre rápido ( OHMEDA) con frasco para secreciones en policarbonato de 2000 ML aproximadamente, con conexión rápida (INCLUIR MANGUERA DE POR LO MENOS 2 METROS) |

El presente ítem no cuenta con ninguna oferta susceptible de analizarse técnica y económicamente, por lo que se recomienda declarar **DESIERTO** el presente ítem, según lo establecido en el artículo N° 30 Inc. "a)" de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

## ÍTEM Nº 15: OXIMETRO DE PULSO

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 42181801-001 | OXIMETRO DE PULSO | **ALBATROS S.A.C.I.** | 10 | UNIDAD | UNIDAD | 4.000.000 | ADVANCED | USA | 3.500.000 | 35.000.000 |
| 15 | 42181801-001 | OXIMETRO DE PULSO | **ARGON S.R.L.** | 10 | UNIDAD | UNIDAD | 4.000.000 | EDAN | CHINA | 1.500.000 | 15.000.000 |
| 15 | 42181801-001 | OXIMETRO DE PULSO | **CATERES & AFINES S.A.** | 10 | UNIDAD | UNIDAD | 4.000.000 | BIOLIGHT | CHINA | 6.480.000 | 64.800.000 |



Mcal. López y Chel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 15 | OXIMETRO DE PULSO | UNIDAD | UNIDAD | Oximetro de pulso adulto-pediátrico Descripción general: El equipo deberá contar con software para seleccionar el tipo de paciente entre adulto, pediátrico o neonatal Se requiere que el oxímetro muestre en pantalla los siguientes parámetros: Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional) Pulso (frecuencia y curva) Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas Indicadores luminosos de funciones El equipo deberá operar con baterías tipo AA o recargables Deberá contar con tendencias de 24 horas Rango de medición: SpO2: 0 al 100% Precisión: SpO2: 70 al 100% + 2% SpO2: 70 al 100% + 3% Pulso: 30 a 250 BPM + 2 BPM Resolución 1 BPM Deberá contar con alarmas de límites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario. Las alarmas deberán contar con avisos audibles y visuales Accesorios 1 Sensor de dedo tipo pinza para oximetría, reutilizable para pacientes adultos-pediátricos 1 Manual de Usuario: Idioma Español 1 Pack de baterías recargables con su correspondiente cargado Otros requerimientos Temperatura de operación: 0ºC a 55ºC aproximadamente Humedad: 15 a 95% RH<br>Idioma paneles y pantalla: Español o con su correspondiente pictografía |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **ARGON S.R.L.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

La oferta presentada por el oferente **ARGON S.R.L.,** se encuentra 63% por debajo del precio establecido por la Institución.-

La firma **ARGON S.R.L.,** presentó en tiempo y forma el desglose solicitado, según consta en la Nota con M.E. DCP Nº 4368/17.-

A consideración de este comité la oferta presentada por la firma anteriormente individualizada es económicamente aceptable, basados en la necesidad Institucional de contar con el ítem.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

## ÍTEM Nº 16: PORTA SUERO

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 41123403-003 | PORTA SUERO | **ARGON S.R.L.** | 50 | UNIDAD | UNIDAD | 425.000 | ESTRELLA | PARAGUAY | 396.000 | 19.800.000 |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 16 | PORTA SUERO | UNIDAD | UNIDAD | Estructura tubular de acero inoxidable, rodante, base cargado con contrapeso, con 5 ruedas multidireccionales, dispositivo portasuero de 4 servicios (ganchos) **Cada unidad debe contar con un placa metálica identificatoria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** |

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **ARGON S.R.L.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por la firma **ARGON S.R.L.,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal B)*** **Análisis de precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios***



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

***de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**ÍTEM Nº 17: SILLA DE RUEDA PLEGABLE**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 42192210-001 | SILLA DE RUEDA PLEGABLE | **ARGON S.R.L.** | 20 | UNIDAD | UNIDAD | 860.000 | CARCI | BRASIL | 890.000 | 17.800.000 |
| 17 | 42192210-001 | SILLA DE RUEDA PLEGABLE | **CHACO INTERNACIONAL S.A.** | 20 | UNIDAD | UNIDAD | 860.000 | CONFFIDEL /LPM | CHINA | 685.000 | 13.700.000 |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 17 | SILLA DE RUEDA PLEGABLE | UNIDAD | UNIDAD | Silla de ruedas para adultos, plegable **capacidad de 100 kilos** aproximadamente. Ruedas trasetras y delanteras de caucho, altura de reposapies regulable. **Cada unidad debe contar con un placa metálica identificatoria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** |

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por la firma **CHACO INTERNACIONAL S.A.,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal B)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**ÍTEM Nº 18: SILLA DE RUEDA PLEGABLE**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 42192210-001 | SILLA DE RUEDA PLEGABLE | **ARGON S.R.L.** | 5 | UNIDAD | UNIDAD | 1.815.000 | CARCI | BRASIL | 1.500.000 | 7.500.000 |

**Se transcriben las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|---|---|
| 18 | SILLA DE RUEDA PLEGABLE | UNIDAD | UNIDAD | Silla de ruedas para adultos, plegable **capacidad de 150 kilos** aproximadamente. Ruedas trasetras y delanteras de caucho,altura de reposapies regulable. **Cada unidad debe contar con un placa metalica identificatiria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** |

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **ARGON S.R.L.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por la firma **ARGON S.R.L.,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal B)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

**SEXTO**: En consideración a la Resolución DNCP N° 849/2015 que reglamenta el análisis de las prohibiciones establecidas en el Art. 40, se realiza la verificación a través de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). De lo que resulta lo siguiente:

| **EMPRESA: ALBATROS S.A.C.I.** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 572.213 | ROLF WALTER THIEDE FRIESEN | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 3.187.883 | ELIDA KATRIN THIEDE DICHTL | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 3 | 2.471.745 | PAUL MATTHIAS THIEDE DICHTL | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 4 | 662.335 | HEDWIG DICHTL DE THIEDE | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: ARGON S.R.L.** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 1.481.253 | NORA ELIZABETH PEDROZO RODRIGUEZ | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 1.874.253 | GUMERCINDO PEDROZO RODRIGUEZ | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 3 | 657.054 | CARLOS ROBERTO GONZÁLEZ | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| **EMPRESA: CHACO INTERNACIONAL S.A.** | | | | |
| **Nro** | **C.I.Nº** | **NOMBRE Y APELLIDO** | **Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos** | **Punto B: Verificación en el SINARH** |
| 1 | 816.225 | CARMEN STELLA ESCOBAR BARRIOCANAL | No se encontraron Registros para la C.I. | |
| 2 | 685.931 | EFREN CORNELIO LOPEZ OVIEDO | No se encontraron Registros para la C.I. | |

- Teniendo en cuenta la documentación referida el Comité Evaluador de Llamados concluye que los oferentes (socios, directivos, representantes y/o propietarios) mencionados anteriormente cumplen con la Capacidad Legal, ya que no se encontraron datos que le fueran atribuibles para su descalificación.

**SÉPTIMO:** Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, que incluyen los aspectos legales, técnicos y económicos y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, concordante con los Art. 26 y 27, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda adjudicar el llamado **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 52/2017 "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDICOS – AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA" ID N° 337.853,** según el siguiente detalle:

| **ALBATROS S.A.C.I.** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRESENTACION** | **MARCA** | **PROCEDENCIA** | **PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)** | **PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)** |
| 11 | 42272001-002 | LARINGOSCOPIO ADULTO | 20 | UNIDAD | UNIDAD | KARL STORZ | ALEMANIA | 8.200.000 | 164.000.000 |
| 12 | 42272001-001 | LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO | 10 | UNIDAD | UNIDAD | KARL STORZ | ALEMANIA | 8.000.000 | 80.000.000 |
| **TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN** | | | | | | | | | **244.000.000** |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| ARGON S.R.L. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUID) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 1 | 42181608-001 | APARATO DE PRESIÓN | 50 | UNIDAD | UNIDAD | HEINE | ALEMANIA | 700.000 | 35.000.000 |
| 4 | 41114509-002 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN ADULTO | 30 | UNIDAD | UNIDAD | GIMA | ITALIA | 165.000 | 4.950.000 |
| 5 | 41114509-002 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN ADULTO | 30 | UNIDAD | UNIDAD | GIMA | ITALIA | 250.000 | 7.500.000 |
| 6 | 41114509-002 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN ADULTO | 30 | UNIDAD | UNIDAD | GIMA | ITALIA | 215.000 | 6.450.000 |
| 7 | 41114509-007 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN PEDIATRICO | 30 | UNIDAD | UNIDAD | GIMA | ITALIA | 190.000 | 5.700.000 |
| 13 | 41103311-002 | MANOMETRO DE OXÍGENO | 50 | UNIDAD | UNIDAD | UNITEC | BRASIL | 560.000 | 28.000.000 |
| 15 | 42181801-001 | OXIMETRO DE PULSO | 10 | UNIDAD | UNIDAD | EDAN | CHINA | 1.500.000 | 15.000.000 |
| 16 | 41123403-003 | PORTA SUERO | 50 | UNIDAD | UNIDAD | ESTRELLA | PARAGUAY | 396.000 | 19.800.000 |
| 18 | 42192210-001 | SILLA DE RUEDA PLEGABLE | 5 | UNIDAD | UNIDAD | CARCI | BRASIL | 1.500.000 | 7.500.000 |
| **TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN** | | | | | | | | | **129.900.000** |

| CHACO INTERNACIONAL S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | MARCA | PROCEDENCIA | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUID) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 17 | 42192210-001 | SILLA DE RUEDA PLEGABLE | 20 | UNIDAD | UNIDAD | CONFFIDEL /LPM | CHINA | 685.000 | **13.700.000** |
| **TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN** | | | | | | | | | **13.700.000** |

| RESUMEN DE ADJUDICACIÓN | |
|---|---|
| **EMPRESA** | **MONTO ADJUDICADO** |
| ALBATROS S.A.C.I | 244.000.000 |
| ARGON S.R.L. | 129.900.000 |
| CHACO INTERNACIONAL S.A. | 13.700.000 |
| **TOTAL** | **387.600.000** |

## ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42171911-001 | BALÓN DE OXIGENO MEDICINAL | 7 | UNIDAD | UNIDAD | 3.080.000 |



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42171911-001 | BALÓN DE OXIGENO MEDICINAL | 7 | UNIDAD | UNIDAD | 2.480.000 |
| 8 | 42192207-001 | CAMILLA CON RUEDAS | 20 | UNIDAD | UNIDAD | 2.450.000 |
| 9 | 42192404-001 | CARRO PARA CURACIONES | 16 | UNIDAD | UNIDAD | 2.200.000 |
| 10 | 42191709-003 | FLUJOMETRO DE OXÍGENO | 20 | UNIDAD | UNIDAD | 545.000 |
| 14 | 42191709-006 | MANOMETRO DE ASPIRACIÓN | 50 | UNIDAD | UNIDAD | 1.800.000 |

Con lo que se dio por terminado el acto siendo las 07:30 hs., a los 07 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. Luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas que conforman el Comité Evaluador en prueba de conformidad.

1- El Informe Técnico de fecha presentado por la Jefa del Dpto. de Suministros del Hospital de Clínicas y del Jefe del Dpto. de Electromedicina del Hospital de Clínicas. Foliado individualmente.-
2- Se adjunta a este Informe Constancias de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). Foliadas individualmente.-

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

**PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**PROF. DR. SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**DR. JORGE EDUARDO GIUBI BOBEDA**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**DR. MANUEL BERNAL ROLÓN**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**DRA. ROSALINA AYALA**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. NERIS AGUILAR**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. ALBERTO CANO**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. LIZANIA CARDOZO**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. VICTOR VILLALBA**
MIEMBRO DEL COMITÉ

**LIC. MARCELA AYALA**
MIEMBRO DEL COMITÉ



Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

**INFORME TÉCNICO**

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 52/2017 "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDICOS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA". ID Nº 337.853**

**ALBATROS S.A.C.I.**

| ÍTEM Nº | DESCRIPIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | CUMPLE/NO CUMPLE | MUESTRA/CATÁLOGOS, MANUALES TÉCNICOS O FOLLETOS | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS | Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante. | Documentos que acrediten que el Oferente es Fabricante del producto que oferta. Tratándose de Agente, Distribuidor o Representante para el Paraguay, deberá presentar la documentación expedida por el Fabricante o Agente Regional, debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, con certificado de vigencia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LARINGOSCOPIO ADULTO | Certificados de Calidad: CE, TÜV, DIN, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma: Set de Laringoscopio adulto LED, que incluya: 1 Espátula de luz fría, MACINTOSH, tamaño 3, con conductor de luz de fibra óptica integrado. Autoclavable. 1 Espátula de luz fría, MACINTOSH, tamaño 4, con conductor de luz de fibra óptica integrado. Autoclavable. 1 Espátula de luz fría, MACINTOSH, tamaño 5, con conductor de luz de fibra óptica integrado. Autoclavable. 1 Funda para mangos, ISO 7376, longitud 12cm, esterilizable en autoclave, para uso con porta pilas. 1 Porta pilas LED, longitud 12cm, para uso con funda para mangos, autonomía de al menos 90minutos. Incluir pilas necesarias por cada porta pilas. Bolsa para set de intubación, impermeable o estuche adecuado, capaz de contener todo lo solicitado. Garantía técnica: 1 año. Capacitación en uso y cuidados a todo el personal encargado del equipo. **Cada unidad debe contar con una placa metálica identificatoria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** | UNIDAD | UNIDAD | KARL STORZ | ALEMANIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO | Certificados de Calidad: CE, TÜV, DIN, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma: Set de Laringoscopio pediátrico LED, que incluya: 1 Espátula de luz fría, pediátrica, grande, con conductor de luz de fibra óptica integrado. Autoclavable. 1 Espátula de luz fría, pediátrica, mediana, con conductor de luz de fibra óptica integrado. Autoclavable .1 Espátula de luz fría, pediátrica, pequeña, con conductor de luz de fibra óptica integrado. Autoclavable . 1 Funda para mangos, ISO 7376, longitud 12cm, esterilizable en autoclave, para uso con porta pilas. 1 Porta pilas LED, longitud 12cm, para uso con funda para mangos, autonomía de al menos 90minutos. Incluir pilas necesarias por cada porta pilas. Bolsa para set de intubación, impermeable o estuche adecuado, capaz de contener todo lo solicitado. Garantía técnica: 1 año. Capacitación en uso y cuidados a todo el personal encargado del equipo. **Cada unidad debe contar con una placa metálico identificatoria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** | UNIDAD | UNIDAD | KARL STORZ | ALEMANIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Ing. César J. Yegros A.
Jefe
Dpto. de Electromedicina
H.C. - FCM UNA

C.P. Lilian Flores
Jefa Dpto. Suministros S.L.
Hospital de Clínicas F.C.M

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | OXÍMETRO DE PULSO | Oximetro de pulso adulto-pediátrico. Descripción general: El equipo deberá contar con software para seleccionar el tipo de paciente entre adulto, pediátrico o neonatal. Se requiere que el oxímetro muestre en pantalla los siguientes parámetros: Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional) Pulso (frecuencia y curva) Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas. Indicadores luminosos de funciones. El equipo deberá operar con baterías tipo AA o recargables. Deberá contar con tendencias de 24 horas. Rango de medición: SpO2: 0 al 100%. Precisión: SpO2: 70 al 100% + 2% . SpO2: 70 al 100% + 3% . Pulso: 30 a 250 BPM + 2 BPM Resolución 1 BPM. Deberá contar con alarmas de límites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario. Las alarmas deberán contar con avisos audibles y visuales. Accesorios: 1 Sensor de dedo tipo pinza para oximetría, reutilizable para pacientes adultos-pediátricos. 1 Manual de Usuario: Idioma Español. 1 Pack de baterías recargables con su correspondiente cargado. Otros requerimientos: Temperatura de operación: 0ºC a 55ºC aproximadamente. Humedad: 15 a 95% RH . Idioma paneles y pantalla: Español o con su correspondiente pictografía. | UNIDAD | UNIDAD | ADVANCED | USA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

***REFERENCIA PARA EVALUACIÓN: CUMPLE-NO CUMPLE-SOLICITAR**

Ing. César J. Yegros A.
Jefe
Dpto. de Electromedicina
H.C. - FCM UNA

C.P. Lilian Suárez
Jefa Dpto. Suministros S.I.
Hospital de Clínicas FCM

**INFORME TÉCNICO**

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 52/2017 "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDICOS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA". ID Nº: 337.853**

**ARGON S.R.L.**

| ÍTEM Nº | DESCRIPIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | CUMPLE/NO CUMPLE | MUESTRA/CATÁLOGOS, MANUALES TÉCNICOS O FOLLETOS | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS | Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante. | Documentos que acrediten que el Oferente es Fabricante del producto que oferta. Tratándose de Agente, Distribuidor o Representante para el Paraguay, deberá presentar la documentación expedida por el Fabricante o Agente Regional, debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, con certificado de vigencia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APARATO DE PRESIÓN | APARATO DE PRESION ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO. con 1 brazal Adulto y 1 brazal adulto obeso; A prueba de golpes. Materiales libres de látex. Manómetro con seguridad de sobrepresión. El micro filtro protege la válvula y el sistema de medida. Escala de diseño grande, Diámetro 56 mm, se puede leer cómodamente. Aguja indicadora exactamente calibrada, durable y resistente a los golpes. Gran pera insufladora para inflar el manguito rápidamente (50% más volumen de la pera). Válvula giratoria de precisión para dosificación fina; tope de goma en ambas direcciones de giro para evitar trabadas de la válvula. Manguito de 1 tubo con cierre de velcro lavable. Carcasa de material plástico / TP elastómero de 2 componentes con cubierta antideslizante para absorción de golpes. | UNIDAD | UNIDAD | HEINE | ALEMANIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN ADULTO | Brazal adulto con goma de un 1 vía | UNIDAD | UNIDAD | GIMA | ITALIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN ADULTO | Brazal adulto obeso con goma de 2 vía | UNIDAD | UNIDAD | GIMA | ITALIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN ADULTO | Brazal adulto con goma de 2 vía | UNIDAD | UNIDAD | GIMA | ITALIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | BRAZAL PARA APARATO DE PRESIÓN PEDIÁTRICO | Brazal pediátrico con goma de 2 vía | UNIDAD | UNIDAD | GIMA | ITALIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 13 | MANOMETRO DE OXÍGENO | Manómetro de oxigeno con humidificador , para balón de oxigeno, con rosca de entrada universal, válvula reguladora de cilindro, manómetro de alta presión con escala de 0 a315 kgf / cm2, presión fija de 3,5 kgf / cm2 con válvula de seguridad, con fluxómetro escala de 0 a 15 litros por minuto, botón de control de flujo fijado con tornillo halen, sistema de vedacion tipo aguja evitando el filtrado, rosca de salida (conforme norma ABNT) | UNIDAD | UNIDAD | UNITEC | BRASIL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

C.P. Lilian Sanchez
Jefa Dpto. Suministros S.I.
Hospital de Clínicas F.C.M.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | OXÍMETRO DE PULSO | Oximetro de pulso adulto-pediátrico. Descripción general: El equipo deberá contar con software para seleccionar el tipo de paciente entre adulto, pediátrico o neonatal. Se requiere que el oxímetro muestre en pantalla los siguientes parámetros: Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional) Pulso (frecuencia y curva) Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas. Indicadores luminosos de funciones. El equipo deberá operar con baterías tipo AA o recargables. Deberá contar con tendencias de 24 horas. Rango de medición: SpO2: 0 al 100%. Precisión: SpO2: 70 al 100% + 2% . SpO2: 70 al 100% + 3% . Pulso: 30 a 250 BPM + 2 BPM Resolución 1 BPM. Deberá contar con alarmas de límites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario. Las alarmas deberán contar con avisos audibles y visuales. Accesorios: 1 Sensor de dedo tipo pinza para oximetría, reutilizable para pacientes adultos-pediátricos. 1 Manual de Usuario: Idioma Español. 1 Pack de baterías recargables con su correspondiente cargado. Otros requerimientos: Temperatura de operación: 0ºC a 55ºC aproximadamente. Humedad: 15 a 95% RH . Idioma paneles y pantalla: Español o con su correspondiente pictografía. | UNIDAD | UNIDAD | EDAN | CHINA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | PORTA SUERO | Estructura tubular de acero inoxidable, rodante, base cargado con contrapeso, con 5 ruedas multidireccionales, dispositivo portasuero de 4 servicios (ganchos) **Cada unidad debe contar con un placa metálico identificatoria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** | UNIDAD | UNIDAD | ESTRELLA | PARAGUAY | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 17 | SILLA DE RUEDA PLEGABLE | Silla de ruedas para adultos, plegable capacidad de 100 kilos aproximadamente. Ruedas trasetras y delanteras de caucho, altura de reposapiés regulable. **Cada unidad debe contar con una placa metálica identificatoria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** | UNIDAD | UNIDAD | CARCI | BRASIL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 18 | SILLA DE RUEDA PLEGABLE | Silla de ruedas para adultos, plegable capacidad de 150 kilos aproximadamente. Ruedas trasetras y delanteras de caucho,altura de reposapiés regulable. **Cada unidad debe contar con una placa metálica identificatoria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** | UNIDAD | UNIDAD | CARCI | BRASIL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

***REFERENCIA PARA EVALUACIÓN: CUMPLE-NO CUMPLE-SOLICITAR**

Ing. César J. Negros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
H.C. - FCM UNA

C.P. Lilian Suarez
Jefa Dpto. Suministros S.I.
Hospital de Clínicas F.C.M.

**INFORME TECNICO**

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 52/2017 "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDICOS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA". ID Nº 337.853**

**CHACO INTERNACIONAL S.A.**

| ÍTEM Nº | DESCRIPIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | CUMPLE/NO CUMPLE | MUESTRA/CATÁLOGOS, MANUALES TÉCNICOS O FOLLETOS | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS | Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante. | Documentos que acrediten que el Oferente es Fabricante del producto que oferta. Tratándose de Agente, Distribuidor o Representante para el Paraguay, deberá presentar la documentación expedida por el Fabricante o Agente Regional, debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, con certificado de vigencia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SILLA DE RUEDA PLEGABLE | Silla de ruedas para adultos, plegable capacidad de 100 kilos aproximadamente. Ruedas trasetras y delanteras de caucho, altura de reposapiés regulable. **Cada unidad debe contar con una placa metálica identificatoria con el texto "USO EXCLUSIVO HOSPITAL DE CLINICAS"** | UNIDAD | UNIDAD | CONFFIDEL/LPM | CHINA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

***REFERENCIA PARA EVALUACIÓN: CUMPLE-NO CUMPLE-SOLICITAR**

C.P. Liliana Juarez
Jefa Dpto. Suministros S.I.
Hospital de Clínicas F.C.S.

**INFORME TÉCNICO**

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 52/2017 "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDICOS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA". ID Nº 337.853**

**CATETERES & AFINES S.A.**

| ÍTEM Nº | DESCRIPIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | CUMPLE/NO CUMPLE | MUESTRA/CATÁLOGOS, MANUALES TÉCNICOS O FOLLETOS | PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS | Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante. | Documentos que acrediten que el Oferente es Fabricante del producto que oferta. Tratándose de Agente, Distribuidor o Representante para el Paraguay, deberá presentar la documentación expedida por el Fabricante o Agente Regional, debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, con certificado de vigencia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | OXÍMETRO DE PULSO | Oximetro de pulso adulto-pediátrico. Descripción general: El equipo deberá contar con software para seleccionar el tipo de paciente entre adulto, pediátrico o neonatal. Se requiere que el oxímetro muestre en pantalla los siguientes parámetros: Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional) Pulso (frecuencia y curva) Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas. Indicadores luminosos de funciones. El equipo deberá operar con baterías tipo AA o recargables. Deberá contar con tendencias de 24 horas. Rango de medición: SpO2: 0 al 100%. Precisión: SpO2: 70 al 100% + 2% . SpO2: 70 al 100% + 3% . Pulso: 30 a 250 BPM + 2 BPM Resolución 1 BPM. Deberá contar con alarmas de límites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario. Las alarmas deberán contar con avisos audibles y visuales. Accesorios: 1 Sensor de dedo tipo pinza para oximetría, reutilizable para pacientes adultos-pediátricos. 1 Manual de Usuario: Idioma Español. 1 Pack de baterías recargables con su correspondiente cargado. Otros requerimientos: Temperatura de operación: 0ºC a 55ºC aproximadamente. Humedad: 15 a 95% RH . Idioma paneles y pantalla: Español o con su correspondiente pictografía. | UNIDAD | UNIDAD | BIOLIGHT | CHINA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

***REFERENCIA PARA EVALUACIÓN: CUMPLE-NO CUMPLE-SOLICITAR**

Ing. César J. Y...
Jefe
Dpto. de Electro...
H.C. - FCM

C.P. Lilia Suárez
Jefa Dpto. Suministros S.A.
Hospital de Clínicas F.C.M.

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**300700**

3 0 0 7 0 0



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **ROLF WALTER THIEDE FRIESEN**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 572213, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaria de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 06 diciembre 2017, 9:33

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**5g6o gfqi zlap**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**300706**

3 0 0 7 0 6



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **ELIDA KATRIN THIEDE DICHTL**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 3187883, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Articulo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 06 diciembre 2017, 9:34 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**nxrk xbzv w934**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**300714**

3 0 0 7 1 4



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **PAUL MATTHIAS THIEDE DICHTL**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 2471745, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaria de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 06 diciembre 2017, 9:36

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**hn5p llj7 6we6**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**300715**

3 0 0 7 1 5



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **HEDWIG DICHTL DE THIEDE**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 662335, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaria de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 06 diciembre 2017, 9:37 Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**23lg nufd gt10**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

Certificado Nro.:
**300720**

http://www.sfp.gov.py



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **NORA ELIZABETH PEDROZO RODRIGUEZ**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1481253, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Institución | Cargo | Vinculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cédula | Institución | Cargo | Vinculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Artículo 81 del Decreto N° 4774/2016 (reglamentario de la Ley del Presupuesto – Ejercicio Fiscal 2016); sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 4774/2016 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y COMISIONADOS en el marco del cumplimiento de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia con el Art. 96 inc b) de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionarios permanentes y contratados a la SFP dentro de los 15 días hábiles siguiente al cierre de cada mes calendario.

Los datos que se disponibilizan de las bases de Altas y Bajas para la funcionalidad de las constancias de ser o no funcionarios públicos, son datos que cada OEE ha remitido a la SFP a través del SICCA dando cumplimiento al marco normativo, según los procedimientos reglamentados por la SFP en su carácter de administrador del sistema, que se hallan debidamente publicados en www.paraguayconcursa.gov.py.

La SFP solamente es responsable por la actualización, veracidad, corrección, integridad y calidad los datos que corresponden a la administración del presupuesto y del talento humano de la propia SFP.

Fecha de Emisión: 06 diciembre 2017, 9:38 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**ecq8 kdk9 l3op**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**300721**

3 0 0 7 2 1



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **GUMERCINDO PEDROZO RODRIGUEZ**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1874253, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaria de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 06 diciembre 2017, 9:38

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**rhjk bcj0 bsi5**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**300722**

3 0 0 7 2 2



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **CARLOS ROBERTO GONZALEZ**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 657054, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 06 diciembre 2017, 9:39

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**ybso oibw 7dsx**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
**300726**

3 0 0 7 2 6



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **CARMEN STELLA ESCOBAR BARRIOCANAL**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 816225, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaria de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 06 diciembre 2017, 9:39

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**iqyt 21wc edtb**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

# Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

Certificado Nro.:
**300728**

http://www.sfp.gov.py



## Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

**CERTIFICO**, que **EFREN CORNELIO LOPEZ OVIEDO**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 685931, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto del Gasto |
|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 06 diciembre 2017, 9:40

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

**Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información**
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
**uhfj dvbk tcdj**
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador