Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 circulo de 2,1 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,667 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,260 mm	**NO CUMPLE**
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	46,7 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,96 kgf	0,51 kgf	**NO CUMPLE**
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,34 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	2,03 kgf	CUMPLE

ITEM 32: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/ AGUJA DE 2cm (+/- 2mm)

		AO POTI S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 194	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 3/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud minima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 circulo.	Hilo para sutura Poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 3/0 c/ aguja de 1,9cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud de la hebra 75 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 circulo. Marca TRULON / HEALTHIUM.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 circulo de 1,9 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,707 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,245 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	77,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,96 kgf	5,12 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,34 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	1,56 kgf	CUMPLE

ITEM 32: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/ AGUJA DE 2cm (+/- 2mm)

		PROMEPAR S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 207	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 3/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud minima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 circulo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de Nylon (poliamida) N° 3/0 c/ aguja de 1,9cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud de la hebra 45 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 circulo. Marca ATRAMAT.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 circulo de 2,0 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,606 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,235 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	46,8 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,96 kgf	4,32 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,34 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	1,85 kgf	CUMPLE

ITEM 32: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/ AGUJA DE 2cm (+/- 2mm)

		AS GROUP S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 219	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 3/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud minima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 circulo.	Hilo para sutura Poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 3/0 c/ aguja de 1,9cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud de la hebra 75 cm, color azul, con aguja punta triangular 3/8 circulo. Marca DAFILON / B BRAUN.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 circulo de 1,9 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,652 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,224 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	74,2 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,96 kgf	6,12 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,34 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	1,11 kgf	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución De Contratos
D.G.M.I.S – D.L.S.S.S.

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Inciso Opelar
Abogada - Mat. N° 01 062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S.S.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

ITEM 32: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/ AGUJA DE 2cm (+/- 2mm)

		VICENTE SCAVONE Y CÍA S.A.E.	
		Nro. de Análisis: CE 234	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 3/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 círculo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de Nylon (poliamida) N° 3/0 c/ aguja de 2,0cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud de la hebra 45 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 círculo. Marca VITAL SUTURES.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 círculo de 2,1 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,723 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,247 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como mínimo	46,3 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,96 kgf	5,28 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,34 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	1,67 kgf	CUMPLE

ITEM 32: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/ AGUJA DE 2cm (+/- 2mm)

		INFINITY INTERNACIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 265	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 3/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 círculo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida (Nylon) N° 3/0 c/ aguja de 1,9cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud de la hebra 75 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 círculo. Marca EGYLON Mono / TAISIER-MED.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 circulo de 1,9 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,682 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,242 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como mínimo	75,0 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,96 kgf	1,19 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,34 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	1,69 kgf	CUMPLE

ITEM 33: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/ AGUJA DE 2 cm (+/- 0,2mm)

		INDUFAR C.I.S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 114	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 2cm(+/-2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 círculo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 1,9cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud declarada de la hebra 45 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 círculo. Marca BIOLINE.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 1/2 círculo de 1,9 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,607 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,15 a 0,199 mm	0,195 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como mínimo	46,6 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,60 kgf	0,64 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,23 kgf	n5 < 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,45 kgf	1,64 kgf	CUMPLE

ITEM 33: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/ AGUJA DE 2 cm (+/- 0,2mm)

		PROSALUD FARMA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 125	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 círculo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 1,9cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud declarada de la hebra 75 cm, color azul, con aguja punta triangular 3/8 círculo. Marca DTEK.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Avelar
Abogada - Matrícula 1.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Marta E. Chiola
Dirección de Suministros de Salud
DGMS
D.L.S.

ROBERTO ... Sección Adquisición De Contratos. D.G.M.I.S - I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 1/2 circulo de 1,9 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,667 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,15 a 0,199 mm	0,164 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	75,6 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,60 kgf	0,66 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,23 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,45 kgf	0,91 kgf	CUMPLE

ITEM 33: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/ AGUJA DE 2 cm (+/- 0,2mm)

		BIOERIX S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 133	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 circulo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 1,9cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud declarada de la hebra 75 cm, color azul, con aguja punta triangular 3/8 circulo. Marca DAFILON / B.BRAUN.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 1/2 circulo de 2,0 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,655 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,15 a 0,199 mm	0,165 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	74,1 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,60 kgf	1,20 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,23 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,45 kgf	0,56 kgf	CUMPLE

ITEM 33: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/ AGUJA DE 2 cm (+/- 0,2mm)

		INPROMED S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 156	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 circulo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 1,9cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud declarada de la hebra 75 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 circulo. Marca EGYLON Mono / TAISIER-MED.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 1/2 circulo de 1,9 cm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja	-	0,595 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,15 a 0,199 mm	0,190 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	74,2 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,60 kgf	0,71 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,23 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,45 kgf	0,63 kgf	CUMPLE

ITEM 33: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/ AGUJA DE 2 cm (+/- 0,2mm)

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 170	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 circulo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 1,9cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud declarada de la hebra 75 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 circulo. Marca TRULON / HEALTHIUM.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 1/2 circulo de 2,0 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,609 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,15 a 0,199 mm	0,192 mm	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución De Contratos
D.G.M.I.S. - I.P.S.

Dr. Daniel Canterr
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.474

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Melar
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dirección de Suministros
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

Abog. Mat. C.S.J. N° 26.175

2022-05-21 08:29:32.2883

Longitud de la hebra	45 cm como mínimo	75,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,60 kgf	0,82 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,23 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,45 kgf	1,52 kgf	CUMPLE

ITEM 33: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/ AGUJA DE 2 cm (+/- 0,2mm)

		AO POTI S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 195	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 círculo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 1,9cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud declarada de la hebra 75 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 círculo. Marca TRULON / HEALTHIUM.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 1/2 círculo de 2,0 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,613 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,15 a 0,199 mm	0,192 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como mínimo	75,8 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,60 kgf	0,66 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,23 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,45 kgf	0,96 kgf	CUMPLE

ITEM 33: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/ AGUJA DE 2 cm (+/- 0,2mm)

		PROMEPAR S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 208	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 círculo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 1,9cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud declarada de la hebra 45 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 círculo. Marca ATRAMAT.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 1/2 círculo de 1,9 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,560 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,15 a 0,199 mm	0,188 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como mínimo	46,3 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,60 kgf	0,67 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,23 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,45 kgf	0,91 kgf	CUMPLE

ITEM 33: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/ AGUJA DE 2 cm (+/- 0,2mm)

		VICENTE SCAVONE Y CÍA S.A.E.	
		Nro. de Análisis: CE 235	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 círculo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 2,0cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud declarada de la hebra 75 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 círculo. Marca VITAL SUTURES.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 1/2 círculo de 2,0 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,614 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,15 a 0,199 mm	0,192 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como mínimo	74,8 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,60 kgf	0,78 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,23 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,45 kgf	1,71 kgf	CUMPLE

Dr. Daniel Canteros
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Dular
Abogada - Mat. 19.061.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dra. Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

ITEM 33: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/ AGUJA DE 2 cm (+/- 0,2mm)

		INFINITY INTERNACIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 266	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 4/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 círculo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°4/0 c/ aguja de 1,9cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud declarada la hebra 75 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 círculo. Marca EGYLON Mono / TAISIER-MED.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 circulo de 1,9cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,588 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,15 a 0,199 mm	0,190 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	74,7 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,60 kgf	0,73 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,23 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,45 kgf	1,03 kgf	CUMPLE

ITEM 34: HILO PARA SUTURA POLIESTER: KIT DE SUTURAS DE POLIESTER TRENZADO

		INFINITY INTERNACIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 282	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura se poliester trenzado, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) 3 x 3 x 1,5 mm. Calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 a 15 hebras x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilindrica de 1/2 circulo de 20 (+/- 2) mm, estéril.	Hilo para sutura se poliester trenzado, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) **6 x 3 x 1,5 mm**. Calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilindrica de 1/2 circulo de 21, estéril. Marca EGYBOND.	**NO CUMPLE**
Presentación	KIT	KIT de 5 suturas color azul + 5 suturas color blanco	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solución patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 20 mm +/- 2	Aguja de 1/2 círculo de 18,0 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja	———	0,617 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,301 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	75 cm como minimo	73,6 cm	**NO CUMPLE**
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,019 kgf	0,102 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,10 kgf	1,92 kgf	CUMPLE

ITEM 34: HILO PARA SUTURA POLIESTER: KIT DE SUTURAS DE POLIESTER TRENZADO

		INPROMED S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 157	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura se poliester trenzado, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) 3 x 3 x 1,5 mm. Calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 a 15 hebras x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilindrica de 1/2 circulo de 20 (+/- 2) mm, estéril.	Hilo para sutura se poliester trenzado, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) **6 x 3 x 1,5 mm**. Calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilindrica de 1/2 circulo de 21, estéril. Marca EGYBOND.	NO CUMPLE
Presentación	KIT	KIT de 5 suturas color azul + 5 suturas color blanco	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 20 +/- 2 mm	Aguja de 1/2 circulo de 21,44 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja	———	0,621 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,312 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	75 cm como minimo	77,1 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,019 kgf	1,61 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,10 kgf	1,98 kgf	CUMPLE

ITEM 34: HILO PARA SUTURA POLIESTER: KIT DE SUTURAS DE POLIESTER TRENZADO

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 171	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura se poliester trenzado, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) 3 x 3 x 1,5 mm. Calibre 2/0 con	Hilo para sutura se poliester trenzado, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) **3 x 3 x 1,5 mm**. Calibre 2/0 con	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Sección Evaluación De Contratos
D.G.M.I.S – D.L.P.B.

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugia General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Inciso Opelar
Abogada Mat. Nº 21.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dra. Marta E. Colmán
Sección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.P.B.

Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Nat. C.S.J. Nº 26.475

2023-03-21 08:23:32.2883

	empaque multihebras de 10 a 15 hebras x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilindrica de 1/2 circulo de 20 (+/- 2) mm, estéril.	empaque multihebras de 10 x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilindrica de 1/2 circulo de 18mm, estéril. Marca TRUBOND.	
Presentación	KIT	KIT de 5 suturas color verde + 5 suturas color blanco	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 20 mm +/- 2	Aguja de 1/2 circulo de 19,1 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,697 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,319 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	75 cm como minimo	76,6 mm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,019 kgf	1,465 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,10 kgf	1,540 kgf	CUMPLE

ITEM 35: HILO PARA SUTURA POLIESTER: KIT DE SUTURAS DE POLIESTER TRENZADO

		INPROMED S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 158	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura se poliester trenzado, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) 7 x 3 x 1,5 mm. Calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 a 15 hebras x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilindrica de 1/2 circulo de 22 (+/- 2) mm, estéril.	Hilo para sutura se poliester trenzado, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) **6 x 3 x 1,5 mm**. Calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilindrica de 1/2 circulo de 21, estéril. Marca EGYBOND.	**NO CUMPLE**
Presentación	KIT	KIT de 5 suturas color azul + 5 suturas color blanco	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 22 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 18,0 mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,617 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,306 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	75 cm como minimo	73,9 cm	**NO CUMPLE**
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,019 kgf	1,52 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,10 kgf	1,95 kgf	CUMPLE

ITEM 35: HILO PARA SUTURA POLIESTER: KIT DE SUTURAS DE POLIESTER TRENZADO

		CODEX S.R.L.	
		Nro. de Análisis: CE 252	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura se poliester trenzado, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) 7 x 3 x 1,5 mm. Calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 a 15 hebras x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilindrica de 1/2 circulo de 22 (+/- 2) mm, estéril.	Hilo para sutura se poliester trenzado, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) **7 x 3 x 1,5 mm**. Calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilindrica de 1/2 circulo de 20 mm, estéril. Marca TI-CRON /COVIDIEN.	CUMPLE
Presentación	KIT	KIT de 5 suturas color azul + 5 suturas color blanco	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 22 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 20,4 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,648 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,318 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	75 cm como minimo	76,1 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,019 kgf	1,46 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,10 kgf	1,63 kgf	CUMPLE

ITEM 35: HILO PARA SUTURA POLIESTER: KIT DE SUTURAS DE POLIESTER TRENZADO

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 172	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura se poliester trenzado, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) 7 x 3 x 1,5 mm. Calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 a 15 hebras x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilindrica de 1/2 circulo de 22 (+/- 2) mm, estéril.	Hilo para sutura se poliester monofilamento, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) . Calibre 4/0 con empaque de 1 x 75 cm, color negro, con una agujas estriadas de punta TRIANGICLAR de 3/8 circulo de 19 mm, estéril. Marca TRULON.	**NO CUMPLE**
Presentación	KIT	Presenta suturas individuales	**NO CUMPLE**

ROBERT FRANCO
Sección Evaluación de Contratos
D.G.M.I.S – D.L.S.S. – I.P.S

Dr. Daniel Canteros
Medico Cirujano
Cirugia General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dra. Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. – I.P.S.

Abog. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Kat
C.J. Nº 25.17

2023-03-21 08:23:32.2883

Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta triangular.	**NO CUMPLE**
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 22 (+/- 2) mm	Aguja de 3/8 círculo de 23,75 mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,606 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,189 mm	**NO CUMPLE**
Longitud de la hebra	75 cm como minimo	75,33 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,019 kgf		NO REALIZADO
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf		NO REALIZADO
	Promedio minimo 1,10 kgf		NO REALIZADO

ITEM 35: HILO PARA SUTURA POLIESTER: KIT DE SUTURAS DE POLIESTER TRENZADO

		INFINITY INT.	
		Nro. de Análisis: CE 267	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura se poliester trenzado, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) 7 x 3 x 1,5 mm. Calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 a 15 hebras x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilindrica de 1/2 circulo de 22 (+/- 2) mm, estéril.	Hilo para sutura se poliester trenzado, con almohadilla de politetrafluoroetileno(PTFE) **6 x 3 x 1,5 mm**. Calibre 2/0 con empaque multihebras de 10 x 75 cm, bicolor, con dos agujas estriadas de punta cilindrica de 1/2 circulo de 21, estéril. Marca EGYBOND.	**NO CUMPLE**
Presentación	KIT	KIT de 5 suturas color azul + 5 suturas color blanco	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 22 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 círculo de 18,0 mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,617 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,301 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	75 cm como minimo	73,6 cm	**NO CUMPLE**
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,019 kgf	0,102 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,10 kgf	1,92 kgf	CUMPLE

ITEM 36: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 2/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		PROSALUD FARMA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 126	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 2/0, esteril, longitud de hebra declarada 75 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca DTEK	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 círculo de 23,7 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,8553 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,277 mm	**NO CUMPLE**
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	75 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,019 kgf	1,26 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,10 kgf	1,61 kgf	CUMPLE

ITEM 36: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 2/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		BIOERIX S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 134	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 2/0, esteril, longitud de hebra 70 cm declarada. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca NOVOSYN	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Sección Fiscalización
De Compras
D.G.M.I.S – D.L.S.S. I.P.S.

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugia General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Luciso Quelar
Abogada Mat. Nº 11.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 25,9 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,699 mm	REPORTADO
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,262 mm	**NO CUMPLE**
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	70,9 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,019 kgf	1,36 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,10 kgf	1,87 kgf	CUMPLE

ITEM 36: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 2/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		INPROMED S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 159	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 2/0, esteril, longitud de hebra 75 cm declarada. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. MARCA EGYCRYL	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 26,2 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,812 mm	REPORTADO
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,336 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	73,6 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,019 kgf	1,031 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 < 0,45 kgf	**NO CUMPLE**
	Promedio minimo 1,10 kgf	0,307 kgf	**NO CUMPLE**

ITEM 36: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 2/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 173	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 2/0, esteril, longitud de hebra 70 cm declarada. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca TRUSYNTH	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 26,5 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,829 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,319 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	69,2 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,019 kgf	1,246 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,10 kgf	2,68 kgf	CUMPLE

ITEM 36: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 2/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		NL PHARMA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 187	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 2/0, esteril, longitud de hebra 70 cm declarada. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca SHALON MEDICAL	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 23,9 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,671 mm	REPORTADO
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,237 mm	**NO CUMPLE**
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	71,66 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,019 kgf	1,25 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 < 0,45 kgf	**NO CUMPLE**
	Promedio minimo 1,10 kgf	0,312 kgf	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Secretario de Licitación
D.L.S.S. I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Canteros
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Duglar
Abogada Mat. N° 21.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Ana Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

ITEM 36: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA Nº 2/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		AO POTI S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 196	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 2/0, esteril, longitud de hebra 70 cm declarada. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca TRUCYNTH	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 26,9 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,835 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,315 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	69,25 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,019 kgf	1,25 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,10 kgf	2,77 kgf	CUMPLE

ITEM 36: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA Nº 2/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		PROMEPAR S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 209	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 2/0, esteril, longitud de hebra 75 cm declarada. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca ATRAMAT PGA	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 25,8 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,701 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,332 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	75,35 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,019 kgf	1,44 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,10 kgf	1,55 kgf	CUMPLE

ITEM 36: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA Nº 2/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		VICENTE SCAVONE Y CIA	
		Nro. de Análisis: CE 236	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 2/0, esteril, longitud de hebra 70 cm declarada. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca VITAL SUTURES	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 25,6 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,701 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,307 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	69,6 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,019 kgf	1,28 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,10 kgf	2,43 kgf	CUMPLE

ITEM 36: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA Nº 2/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		INFINITY INTERNACIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 159	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser	Sutura absorbible 2/0, esteril, longitud de hebra 75 cm declarada. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Sección Licitación
De compras
D.G. M.A.S – D.L.S.S. – I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lugar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Encisso Delar
Abogada - Mat. C.S.J. Nº 062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

	fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. MARCA EGYCRYL	
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 26,6 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,786 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,355 mm	**NO CUMPLE**
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	73,6 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,019 kgf	2,960 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,10 kgf	1,396 kgf	CUMPLE

ITEM 37: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 3/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		PROSALUD FARMA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 127	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 3/0, esteril, longitud de hebra declarada 75 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca DTEK	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 24,63 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,747 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,226 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	75 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,66 kgf	0,240 kgf	**NO CUMPLE**
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	n5 > 0,34 kgf	**CUMPLE**
	Promedio mínimo 0,68 kgf	0,499 kgf	**NO CUMPLE**

ITEM 37: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 3/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 174	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 3/0, esteril, longitud de hebra declarada 70 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca TRUSYNTH	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 25,4 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,714 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,245 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	68,9 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,66 kgf	1,386 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	n5 > 0,34 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	1,765 kgf	CUMPLE

ITEM 37: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 3/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		PROMEPAR S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 210	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 3/0, esteril, longitud de hebra declarada 75 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca ATRAMAT PGA	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 25,4 mm	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Sección Electrónica De Contrataciones
D.G.M.I.S – D.G.S.S. – I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Eligia José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugia General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugia General H.C.

Sara Enciso Melar
Abogada - Mat. C.S.J. Nº 1.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dra. Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.G.S.S. - I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

Diametro de la aguja		0,652 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,244 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	75,5 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,66 kgf	1,348 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	n5 > 0,34 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	1,765 kgf	CUMPLE

ITEM 37: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 3/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		AS GROUP S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 220	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 3/0, esteril, longitud de hebra declarada 70 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca NOVOSYN	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 25,4 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,652 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,241 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	70,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,66 kgf	0,760 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	0,736 kgf	CUMPLE

ITEM 37: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 3/0 CON AGUJA DE 2,5 cm. VARIACION +/- 2mm

		VICENTE SCAVONE Y CIA	
		Nro. de Análisis: CE 237	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 3/0, esteril, longitud de hebra declarada 70 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca VITAL SUTURES	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 25,3 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,722 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,205 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	70,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,66 kgf	1,337 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	1,764 kgf	CUMPLE

ITEM 38: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 0 CON AGUJA CILINDRICA DE 4 cm. VARIACION +/- 1mm

		TASSOS S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 110	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 0, esteril, longitud de hebra declarada 75 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca ATRAMAT	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 40 (+/- 1) mm	Aguja de 1/2 circulo de 39,7 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		1,075 mm	SE AJUSTA A LO SOLICITADO
Diámetro de la hebra	0,35 a 0,399 mm	0,381 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	75,9 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,45 kgf	1,734 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,50 kgf	1,908 kgf	CUMPLE

ROBERT F... Sección Especial... D.G.M.I.S. D.L.S.S. I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Edgar José Giménez Palacios Dirección Jurídica Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Canieff. Médico Cirujano Cirugía General y Videolaparoscopía Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Christians Olmedo Reg. Nº 7004 Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar Abogada Mat. Nº 25.062 Dirección Jurídica INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

... B. Colmán ...ción de Suministros de Salud DGMIS D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883