Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS

ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DIIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 04/07/2022

OFERENTE: CIRUMED. PARTE 1
ITEMS 23/24/25/43/75/84/85/86/96/99/107/108/109/110/164 : Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS 38/39/42/83/100/165 : No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Los muestras fueron evaluadas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	ITEM 23 Catéter de aspiración	ITEM 24 Catéter de aspiración	ITEM 25 Catéter de aspiración	ITEM 38 Catéter intravenoso para vía central pediátrico	ITEM 39 Catéter intravenoso para vía central pediátrico	ITEM 42 Catéter intravenoso vía central adulto
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Catéter de aspiración, 10.Fr Con válvula de control manual con tapa, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, libre de látex, PVC, 50 cm mínimo.	Catéter de aspiración, 12.Fr. Con válvula de control manual con tapa, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, * 50 cm mínimo.	Catéter de aspiración, 14 Fr. Con válvula de control manual con tapa, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, * 50 cm mínimo.	Catéter venoso central 5 Fr - 2 Lumen x 8 cm a 16 cm. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco con guía metálica de nitinol de 0,017 a 0,021, 45 (+ - 5) cm lumen distal de 18 GA-20 GA y lumen proximal de 20 GA -22 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Cada kit debe contener: - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturí, - dilatador	Catéter venoso central 5 Fr - 3 Lumen x 8 cm a 16 cm. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco con guía metálica de nitinol de 0,017 a 0,021 45 (+ - 5) cm lumen distal de 18 GA - 20 GA, lumen medial de 13 GA a 22 GA, lumen proximal de 20 GA-22 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Cada kit debe contener: - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturí, - dilatador	7 Fr - 2 Lumen x 20 cm. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica de nitinol de 0,032 a 0,035 DE 50 cm A 60 cm, lumen distal de 14 GA a 18 GA y lumen proximal de 18 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Cada kit debe contener: - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturí, - dilatador.
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	Marca: Able Procedencia: China	Marca: Able Procedencia: China	Marca: Able Procedencia: China	Marca: Able Procedencia: China	Marca: Able Procedencia: China	Marca: Able Procedencia: China
MUESTRAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE. PRESENTAN MUESTRA 5FR. 3 LUMEN, NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE ENTREGAR EL PRODUCTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.	NO CUMPLE. PRESENTAN MUESTRA 5FR. 3 LUMEN, NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE ENTREGAR EL PRODUCTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.	NO CUMPLE. PRESENTAN MUESTRA 5FR. 3 LUMEN, NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE ENTREGAR EL PRODUCTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE PAG 74**	**CUMPLE PAG 74**	**CUMPLE PAG 74**	**CUMPLE PAG 69-73**	**CUMPLE PAG 69-73**	**CUMPLE PAG 69-73**

CIRUMED 1

Dra. Claudia Freter
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

2. Catálogo de lo ofertado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	CUMPLE PAG 101-103 GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECNOLOGY CO,. LTD/ CIRUMEX	CUMPLE PAG 101-103 GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECNOLOGY CO,. LTD/ CIRUMEX	CUMPLE PAG 101-103 GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECNOLOGY CO,. LTD/ CIRUMEX	CUMPLE PAG 101-103 GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECNOLOGY CO,. LTD/ CIRUMEX	CUMPLE PAG 101-103 GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECNOLOGY CO,. LTD/ CIRUMEX	CUMPLE PAG 101-103 GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECNOLOGY CO,. LTD/ CIRUMEX
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)	CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)	CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)	CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)	CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)	CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE PAG 122	CUMPLE PAG 123	CUMPLE PAG 124	CUMPLE PAG 125	CUMPLE PAG 126	CUMPLE PAG 127

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Dra. Claudia Pereira
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 04/07/2022

OFERENTE: CIRUMED. PARTE 2
TEMS 23/24/25/43/75/84/85/86/96/99/107/108/109/110/164 : Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentado.
ITEMS 38/39/42/83/100/165 : No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evaluadas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	*ITEM 43* *Catéter intravenoso vía central adulto*	*ITEM 75* *Electrodo adulto*	*ITEM 83* *Hoja de Bisturí de acero inoxidable*	*ITEM 84* *Hoja de Bisturí de acero inoxidable*	*ITEM 85* *Hoja de Bisturí de acero inoxidable*	*ITEM 86* *Hoja de Bisturí de acero inoxidable*
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Cateter venoso central 7 Fr - 3 Lumen x 20 cm ,Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guia metálica de nitinol de 0,032 a 0,035 de 50cm a 60 cm, lumen distal de 14 GA a 18 GA, lumen medial 16 GA a 18 GA, lumen proximal de 18 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Cada kit debe contener: - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturí, - dilatador.	Electrodo para control de ritmo cardiaco Para "Adulto" autoadhesivo, con broche de metal, soporte de espuma, con gel conductor, lámina protectora individual, empaque resistente a la humedad descartable (estándar)	Hoja de bisturí N° 11 de acero inoxidable	Hoja de Bisturi Nº 15 de acero inoxidable	Hoja de Bisturi Nº 20 de acero inoxidable	Hoja de Bisturi Nº 23 de acero inoxidable
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	Marca: ABLE Procedencia: CHINA	Marca: DORMO Procedencia: ESPAÑA	Marca: Paramount Procedencia: India	Marca: Paramount Procedencia: India	Marca: Paramount Procedencia: India	Marca: Paramount Procedencia: India
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE. PRESENTA MUESTRA HOJA DE BISTURI N° 10. NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE ENTREGAR EL PRODUCTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE PAG 69-73**	**CUMPLE PAG 80**	**CUMPLE PAG 66**	**CUMPLE PAG 66**	**CUMPLE PAG 66**	**CUMPLE PAG 66**

CIRUMED 2

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

2. Catálogo de lo ofertado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE PAG 101-103 GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECNOLOGY CO,. LTD/ CIRUMEX**	**CUMPLE PAG 98 -100 TELIC . S.A A FAVOR DE CIRUMEX**	**CUMPLE PAG 104-108 PARAMOUNT SURGIMED LIMITED/CIRUMEX**	**CUMPLE PAG 104-108 PARAMOUNT SURGIMED LIMITED/CIRUMEX**	**CUMPLE PAG 104-108 PARAMOUNT SURGIMED LIMITED/CIRUMEX**	**CUMPLE PAG 104-108 PARAMOUNT SURGIMED LIMITED/CIRUMEX**
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	**CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)**	**CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)**	CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)	CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)	**CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)**	**CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)**
5. Planilla de Datos Garantizados del item ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	**CUMPLE PAG 128**	CUMPLE PAG 129	CUMPLE PAG 118	CUMPLE PAG 119	CUMPLE PAG 120	**CUMPLE PAG 120**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGCIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGCIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DJC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 04/07/2022

OFERENTE: CIRUMED. PARTE 3
TEMS 23/24/25/43/75/84/85/86/96/99/107/108/109/110/164 : Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS 38/39/42/83/100/165 : No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Los muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	*ITEM 96* *Mascara para oxigeno grande*	*ITEM 99* *Mascara Facial para anestesia*	*ITEM 100* *Mascarilla para nebulizador*	*ITEM 107* *Papel para Electrocardiografia*	*ITEM 108* *Papel para Electrocardiografia*
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Mascara para oxigeno grande Mascarilla de aire-oxigeno en circuito abierto Adulto, de plástico atóxico,flexible,con tubo fino y adaptador universal. Con prolongador, longitud 1,5 mts como minimo. Debe ser apto de tolerar un rango de oxigeno de 6 a 8 Litros/min, con una concentración media de oxigeno entre 40 a 50%. Con elástico ajustable para sostén. Con pico fijo. Libre de látex y de DHEP.	Mascara para anestesia N° 2 - Escolar, con reborde insuflable de material trasparente, resistente con adaptador universal, descartable.	Mascara de oxigeno Adulto con micronebulizador y tubuladura pediatrico. Esteril, descartable adaptable al manometro de oxigeno PVC siliconado. (micronebulizador) Debe contener un conector hembra para el ventilador pulmonar. Libre de látex y de DEHP.	50 mm x 30 m. Adaptable a electrocardiógrafo Modelo SE 1 de 2 canales	Papel para Electrocardiografia 60 mm x 30 m. 1 canal
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: Non Change(NC)** **Procedencia: Taiwan/China**	**Marca: Non Change(NC)** **Procedencia: Taiwan/China**	**Marca: Non Change(NC)** **Procedencia: Taiwan/China**	**Marca: SONOMED** **Procedencia: Malasia**	**Marca: SONOMED** **Procedencia: Malasia**
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE. PRESENTA MASCARILLA DE OXIGENO CON RESERVORIO, NO SE AJUSTA AL ITEM SOLCITADO EN ELPLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE PAG 68**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE PAG 100**	**CUMPLE PAG 79**	**CUMPLE PAG 79**

Dra. Claudia Fre[illegible]
Comite de Evaluac[illegible]
DGGIES MSPBS

CIRUMED 3

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES MSPBS

2. Catálogo de lo ofertado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE PAG 81 -97 NON CHANGE ENTERPRISECO., LTD**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. NON CHANGE ENTERPRISE CO. LTD**	**CUMPLE PAG 81 -97 NON CHANGE ENTERPRISECO., LTD**	**CUMPLE PAG 109-111 TELE-PAPER(M) SDN BHD**	**CUMPLE PAG 109-111 TELE-PAPER(M) SDN BHD**
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	**CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)**	**CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)**	**CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)**	**CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)**	**CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)**
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	**CUMPLE PAG 130**	**CUMPLE PAG 132**	**CUMPLE PAG 133**	**CUMPLE PAG 135**	**CUMPLE PAG 136**

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 04/07/2022

OFERENTE: CIRUMED. PARTE 4
TEMS 23/24/25/43/75/84/85/86/96/99/107/108/109/110/164 : Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS 38/39/42/83/100/165 : No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evaluadas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

	ITEM 109 *Papel para Electrocardiografia*	*ITEM 110* *Papel para Electrocardiografia*	*ITEM 164* *Hilo de Kirschner*	*ITEM 165* *Hilo de Kirschner*
Capacidad Técnica	Papel para Electrocardiografia, 63mm x 30 m. 1 canal	Papel para Electrocardiografia, 90mm x 70 m. 1 canal	Hilo de Kirschner N° 1,5	Hilo de Kirschner N° 1,8
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	**Marca:** SONOMED **Procedencia:** Malasia	**Marca:** SONOMED **Procedencia:** Malasia	**Marca:** Siora **Procedencia:** India	**Marca:** Siora **Procedencia:** India
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE. PRESENTA MUESTRA DE HILO KIRSCHNER N° 1,5. SE SOLICITA N° 1,8. NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE ENTREGAR EL PRODUCTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS
MUESTRAS 1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los items: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE FOLIO 79**	**CUMPLE. FOLIO 79**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE PAG 109-111 TELE-PAPER(M) SDN BHD**	**CUMPLE PAG 109-111 TELE-PAPER(M) SDN BHD**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA SIORA SURGICAL PVT LTD/ CIRUMED**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA SIORA SURGICAL PVT LTD/ CIRUMED**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGCIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGCIES - MSPBS

4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	**CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)**	**CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)**	**CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)**	**CUMPLE FOLIO 117 (B.P.A Y D)**
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	**CUMPLE PAG 137**	**CUMPLE PAG 138**	**CUMPLE PAG 139**	**CUMPLE PAG 140**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022- 04707/2022

OFERENTE: CODEX S.R.L. PARTE 1: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada, para todos los items.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 3*** ***Aguja para Biopsia Renal***	***ITEM 12*** ***Cánula de traqueostomia con balón***	***ITEM 13*** ***Cánula de traqueostomía con balón***	***ITEM 71*** ***Tubo de drenaje penrose***	***ITEM 72*** ***Tubo de drenaje penrose***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Aguja para Biopsia Renal, 16 G adulto. Automática, De uso único. Estéril. Centimetrada. 22 milímetros de longitud	Cánula para traqueostomia N° 7 de PVC, con mandril y balón. Adulto	Cánula para traqueostomia N°8 de PVC, con mandril y balón. Adulto	Drenos para herida Nº 1,5", tubo de caucho, blando y aplanado. Modelo penrose	Drenos para herida Nº 1/2", tubo de caucho, blando y aplanado. Modelo penrose
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: BARD** **Procedencia: USA-MEXICO**	**Marca: COVIDIEN** **Procedencia: USA-MEXICO-IRLANDA**	**Marca: COVIDIEN** **Procedencia: USA-MEXICO-IRLANDA**	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	CUMPLE. FOLIO 105	CUMPLE. FOLIO 106-124	CUMPLE. FOLIO 106-124	CUMPLE. FOLIO 126	CUMPLE. FOLIO 126
2. Catálogo de lo ofertado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

CODEX 1

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	CUMPLE. FOLIO 83-88 BECTON DICKINSON ARGENTINA/CODEX S.R.L	CUMPLE.FOLIO 89-93. COVIDIEN URUGUAY S.A/CODEX S.R.L	CUMPLE.FOLIO 89-93. COVIDIEN URUGUAY S.A/CODEX S.R.L	. CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L	CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE. FOLIO 133	CUMPLE. FOLIO 133	CUMPLE. FOLIO 133	CUMPLE. FOLIO 133	CUMPLE. FOLIO 133-134

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2022

OFERENTE: CODEX S.R.L. PARTE 2: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada, para todos los items.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 73*** ***Tubo de drenaje penrose***	***ITEM 74*** ***Tubo de drenaje penrose***	***ITEM 75*** ***Electrodo adulto***	***ITEM 77*** ***Equipo para drenaje pleural***	***ITEM 105*** ***Campo adhesivo quirúrgico***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Drenos para heridas Nº 1/4", tubo de caucho, blando y aplanado. Modelo penrose	Drenos para herida Nº 3/4", tubo de caucho, blando y aplanado. Modelo penrose	Electrodo para control de ritmo cardiaco Para "Adulto" autoadhesivo, con broche de metal, soporte de espuma, con gel conductor, lámina protectora individual, empaque resistente a la humedad descartable. (estándar)	Sistema de drenaje pleural Con 3 cámaras conectadas entre sí, con conexión única al paciente. De aspiración continua., y dispositivo regulador de aspiración incorporado.	Paños para cirugía .Campo Quirúrgico. Con área de incisión: 20 x 30 cm,+-10 cm. film transparente adhesivo.
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**	**Marca: BSS MEDICAL SUPPLY Co.** **Procedencia: CHINA**	**Marca: EUROSETS** **Procedencia: ITALIA**	**Marca: SMITH NEPHEW** **Procedencia: INGLATERRA-CHINA**
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. **Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.-** Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE. FOLIO 126**	**CUMPLE. FOLIO 126**	**CUMPLE. FOLIO 127**	**CUMPLE. FOLIO 125**	**CUMPLE. FOLIO 128-129**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L	CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L	CUMPLE.FOLIO 72-78 BSS MEDICAL SUPPLY Co. LIMITD/CODEX S.R.L	CUMPLE. FOLIO 94- 99. EUROSETS S.R.L/CODX S.R.L	CUMPLE.FOLIO 79-82 SMITH & NEPHEW INC. CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE. FOLIO 133	CUMPLE. FOLIO 134	CUMPLE. FOLIO 134	CUMPLE. FOLIO 134	CUMPLE. FOLIO 134

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2022

OFERENTE: CODEX S.R.L. PARTE 3: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada, para todos los items.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 106*** ***Campo adhesivo quirúrgico***	***ITEM 120*** ***Tubo de drenaje pleural***	***ITEM 121*** ***Tubo de drenaje pleural***	***ITEM 122*** ***Tubo de drenaje pleural***	***ITEM 123*** ***Tubo de drenaje pleural***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Paños para cirugía. Campo Quirúrgico con área de incisión: 45 x 45 cm,+-10cm. film trasparente adhesivo.	Tubo torácico para drenaje pleural 10 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Tubo torácico para drenaje pleural 12 Fr. Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	Tubo torácico para drenaje pleural 14 Fr. Flexible de PVC transparente multiperforado en su extremo distal.	Tubo torácico para drenaje pleural 16 Fr. Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: SMITH NEPHEW** **Procedencia: INGLATERRA-CHINA**	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. **Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.-** **Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. FOLIO 130**	**CUMPLE. FOLIO 130**	**CUMPLE. FOLIO 130**	**CUMPLE. FOLIO 130**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE.FOLIO 79-82 SMITH & NEPHEW INC. CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L**	**CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L**	**CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L**	**CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L**
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	**CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L**	**CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L**	**CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L**	**CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L**	**CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L**
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	**CUMPLE. FOLIO 135**	**CUMPLE. FOLIO 135**	**CUMPLE. FOLIO 135**	**CUMPLE. FOLIO 135**	**CUMPLE. FOLIO 135-136**

Dra. Claudia [illegible]
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2022

OFERENTE: CODEX S.R.L. PARTE 4: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada, para todos los items.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 124*** ***Tubo de drenaje pleural***	***ITEM 125*** ***Tubo de drenaje pleural***	***ITEM 126*** ***Tubo de drenaje pleural***	***ITEM 127*** ***Tubo de drenaje pleural***	***ITEM 128*** ***Tubo de drenaje pleural***	***ITEM 129*** ***Tubo de drenaje pleural***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Tubo torácico para drenaje pleural 18 Fr. Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	Tubo torácico para drenaje pleural 20 Fr. Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	Tubo torácico para drenaje pleural 24 Fr. Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	Tubo torácico para drenaje pleural 28 Fr. Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	Tubo torácico para drenaje pleural 30 Fr. Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.	Tubo torácico para drenaje pleural 36 Fr. Flexible de PVC, transparente multiperforado en su extremo distal.
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**	**Marca: CIRURGICA BRASIL** **Procedencia: BRASIL**
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. **Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.-** **Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.**	**CUMPLE. FOLIO 130**	**CUMPLE. FOLIO 130**	**CUMPLE. FOLIO 130**	**CUMPLE. FOLIO 130**	**CUMPLE. FOLIO 130**	**CUMPLE. FOLIO 130**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Dra. Claudia Frete
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L	CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L	CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L	CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L	CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L	CUMPLE. FOLIO 100-104. CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/CODEX S.R.L
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L	CUMPLE. FOLIO 71 CODEX. S.R.L
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE.FOLIO 136	CUMPLE.FOLIO 136	CUMPLE.FOLIO 136	CUMPLE.FOLIO 136	CUMPLE.FOLIO 137	CUMPLE.FOLIO 137

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00
Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2020

OFERENTE: INFOTEC S.A: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
OBS: La muestra fue evalauda por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM: 59 Esparadrapo***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Cinta adhesiva quirúrgica a base de goma o caucho, de alta adherencia en sustrato impermeable,micro poroso a prueba de humedad, hipoalergénico, 5 cm x 5 mt de largo mínimo de color blanco y/o beige
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca:** ADVANCARE **Procedencia:** PARAGUAY
MUESTRAS	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. **Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.-** **Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.**	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***
2. Catálogo de lo ofertado.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA*** ***ADVANTA PHARMA S.A/INFOTEC S.A***
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	***CUMPLE PAG 21***
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	***CUMPLE. NOTA-RESPUESTA***

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Infotec S.A

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00
Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2020

OFERENTE: ENDOTERAPIA S.R.L. PARTE 1:
ITEMS 59/80/170: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS 39/43/45/67: No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 39*** ***Catéter intravenoso para vía central pediátrico***	***ITEM 43*** ***Catéter intravenoso vía central adulto***	***ITEM 45*** ***Catéter intravenoso vía central adulto***	***ITEM 59*** ***Esparadrapo***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Catéter venoso central 5 Fr - 3 Lumen x 8 cm a 16 cm Compatible para técnica de Seldinger Poliuretano, radiopaco con guia metálica de nitinol de 0,017 a 0,021, 45 (+ - 5) cm lumen distal de 18 GA -20 GA, lumen medial de 13 GA a 22 GA, lumen proximal de 20 GA-22 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Cada kit debe contener Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturi, - dilatador	7 Fr - 3 Lumen x 20 cm Compatible para técnica de Seldinger Poliuretano, radiopaco, con guia metálica de nitinol de 0,032 a 0,035 de 50cm a 60 cm, lumen distal de 14 GA a 18 GA, lumen medial 16 GA a 18 GA, lumen proximal de 18 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Cada kit debe contener - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturi, - dilatador	7,5 Fr - 3 Lumen x 20 cm Compatible para técnica de Seldinger Poliuretano, radiopaco, con guia metálica de nitinol de 0,032" a 0,035", DE 50 Cm A 60 cm lumen distal de 14 a 18 GA, lumen medial 16 GA A 18GA y lumen proximal de 18 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Cada kit debe contener: - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturi, - dilatador	Cinta adhesiva quirúrgica a base de goma o caucho, de alta adherencia en sustrato impermeable,micro poroso a prueba de humedad, hipoalergénico, 5 cm x 5 mt de largo minimo de color blanco y/o beige
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: EndoMed** **Procedencia: China**	**Marca: EndoMed** **Procedencia: China**	**Marca: EndoMed** **Procedencia: China**	**Marca: Advancare** **Procedencia: Nacional**
MUESTRAS	**NO CUMPLE. EL KIT NO CUENTA CON HOJA DE BISTURI SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**	**NO CUMPLE. EL KIT NO CUENTA CON HOJA DE BISTURI SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**	**NO CUMPLE. EL KIT NO CUENTA CON HOJA DE BISTURI SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**NO CUMPLE. NO SE VISUALIZA EN EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO LA DESCRIPCION DE CALIBRE: 5FR 3LUMEN SOLCITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Ora. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

2. Catálogo de lo ofertado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	HOSPITAL & HOME CARE IMPORT - EXPORT Co Ltd / ENDOTERAPIA S.RL CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	HOSPITAL & HOME CARE IMPORT - EXPORT Co Ltd / ENDOTERAPIA S.RL CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	HOSPITAL & HOME CARE IMPORT - EXPORT Co Ltd / ENDOTERAPIA S.RL CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE PAG 11 ADVANTA PHARMA S.A / ENDOTERAPIA S.R.L
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00
Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2020

OFERENTE: ENDOTERAPIA S.R.L. PARTE 2:
ITEMS 59/80/170: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS 39/43/45/67: No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	*ITEM 67* *Colector / contenedor de orina*	*ITEM 80* *Espéculo descartable mediano*	*ITEM 170* *Jeringa descartable con aguja*
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Bolsa de 2 Litros, con valvula de retencion, salida de gases y desagote con medidor externo graduado de 500 ml minimo sistema cerrado con valvula de no retorno (de desagote). Sin urinometro. Estéril descartable.	Especulo vaginal tamaño mediano. PVC /PS rigido, transparente. Apertura de rosca, descartable.	Jeringa descartable con aguja , 3 ml de plástico con aguja 23 G x 1 desmontable, con rosca émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones , graduado cada 3 ml
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: EndoMed** **Procedencia: China**	**Marca: EndoMed** **Procedencia: China**	**Marca: EndoMed** **Procedencia: China**
MUESTRAS	**NO CUMPLE. NO PRESENTA VALVULA DE NO RETORNO .**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los items: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**HOSPITAL & HOME CARE IMPORT - EXPORT Co Ltd / ENDOTERAPIA S.RL CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**HOSPITAL & HOME CARE IMPORT - EXPORT Co Ltd / ENDOTERAPIA S.RL CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**HOSPITAL & HOME CARE IMPORT - EXPORT Co Ltd / ENDOTERAPIA S.RL CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Endoterapia 2

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00
Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2020

OFERENTE: PROIN S.A.C.e I.: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada, para todos los items.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	*ITEM 4* *Algodón Laminado*	*ITEM 5* *Algodón Laminado*	*ITEM 6* *Algodón Laminado*
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Algodón laminado de 15 cm x 2 (+-2) mt. Mínimo, bajo tenor de impurezas (blanco y sin partículas extrañas).	Algodón laminado de 20 cm x 2 (+-2) mt. Como mínimo, bajo tenor de impurezas (blanco y sin partículas extrañas).	Algodón laminado de 30 cm. 1,5 a 2 mt. de longitud, bajo tenor de impurezas (blanco y sin partículas extrañas).
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	**Marca:** Ondas Blancas **Procedencia:** Nacional	**Marca:** Ondas Blancas **Procedencia:** Nacional	**Marca:** Ondas Blancas **Procedencia:** Nacional
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE PAG 94 - 95 PRESENTA CONSTANCIA DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO. PAG 96 DECLARACION JURADA**	**CUMPLE PAG 94 - 95 PRESENTA CONSTANCIA DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO. PAG 96 DECLARACION JURADA**	**CUMPLE PAG 94 - 95 PRESENTA CONSTANCIA DE TRAMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO. PAG 96 DECLARACION JURADA**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE PAG 97**	**CUMPLE PAG 98**	**CUMPLE PAG 99**
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE PAG 100**	**CUMPLE PAG 100**	**CUMPLE PAG 100**

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Proin S.A.C.e I.

4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	**CUMPLE PAG 101 (B.P.F y C)**	**CUMPLE PAG 101 (B.P.F y C)**	**CUMPLE PAG 101 (B.P.F y C)**
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	**CUMPLE PAG 103**	**CUMPLE PAG 104**	**CUMPLE PAG 105**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00
Sistema de Adjudicación: Por Item

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022

OFERENTE: H-PAR S.A.C.I: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
OBS: La muestra fue evalauda por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 77*** ***EQUIPO PARA DRENAJE PLEURAL***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Sistema de drenaje pleural Con 3 cámaras conectadas entre si, con conexión única al paciente. De aspiración continua., y dispositivo regulador de aspiración incorporado.
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: CROSA** **Procedencia: ISRAEL/URUGUAY**
MUESTRAS	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitana del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los items: 87, 88. 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
2. Catálogo de lo ofertado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

H-PAR S.A.C.I

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022

OFERENTE: ARGON S.R.L: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada, para todos los items.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 58*** ***Cepillo vaginal***	***ITEM 107*** ***Papel de electrocardiograma***	***ITEM 108*** ***Papel de electrocardiograma***	***ITEM 109*** ***Papel de electrocardiograma***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Cepillo para citología - Cepillo de cerda dura y bulbo protector en la punta	50 mm x 30 m. Adaptable a electrocardiógrafo Modelo SE 1 de 2 canales	Papel para Electrocardiografía 60 mm x 30 m. 1 canal	Papel para Electrocardiografía, 63mm x 30 m. 1 canal
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca:** GIMA **Procedencia:** ITALIA	**Marca:** LESSA **Procedencia:** ESPAÑA	**Marca:** LESSA **Procedencia:** ESPAÑA	**Marca:** LESSA **Procedencia:** ESPAÑA
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los items: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE PAG 36** **GIMA S.p.A/ ARGON S.R.L**	**PAG 37 - AB MEDICA GROUP S.A/LESSA** **CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**PAG 37 - AB MEDICA GROUP S.A/LESSA** **CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**PAG 37 - AB MEDICA GROUP S.A/LESSA** **CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Dra. Claudia Frete
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Argon S.R.L

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	**CUMPLE PAG 31**	**CUMPLE PAG 31**	**CUMPLE PAG 31**	**CUMPLE PAG 31**
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022

OFERENTE: GT SCIENTIFIC S.A: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
OBS: La muestra fue evalauda por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 111 PARAFINA***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Cera de Parafina sólida. Blanca. Con 56-58 grados centígrados de punto de fusión, granulada.
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: LEICA** **Procedencia: USA/ALEMANIA**
MUESTRA	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los líquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**NO APLICA**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE PAG 38 - 41**
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE PAG 22** **LEICA MICROSYSTEMS NUSSLOCH GmbH/GT SCIENTIFIC S.A**
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	**CUMPLE PAG 31 DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A (B.P.A y D)** **PAG 32 - 37 CONTRATO DE DEPOSITO, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE MERCADERIA ENTRE GT SCIENTIFIC S.A /DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA**
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	**CUMPLE PAG 37**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

GT SCIENTIFIC S.A

LIC. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022

OFERENTE: DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada, para todos los items.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 154*** *Vaselina Líquida Frasco por 1 kg*	***ITEM 162*** *Vidrio cubierta para portaobjetos de microscopio. Lámina cubre objeto 24 x 32 mm* *CAJA X 50 UNIDADES MINIMA*	***ITEM 163*** *Vidrio cubierta para portaobjetos de microscopio. Lámina cubre objeto 24 x 60 mm* *CAJA X 50 UNIDADES MINIMA*
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca:** OXITENO/EMPRESA CARIOCA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A **Procedencia:** BRASIL	**Marca:** CITOTEST/CITOGLAS **Procedencia:** CHINA	**Marca:** CITOTEST/CITOGLAS **Procedencia:** CHINA
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE PAG 12**	**CUMPLE PAG 13**
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE PAG 19 - 25 CARIOCA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A / DROGUERIA ITALQUIMICA S.A**	**CUMPLE PAG 26/37 CITOTEST LABWARE MANUFACTURING CO. LTD/MACRO SCIENCE S.A / DROGUERIA ITALQUIMICA S.A**	**CUMPLE PAG 26/37 CITOTEST LABWARE MANUFACTURING CO. LTD/MACRO SCIENCE S.A / DROGUERIA ITALQUIMICA S.A**

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	**CUMPLE PAG 40**	**CUMPLE PAG 40**	**CUMPLE PAG 40**
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	**CUMPLE PAG 7**	**CUMPLE PAG 8**	**CUMPLE PAG 9**

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022

OFERENTE: JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
OBS: La muestra fue evalauda por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 102*** ***PAÑAL PARA ADULTOS*** ***POR UNIDAD***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Pañal desechable para Adulto tamaño extra grande x 160 cm. De alta capacidad de absorción. Tela exterior impermeable. Cierre adhesivo a la altura de la cintura
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**MARCA: CAPRICHO FIT CARE CONFORT** **PROCEDENCIA: BRASIL**
MUESTRAS	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. **Excluir de este requisito a los items: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.-** **Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.**	CUMPLE PAG 22
2. Catálogo de lo ofertado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**PAG 23 CONFECCIONES CAPRICHO LTDA/OA IMPORT S.A** **CUMPLE. NOTA-RESPUESTA** **CUMPLE PAG 21 OA IMPORT / JML DISTRIBUIDORA DE JOSE MANUEL LOPEZ**
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE PAG 19
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE PAG 20

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

JML DISTRIBUIDORA

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022

OFERENTE: BIOTENG S.A. PARTE 1: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada, para todos los items.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 1*** ***AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE***	***ITEM 2*** ***AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE***	***ITEM 59*** ***ESPARADRAPO***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Aguja hipodérmica 23 G para jeringa conexión a rosca, de plástico, longitud efectiva de la parte expuesta del tubo de la aguja 25-32 mm, calibre de acero inoxidable, punta recortada en forma de lanceta, tribiselada para reducción del trauma	Aguja hipodérmica descartable Aguja hipodérmica 21 G para jeringa conexión a rosca, de plástico, longitud efectiva de la parte expuesta del tubo de la aguja 32-38 mm, calibre de acero inoxidable, punta recortada en forma de lanceta, tribiselada para reducción del trauma	Cinta adhesiva quirúrgica a base de goma o caucho, de alta adherencia en sustrato impermeable,microporoso a prueba de humedad, hipoalergénico 10 cm x 5 mt de largo mínimo de color blanco y/o beige
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: SR** **Procedencia: PARAGUAY**	**Marca: SR** **Procedencia: PARAGUAY**	**Marca: PRINTEX** **Procedencia: ARGENTINA**
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los items: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A/ BIOTEMG S.A**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A/ BIOTEMG S.A**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. RIASA S.R.L/ PROSALUD FARMA S.A PROSALUD FARMA S.A / BIOTENG S.A**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Dra. Claudia Frete
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022

OFERENTE: BIOTENG S.A. PARTE 2: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada, para todos los items.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 168*** ***JERINGA DESCARTABLE CON AGUJA***	***ITEM 169*** ***JERIINGA DESCARTABLE CON AGUJA***	***ITEM 170*** ***JERIINGA DESCARTABLE CON AGUJA***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	eringa para insulina con aguja protegida, 1 ml de plástico, con aguja fija incorporada 30 G * 6-8 mm, embolo extremo distal de goma, graduado en centésimas de unidades. U-100 para administración de insulina.	Jeringa descartable con aguja, 1 ml de plástico. Con aguja desmontable 27.5 G * 1/2, sin rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones. Graduado en decima de ml	Jeringa descartable con aguja , 3 ml de plástico con aguja 23 G x 1 desmontable con rosca émbolo extremo distal de goma que no permita filtraciones , graduado cada 3 ml
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: EASTMARK** **Procedencia: CHINA**	**Marca: SR** **Procedencia: PARAGUAY**	**Marca: SR** **Procedencia: PARAGUAY**
MUETRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. **Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.-** **Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA JIANGYIN NANQUAN MACROMOLECULE PRODUCT Co.LTD./EUROQUIMICA S.A EUROQUIMICA S.A / BIOTENG S.A**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A/ BIOTEMG S.A**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A/ BIOTEMG S.A**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

BIOTENG 2

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2022

OFERENTE: GRUPO IBP. PARTE 1
ITEMS 23/24/25/38/39/42/43/44/45/64/65/66/68/99/132/134/136/137/138/139/141/142/151/153 : Cumple con todos las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS 10/67/69/96/117/130/131/133/135/140/150 : No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evaluadas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	*ITEM 10* *Cánula nasal para oxigenoterapia*	*ITEM 23* *Catéter de aspiración*	*ITEM 24* *Catéter de aspiración*	*ITEM 25* *Catéter de aspiración*	*ITEM 38* *Catéter intravenoso para vía central pediátrico*
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Bigotera adulto Diámetro externo 4.00, silicona 100% libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables, tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 200 cm	Catéter de aspiración, 10 Fr. Con válvula de control manual con tapa, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, libre de látex, PVC, 50 cm mínimo.	Catèter de aspiración, 12 Fr. Con válvula de control manual con tapa, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, * 50 cm mínimo.	Catéter de aspiración, 14 Fr. Con válvula de control manual con tapa, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, * 50 cm mínimo.	Catéter venoso central 5 Fr - 2 Lumen x 8 cm a 16 cm. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco con guía metálica de nitinol de 0.017 a 0,021, 45 (+ - 5) cm lumen distal de 18 GA-20 GA y lumen proximal de 20 GA -22 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Cada kit debe contener: - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturí, - dilatador.
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca:** FLEXICARE **Procedencia:** REINO UNIDO	**Marca:** ULTRAMED **Procedencia:** EGIPTO	**Marca:** ULTRAMED **Procedencia:** EGIPTO	**Marca:** ULTRAMED **Procedencia:** EGIPTO	**Marca:** SHUN MEI **Procedencia:** CHINA
MUESTRAS:	NO CUMPLE. NO CUENTA CON TUBO DENTRO DE FOSAS NASALES REGULABLES.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los líquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
2. Catálogo de lo ofertado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Lic. Ana Alonzo
Comité de Evaluación
DGGIES - MSPBS

GRUPO IBP 1

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA FLEXICARE / GRUPOO IBP S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. SHUNMEI MEDICAL CO. LTD/ DROGUEPAR S.A
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2022

OFERENTE: GRUPO IBP. PARTE 2
ITEMS 23/24/25/38/39/42/43/44/45/64/65/66/68/99/132/134/136/137/138/139/141/142/151/153 : Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentado.
ITEMS 10/67/69/96/117/130/131/133/135/140/150 : No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evaluadas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	ITEM 39 Catéter intravenoso para vía central pediátrico	ITEM 42 Catéter intravenoso vía central adulto	ITEM 43 Catéter intravenoso vía central adulto	ITEM 44 Catéter intravenoso vía central adulto	ITEM 45 Catéter intravenoso vía central adulto
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Catéter venoso central 5 Fr - 3 Lumen x 8 cm a 16 cm. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco con guia metálica de nitinol de 0,017 a 0,021, 45 (+ - 5) cm lumen distal de 18 GA -20 GA, lumen medial de 13 GA a 22 GA, lumen proximal de 20 GA-22 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Cada kit debe contener - Abrazadera de catéter - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturí, - dilatador	7 Fr - 2 Lumen x 20 cm. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guia metálica de nitinol de 0,032 a 0,035 DE 50 cm A 60 cm, lumen distal de 14 GA a 18 GA y lumen proximal de 18 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Cada kit debe contener: - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturí, - dilatador.	Cateter venoso central 7 Fr - 3 Lumen x 20 cm .Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica de nitinol de 0,032 a 0,035 de 50cm a 60 cm, lumen distal de 14 GA a 18 GA, lumen medial 16 GA a 18 GA, lumen proximal de 18 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Cada kit debe contener: - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturí, - dilatador.	7,5 Fr - 2 Lumen x 20 cm .Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guia metálica de nitinol de 0,032 a 0,035 De 50 cm A 60 cm, lumen distal de 14 GA a 18 GA, lumen proximal de 18 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Cada kit debe contener - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturí - dilatador	7.5 Fr - 3 Lumen x 20 cm Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guia metálica de nitinol de 0.032" a 0,035", DE 50 Cm A 60 cm lumen distal de 14 a 18 GA, lumen medial 16 GA A 18GA y lumen proximal de 18 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Cada kit debe contener: - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml. - aguja introductora, - hoja de bisturí, - dilatador
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: SHUN MEI** **Procedencia: CHINA**	**Marca: SHUN MEI** **Procedencia: CHINA**	**Marca: SHUN MEI** **Procedencia: CHINA**	**Marca: SHUN MEI** **Procedencia: CHINA**	**Marca: SHUN MEI** **Procedencia: CHINA**
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Dra. Claudia Fret...
Comite de Evaluac...
DGGIES - M...

GRUPO IBP 2

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

2. Catálogo de lo ofertado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. SHUNMEI MEDICAL CO. LTD/ DROGUEPAR S.A./ BRUPO IBP S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. SHUNMEI MEDICAL CO. LTD/ DROGUEPAR S.A./ BRUPO IBP S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. SHUNMEI MEDICAL CO. LTD/ DROGUEPAR S.A./ BRUPO IBP S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. SHUNMEI MEDICAL CO. LTD/ DROGUEPAR S.A./ BRUPO IBP S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. SHUNMEI MEDICAL CO. LTD/ DROGUEPAR S.A./ BRUPO IBP S.A
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2022

OFERENTE: GRUPO IBP. PARTE 3
ITEMS 23/24/25/38/39/42/43/44/45/64/65/66/68/99/132/134/136/137/138/139/141/142/151/153 : Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS 10/67/69/96/117/130/131/133/135/140/150 : No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evaloudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 64*** ***Circuito para respirador adulto***	***ITEM 65*** ***Circuito para respirador neonatal***	***ITEM 66*** ***Circuito para respirador pediátrico***	***ITEM 67*** ***Colector / contenedor de orina***	***ITEM 68*** ***Colector / contenedor de orina***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Adulto con 2 trampas de agua con conexiones adaptables al respirador, cámara humidificadora Universal, Compatible con el equipo de la Institución. Debe contener: al menos 1 conexión tipo luer lock en la conexión en Y, con puerto de temperatura, 1 línea de presión para cámara humidificadora, filtro antibacteriano.Envase estéril individualy/ o fabricado y envasado bajo condicines de sala limpia (según Norma ISO/DIN 14644) en ambos casos presentar certificados correspondiente.	Neonatal (LACTANTE MENOR)de 0 a 28 dias menor a 3 kg. con 1 a 2 trampas de agua, con alambre calentador y camara humidificadora. Conexiones adaptables al equipo. Compatible con el equipo de la Institucion. Debe contener: al menos 1 conexión tipo luer lock en la conexión en Y, con puerto de temperatura, 1 línea de presión para cámara humidificadora, filtro antibacteriano.Envase estéril individualy/ o fabricado y envasado bajo condicines de sala limpia (según Norma ISO/DIN 14644) en ambos casos presentar certificados correspondiente.	Pediátrico, Universal 2 A 15 AÑOS (3,1 A 14,9 KG) con 1 a 2 trampas de agua, con conexiones adaptables al respirador. ALAMBRE CALENTADOR Y CAMARA HUMIDIFICADORA. Compatible con el equipo de la Institución. Debe contener: al menos 1 conexión tipo luer lock en la conexión en Y, con puerto de temperatura, 1 línea de presión para cámara humidificadora, filtro antibacteriano.Envase estéril individualy/ o fabricado y envasado bajo condiciones de sala limpia (según Norma ISO/DIN 14644) en ambos casos presentar certificados correspondiente.	Bolsa de 2 Litros, con valvula de retencion, salida de gases y desagote, con medidor externo graduado de 500 ml minimo, sistema cerrado con valvula de no retorno (de desagote). Sin urinometro. Estéril descartable.	Bolsa de 2 Litros, con valvula de retencion, salida de gases y desagote, con medidor externo graduado de 500 ml minimo sistema cerrado con valvula de no retorno (de desagote). Con urinometro Estéril descartable
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca:** GGM **Procedencia:** TAIWAN	**Marca:** GGM **Procedencia:** TAIWAN	**Marca:** GGM **Procedencia:** TAIWAN	**Marca:** ULTRMED **Procedencia:** EGIPTO	**Marca:** FLEXICARE **Procedencia:** REINO UNIDO
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE. NO PRESENTA VALVULA DE NO RETORNO**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

GRUPO IBP 3

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

2. Catálogo de lo ofertado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. GREAT GROUP MEDICAL CO. LTD/DROGUEPAR S.A/ BRUPO IBP S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. GREAT GROUP MEDICAL CO. LTD/DROGUEPAR S.A/ BRUPO IBP S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. GREAT GROUP MEDICAL CO. LTD/DROGUEPAR S.A/ BRUPO IBP S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA FLEXICARE / GRUPOO IBP S.A
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS

ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2022

OFERENTE: GRUPO IBP. PARTE 4
ITEMS 23/24/25/38/39/42/43/44/45/64/65/66/68/99/132/134/136/137/138/139/141/142/151/153 : Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS 10/67/69/96/117/130/131/133/135/140/150 : No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evaluadas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	***ITEM 69*** ***Colector / contenedor de orina***	***ITEM 96*** ***Mascara para oxigeno grande***	***ITEM 99*** ***Mascara Facial para anestesia***	***ITEM 117*** ***Malla de polipropileno para Hernia***	***ITEM 130*** ***Tubos nasogástricos pediátrico***
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Bolsa de 500 cc de capacidad y valvula antireflujo, con medidor externo, sistema cerrado con válvula de no retorno (de desagote), con unnometro Estéril descartable	Mascara para oxigeno grande Mascarilla de aire-oxigeno en circuito abierto Adulto, de piástico atóxico,flexible,con tubo fino y adaptador universal. Con prolongador, longitud 1,5 mts como minimo. Debe ser apto de tolerar un rango de oxigeno de 6 a 8 Litros/min, con una concentración media de oxigeno entre 40 a 50%. Con elástico ajustable para sostén. Con pico fijo. Libre de látex y de DHEP.	Mascara para anestesia N° 2 - Escolar, con reborde insuflable de material trasparente, resistente con adaptador universal, descartable	Redes poliméricas. Malla de polipropileno, inerte, tamaño de poros igual o mayor 1mm. Con lineas radioopacas, y peso del material igual o menor a 60 gr/m2. Tamaño: 15x 15 cm. Certificado de calidad de tamaño de los poros	Tubos nasogástricos pediátrico. Tipo K 31 - 60cm de longitud minimo. Pediátrica. 7Fr
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: FLEXICARE** **Procedencia: REINO UNIDO**	**Marca: ULTRAMED** **Procedencia: EGIPTO**	**Marca: FLEXICARE** **Procedencia: REINO UNIDO**	**Marca: TAISER MED** **Procedencia: EGIPTO**	**Marca: ULTRAMED** **Procedencia: EGIPTO**
MUESTRAS	**NO CUMPLE. NO CUENTA CON VALVULA DE NO RETORNO**	**NO CUMPLE. PRESENTA MASCARILLA PARA NEBULIZACION**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE. PRESENTA TAMAÑO DE 6X11CM**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los items: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**NO CUMPLE. EN EL CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO NO SE OBSERVA LA MEDIDA 7 FR.**

Dra. Claudia Frete
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

GRUPO IBP 4

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

2. Catálogo de lo ofertado.	NO CUMPLE. EN EL CATALOGO SE OBSERVA BOLSA COLECTORA SIN URINOMETRO, DEBE SER CON URINOMETRO.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA FLEXICARE / GRUPOO IBP S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA FLEXICARE / GRUPOO IBP S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA TAISER MED SAE/ INFINITY INTERNACIONAL S.A/GRUPO IBP S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	NO CUMPLE. EN LA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS EN LAS ESPECIF. TECNICAS SE OBSERVA CAPACIDAD DE 2000ML. SE SOLICITA DE 500 ML.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2022

OFERENTE: GRUPO IBP. PARTE 5
ITEMS 23/24/25/38/39/42/43/44/45/64/65/66/68/99/132/134/136/137/138/139/141/142/151/153 : Cumple con todos las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS 10/67/69/96/117/130/131/133/135/140/150 : No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evaluadas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	ITEM 131 Tubos nasogástricos pediátrico	ITEM 132 Tubos nasogástricos pediátrico	ITEM 133 Tubos nasogástricos adulto	ITEM 134 Tubos nasogástricos pediátrico	ITEM 135 Cánula oro faríngea
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Tubos nasogástricos pediátrico. Tipo K30 - 60 cm de longitud mínimo. Pediátrica. 9 Fr	Tubos nasogástricos pediátrico. Tipo K 33 - 60 cm de longitud mínimo. Pediátrica. 6Fr	Tubos nasogástricos adulto. Tipo K 11 1,20 m de longitud mínimo. Para Adulto. 18Fr	Tubos nasogástricos pediátrico. Tipo K35 - 50 cm de longitud mínimo. Pediátrica. 4 Fr.	Tubos para Ventilación Intema, Orofaringeos. Cánula orofaringea (Modelo Guedel) para uso pediátrico en niños de 1 a 2 años No. 2, 70 - 75 mm longitud. Tubo de polietileno lineal de baja densidad, translucido, curvado y aplanado (luz oval). Extremo distal abierto, redondeado, con punta roma totalmente atraumática. Extremo proximal reforzado y con tope dental. Envase estéril individual.
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca:** ULTRAMED **Procedencia:** EGIPTO	**Marca:** ULTRAMED **Procedencia:** EGIPTO	**Marca:** ULTRAMED **Procedencia:** EGIPTO	**Marca:** ULTRAMED **Procedencia:** EGIPTO	**Marca:** ULTRAMED **Procedencia:** EGIPTO
	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE. PRESENTA MUESTRA 12FR. NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE ENTREGAR EL PRODUCTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	CUMPLE	NO CUMPLE. PRESENTAN MUESTRA N°5. NO PRESENTA DECLARACION JURADA DE ENTREGAR EL PRODUCTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	NO CUMPLE. EN EL CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO NO SE OBSERVA LA MEDIDA 9 FR.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
2. Catálogo de lo ofertado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 22
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DUC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2022

OFERENTE: GRUPO IBP. PARTE 6
ITEMS 23/24/25/38/39/42/43/44/45/64/65/66/68/99/132/134/136/137/138/139/141/142/151/153 : Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentoda.
ITEMS 10/67/69/96/117/130/131/133/135/140/150 : No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	*ITEM 136* *Tubos endotraqueal*	*ITEM 137* *Tubos endotraqueal*	*ITEM 138* *Tubos endotraqueal*	*ITEM 139* *Tubos endotraqueal*	*ITEM 140* *Tubos endotraqueal*
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Tubo traqueal 2 Fr. Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	Tubos traqueal 2,5 Fr. Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	Tubos traqueal 3 Fr. Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	Tubos traqueal 3,5 Fr. Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	Tubos traqueal 4 Fr. Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel, Libre de DHEP (presentar certificado que avale)
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: ULTRAMED** **Procedencia: EGIPTO**	**Marca: ULTRAMED** **Procedencia: EGIPTO**	**Marca: ULTRAMED** **Procedencia: EGIPTO**	**Marca: ULTRAMED** **Procedencia: EGIPTO**	**Marca: ULTRAMED** **Procedencia: EGIPTO**
MUESTRAS	**NO CUMPLE. NO SE DESCRIBE EN EL REGISTRO SANITARIO QUE SEA LIBRE DE DHEP , ASI COMO EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO.**	**NO CUMPLE. NO SE DESCRIBE EN EL REGISTRO SANITARIO QUE SEA LIBRE DE DHEP , ASI COMO EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO.**	**NO CUMPLE. NO SE DESCRIBE EN EL REGISTRO SANITARIO QUE SEA LIBRE DE DHEP , ASI COMO EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO.**	**NO CUMPLE. NO SE DESCRIBE EN EL REGISTRO SANITARIO QUE SEA LIBRE DE DHEP , ASI COMO EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO.**	**NO CUMPLE. NO SE DESCRIBE EN EL REGISTRO SANITARIO QUE SEA LIBRE DE DHEP , ASI COMO EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO. NO CUENTA CON MANDRIL.**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los items: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP**

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	**CUMPLE FOLIO 22**	**CUMPLE FOLIO 22**	**CUMPLE FOLIO 22**	**CUMPLE FOLIO 22**	**CUMPLE FOLIO 22**
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 - 04/07/2022

OFERENTE: GRUPO IBP. PARTE 7
ITEMS 23/24/25/38/39/42/43/44/45/64/65/66/68/99/132/134/136/137/138/139/141/142/151/153 : Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS 10/67/69/96/117/130/131/133/135/140/150 : No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evaluadas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	ITEM 141 Tubos endotraqueal	ITEM 142 Tubos endotraqueal	ITEM 150 Tubos endotraqueal	ITEM 151 Tubos endotraqueal	ITEM 152 Tubos endotraqueal	ITEM 153 Tubos endotraqueal
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Tubos traqueal 4,5 Fr. Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel. Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	Tubos traqueal 5 Fr. Sin balón, silicona 100% con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, extremo en bisel. Libre de DHEP (presentar certificado que avale)	Tubo endotraqueal libre de DHEP (presentar certificado que avale). / Nº 4 de PVC o siliconado con balón, punta cóncava atraumática, línea radio opaca continua, libre de látex, conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación.	Tubo endotraqueal libre de DHEP (presentar certificado que avale). / Nº 4,5 de PVC o siliconado con balón, punta cóncava atraumática, línea radio opaca continua, libre de látex, conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación.	Tubo endotraqueal libre de DHEP (presentar certificado que avale). / Nº 5 de PVC o siliconado con balón, punta cóncava atraumática, línea radio opaca continua, libre de látex, conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación.	Tubo endotraqueal libre de DHEP (presentar certificado que avale). / Nº 5,5 de PVC o siliconado con balón, punta cóncava atraumática, línea radio opaca continua, libre de látex, conector universal. Marcas para comprobar la profundidad de la intubación.
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: ULTRAMED Procedencia: EGIPTO**	**Marca: ULTRAMED Procedencia: EGIPTO**	**Marca: ULTRAMED Procedencia: EGIPTO**	**Marca: ULTRAMED Procedencia: EGIPTO**	**Marca: ULTRAMED Procedencia: EGIPTO**	**Marca: ULTRAMED Procedencia: EGIPTO**
MUESTRAS	**NO CUMPLE. NO SE DESCRIBE EN EL REGISTRO SANITARIO QUE SEA LIBRE DE DHEP , ASI COMO EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO.**	**NO CUMPLE. NO SE DESCRIBE EN EL REGISTRO SANITARIO QUE SEA LIBRE DE DHEP , ASI COMO EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO.**	**NO CUMPLE. NO SE DESCRIBE EN EL REGISTRO SANITARIO QUE SEA LIBRE DE DHEP , ASI COMO EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO.**	**NO CUMPLE. NO SE DESCRIBE EN EL REGISTRO SANITARIO QUE SEA LIBRE DE DHEP , ASI COMO EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO.**	**NO CUMPLE. NO SE DESCRIBE EN EL REGISTRO SANITARIO QUE SEA LIBRE DE DHEP , ASI COMO EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO.**	**NO CUMPLE. NO SE DESCRIBE EN EL REGISTRO SANITARIO QUE SEA LIBRE DE DHEP , ASI COMO EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO.**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los items: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- **Obs.:** Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Dra. Claudia Fretes
Comité de Evaluacion
DGCIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comité de Evaluacion
DGCIES - MSPBS

3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA.ULTRA FOR MEDICAL PRODUCTS CO./ INFINITY INTERNACIONAL S.A/ GRUPO IBP**
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	**CUMPLE FOLIO 22**	**CUMPLE FOLIO 22**	**CUMPLE FOLIO 22**	**CUMPLE FOLIO 22**	**CUMPLE FOLIO 22**	**CUMPLE FOLIO 22**
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluacion
DGCIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGCIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DIJC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 -04/07/2022

OFERENTE: MLT PHARMA S.R.L. PARTE 1
ITEMS 12/13/31/38/42/43/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/84/85/86: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS : 100/101: No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	ITEM 12 Cánula de traqueostomía con balón	ITEM 13 Cánula de traqueostomía con balón	ITEM 38 Catéter intravenoso para vía central pediátrico	ITEM 42 Catéter intravenoso vía central adulto	ITEM 43 Catéter intravenoso vía central adulto
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Cánula para traqueostomia N° 7 de PVC, con mandril y balón. Adulto	Cánula para traqueostomia N°8 de PVC, con mandril y balón. Adulto	Catéter venoso central 5 Fr - 2 Lumen x 8 cm a 16 cm. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco con guía metálica de nitinol de 0,017 a 0,021. 45 (+ - 5) cm lumen distal de 18 GA-20 GA y lumen proximal de 20 GA -22 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Cada kit debe contener: - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturí, - dilatador.	Cateter venoso central 7 Fr - 2 Lumen x 20 cm. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica de nitinol de 0,032 a 0,035 DE 50 cm A 60 cm, lumen distal de 14 GA a 18 GA y lumen proximal de 18 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Cada kit debe contener: - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturí, - dilatador.	Cateter venoso central 7 Fr - 3 Lumen x 20 cm .Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica de nitinol de 0,032 a 0,035 de 50cm a 60 cm, lumen distal de 14 GA a 18 GA, lumen medial 16 GA a 18 GA, lumen proximal de 18 GA con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Cada kit debe contener: - Abrazadera de catéter, - jeringa de 5 ml, - aguja introductora, - hoja de bisturí, - dilatador.
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca:** SCW **Procedencia:** CHINA	**Marca:** SCW **Procedencia:** CHINA	**Marca:** SCW **Procedencia:** CHINA	**Marca:** SCW **Procedencia:** CHINA	**Marca:** SCW **Procedencia:** CHINA
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los items: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
2. Catálogo de lo ofertado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

MLT PHARMA 1

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA SCW MEDICATH LTD/ MLT PHARMA S.R.L	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA SCW MEDICATH LTD/ MLT PHARMA S.R.L	CUMPLE. NOTA- RESPUESTA SCW MEDICATH LTD/ MLT PHARMA S.R.L	CUMPLE. NOTA- RESPUESTA SCW MEDICATH LTD/ MLT PHARMA S.R.L	CUMPLE. NOTA- RESPUESTA SCW MEDICATH LTD/ MLT PHARMA S.R.L
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS

ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 -04/07/2022

OFERENTE: MLT PHARMA S.R.L. PARTE 2
ITEMS 12/13/31/38/42/43/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/84/85/86: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidos en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS : 100/101: No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	*ITEM 47* *Sonda Vesical*	*ITEM 48* *Sonda Vesical*	*ITEM 49* *Sonda Vesical*	*ITEM 50* *Sonda Vesical*	*ITEM 51* *Sonda Vesical*
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Catéteres urinarios - Foley 8 Fr. de Silicona 100%.	Catéteres urinarios - Foley 10 Fr. De Silicona 100%.	Catéteres urinarios - Foley 12 Fr. de Silicona 100%	Catéteres urinarios -- Foley 14 Fr. de Silicona 100%.	Catéteres urinarios - foley 22 Fr. de Silicona 100%. 3 vías
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: STAR ENTERPRISE Procedencia: CHINA**	**Marca: STAR ENTERPRISE Procedencia: CHINA**	**Marca: STAR ENTERPRISE Procedencia: CHINA**	**Marca: STAR ENTERPRISE Procedencia: CHINA**	**Marca: STAR ENTERPRISE Procedencia: CHINA**
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. **Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.-** **Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO. LTD/ MLT PHARMA S.R.L**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO. LTD/ MLT PHARMA S.R.L**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO. LTD/ MLT PHARMA S.R.L**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO. LTD/ MLT PHARMA S.R.L**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO. LTD/ MLT PHARMA S.R.L**

Dra. Claudia Frete
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022 -04/07/2022

OFERENTE: MLT PHARMA S.R.L. PARTE 3
ITEMS 12/13/31/38/42/43/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/84/85/86: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS : 100/101: No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evalaudas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	*ITEM 52* *Sonda Vesical*	*ITEM 53* *Sonda Vesical*	*ITEM 54* *Sonda Vesical*	*ITEM 55* *Sonda Vesical*	*ITEM 56* *Sonda Vesical*
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Catéteres urinarios Foley 6 Fr. siliconado, 2 vias orificios laterales punta atraumática	Catéteres urinarios Foley 8 Fr. siliconado, 2 vias orificios laterales punta atraumática	Catéteres urinarios Foley 10 Fr. siliconado, 2 vías orificios laterales punta atraumática	Catéteres urinarios Foley 12 Fr. siliconado, orificios laterales punta atraumática.	Catéteres urinarios Foley 6 Fr. siliconado, orificios laterales punta atraumática. Sonda Vesical Doble Vía
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: RIBBEL INTERNATIONAL** **Procedencia: CHINA**	**Marca: RIBBEL INTERNATIONAL** **Procedencia: CHINA**	**Marca: STAR** **Procedencia: CHINA**	**Marca: RIBBEL INTERNATIONAL** **Procedencia: CHINA**	**Marca: RIBBEL INTERNATIONAL** **Procedencia: CHINA**
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este caso el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los items: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
2. Catálogo de lo ofertado.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	**CUMPLE. NOTA- RESPUESTA RIBBEL INTERNATIONAL LTD/ MLT PHARMA S.A**	**CUMPLE. NOTA- RESPUESTA RIBBEL INTERNATIONAL LTD/ MLT PHARMA S.A**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO. LTD/ MLT PHARMA S.R.L**	**CUMPLE. NOTA- RESPUESTA RIBBEL INTERNATIONAL LTD/ MLT PHARMA S.A**	**CUMPLE. NOTA- RESPUESTA RIBBEL INTERNATIONAL LTD/ MLT PHARMA S.A**

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado,. presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGGIES - MSPBS

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
ID: 403.608

Contrato Abierto. Plurianual. Subasta. Pliego Electrónico.

Fecha de Apertura de Ofertas: lunes, 23 de mayo de 2022 - 10:00

Designacion: 4 de enero del 2022
SIMESE N°: 160899/2021 Memorando DOC-DLIC N°: 1911/2021
Inicio y entrega de evaluacion : 24/05/2022-04/07/2022

OFERENTE: MLT PHARMA S.R.L. PARTE 4
ITEMS 12/13/31/38/42/43/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/84/85/86: Cumple con todas las especificaciones tecnicas exigidos en el pliego de bases y condiciones, asi como la muestra presentada.
ITEMS : 100/101: No Cumple por los motivos detallados mas abajo.
OBS: Las muestras fueron evaluadas por representantes de la Direccion de Enfermeria del MSPYBS

Capacidad Técnica	*ITEM 57 Sonda Vesical*	*ITEM 84 Hoja de Bisturí de acero inoxidable*	*ITEM 85 Hoja de Bisturí de acero inoxidable*	*ITEM 86 Hoja de Bisturí de acero inoxidable*	*ITEM 100 Mascarilla para nebulizador*	*ITEM 101 Mascarilla para nebulizador*
El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:	Catéteres urinarios Foley 22 Fr siliconado, 2 vías orificios laterales punta atraumática	Hoja de Bisturi N° 15 de acero inoxidable.	Hoja de Bisturi N° 20 de acero inoxidable	Hoja de Bisturi N° 23 de acero inoxidable	Mascara de oxigeno Adulto con micronebulizador y tubuladura pediatrico. Esteril, descartable adaptable al manometro de oxigeno PVC siliconado. (micronebulizador). Debe contener un conector hembra para el ventilador pulmonar. Libre de látex y de DEHP.	Mascara de oxigeno Pediatrico con micronebulizador y tubuladura pediatrico. Esteril, descartable adaptable al manometro de oxigeno PVC siliconado. (micronebulizador). Debe contener un conector hembra para el ventilador pulmonar .Libre de látex y de DEHP.
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**Marca: STAR** **Procedencia: CHINA**	**Marca: RIBBEL** **Procedencia: INDIA**	**Marca: RIBBEL** **Procedencia: INDIA**	**Marca: RIBBEL** **Procedencia: INDIA**	**Marca: STAR ENTERPRISE** **Procedencia: CHINA**	**Marca: STAR ENTERPRISE** **Procedencia: CHINA**
MUESTRAS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE. EN EL REGISTRO SANITARIO NO SE DESCRIBE QUE EL MATERAIL DEL PRODUCTO SEA LIBRE DELATEX NI DE DEHP, TAMPOCO SE OBSERVA EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NI EN EL CATALOGO .**	**NO CUMPLE. EN EL REGISTRO SANITARIO NO SE DESCRIBE QUE EL MATERAIL DEL PRODUCTO SEA LIBRE DELATEX NI DE DEHP, TAMPOCO SE OBSERVA EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NI EN EL CATALOGO .**
1. El oferente deberá presentar **Copia del Certificado de Registro Sanitario vigente** de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año. En este casp el oferente deberá acompañar una declaración jurada en la que se compromete a presentar al momento de la entrega en el parque sanitario asignado, en caso de ser adjudicado, la documentación mencionada, vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, y 111.- Obs.: Las placas radiográficas requieren registro sanitario sin embargo los liquidos reveladores y fijadores no requieren registro sanitario pero pueden estar incluido en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios.	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**	**CUMPLE. NOTA-RESPUESTA**

MLT PHARMA 4

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGCIES - MSPBS

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluación
DGCIES - MSPBS

2. Catálogo de lo ofertado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	NO CUMPLE. EN EL CATALOGO NO SE DESCRIBE QUE SEA LIBRE DE LATEX	NO CUMPLE. EN EL CATALOGO NO SE DESCRIBE QUE SEA LIBRE DE LATEX
3. a) Autorización del Fabricante para los Representantes y/o Distribuidores, en la forma debida: Consularizado, Legalizado y/o Apostillado, e inscrito en Registros Públicos. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO. LTD/ MLT PHARMA S.R.L	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA RIBBEL INTERNATIONAL LTD/ MLT PHARMA S.A	CUMPLE. NOTA- RESPUESTA RIBBEL INTERNATIONAL LTD/ MLT PHARMA S.A	CUMPLE. NOTA- RESPUESTA RIBBEL INTERNATIONAL LTD/ MLT PHARMA S.A	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO. LTD/ MLT PHARMA S.R.L	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA. ZHANJIANG STAR ENTERPRISE CO. LTD/ MLT PHARMA S.R.L
4. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento, según corresponda, del oferente, fabricante y/o distribuidor, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS, vigente durante toda la duración del contrato. Los oferentes que usufructúan instalaciones de otra empresa deberán presentar además del contrato de alquiler vigente de o los depósitos de almacenamiento, copia del certificado de Buenas Prácticas de almacenamiento vigente de la empresa de la que el oferente usufructúa las instalaciones, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración de contrato.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA
5. Planilla de Datos Garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA	CUMPLE. NOTA-RESPUESTA

Lic. Ana Alonzo
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS

Dra. Claudia Fretes
Comite de Evaluacion
DGGIES - MSPBS