ITEM 38: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 0 CON AGUJA CILINDRICA DE 4 cm. VARIACION +/- 1mm

		PROSALUD PARMA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 128	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 0, esteril, longitud de hebra declarada 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca DTEK	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 40 (+/- 1) mm	Aguja de 1/2 circulo de 39,7 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,954 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,35 a 0,399 mm	0,379 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	60 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,45 kgf	1,857kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	Mínimo individual n5 < 0,45 kgf	**NO CUMPLE**
	Promedio mínimo 1,50 kgf	0,251 kgf	**NO CUMPLE**

ITEM 38: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 0 CON AGUJA CILINDRICA DE 4 cm. VARIACION +/- 1mm

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 175	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 0, esteril, longitud de hebra declarada 70 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca TRUSYNTH	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 40 (+/- 1) mm	Aguja de 1/2 circulo de 41,9 mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,899 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,35 a 0,399 mm	0,388 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	69,75 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,45 kgf	1,653kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,50 kgf	1,655 kgf	CUMPLE

ITEM 38: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 0 CON AGUJA CILINDRICA DE 4 cm. VARIACION +/- 1mm

		AO POTI S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 197	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 0, esteril, longitud de hebra declarada 70 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca TRUSYNTH	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 40 (+/- 1) mm	Aguja de 1/2 circulo de 41,2 mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,891 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,35 a 0,399 mm	0,371 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	69,1 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,45 kgf	1,692kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,50 kgf	1,704 kgf	CUMPLE

Dr. Daniel Canieri
Medico Cirujano
Cirugia General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Inciso Quelar
Abogada - Mat. Nº 11 062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. - I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

		PROMEPAR S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 211	
Ensayo	Especificación Técnica	Resultado	Conclusión
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 0, esteril, longitud de hebra declarada 75 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca ATRAMAT	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 40 (+/- 1) mm	Aguja de 1/2 circulo de 39,2 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		1,072 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,35 a 0,399 mm	0,384 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	75,8 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,45 kgf	1,755 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,50 kgf	1,909 kgf	CUMPLE

ITEM 38: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 0 CON AGUJA CILINDRICA DE 4 cm. VARIACION +/- 1mm

		AS GROUP S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 221	
Ensayo	Especificación Técnica	Resultado	Conclusión
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 0, esteril, longitud de hebra declarada 70 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca NOVOSYN	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 40 (+/- 1) mm	Aguja de 1/2 circulo de 39,9 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		1,057 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,35 a 0,399 mm	0,387 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	74,1 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,45 kgf	1,649 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,50 kgf	1,84 kgf	CUMPLE

ITEM 38: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 0 CON AGUJA CILINDRICA DE 4 cm. VARIACION +/- 1mm

		VICENTE SCAVONE Y CIA	
		Nro. de Análisis: CE 238	
Ensayo	Especificación Técnica	Resultado	Conclusión
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 0, esteril, longitud de hebra declarada 70 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca VITAL SUTURES	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 40 (+/- 1) mm	Aguja de 1/2 circulo de 40,1 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		1,030 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,35 a 0,399 mm	0,406 mm	NO CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	69,1 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,45 kgf	1,919 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,50 kgf	1,981 kgf	CUMPLE

ITEM 38: SUTURA QUIRURGICA DE POLIGLACTINA N° 0 CON AGUJA CILINDRICA DE 4 cm. VARIACION +/- 1mm

		INFINITY INTERNACIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 269	
Ensayo	Especificación Técnica	Resultado	Conclusión
Descripción del Ítem*	Absorbible, esteril, longitud de hebra como minimo 60 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen fio, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos	Sutura absorbible 0, esteril, longitud de hebra declarada 75 cm. Con aguja punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de union hilo/aguja fuertemente adheridos. Marca EGYCRYL	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE

ROBERT BRANCO
Sección Evaluación De Productos.
Dpto. G.M.I.S. – D.L.S.S. – I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Rep. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Inciso Melar
Abogada - Mat. Nº 1 062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Marta E. Colmán
Sección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. – I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 40 (+/- 1) mm	Aguja de 1/2 circulo de 40,19 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		1,120 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,35 a 0,399 mm	0,425 mm	**NO CUMPLE**
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	74,2 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,45 kgf	2,96 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,50 kgf	1,072 kgf	**NO CUMPLE**

ITEM 39: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 7/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 9mm 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		TASSOS S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 111	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: ATRAMAT	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 9 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo de 9,1 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,229 mm	SE AJUSTA A LO SOLICITADO
Diámetro de la hebra	0,050 a 0,069 mm	0,065 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	60,7 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,11 kgf	0,125 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,080 kgf	0,0744 kgf	**NO CUMPLE**

ITEM 39: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 7/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 9mm 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		BIOERIX S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 135	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: OPTILENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 9 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo de 10,1 mm. DECLARA AGUJA DE 10mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,186 mm	SE AJUSTA A LO SOLICITADO
Diámetro de la hebra	0,050 a 0,069 mm	0,065 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	60,6 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,11 kgf	0,163 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,080 kgf	0,127 kgf	CUMPLE

ITEM 39: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 7/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 9mm 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 176	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: TRULENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugia General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Avelar
Abogada - Mat. C.S.J. N° 11 062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. - I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 9 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo de 10,3 mm. DECLARA AGUJA DE 10mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,274 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,050 a 0,069 mm	0,067 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	74,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,11 kgf	0,125 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,080 kgf	0,115 kgf	CUMPLE

ITEM 39: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 7/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 9mm 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		NL PHARMA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 188	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: SHALON MEDICAL	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 9 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo de 10,4 mm. DECLARA AGUJA DE 10mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,275 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,050 a 0,069 mm	0,064 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	75,5 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,11 kgf	0,149 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	Mínimo individual n5 < 0,040 kgf	**NO CUMPLE**
	Promedio mínimo 0,080 kgf	0,0306 kgf	**NO CUMPLE**

ITEM 39: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 7/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 9mm 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		AO POTI S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 198	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: TRULENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 9 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo de 10,3 mm. DECLARA AGUJA DE 10mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,206 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,050 a 0,069 mm	0,069 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	74,1 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,11 kgf	0,125 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,080 kgf	0,0856 kgf	CUMPLE

ITEM 39: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 7/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 9mm 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		PROMEPAR S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 212	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: ATRAMAT	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE

ROBERT FRANCO Sección Evaluación De Contratos D.G.M.I.S. - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dirección Jurídica Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Dr. Daniel Caniero Medico Cirujano Cirugia General y Videolaparoscopia Reg.Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Christians Olmedo Reg. Nº 7004 Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Eliciso Quelar Abogada Mat. C.S.J. Nº 11.462 Dirección Jurídica INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Dra. Marta E. Colmán Dirección de Suministros de Salud DGMIS D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solución patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 9 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo de 9,1 mm.	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,224 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,050 a 0,069 mm	0,064 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	61,0 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,11 kgf	0,115 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,080 kgf	0,0692 kgf	**NO CUMPLE**

ITEM 39: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 7/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 9mm 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		VICENTE SCAVONE Y CIA	
		Nro. de Análisis: CE 239	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: VITAL SUTURES	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 9 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo de 8,9 mm.	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,227 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,050 a 0,069 mm	0,0672 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	73,2 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,11 kgf	0,123 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,080 kgf	0,145 kgf	CUMPLE

ITEM 39: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 7/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 9mm 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		CODEX S.R.L.	
		Nro. de Análisis: CE 258	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: SURGIPRO II COVIDIEN	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 9 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo de 9,1 mm.	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,243 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,050 a 0,069 mm	0,069 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	60 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,11 kgf	0,120 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,080 kgf	0,152 kgf	CUMPLE

ITEM 39: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 7/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 9mm 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		INFINITY INTERNACIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 270	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: EGYPROLENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE

Dr. Daniel Canteri
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Quelar
Abogada M.A. 11.063
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMS
D.L.S. – I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

D.G.M.S. – D.L.S. – I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 9 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo de 8,23 mm- DECLARA AGUJA DE 8 mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,211 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,050 a 0,069 mm	0,0610 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo		N.D.**
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,11 kgf		N.D.**
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,040 kgf		N.D.**
	Promedio mínimo 0,080 kgf		N.D.**

*** Especificaciones Técnicas del PByC** ****ND: No determinado**

ITEM 40: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		BIOERIX S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 136	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: OPTILENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 9 (+/- 0,1) mm	Aguja de 1/2 circulo de 10,2 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,380 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,147 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	82,2 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,40 kgf	0,398 kgf	**NO CUMPLE**
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,23 kgf	0,478 kgf	CUMPLE

ITEM 40: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		INPROMED S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 160	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: EGYPROLENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 10(+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 10,1 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,328 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,149 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	78,5 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,40 kgf	0,457 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,23 kgf	0,2506 kgf	CUMPLE

ITEM 40: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 177	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: TRULENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE

ROBERT E. [illegible] Sección Licitaciones D.G.M.I.S.D.I.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Edgar José Giménez Palacios Dirección Jurídica Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Dr. Daniel Cantero Médico Cirujano Cirugía General y Videolaparoscopía Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Christiano Olmedo Reg. Nº 7004 Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Aguilar Abogada - Mat. C.S.J. Nº 21.062 Dirección Jurídica INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dra. Marta E. Colmán Dirección de Suministros de Salud D.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solución patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 10(+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 15,43 mm. DECLARA AGUJA DE 17 mm	NO CUMPLE
Diametro de la aguja		0,328 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,141 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	75,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,40 kgf	0,426 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,23 kgf	0,649 kgf	CUMPLE

ITEM 40: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		AO POTI S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 199	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: TRULENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 10(+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 16,54 mm. DECLARA AGUJA DE 17 mm	NO CUMPLE
Diametro de la aguja		0,465 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,141 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	75,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,40 kgf	0,431 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,23 kgf	0,621 kgf	CUMPLE

ITEM 40: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		VICENTE SCAVONE Y CIA	
		Nro. de Análisis: CE 240	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: VITAL SUTURES	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 10(+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 10,9 mm.	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,340 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,139 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	75,1 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,40 kgf	0,457 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,23 kgf	0,700 kgf	CUMPLE

ITEM 40: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		CODEX S.R.L.	
		Nro. de Análisis: CE 255	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: SURGIPRO II COVIDIEN	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Melar
Abogado Mat. Nº 11.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Jose Gimenez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 10(+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 círculo de 10,1 mm.	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,357 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,142 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	60 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,40 kgf	0,599 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,23 kgf	0,566 kgf	CUMPLE

ITEM 40: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO Nº 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		INFINITY INTERNACIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 271	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: EGYPROLENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)		CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 10(+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 círculo de 10,1 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,338 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,147 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	78 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,40 kgf	0,49 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,23 kgf	0,534 kgf	CUMPLE

ITEM 41: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 2,5 cm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 cm

		AO POTI S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 200	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: TRULENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 círculo de 25,7 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,657 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,241 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	75,7 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,96 kgf	0,798 kgf	**NO CUMPLE**
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	1,517 kgf	CUMPLE

ITEM 41: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 2,5 cm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 cm

		BIOERIX S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 137	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: OPTILENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugia General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enriso Ovelar
Abogada - Mat. Nº 41.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abgo. Mat. C.S.J. Nº 25.175

D.G.M.S. - I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 25,1 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,530 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,241 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	82,5 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,96 kgf	1,992 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,34 kgf	Minimo individual n5 > 0,34 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,68 kgf	1,891kgf	CUMPLE

ITEM 41: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 2,5 cm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 cm

		INPROMED S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 161	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: EGYPROLENE. **EL OFERENTE PRESENTA MUESTRAS 5/0. NO CORRESPONDE AL ITEM SOLICITADO**	**NO CUMPLE**
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm		N.D.**
Diametro de la aguja			N.D.**
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm		N.D.**
Longitud de la hebra	60 cm como minimo		N.D.**
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,96 kgf		N.D.**
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,34 kgf		N.D.**
	Promedio minimo 0,68 kgf		N.D.**

*** Especificaciones Técnicas del PByC** ****N.D.: No determinado**

ITEM 41: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 2,5 cm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 cm

		NL PHARMA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 189	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: SHALON MEDICAL	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 25,7 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,660 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,260 mm	**NO CUMPLE**
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	77,1 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,96 kgf	0,571 kgf	**NO CUMPLE**
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,34 kgf	Minimo individual n5 > 0,34 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,68 kgf	0,914 kgf	CUMPLE

ITEM 41: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 2,5 cm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 cm

		MEDICAL SUPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 178	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: TRULENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 25,7 mm	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución de Contratos
D.G.M.S.A. - D.L.S.S. - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. José Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Delar
Abogada - Mat. N° 11.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dra. Marta B. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
D.G.M.S.A. - I.P.S.

108

2023-03-21 08:23:32.2883

Diametro de la aguja		0,653 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,242 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	75,5 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,96 kgf	0,574 kgf	**NO CUMPLE**
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	0,807 kgf	CUMPLE

ITEM 41: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 2,5 cm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 cm

		PROMEPAR S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 213	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 90 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: ATRAMAT	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 25,6 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,547 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,245 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	91,0 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,96 kgf	1,46 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	1,345 kgf	CUMPLE

ITEM 41: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 2,5 cm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 cm

		VICENTE SCAVONE Y CIA	
		Nro. de Análisis: CE 241	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: VITAL SUTURES	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 25,9 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,674 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,241 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	76,0 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,96 kgf	1,397 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	1,186 kgf	CUMPLE

ITEM 41: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 2,5 cm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 cm

		CODEX S.R.L.	
		Nro. de Análisis: CE 256	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 90 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: SURGIPRO II COVIDIEN	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 25 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 26,9 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,592 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,239 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	95,7 cm	CUMPLE

ROBERT ... Sección Licitación De Contratos. D.G.M.I.S. - D.L.S.S. I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Jorge Giménez Palacios Dirección Jurídica Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Dr. Daniel Cantero Medico Cirujano Cirugia General y Videolaparoscopia Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Christians Olmedo Reg. Nº 7004 Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Delar Abogada Mat. Nº 1.062 Dirección Jurídica INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

María E. Colmán ... Suministros de Salud DGMIS D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,96 kgf	1,992 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	Mínimo individual n5 > 0,34 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,68 kgf	1,89 kgf	CUMPLE

ITEM 42: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 17 mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		BIOERIX S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 138	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: OPTILENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 17 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 17,2 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,421 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,149 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	83,5 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,40 kgf	0,448 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,23 kgf	0,577 kgf	CUMPLE

ITEM 42: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 17 mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		INPROMED S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 162	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 90 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: EGYPROLENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 17 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 16,8 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,340 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,145 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	88,2 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,40 kgf	0,402 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,23 kgf	0,416 kgf	CUMPLE

ITEM 42: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 17 mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 179	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: TRULENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 17 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 16,8 mm.	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,468 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,142 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	75,3 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,40 kgf	0,413 kgf	CUMPLE
	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE

ROBERT BRANCO
Sección Ejecución De Contratos.
D.G.M.I.S.T.D.L.S.S. – I.P.S.

Dr. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Velar
Abogado
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Dirección de Suministros de Salud
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883