noventa y siete(97)

RECIBIDO EN DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
Expediente Nº:
Fecha: 18/07/16 Hora: 14:52 hs
Firma Lic. Jazmín de Wenger SENAVE Aclaración

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS SENAVE

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Evaluación de las ofertas LCO N° 11/16: "Adquisición de equipos para el Laboratorio"

Item 1: Derivatizador.

1. Droguería Italquímica: La marca PICKERING modelo Vector PCX ofertada, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
2. Chaco Internacional: La marca PICKERING modelo Vector PCX cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Conclusión: Se adjudica a la Empresa Droguería Italquímica por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y presentó la oferta mas baja.

Item 2: Bomba de vacío.

1. Droguería Italquímica: La marca ISOLAB modelo 622.12.001 ofertada, no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, el caudal de este equipo es 30 m^3/hora y la última presión es 2 x 10^3 mbar, insuficientes para el requerimiento solicitado 40 m^3/hora y 5 x 10^{-2} mbar.
2. Provindus S.A: La marca AGILENT modelo MS40+ ofertada, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Conclusión: Se recomienda declarar desierto, porque la empresa con la oferta más baja no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. La empresa PROVINDUS a pesar de habérsele solicitado la autorización del fabricante, no ha presentado.

Item 3: Calador.

Provindus S.A: La marca SUNSHINE INDUSTRIES modelo Nobbe Trier S-118N13 ofertada, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Conclusión: Se adjudica a la Empresa PROVINDUS por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y presentó la oferta más baja.

Item 4: Licuadora para Laboratorio.

1. Charpentier S.R.L: La marca WARING modelo MX1200XTS ofertada, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Sin embargo, no presentó la autorización del fabricante solicitada.
2. Chaco Internacional: La marca MRC modelo HGB550 ofertada, de procedencia Israelí, no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la velocidad de triturado(19.000-23.000 RPM) no es suficiente para considerarlo del tipo industrial.
3. Provindus S.A: La marca WARING modelo HGB550 ofertada, no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la potencia del equipo 1,5 HP, no es suficiente para considerarlo del tipo industrial.
4. Droguería Italquímica: La marca WARING modelo MX1200XTS ofertada, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Conclusión: Se adjudica a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

Item 5: Homogeinizador.

1. Droguería Italquímica: La marca NISSEI modelo ACE HOMOGEINIZER ofertada, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
2. Charpentier: La marca IKA modelo T10 Basic Ultra Turrax ofertada, no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, el equipo no posee copa con tapa de acero inoxidable, aspas ni tanque para agua.
3. SUMI Scientific Instruments: BOYN NISSEI modelo ACE ofertado, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección de Laboratorio
REPUBLICA DEL PARAGUAY
D.L. SENAVE

Olga Pavón

Noventa y ocho (98)

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
SENAVE

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

4. Chaco Internacional: La marca MRC de procedencia Israelí ofertada, no pudo ser evaluada ya que no presentó el catálogo solicitado.
5. Provindus S.A: La marca SINA-EKATO modelo SME-1L ofertada, no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, el equipo no tiene la capacidad de copa solicitada y no posee tanque de agua.

Conclusión: Se adjudica a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y presentó la oferta más baja.

18 de julio del 2016.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección de Laboratorio
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.L. SENAVE

Olga Pavón
Directora
Dirección de Laboratorios