UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
29 AGO 2023
Nº: 2113
Hora: 12:06
Firma y Sello
Aclaración:
C.P. Lourdes Gonzalez
Dpto. de Contrataciones
Sección Contratos y Ejecución
FCM - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Resolución D. Nº 1411 /2023

29/08/2023

"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 28/2023 *'MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS'*, ID Nº 425.509". –

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Dictamen Legal Nº 111/2023, del Abg. Juan Carlos Barreiro Perrotta, Asesor Jurídico del Departamento de Contrataciones Públicas de la FCM-UNA, por el cual, realiza el análisis jurídico de la documentación legal que acompaña a las ofertas presentadas en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 28/2023 con ID Nº 425.509. ----------

El Informe de Evaluación del Comité Evaluador de Contrataciones Públicas culminado en fecha 24 de agosto de 2023, correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 28/2023 con ID Nº 425.509. ----------

La nota UNA/FCM/DAF Nº 681/2023 con M.E. 8849/2023, de la C.P. Mónica Agüero, Directora de Administración y Finanzas, por la cual remite copia de la nota DCP Nº 2205/2023 de la Lic. Liz Raquel Duarte, Jefa del Departamento de Contrataciones Públicas, quien eleva a consideración el Informe de Evaluación correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 28/2023 *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS"*, ID Nº 425.509. ----------

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION,
En uso de sus atribuciones legales,

R E S U E L V E:

Art.1º APROBAR la adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 28/2023 ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS"***, ID Nº **425.509,** según el siguiente detalle:

MARCAR S.R.L.							
Lote Total							
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	73171602-001	Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula de Exhalación para Ventilador Pulmonar, marca Newport, modelo e500	Unidad	EVENTO	1	6.900.000	6.900.000
2	73171602-001	Mantenimiento correctivo con provisión de Analog PCB para Ventilador Pulmonar, marca Newport, modelo e500	Unidad	EVENTO	1	7.900.000	7.900.000

Resolución D. Nº 1411 /2023

..//..(2)

29/08 /2023

3	73171602-001	Mantenimiento correctivo con provisión de Main PCB para Ventilador Pulmonar, marca Newport, modelo e500	Unidad	EVENTO	1	7.700.000	7.700.000
4	73171602-001	Mantenimiento preventivo con provisión de Sensor de Entrada de Flujo de Aire para Ventilador Pulmonar, marca Newport, modelo e500	Unidad	EVENTO	1	1.850.000	1.850.000
5	73171602-001	Mantenimiento preventivo con provisión de Sensor de Entrada de Flujo de Oxígeno para Ventilador Pulmonar, marca Newport, modelo e500	Unidad	EVENTO	1	2.300.000	2.300.000
6	73171602-001	Mantenimiento preventivo con provisión de kit de mantenimiento de 5000hs - para dos (2) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e500	Unidad	EVENTO	1	15.000.000	15.000.000
7	73171602-001	Mantenimiento preventivo con provisión de sensor de oxígeno para dos (2) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e500	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
8	73171602-001	Mantenimiento correctivo con provisión de Servovalvula para dos (2) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e500	Unidad	EVENTO	1	11.000.000	11.000.000
9	73171602-001	Mantenimiento correctivo con provisión de válvula solenoide de exhalación para dos (2) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e500	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
10	73171602-001	Mantenimiento preventivo con provisión de batería 12V, 7.0 AH para dos (2) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e500	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
11	73171602-001	Mantenimiento correctivo de soporte con provisión de ruedas, para dos (2) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e500	Unidad	EVENTO	1	1.860.000	1.860.000
12	73171602-001	Mantenimiento preventivo con provisión de kit de mantenimiento de 5000 horas para cinco (5) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e360	Unidad	EVENTO	1	35.000.000	35.000.000
13	73171602-001	Mantenimiento preventivo con provisión de sensor de flujo para cinco (5) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e360	Unidad	EVENTO	1	9.250.000	9.250.000
14	73171602-001	Mantenimiento preventivo con provisión de sensor de oxígeno para cinco (5) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e360	Unidad	EVENTO	1	13.000.000	13.000.000
15	73171602-001	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa Electrónica Power Supply AC/DC para Ventilador Pulmonar, marca Newport, modelo e360	Unidad	EVENTO	1	7.600.000	7.600.000

Resolución D. Nº 1411 /2023
29/08 /2023

..//..(3)

16	73171602-001	Mantenimiento correctivo con provisión de Single Board Computer para dos (2) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e360	Unidad	EVENTO	1	16.400.000	16.400.000
17	73171602-001	Mantenimiento preventivo con provisión de cable de sensor de flujo exalatorio para dos (2) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e360	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
18	73171602-001	Mantenimiento preventivo con provisión de Tarjeta de Memoria Flash SBC/GUI para tres (3) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e360	Unidad	EVENTO	1	3.300.000	3.300.000
19	73171602-001	Mantenimiento correctivo con provisión de Servovalvula para dos (2) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e360	Unidad	EVENTO	1	15.000.000	15.000.000
20	73171602-001	Mantenimiento correctivo con provisión de Analog Board, calibración de parámetros para tres (3) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e360	Unidad	EVENTO	1	23.100.000	23.100.000
21	73171602-001	Mantenimiento preventivo con provisión de batería 12V, 7.0 AH para cinco (5) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e360	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000
22	73171602-001	Mantenimiento correctivo de soporte con provisión de ruedas, para dos (2) Ventiladores Pulmonares, marca Newport, modelo e360	Unidad	EVENTO	1	2.010.000	2.010.000
23	80111613-9999	Mano de Obra Técnica para siente (7) Ventiladores Pulmonares, marca Newport.	Unidad	EVENTO	1	15.400.000	15.400.000
						Precio Total	**211.570.000**

Resumen		
Empresa	**Monto total**	**Monto total en letras**
MARCAR S.R.L.	211.570.000	GUARANÍES: DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL.-

Lic. **RAQUEL GIL MARTÍNEZ**
Secretaria de la Facultad

Mg. Prof. Dr. **OSMAR M. CUENCA TORRES**
Decano

C.C. Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de [illegible] Archivo. OMCT/RGM/hge