MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN N°.40.....

En la ciudad de Asunción, a los 10 días del mes de setiembre del año dos mil catorce, en la Dirección Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 06 del Hospital del Centro de Emergencias Médicas, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en la calle General Santos esq. Teodoro S. Mongelós, el Comité de Evaluación procede a la Evaluación de las ofertas recibidas en el marco de la CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 03/2014 "Mantenimiento y Reparación de Equipos de Lavanderia Marca Castanho – Plurianual" - I.D. Nº 279-606 .----------

Se hallan presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según **Resolución S.G. N°** 473 **de fecha** 5 **de** setiembre **de 2.014**.

1. **Lic. Lisa Arevalos,** Representante de Centro de Emergencias Médicas.
2. **Sra. Vanessa Benoit,** Representante de Centro de Emergencias Médicas.
3. **Arq. Carlos Sanchez;** Representante de Centro de Emergencias Médicas.
4. Abog. Roberto Ledesma, Representante de la DGAJ

1. ANTECEDENTES:

Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se cuenta con Diponibilidad Presupuestaria según CDP N° 3559/2014 de fecha 03 de julio del 2014.-

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

Según lo establecido en el Acta de Apertura de Sobres de fecha 22 de agosto de 2014, siendo las nueve horas se había procedido a la apertura de los sobres conteniendo la oferta de la siguiente empresa:

N°	OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	Gs. 144.818.330

4. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL:

Se da lectura al resultado del **Análisis de las Documentaciones Legales Sustanciales,** que forman parte del presente Acta de Evaluación, elaborado por el Abog. Hugo Hermosa, en su carácter de Asesor Jurídico del Hospital de Emergencias Médicas, mediante **Dictamen N° 38/2014, de fecha 25 de agosto de 2.014** y conforme a lo dispuesto en la Carta Invitación en la que manifesta que: *"Realizado el análisis exclusivamente jurídico, de las documentaciones legales acompañadas a las ofertas presentadas y aplicando estrictamente los criterios de evaluación, previstos en los arts. 16 y 34 (con relación especifica a los procedimientos de Contratación Directa) y demás concordantes de la Ley N° 2051/03 asi como las disposiciones contenidas en el Art 60 y sgtes. del Dto N° 21.909/03 reglamentario de la Ley 2051/03,* se recomienda a la Comision de Evaluacion considerar favorablemete la oferta presentada por la empresa **DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTOS:	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.
Poder: Presentación de los documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la oferta para comprometer al oferente	CUMPLE
Formulario de "Presentación de Oferta", debidamente firmado y completado, con una validez de **90 (noventa) días.**	CUMPLE
Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y de Integridad establecida en el Articulo 20, Inciso "W", ambos de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas.	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta" (documento original) por un monto equivalente al 5% de la Oferta.	CUMPLE

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

JANESSA BENOIT
Junta de Adjudicaciones
Centro de Emergencias Médicas

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. Nº 1494
Dpto. Mantenimiento

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION NO SUSTANCIAL:

Item	Descripción	DYSA S.A.
1	Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	CUMPLE
2	Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE
3	Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE
4	Balance de los tres últimos años 2011, 2012 y 2013	CUMPLE
5	Copia de contratos ejecutados o facturaciones finales de servicios similares a lo ofertado, del último año (2013), con un promedio no menor al 25% de monto total ofertado, ya sea en Instituciones Públicas o Privadas.	CUMPLE
6	Curriculum de la empresa, mencionando su antigüedad en el ramo, no menor a 3 (años); empresas e Instituciones Públicas con quien mantiene relaciones comerciales; instalaciones; stock de los bienes e insumos en depósito; y otros datos que el Contratista pudiera considerar de interés. El Comité Evaluador podrá visitar el local comercial de la firma oferente a efecto de verificar la veracidad de los datos presentados	CUMPLE
7	Documento que acredite suficientemente que el Oferente cuenta con Certificado de Exclusividad, vigente, expedido por el fabricante de la marca CASTANHO para prestar servicio técnico.	CUMPLE
8	Declaración Jurada del Oferente que posee capacidad suficiente para proveer los servicios y repuestos ofertados en cantidad, tiempo y forma requeridos	CUMPLE
9	Planilla de Especificaciones Técnicas, en la cual se detallarán las descripciones, y demás datos requeridos de los bienes y servicios solicitados, conforme a la Sección III – Suministros Requeridos (debidamente completado y Firmado).	CUMPLE
10	Declaración Jurada debidamente firmada por el Oferente, en la cual asumen que conocen y han verificado los equipos objeto de la presente licitación, y que la información sobre los trabajos de mantenimiento y reparación solicitados en las especificaciones técnicas son suficientes para la ejecución de los trabajos	CUMPLE
11	Declaración Jurada debidamente firmada por el Oferente, en la cual asumen que todos los repuestos y accesorios a ser proveídos para los mantenimientos son originales y/o compatibles con cada equipo.	CUMPLE
12	Nómina del personal que dará soporte a los equipos, con Certificación Técnica del Fabricante de la marca, y copia del contrato laboral o de servicio que lo vincula al Oferente por el plazo que dure el contrato del presente llamado.	CUMPLE
13	Garantía Escrita del Servicio Técnico, debidamente firmado y sellado, incluyendo las partes necesarias para el buen funcionamiento, por el periodo de 6 (SEIS) MESES, a partir de la recepción definitiva de los servicios concluidos. Si dentro de este periodo surgieran desperfectos en las tareas realizadas, las reparaciones correspondientes no serán facturadas a la Institución, correrá por cuenta del Proveedor.	CUMPLE

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC Nº 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. Nº 1494
Jefe de Mantenimiento

VANESSA BENOIT
Jefa de Operaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

5. ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

De conformidad a lo establecido en la Carta Invitación a fin de calificar la capacidad financiera de los oferentes, se procede al analis de los ratios financieros, los cuales arrojan los siguientes resultados:

1 - DYSA S.A.									
		Año 2011		Año 2012		Año 2013		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	27.213.728.116	1,67	34.160.164.126	1,61	29.163.321.483	1,99	1,76	CUMPLE
	Pasivo corriente	16.251.349.266		21.176.659.865		14.663.275.661			
Endeudamiento	Pasivo total	16.793.803.778	0,55	21.688.607.293	0,58	14.663.275.661	0,46	0,53	CUMPLE
	Activo total	30.430.424.330		37.551.518.333		32.110.064.950			
Rentabilidad	Utilidad Neta	1.709.816.995	0,28	1.976.134.682	0,22	2.132.794.008	0,24	0,25	CUMPLE
	Capital	6.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000			
Capital	Activo corriente - Pasivo corriente	10.962.378.850		12.983.504.261		14.500.045.822			CUMPLE

Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
Rentabilidad	El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo
Capital	Deberàn poseer un capital no inferior al 10% del monto total de la oferta

LISA AREVALOS
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. Nº 1494
Jefe de Mantenimiento - C.E.M.

VANESSA
Jefa de Adquisiciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "Prof. Dr. Manuel Cano"
SUOC N° 6

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

6. INFORME TÉCNICO

Forman parte íntegrante del presente Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación **LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:** Nota SUOC N° 803/2014 de fecha 28 de agosto del 2.014 remitida al Departamento de Mantenimiento, a los efectos de que procedan a verificar, evaluar e informar al Cómite de Evaluación el cumplimiento o no de las especificaciones tecnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. En respuesta a dicha nota, el Arq. Carlos Sánchez, Jefe del Dpto. de Elecrtomedicina, mediante el INFORME TÉCNICO de fecha 28 de agosto del cte., ha manifestado el cumplimiento de las especificaciones técnicas presentada por la empresa: **DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**

En fecha 25 de agosto la empresa **DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.** presenta Nota aclarando cuanto sigue:

En el Item 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE MÁQUINA CENTRIFUGADORA EXTRACTORA DE ROPAS. MARCA CASTANHO. MODELO: LL30M. Código Patrimonial Nº 011.22.37.0078, según Sección III - Suministros Requeridos del PBC

Por un error involuntario se estableció la cantidad de eventos en 6 (seis), cuando debería ser 3 (tres) eventos, atendiendo que son intervenciones semestrales. Por lo expuesto aclaramos que la Cantidad debe decir: 3 (tres) y se mantiene el precio unitario en Gs. 3.300.000.- (guaraníes tres millones trescientos mil, quedando modificado por cálculos aritméticos la oferta total en Gs. 134.918.330.- (ciento treinta y cuatro millones novecientos dieciocho mil trescientos treinta)

En el Item 14 – Mantenimiento Correctivo con Mantenimiento de Motor, por un error involuntario se estableció como Descripción del Bien "Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Motor, además de establecer como Marca: CASTANHO y Procedencia: BRASIL.
Por lo expuesto aclaramos que debe decir:
Descripción del Bien: Mantenimiento Correctivo con Mantenimiento de Motor
Marca: DYSA
Procedencia: PARAGUAY

En el Item 15 – Mantenimiento Correctivo, por un error involuntario se estableció como Marca: CASTANHO y Procedencia: BRASIL.
Por lo expuesto aclaramos que debe decir:
Marca: DYSA
Procedencia: PARAGUAY

7. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en la Carta Invitacion,** también se tendrá en cuenta que el sistema de adjudicación del presente llamado es POR EL TOTAL – CONTRATO ABIERTO como indica la Sección 1 (Datos de la Licitación) del Pliego de Bases y Consiciones

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. Nº 1494
Jefe de Mantenimiento - C.E.M.

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

Empresa	Item	Codigo de Catalogo	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medica	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado	% de Variacion con Relacion al Precio Referencial
DYSA S.A.	1	81141804-008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE MÁQUINA LAVADORA DE ROPAS. MARCA CASTANHO. MODELO: LL30.M. Código Patrimonial N° 011.22.37.0079, según Sección III – Suministros Requeridos del PBC.	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	6		4.400.000	26.400.000	
DYSA S.A.	2	81141804-008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE MÁQUINA LAVADORA DE ROPAS. MARCA CASTANHO. MODELO: LL30.M. Código Patrimonial N° 011.22.37.0077, según Sección III – Suministros Requeridos del PBC.	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	6		4.400.000	26.400.000	
DYSA S.A.	3	81141804-008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE MÁQUINA CENTRIFUGADORA - EXTRACTORA DE ROPAS. MARCA CASTANHO. MODELO: LE30.M Código Patrimonial N° 011.22.37.0078, según Sección III – Suministros Requeridos del PBC.	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	3		3.300.000	9.900.000	
Mantenimiento Correctivo con Asistencia Técnica y Provisión de repuestos para Máquina Lavadora de Ropas, Código Patrimonial N° 011.22.37.0079												
DYSA S.A.	4	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Correa A65.	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		581.900	1.163.800	
DYSA S.A.	5	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Correa A80	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	3		494.267	1.482.801	
DYSA S.A.	6	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Conjunto de Mancal	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		3.414.400	6.828.800	

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. Nº 1494
Jefe de Mantenimiento - C.E.M.

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

Empresa	Item	Codigo de Catalogo	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado	% de Variación con Relación al Precio Referencial
DYSA S.A.	7	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Rolamento	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		460.900	921.800	
DYSA S.A.	8	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Retenes	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	6		395.633	2.373.798	
DYSA S.A.	9	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Nivel de Agua	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	1		688.600	688.600	
DYSA S.A.	10	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Contactor	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		882.200	1.764.400	
DYSA S.A.	11	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Timer de Reversión	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	1		1.051.600	1.051.600	
DYSA S.A.	12	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Guarnición de Dreno	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	1		548.900	548.900	
DYSA S.A.	13	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Buje de Fijación	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		363.000	726.000	
DYSA S.A.	14	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con Mantenimiento de Motor	DYSA	MACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1		2.500.000	2.500.000	
Mantenimiento Correctivo con Asistencia Técnica y Provisión de repuestos para Máquina Lavadora de Ropas, Código Patrimonial N° 011.22.37.0077												
DYSA S.A.	15	81141804-008	Mantenimiento Correctivo	DYSA	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1		4.400.000	4.400.000	
DYSA S.A.	16	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Correa A65.	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		581.267	1.162.534	
DYSA S.A.	17	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Correa A80	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	3		494.267	1.482.801	
DYSA S.A.	18	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Conjunto de Mancal	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		3.414.400	6.828.800	
DYSA S.A.	19	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Rolamento	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		460.900	921.800	

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
MSP Y BS

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. Nº 1494
Jefe de Mantenimiento - C.E.M.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "Prof. Dr. MANUEL CASAL"
SUB U.O.C. N° 6

VANESSA DENTOT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital Centro de Emergencias Médicas

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

Empresa	Item	Codigo de Catalogo	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medica	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado	% de Variacion con Relacion al Precio Referencial
DYSA S.A.	20	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Retenes	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	6		395.633	2.373.798	
DYSA S.A.	21	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Nivel de Agua	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	1		688.600	688.600	
DYSA S.A.	22	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Contactor	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		882.200	1.764.400	
DYSA S.A.	23	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Timer de Reversión	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	1		1.051.600	1.051.600	
DYSA S.A.	24	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Guarnición de Dreno	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	1		548.900	548.900	
DYSA S.A.	25	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Buje de Fijación	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		363.000	726.000	
DYSA S.A.	25	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Rolamento (Polea Intermediaria) - Secundario	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	1		546.700	546.700	
DYSA S.A.	27	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Rolamento (Polea Intermediaria) - Principal	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	1		584.100	584.100	
DYSA S.A.	28	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Micro Switch (Fin de Curso)	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		847.000	1.694.000	
DYSA S.A.	29	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Protector Térmico 380	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	1		1.040.000	1.040.000	
DYSA S.A.	30	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Motor de 380V 50Hz.	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	1		8.519.500	8.519.500	
Mantenimiento Correctivo con Asistencia Técnica y Provisión de repuestos para Máquina Centrifugadora – Extractora de Ropas, Código Patrimonial N° 011.22.37.0078												
DYSA S.A.	31	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Correas	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	4		275.000	1.100.000	

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P Y B.S.

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC Nº 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. Nº 1000
Jefe de Mantenimiento - C.E.M.

VANESSA REYOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS "Prof. Dr. Manuel Gadea" - SUOC N° 6 - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

Empresa	Item	Codigo de Catalogo	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medica	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado	% de Variacion con Relacion al Precio Referencial
DYSA S.A.	32	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Castañas de Fricción	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	6		376.933	2.261.598	
DYSA S.A.	33	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Gomas de Chanfle	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		343.200	686.400	
DYSA S.A.	34	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Gomas sin Chanfle	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		346.500	693.000	
DYSA S.A.	35	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Lona de Freno	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	2		305.800	611.600	
DYSA S.A.	36	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Llave de Mando	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	1		1.166.000	1.166.000	
DYSA S.A.	37	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Motor 50 hz.	CASTANHO	BRASIL	UNIDAD	EVENTO	1		11.315.700	11.315.700	
								PRECIO TOTAL	145.719.596	134.918.330		-7%

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

LISA AREVALOS
Directora de SUOC N°
Hospital de Centro de Emerg

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "Prof. Dr. Manuel Giménez"
SUB U.O.C. N° 6

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. Nº
Jefe de Mantenimiento

VANESSA
Jefe de

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

8. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se analizaron las documentaciones presentadas, tras lo cual se solicitaron las documentaciones pertinentes de caracter no sustacial/formal a los oferentes y se evaluó la respuesta de los mismos. Así también, se evaluó el cumplimiento de las especificaciones técnicas:

Empresa	Item	Codigo de Catalogo	Descripcion	MARCA	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Especificaciones Técnicas	Recomendación de Adjudicación
DYSA S.A.	1	81141804-008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE MÁQUINA LAVADORA DE ROPAS. MARCA CASTANHO. MODELO: LL30.M. Código Patrimonial N° 011.22.37.0079, según Sección III – Suministros Requeridos del PBC.	DYSA	NACIONAL	EVENTO	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas y por ser la única oferta	ADJUDICAR
DYSA S.A.	2	81141804-008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE MÁQUINA LAVADORA DE ROPAS. MARCA CASTANHO. MODELO: LL30.M. Código Patrimonial N° 011.22.37.0077, según Sección III – Suministros Requeridos del PBC.	DYSA	NACIONAL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	3	81141804-008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE MÁQUINA CENTRIFUGADORA - EXTRACTORA DE ROPAS. MARCA CASTANHO. MODELO: LE30.M Código Patrimonial N° 011.22.37.0078, según Sección III – Suministros Requeridos del PBC.	DYSA	NACIONAL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	4	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Correa A65.	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	5	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Correa A80	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	6	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Conjunto de Mancal	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	7	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Rolamento	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	8	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Retenes	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	9	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Nivel de Agua	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Carlos R. Sánchez
Ing. Prof. 14404
Jefe de Mantenimiento - C.E.M.

YANERSA DE
Jefa de Adjudicaciones
Hospital del Centro de Emergencias Médicas

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC Nº 6
Hospital del Centro de Emergencias Médicas

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

Empresa	Item	Codigo del Catalogo	Descripción	MARCA	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Especificación Técnicas	Recomendación de Adjudicación
DYSA S.A.	10	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Contactor	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas y por ser la única oferta	ADJUDICAR
DYSA S.A.	11	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Timer de Reversión	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	12	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Guarnición de Dreno	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	13	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Buje de Fijación	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	14	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con Mantenimiento de Motor	DYSA	NACIONAL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	15	81141804-008	Mantenimiento Correctivo	DYSA	NACIONAL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	16	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Correa A65.	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	17	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Correa A80	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	18	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Conjunto de Mancal	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	19	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Rolamento	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	20	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Retenes	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	21	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Nivel de Agua	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	22	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Contactor	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	23	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Timer de Reversión	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	24	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Guarnición de Dreno	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	25	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Buje de Fijación	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	26	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Rolamento (Polea Intermediaria) - Secundario	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P Y B.S

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. Nº 1454
Jefe de Mantenimiento

VANESSA
Jefa de Adquisiciones
Hospital de Centro de Emergencias

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

Empresa	Item	Codigo de Catalogo	Descripción	MARCA	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Especificación de Técnicas	Recomendación de Adjudicación
DYSA S.A.	27	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Rolamento (Polea Intermediaria) - Principal	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas y por ser la única oferta	ADJUDICAR
DYSA S.A.	28	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Micro Switch (Fin de Curso)	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	29	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Protector Térmico 380	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	30	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Motor de 380V 50Hz.	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	31	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Correas	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	32	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Castañas de Fricción	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	33	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Gomas de Chanfle	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	34	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Gomas sin Chanfle	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	35	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Lona de Freno	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	36	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Llave de Mando	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		
DYSA S.A.	37	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Motor 50 hz.	CASTANHO	BRASIL	EVENTO	UNIDAD		

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P Y B.S

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Especificaciones correspondientes a los ítems:

Ítems 1 y 2 – Protocolo de Mantenimiento Preventivo de Máquinas Lavadoras de Ropas, Marca CASTANHO, Modelo LL30

	Descripción de Tareas	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación
	Cada tres meses:	12	Unidad	Eventos
A	Limpieza de contactos eléctricos, con lija fina y ajustes de las mismas.			
B	Limpieza externa del equipo.			
C	Verificación de piezas sometidas a desgastes.			
D	Verificación del estado de correas, ajustes; cambio si fuese necesario.			
	Cada seis meses:			
E	Lubricación con grasa de alta consistencia para			

	rulemanes SKF.			
F	Verificación de rulemanes del eje del equipo, cambio si fuese necesario.			
G	Verificación de retenes del equipo, Cambio si fuese necesario.			
H	Verificación de rulemanes de las poleas, cambio si fuese necesario.			
I	Verificación y limpieza de los contactores.			
	Cada un año:			
J	Mantenimiento de motor del equipo.			

Cantidad de Equipos
ITEM 1: **1 (UN) equipo.** Código Patrimonial **N° 011.22.37.0079**
ITEM 2: **1 (UN) equipo.** Código Patrimonial **N° 011.22.37.0077**

Ítem 3 – Protocolo de Mantenimiento Preventivo de Centrífuga - Extractora Para Ropas, Marca CASTANHO, Modelo LE30

	Descripción de Tareas	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación
	Cada seis meses:	3	Unidad	Eventos
A	Limpieza de contactos eléctricos, con lija fina y ajustes de las mismas.			
B	Verificación del estado de correas, ajustes; cambio si fuese necesario.			
C	Verificación de las lonas de frenos; cambio si fuese necesario.			
D	Verificación de rulemanes del eje del equipo, cambio si fuese necesario.			
E	Verificación de gomas retentoras de agua.			
F	Verificación de embragues de fricción de polea de motor, Verificación cambio si fuese necesario.			
	Cada un año:			
G	Mantenimiento de motor del equipo.			

Cantidad de Equipos
ITEM 3: **1 (UN) equipo.** Código Patrimonial **N° 011.22.37.0078**

Mantenimiento Correctivo con Asistencia Técnica y Provisión de repuestos para Máquina Lavadora de Ropas, Código Patrimonial N° 011.22.37.0079

Ítem	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación
4	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Correa A65.	2	Unidad	Evento
5	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Correa A80	3	Unidad	Evento
6	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Conjunto de Mancal	2	Unidad	Evento
7	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Rolamento	2	Unidad	Evento
8	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Retenes	6	Unidad	Evento
9	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Nivel de Agua	1	Unidad	Evento
10	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Contactor	2	Unidad	Evento
11	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Timer de Reversión	1	Unidad	Evento
12	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de	1	Unidad	Evento

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. Nº 1494
Jefe de Mantenimiento - C.E.M.

VANESSA BANOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC Nº 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

	Guarnición de Dreno			
13	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Buje de Fijación	2	Unidad	Evento
14	Mantenimiento Correctivo con Mantenimiento de Motor	1	Unidad	Evento

Mantenimiento Correctivo con Asistencia Técnica y Provisión de repuestos para Máquina Lavadora de Ropas, Código Patrimonial N° 011.22.37.0077

Ítem	Especificaciones Técnicas	Eventos	Unidad de Medida	Presentación
15	Mantenimiento Correctivo	1	Unidad	Evento
16	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Correa A65.	2	Unidad	Evento
17	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Correa A80	3	Unidad	Evento
18	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Conjunto de Mancal	2	Unidad	Evento
19	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Rolamento	2	Unidad	Evento
20	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Retenes	6	Unidad	Evento
21	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Nivel de Agua	1	Unidad	Evento
22	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Contactor	2	Unidad	Evento
23	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Timer de Reversión	1	Unidad	Evento
24	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Guarnición de Dreno	1	Unidad	Evento
25	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Buje de Fijación	2	Unidad	Evento
26	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Rolamento (Polea Intermediaria) - Secundario	1	Unidad	Evento
27	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Rolamento (Polea Intermediaria) - Principal	1	Unidad	Evento
28	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Micro Switch (Fin de Curso)	2	Unidad	Evento
29	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Protector Térmico 380	1	Unidad	Evento
30	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Motor de 380V 50Hz.	1	Unidad	Evento

Mantenimiento Correctivo con Asistencia Técnica y Provisión de repuestos para Centrífuga Extractora de Ropas, Código Patrimonial N° 011.22.37.0078

Ítem	Especificaciones Técnicas	Eventos	Unidad de Medida	Presentación
31	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Correas	4	Unidad	Evento
32	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Castañas de Fricción	6	Unidad	Evento
33	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Gomas de Chanfle	2	Unidad	Evento
34	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Gomas sin Chanfle	2	Unidad	Evento
35	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Lona de Freno	2	Unidad	Evento
36	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Llave de Mando	1	Unidad	Evento
37	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de:	1	Unidad	Evento

Carlos R. Sánchez Reg. Prof. Nº 1494 Jefe de Mantenimiento - C.E.M.

VANESSA BENOIT Jefa de Adjudicaciones Hospital de Centro de Emergencias Médicas

DROS. ROBERTO LEDESMA DIRECTOR GENERAL ASESORÍA JURÍDICA MSPBS

LISA REVALOS Directora de SUOC N° 6 Hospital de Centro de Emergencias Médicas

	Motor 50 hz.			

9. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

También se procedió a verificar el Registro de Inhabilitados y Amonestados del SICP, se constata que el Oferente no cuentan con sanción alguna.

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicación a la siguiente empresa, por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme a los siguientes CUADROS:

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC Nº 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. Nº 1494
Jefe de Mantenimiento - C.E.M.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
SUB U.O.C. Nº 9
HOSPITAL DE MANUEL GRANDE
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

CUADRO DE RECOMENDACION DE ADJUDICACION

ADJUDICADO: DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del bien	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado
1	81141804-008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE MÁQUINA LAVADORA DE ROPAS. MARCA CASTANHO. MODELO: LL30.M. Código Patrimonial N° 011.22.37.0079, según Sección III – Suministros Requeridos del PBC.	EVENTO	UNIDAD	6	DYSA	NACIONAL	4.400.000	26.400.000
2	81141804-008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DE MÁQUINA LAVADORA DE ROPAS. MARCA CASTANHO. MODELO: LL30.M. Código Patrimonial N° 011.22.37.0077, según Sección III – Suministros Requeridos del PBC.	EVENTO	UNIDAD	6	DYSA	NACIONAL	4.400.000	26.400.000
3	81141804-008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL DE MÁQUINA CENTRIFUGADORA - EXTRACTORA DE ROPAS. MARCA CASTANHO. MODELO: LE30.M Código Patrimonial N° 011.22.37.0078, según Sección III – Suministros Requeridos del PBC.	EVENTO	UNIDAD	3	DYSA	NACIONAL	3.300.000	9.900.000
Mantenimiento Correctivo con Asistencia Técnica y Provisión de repuestos para Máquina Lavadora de Ropas, Código Patrimonial N° 011.22.37.0079									
4	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Correa A65.	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	581.900	1.163.800

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P Y B.S.

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC N° 6
Hospital del Centro de Emergencias Médicas

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
SUOC N° 6
Hosp. Dr. MANUEL GIMENEZ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

VANESSA ...
Jefa de Adquisiciones
Hosp. de Centro de Emergencias Médicas

Carlos R. Sánchez
Abg. Prof. Nº ...
Jefe de Mantenimiento

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

5	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Correa A80	EVENTO	UNIDAD	3	CASTANHO	BRASIL	494.267	1.482.801
6	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Conjunto de Mancal	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	3.414.400	6.828.800
7	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Rolamento	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	460.900	921.800
8	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Retenes	EVENTO	UNIDAD	6	CASTANHO	BRASIL	395.633	2.373.798
9	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Nivel de Agua	EVENTO	UNIDAD	1	CASTANHO	BRASIL	688.600	688.600
10	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Contactor	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	882.200	1.764.400
11	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Timer de Reversión	EVENTO	UNIDAD	1	CASTANHO	BRASIL	1.051.600	1.051.600
12	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Guarnición de Dreno	EVENTO	UNIDAD	1	CASTANHO	BRASIL	548.900	548.900
13	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Buje de Fijación	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	363.000	726.000
14	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con Mantenimiento de Motor	EVENTO	UNIDAD	1	DYSA	NACIONAL	2.500.000	2.500.000

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

LIS ARÉVALOS
Director del SUOC N° 6
Centro de Emergencias Médicas

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS
SUOC N° 6 - Prof. Dr. MANUEL GIMENEZ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. N° 1494
Mantenimiento - CEM

VANESSA ROTH
Jefa de Administración
del Centro de Emergencias Médicas

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

Mantenimiento Correctivo con Asistencia Técnica y Provisión de repuestos para Máquina Lavadora de Ropas, Código Patrimonial N° 011.22.37.0077

15	81141804-008	Mantenimiento Correctivo	EVENTO	UNIDAD	1	DYSA	NACIONAL	4.400.000	4.400.000
16	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Correa A65.	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	581.267	1.162.534
17	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Correa A80	EVENTO	UNIDAD	3	CASTANHO	BRASIL	494.267	1.482.801
18	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Conjunto de Mancal	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	3.414.400	6.828.800
19	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Rolamento	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	460.900	921.800
20	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Retenes	EVENTO	UNIDAD	6	CASTANHO	BRASIL	395.633	2.373.798
21	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Nivel de Agua	EVENTO	UNIDAD	1	CASTANHO	BRASIL	688.600	688.600
22	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Contactor	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	882.200	1.764.400
23	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Timer de Reversión	EVENTO	UNIDAD	1	CASTANHO	BRASIL	1.051.600	1.051.600

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECTOR GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC N° 6
Hospital del Centro de Emergencias Médicas

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
S.U.O.C. N° 6 - Pmo. Dr. MANUEL GIMENEZ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Carlos R. Benítez
Reg. Prof. N° 1404
Jefe de Mantenimiento - C.E.M

H. Melgarejo

VANE... Jones
Jefa ... Emergencias Méd...

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

24	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Guarnición de Dreno	EVENTO	UNIDAD	1	CASTANHO	BRASIL	548.900	548.900
25	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de: Buje de Fijación	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	363.000	726.000
26	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Rolamento (Polea Intermediaria) - Secundario	EVENTO	UNIDAD	1	CASTANHO	BRASIL	546.700	546.700
27	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Rolamento (Polea Intermediaria) - Principal	EVENTO	UNIDAD	1	CASTANHO	BRASIL	584.100	584.100
28	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Micro Switch (Fin de Curso)	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	847.000	1.694.000
29	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Protector Térmico 380	EVENTO	UNIDAD	1	CASTANHO	BRASIL	1.040.000	1.040.000
30	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Motor de 380V 50Hz.	EVENTO	UNIDAD	1	CASTANHO	BRASIL	8.519.500	8.519.500
Mantenimiento Correctivo con Asistencia Técnica y Provisión de repuestos para Máquina Centrifugadora – Extractora de Ropas, Código Patrimonial N° 011.22.37.0078									
31	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Correas	EVENTO	UNIDAD	4	CASTANHO	BRASIL	275.000	1.100.000
	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Castañas de Fricción	EVENTO	UNIDAD	6	CASTANHO	BRASIL	376.933	2.261.598

ABOG. ROBERTO LOESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

LISA NAVALOS
Directora de SUOC N° 6
Jefa de Emergencias Médicas

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. Nº
Jefe de Mantenimiento - C.E.M.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS
Hgal. Dr. MANUEL GIMÉNEZ
S.U.O.C. N° 6
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

33	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Gomas de Chanfle	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	343.200	686.400
34	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Gomas sin Chanfle	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	346.500	693.000
35	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Lona de Freno	EVENTO	UNIDAD	2	CASTANHO	BRASIL	305.800	611.600
36	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Llave de Mando	EVENTO	UNIDAD	1	CASTANHO	BRASIL	1.166.000	1.166.000
37	81141804-008	Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Motor 50 hz.	EVENTO	UNIDAD	1	CASTANHO	BRASIL	11.315.700	11.315.700
									134.918.330

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

LISA ARÉVALOS
Directora de SUOC Nº 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
"Gral. Dr. MANUEL GAONA"
SUB U.O.C. Nº 9
REPUBLICA DEL PARAGUAY

VANESSA BERON
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Carlos R. Sánchez
Reg. Prof. Nº 1464
Mantenimiento - C.E.M.

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

10. CONCLUSIÓN:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta Invitación, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación y evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

N°	EMPRESA:	TOTAL	MONTO ADJUDICADO
1	**DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.**	POR EL TOTAL	**Gs. 134.918.330**

MONTO A ADJUDICAR (I.V.A. Incluido) en Gs.: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL, TRESCIENTOS TREINTA----------

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Lic. Lisa Arevalos
Representante del Hospital de Emergencias Médicas D.S.U.O.C.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "Prof. Dr. MANUEL GIMENI"
SUB U.O.C. N° 6
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Sra. Vanessa Benoit
Representante de la Dirección General de Asesoria Juridica.

Carlos R. Sánchez
Prof. Nº 1494
de Mantenimiento - C.E.M.

Arq. Carlos Sanchez
Representante de Centro de Emergencias Médicas

ABOG. ROBERTO LEDESMA
DIRECCIÓN GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. y B.S.
Representante de la DGAJ