ACTA DE APERTURA

1. **Datos del acta:**

ID	406830				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	LPN 09/22 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN A JERINGA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA"				
ENTIDAD CONVOCANTE	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)				
FECHA DE APERTURA	29-Septiembre-2022	**HORA APERTURA**	09:15	**HORA FIN**	10:05
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nacional				
LUGAR DE APERTURA	Dirección Operativa de Contrataciones-Dpto. de Licitaciones				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Lic. Eduardo Caballero, representante del Dpto. de Licitaciones				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	Lic. Mirna Pereira, por el Dpto. de Licitaciones				

2. **Ofertas no abiertas:**

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. **Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC**

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	80072821-1	ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA	licitaciones@altecsa.com.py
2	80023913-0	SOLUMEDIC S.A.	INFO@SOLUMEDIC.COM
3	80001446-4	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	licita@lasca.com.py
4	80013820-1	DYSA HEALTHCARE S.A.	informes@dysa.com.py
5	80051821-7	BIOERIX S.A.	licitaciones@bioerix.com.py
6	80061211-6	EUROQUIMICA S.A.	licitaciones@euroquimica.com.py
7	80092809-1	Medical Supply Sociedad Anonima	licitaciones@medsupar.com.py

4. **Verificación cuantitativa de los documentos presentados:**

Eduardo E. Caballero
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Nancy Sotelo
Mat. C.S.J. N° 57.647
ALTEC S.A.
RUC: 80072821

Valeria Benítez Garcete
EUROQUIMICA S.A.
WTC, Torre 4, Piso 12 Ofic. B

Gloria E. Velázquez
Coord. Licitaciones
Medical Supply S.A.

Lic. Mirna Pereira
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Abog. Nancy Sotelo
Mat. C.S.J. N° 57.647
ALTEC S.A.
RUC: 80072821-1

Valeria Benítez Garcete
EUROQUIMICA S.A.
VTC, Torre 4, Piso 12 Ofic. B

Gloria E. Velázquez
Coord. Licitaciones
Medical Supply S.A.

Eduardo E. Caballero
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

Lic. Mirna Pereira
Dpto. de Licitaciones
Nivel Central

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.200.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Royal Seguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 76.208.339 **Vigencia de la Póliza:** De 27/09/2022 a 6/03/2023, 160 días
SOLUMEDIC S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.219.999.950 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 70.200.000 **Vigencia de la Póliza:** De 27/09/2022 a 5/04/2023, 190 días
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.473.996.888 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 75.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 27/09/2022 a 27/03/2023, 181 días
DYSA HEALTHCARE S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.200.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Patria S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 120.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 27/09/2022 a 16/03/2023, 170 días
BIOERIX S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.645.312.500 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yasyreta Aseguradora **Monto total asegurado Gs.:** 77.250.000 **Vigencia de la Póliza:** De 27/09/2022 a 24/04/2023, 209 días
EUROQUIMICA S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.644.999.993 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Alianza Garantía **Monto total asegurado Gs.:** 70.200.000 **Vigencia de la Póliza:** De 27/09/2022 a 26/03/2023, 180 días
Medical Supply Sociedad Anonima	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.287.999.999 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Royal Seguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 90.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 27/09/2022 a 26/03/2023, 180 días

Eduardo E. Caballero
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Nancy Sotelo
Mat. C.S.J. N° 57.647
ALTEC S.A.
RUC: 80072821-1

Valeria Benítez Garcete
EUROQUIMICA S.A.
WTC, Torre 4, Piso 12 Ofic. B

Gloria E. Velázquez
Coord. Licitaciones
Medical Supply S.A.

Lic. Mirna Pereira
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA	9	1714138	NO
SOLUMEDIC S.A.	61	1714261	NO
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E	72	1713946	NO
DYSA HEALTHCARE S.A.	33	1714163	NO
BIOERIX S.A.	90	1713971	NO
EUROQUIMICA S.A.	32	1714161	NO
Medical Supply Sociedad Anonima	80	1713846	NO

a) Que solo fueron verificados cuantitativamente los documentos solicitados en el **Pliego de Bases y Condiciones.**

b) La verificación cualitativa de los documentos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será realizada por los Miembros del Comité de Evaluación, con posterioridad al Acto de apertura de sobres. --

c) Dejan observaciones las siguientes empresas: **EUROQUIMICA S.A., ALTAS TECNOLOGIAS S.A. Y MEDYCAL SUPPLY S.A.**

d) Las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratación, así como las que se requieran para la suscripción de los contratos, serán remitidos a los correos electrónicos declarados en su oferta en este acto, acorde a la Resolución DNCP N° 2490/19.-

Cotización del Dólar 29/09/ 2022- 09:00 hs.-

Dólar Compra: 7.020,00

Dólar Venta: 7.090,00

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante

Se encuentra presente para este Acto, la **Sra. Nancy Sotelo,** representante de la firma **ALTAS TECNOLOGIAS S.A** ., la **Sra. Valeria Benítez** , representante de la firma **EUROQUIMICA S.A.,** el **Sr. Juan Ocampos** , representante de la firma **DYSA HEALTHCARE S.A** . , la **Sra. Gloria Velázquez,** representante de la firma **MEDYCAL SUPPLY S.A.**

5. Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 10:05 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Eduardo E. Caballero
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Nancy Sotelo
Mat. C.S.J. N° 57.647
ALTEC S.A.
RUC: 80072821-1

Valeria Benitez Garcete
EUROQUIMICA S.A.
NTC, Torre 4, Piso 12 Ofic. B

Gloria E. Velázquez
Coord. Licitaciones
Medical Supply S.A.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 09/22 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE INFUSION A JERINGA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA -ID: 406.830."

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	Euroquimica SA.
Nombre del Representante Legal	Valeria Benitez Garcete.

Observaciones: Solicitamos a la convocante que verifique el cumplimiento de las Especificaciones técnicas del Pliego de bases y condiciones de las bombas ofertadas, tales como: modo de infusión TIVA o TCI, Rango de flujo de 0,01 ml/h a 1000 ml/h y Rango de volumen 0,01 ml/ 9999 ml

Valeria Benitez Garcete
EUROQUIMICA S.A.
WTC, Torre 4, Piso 12 Ofic. B

Asunción, 29 de septiembre de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 09/22 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE INFUSION A JERINGA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA -ID: 406.830."

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	Altas tecnologias S.A.
Nombre del Representante Legal	Lauro Baez - Vicepresidente.

Observaciones: Para la EMPRESA SOLUMEDIC =

Mencionamos a la Convocante que la Empresa Solumedic no presenta Carpeta de Oferta en Copia, la carpeta original no se encontraba foliadas, ni tampoco todas las hojas se encontraban selladas y firmadas.

Abog. Nancy Sotelo
Mat. C.S.J. N° 57.647
ALTEC S.A.
RUC: 80072821-1

Asunción, 29 de septiembre de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 09/22 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE INFUSION A JERINGA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA -ID: 406.830."

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	Medical Supply S.A.
Nombre del Representante Legal	Gloria Velazquez

Observaciones: ① la empresa Bioerix, con la marca de BBraun - Perfusor Space, no cumple con lo solicitado en el PBC: Pantalla táctil, Tamaño de Pantalla de 3" (es inferior), Rango de volumen minimo de 0,01ml [es de 0,1ml].

② la empresa Vicente Scavone con la marca Hawkmed presenta registro sanitario por los siguientes modelos: HK-400 y HK-S1

Para ambos modelos no cumplen en lo siguiente: Pantalla táctil, Reconocimiento para tamaño de jeringa para 2/3ml, Rango de flujo minimo de 0,01ml/h,

Para HK-S1 No cumple en lo siguiente: Tamaño de Pantalla de 3" (es inferior)

Para HK-400 No cumple en lo siguiente: Modo TIVA & Modo TCI.

③ la empresa Solumedic con la marca Mindray para el modelo Benefusion SP3 [Declarado en la carga de subasta].

No cumple con lo solicitado en el PBC: Pantalla tácil, Reconocimiento del tamaño de jeringa para 2/3ml, Modo TIVA & Modo TCI, Rango de flujo minimo solicitado de 0,01ml/h [presenta 0,1ml/h], Rango de volumen mínimo solicitado de 0,01ml (presenta 0,1ml).

④ la empresa Altas Tecnologías con la marca ARI para el modelo ASP-1800 [Declarado en la carga de subasta]

Gloria E. Velázquez
Coord. Licitaciones
Medical Supply S.A.

Asunción, 29 de septiembre de 2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 09/22 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE INFUSION A JERINGA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA -ID: 406.830."

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	Medical Supply S.A.
Nombre del Representante Legal	Gloria Velazquez

Observaciones: No cumple con lo solicitado en el PBC: Pantalla tácil - Modo TIVA o Modo TCI - Reconocimiento para tamaño de Jeringa para 2/3 ml - Rango de flujo mínimo solicitado de 0,01ml/h (presenta 0,1 ml) - Rango de volumen mínimo solicitado de 0,01ml (presenta 0,1ml).

(5) la empresa DYSA con la marca Medcaption modelo HP30 [según la carga declarada para la subasta] no especifica modelo de la familia HP30 -

la empresa presenta en su especificación técnica un Rango de flujo mínimo de 0,01ml/h y un Rango de volumen mínimo de 0,01 ml, siendo que el fabricante declara en su manual un Rango de flujo mínimo de 0,1ml/h y un Rango de volumen mínimo de 0,1 ml [verificado en la pág web del fabricante].

(6) la empresa Euroquímica no presenta modelo y no permite la verificación de sus especificaciones técnicas tampoco declaró en la carga de subasta.

Asunción, 29 de septiembre de 2022

Gloria E. Velázquez
Coord. Licitaciones
Medical Supply S.A.