UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
ADMINISTRACIÓN
Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal
San Lorenzo, Paraguay
Telefax: 021 674.998

ADM Nº 338 / 2019

San Lorenzo, 30 de abril de 2019.-

Señores
COMITÉ DE EVALUACION – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Facultad de Ciencias Médicas – UNA
Presente

Por la presente me dirijo a Ud., en respuesta a su nota UNA FCM-CECP N° 196/2019, en el marco del llamado **LPN N° 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"** a fin de remitir el Informe Técnico Final solicitado.

Sin otro particular, me despido atentamente.-

LIC. NERIS AGUILAR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
02/05/19
Nº 2.221 FIRMA
HORA 07 20 ACLARACIÓN

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"									Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia					Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los items 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
16	TECNOFAST S.A.	Aparato para deteccion de glicemia en sangre	maquinita para control de glicemia pantalla lcd grande, brillante y de facil lectura, marcadores de glucosa post - prandial (antes y despues de las comidas) tiempo de medicion: 5 segundos. 500 valores de memoria -- **para la determinación de la glucosa en la sangre capilar, para uso neonatal, niños y adultos, la presentación de las tiras reactivas podrán ser en tubos o sobres**	Unidad	UNIDAD	120	SD BIOSENSOR	KOREA	NO CUMPLE-NO PRENSENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE-NO PRESENTO	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE
17	TECNOFAST S.A.	Tira reactiva para glucosa en sangre	tiras reactivas para glucosa en sangre fsco. para deteccion de Glicemina en Sangre . De la misma marca del Aparato para Deteccion de Glicemia-- **para la determinación de la glucosa en la sangre capilar, para uso neonatal, niños y adultos, la presentación de las tiras reactivas podrán ser en tubos o sobres individuales.**	Unidad	UNIDAD	30.000	SD BIOSENSOR	KOREA	NO CUMPLE-NO PRENSENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE-NO PRESENTO	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE
110	TECNOFAST S.A.	Lanceta para dispositivo de puncion	lancetas para test rapido	Unidad	UNIDAD	5.000	SD BIOSENSOR	KOREA	NO CUMPLE-NO PRENSENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE-NO PRESENTO	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE

NERIS AGUILAR H.
ADMINISTRADOR
HC DE CLINICAS

Qui. Farm. Estela N. Servin B.
Jefa Dpto. de Farmacia
P.P. N° 1874

000002

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"									Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia					Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
15	PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.e I.	Algodon hidrofilo	algodón hidrofilo rollo x 500 gr - 100% algodón, hifrofilo puro	Unidad	UNIDAD	4.300	ONDAS BLANCAS	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
79	PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.e I.	Gasa hidrófila	de algodón 100% de 0,90 x 40 metros rectilinia doblado en zig zag en 18 hebras como minimo por cm cuadrado, gramaje 24.5g/m2.absorbente con terminales laterales	Unidad	PAQUETE	5.000	ONDAS BLANCAS	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefe Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000003

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"									Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Item	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia					Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los items 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
41	EL ALAMO S.A.	Cateter intravenosa via central adulto	cateter via central 2 lumen adulto 7 fr x 8" **como mínimo** 200 mm, aguja introductora de 18 G x2 ½, guia de alambre, dilatador, bisturi + jeringa 5 ml y extensor con clamp ESTERIL – RADIOPACO	Unidad	UNIDAD	1.400	KFF	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	EL ALAMO S.A.	Cateter intravenosa via central adulto	cateter via central 3 lumen adulto 7 fr x 8" **como mínimo** 200 mm, aguja introductora de 18 G x2 ½, guia de alambre, dilatador, bisturi + jeringa 5 ml y extensor con clamp ESTERIL – RADIOPACO .	Unidad	UNIDAD	1.500	KFF	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
177	EL ALAMO S.A.	Tubo corrugado	Tubo corrugado adulto p/respirador desechable	Unidad	UNIDAD	1.800	WESTMED	EE.UU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
178	EL ALAMO S.A.	Tubo corrugado	Tubo corrugado pediatrico p/respirador desechable	Unidad	UNIDAD	750	WESTMED	EE.UU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
197	EL ALAMO S.A.	Bolsa para Anestesia	Bolsa para anestesia de 3 litros	Unidad	UNIDAD	80	WESTMED	EE.UU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Fabiola Stela M. Servin A.
Dpto. de Farmacia
Nº 274

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

000004

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"																			
													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
6	EUROTEC S.A.	Aguja Intravenosa	aguja nº 23 g x1 corta descartable - descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	15.000	AGUJA INTRAVENOSA NIPRO	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	EUROTEC S.A.	Aguja Intravenosa	aguja nº 21 x 1 corta descartable - descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	18.000	AGUJA INTRAVENOSA NIPRO	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	EUROTEC S.A.	Aguja para insulina	aguja nº 25 g 5/8 p/insulina descartable - para aplicacion de insulina descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	15.000	AGUJA PARA INSULINA NIPRO	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	EUROTEC S.A.	Aparato para deteccion de glicemia en sangre	maquinita para control de glicemia pantalla lcd grande, brillante y de facil lectura, marcadores de glucosa post - prandial (antes y despues de las comidas) tiempo de medicion: 5 segundos. 500 valores de memoria – **para la determinación de la glucosa en la sangre capilar, para uso neonatal, niños y adultos, la presentación de las tiras reactivas podrán ser en tubos o sobres individuales.**	Unidad	UNIDAD	120	TRUE RESULT NIPRO	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	EUROTEC S.A.	Tira reactiva para glucosa en sangre	tiras reactivas para glucosa en sangre fsco. para deteccion de Glicemina en Sangre . De la misma marca del Aparato para Deteccion de Glicemia– **para la determinación de la glucosa en la sangre capilar, para uso neonatal, niños y adultos, la presentación de las tiras reactivas podrán ser en tubos o sobres individuales.**	Unidad	UNIDAD	30.000	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE NIPRO	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	EUROTEC S.A.	Baja Lenguas	baja lengua descartable	Unidad	UNIDAD	30.000	BAJA LENGUAS NIPRO	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	EUROTEC S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 20 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una agujaV-point de acero inoxidable **(para infusión intravenosa periférica continua)**, codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 65 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado.**	Unidad	UNIDAD	25.000	CATETER INTRAVENOSO Nº 20 NIPRO	BRASIL	NO CUMPLE- NO TIENE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	EUROTEC S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 18 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 110 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado.**	Unidad	UNIDAD	20.000	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 NIPRO	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	EUROTEC S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 24 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua, codificado por color Longitud de: 19mm flujo de 24 ml/min esteril material esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado.**	Unidad	UNIDAD	22.000	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 NIPRO	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	EUROTEC S.A.	Cateter pericraneal	cateter pericraneal nº 25 descartable - , con alas mariposita, con prolongador de 30 como minimo, esteril	Unidad	UNIDAD	1.200	CATETER PERICRANEAL Nº 25 DESCARTABLE NIPRO	JAPÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Quim. Farm. Estela M. Servín A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIO AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000005

66	EUROTEC S.A.	Frasco colectora de orina para analisis	Frasco colectora de orina para analisis	Unidad	UNIDAD	4.000	FRASCO COLECTORA DE ORINA PARA ANALISIS NIPRO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
68	EUROTEC S.A.	Contenedor para objetos corto punzantes	contenedores carton para elementos punzocortantes como minimo de 13 lts, para descarte de residuos hospitalarios, tabuiero (piso) y bolsa permeable medidas como minimo de 272 x 223 x 225 mm (largo, alto y ancho) con impresión del logotipo universal de peligro	Unidad	UNIDAD	2.000	CONTENEDORES DE CARTON GENEMED	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
81	EUROTEC S.A.	Guante de procedimiento	guantes de procedimientos mediano - ,texturizado,latex de caucho natural. Ligeramente empolvado	Unidad	UNIDAD	2.000.000	GUANTE DE PROCEDIMIENTO LATEX NIPRO	MALASIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
82	EUROTEC S.A.	Guante esteril nº 7 -superficie .microrrugosa anti deslizante latex de caucho natural	Sobre Esteril Individual. Envoltorio grado medico. Presentacion de entrega: Sobre estéril conteniendo 1 par	Unidad	UNIDAD	40.000	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL NIPRO	MALASIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
83	EUROTEC S.A.	Guante esteril nº 7 1/2 - superficie .microrrugosa anti deslizante latex de caucho natural	Sobre Esteril Individual. Envoltorio grado medico. Presentacion de entrega: Sobre estéril conteniendo 1 par	Unidad	UNIDAD	280.000	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL NIPRO	MALASIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
85	EUROTEC S.A.	Hilo para sutura acido poliglicolico	composicion quimica del material 100% acido poliglicolico 2/0 recubierto, absorbible, esteril, longitud minima de la hebra 70 cm, con aguja de 26 mm 3/8 circulo cuerpo redondo aguja de acero inoxidable serie siliconada presentacion de doble empaque	Unidad	UNIDAD	1.600	HILO DE SUTURA DE ACIDO POLIGLICOLICO SHALON	BRASIL	NO CUMPLE-PRESENTA CON AGUJA DE 30 MM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
86	EUROTEC S.A.	Hilo para sutura de colageno absorbible cromado	de colageno absorbible cromado – 0. Con aguja y de 70 cm de largo **como minimo**	Unidad	UNIDAD	1.600	HILO DE SUTURA CATGUT SHALON	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
87	EUROTEC S.A.	Hilo para sutura de colageno absorbible cromado	de colageno absorbible cromado - 1 composicion quimica profundo colageno purificado, cromado, pulido a precisión, de caracteristica monofilar absorbible, esteril, longitud minima de la hebra 75cm, **aguja de 40 mm (+-) 3 mm**, medio circulo cuerpo redondo, las agujas deben ser de acero inoxidable serie siliconada, presentacion de doble empaque	Unidad	UNIDAD	2.000	HILO DE SUTURA CATGUT SHALON	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
89	EUROTEC S.A.	Hilo para sutura poliamida	hilo poliamida 10/0. composicion quimica del material: poliamida, monofilamento, sintetico no absorbible, esteril. longitud minima de la hebra 45cm, con aguja de 12mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentacion en doble empaque	Unidad	UNIDAD	160	HILO DE SUTURA - KIT CATARATA SHALON	BRASIL	NO CUMPLE-MUESTRA PRESENTADA ES DE 36 CM DE LONGITUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
90	EUROTEC S.A.	Hilo para sutura poliamida	nº 2/0, **con aguja 3/8 y de 45 cm.**	Unidad	UNIDAD	2.500	HILO DE SUTURA DE POLIESTER SHALON	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
91	EUROTEC S.A.	Hilo para sutura poliamida	nº 3/0, **con aguja 3/8 y de 45 cm.**	Unidad	UNIDAD	8.000	HILO DE SUTURA - KIT CATARATA SHALON	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
92	EUROTEC S.A.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 1 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 48 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	6.000	HILO POLIGLACTINA 910 SHALON	BRASIL	NO CUMPLE-PRESENTA COMO MUESTRA HILO SUTURA DE 50 MM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
93	EUROTEC S.A.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 3/0 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 26 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	3.000	HILO POLIGLACTINA 910 SHALON	BRASIL	NO CUMPLE-PRESENTA COMO MUESTRA DE 25 MM DE LONGITUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
01	EUROTEC S.A.	Jeringa desechable con aguja	larga punta a rosca descatable de 3 ml plastico con aguja desmontable N°21 libre de pirogenos embolo de goma, extremo distal de goma graduada cada 0.5 ml	Unidad	UNIDAD	60.000	JERINGA DESECHABLE NIPRO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela A. Servin A
Jefa Dpto. de Farm.

LIC. NERIS AGUILAR P.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

000000

103	EUROTEC S.A.	Jeringa desechable con aguja	descartable, de 5 ml, a rosca , con aguja desmontable, 21 x 1 1/2, libre de pirojenos, embolo de goma, extremo distal de goma, graduado cada 0.5ml	Unidad	UNIDAD	350.000	JERINGA DESECHABLE NIPRO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
110	EUROTEC S.A.	Lanceta para dispositivo de puncion	lancetas para test rapido	Unidad	UNIDAD	5.000	PRESTIGE SUAVE NIPRO	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
134	EUROTEC S.A.	Sistema Colector de orina	bolsa colectora de orina de 2000 cc con dosificador y conector	Unidad	UNIDAD	6.000	SISTEMA COLECTOR DE ORINA NIPRO	USA/ JAPON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
149	EUROTEC S.A.	Sonda Vesical doble via	sonda Foley nº 12 látex siliconado 2 vias	Unidad	UNIDAD	200	SONDA VESICAL DOBLE VIA NIPRO	USA/ MALASIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
150	EUROTEC S.A.	Sonda Vesical doble via	sonda foley nº 14 látex siliconado 2 vias	Unidad	UNIDAD	200	SONDA VESICAL DOBLE VIA NIPRO	USA/ MALASIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
152	EUROTEC S.A.	Sonda Vesical doble via	sonda foley nº 16 latex siliconado 2 vias	Unidad	UNIDAD	4.800	SONDA VESICAL DOBLE VIA NIPRO	USA/ MALASIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
208	EUROTEC S.A.	Hilo Vicril	Hilo para sutura **Poliglactina 910** Nº 0	Unidad	UNIDAD	10	HILO DE SUTURA POLIGACTINA 910 SHALON	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Far. Estela M. Serna A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000007

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"																		
													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
15	GBO MEDICAL de IRIS POSADA	Algodon hidrofilo	algodón hidrofilo rollo x 500 gr - 100% algodón, hifrofilo puro	Unidad	UNIDAD	4.300	MIMOSO	PARAGUAY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	GBO MEDICAL de IRIS POSADA	Cinta para Autoclave	Cinta p/autoclave de **18mm como mínimo** x50mts. **Como mínimo.** Con dorso de papel crepado, termo ractiva. **Material libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos. Cumplir con las normativas de clasificación en ISO 11140-1 clase 1**	Unidad	UNIDAD	1.200	DELTALAB	ESPAÑA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	GBO MEDICAL de IRIS POSADA	Cinta testigo para estufa calor seco 18mm x 50 metros CT30	Cinta testigo para calor seco con viraje de color de 18mm x 50mt	Unidad	UNIDAD	400	DELTALAB	ESPAÑA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
68	GBO MEDICAL de IRIS POSADA	Contenedor para objetos corto punzantes	contenedores carton para elementos punzocortantes como minimo de 13 lts, para descarte de residuos hospitalarios, tabulero (piso) y bolsa permeable medidas como minimo de 272 x 223 x 225 mm (largo, alto y ancho) con impresión del logotipo universal de peligro	Unidad	UNIDAD	2.000	DESCAR BOX	PARAGUAY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
94	GBO MEDICAL de IRIS POSADA	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 11 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	7.000	ALBION	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
95	GBO MEDICAL de IRIS POSADA	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 15 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	7.000	ALBION	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
96	GBO MEDICAL de IRIS POSADA	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 20 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	4.000	ALBION	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
97	GBO MEDICAL de IRIS POSADA	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 24 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	5.000	ALBION	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
153	GBO MEDICAL de IRIS POSADA	Tapa boca	tapa boca descartables con filtro de tres pliegues, con tiras para sujecion - desechable	Unidad	UNIDAD	200.000	PREMIUM	PARAGUAY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
154	GBO MEDICAL de IRIS POSADA	Tapa boca	Tapa boca N95 con autofiltrante para particulas	Unidad	UNIDAD	3.600	DELTAPLUS	PARAGUAY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
205	GBO MEDICAL de IRIS POSADA	Chata	Chata plastica	Unidad	UNIDAD	100	VERTICE	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
207	GBO MEDICAL de IRIS POSADA	Laminas Esmeriladas	Laminas Portaobjetos 76x26x1mm,cantos cortadosy banda esmerilada	Unidad	UNIDAD	8.000	GLASS KLASS	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
209	GBO MEDICAL de IRIS POSADA	Tapa Boca	Tapa Boca con goma 3 ply	Unidad	CAJA	160	PREMIUM	PARAGUAY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela A. Servín A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIS ACOSTA R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

000003

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
1	EUROQUIMICA S.A.	Aguja lumbar	aguja p/ puncion lumbar nº 22 - material de acero inox. uso medico, descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	200	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	EUROQUIMICA S.A.	Aguja Intravenosa	aguja nº 23 g x1 corta descartable - descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	15.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	EUROQUIMICA S.A.	Aguja lumbar	aguja p/ puncion lumbar nº 20 - material de acero inox. uso medico, descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	200	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	EUROQUIMICA S.A.	Aguja Raquidea	aguja raquidea punta lapiz con introductor - Nº **25G x 90 +- 2mm**	Unidad	UNIDAD	3.600	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	EUROQUIMICA S.A.	Aparato para deteccion de glicemia en sangre	maquinita para control de glicemia pantalla lcd grande, brillante y de facil lectura, marcadores de glucosa post - prandial (antes y despues de las comidas) tiempo de medicion: 5 segundos. 500 valores de memoria – **para la determinación de la glucosa en la sangre capilar, para uso neonatal, niños y adultos, la presentación de las tiras reactivas podrán ser en tubos o sobres individuales.**	Unidad	UNIDAD	120	ON CALL - SHARP	EEUU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	EUROQUIMICA S.A.	Tira reactiva para glucosa en sangre	tiras reactivas para glucosa en sangre fsco. para deteccion de Glicemina en Sangre . De la misma marca del Aparato para Deteccion de Glicemia– **para la determinación de la glucosa en la sangre capilar, para uso neonatal, niños y adultos, la presentación de las tiras reactivas podrán ser en tubos o sobres**	Unidad	UNIDAD	30.000	ON CALL - SHARP	EEUU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	EUROQUIMICA S.A.	Aposito hidrocoloide	aposito hidrocoloide para cura humeda con borde para zona sacra-como minimo de 17x 20 cm descartable	Unidad	UNIDAD	2.500	CURACTIVE	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	EUROQUIMICA S.A.	Aposito transparente	aposito transparente - 10cm x 12 cm - descartable, con sistema tipo moldura	Unidad	UNIDAD	1.500	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	EUROQUIMICA S.A.	Bolsa flexible para nutricion parenteral	bolsa para nutricion parenteral x 250 ml, material eva	Unidad	UNIDAD	1.000	VICTUS	EEUU / MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	EUROQUIMICA S.A.	Bolsa flexible para nutricion parenteral	bolsa para nutricion parenteral x 2000 ml, material eva	Unidad	UNIDAD	300	VICTUS	EEUU / MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	EUROQUIMICA S.A.	Canula de Oxigeno Adulto	calibre 12 fr diametro ext.mm 4,00 esteril tamaño adulto, tubo o manguera en pvc	Unidad	UNIDAD	1.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	EUROQUIMICA S.A.	Cateter de aspiración	Cateter p/ aspiración nº 6 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	10.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	EUROQUIMICA S.A.	Cateter de aspiración	Cateter p/ aspiración nº 8 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	10.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	EUROQUIMICA S.A.	Cateter de aspiración	Cateter p/ aspiración nº 10 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	3.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	EUROQUIMICA S.A.	Cateter de aspiración	Cateter p/ aspiración nº 12 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	3.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Bqf. Farm. Estela M. Servín A.
Jefe Depto. de Farmacia
Reg. Prof. Nº 1974

LIC. NENIS ROLON
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

6000000

37	EUROQUIMICA S.A.	Cateter de aspiracion	cateter p/ aspiracion nº 14 con regulador y valvula - con valvula de control de flujo transparente,flexible,radiopaco,esteril,descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	13.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	EUROQUIMICA S.A.	Cateter intravenosa via central pediatrico	cateter via central 2 lumen pediatrico 4 fr **16 +-3 cm de largo,**con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp.	Unidad	UNIDAD	200	FORNIA	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	EUROQUIMICA S.A.	Cateter intravenosa via central pediatrico	cateter via central 3 lumen pediatrico 4 fr **16+- 3cm** de largo ,con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp.	Unidad	UNIDAD	200	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	EUROQUIMICA S.A.	Cateter intravenosa via central adulto	cateter via central 2 lumen adulto 7 fr x 8" **como minimo** 200 mm, aguja introductora de 18 G x2 ½, guia de alambre, dilatador, bisturi + jeringa 5 ml y extensor con clamp ESTERIL - RADIOPACO	Unidad	UNIDAD	1.400	FORNIA	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	EUROQUIMICA S.A.	Cateter intravenosa via central adulto	cateter via central 3 lumen adulto 7 fr x 8" **como minimo** 200 mm, aguja introductora de 18 G x2 ½, guia de alambre, dilatador, bisturi + jeringa 5 ml y extensor con clamp ESTERIL - RADIOPACO .	Unidad	UNIDAD	1.500	FORNIA	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
50	EUROQUIMICA S.A.	Cateter pericraneal	cateter pericraneal nº 19 elaborado en acero inoxidable, punta biselada, con prolongador de pvc de 30 cm aproximadamente, envoltorio con papel grado medico, descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	1.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	EUROQUIMICA S.A.	Cateter pericraneal	cateter pericraneal nº 25 descartable - , con alas mariposita, con prolongador de 30 como minimo, esteril	Unidad	UNIDAD	1.200	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
56	EUROQUIMICA S.A.	Cera para hueso de 2.5gr	Mezcla de cera de abejas, cera de parafina e isopropil palmitato	Unidad	UNIDAD	100	D-TEK	CHIPRE / INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	EUROQUIMICA S.A.	Bata para paciente descartable	batas descartables esteril para aislamiento - tela no tejida sms de 50 gr. + - manga ancha minimo de 5 cm con certificcado de ensayo otorgado por el INTN donde se demuestre su repelencia al alcohol y su gramage	Unidad	UNIDAD	14.200	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	EUROQUIMICA S.A.	Cinta para Autoclave	Cinta p/autoclave de **18mm como minimo** x50mts. **Como minimo**. Con dorso de papel crepado, termo reactiva. **Material libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos. Cumplir con las normativas de clasificación en ISO 11140-1 clase 1**	Unidad	UNIDAD	1.200	YIPAK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
64	EUROQUIMICA S.A.	Clamp umbilical	esteril	Unidad	UNIDAD	3.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	EUROQUIMICA S.A.	Electrodo adulto	electrodo adulto, con gel y facilitador, con dorso de tejido suave a la piel y adhesivo hipoalergénico.	Unidad	UNIDAD	43.000	INTCO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	EUROQUIMICA S.A.	Equipo Extensor	de dos lumen trainer reducido conector siliconado de 2 vias libre de agujas y sistema cerrado con camp pediatrico.	Unidad	UNIDAD	3.200	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
74	EUROQUIMICA S.A.	Equipo Microgotero	**Equipo microgotero no fotosensible**, con conexión a rosca y a presion, filtro de aire, puerto de inyeccion libre de aguja, sin superficie fotosencible, rodillo con protector de seguridad	Unidad	UNIDAD	20.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
75	EUROQUIMICA S.A.	Equipo para drenaje pleural	kit para drenaje aspiratorio 14 fr de 400 cc c/ conector	Unidad	UNIDAD	180	ROMSONS	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	EUROQUIMICA S.A.	Equipo para drenaje pleural	kit para drenaje aspiratorio 18 fr de 400 cc c/ conector	Unidad	UNIDAD	130	ROMSONS	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
77	EUROQUIMICA S.A.	Equipo volutrol macrogotero para soluciones	Equipo volutrol macro 150 ml 20 gotas/ ml, con valvula flotante de seguridad y puertos de inyeccion lateral libres de agujas .con filtro de aire,conexión a rosca, esteril, descartable.	Unidad	UNIDAD	35.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	EUROQUIMICA S.A.	Gorro desechable	gorro descartable de tela no tejida, 20 gr mínimo: 50 cm de diámetro exterior y 30 cm de diámetro interior con dobles elástico, descartable para cirugía	Unidad	UNIDAD	130.000	INTCO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Fam. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
M.S.P.B.S. N° 1874

000001

94	EUROQUIMICA S.A.	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 11 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	7.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
95	EUROQUIMICA S.A.	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 15 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	7.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
96	EUROQUIMICA S.A.	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 20 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	4.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
97	EUROQUIMICA S.A.	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 24 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	5.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
101	EUROQUIMICA S.A.	Jeringa desechable con aguja	larga punta a rosca descatable de 3 ml plastico con aguja desmontable N°21 libre de pirogenos embolo de goma, extremo distal de goma graduada cada 0,5 ml	Unidad	UNIDAD	60.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
102	EUROQUIMICA S.A.	Jeringa desechable con aguja	de 1ml de plastico con aguja desmontable n°25 5/8 embolo de goma graduado en centecima de unidades	Unidad	UNIDAD	80.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
103	EUROQUIMICA S.A.	Jeringa desechable con aguja	descartable, de 5 ml, a rosca , con aguja desmontable, 21 x 1 1/2, libre de pirojenos, embolo de goma, extremo distal de goma, graduado cada 0,5ml	Unidad	UNIDAD	350.000	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
116	EUROQUIMICA S.A.	Micronebulizador adulto	micronebulizador completo adulto	Unidad	UNIDAD	2.200	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
117	EUROQUIMICA S.A.	Micronebulizador pediátrico	micronebulizador completo pediatrico	Unidad	UNIDAD	2.400	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
119	EUROQUIMICA S.A.	Papel para esterilización	Papel para esterilización 100 a 140 cm x 100 a 140 cm de polipropileno	Unidad	PAQUETE	30.000	YIPAK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
122	EUROQUIMICA S.A.	Prolongador de Via	Prolongador de via con tapa bioconector libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex con conexión a rosca y punta catéter de estandar iso, resistente a altas presiones tales como se presentan en lineas arteriales y npt, compatible con soluciones lípidas, quimioterapeuticas y antibióticos, capaz de soportar multiples accesos durante un uso no menor a 7 dias continuos.	Unidad	UNIDAD	5.000	MICROCLAVE CLEAR	EEUU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
124	EUROQUIMICA S.A.	Reanimador de adulto con reservorio	Reanimador adulto. Bolsa autoinflable con reservorio de oxigeno, válvula de seguridad, máscarilla transparente con borde almohadillado de silicona, con tubo para conexión a balón o red de oxigeno. Reutilizable	Unidad	UNIDAD	180	ROMSONS	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
125	EUROQUIMICA S.A.	Reanimador neonatal con reservorio de oxigeno	Reanimador neonatal. Bolsa autoinflable con reservorio de oxigeno, válvula de seguridad, máscarilla transparente con borde almohadillado de silicona, con tubo para conexión a balón o red de oxigeno. Reutilizable	Unidad	UNIDAD	50	ROMSONS	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
126	EUROQUIMICA S.A.	Reanimador pediatrico con reservorio de oxigeno	Reanimador pediátrico. Bolsa autoinflable con reservorio de oxigeno, válvula de seguridad, máscarilla transparente con borde almohadillado de silicona, con tubo para conexión a balón o red de oxigeno. Reutilizable	Unidad	UNIDAD	80	ROMSONS	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
128	EUROQUIMICA S.A.	Regulador de flujo graduado	regulador de goteo con extensor	Unidad	UNIDAD	3.500	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
130	EUROQUIMICA S.A.	Set para bomba de infusion	Set de bombas de infusion para administración parenteral de soluciones con 30 equipos en comodato. Las bombas deben ser volumetricas , con uno o mas sistema de operación modular, para infundir alimentación parenteral y/o farmacos en forma precisa sin presionar completamente el tubo.	Unidad	UNIDAD	2.500	MEDCAPTAIN	EEUU / CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
132	EUROQUIMICA S.A.	Equipo Extensor	Tubo extensor para uso pediatrico EN BOMBAS A JERINGA. Estas bombas deben infundir tanto farmacos como alimentación parenteral, manteniendo un nivel continuo. Con 20 equipos en comodato. El extensor debe poseer conector de polipropileno, tuberia de polivinilcloruro, largo 150 cm, y un bajo nivel de cebado: inferior o igual a 1,5ml.	Unidad	UNIDAD	4.000	MEDCAPTAIN	EEUU / CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
[illegible]	EUROQUIMICA S.A.	Set para bomba de infusion	set p/ bomba de infusion parenteral compatible con equipo terumo	Unidad	UNIDAD	2.000	MEDCAPTAIN	EEUU / CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
F.P. N° 1874

Lic. Nelis Rodríguez
Administrador
Dpto. Farmacia

000011

138	EUROQUIMICA S.A.	Sonda de aspiracion	sonda k-66 multiperforado de 3 a 3,6 mts envase individual esteril	Unidad	UNIDAD	5.500	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
153	EUROQUIMICA S.A.	Tapa boca	tapa boca descartables con filtro de tres pliegues, con tiras para sujecion - desechable	Unidad	UNIDAD	200.000	INTCO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
154	EUROQUIMICA S.A.	Tapa boca	Tapa boca N95 con autofiltrante para particulas	Unidad	UNIDAD	3.600	INTCO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
156	EUROQUIMICA S.A.	Traductor de presion arterial	traductor de presion arterial	Unidad	UNIDAD	750	TRANSPAC	EEUU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
157	EUROQUIMICA S.A.	Trampa de mocus	trampa p/ mocus - esteril descartable, de 25 ml **como minimo**	Unidad	UNIDAD	600	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
158	EUROQUIMICA S.A.	Trocar toraxico	trocar toraxico 16 fr	Unidad	UNIDAD	30	ROMSONS	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
159	EUROQUIMICA S.A.	Trocar toraxico	trocar toraxico 18 fr	Unidad	UNIDAD	20	ROMSONS	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
160	EUROQUIMICA S.A.	Trocar toraxico	trocar toraxico 10 fr	Unidad	UNIDAD	30	ROMSONS	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
161	EUROQUIMICA S.A.	Trocar toraxico	trocar toraxico 20 fr	Unidad	UNIDAD	30	ROMSONS	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
177	EUROQUIMICA S.A.	Tubo corrugado	Tubo corrugado adulto p/respirador desechable	Unidad	UNIDAD	1.800	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
178	EUROQUIMICA S.A.	Tubo corrugado	Tubo corrugado pediatrico p/respirador desechable	Unidad	UNIDAD	750	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
192	EUROQUIMICA S.A.	Aerocamara	Aerocamara valvulada undidireccional que mantiene el medicamento en la camara e impide el ingreso de la exhalacion Pediatrica, **de 150 ml a 450 ml. Con mascarilla anatomica o pieza bucal.**	Unidad	UNIDAD	600	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
210	EUROQUIMICA S.A.	Venda enyesada	Venda enyesada 10 x 3 cm aproximadamentte	Unidad	UNIDAD	10	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
211	EUROQUIMICA S.A.	Venda enyesada	Venda enyesada 15 x 3 cm aproximadamente	Unidad	ROLLO	10	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
212	EUROQUIMICA S.A.	Venda enyesada	Venda enyesada 20 x 3 cm aproxidamente	Unidad	ROLLO	10	EASTMARK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Serrim X.
Jefa Dpto. de Farmacia
P.P. N° 1874

0000012

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"																			
													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L.	Aguja lumbar	aguja p/ puncion lumbar n° 20 - material de acero inox. uso medico, descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	200	VYGON	C. EUROPEA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L.	Bolsa para colostomia	bolsa colostomia con anillo de caraya mediano nº 2 y1/2 c/ clamp	Unidad	UNIDAD	3.000	HOLLISTER	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L.	Cateter epicutaneo	cateter epicutaneo (neonatal 2 fr, de silicona 100% con 1 diametro de 0, 3 x 0,6 mm, con longitud de 30 cm, se presenta en un kit: 1 cateter fr2 100% de silicona, 1 cinta metrica, 1 pinza esteril, 1 laso hemostatico de silicona,1 aposito transparente esteril. libre de latex, pvc y poliuretaneo)	Unidad	UNIDAD	240	VYGON	C. EUROPEA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L.	Cinta Adhesiva	Cinta Adhesiva a base de latex de caucho natural 7,5cm de ancho x 4,5 a 5metros de largo color piel en carrete	Unidad	ROLLO	3.500	BSN - LEUKOPLAST	C. EUROPEA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
182	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L.	Cateter Peridural	Cateter Pendural Nº 19 biselado, **con aguja.**	Unidad	UNIDAD	600	VYGON	C. EUROPEA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
214	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L.	Venda	Vendaje neuromuscular para taping color piel de 5 cm x 4,5 metros aproximadamente	Unidad	ROLLO	20	BSN - LEUKOPLAST	C. EUROPEA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Savina A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR, R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000013

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"									Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia					Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
18	HOSPY IMPORT S.R.L.	Aposito hidrocoloide	aposito hidrocoloide para cura humeda con borde para zona sacra-como minimo de 17x 20 cm descartable	Unidad	UNIDAD	2.500	PHARMACOLL	IMPORTADO	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE
19	HOSPY IMPORT S.R.L.	Aposito transparente	aposito transparente - 10cm x 12 cm - descartable, ,con sistema tipo moldura	Unidad	UNIDAD	1.500	PROTECFILM FRAME STYLE	IMPORTADO	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE
21	HOSPY IMPORT S.R.L.	Banda adhesiva	redondas hipoalergenicas	Unidad	UNIDAD	18.000	CURE AID	IMPORTADO	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE
29	HOSPY IMPORT S.R.L.	Campo adhesivo quirurgico	campo adhesivo estéril 60x45	Unidad	UNIDAD	350	INCIFILM	IMPORTADO	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000014

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"																			
													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
86	V Y T FARMA S.A.	Hilo para sutura de colageno absorbible cromado	de colageno absorbible cromado – 0. Con aguja y de 70 cm de largo **como mínimo**	Unidad	UNIDAD	1.600	SUTURA QUIRURGICA DE CATGUT CROMICO ATRAMAT	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
87	V Y T FARMA S.A.	Hilo para sutura de colageno absorbible cromado	de colageno absorbible cromado - 1 composicion quimica profundo colageno purificado, cromado, pulido a precisión, de caracteristica monofilar absorbible, esteril, longitud minima de la hebra 75cm, **aguja de 40 mm (+-) 3 mm**, medio circulo cuerpo redondo, las agujas deben ser de acero inoxidable serie siliconada, presentacion de doble empaque	Unidad	UNIDAD	2.000	SUTURA QUIRURGICA DE CATGUT CROMICO ATRAMAT	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
88	V Y T FARMA S.A.	Hilo para sutura de colageno absorbible simple	simple 5/0, cuerpo redondo de 3/8, **aguja ½ circulo de 17 mm longitud minima de la hebra 75 cm.**	Unidad	UNIDAD	200	SUTURA QUIRURGICA DE CATGUT SIMPLE ATRAMAT	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
90	V Y T FARMA S.A.	Hilo para sutura poliamida	n° 2/0, **con aguja 3/8 y de 45 cm.**	Unidad	UNIDAD	2.500	NYLON MONOFILAMENTO ATRAMAT	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
91	V Y T FARMA S.A.	Hilo para sutura poliamida	n° 3/0, **con aguja 3/8 y de 45 cm.**	Unidad	UNIDAD	8.000	NYLON MONOFILAMENTO ATRAMAT	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
92	V Y T FARMA S.A.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 1 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 48 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	6.000	PGLA 90 ATRAMAT	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Quí. Farm. Estela M. Serafini
Jefa Dpto. de Farmacia
P.P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000015

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"																		
													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los items 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
6	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Aguja Intravenosa	aguja nº 23 g x1 corta descartable - descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	15.000	NIPRO	JAPON, USA, BRASIL, CHINA, TAILANDIA, INDONESIA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Aguja Intravenosa	aguja nº 21 x 1 corta descartable - descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	18.000	NIPRO	JAPON, USA, BRASIL, CHINA, TAILANDIA, INDONESIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Algodon hidrofilo	algodón hidrofilo rollo x 500 gr - 100% algodón, hifrofilo puro	Unidad	UNIDAD	4.300	CAMIA	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTEO	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Bota cubre calzado	de telas no tejidas p/ cirugias ,antideslizante	Unidad	UNIDAD	80.000	XIANTAO XINGRONG	CHINA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Canula de Oxigeno Adulto	calibre 12 fr diametro ext.mm 4,00 esteril tamaño adulto, tubo o manguera en pvc	Unidad	UNIDAD	1.000	WELL LEAD	CHINA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Cateter de aspiración	Cateter p/ aspiración nº 6 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	10.000	WELL LEAD	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Cateter de aspiración	Cateter p/ aspiración nº 8 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	10.000	WELL LEAD	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Cateter de aspiración	Cateter p/ aspiración nº 10 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	3.000	WELL LEAD	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Cateter de aspiración	Cateter p/ aspiración nº 12 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	3.000	WELL LEAD	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Cateter de aspiracion	cateter p/ aspiracion nº 14 con regulador y valvula - con valvula de control de flujo transparente,flexible,radiopaco,esteril,descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	13.000	WELL LEAD	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
F.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000016

43	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 20 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una agujaV-point de acero inoxidable **(para infusión intravenosa periférica continua)**, codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 65 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado.**	Unidad	UNIDAD	25.000	PROVEIN SAFE ¢	INDIA	NO CUMPLE-NO TIENE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 18 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 110 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado.**	Unidad	UNIDAD	20.000	PROVEIN SAFE ¢	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 24 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua, codificado por color Longitud de: 19mm flujo de 24 ml/min esteril material esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado.**	Unidad	UNIDAD	22.000	PROVEIN SAFE ¢	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 22 **(para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica),** material esteril , descartable, envase papel grado medico.	Unidad	UNIDAD	13.000	PROVEIN SAFE ¢	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Bata para paciente descartable	batas descartables esteril para aislamiento - tela no tejida sms de 50 gr. + - manga ancha minimo de 5 cm con certificcado de ensayo otorgado por el INTN donde se demuestre su repelencia al alcohol y su gramage	Unidad	UNIDAD	14.200	CAMIA	NACIONAL	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Cinta Adhesiva	cinta hipoalergenica 7,5 cm x 9,1 mts - adhesiva, con microporosidad	Unidad	UNIDAD	3.200	HUALIAN DESSING	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Cinta Adhesiva	Cinta Adhesiva a base de latex de caucho natural 7,5cm de ancho x 4,5 a 5metros de largo color piel en carrete	Unidad	ROLLO	3.500	HUALIAN DESSING	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Compresa de vientre	compresa de vientre de 45 a 50) x 45 a 50 cm esteriles (en paquetes) con linea radiopaca	Unidad	UNIDAD	58.000	CAMIA	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Equipo Macrogotero	**Equipo macrogotero no fotosensible**,con conexión a rosca y a presion, filtro de aire, puerto de inyeccion libre de aguja, sin superficie fotosencible, rodillo con protector de seguridad	Unidad	UNIDAD	60.000	INFUSOL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

0000017

Qui. Farm. Estela M. Sarvia A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERY ACUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

74	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Equipo Microgotero	**Equipo microgotero no fotosensible**, con conexión a rosca y a presion, filtro de aire, puerto de inyeccion libre de aguja, sin superficie fotosencible, rodillo con protector de seguridad	Unidad	UNIDAD	20.000	INFUSOL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
77	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Equipo volutrol macrogotero para soluciones	Equipo volutrol macro 150 ml 20 gotas/ ml, con valvula flotante de seguridad y puertos de inyeccion lateral libres de agujas .con filtro de aire,conexión a rosca, esteril, descartable.	Unidad	UNIDAD	35.000	INFUSOL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
78	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Equipo volutrol microgotero para soluciones	Equipo volutrol micro 150 ml con cámara de goteo y válvula flotadora, filtro de aire, pinzas de rodillo para regular el goteo, con 2 (dos) puertos de inyeccin libre de látex, Conexión a rosca, esteril, descartable.	Unidad	UNIDAD	13.000	INFUSOL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
79	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Gasa hidrófila	de algodón 100% de 0,90 x 40 metros rectilinia doblado en zig zag en 18 hebras como minimo por cm cuadrado, gramaje 24.5g/m2.absorbente con terminales laterales	Unidad	PAQUETE	5.000	CAMIA	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
81	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Guante de procedimiento	guantes de procedimientos mediano - ,texturizado,latex de caucho natural. Ligeramente empolvado	Unidad	UNIDAD	2.000.000	VITTA	TAILANDIA - INDONESIA - MALASIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
82	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Guante esteril nº 7 - superficie .microrrugosa anti deslizante latex de caucho natural	Sobre Esteril Individual. Envoltorio grado medico. Presentacion de entrega: Sobre estéril conteniendo 1 par	Unidad	UNIDAD	40.000	VITTA	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
83	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Guante esteril nº 7 1/2 - superficie .microrrugosa anti deslizante latex de caucho natural	Sobre Esteril Individual. Envoltorio grado medico. Presentacion de entrega: Sobre estéril conteniendo 1 par	Unidad	UNIDAD	280.000	VITTA	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
84	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Guante esteril nº 8 - superficie .microrrugosa anti deslizante latex de caucho natural	Sobre Esteril Individual. Envoltorio grado medico. Presentacion de entrega: Sobre estéril conteniendo 1 par	Unidad	UNIDAD	170.000	VITTA	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
85	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Hilo para sutura acido poliglicolico	composicion quimica del material 100% acido poliglicolico 2/0 recubierto, absorbible, esteril, longitud minima de la hebra 70 cm, con aguja de 26 mm 3/8 circulo cuerpo redondo aguja de acero inoxidable serie siliconada presentacion de doble empaque	Unidad	UNIDAD	1.600	UNILENE VITAL SUTURES	PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
86	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Hilo para sutura de colageno absorbible cromado	de colageno absorbible cromado – 0. Con aguja y de 70 cm de largo **como minimo**	Unidad	UNIDAD	1.600	UNILENE VITAL SUTURES	PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
87	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Hilo para sutura de colageno absorbible cromado	de colageno absorbible cromado - 1 composicion quimica profundo colageno purificado, cromado, pulido a precisión, de caracteristica monofilar absorbible, esteril, longitud minima de la hebra 75cm, **aguja de 40 mm (+-) 3 mm**, medio circulo cuerpo redondo, las agujas deben ser de acero inoxidable serie siliconada, presentacion de doble empaque	Unidad	UNIDAD	2.000	UNILENE VITAL SUTURES	PERU	NO CUMPLE-PRESENTA CON LONGITUD DE 70CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
F. F. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

000001

90	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Hilo para sutura poliamida	nº 2/0, **con aguja 3/8 y de 45 cm.**	Unidad	UNIDAD	2.500	UNILENE VITAL SUTURES	PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
91	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Hilo para sutura poliamida	nº 3/0, **con aguja 3/8 y de 45 cm.**	Unidad	UNIDAD	8.000	UNILENE VITAL SUTURES	PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
92	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 1 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 48 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	6.000	UNILENE VITAL SUTURES	PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
93	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 3/0 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 26 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	3.000	UNILENE VITAL SUTURES	PERU	NO CUMPLE-PRESENTA COMO MUESTRA NYLON 3-0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
101	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Jeringa desechable con aguja	larga punta a rosca descatable de 3 ml plastico con aguja desmontable N°21 libre de pirogenos embolo de goma, extremo distal de goma graduada cada 0,5 ml	Unidad	UNIDAD	60.000	NIPRO	JAPON, USA, BRASIL, CHINA, TAILANDIA, INDONESIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
103	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Jeringa desechable con aguja	descartable, de 5 ml, a rosca , con aguja desmontable, 21 x 1 1/2, libre de pirojenos, embolo de goma, extremo distal de goma, graduado cada 0,5ml.	Unidad	UNIDAD	350.000	NIPRO	JAPON, USA, BRASIL, CHINA, TAILANDIA, INDONESIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
105	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Jeringa desechable con aguja	jeringa de 10 ml c/ aguja larga . nº 21 1 1/2 pico a rosca , embolo goma-silconado - descartable, libre de pirogenos, extremo distal de goma, graduado cada 0,5ml.	Unidad	UNIDAD	400.000	NIPRO	JAPON, USA, BRASIL, CHINA, TAILANDIA, INDONESIA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
106	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Jeringa desechable con aguja	jeringa de 20 ml c/ aguja larga. nº 21 1 1/2 pico rosca , embolo goma-siliconado	Unidad	UNIDAD	150.000	NIPRO	JAPON, USA, BRASIL, CHINA, TAILANDIA, INDONESIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
107	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Jeringa desechable sin aguja	jeringa de 50 ml pico grueso	Unidad	UNIDAD	4.000	NIPRO	JAPON, USA, BRASIL, CHINA, TAILANDIA, INDONESIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
108	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Jeringa pico fino	jeringa de 50 ml . pico fino a rosca - esteril, emboltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	40.000	NIPRO	JAPON, USA, BRASIL, CHINA, TAILANDIA, INDONESIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
111	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Llave de de tres vias	Facil observacion de flujo.Fácil conexión con otros instrumentos. sin prolongador esteril envoltorio grado medico con 2 tapas	Unidad	UNIDAD	45.000	LARS LETS MED	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
113	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Mascara para oxigeno grande	mascarilla p/ oxigeno con prolongador adulto desechable	Unidad	UNIDAD	1.800	WELL LEAD	CHINA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
114	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Mascara para oxigeno pequeño	mascarilla p/ oxigeno con prolongador pediatrico desechable	Unidad	UNIDAD	400	WELL LEAD	CHINA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
116	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Micronebulizador adulto	micronebulizador completo adulto	Unidad	UNIDAD	2.200	WELL LEAD	CHINA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
117	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Micronebulizador pediátrico	micronebulizador completo pediatrico	Unidad	UNIDAD	2.400	WELL LEAD	CHINA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
134	VICENTE SCAVONE,& CIA. S.A.E.	Sistema Colector de orina	bolsa colectora de orina de 2000 cc con dosificador y conector	Unidad	UNIDAD	6.000	NIPRO	JAPON, USA, BRASIL, CHINA, TAILANDIA, INDONESIA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

000012

Q.F. Farm. Estela M. Servín A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

138	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Sonda de aspiracion	sonda k-66 multiperforado de 3 a 3,6 mts envase individual esteril	Unidad	UNIDAD	5.500	WELL LEAD	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
151	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Sonda Vesical doble via	sonda foley nº 18 látex siliconado 2 vías	Unidad	UNIDAD	4.000	WELL LEAD	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
152	VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Sonda Vesical doble via	sonda foley nº 16 latex siliconado 2 vias	Unidad	UNIDAD	4.800	WELL LEAD	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Bqui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS ROJAS R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

00000020

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
2	SALUMAX S.A.	Aguja de biopsia medular	aguja para biopsia de medula osea 11g/10cm - descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	225	HS MEDICAL	ITALIA / USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	SALUMAX S.A.	Aguja de biopsia medular	aguja para biopsia de medula osea 13g/10cm - descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	240	HS MEDICAL	ITALIA / USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	SALUMAX S.A.	Aguja de biopsia medular	aguja para biopsia de medula osea por aspiracion nº16 / 7 cm descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	320	HS MEDICAL	ITALIA / USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	SALUMAX S.A.	Aguja para Biopsia Renal	aguja para biopsia nº 14 **(dispositivo automático descartable)** (renal) por punción, **de 14 G largo y 10 cm.**	Unidad	UNIDAD	20	HS MEDICAL	ITALIA / USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	SALUMAX S.A.	Aguja para Biopsia Renal	aguja para biopsia nº 16 **(dispositivo automático descartable)** (renal) por punción, **de 16 G y 15 cm de largo como mínimo**	Unidad	UNIDAD	20	HS MEDICAL	ITALIA / USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	SALUMAX S.A.	Aguja para Biopsia Renal	aguja para biopsia nº 18 **(dispositivo automático descartable)**(renal) por punción; **de 18 G y 15 de largo cm como mínimo.**	Unidad	UNIDAD	20	HS MEDICAL	ITALIA / USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
124	SALUMAX S.A.	Reanimador de adulto con reservorio	Reanimador adulto. Bolsa autoinflable con reservorio de oxigeno, válvula de seguridad, máscarilla transparente con borde almohadillado de silicona, con tubo para conexión a balón o red de oxigeno. Reutilizable.	Unidad	UNIDAD	180	MERCURY MEDICAL	MALASIA / USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
125	SALUMAX S.A.	Reanimador neonatal con reservorio de oxigeno	Reanimador neonatal. Bolsa autoinflable con reservorio de oxigeno, válvula de seguridad, máscarilla transparente con borde almohadillado de silicona, con tubo para conexión a balón o red de oxigeno. Reutilizable.	Unidad	UNIDAD	50	MERCURY MEDICAL	MALASIA / USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
126	SALUMAX S.A.	Reanimador pediatrico con reservorio de oxigeno	Reanimador pediátrico. Bolsa autoinflable con reservorio de oxigeno, válvula de seguridad, máscarilla transparente con borde almohadillado de silicona, con tubo para conexión a balón o red de oxigeno. Reutilizable.	Unidad	UNIDAD	80	MERCURY MEDICAL	MALASIA / USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
195	SALUMAX S.A.	Cateter/Stent urinario uretral	Cateter Uretral doble J **4,8Fr como mínimo** descartable, largo 22 cm con empujador y guía.	Unidad	UNIDAD	50	COOK	USA / DINAMARCA / IRLANDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Bqui. Farm. Estela M. Usera A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERI SAGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

000021

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesionas y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
30	JCM PHARMA S.A.	Canula de Oxigeno neonatal	calibre 06 fr diametro ext.mm 2,00 esteril tamaño neonatal , siliconada 100%	Unidad	UNIDAD	400	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	JCM PHARMA S.A.	Canula de Oxigeno pediatrica	calibre 09 fr diametro ext.mm 3,00 esteril tamaño pediatricol , siliconada 100%	Unidad	UNIDAD	700	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	JCM PHARMA S.A.	Cateter de aspiracion	cateter p/ aspiracion nº 14 con regulador y valvula - con valvula de control de flujo transparente,flexible,radiopaco,esteril,descartable, con envoltorio panel orado medico	Unidad	UNIDAD	13.000	NIGUS	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	JCM PHARMA S.A.	Cateter epicutaneo	cateter epicutaneo (neonatal 2 fr, de silicona 100% con 1 diametro de 0, 3 x 0,6 mm, con longitud de 30 cm, se presenta en un kit: 1 cateter fr2 100% de silicona, 1 cinta metrica, 1 pinza esteril, 1 laso hemostatico de silicona,1 aposito transparente esteril. libre de latex, pvc y poliuretaneo)	Unidad	UNIDAD	240	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	JCM PHARMA S.A.	Cateter percutaneo	3 fr de dos lumen tubo de silicona 100 % centimetrado de 5 cm introductor pelable pinza anatomica, laso hemostatico cinta centimetrada	Unidad	UNIDAD	20	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	JCM PHARMA S.A.	Cateter umbilical arterial	3,5 fr simple lumen polivinil radio opaco, numerado de **41 cm a 50cm como minimo.**	Unidad	UNIDAD	50	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	JCM PHARMA S.A.	Cateter umbilical arterial	3,5 fr 2lumen polivinil radio opaco, numerado de **35cm a 38cm como minimo.**	Unidad	UNIDAD	60	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	JCM PHARMA S.A.	Cateter umbilical arterial	5 fr 2lumen polivinil radio opaco, numerado de **35cm a 38cm como minimo.**	Unidad	UNIDAD	60	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	JCM PHARMA S.A.	Cinta Adhesiva	cinta hipoalergenica 7,5 cm x 9,1 mts - adhesiva, con microporosidad.	Unidad	UNIDAD	3.200	NIGUS	CHINA	NO CUMPLE MUESTRA PRESENTADA ES DE 7,5 CM DE ANCHO Y 5 MTS DE LARGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
75	JCM PHARMA S.A.	Equipo para drenaje pleural	kit para drenaje aspiratorio 14 fr de 400 cc c/ conector	Unidad	UNIDAD	180	VITROMED	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	JCM PHARMA S.A.	Equipo para drenaje pleural	kit para drenaje aspiratorio 18 fr de 400 cc c/ conector	Unidad	UNIDAD	130	VITROMED	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
78	JCM PHARMA S.A.	Equipo volutrol microgotero para soluciones	Equipo volutrol micro 150 ml con cámara de goteo y válvula flotadora, filtro de aire, pinzas de rodillo para regular el goteo, con 2 (dos) puertos de inyeccin libre de látex, Conexión a rosca, esteril, descartable.	Unidad	UNIDAD	13.000	NIGUS	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
114	JCM PHARMA S.A.	Mascara para oxigeno pequeño	mascarilla p/ oxigeno con prolongador pediatrico desechable	Unidad	UNIDAD	400	NIGUS	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
115	JCM PHARMA S.A.	Mascara para oxigeno neonatal	mascarilla p/ oxigeno con prolongador nenotal desechable	Unidad	UNIDAD	300	NIGUS	CHINA	NO CUMPLE PRESENTA MUESTRA DE MASCARA DE OXIGENO ADULTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
127	JCM PHARMA S.A.	Regla pvc con conector	regla pvc con conector	Unidad	UNIDAD	700	VITROMED	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
128	JCM PHARMA S.A.	Regulador de flujo graduado	regulador de goteo con extensor	Unidad	UNIDAD	3.500	VITROMED	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
135	JCM PHARMA S.A.	Sistema Colector de orina	Colector de orina sistema cerrado 6 FR	Unidad	UNIDAD	40	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
136	JCM PHARMA S.A.	Sistema Colector de orina	Colector de orina sistema cerrado 8 FR	Unidad	UNIDAD	40	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
137	JCM PHARMA S.A.	Sistema Colector de orina	Colector de orina sistema cerrado 4 FR	Unidad	UNIDAD	30	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
138	JCM PHARMA S.A.	Sonda de aspiracion	sonda k-66 multiperforado de 3 a 3,6 mts envase individual esteril	Unidad	UNIDAD	5.500	NIGUS	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
[illegible]	JCM PHARMA S.A.	Sonda nasogastrica adulto	Fabricado en PVC. De 10 french, largo efectivo de 119cm y largo total 122cm	Unidad	UNIDAD	600	NIGUS	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

0000022

Qui. Farm. Estela M. Servín A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIS ACOSTA R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

143	JCM PHARMA S.A.	Sonda nasogastrica pediatrico	sonda nasogastrica pediatrica k 30 09FR 100% siliconado, **longitud de 100 a 105 cm.**	Unidad	UNIDAD	400	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
144	JCM PHARMA S.A.	Sonda nasogastrica pediatrico	sonda nasogastrica pediatrica k 31 07FR100% siliconado, **longitud de 100 a 105 cm.**	Unidad	UNIDAD	300	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
145	JCM PHARMA S.A.	Sonda nasogastrica pediatrico	sonda nasogastrica pediatrica k 35 4FR100% siliconado, **longitud de 40 a 45 cm**	Unidad	UNIDAD	200	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
146	JCM PHARMA S.A.	Sonda nasogastrica pediatrico	sonda nasogastrica pediatrica k 33 06 FR 100% siliconado longitud de 40 a 45 cm.	Unidad	UNIDAD	400	SILMAG	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
166	JCM PHARMA S.A.	Tubo endotraqueal	nº 8 con balon - con ojo de murfy,esteril,descartable,envase papel grado medico	Unidad	UNIDAD	1.000	NIGUS	CHINA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
175	JCM PHARMA S.A.	Venda elastica	20 cm x **4 metros de largo como mínimo**.	Unidad	UNIDAD	1.000	NIGUS	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIO AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CURICÓ

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"																			
													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesionas y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
1	DIPROAN S.R.L.	Aguja lumbar	aguja p/ puncion lumbar n° 22 - material de acero inox. uso medico, descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	200	UNIEVER AGUJA LANCET Nº 22G	UNISIS CORP JAPON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
13	DIPROAN S.R.L.	Aguja Raquidea	aguja raquidea punta lapiz con introductor - Nº **25G x 90 +- 2mm**	Unidad	UNIDAD	3.600	UNIEVER AGUJA RAQUIDEA Nº 25G PUNTA LAPIZ C/ INTRODUCTOR	UNISIS CORP JAPON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
14	DIPROAN S.R.L.	Aguja Raquidea	aguja raquidea infantil Nº 25g x 50mm **a 60 mm**	Unidad	UNIDAD	300	UNIEVER AGUJA RAQUIDEA Nº 25G PUNTA LAPIZ PEDIATRICA C/ INTRODUCTOR	UNISIS CORP JAPON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
41	DIPROAN S.R.L.	Cateter intravenosa via central adulto	cateter via central 2 lumen adulto 7 fr x 8" **como mínimo** 200 mm, aguja introductora de 18 G x2 ½, guia de alambre, dilatador, bisturi + jeringa 5 ml y extensor con clamp ESTERIL – RADIOPACO	Unidad	UNIDAD	1.400	TRO - CENTRAKIT 7FR 2 CVC	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
42	DIPROAN S.R.L.	Cateter intravenosa via central adulto	cateter via central 3 lumen adulto 7 fr x 8" **como mínimo** 200 mm, aguja introductora de 18 G x2 ½, guia de alambre, dilatador, bisturi + jeringa 5 ml y extensor con clamp ESTERIL – RADIOPACO .	Unidad	UNIDAD	1.500	TRO - CENTRAKIT 7FR 3 CVC	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
43	DIPROAN S.R.L.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 20 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una agujaV-point de acero inoxidable **(para infusión intravenosa periférica continua),** codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 65 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado**.	Unidad	UNIDAD	25.000	TRO - VENOCATH PLUS Nº 20G	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	SOLICITAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO

000023

Qui. Farm. Estela M. Aquino A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

44	DIPROAN S.R.L.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 18 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 110 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado**.	Unidad	UNIDAD	20.000	TRO - VENOCATH PLUS Nº 18G	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	SOLICITAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
45	DIPROAN S.R.L.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 24 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua, codificado por color Longitud de: 19mm flujo de 24 ml/min esteril material esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado**.	Unidad	UNIDAD	22.000	TRO - VENOCATH PLUS Nº 24G	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	SOLICITAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
46	DIPROAN S.R.L.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 22 **(para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica),** material esteril , descartable, envase papel grado medico.	Unidad	UNIDAD	13.000	TRO - VENOCATH PLUS Nº 22G	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	SOLICITAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
47	DIPROAN S.R.L.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 14 material con protector de seguridad incorporada (para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica), codificado por color Longitud de: **32 mm como mínimo** Flujo de 305 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico.	Unidad	UNIDAD	1.200	TRO - VENOCATH PLUS Nº 14G	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	SOLICITAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
48	DIPROAN S.R.L.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 16 material con protector de seguridad incorporada (para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica), codificado por color Longitud de: **32 mm como mínimo** Flujo de 200 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico.	Unidad	UNIDAD	1.200	TRO - VENOCATH PLUS Nº 16G	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	SOLICITAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
111	DIPROAN S.R.L.	Llave de de tres vias	Facil observacion de flujo.Fácil conexión con otros instrumentos. sin prolongador esteril envoltorio grado medico con 2 tapas	Unidad	UNIDAD	45.000	TRO - VENOFLOW 3 (LLAVE DE 3 VIAS)	TROGE MEDICAL GMBH HAMBURG ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO

Qui. Farm. Estela M. Serna A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

134	DIPROAN S.R.L.	Sistema Colector de orina	bolsa colectora de orina de 2000 cc con dosificador y conector	Unidad	UNIDAD	6.000	TRO - UROCOL PLUS 2000ML	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
152	DIPROAN S.R.L.	Sonda Vesical doble via	sonda foley nº 16 latex siliconado 2 vias	Unidad	UNIDAD	4.800	TRO - UROCATH Nº 16	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
165	DIPROAN S.R.L.	Tubo endotraqueal	nº 8,5con balon - con ojo de murfy,esteril,descartable,envase papel grado medico	Unidad	UNIDAD	700	TRO - PULMOFLOW TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 C/ BALON INDIVIDUAL, ESTERIL	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
166	DIPROAN S.R.L.	Tubo endotraqueal	nº 8 con balon - con ojo de murfy,esteril,descartable,envase papel grado medico	Unidad	UNIDAD	1.000	TRO - PULMOFLOW TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 CON BALON INDIVIDUAL, ESTERIL	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
167	DIPROAN S.R.L.	Tubo endotraqueal	nº 3 s/ balón, con long. en cm de base a punta, con marca en la cuerda bocal sin balón, tubo arqueado.diámetro interno 3 mm y diámetro ext. 4,70 mm. silicona 100%. con mandril semirrigido de polietileno. conector universal de 15 mm. linea radiopaca a lo largo del tubo. marcado libre de latex y pvc.	Unidad	UNIDAD	120	TRO - PULMOFLOW TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 SIN BALON INDIVIDUAL, ESTERIL	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
168	DIPROAN S.R.L.	Tubo endotraqueal	nº 3,5 s/ balón, con long. en cm de base a punta, con marca en la cuerda bocal sin balón, tubo arqueado.diámetro interno 3,5 mm y diámetro ext. 5,30 mm. silicona 100%. con mandril semirrigido de polietileno. conector universal de 15 mm. linea radiopaca a lo largo del tubo. marcado desde los 40 mm. hasta los 120 mm. cada 10 mm. libre de latex y pvc.	Unidad	UNIDAD	160	TRO - PULMOFLOW TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 SIN BALON INDIVIDUAL, ESTERIL	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
169	DIPROAN S.R.L.	Tubo endotraqueal	nº 4 s/ balón, con long. en cm de base a punta, con marca en la cuerda bocal sin balón, tubo arqueado.100%. con mandril semirrigido de polietileno. conector universal de 15 mm. linea radiopaca a lo largo del tubo. marcado desde los 40 mm. hasta los 120 mm. cada 10 mm. libre de latex y pvc.	Unidad	UNIDAD	90	TRO - PULMOFLOW TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0 SIN BALON INDIVIDUAL, ESTERIL	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO
170	DIPROAN S.R.L.	Tubo endotraqueal	nº 6 con balon - con ojo de murfy,esteril,descartable,envase papel grado medico	Unidad	UNIDAD	500	TRO - PULMOFLOW TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 CON BALON INDIVIDUAL, ESTERIL	TROGE MEDICAL GMBH ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO

0000025

Qui. Farm. Estela M. Servín R.
Jefa Dpto. de Farmacia

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"																			
													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
5	CODEX S.R.L.	Aguja de veres	aguja de veres - descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	30	COVIDIEN	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CODEX S.R.L.	Aguja para Biopsia Renal	aguja para biopsia nº 14 **(dispositivo automático descartable)** (renal) por punción, **de 14 G largo y 10 cm.**	Unidad	UNIDAD	20	BARD	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CODEX S.R.L.	Aguja para Biopsia Renal	aguja para biopsia nº 16 **(dispositivo automático descartable)** (renal) por punción, **de 16 G y 15 cm de largo como minimo**	Unidad	UNIDAD	20	BARD	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	CODEX S.R.L.	Aguja para Biopsia Renal	aguja para biopsia nº 18 **(dispositivo automático descartable)**(renal) por punción; **de 18 G y 15 de largo cm como minimo.**	Unidad	UNIDAD	20	BARD	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	CODEX S.R.L.	Aposito hidrocoloide	aposito hidrocoloide para cura humeda con borde para zona sacra- como minimo de 17x 20 cm descartable	Unidad	UNIDAD	2.500	SMITH NEPHEW		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
56	CODEX S.R.L.	Cera para hueso de 2,5gr	Mezcla de cera de abejas, cera de parafina e isopropil palmitato	Unidad	UNIDAD	100	COVIDIEN	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	CODEX S.R.L.	Electrodo adulto	electrodo adulto, con gel y facilitador, con dorso de tejido suave a la piel y adhesivo hipoalergénico.	Unidad	UNIDAD	43.000	COVIDIEN	CANADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
70	CODEX S.R.L.	Electrodo neonatal	electrodo neonatal compatible con monitor HP	Unidad	PAQUETE	400	COVIDIEN	CANADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
75	CODEX S.R.L.	Equipo para drenaje pleural	kit para drenaje aspiratorio 14 fr de 400 cc c/ conector	Unidad	UNIDAD	180	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	CODEX S.R.L.	Equipo para drenaje pleural	kit para drenaje aspiratorio 18 fr de 400 cc c/ conector	Unidad	UNIDAD	130	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
86	CODEX S.R.L.	Hilo para sutura de colageno absorbible cromado	de colageno absorbible cromado – 0. Con aguja y de 70 cm de largo **como minimo**	Unidad	UNIDAD	1.600	COVIDIEN	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
87	CODEX S.R.L.	Hilo para sutura de colageno absorbible cromado	de colageno absorbible cromado - 1 composicion quimica profundo colageno purificado, cromado, pulido a precisión, de caracteristica monofilar absorbible, esteril, longitud minima de la hebra 75cm, **aguja de 40 mm (+-) 3 mm**, medio circulo cuerpo redondo, las agujas deben ser de acero inoxidable serie siliconada, presentacion de doble empaque	Unidad	UNIDAD	2.000	COVIDIEN	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
92	CODEX S.R.L.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 1 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 48 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	6.000	COVIDIEN	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
93	CODEX S.R.L.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 3/0 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 26 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	3.000	COVIDIEN	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
120	CODEX S.R.L.	Pico largo de electrobisturi	pico largo paraelectrobisturi con cable	Unidad	UNIDAD	600	COVIDIEN	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
121	CODEX S.R.L.	Placa para electrobisturi con cable	placa para electrobisturi con cable	Unidad	UNIDAD	600	COVIDIEN	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
157	CODEX S.R.L.	Trampa de mocus	trampa p/ mocus - esteril descartable, de 25 ml **como minimo**	Unidad	UNIDAD	600	COVIDIEN	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

0000026

Qui. Farm. Selim. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

158	CODEX S.R.L.	Trocar toraxico	trocar toraxico 16 fr	Unidad	UNIDAD	30	COVIDIEN	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
160	CODEX S.R.L.	Trocar toraxico	trocar toraxico 10 fr	Unidad	UNIDAD	30	COVIDIEN	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
161	CODEX S.R.L.	Trocar toraxico	trocar toraxico 20 fr	Unidad	UNIDAD	30	COVIDIEN	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
162	CODEX S.R.L.	Tubo de drenaje pleural con equipo trocar	equipo para drenaje plerural de 500 cc c/trocar	Unidad	UNIDAD	150	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
163	CODEX S.R.L.	Tubo de drenaje pleural con equipo trocar	equipo para drenaje plerural de 2000 cc c/trocar de 36 fr.	Unidad	UNIDAD	300	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
171	CODEX S.R.L.	Tubo para drenaje Penrose	tubo para drenaje penrose 1/4	Unidad	UNIDAD	300	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
172	CODEX S.R.L.	Tubo para drenaje Penrose	tubo para drenaje penrose 5/8	Unidad	UNIDAD	300	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
173	CODEX S.R.L.	Tubo para drenaje Penrose	tubo para drenaje penrose 7/8	Unidad	UNIDAD	300	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
174	CODEX S.R.L.	Tubo para drenaje Penrose	tubo para drenaje penrose 3/4	Unidad	UNIDAD	300	CIRURGICA BRASIL	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
179	CODEX S.R.L.	Cateter p/ dialisis	Cateter p/ dialisis peritoneal Pediatrico	Unidad	UNIDAD	10	COVIDIEN	COSTA RICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
181	CODEX S.R.L.	Cateter p/ Hemodialisis	Cateter p/ Hemodialisis nº8	Unidad	UNIDAD	6	AMECATH	EGIPTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
187	CODEX S.R.L.	Canula de traqueostomia Nº 8 con balon	Canula de traqueostomia Nº 8 con balon descartable con canula interna y cepillo de limpieza	Unidad	UNIDAD	50	COVIDIEN	MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
194	CODEX S.R.L.	Cinta Cardiaca	de 80 cm como minimo	Unidad	UNIDAD	48	COVIDIEN	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
195	CODEX S.R.L.	Cateter/Stent urinario uretral	Cateter Uretral doble J **4,8Fr como mínimo** descartable, largo 22 cm con empujador y guía.	Unidad	UNIDAD	50	AMECATH	EGIPTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
202	CODEX S.R.L.	Protesis vascular	Protesis vasculares mistrales y aoerticas biologicas	Unidad	UNIDAD	2	MEDTRONIC	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
206	CODEX S.R.L.	Bolsa presurisada	Bolsa presurisada de 1000 ml ,a presion sin latex,dispositivo seguro,para el tratamiento de infusion intravenosa e intraarterial .	Unidad	UNIDAD	60	ETHOX	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Serrin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000027

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
5	ALBATROS SACI	Aguja de veres	aguja de veres - descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	30	KARL STORZ / MTP	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
219	ALBATROS SACI	Cateter intravenosa via central adulto	1 Catéter permanente de 3 lúmenes, 7 Fr x 20 cm. Poliuretano, radiopaco con la característica de punta flexible. Tratamiento de superficie antimicrobiano con clorhexidina y sulfadiacina de plata, recubrimiento interno y externo del catéter. Con abrazaderas de líneas de extensión, y tapones del sitio de inyección. EL Kit debe incluir: 1 Alambre guía retráctil marcado: 0,032 (0,081 mm) de diámetro x 23-5/8" (60 cm) punta blanda en un extremo, punta J en el otro) 1 Sonda de Transducción de presión. 1 Aguja introductora 18 Ga x2-1/2"(6,35 cm) x Tw 1 Jeringa de Ruelerson con válvula unidireccional que evita el reflujo sanguíneo, para Introducir el alambre guía. 1 Dilatador de Tejidos. 1 Abrazadera con sujetador de catéter. Lugar de Inserción: Vena Yugular, Vena Subclavia o Vena Femoral.	Unidad	UNIDAD	300	ARROW / TELEFLEX	USA / RCA. CHECA / MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
220	ALBATROS SACI	Catéter Arterial	1 Catéter permanente 22 Ga x 8 cm. Radiopaco. Hecho 100 % con material Pebax, con alta resistencia al kinkeo y el colapso. El Kit debe incluir: 1 Guía Alambre de resorte marcado:0,021"(0,53 mm) de diámetro x 13-3/4" (35 cm) (punta recta y suave en ambos extremos) 1 Aguja Introductora: 22 Ga x 1-1/2"(4cm)XTW	Unidad	UNIDAD	100	ARROW / TELEFLEX	USA / RCA. CHECA / MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Serin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
P.P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

000028

221	ALBATROS SACI	Catéter Arterial	1 Catéter permanente 20 Ga x 8 cm. Radiopaco. Hecho 100 % con material Pebax, con alta resistencia al kinkeo y el colapso. El Kit debe incluir: 1 Guía Alambre de resorte marcado:0,021"(0,53 mm) de diámetro x 13-3/4" (35 cm) (punta recta y suave en ambos extremos) 1 Aguja Introductora: 20 Ga x 1-1/2"(4cm)XTW	Unidad	UNIDAD	100	ARROW / TELEFLEX	USA / RCA. CHECA / MEXICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Opto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

000023

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"																			
													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
6	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Aguja Intravenosa	aguja nº 23 g x1 corta descartable - descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	15.000	PRECISION GLIDE	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Aguja Intravenosa	aguja nº 21 x 1 corta descartable - descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	18.000	PRECISION GLIDE	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Aguja para insulina	aguja nº 25 g 5/8 p/insulina descartable - para aplicacion de insulina descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	15.000	PRECISION GLIDE	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Aguja Raquidea	aguja raquidea punta lapiz con introductor - Nº **25G x 90 +- 2mm**	Unidad	UNIDAD	3.600	PORTEX	USA/ REINO UNIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Aposito hidrocoloide	aposito hidrocoloide para cura humeda con borde para zona sacra- como minimo de 17x 20 cm descartable	Unidad	UNIDAD	2.500	DUODERM	REPUBLICA CHECA / SUIZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Aposito transparente	aposito transparente - 10cm x 12 cm descartable, ,con sistema tipo moldura	Unidad	UNIDAD	1.500	TEGADERM	USA/ COREA/POLONIA/ CANADA/ CHINA/ FRANCIA/ BRASIL/ ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Banda adhesiva	redondas hipoalergenicas	Unidad	UNIDAD	18.000	STOPPER	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Campo adhesivo quirurgico	campo adhesivo estéril 60x45	Unidad	UNIDAD	350	STERIDRAPE	USA/ COREA/POLONIA/ CANADA/ CHINA/ FRANCIA/ BRASIL/ ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 20 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una agujaV-point de acero inoxidable **(para infusión intravenosa periférica continua),** codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 65 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado.**	Unidad	UNIDAD	25.000	INSYTE AUTOGUARD	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 18 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 110 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado.**	Unidad	UNIDAD	20.000	INSYTE AUTOGUARD	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Dra. Edith Estela N. Servín A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000030

45	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 24 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua, codificado por color Longitud de: 19mm flujo de 24 ml/min esteril material esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado.**	Unidad	UNIDAD	22.000	INSYTE AUTOGUARD	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 22 **(para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica),** material esteril , descartable, envase papel grado medico.	Unidad	UNIDAD	13.000	INSYTE AUTOGUARD	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Cinta Adhesiva	cinta hipoalergenica 7,5 cm x 9,1 mts - adhesiva, con microporosidad.	Unidad	UNIDAD	3.200	MICROPORE	USA/ COREA/POLONIA/ CANADA/ CHINA/ FRANCIA/ BRASIL/ ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Cinta Adhesiva	Cinta Adhesiva a base de latex de caucho natural 7,5cm de ancho x 4,5 a 5metros de largo color piel en carrete	Unidad	ROLLO	3.500	DURAPORE	USA/ COREA/POLONIA/ CANADA/ CHINA/ FRANCIA/ BRASIL/ ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Electrodo adulto	electrodo adulto, con gel y facilitador, con dorso de tejido suave a la piel y adhesivo hipoalergénico.	Unidad	UNIDAD	43.000	2228 3 M	USA/ COREA/POLONIA/ CANADA/ CHINA/ FRANCIA/ BRASIL/ ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
102	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Jeringa desechable con aguja	de 1ml de plastico con aguja desmontable nº25 5/8 embolo de goma graduado en centecima de unidades	Unidad	UNIDAD	80.000	PLASTIPAK	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
105	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Jeringa desechable con aguja	jeringa de 10 ml c/ aguja larga . nº 21 1 1/2 pico a rosca , embolo goma-siliconado - descartable, libre de pirogenos, extremo distal de goma, graduado cada 0,5ml.	Unidad	UNIDAD	400.000	PLASTIPAK	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
119	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Papel para esterilización	Papel para esterilización 100 a 140 cm x 100 a 140 cm de polipropileno	Unidad	PAQUETE	30.000	STERISHEET	KCE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
121	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Placa para electrobisturi con cable	placa para electrobisturi con cable	Unidad	UNIDAD	600	3M	USA/ COREA/POLONIA/ CANADA/ CHINA/ FRANCIA/ BRASIL/ ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
193	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Test de Bowie Dick	Test de Bowie Dick ciclo de 134º C - 3.5 min.**Como minimo 100 mm x 50 mm. Debe cumplir con las normativas de clasificación en** ISO 11140-4;2007, clase 2. **Material libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos.**	Unidad	UNIDAD	1.600	COMPLY	USA/ COREA/POLONIA/ CANADA/ CHINA/ FRANCIA/ BRASIL/ ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000031

196	IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Manta termica	Manta termica. **Como mínimo 200 cm de largo y 100 cm de ancho, debe ser para pacientes adultos, para cubierta inferior del cuerpo del paciente y descartables. Los rangos de temperatura deben ser superior a 48ºC e inferior a 36ºC. Se podrá ofertar con equipos en comodato, los equipos insufladores a comodato deben ser entregados 2 unidades.**	Unidad	UNIDAD	60	BAIR HUGGER	USA/ COREA/POLONIA/ CANADA/ CHINA/ FRANCIA/ BRASIL/ ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin R.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AQUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000032

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
15	D&D S.A.	Algodon hidrofilo	algodón hidrofilo rollo x 500 gr - 100% algodón, hifrofilo puro	Unidad	UNIDAD	4.300	CREMER	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	D&D S.A.	Aposito transparente	aposito transparente - 10cm x 12 cm - descartable, ,con sistema tipo moldura	Unidad	UNIDAD	1.500	CREMER	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	D&D S.A.	Banda adhesiva	redondas hipoalergenicas	Unidad	UNIDAD	18.000	CREMER	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	D&D S.A.	Bota cubre calzado	de telas no tejidas p/ cirugias ,antideslizante	Unidad	UNIDAD	80.000	GC	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
55	D&D S.A.	Cepillo Vaginal	Cepillo para extraccion de muestras	Unidad	UNIDAD	3.000	CRAL	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	D&D S.A.	Cinta para Autoclave	Cinta p/autoclave de **18mm como minimo** x50mts. **Como minimo**. Con dorso de papel crepado, termo reactiva. **Material libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos. Cumplir con las normativas de clasificación en ISO 11140-1 clase 1**	Unidad	UNIDAD	1.200	TERRAGENE	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	D&D S.A.	Cinta testigo para estufa calor seco 18mm x 50 metros CT30	Cinta testigo para calor seco con viraje de color de 18mm x 50mt	Unidad	UNIDAD	400	TERRAGENE	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
62	D&D S.A.	Cinta para gas	Cinta p/gas de oxido etileno de 18 mm x 50 mts. **Material libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos. Cumplir con las normativas de clasificación en ISO 11140-1 clase 1**	Unidad	UNIDAD	200	GC	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	D&D S.A.	Equipo Extensor	de dos lumen trainer reducido conector siliconado de 2 vias libre de agujas y sistema cerrado con camo pediatrico	Unidad	UNIDAD	3.200	CREMER	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
72	D&D S.A.	Equipo Extensor	extensor de via con primer reducido c/clamp de 120 cm **como minimo** Pediátrico	Unidad	UNIDAD	4.800	CREMER	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
80	D&D S.A.	Gorro desechable	gorro descartable de tela no tejida, 20 gr minimo: 50 cm de diámetro exterior y 30 cm de diámetro interior con dobles elástico, descartable para cirugía	Unidad	UNIDAD	130.000	GC	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
99	D&D S.A.	Integrador para control de proceso de autoclave por vapor	integrador para control de proceso de autoclave por vapor clase 5 caja x 250 tiras. **Debe proveer una respuesta completa a la esterilización a vapor en los autoclaves que operan de 132ºC a 134ºC durante 3.5 minutos a 4 minutos. Material libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos.**	Unidad	UNIDAD	6.000	TERRAGENE	ARGENTINA	NO CUMPLE-MUESTRA PRESENTADA CORRESPONDE A CLSE IV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
100	D&D S.A.	Integrador para control de proceso de autoclave por vapor	integrador para control de proceso de autoclave por vapor clase 4, caja por 250 tiras. **Debe proveer una respuesta completa a la esterilización a vapor en los autoclaves que operan de 132ºC a 134ºC durante 3.5 minutos a 4 minutos. Material libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos.**	Unidad	UNIDAD	30.000	TERRAGENE	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
153	D&D S.A.	Tapa boca	tapa boca descartables con filtro de tres pliegues, con tiras para sujecion - desechable.	Unidad	UNIDAD	200.000	GC	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
162	D&D S.A.	Tubo de drenaje pleural con equipo trocar	equipo para drenaje plerural de 500 cc c/trocar	Unidad	UNIDAD	150	CREMER	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
163	D&D S.A.	Tubo de drenaje pleural con equipo trocar	equipo para drenaje plerural de 2000 cc c/trocar de 36 fr.	Unidad	UNIDAD	300	CREMER	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
193	D&D S.A.	Test de Bowie Dick	Test de Bowie Dick ciclo de 134º C - 3.5 min.**Como mínimo 100 mm x 50 mm. Debe cumplir con las normativas de clasificación en** ISO 11140-4;2007, clase 2. **Material libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos.**	Unidad	UNIDAD	1.600	TERRAGENE	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
210	D&D S.A.	Venda envesada	Venda envesada 10 x 3 cm aproximadamente	Unidad	UNIDAD	10	CREMER	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
[illegible]	D&D S.A.	Venda envesada	Venda envesada 15 x 3 cm aproximadamente	Unidad	ROLLO	10	CREMER	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
[illegible]	D&D S.A.	Venda envesada	Venda envesada 20 x 3 cm aproxidamente	Unidad	ROLLO	10	CREMER	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

000003

Dr. Farm. Estela M. Servín
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1821

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
1	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Aguja lumbar	aguja p/ puncion lumbar nº 22 - material de acero inox. uso medico, descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	200	BBRAUN	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Aguja Raquidea	aguja raquidea punta lapiz con introductor - Nº **25G x 90 +- 2mm**	Unidad	UNIDAD	3.600	BBRAUN	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 20 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una agujaV-point de acero inoxidable **(para infusión intravenosa periférica continua)**, codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 65 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado.**	Unidad	UNIDAD	25.000	BBRAUN	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 18 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 110 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado.**	Unidad	UNIDAD	20.000	BBRAUN	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 24 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua, codificado por color Longitud de: 19mm flujo de 24 ml/min esteril material esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado.**	Unidad	UNIDAD	22.000	BBRAUN	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 22 **(para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica),** material esteril , descartable, envase papel grado medico.	Unidad	UNIDAD	13.000	BBRAUN	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS ARGUELLO R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000034

47	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 14 material con protector de seguridad incorporada (para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica), codificado por color Longitud de: **32 mm como mínimo** Flujo de 305 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico.	Unidad	UNIDAD	1.200	BBRAUN	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 16 material con protector de seguridad incorporada (para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica), codificado por color Longitud de: **32 mm como mínimo** Flujo de 200 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico.	Unidad	UNIDAD	1.200	BBRAUN	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
72	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Equipo Extensor	extensor de vía con primer reducido c/clamp de 120 cm **como mínimo** Pediátrico	Unidad	UNIDAD	4.800	BBRAUN	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Equipo Macrogotero	**Equipo macrogotero no fotosensible**,con conexión a rosca y a presion, filtro de aire, puerto de inyeccion libre de aguja, sin superficie fotosencible, rodillo con protector de seguridad	Unidad	UNIDAD	60.000	BBRAUN	BRASIL	NO CUMPLE-PRESENTA COMO MUESTRA EQUIPO VOLUTROL MICROGOTERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
74	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Equipo Microgotero	**Equipo microgotero no fotosensible**, con conexión a rosca y a presion, filtro de aire, puerto de inyeccion libre de aguja, sin superficie fotosencible, rodillo con protector de seguridad	Unidad	UNIDAD	20.000	BBRAUN	ALEMANIA	NO CUMPLE-PRESENTA COMO MUESTRA EQUIPO VOLUTROL MICROGOTERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
81	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Guante de procedimiento	guantes de procedimientos mediano - ,texturizado,latex de caucho natural. Ligeramente empolvado	Unidad	UNIDAD	2.000.000	BBRAUN	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
82	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Guante esteril nº 7 - superficie .microrrugosa anti deslizante latex de caucho natural	Sobre Esteril Individual. Envoltorio grado medico. Presentacion de entrega: Sobre estéril conteniendo 1 par	Unidad	UNIDAD	40.000	BBRAUN	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
85	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Hilo para sutura acido poliglicolico	composicion quimica del material 100% acido poliglicolico 2/0 recubierto, absorbible, esteril, longitud minima de la hebra 70 cm, con aguja de 26 mm 3/8 circulo cuerpo redondo aguja de acero inoxidable serie siliconada presentacion de doble empaque	Unidad	UNIDAD	1.600	BBRAUN / AESCULAP	ESPAÑA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
90	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Hilo para sutura poliamida	nº 2/0, **con aguja 3/8 y de 45 cm.**	Unidad	UNIDAD	2.500	BBRAUN / AESCULAP	ESPAÑA	NO CUMPLE-LA MUESTRA PRESENTADA TIENE 75 CM DE LOGITUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
91	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Hilo para sutura poliamida	nº 3/0, **con aguja 3/8 y de 45 cm.**	Unidad	UNIDAD	8.000	BBRAUN / AESCULAP	ESPAÑA	NO CUMPLE-LA MUESTRA PRESENTADA TIENE 75 CM DE LOGITUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Quim. Farm. Estelvina Servín A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

000035

92	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 1 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 48 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	6.000	BBRAUN / AESCULAP	ESPAÑA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
93	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Hilo para sutura poliglactina	hilo poliglactina para sutura 3/0 aguja de acero inoxidable, cuerpo redondo, medio circulo de 26 mm longitud minima de la hebra 70 cm	Unidad	UNIDAD	3.000	BBRAUN / AESCULAP	ESPAÑA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
94	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 11 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	7.000	BBRAUN / AESCULAP	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
95	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 15 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	7.000	BBRAUN / AESCULAP	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
96	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 20 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	4.000	BBRAUN / AESCULAP	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
97	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 24 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	5.000	BBRAUN / AESCULAP	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
208	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	Hilo Vicril	Hilo para sutura **Poliglactina 910** Nº 0	Unidad	UNIDAD	10	BBRAUN / AESCULAP	ESPAÑA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servín A.
Jefa Dpto. de Farmacia
P. P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000036

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"									Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia					Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
192	QUIMFA S.A.	Aerocamara	Aerocamara valvulada undidireccional que mantiene el medicamento en la camara e impide el ingreso de la exhalacion Pediatrica, **de 150 ml a 450 ml. Con mascarilla anatomica o pieza bucal.**	Unidad	UNIDAD	600	AEROCAMARA PEDIATRICA	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Belvin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIO AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

000037

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"																		
													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
15	MACRO SCIENCE S.A.	Algodon hidrofilo	algodón hidrofilo rollo x 500 gr - 100% algodón, hifrofilo puro	Unidad	UNIDAD	4.300	WOLKE / TEXTIL SANITARIA	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE
207	MACRO SCIENCE S.A.	Laminas Esmeriladas	Laminas Portaobjetos 76x26x1mm,cantos cortadosy banda esmerilada	Unidad	UNIDAD	8.000	CITOTEST LABWARE	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE-NO PRESENTO	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000038

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"														Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los Items 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
43	SIEGEN S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 20 material cánula de polluretano radiopaco con cubo recto y una agujaV-point de acero inoxidable **(para infusión intravenosa periférica continua),** codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 65 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado**.	Unidad	UNIDAD	25.000	SURU	INDIA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	SIEGEN S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 18 material cánula de polluretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 110 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado**	Unidad	UNIDAD	20.000	SURU	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	SIEGEN S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 24 material cánula de polluretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua, codificado por color Longitud de: 19mm flujo de 24 ml/min esteril material esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado**.	Unidad	UNIDAD	22.000	SURU	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	SIEGEN S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 22 **(para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica),** material esteril , descartable, envase papel grado medico.	Unidad	UNIDAD	13.000	SURU	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	SIEGEN S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 14 material con protector de seguridad incorporada (para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica), codificado por color Longitud de: **32 mm como mínimo** Flujo de 305 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico.	Unidad	UNIDAD	1.200	SURU	INDIA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	SIEGEN S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 16 material con protector de seguridad incorporada (para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica), codificado por color	Unidad	UNIDAD	1.200	SURU	INDIA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	SIEGEN S.A.	Bata para paciente descartable	batas descartables esteril para aislamiento - tela no tejida sms de 50 gr. + - manga ancha minimo de 5 cm con certificcado de ensayo otorgado por el INTN donde se demuestre su repelencia al alcohol y su gramage	Unidad	UNIDAD	14.200	ZIBO	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	SIEGEN S.A.	Cinta Adhesiva	Cinta Adhesiva a base de latex de caucho natural 7,5cm de ancho x 4,5 a 5metros de largo color piel en carrete	Unidad	ROLLO	3.500	ZIBO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	SIEGEN S.A.	Cinta testigo para estufa calor seco 18mm x 50 metros CT30	Cinta testigo para calor seco con viraje de color de 18mm x 50mt	Unidad	UNIDAD	400	VISTO BUENO	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
64	SIEGEN S.A.	Clamp umbilical	esteril	Unidad	UNIDAD	3.000	SURU	INDIA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	SIEGEN S.A.	Compresa de vientre	compresa de vientre de 45 a 50) x 45 a 50 cm esteriles (en paquetes) con linea radiopaca	Unidad	UNIDAD	58.000	ZIBO	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
80	SIEGEN S.A.	Gorro desechable	gorro descartable de tela no tejida, 20 gr minimo: 50 cm de diámetro exterior y 30 cm de diámetro interior con dobles elástico, descartable para cirugía	Unidad	UNIDAD	130.000	ZIBO	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
91	SIEGEN S.A.	Hilo para sutura poliamida	nº 3/0, **con aguja 3/8 y de 45 cm.**	Unidad	UNIDAD	8.000	SURU	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
99	SIEGEN S.A.	Integrador para control de proceso de autoclave por vapor	integrador para control de proceso de autoclave por vapor clase 5 caja x 250 tiras. **Debe proveer una respuesta completa a la esterilización a vapor en los autoclaves que operan de 132ºC a 134ºC durante 3.5 minutos a 4 minutos. Material libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos.**	Unidad	UNIDAD	6.000	WIMPY	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR P.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

000003

100	SIEGEN S.A.	Integrador para control de proceso de autoclave por vapor	integrador para control de proceso de autoclave por vapor clase 4, caja por 250 tiras. **Debe proveer una respuesta completa a la esterilización a vapor en los autoclaves que operan de 132ºC a 134ºC durante 3.5 minutos a 4 minutos. Material libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos.**	Unidad	UNIDAD	30.000	VISTO BUENO	ARGENTINA	NO CUMPLE-NO PRESENTO MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
119	SIEGEN S.A.	Papel para esterilización	Papel para esterilización 100 a 140 cm x 100 a 140 cm de polipropileno	Unidad	PAQUETE	30.000	ZIBO	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
127	SIEGEN S.A.	Regla pvc con conector	regla pvc con conector	Unidad	UNIDAD	700	SURU	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
175	SIEGEN S.A.	Venda elastica	20 cm x **4 metros de largo como minimo.**	Unidad	UNIDAD	1.000	ZIBO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
176	SIEGEN S.A.	Venda semielastica	20 cm x 3 metros de largo	Unidad	UNIDAD	1.000	ZIBO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
192	SIEGEN S.A.	Aerocamara	Aerocamara valvulada undidireccional que mantiene el medicamento en la camara e impide el ingreso de la exhalacion Pediatrica, **de 150 ml a 450 ml. Con mascarilla anatomica o pieza bucal.**	Unidad	UNIDAD	600	ZIBO	CHILE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
193	SIEGEN S.A.	Test de Bowie Dick	Test de Bowie Dick ciclo de 134º C - 3.5 min.**Como minimo 100 mm x 50 mm. Debe cumplir con las normativas de clasificación en** ISO 11140-4;2007, clase 2. **Material libre de plomo, metales pesados y materiales tóxicos.**	Unidad	UNIDAD	1.600	VISTO BUENO	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
199	SIEGEN S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de triclosan de 20x20 cm x 1,5 gramos cada uno.	Unidad	UNIDAD	1.400	BAÑO FACIL	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
200	SIEGEN S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de Manzanilla de 20x20 cm x 1,5 gramos cada uno.	Unidad	UNIDAD	1.600	BAÑO FACIL	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
201	SIEGEN S.A.	Paño para Baño Seco	Paño seco con extracto de Aloe vera de 20x20 cmx 1,5 gramos cada uno.	Unidad	UNIDAD	700	BAÑO FACIL	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Sarim.
Jefa Dpto. de Farmacia
P.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR P.R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CAMPAÑA

0000040

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
6	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Aguja Intravenosa	aguja nº 23 g x1 corta descartable - descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	15.000	HBM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Aguja Intravenosa	aguja nº 21 x 1 corta descartable - descartable, esteril	Unidad	UNIDAD	18.000	HBM / CONFFIDEL	CHINA	NO CUMPLE-PRESENTA COMO MUESTRA 23 G X 1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Baja Lenguas	baja lengua descartable	Unidad	UNIDAD	30.000	HBM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Banda adhesiva	redondas hipoalergenicas	Unidad	UNIDAD	18.000	HBM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Bota cubre calzado	de telas no tejidas p/ cirugias ,antideslizante	Unidad	UNIDAD	80.000	LPM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Canula de Oxigeno Adulto	calibre 12 fr diametro ext.min 4,00 esteril tamaño adulto, tubo o manguera en pvc	Unidad	UNIDAD	1.000	HBM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Cateter de aspiración	Cateter p/ aspiración nº 6 con regulador y válvula con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	10.000	SHANGAI / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Cateter de aspiración	Cateter p/ aspiración nº 10 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	3.000	SHANGAI / CONFFIDEL	CHINA	NO CUMPLE-NO TIENE VALVULA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
55	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Cepillo Vaginal	Cepillo para extraccion de muestras	Unidad	UNIDAD	3.000	SHANGAI / CONFFIDEL	CHINA	NO CUMPLE-NO PRESENTA MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Cinta Adhesiva	cinta hipoalergenica 7,5 cm x 9,1 mts - adhesiva, con microporosidad.	Unidad	UNIDAD	3.200	HBM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
65	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Colector / contenedor de orina	Colector / contenedor de orina-pediatrica	Unidad	UNIDAD	3.000	SHANGAI / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
66	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Frasco colectora de orina para analisis	Frasco colectora de orina para analisis	Unidad	UNIDAD	4.000	MINIPLAST	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Compresa de vientre	compresa de vientre de 45 a 50) x 45 a 50 cm esteriles (en paquetes) con linea radiopaca	Unidad	UNIDAD	58.000	HBM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
73	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Equipo Macrogotero	**Equipo macrogotero no fotosensible,**con conexión a rosca y a presion, filtro de aire, puerto de inyeccion libre de aguja, sin superficie fotosencible, rodillo con protector de seguridad	Unidad	UNIDAD	60.000	LPM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
74	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Equipo Microgotero	**Equipo microgotero no fotosensible,** con conexión a rosca y a presion, filtro de aire, puerto de inyeccion libre de aguja, sin superficie fotosencible, rodillo con protector de seguridad	Unidad	UNIDAD	20.000	LPM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
78	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Equipo volutrol microgotero para soluciones	Equipo volutrol micro 150 ml con cámara de goteo y válvula flotadora, filtro de aire, pinzas de rodillo para regular el goteo, con 2 (dos) puertos de inyeccion libre de látex, Conexión a rosca, esteril, descartable.	Unidad	UNIDAD	13.000	LPM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

000041

Qu. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

80	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Gorro desechable	gorro descartable de tela no tejida, 20 gr minimo: 50 cm de diámetro exterior y 30 cm de diámetro interior con dobles elástico, descartable para cirugia	Unidad	UNIDAD	130.000	HBM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
81	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Guante de procedimiento	guantes de procedimientos mediano - ,texturizado,latex de caucho natural. Ligeramente empolvado	Unidad	UNIDAD	2.000.000	PARAGUANTES	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
94	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 11 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	7.000	SHANGAI / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
95	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 15 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	7.000	SHANGAI / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
96	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 20 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	4.000	SHANGAI / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
97	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 24 -elabo rado en acero inoxidable., esteril.descartable	Unidad	UNIDAD	5.000	SHANGAI / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
101	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Jeringa desechable con aguja	larga punta a rosca descatable de 3 ml plastico con aguja desmontable N°21 libre de pirogenos embolo de goma, extremo distal de goma graduada cada 0,5 ml	Unidad	UNIDAD	60.000	LPM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
102	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Jeringa desechable con aguja	de 1ml de plastico con aguja desmontable n°25 5/8 embolo de goma graduado en centecima de unidades	Unidad	UNIDAD	80.000	LPM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
103	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Jeringa desechable con aguja	descartable, de 5 ml, a rosca , con aguja desmontable, 21 x 1 1/2, libre de pirojenos, embolo de goma, extremo distal de goma, graduado cada 0.5ml	Unidad	UNIDAD	350.000	LPM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
108	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Jeringa pico fino	jeringa de 50 ml . pico fino a rosca - esteril, emboltono papel grado medico	Unidad	UNIDAD	40.000	LPM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
110	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Lanceta para dispositivo de puncion	lancetas para test rapido	Unidad	UNIDAD	5.000	SHANGAI / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
111	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Llave de de tres vias	Facil observacion de flujo.Fácil conexión con otros instrumentos. sin prolongador esteril envoltorio grado medico con 2 tapas	Unidad	UNIDAD	45.000	SHANGAI / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
114	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Mascara para oxigeno pequeño	mascarilla p/ oxigeno con prolongador pediatrico desechable	Unidad	UNIDAD	400	SILFAB	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
128	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Regulador de flujo graduado	regulador de goteo con extensor	Unidad	UNIDAD	3.500	SHANGAI / CONFFIDEL	CHINA	NO CUMPLE-NO PRESENTA MUESTRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
130	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Set para bomba de infusion	Set de bombas de infusion para administración parenteral de soluciones con 30 equipos en comodato. Las bombas deben ser volumetricas , con uno o mas sistema de operación modular, para infundir alimentación parenteral y/o farmacos en forma precisa sin presionar completamente el tubo.	Unidad	UNIDAD	2.500	TERUMO	CHINA / JAPON / USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
131	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Jeringa descartable con aguja	Jeringa hipodermica 50 ml con aguja, esteril de uso unico, para administración de soluciones medicamentosas y parenterales. Esteril, atoxica, apirogena, cono luer, con periodo de validez de 5 años. El envase debera ser adecuado de modo que impida el deterioro y permita la conservación y protección de la humedad. Uso para equipo Terumo.	Unidad	UNIDAD	1.500	LPM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

0000042

Qui. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CHACO

132	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Equipo Extensor	Tubo extensor para uso pediatrico EN BOMBAS A JERINGA. Estas bombas deben infundir tanto farmacos como alimentación parenteral, manteniendo un nivel continuo. Con 20 equipos en comodato. El extensor debe poseer conector de polipropileno, tuberia de polivinilcloruro, largo 150 cm, y un bajo nivel de cebado: inferior o igual a 1,5ml.	Unidad	UNIDAD	4.000	TERUMO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
133	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Set para bomba de infusion	set p/ bomba de infusion parenteral compatible con equipo terumo	Unidad	UNIDAD	2.000	TERUMO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
154	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Tapa boca	Tapa boca N95 con autofiltrante para particulas	Unidad	UNIDAD	3.600	SHANGAI / DESCARPACK	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
194	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Cinta Cardiaca	de 80 cm como minimo	Unidad	UNIDAD	48	SHANGAI / CONFFIDEL	CHINA	NO CUMPLE-PRESENTO PAPEL PARA ELECTRO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
205	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Chata	Chata plastica	Unidad	UNIDAD	100	SILFAB	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
207	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Laminas Esmeriladas	Laminas Portaobjetos 76x26x1mm,cantos cortadosy banda esmerilada	Unidad	UNIDAD	8.000	SHANGAI / CONFFIDEL	CHINA	NO CUMPLE-NO PRESENTA MUESTRA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
209	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Tapa Boca	Tapa Boca con goma 3 ply	Unidad	CAJA	160	HBM / CONFFIDEL	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LIC. NEIRS AGUILAR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE VERACRUZ

Qui. Farm. Esteban Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
F. N° 1874

0000043

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los items 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
66	INDUFAR CISA	Frasco colectora de orina para analisis	Frasco colectora de orina para analisis	Unidad	UNIDAD	4.000	SR	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
101	INDUFAR CISA	Jeringa desechable con aguja	larga punta a rosca descatable de 3 ml plastico con aguja desmontable N°21 libre de pirogenos embolo de goma, extremo distal de goma graduada cada 0.5 ml	Unidad	UNIDAD	60.000	SR	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
102	INDUFAR CISA	Jeringa desechable con aguja	de 1ml de plastico con aguja desmontable n°25 5/8 embolo de goma graduado en centecima de unidades	Unidad	UNIDAD	80.000	SR	NACIONAL	NO CUMPLE-PRESENTO CON AGUJA FIJA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
103	INDUFAR CISA	Jeringa desechable con aguja	descartable, de 5 ml, a rosca , con aguja desmontable, 21 x 1 1/2, libre de pirojenos, embolo de goma, extremo distal de goma, graduado cada 0.5ml.	Unidad	UNIDAD	350.000	SR	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
105	INDUFAR CISA	Jeringa desechable con aguja	jeringa de 10 ml c/ aguja larga . nº 21 1 1/2 pico a rosca , embolo goma-siliconado - descartable, libre de pirogenos, extremo distal de goma, graduado cada 0.5ml	Unidad	UNIDAD	400.000	SR	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
106	INDUFAR CISA	Jeringa desechable con aguja	Jeringa de 20 ml c/ aguja larga. nº 21 1 1/2 pico rosca , embolo goma-siliconado	Unidad	UNIDAD	150.000	SR	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
107	INDUFAR CISA	Jeringa desechable sin aguja	jeringa de 50 ml pico grueso	Unidad	UNIDAD	4.000	SR	NACIONAL	NO CUMPLE-PRESENTO A ROSCA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
131	INDUFAR CISA	Jeringa descartable con aguja	Jeringa hipodermica 50 ml con aguja, esteril de uso unico, para administración de soluciones medicamentosas y parenterales. Esteril, atoxica, apirogena, cono luer, con periodo de validez de 5 años. El envase debera ser adecuado de modo que impida el deterioro y permita la conservación y protección de la humedad. Uso para equipo Terumo.	Unidad	UNIDAD	1.500	SR	NACIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servín A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. Nº 1874

LIC. NERIO AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000044

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"									Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia					Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
57	CATETERES & AFINES S.A.	Bata para paciente descartable	batas descartables esteril para aislamiento - tela no tejida sms de 50 gr. + - manga ancha mínimo de 5 cm con certificcado de ensayo otorgado por el INTN donde se demuestre su repelencia al alcohol y su ocamage	Unidad	UNIDAD	14.200	POLIPACK	PARAGUAY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
119	CATETERES & AFINES S.A.	Papel para esterilización	Papel para esterilización 100 a 140 cm x 100 a 140 cm de polipropileno	Unidad	PAQUETE	30.000	POLIPACK	PARAGUAY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servín A.
Jefa Dpto. de Farmacia
P. P. Nº 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000045

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"									Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del fabricante	Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia					Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas segun la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los items 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
70	DYSA HEALTHCARE S.A.	Electrodo neonatal	electrodo neonatal compatible con monitor HP	Unidad	PAQUETE	400	PHILIPS	U.S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
75	DYSA HEALTHCARE S.A.	Equipo para drenaje pleural	kit para drenaje aspiratono 14 fr de 400 cc c/ conector	Unidad	UNIDAD	180	INMED	CHILE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
128	DYSA HEALTHCARE S.A.	Regulador de flujo graduado	regulador de goteo con extensor	Unidad	UNIDAD	3.500	SOVETA	LITUANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
156	DYSA HEALTHCARE S.A.	Traductor de presion arterial	traductor de presion arterial	Unidad	UNIDAD	750	MERIT MEDICAL	U.S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
186	DYSA HEALTHCARE S.A.	Canula de traqueostomia Nº 7,5 con balon	Canula de traqueostomia Nº 7, 5 con balon descartable con canula interna y cepillo de limpieza	Unidad	UNIDAD	50	SMITH MEDICAL	REINO UNIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
187	DYSA HEALTHCARE S.A.	Canula de traqueostomia Nº 8 con balon	Canula de traqueostomia Nº 8 con balon descartable con canula interna y cepillo de limpieza	Unidad	UNIDAD	50	SMITH MEDICAL	REINO UNIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
190	DYSA HEALTHCARE S.A.	Papel printex	Papel termal para video printer 110 cm x 1x20 m HD (alta densidad)	Unidad	ROLLO	300	SONY	JAPON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Qui. Farm. Estela M. Servín A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P. N° 1874

LIC. NERIO AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

000046

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"									Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia					Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde.	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
13	MLT PHARMA SRL	Aguja Raquidea	aguja raquidea punta lapiz con introductor - Nº **25G x 90 +- 2mm**	Unidad	UNIDAD	3.600	NANJING ANESTHESIA MEDICAL CO., LTD	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	MLT PHARMA SRL	Canula de Oxigeno neonatal	calibre 06 fr diametro ext.mm 2,00 esteril tamaño neonatal . siliconada 100%	Unidad	UNIDAD	400	HUDSON	USA / MEX / CN	NO CUMPLE-NO ES SILICONADO 100%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	MLT PHARMA SRL	Canula de Oxigeno pediatrica	calibre 09 fr diametro ext.mm 3,00 esteril tamaño pediatricol . siliconada 100%	Unidad	UNIDAD	700	HUDSON	USA / MEX / CN	NO CUMPLE-NO ES SILICONADO 100%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	MLT PHARMA SRL	Canula de Oxigeno Adulto	calibre 12 fr diametro ext.mm 4,00 esteril tamaño adulto, tubo o manguera en pvc	Unidad	UNIDAD	1.000	WEO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	MLT PHARMA SRL	Cateter de aspiración	Cateter p/ aspiración nº 8 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	10.000	WEO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	MLT PHARMA SRL	Cateter de aspiración	Cateter p/ aspiración nº 12 con regulador y válvula - con válvula de control de flujo transparente, flexible, radiopaco, esteril, descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	3.000	WEO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	MLT PHARMA SRL	Cateter de aspiracion	cateter p/ aspiracion nº 14 con regulador y valvula - con valvula de control de flujo transparente,flexible,radiopaco,esteril,descartable, con envoltorio papel grado medico	Unidad	UNIDAD	13.000	WEO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	MLT PHARMA SRL	Cateter intravenosa via central pediatrico	cateter via central 2 lumen pediatrico 4 fr **16 +-3 cm de largo,**con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp.	Unidad	UNIDAD	200	SCW	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	MLT PHARMA SRL	Cateter intravenosa via central pediatrico	cateter via central 3 lumen pediatrico 4 fr **16+- 3cm** de largo ,con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp.	Unidad	UNIDAD	200	SCW	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	MLT PHARMA SRL	Cateter intravenosa via central adulto	cateter via central 2 lumen adulto 7 fr x 8" **como minimo** 200 mm, aguja introductora de 18 G x2 ½, guia de alambre, dilatador, bisturi + jeringa 5 ml y extensor con clamp ESTERIL – RADIOPACO	Unidad	UNIDAD	1.400	SCW	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	MLT PHARMA SRL	Cateter intravenosa via central adulto	cateter via central 3 lumen adulto 7 fr x 8" **como minimo** 200 mm, aguja introductora de 18 G x2 ½, guia de alambre, dilatador, bisturi + jeringa 5 ml y extensor con clamp ESTERIL – RADIOPACO .	Unidad	UNIDAD	1.500	SCW	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
55	MLT PHARMA SRL	Cepillo Vaginal	Cepillo para extraccion de muestras	Unidad	UNIDAD	3.000	ADLIN	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
64	MLT PHARMA SRL	Clamp umbilical	esteril	Unidad	UNIDAD	3.000	ADLIN	BRASIL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	MLT PHARMA SRL	Electrodo adulto	electrodo adulto, con gel y facilitador, con dorso de tejido suave a la piel y adhesivo hipoalergénico.	Unidad	UNIDAD	43.000	AMBU	MALASIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
70	MLT PHARMA SRL	Electrodo neonatal	electrodo neonatal compatible con monitor HP	Unidad	PAQUETE	400	AMBU	MALASIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
94	MLT PHARMA SRL	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 11 -elabo rado en acero inoxidable., esteril,descartable	Unidad	UNIDAD	7.000	RIBBEL	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	MLT PHARMA SRL	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 15 -elabo rado en acero inoxidable., esteril,descartable	Unidad	UNIDAD	7.000	RIBBEL	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	MLT PHARMA SRL	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 20 -elabo rado en acero inoxidable., esteril,descartable	Unidad	UNIDAD	4.000	RIBBEL	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

0000047

LIC. NERIO AGUILAR R.
ADM. TÉCNICO
HOSPITAL DE CLÍNICAS

97	MLT PHARMA SRL	Hoja para bisturi	hoja de bisturi nº 24 -elabo rado en acero inoxidable, esteril,descartable	Unidad	UNIDAD	5.000	RIBBEL	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
113	MLT PHARMA SRL	Mascara para oxigeno grande	mascarilla p/ oxigeno con prolongador adulto desechable	Unidad	UNIDAD	1.800	WEO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
114	MLT PHARMA SRL	Mascara para oxigeno pequeño	mascarilla p/ oxigeno con prolongador pediatrico desechable	Unidad	UNIDAD	400	WEO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
115	MLT PHARMA SRL	Mascara para oxigeno neonatal	mascarilla p/ oxigeno con prolongador nenotal desechable	Unidad	UNIDAD	300	WEO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
116	MLT PHARMA SRL	Micronebulizador adulto	micronebulizador completo adulto	Unidad	UNIDAD	2.200	WEO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
117	MLT PHARMA SRL	Micronebulizador pediátrico	micronebulizador completo pediatrico	Unidad	UNIDAD	2.400	WEO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
128	MLT PHARMA SRL	Regulador de flujo graduado	regulador de goteo con extensor	Unidad	UNIDAD	3.500	WEO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
133	MLT PHARMA SRL	Set para bomba de infusion	set p/ bomba de infusion parenteral compatible con equipo terumo	Unidad	UNIDAD	2.000	WEO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
147	MLT PHARMA SRL	Sonda Vesical doble via	sonda foley nº 6 látex siliconado 2 vias	Unidad	UNIDAD	400	RIBBEL	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
148	MLT PHARMA SRL	Sonda Vesical doble via	sonda foley nº 8 látex siliconado 2 vías	Unidad	UNIDAD	400	RIBBEL	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
149	MLT PHARMA SRL	Sonda Vesical doble via	sonda Foley nº 12 látex siliconado 2 vias	Unidad	UNIDAD	200	RIBBEL	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
150	MLT PHARMA SRL	Sonda Vesical doble via	sonda foley nº 14 látex siliconado 2 vías	Unidad	UNIDAD	200	RIBBEL	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
151	MLT PHARMA SRL	Sonda Vesical doble via	sonda foley nº 18 látex siliconado 2 vias	Unidad	UNIDAD	4.000	RIBBEL	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
152	MLT PHARMA SRL	Sonda Vesical doble via	sonda foley nº 16 latex siliconado 2 vias	Unidad	UNIDAD	4.800	RIBBEL	INDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
156	MLT PHARMA SRL	Traductor de presion arterial	traductor de presion arterial	Unidad	UNIDAD	750	SCW	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
157	MLT PHARMA SRL	Trampa de mocus	trampa p/ mocus - esteril descartable, de 25 ml **como minimo**	Unidad	UNIDAD	600	WEO	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
165	MLT PHARMA SRL	Tubo endotraqueal	nº 8,5con balon - con ojo de murfy,esteril,descartable,envase papel grado medico	Unidad	UNIDAD	700	NANJING ANESTHESIA MEDICAL CO., LTD	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
166	MLT PHARMA SRL	Tubo endotraqueal	nº 8 con balon - con ojo de murfy,esteril,descartable,envase papel grado medico	Unidad	UNIDAD	1.000	NANJING ANESTHESIA MEDICAL CO., LTD	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
170	MLT PHARMA SRL	Tubo endotraqueal	nº 6 con balon - con ojo de murfy,esteril,descartable,envase papel grado medico	Unidad	UNIDAD	500	NANJING ANESTHESIA MEDICAL CO., LTD	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
177	MLT PHARMA SRL	Tubo corrugado	Tubo corrugado adulto p/respirador desechable	Unidad	UNIDAD	1.800	DCD PRODUCTS	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
178	MLT PHARMA SRL	Tubo corrugado	Tubo corrugado pediatrico p/respirador desechable	Unidad	UNIDAD	750	DCD PRODUCTS	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
182	MLT PHARMA SRL	Cateter Peridural	Cateter Peridural Nº 19 biselado, **con aguja.**	Unidad	UNIDAD	600	NANJING ANESTHESIA MEDICAL CO., LTD	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
186	MLT PHARMA SRL	Canula de traqueostomia Nº 7,5 con balon	Canula de traqueostomia Nº 7, 5 con balon descartable con canula interna y cepillo de limpieza	Unidad	UNIDAD	50	SCW	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
187	MLT PHARMA SRL	Canula de traqueostomia Nº 8 con balon	Canula de traqueostomia Nº 8 con balon descartable con canula interna y cepillo de limpieza	Unidad	UNIDAD	50	SCW	CHINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
191	MLT PHARMA SRL	Biberon	Biberon de 250 ml plastico resistente al calor y a la presion, esterilizable	Unidad	UNIDAD	500	ELECTRONPLAST	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
192	MLT PHARMA SRL	Aerocamara	Aerocamara valvulada undidireccional que mantiene el medicamento en la camara e impide el ingreso de la exhalacion Pediatrica, **de 150 ml a 450 ml. Con mascarilla anatomica o pieza bucal**	Unidad	UNIDAD	600	PATEJIM	ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
206	MLT PHARMA SRL	Bolsa presurisada	Bolsa presurisada de 1000 ml ,a presion sin latex,dispositivo seguro,para el tratamiento de infusion intravenosa e intraarterial .	Unidad	UNIDAD	60	VBM	ALEMANIA / ARGENTINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
222	MLT PHARMA SRL	Cateter para monitorizacion hemodinamica con sensor	kit para monitoreo hemodinámico minimamente invasivo. Medición continua del gasto cardiaco, volumen sistólico y variación de volumen sistólico, frecuencia de pulso y presión arterial media, a través de una linea arterial.	Unidad	UNIDAD	30	EDWARDS LIFESCIENCES	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

000043

LIC NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

223	MLT PHARMA SRL	cateter venoso central de oximetria	Catéter Venoso Central con medición continua de SvcO2, de 3 lúmenes, 8.5 Fr, 20 cm	Unidad	UNIDAD	30	EDWARDS LIFESCIENCES	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
224	MLT PHARMA SRL	Sensor de tono vascular para hemodinamia	Kit para monitoreo hemodinámico que permite monitorizar de forma continua y minimamente invasiva el Gasto Cardíaco, Índice Cardíaco, Volumen Sistólico, Volumen Sistólico Indexado, Variación de Volumen Sistólico, Resistencia Vascular Sistémica, Resistencia Vascular Sistémica Indexada, Presión Arterial Media, Frecuencia de Pulso y Presión Venosa Central. Mediante la técnica de termodilución transpulmonar, permite monitorizar también los parámetros de Agua Extravascular Pulmonar, Índice de Permeabilidad Vascular Pulmonar, Volumen Telediastólico Global y Fracción de Eyección Global en forma intermitente. Componentes: § Catéter arterial femoral VolumeView (4 Fr/16 cm), con kit de inserción que incluye bisturí (N° 11), jeringa (5 ml), aguja (14 Ga), guía de nitinol (0,025"/60 cm) dilatador (4 Fr/10 cm), sutura de seda (3.0 USP/75 cm)). § Sensor de presión VolumeView para monitorizar la presión arterial invasiva. § Transductor de presión desechable TruWave para monitorizar presión venosa central y llave de distribución "manifold" para inyección de bolo venoso, conexión de la sonda de temperatura y del transductor de presión.	Unidad	UNIDAD	30	EDWARDS LIFESCIENCES	USA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LIC. NERI AGUILAR R.

0000049

INFORME TÉCNICO - LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS"																			
													Constancias Emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud:			Documentos Emitidos por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de MSP y BS		
Ítem	Empresa Oferente	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Muestras	Planilla de Especificaciones técnicas de los bienes ofertados debidamente llenada y firmada.	Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada.	Autorización del fabricante, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante.	Certificado de registro y habilitación de la empresa correspondiente a importadora, distribuidora y representante de dispositivos médicos (descartables).	Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Estupefacientes y Drogas Peligrosas expedidos por las oficinas técnicas regionales dependiente de la DNVS del MSP y BS y la SENAD, correspondiente al presente año, para oferentes de medicamentos controlados, jeringas y agujas según la Ley Nº 1340/88, si corresponde	Certificados de Calidad CE o FDA (aplicables a los ítems 43 al 48)	Habilitación vigente para importar y/o comercializar dispositivos médicos-hospitalarios. De no encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.	Certificado y Listado donde consten los productos ofertados	Certificado de Buenas prácticas de fabricación y almacenamiento para dispositivos médicos-hospitalarios
41	BIOERIX S.A.	Cateter intravenosa via central adulto	cateter via central 2 lumen adulto 7 fr x 8" **como minimo** 200 mm, aguja introductora de 18 G x2 ½, guia de alambre, dilatador, bisturi + jeringa 5 ml y extensor con clamp ESTERIL – RADIOPACO	Unidad	UNIDAD	1.400	VOGT MEDICAL	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	BIOERIX S.A.	Cateter intravenosa via central adulto	cateter via central 3 lumen adulto 7 fr x 8" **como minimo** 200 mm, aguja introductora de 18 G x2 ½, guia de alambre, dilatador, bisturi + jeringa 5 ml y extensor con clamp ESTERIL – RADIOPACO .	Unidad	UNIDAD	1.500	VOGT MEDICAL	ALEMANIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	BIOERIX S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 20 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una agujaV-point de acero inoxidable **(para infusión intravenosa periférica continua)**, codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 65 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado**.	Unidad	UNIDAD	25.000	SMITHS MEDICAL - JELCO	EE.UU.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	BIOERIX S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 18 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua codificado por color Longitud de: 32mm Flujo de 110 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado**.	Unidad	UNIDAD	20.000	SMITHS MEDICAL - JELCO	EE.UU.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	BIOERIX S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 24 material cánula de poliuretano radiopaco con cubo recto y una aguja V-point de acero inoxidable (para infusión intravenosa periférica continua, codificado por color Longitud de: 19mm flujo de 24 ml/min esteril material esteril, descartable, envase papel grado medico. **Con sistema cerrado**.	Unidad	UNIDAD	22.000	SMITHS MEDICAL - JELCO	EE.UU.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	BIOERIX S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 22 **(para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica),** material esteril , descartable, envase papel grado medico.	Unidad	UNIDAD	13.000	SMITHS MEDICAL - JELCO	EE.UU.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	BIOERIX S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 14 material con protector de seguridad incorporada (para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica), codificado por color Longitud de: **32 mm como minimo** Flujo de 305 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico.	Unidad	UNIDAD	1.200	SMITHS MEDICAL - JELCO	EE.UU.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	BIOERIX S.A.	Cateter intravenoso periferico	cateter intravenoso nº 16 material con protector de seguridad incorporada (para infusión intravenosa periférica continua con protector de seguridad que consiste en un cilindro que cubre el bisel afilado cuando se desacoplan la cánula y el catéter durante la realización de la técnica), codificado por color Longitud de: **32 mm como minimo** Flujo de 200 ml/min esteril, descartable, envase papel grado medico.	Unidad	UNIDAD	1.200	SMITHS MEDICAL - JELCO	EE.UU.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Quim. Farm. Estela M. Servin A.
Jefa Dpto. de Farmacia
R.P.N° 1874

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS