INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA Nº 176/18.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 140/18
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VARIOS PARA EL IPS"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinte y un días del mes de diciembre de dos mil diez y ocho, en la Sede del Instituto de Previsión Social, siendo las 10:45 horas se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 140/18 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VARIOS PARA EL IPS".**

Estando presentes para el acto de apertura: el **Sr. Blas Roberto Nuñez Cañete** representante de la Dirección de Operativa de Contrataciones de la Institución, la **Abog. Paola Agüero** y la **Abog. Francisca Dominguez** representantes de la Dirección Jurídica de la Institución y el **Abog. Victor Benitez** representante de Sindicatura de la Institución y los oferentes presentes.

Seguidamente, siendo las 11:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1. **IMESE S.A. – RUC: 80016426-1.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 11.990.900.000.- (Guaraníes Once Mil Novecientos Noventa Millones Novecientos Mil) IVA Incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 384.000.000.- (Guaraníes Trescientos Ochenta y Cuatro Millones).** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 007.1508.044415/000.- Total de hojas foliadas 168 (Ciento Sesenta y Ocho).

2. **BIOERIX S.A. – RUC: 80051821-7.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 7.222.999.846.- (Guaraníes Siete Mil Doscientos Veinte y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Seis) IVA Incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 300.000.000.- (Guaraníes Trescientos Millones).** Empresa Aseguradora: **ASEGURADORA YACYRETA S.A.** N° de Póliza: 28.1508.003704.0000.- Total de hojas foliadas 69 (Sesenta y Nueve).

3. **CATETERES Y AFINES S.A. – RUC: 80030030-0.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 950.319.976.- (Guaraníes Novecientos Cincuenta Millones Trescientos Diez y Nueve Mil Novecientos Setenta y Seis) IVA Incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 75.000.000.- (Guaraníes Setenta y Cinco Millones).** Empresa Aseguradora: **REGIONAL S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508001374.- Total de hojas foliadas 129 (Ciento Veinte y Nueve).

4. **SUMI SCIENTIFIC INSTRUMENTS DE SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA – RUC: 990840-4.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 3.321.000.000.- (Guaraníes Tres Mil Trescientos Veinte y Un Millones) IVA Incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 125.460.000.- (Guaraníes Ciento Veinte y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta Mil).** Empresa Aseguradora: **LA RURAL S.A. DE SEGUROS S.A.** N° de Póliza: 1508005318.- Total de hojas foliadas 120 (Ciento Veinte).

5. **V & V S.A. – RUC: 80038216-1.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 8.706.292.266.- (Guaraníes Ocho Mil Setecientos Seis Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Doscientos Sesenta y Seis) IVA Incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 450.000.000.- (Guaraníes Cuatrocientos Cincuenta Millones).** Empresa Aseguradora: **ROYAL SEGUROS S.A.** N° de Póliza: 1508002197.- Total de hojas foliadas 129 (Ciento Veinte y Nueve).

6. **LA CASA DEL MEDICO S.A. – RUC: 80011068-4.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 4.463.787.900.- (Guaraníes Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Novecientos) IVA Incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 150.000.000.- (Guaraníes Ciento Cincuenta Millones).** Empresa Aseguradora: **ASEPASA.** N° de Póliza: 1508015408.- Total de hojas foliadas 109 (Ciento Nueve).

7. **SOLUMEDIC S.A. – RUC: 80023913-0.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 11.272.855.598.- (Guaraníes Once Mil Doscientos Setenta y Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Ocho) IVA Incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 416.578.017.- (Guaraníes Cuatrocientos Dieciséis Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Diecisiete).** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 007.1508.044421/000.- Total de hojas foliadas 179 (Ciento Setenta y Nueve).

Observación: Se adjuntan hojas con observaciones realizadas por las firmas **CATETERES Y AFINES S.A., LA CASA DEL MEDICO S.A., V & V S.A., BIOERIX S.A.** y **SOLUMEDIC S.A.**

Bioerix S.A.

Diana Gonzalez
Solumedic S.A.

Fernando González
LA CASA DEL MEDICO SOCIEDAD ANÓNIMA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Francisca Dominguez Valdez
Abogada Mat. Nº 20.175
DIRECCIÓN JURÍDICA

Alberto Caballero
C.I. Nº 2.517.199
V & V S.A.
Apoderado

Diego Lovera
Dpto. de Licitaciones
CATETERES Y AFINES S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Benítez Góm
Asesor Jurídico - Sindicatura

Paola M. Agüero Delgado
Matrícula Nº 34.970
Instituto de Previsión S

Las listas de verificación cuantitativa y no de contenido, avaladas por las firmas de los funcionarios responsables del Instituto de Previsión Social, que tuvieron a su cargo la verificación respectiva, se encuentra agregada a la carpeta a original presentada por el oferente. El análisis formal y sustancial de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas por la Comisión Evaluadora.

En cumplimiento al artículo 4° incisos b) y c) de la Ley 2.051/03, se deja constancia que durante este acto, el oferente ha tenido acceso a las documentaciones públicas del proceso.

Seguidamente, se dio por terminado el acto, siendo las **doce horas con diez minutos** del día arriba señalado, firmando el acta los presentes, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Francisca Domínguez Valdez
Abogada - Mat. Nº 20.175
DIRECCIÓN JURÍDICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Benítez Góm
Asesor Jurídico - Sindicatu

Diana Contreras
Solumedic S.A

Biverix S.A.

Abog. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula Nº 34.970
Instituto de Previsión Social

Fernando González
LA CASA DEL MÉDICO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Alberto Caballero
C.I. Nº 2.517.199
V & V S.A.
Apoderado

Diego Lovera
Dpto. de Licitaciones
CATETERES Y AFINES S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - GESTIÓN DE OFERTAS

OBSERVACIONES

ACTA N° 176/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 140/18
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VARIOS PARA EL IPS"

Fecha: 21/12/2018

Empresa: Cateteres y Afines S.A.

Representante: Julia Romero.

La Empresa VyV S.A. tubo beneficio Mipyme en la Subasta, solicitamos a la convocante que debe constatarse tal situacion.

La Empresa VyV. no presenta catalogo en Espand de los bienes ofertados.

Julia Romero
Dpto. de Licitaciones
CATETERES Y AFINES S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - GESTIÓN DE OFERTAS

OBSERVACIONES

ACTA N° 176/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 140/18
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VARIOS PARA EL IPS"

Fecha: 21/12/2018

Empresa: la casa del Medico SA

Representante : Fernando Gonzalez

la firma Sumi Scientific presenta certificado de cumplimiento de segura social vencido.

Fernando González
LA CASA DEL MÉDICO

Fernando González
LA CASA DEL MÉDICO
SOCIEDAD ANÓNIMA

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - GESTIÓN DE OFERTAS

OBSERVACIONES

ACTA N° 176/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 140/18
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VARIOS PARA EL IPS"

Fecha: 21/12/2018

Empresa: V y V SA

Representante : ALBERTO CABALLERO

LA FIRMA V y V SA DEJA CONSTANCIA QUE LA FIRMA BIOERIX SA, NO ESPECIFICA LOS MODELOS OFERTADOS PARA LOS ITEMS 1, 3, 4 y 5 EN EL ACTA VIRTUAL, COLOCANDO EN SU LUGAR "NO APLICA", ESTO LE PERMITE TENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMAS OFERENTES, PERMITIENDOLE COLOCAR UN MODELO DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA SUBASTA Y CONOCIENDO YA LOS MODELOS OFERTADOS POR LOS DEMAS OFERENTES.

Alberto Caballero
C.I. Nº 2.517.199
V & V S.A.
Apoderado

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - GESTIÓN DE OFERTAS

OBSERVACIONES

ACTA N° 176/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 140/18
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VARIOS PARA EL IPS"

Fecha: 21/12/2018

Empresa: Bioerix S.A.

Representante : José Burguez

La firma VyV en el Item 1 - Camas de Internación Eléctrica no cumple con lo solicitado en el punto 1.5.10: Posiciones: Fowler, vascular, cardiaco, inclinación lateral.
La firma VyV en el Item 3: Camilla de traslado no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas en el punto 3.4.1: Que soporte un peso de 240 Kg como mínimo, el modelo que ofertaron solo soporta 150 Kg como mínimo.
La firma VyV en el Item 4: Camilla de inspección, no cumple con lo solicitado en el punto 4.4.1: Estructura metálica de acero inoxidable o cromado. El modelo ofertado, según catálogo es polvo epoxi
La firma VyV en el Item 5: Cama articulada, no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas en los puntos 5.4.9, 5.4.14.5, 4.15.2 (para la cama ofertada, un colchón de 15 cm de espesor no es el adecuado, ya que las protecciones laterales quedarían así al nivel del colchón.

José Burguez
Bioerix S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - GESTIÓN DE OFERTAS

OBSERVACIONES
ACTA N° 176/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 140/18
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VARIOS PARA EL IPS"

Fecha: 21/12/2018

Empresa: Solumedic S.A.

Representante: Diana Gonzalez

la empresa V&V no presenta planilla de Especificaciones técnicas, ni catálogo de los productos ofertados. En el item 1, en el punto 1.5.10 no cumple con el requerimiento de inclinación lateral según se corroborá en el sitio web del fabricante.
La empresa IMESE S.A, en el punto 1.5.10 no cumple con el requerimiento de inclinación lateral, presentan como sustituto a esto ayuda para salida del paciente cuya funciones levantar el respaldo y poner en posición horizontal la sección de muslos, lo que no es inclinación lateral
La empresa Bioenx, 1.5.10 no cumple inclinación lateral según se verifica en el sitio web del fabricante para el Item 1.
La empresa Sumi Scientific Instruments item 6 no cumple los sigtes puntos: 6.4.1.3, 6.4.4.1, 6.4.4.3, 6.4.4.4

Diana Gonzalez
Solumedic S.A