INFORME DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIO Nº 2

En la ciudad de San Lorenzo, Capital de la República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10:00 horas, se reúne en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, sito en la casa de la calle Mcal. López y Cnel. Cazal de esta ciudad, el COMITÉ EVALUADOR DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN, a los efectos de evaluar, conforme a los criterios establecidos en el llamado, la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA – MARCA PHILIPS – MODELO INGENIA 1,5T - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017".ID N° 321.643.** El presente procedimiento se efectúa conforme a las disposiciones contenidas en la Ley No. 2.051/03 de Contrataciones Públicas y reglamentada por Decreto N° 21.909/03. Para tal efecto, fue conformado el Comité Evaluador según Resoluciones D. Nº 103/2.016, D. Nº 310/2.016, D. N° 485/2.016, D. N° 537/2.016, D. N° 633/2.016 y D. Nº 649/2.016y D. Nº 51/2.017.-.

ANTECEDENTES DEL LLAMADO

- El Informe de Evaluación de fecha 21 de febrero de 2017.
- El Informe de Evaluación Complementario Nº 1 de fecha 06 de marzo de 2017.
- La Resolución D. N° 229/2017, por la cual se aprueba la adjudicación de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA – MARCA PHILIPS – MODELO INGENIA 1,5T - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017".ID N° 321.643.**
- La Resolución D. N° 359/2017, por la cual se aprueba el informe complementario Nº 1 de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA – MARCA PHILIPS – MODELO INGENIA 1,5T - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017".ID N° 321.643.**
- La nota de aceptación de la corrección aritmética presentada por la empresa **DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.** en fecha 23 de marzo de 2017.
- La nota D.E.M. Nº 146/2017, presentada por el Ing. Cesar Yegros, jefe del Departamento de Electromedicina del Hospital de Clínicas en fecha 19 de abril de 2017.

PRIMERO: Se procede a realizar las siguientes modificaciones a fin de rectificar los siguientes puntos del informe de evaluación complementario Nº 1.

SEGUNDO: Se procede a realizar el análisis de carácter técnico, conforme a los criterios establecidos en el llamado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y Art. 61 del Decreto N° 21.909 Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas y se procedió a clasificar la oferta según el monto de menor a mayor de lo que resulta lo siguiente:

DONDE DICE:

LOTE Nº 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEMESTRAL - EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T, CON SERIE Nº 70282, según oferta original:

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEMESTRAL - EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T, CON SERIE Nº 70282.														
LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	Descripción	Precio Estimado	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad 2017	Cantidad 2018	Precio Unitario	Precio Total	Precio Año 2017	Precio Año 2018
1	1	Inspección y Verificación técnica según especificaciones técnicas del fabricante del LCC.												
1	1.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del sensor de presiónde LCC	Verificación del sensor de presiónde LCC.	2.18.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	1.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de presión del compresor	Verificación de presión del compresor.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	1.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de flujo de agua de entrada y salida de LCC	Verificación de flujo de agua de entrada y salida de LCC	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@ed.una.py
San Lorenzo – Paraguay

1	1.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación visual de conexiones de agua	Verificación visual de conexiones de agua.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	1.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de sensor de presión de LCC	Verificación de sensor de presión de LCC.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	1.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Medición del nivel de Glycol	Medición del nivel de Glycol.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	2	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante del Amplificador de RF y Amplificador de Gradiente.**												
1	2.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PFEI test	Realización de PFEI test.	4.077.416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416
1	2.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización RF amp TX1 PMU test bodycoil	Realización RF amp TX1 PMU test body coil.	4.077.416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416
1	2.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de RF coils.	Verificación de RF coils.	4.077.416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416
1	2.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de RF ampcontrolloop calibración	Realización de RF ampcontrolloop calibración	4.077.416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416
1	2.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de Max KW calibración bodycoil.	Realizacion de Max KW calibración bodycoil	4.077.416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416
1	2.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de FO determination.	Realizacion de FO determination.	4.077.416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416
1	2.7	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de RF power ref. cal. Bodycoil.	Realizacion de RF power ref. cal. Bodycoil.	4077416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416
1	2.8	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion Pickup coiltripl. Cal. Bodycoil.	Realizacion Pickup coil tripl. Cal. Body coil.	4.077.416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416
1	**3**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante del DACC.**												
1	3.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de CDAS	Verificación de CDAS.	8.154.832	Evento	Unidad	3	2	1	**8.154.832**	24.464.496	16.309.664	8.154.832
1	3.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del Reconstructor.	Verificación del Reconstructor.	8.154.832	Evento	Unidad	3	2	1	**8.154.832**	24.464.496	16.309.664	8.154.832
1	**4**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de la Mesa Paciente.**												
1	4.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Limpieza de PSU.	Limpieza de PSU.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	4.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Limpieza y verificación de DCI coil sockets y conexiones.	Limpieza y verificación de DCI coil sockets y conexiones.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

1	4.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Lubricación de partes móviles de la mesa paciente.	Lubricación de partes móviles de la mesa paciente.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	4.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Lubricación de partes móviles de la mesa paciente.	Lubricación de partes móviles de la mesa paciente.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	4.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de alineación del soporte	Verificación de alineación del soporte de la mesa paciente.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	4.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PSU fan velocidad test.	Realización de PSU fan velocidad test.	4.077.416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416
1	4.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de self test de Mesa Paciente.	Realización de self test de Mesa Paciente.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	**5**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de parametros del Magneto**												
1	5.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de luces de comfort de paciente.	Verificación de luces de comfort de paciente.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	5.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de presión de llenado del magneto.	Verificación de presión de llenado del magneto.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	5.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de paradas de emergencias de consola y de UIM (PICU).	Verificación de paradas de emergencias de consola y de UIM (PICU).	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	5.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de línea de salida vent de Helio.	Verificación de línea de salida vent de Helio.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	5.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación ERDU.	Verificación ERDU.	4.077.416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416
1	5.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de Cryogenicperfomance.	Realización de Cryogenicperfomance.	4.077.416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416
1	**6**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de la consola y estación de trabajo.**												
1	6.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección y limpieza de DVD PC.	Inspección y limpieza de DVD PC.	1.359.139	Evento	Unidad	3	2	1	**1.359.139**	4.077.416	2.718.278	1.359.139
1	6.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección y limpieza de Computadora Host.	Inspección y limpieza de Computadora Host.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	6.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de backup de configuración de la consola MR.	Realización de backup de configuración de la consola MR.	1.359.139	Evento	Unidad	3	2	1	**1.359.139**	4.077.416	2.718.278	1.359.139
1	6.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos -	Inspección, limpieza y verificación de estación de trabajo	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

			Inspección, limpieza y verificación de estación de trabajo											
1	**7**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de perfomance del sistema.**												
1	7.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación SPT Spec files.	Verificación SPT Spec files.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	7.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PIQT.	Realización de PIQT.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	7.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de condiciones del site: húmedad y temperatura	Verificación de condiciones del site: húmedad y temperatura.	2.718.277	Evento	Unidad	3	2	1	**2.718.277**	8.154.832	5.436.554	2.718.277
1	7.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de conexión a tierra del sistema de la sala de examinación.	Verificación de conexión a tierra del sistema de la sala de examinación.	4.077.416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416
1	7.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de corriente de fuga del sistema.	Verificación de corriente de fuga del sistema.	4.077.416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416
1	7.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del circuito de flujo de aire de gradiente.	Verificación del circuito de flujo de aire de gradiente.	4.077.416	Evento	Unidad	3	2	1	**4.077.416**	12.232.248	8.154.832	4.077.416

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizados los precios ofertados por la firma **DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.,** se concluye que los mismos se encuentran dentro de los umbrales establecidos en la Sección II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 37) inc. "b" Análisis de los precios ofertados del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

DEBE DECIR

LOTE Nº 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEMESTRAL - EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T, CON SERIE Nº 70282, según corrección aritmética:

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	2017	2018	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEMESTRAL - EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T, CON SERIE N° 70282.										
1	**1**	**Inspección y Verificación técnica según especificaciones técnicas del fabricante del LCC.**								
1	1.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del sensor de presiónde LCC	Verificación del sensor de presiónde LCC.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	1.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de presión del compresor	Verificación de presión del compresor.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	1.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de flujo de agua de entrada y salida de LCC	Verificación de flujo de agua de entrada y salida de LCC.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

1	1.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación visual de conexiones de agua	Verificación visual de conexiones de agua.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	1.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de sensor de presión de LCC	Verificación de sensor de presión de LCC.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	1.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Medición del nivel de Glycol	Medición del nivel de Glycol.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	**2**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante del Amplificador de RF y Amplificador de Gradiente.**								
1	2.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PFEI test	Realización de PFEI test.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización RF amp TX1 PMU test body coil.	Realización RF amp TX1 PMU test body coil.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de RF coils.	Verificación de RF coils.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de RF amp controlloop calibración	Realización de RF amp controlloop calibración	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de Max KW calibración body coil.	Realizacion de Max KW calibración body coil	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de FO determination.	Realizacion de FO determination.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.7	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de RF power ref. cal. Body coil.	Realizacion de RF power ref. cal. Body coil.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.8	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion Pickup coil tripl. Cal. Body coil.	Realizacion Pickup coil tripl. Cal. Body coil.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	**3**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante del DACC.**								
1	3.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de CDAS	Verificación de CDAS.	EVENTO	2	1	3	8.154.832	24.464.496
1	3.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del Reconstructor.	Verificación del Reconstructor.	EVENTO	2	1	3	8.154.832	24.464.496
1	**4**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de la Mesa Paciente.**								
1	4.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Limpieza de PSU.	Limpieza de PSU.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	4.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Limpieza y verificación de DCI coil sockets y conexiones.	Limpieza y verificación de DCI coil sockets y conexiones.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	4.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Lubricación de partes móviles de la mesa paciente.	Lubricación de partes móviles de la mesa paciente.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	4.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de alineación del soporte de la mesa paciente.	Verificación de alineación del soporte de la mesa paciente.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	4.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PSU fan velocidad test.	Realización de PSU fan velocidad test.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	4.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de self test de Mesa Paciente.	Realización de self test de Mesa Paciente.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	**5**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de párametros del Magneto**								

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

1	5.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de luces de comfort de paciente.	Verificación de luces de comfort de paciente.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	5.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de presión de llenado del magneto.	Verificación de presión de llenado del magneto.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	5.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de paradas de emergencias de consola y de UIM (PICU).	Verificación de paradas de emergencias de consola y de UIM (PICU).	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	5.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de línea de salida vent de Helio.	Verificación de línea de salida vent de Helio.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	5.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación ERDU.	Verificación ERDU.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	5.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de Cryogenic perfomance.	Realización de Cryogenic perfomance.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	**6**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de la consola y estación de trabajo.**								
1	6.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección y limpieza de DVD PC.	Inspección y limpieza de DVD PC.	EVENTO	2	1	3	1.359.139	4.077.417
1	6.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección y limpieza de Computadora Host.	Inspección y limpieza de Computadora Host.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	6.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de backup de configuración de la consola MR.	Realización de backup de configuración de la consola MR.	EVENTO	2	1	3	1.359.139	4.077.417
1	6.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección, limpieza y verificación de estación de trabajo	Inspección, limpieza y verificación de estación de trabajo	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	**7**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de perfomance del sistema.**								
1	7.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación SPT Spec files.	Verificación SPT Spec files.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	7.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PIQT.	Realización de PIQT.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	7.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de condiciones del site: humedad y temperatura.	Verificación de condiciones del site: humedad y temperatura.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	7.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de conexión a tierra del sistema de la sala de examinación.	Verificación de conexión a tierra del sistema de la sala de examinación.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	7.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de corriente de fuga del sistema.	Verificación de corriente de fuga del sistema.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	7.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del circuito de flujo de aire de gradiente.	Verificación del circuito de flujo de aire de gradiente.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
TOTAL LOTE 1										**391.431.918**

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Analizados los precios ofertados por la firma **DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.,** se concluye que los mismos se encuentran dentro de los umbrales establecidos en la Sección II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 37) inc. "b" Análisis de los precios ofertados del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

A los efectos de ajustarse a la disponibilidad presupuestaria y con base en la nota D.E.M. Nº 146/2017 del Departamento de Electromedicina del Hospital de Clínicas, se recomienda disminuir la cantidad de eventos para el presente lote en el Ítem Nº 1, según el siguiente detalle:

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	2017	2018	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEMESTRAL - EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T, CON SERIE N° 70282.										
1	**1**	**Inspección y Verificación técnica según especificaciones técnicas del fabricante del LCC.**								
1	1.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del sensor de presiónde LCC	Verificación del sensor de presiónde LCC.	EVENTO	2	0	2	2.718.277	5.436.554
1	1.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de presión del compresor	Verificación de presión del compresor.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	1.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de flujo de agua de entrada y salida de LCC	Verificación de flujo de agua de entrada y salida de LCC.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	1.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación visual de conexiones de agua	Verificación visual de conexiones de agua.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	1.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de sensor de presión de LCC	Verificación de sensor de presión de LCC.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	1.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Medición del nivel de Glycol	Medición del nivel de Glycol.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	**2**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante del Amplificador de RF y Amplificador de Gradiente.**								
1	2.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PFEI test	Realización de PFEI test.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización RF amp TX1 PMU test body coil.	Realización RF amp TX1 PMU test body coil.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de RF coils.	Verificación de RF coils.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de RF amp controlloop calibración	Realización de RF amp controlloop calibración	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de Max KW calibración body coil.	Realizacion de Max KW calibración body coil	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de FO determination.	Realizacion de FO determination.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.7	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de RF power ref. cal. Body coil.	Realizacion de RF power ref. cal. Body coil.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.8	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion Pickup coil tripl. Cal. Body coil.	Realizacion Pickup coil tripl. Cal. Body coil.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	**3**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante del DACC.**								
1	3.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos -	Verificación de CDAS.	EVENTO	2	1	3	8.154.832	24.464.496

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

			Verificación de CDAS							
1	3.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del Reconstructor.	Verificación del Reconstructor.	EVENTO	2	1	3	8.154.832	24.464.496
1	**4**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de la Mesa Paciente.**								
1	4.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Limpieza de PSU.	Limpieza de PSU.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	4.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Limpieza y verificación de DCI coil sockets y conexiones.	Limpieza y verificación de DCI coil sockets y conexiones.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	4.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Lubricación de partes móviles de la mesa paciente.	Lubricación de partes móviles de la mesa paciente.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	4.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de alineación del soporte de la mesa paciente.	Verificación de alineación del soporte de la mesa paciente.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	4.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PSU fan velocidad test.	Realización de PSU fan velocidad test.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	4.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de self test de Mesa Paciente.	Realización de self test de Mesa Paciente.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	**5**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de párametros del Magneto**								
1	5.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de luces de comfort de paciente.	Verificación de luces de comfort de paciente.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	5.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de presión de llenado del magneto.	Verificación de presión de llenado del magneto.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	5.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de paradas de emergencias de consola y de UIM (PICU).	Verificación de paradas de emergencias de consola y de UIM (PICU).	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	5.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de línea de salida vent de Helio.	Verificación de línea de salida vent de Helio.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	5.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación ERDU.	Verificación ERDU.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	5.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de Cryogenic perfomance.	Realización de Cryogenic perfomance.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	**6**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de la consola y estación de trabajo.**								
1	6.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección y limpieza de DVD PC.	Inspección y limpieza de DVD PC.	EVENTO	2	1	3	1.359.139	4.077.417
1	6.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección y limpieza de Computadora Host.	Inspección y limpieza de Computadora Host.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	6.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de backup de configuración de la consola MR.	Realización de backup de configuración de la consola MR.	EVENTO	2	1	3	1.359.139	4.077.417
1	6.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección, limpieza y verificación de estación de trabajo	Inspección, limpieza y verificación de estación de trabajo	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	**7**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de perfomance del sistema.**								
1	7.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos -	Verificación SPT Spec files.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@mfed.una.py
San Lorenzo – Paraguay

			Verificación SPT Spec files.							
1	7.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PIQT.	Realización de PIQT.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	7.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de condiciones del site: húmedad y temperatura.	Verificación de condiciones del site: húmedad y temperatura.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	7.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de conexión a tierra del sistema de la sala de examinación.	Verificación de conexión a tierra del sistema de la sala de examinación.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	7.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de corriente de fuga del sistema.	Verificación de corriente de fuga del sistema.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	7.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del circuito de flujo de aire de gradiente.	Verificación del circuito de flujo de aire de gradiente.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
TOTAL LOTE 1										**388.713.641**

DONDE DICE

Este Comité de Evaluación se ratifica en todas las recomendaciones propuestas, según el resumen de adjudicación del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA – MARCA PHILIPS – MODELO INGENIA 1,5T - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017".ID N° 321.643** a la siguiente empresa:

DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEMESTRAL - EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T, CON SERIE N° 70282.

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad 2017	Cantidad 2018	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Inspección y Verificación técnica según especificaciones técnicas del fabricante del LCC.									
1	1.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del sensor de presión de LCC	Verificación del sensor de presión de LCC.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	1.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de presión del compresor	Verificación de presión del compresor.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	1.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de flujo de agua de entrada y salida de LCC	Verificación de flujo de agua de entrada y salida de LCC	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	1.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación visual de conexiones de agua	Verificación visual de conexiones de agua.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	1.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de sensor de presión de LCC	Verificación de sensor de presión de LCC.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	1.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Medición del nivel de Glycol	Medición del nivel de Glycol.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	2	Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante del Amplificador de RF y Amplificador de Gradiente.									

Mcal. López y Chel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

1	2.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PFEI test	Realización de PFEI test.	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248
1	2.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización RF amp TX1 PMU test bodycoil	Realización RF amp TX1 PMU test body coil.	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248
1	2.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de RF coils.	Verificación de RF coils.	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248
1	2.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de RF ampcontrolloop calibración	Realización de RF ampcontrolloop calibración	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248
1	2.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de Max KW calibración bodycoil.	Realizacion de Max KW calibración bodycoil	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248
1	2.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de FO determination.	Realizacion de FO determination.	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248
1	2.7	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de RF power ref. cal. Bodycoil.	Realizacion de RF power ref. cal. Bodycoil.	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248
1	2.8	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion Pickup coiltripl. Cal. Bodycoil.	Realizacion Pickup coil tripl. Cal. Body coil.	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248
1	3	Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante del DACC.									
1	3.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de CDAS	Verificación de CDAS.	Evento	Unidad	3	2	1	8.154.832	24.464.496
1	3.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del Reconstructor.	Verificación del Reconstructor.	Evento	Unidad	3	2	1	8.154.832	24.464.496
1	4	Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de la Mesa Paciente.									
1	4.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Limpieza de PSU.	Limpieza de PSU.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	4.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Limpieza y verificación de DCI coil sockets y conexiones.	Limpieza y verificación de DCI coil sockets y conexiones.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	4.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Lubricación de partes móviles de la mesa paciente.	Lubricación de partes móviles de la mesa paciente.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	4.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de alineación del soporte	Verificación de alineación del soporte de la mesa paciente.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

1	4.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PSU fan velocidad test.	Realización de PSU fan velocidad test.	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248
1	4.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de self test de Mesa Paciente.	Realización de self test de Mesa Paciente.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	5	Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de párametros del Magneto									
1	5.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de luces de comfort de paciente.	Verificación de luces de comfort de paciente.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	5.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de presión de llenado del magneto.	Verificación de presión de llenado del magneto.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	5.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de paradas de emergencias de consola y de UIM (PICU).	Verificación de paradas de emergencias de consola y de UIM (PICU).	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	5.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de línea de salida vent de Helio.	Verificación de línea de salida vent de Helio.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	5.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación ERDU.	Verificación ERDU.	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248
1	5.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de Cryogenicperfomance.	Realización de Cryogenicperfomance.	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248
1	6	Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de la consola y estación de trabajo.									
1	6.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección y limpieza de DVD PC.	Inspección y limpieza de DVD PC.	Evento	Unidad	3	2	1	1.359.139	4.077.416
1	6.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección y limpieza de Computadora Host.	Inspección y limpieza de Computadora Host.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	6.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de backup de configuración de la consola MR.	Realización de backup de configuración de la consola MR.	Evento	Unidad	3	2	1	1.359.139	4.077.416
1	6.4	3171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección, limpieza y verificación de estación de trabajo	Inspección, limpieza y verificación de estación de trabajo	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	7	Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de perfomance del sistema.									
1	7.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación SPT Spec files.	Verificación SPT Spec files.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

1	7.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PIQT.	Realización de PIQT.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	7.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de condiciones del site: húmedad y temperatura	Verificación de condiciones del site: húmedad y temperatura.	Evento	Unidad	3	2	1	2.718.277	8.154.832
1	7.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de conexión a tierra del sistema de la sala de examinación.	Verificación de conexión a tierra del sistema de la sala de examinación.	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248
1	7.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de corriente de fuga del sistema.	Verificación de corriente de fuga del sistema.	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248
1	7.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del circuito de flujo de aire de gradiente.	Verificación del circuito de flujo de aire de gradiente.	Evento	Unidad	3	2	1	4.077.416	12.232.248

LOTE 2: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA POR EVENTO PARA EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T. SIN CAMBIO DE REPUESTO.

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	Descripción	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad 2017	Cantidad 2018	Precio Unitario	Precio Total
2		Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Servicio de asistencia Técnica a demanda por evento.									
1	1.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Servicio de asistencia Técnica a demanda por evento.	Servicio de asistencia Técnica a demanda por evento.	Evento	Unidad	1	1	-	8.950.000	8.950.000

LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEMESTRAL – DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE MAGNETO Y SISTEMA DE CHILER DEL EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T, CON SERIE Nº 70282.

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad 2017	Cantidad 2018	Precio Unitario	Precio Total
3		**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEMESTRAL – DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE MAGNETO Y SISTEMA DE CHILER DEL EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T, CON SERIE Nº 70282.**									
1	1.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de Unidad Enfriadora de liquidos	Verificación de Unidad Enfriadora de liquidos: Registrar presiones de trabajo de los circuitos de refrigeración de alta y baja presión; y consumo de amperes del compresor y ventilador; temperatura de agua en la entrada y la salida. Verificar funcionamiento de flowswitch, operación de control de temperatura de agua, existencia de fuga de refrigerante, comunicación con los indicadores de marcha y parada y los parámetros de funcionamiento de la unidad enfriadora de respaldo. Realizar reajuste de los terminales de la fuerza motriz, bornera de los compresores y tablero eléctrico, limpieza de las unidades con hidrolavadora. Bomba de agua: Verificacion del estado de los filtros y la inexistencia de perdida en el circuito de agua.	Evento	Unidad	3	2	1	12.355.200	37.065.600

Mcal. López y Chel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

				Registrar consumo de amperes. Apretar terminales de la bornera eléctrica. Ajuste general de las terminales del tablero eléctrico. Limpieza externa de la unidad. UPS: Verificacion del estado de la unidad. Apretar terminales de la bornera eléctrica.							
1	1.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de equipos compactos de expansión directa	Verificación de equipos compactos de expansión directa: Limpieza de filtro de aire, control de inexistencia de perdidas de gas refrigerante, funcionamiento del termotasto. Revision y ajuste de apriete de las conexiones eléctricas de los componentes de mando y fuerza, revisión y limpieza del drenaje, revisión del funcionamiento de los controladores full gauge que comandan los equipos compactos. Registrar presiones de trabajo de los circuitos de refrigeración de alta y baja presión, y el consumo de amperes del compresor y los ventiladores. Equipo Split: Limpieza del filtro de aire, control de inexistencias de gas refrigerante y funcionamiento del termotasto. Revisión y ajuste de apriete de las conexiones eléctricas de los componentes de mando y fuerza, revisión y limpieza del drenaje. Registrar presiones de trabajo de los circuitos de refrigeración de alta y baja presión y el consumo de amperes del compresor y los ventiladores.	Evento	Unidad	3	2	1	8.236.800	24.710.400

LOTE 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T. CON CAMBIO DE REPUESTO.

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad 2017	Cantidad 2018	Precio Unitario	Precio Total
4		**MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T. CON CAMBIO DE REPUESTO.**									
1	1.1	73171602-006	Mantenimiento correctivo con la provisión de repuesto	Mantenimiento correctivo con la provisión del siguiente repuesto: Acutador Vertical	Evento	Unidad	1	1	-	90.000.000	90.000.000
TOTAL											**552.157.942**

RESUMEN DE LA ADJUDICACIÓN	
EMPRESA	**MONTO**
DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	552.157.942.-

DEBE DECIR:

Este Comité de Evaluación se ratifica en todas las recomendaciones propuestas, según el resumen de adjudicación del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA – MARCA PHILIPS – MODELO INGENIA 1,5T - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017".ID N° 321.643** a la siguiente empresa:

Mcal. López y Chel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.

LOTE	ITEM	CODIGO DE CATALGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	2017	2018	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEMESTRAL - EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T, CON SERIE N° 70282.										
1	**1**	**Inspección y Verificación técnica según especificaciones técnicas del fabricante del LCC.**								
1	1.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del sensor de presión de LCC	Verificación del sensor de presión de LCC.	EVENTO	2	0	2	2.718.277	5.436.554
1	1.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de presión del compresor	Verificación de presión del compresor.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	1.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de flujo de agua de entrada y salida de LCC	Verificación de flujo de agua de entrada y salida de LCC.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	1.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación visual de conexiones de agua	Verificación visual de conexiones de agua.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	1.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de sensor de presión de LCC	Verificación de sensor de presión de LCC.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	1.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Medición del nivel de Glycol	Medición del nivel de Glycol.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	**2**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante del Amplificador de RF y Amplificador de Gradiente.**								
1	2.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PFEI test	Realización de PFEI test.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización RF amp TX1 PMU test body coil.	Realización RF amp TX1 PMU test body coil.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de RF coils.	Verificación de RF coils.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de RF amp controlloop calibración	Realización de RF amp controlloop calibración	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248

Mcal. López y Chelmazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

1	2.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de Max KW calibración body coil.	Realizacion de Max KW calibración body coil	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de FO determination.	Realizacion de FO determination.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.7	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion de RF power ref. cal. Body coil.	Realizacion de RF power ref. cal. Body coil.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	2.8	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realizacion Pickup coil tripl. Cal. Body coil.	Realizacion Pickup coil tripl. Cal. Body coil.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	**3**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante del DACC.**								
1	3.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de CDAS	Verificación de CDAS.	EVENTO	2	1	3	8.154.832	24.464.496
1	3.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del Reconstructor.	Verificación del Reconstructor.	EVENTO	2	1	3	8.154.832	24.464.496
1	**4**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de la Mesa Paciente.**								
1	4.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Limpieza de PSU.	Limpieza de PSU.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	4.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Limpieza y verificación de DCI coil sockets y conexiones.	Limpieza y verificación de DCI coil sockets y conexiones.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	4.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Lubricación de partes móviles de la mesa paciente.	Lubricación de partes móviles de la mesa paciente.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	4.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de alineación del soporte de la mesa paciente.	Verificación de alineación del soporte de la mesa paciente.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

1	4.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PSU fan velocidad test.	Realización de PSU fan velocidad test.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	4.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de self test de Mesa Paciente.	Realización de self test de Mesa Paciente.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	**5**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de párametros del Magneto**								
1	5.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de luces de comfort de paciente.	Verificación de luces de comfort de paciente.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	5.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de presión de llenado del magneto.	Verificación de presión de llenado del magneto.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	5.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de paradas de emergencias de consola y de UIM (PICU).	Verificación de paradas de emergencias de consola y de UIM (PICU).	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	5.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de línea de salida vent de Helio.	Verificación de línea de salida vent de Helio.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	5.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación ERDU.	Verificación ERDU.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	5.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de Cryogenic perfomance.	Realización de Cryogenic perfomance.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	**6**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de la consola y estación de trabajo.**								
1	6.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección y limpieza de DVD PC.	Inspección y limpieza de DVD PC.	EVENTO	2	1	3	1.359.139	4.077.417
1	6.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección y limpieza de Computadora Host.	Inspección y limpieza de Computadora Host.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	6.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de backup de configuración de la consola MR.	Realización de backup de configuración de la consola MR.	EVENTO	2	1	3	1.359.139	4.077.417

Mcal. López y Crek Cazal
EMAIL:evaluacion_contrataciones@mcal.una.py
San Lorenzo – Paraguay

1	6.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Inspección, limpieza y verificación de estación de trabajo	Inspección, limpieza y verificación de estación de trabajo	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	**7**	**Inspección y Verificación general según especificaciones técnicas del fabricante de perfomance del sistema.**								
1	7.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación SPT Spec files.	Verificación SPT Spec files.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	7.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Realización de PIQT.	Realización de PIQT.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	7.3	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de condiciones del site: húmedad y temperatura.	Verificación de condiciones del site: húmedad y temperatura.	EVENTO	2	1	3	2.718.277	8.154.831
1	7.4	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de conexión a tierra del sistema de la sala de examinación.	Verificación de conexión a tierra del sistema de la sala de examinación.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	7.5	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de corriente de fuga del sistema.	Verificación de corriente de fuga del sistema.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
1	7.6	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación del circuito de flujo de aire de gradiente.	Verificación del circuito de flujo de aire de gradiente.	EVENTO	2	1	3	4.077.416	12.232.248
TOTAL LOTE 1										**388.713.641**
LOTE 2: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A DEMANDA POR EVENTO PARA EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T. SIN CAMBIO DE REPUESTO.										
2		**Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Servicio de asistencia Técnica a demanda por evento.**								
1	1.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Servicio de asistencia Técnica a demanda por evento.	Servicio de asistencia Técnica a demanda por evento.	EVENTO	1	0	1	8.950.000	8.950.000
TOTAL LOTE 2										**8.950.000**
LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEMESTRAL – DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE MAGNETO Y SISTEMA DE CHILER DEL EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T, CON SERIE N° 70282.										

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

3		**LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEMESTRAL – DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE MAGNETO Y SISTEMA DE CHILER DEL EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T, CON SERIE N° 70282.**								
1	1.1	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de Unidad Enfriadora de liquidos	**Verificación de Unidad Enfriadora de liquidos**: Registrar presiones de trabajo de los circuitos de refrigeración de alta y baja presión; y consumo de amperes del compresor y ventilador; temperatura de agua en la entrada y la salida. Verificar funcionamiento de flow switch, operación de control de temperatura de agua, existencia de fuga de refrigerante, comunicación con los indicadores de marcha y parada y los parámetros de funcionamiento de la unidad enfriadora de respaldo. Realizar reajuste de los terminales de la fuerza motriz, bornera de los compresores y tablero eléctrico, limpieza de las unidades con hidrolavadora.	EVENTO	2	1	3	12.355.200	37.065.600
				Bomba de agua: Verificacion del estado de los filtros y la inexistencia de perdida en el circuito de agua. Registrar consumo de amperes. Apretar terminales de la bornera eléctrica. Ajuste general de las terminales del tablero eléctrico. Limpieza externa de la unidad. **UPS**: Verificacion del estado de la unidad. Apretar terminales de la bornera eléctrica.						
1	1.2	73171602-006	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Dispositivos Médicos - Verificación de equipos compactos de expansión directa	**Verificación de equipos compactos de expansión directa**: Limpieza de filtro de aire, control de inexistencia de perdidas de gas refrigerante, funcionamiento del termotasto. Revision y ajuste de apriete de las conexiones eléctricas de los componentes de mando y fuerza, revisión y limpieza del drenaje, revisión del funcionamiento de los controladores full gauge que comandan los equipos compactos. Registrar presiones de trabajo de los circuitos de refrigeración de alta y baja presión, y el consumo de amperes del compresor y los ventiladores.	EVENTO	2	1	3	8.236.800	24.710.400

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

				Equipo Split: Limpieza del filtro de aire, control de inexistencias de gas refrigerante y funcionamiento del termotasto. Revision y ajuste de apriete de las conexiones eléctricas de los componentes de mando y fuerza, revisión y limpieza del drenaje. Registrar presiones de trabajo de los circuitos de refrigeración de alta y baja presión y el consumo de amperes del compresor y los ventiladores.						
TOTAL LOTE 3										**61.776.000**
LOTE 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T. CON CAMBIO DE REPUESTO.										
4		**LOTE 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE RESONANCIA MÁGNETICA DIGITAL DIRECTO, MARCA: PHILIPS, MODELO: INGENIA 1,5T. CON CAMBIO DE REPUESTO.**								
1	1.1	73171602-006	Mantenimiento correctivo con la provisión de repuesto	Mantenimiento correctivo con la provisión del siguiente repuesto: Acutador Vertical	EVENTO	1		1	90.000.000	90.000.000
TOTAL LOTE 4										**90.000.000**
TOTAL										**549.439.641**

RESUMEN DE LA ADJUDICACIÓN	
EMPRESA	**MONTO**
DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	549.439.641.-

TERCERO: Este Comité de Evaluación se ratifica en todas las recomendaciones propuestas, según el resumen de adjudicación del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA – MARCA PHILIPS – MODELO INGENIA 1,5T - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017".ID N° 321.643** a la siguiente empresa:

Con lo que se dio por terminado el acto siendo las 07:30 hs. a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete. Luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas que conforman el Comité Evaluador en prueba de conformidad

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA
MIEMBRO DEL COMITÉ

PROF. DR. SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. JORGE EDUARDO GIUBI BOBEDA
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. MANUEL BERNAL ROLÓN
MIEMBRO DEL COMITÉ

DRA. ROSALINA AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. MARIA TERESA CORONEL AVALOS
MIEMBRO DEL COMITÉ

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

LIC. NERIS AGUILAR
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. ALBERTO CANO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. LIZANIA CARDOZO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. VICTOR VILLALBA
MIEMBRO DEL COMITÉ

UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA
MIEMBRO DEL COMITÉ

Mcal. López y Cnel Cazal
E-MAIL:evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay