Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente — INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2021

Item	Descripción del bien y/o servicio.	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL IVA INCLUIDO	OFERTA N°1 MEGA SERVICE S.R.L.			
						MARCA	Procedencia	Precio Unitario (IVA iIncluido)	% de Variacion
1	"AQUISICION DE LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL PARA EL INCAN - SBE- AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA"	LAVADORA EXTRACTORA DE BARRERA SANITARIA• Capacidad mínima 50kgs. Factor de carga 1/9 o 1/10 • Dos (2) puertas, Carga de ropa sucia por la parte frontal y descarga de ropa limpia por la parte posterior con sistema de traba neumática.• La lavadora debe impedir la posibilidad de que puedan abrirse ambas puertas al mismo tiempo (lado sucio y limpio) para evitar contaminaciones.• El posicionamiento del tambor debe ser de forma automática. • Velocidad de centrifugado 920 rpm mínimo y Fuerza G 360 mínimo. • Sistema de suspensión del tambor o bombo a través de almohadas neumáticas y amortiguadores que garantice la absorción de vibraciones del centrifugado.• La traba de puertas y sistema de frenado deben ser neumáticas.• El Chasis debe estar construidos en perfiles de acero mecano-soldados decapados en caliente.• Tambor o bombo fabricada en Acero Inoxidable de 4mm o superior de espesor con palas perforadas para efecto "spray" • Todas las partes en contacto con el baño deben ser de acero inoxidable.• Medidas mínimas del tambor o bombo: diámetro mínimo 762mm. X 970mm de profundidad y debe contar con 02 (dos) compartimentos. • Potencia de motor de 6 KW minimo. • El equipo debe contar con al menos 4 (cuatro) compartimentos de dosificadores internos para productos químicos. • Entrada de agua: deberá contar con al menos 03 (tres) de 3/4" mínimo • Desagüe: drenaje por gravedad de 125mm. (mínimo) • Aire comprimido: se debe proveer un compresor con la capacidad requerida y recomendada por el fabricante para el normal funcionamiento del equipo en caso de requerirlo.• Calefacción eléctrica: de 45Kw. minimo.• Programas y funciones que debe controlarse mediante MICROPROCESADOR incorporado con las siguientes funciones mínimas;- 10 programas de fábrica. Hasta 250 programas disponibles.- 15 ciclos. - 6 compartimentos para detergente con hasta 16 entradas líquidas minimo.- 4 entradas de agua, 3 entradas de agua de la caldera, 2 desagües y una bomba minimo.- Historia de alarmas.- Menú servicio.- Ajuste manual de configuración de tiempo. - Sistema de pesaje con dosificación opcional. - Paro de detergente.- 2 configuraciónes de enfriamiento programadas entre 4 – 12 min.- Cambios en tiempo de ejecución.- Comienzo retardado.- Opciones de mezcla de agua.- Pausa o paro del proceso.- Regreso al paso o ciclo anterior.- Avance al paso o ciclo	Unidad	1	511.666.666	GIRBAU	ESPAÑA	511500000	0,0

Lic. CELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos
Reg. Prof. N° 44-INCAN

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente | INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2021

		siguiente.- Parametros variables de nivel de agua, temperatura o tiempo de lavado.- Factor G, humedad H y cierre del desagüe modificables.- Posibilidad de comprobar la activación de entradas o salidas.- Estadísticas memorizadas en el control durante 12 meses minimos. -Nota de los ciclos al inicio de cada proceso. - Memoria interna de 64Mb. - Pantalla LCD - Touch. - Caracteristica electricas: 3 fases en 50Hz. - Poseer Certificado de Calidad del pais de origen. - Debe incluir todos los trabajos de instalacion y puesta en marcha del equipo (Instalacion electrica desde el tranformador o tablero principal de la instalacion), agua, desague y obras civiles en caso de ser necesario anclafdo del equipo). - Se debe proveer un manual de despiece de la maquina. - Garantia de 1 año contra defectos de fabricacion.							

LIC. NELSA CARDOZO
Jefe Dpto. Adq. y Suministros
INCAN

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos
Reg. Prof. N° 44-INCAN