ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES

FF.10 - RECURSOS ORDINARIOS DEL TESORO

									GAS METAL SRL			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CONCENTRACION/ESPECIFICACION	F.M	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio referencial SISTEMA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	DESCARTABLES											
1	12141904-002	OXIGENO LIQUIDO	Pureza mín. requerida para el oxígeno líquido será de 99,5 %, =/< 6 ppm de H2O. Impurezas CO2 <= 300 ppm y CO<5ppm. Humedad < 67 ppm y deberá ser corroborado con un certificado de análisis que deberá presentar el proveedor para cada entrega del producto, emitido por el Químico Farmacéutico Regente o Director Técnico de la empresa proveedora.		UNIDAD	M3	76.800	23.950	GAS METAL SRL	PARAGUAYA	23.950	1.839.360.000
2	12141904-003	OXIGENO GASEOSO	La pureza mínima para el Oxigeno Gaseoso Medicinal será de 99,5%, =/<200ppm de humedad. Los productos en fase gaseosa de grado medicinal deben ser proveídos con certificado de análisis por lote. Para cada caso el proveedor deberá presentar certificado de pureza de los gases anteriormente mencionados emitido por el Quimico Farmacéutico Regente o Director Técnico de la empresa proveedora.		UNIDAD	M3	11.000	18.000	GAS METAL SRL	PARAGUAYA	18.000	198.000.000
3	42191711-001	AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	Pureza mínima en o2: 19,9% v/v<o2<21,9% v/v Balance n2:78,1%<n2<80,1% v/v. Impurezas de co2 <300 ppm, co:<5ppm, humedad:<60ppm, no y no2 <2ppm, so2<1ppm, halógenos: negativos. En cilindros de alta presión con capacidad entre 6 a 8 m3		UNIDAD	M3	175	22.000	GAS METAL SRL	PARAGUAYA	22.000	3.850.000
4	12142104-002	GAS CARBÓNICO	GAS COMPRIMIDO EN CILINDROS DE ALTA PRESIÓN CON CAPACIDAD DE 4 A 30 KG. LA PUREZA MÍNIMA REQUERIDA ES DE 99,8%, IMPUREZAS DE CO=< 10 PPM, HUMEDAD<=200 PPM AMONIACO<=25 PPM. NOX=< 2,5 PPM, SO2<=5 PPM		UNIDAD	KLS.	81	14.000	GAS METAL SRL	ARGENTINA	14.000	1.134.000
										TOTAL		**2.042.344.000**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
COMANDO LOGÍSTICO