INFORME DE EVALUACIÓN

1. INTRODUCCIÓN:

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 24 días del mes de **julio de 2019**, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 13/19 "ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS"** con **ID N° 358.513**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003 y** demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.-

Por sorteo realizado en la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa Contrataciones, en fecha 03 de julio de 2019, fueron designados los miembros para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 13/19 "ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS",** conforme al siguiente detalle:

- ✓ Laura Teresita Melgarejo en representación de la Dirección Operativa de Contrataciones.
- ✓ Abg. Yolanda Rodriguez, en representación de la Dirección Jurídica.
- ✓ Blas Saul Paez Mendoza, en representación de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.

2. ANTECEDENTES:

Que, por Memorándum DEM/EM2 N° 5/2019, expediente MEM-0262-2019-000005 de fecha 11 de enero de 2019, el Departamento de Electromedicina, a través de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud solicita el inicio del llamado a Licitación para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA EL IPS",** recepcionado en la Dirección Operativa de Contrataciones en fecha 29 de enero de 2019.-

Que, por Memorándum DOP/DTC/N° 0145/2019 de fecha 14 de febrero de 2019, el Departamento Técnico de Contrataciones informó que se ha incluido en el PAC 2019, el llamado para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA EL IPS"** con ID N° 358.513.-

Que, por Resolución N° 018-010/19 de fecha 23 de abril de 2019, se Autorizó el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 13/19 "ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS",...Art. 2°)....** Aprobar el Pliego de Bases y Condicione del llamado...**Art. 3°)....** se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y su difusión a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. N° 575/19 de fecha 24 de abril de 2019, se puso a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 13/19 "ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS",** con **ID N° 358.513.-**

Que, el llamado fue publicado en fecha 3, 4 y 5 de mayo de 2019 en prensa escrita, las cuales constan en antecedentes.

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Que la Dirección de Contabilidad y Presupuesto por Memorándum CA N° 5000003203/19 de fecha 13 de febrero de 2019, informa que el referido llamado corresponde al objeto de **535 Equipos de Salud y Laboratorio** del **Programa N° 2 "Servicios Sociales de Calidad"**, y que cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 322/19 de fecha 13 de febrero de 2019.Cabe mencionar que el presente llamado es de carácter plurianual, cuyos pagos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.-

4. APERTURA DE SOBRES OFERTAS.

Según Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID N° **358.513** en la ciudad de Asunción, Capital de la República de Paraguay siendo las 09:48 hs del día 25/6/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas EEUU N° 961 casi Tte. Fariña, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 en la Resolución N° 1408/14, finaliza la Subasta a la Baja Electrónica **LICITACIÓN PÚBLICA**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. BLAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodriguez
Abogada - Mat. N° 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

NACIONAL SBE N° 13/19 "ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS", arrojando el listado de los Proveedores Participantes:

- **ANDRES H. ARCE S.A. - RUC: 80023488-0**
- **DENTOPAR S.A. – RUC: 80009941-9**
- **DENTAL GUARANI S.A. – RUC: 80025640-9**

Que, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil diez y nueve, en la Sede del Instituto de Previsión Social, se dio apertura a las 09:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1. **ANDRES H. ARCE S.A. - RUC: 80023488-0:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 1.072.499.956.- (Guaraníes un mil setenta y dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y seis). IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 250.000.000.- (Guaraníes Doscientos cincuenta Millones)** Empresa Aseguradora: **GENERAL SEGUROS-** N° de Póliza: 1508011417-1508.- Total de hojas foliadas 61 (sesenta y uno).

2. **DENTAL GUARANI S.A. - RUC: 80025640-9:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 798.790.000.- (Guaraníes setecientos noventa y ocho millones setecientos noventa mil). IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 180.000.000.- (Guaraníes ciento ochenta Millones)** Empresa Aseguradora: **GENERAL SEGUROS-** N° de Póliza: 1508011421-1508.- Total de hojas foliadas 81 (ochenta y uno).

<u>OBSERVACION:</u> Se aclara que la firma DENTOPAR S.A, no presento su oferta Física.

5. <u>INFORME JURIDICO:</u>

El informe jurídico resultante de la verificación de la oferta presentada por la firma:

➢ **DENTAL GUARANI S.A. - RUC: 80025640-9**

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.--

MONTO DE OFERTA POR LOTE/ GS.	GARANTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA	NO HALLARSE COMPRENDIDO EN LAS INHABILIDADES DEL ART. 40 Y DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD	REPRESENTACIÓN SUFICIENTE DEL FIRMANTE DE LA OFERTA	FORMULARIO DE OFERTA
GS. 798.790.000.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

- **DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL:**
  En lo relativo a la documentación de carácter formal, cumple de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

➢ **ANDRES H. ARCE S.A. - RUC: 80023488-0**

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.--

MONTO DE OFERTA POR LOTE/ GS.	GARANTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA	NO HALLARSE COMPRENDIDO EN LAS INHABILIDADES DEL ART. 40 Y DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD	REPRESENTACIÓN SUFICIENTE DEL FIRMANTE DE LA OFERTA	FORMULARIO DE OFERTA
GS. 1.072.499.956.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

- **DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL:**
  En lo relativo a la documentación de carácter formal, cumple de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. BLÁS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Olinda Rodríguez
Abogada - Mat. N° 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

6. INFORME SINARH

Verificación Conforme a la Resolución DNCP N° 849/15, que resuelve *"El Comité Evaluador confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. A y b de la Ley 2051/03"...*

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:
En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.

Inciso a)
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.

Inciso b)
Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.
Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Por correo electrónico de fecha 15 de julio de 2019, se le solicitó a la **Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones** lo siguiente:

La verificación en los registros de la base de datos del SINARH, si los oferentes cuyos números de cédulas de identidad remitimos adjunto, si se encuentran comprendidos entre dichas prohibiciones.

Oferente: ANDRÉS H. ARCE S.A.

- JUAN CARLOS ARCE RAMIREZ C.I. N° 561.782
- LORENZO FELIX DIAZ ZUCOLILLO C.I. N° 566.987

Oferente: DENTAL GUARANÍ S.A.

- JUAN CARLOS PAEZ COLMAN C.I. N° 768.047
- ARCENIO PAEZ COLMÁN C.I. N° 867.371

RESPUESTA: La Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones remite por Memorándum DOP/COP N° 001/2019 de fecha 15 de julio de 2019, el reporte solicitado.

En conclusión, este comité de Evaluación, con respaldo documental de la Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones respecto al informe del SINARH y del análisis de las condiciones de cada uno de los representantes legales y trabajadores de las empresas participantes, determina que las mismas no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 Inc. a y b de la Ley 2051/03.

7. REGISTRO DE INHABILITADOS.

Se ha insertado los números de RUC de las empresas oferentes en el Registro de Inhabilitados situado en la plataforma digital de la DNCP, y se ha constatado que las mismas no se encuentran inhabilitadas para contratar con el Estado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. [illegible] PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. Nº 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

8. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS.

Siguiendo el Método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas por la firmas **ANDRES H. ARCE S.A. y DENTAL GUARANI S.A.**, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, verificándose que no se encuentran errores aritméticos en las ofertas presentadas por las empresas.

9. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOLICITADAS

De conformidad al Art. 57 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y al IAO N° 28, con el objeto de aclarar las ofertas presentadas y completar la documentación adicional requerida en el PBC, se requirió lo siguiente, en el plazo establecido en la nota.

- Por **NOTA DLI N° 898/19** de fecha 09 de julio de 2019, fue solicitada a la Empresa **ANDRES H. ARCE S.A.** las muestras de los Ítems 1, 2, 3, 4 y 5.

Respuesta: la Empresa **ANDRES H. ARCE S.A.**, presenta la muestra solicitada en tiempo y en forma.-

- Por **NOTA DLI N° 899/19** de fecha 09 de julio de 2019, fue solicitada a la Empresa **DENTAL GUARANI S.A.** las muestras de los Ítems 1, 2, 3, 4 y 5.

Respuesta: la Empresa **DENTAL GUARANI S.A.**, presenta la muestra solicitada en tiempo y en forma.-

- Por **NOTA DLI N° 900/19** de fecha 09 de julio de 2019, fue solicitada a la Empresa **DENTAL GUARANI S.A.** los siguientes documentos:

1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de equipos biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 – 2015 – 2016 – 2017 - 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.
2. Autorización del fabricante:

a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.

b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante

c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.

3. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.
4. Declaración Jurada donde el Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1(un) año, comprobable con un certificado de año de fabricación, emitida por la fábrica y legalizado por el Consulado del país de origen.
5. Copia simple de la Certificación emitida por el fabricante de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. Para la firma de contrato deberán presentar completamente legalizada y consularizada por el consulado del país de origen o centro regional de distribución.
6. Cumplimiento total de las Especificaciones Técnicas (salvo los puntos que sean opcionales o que se aclaren que no son excluyentes). Las planillas de especificaciones técnicas deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. de Folio en la columna FOLIO. Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lauth T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. BLAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. N° 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado. Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas

7. Las planillas de especificaciones técnicas, así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD).

8. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final donde conste el **desempeño satisfactorio** en la provisión de equipos biomédicos, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió)

Respuesta: la Empresa **DENTAL GUARANI S.A.,** presenta la documentación solicitada en tiempo y en forma.-

- Por **NOTA DLI N° 901/19** de fecha 09 de julio de 2019, fue solicitada a la Empresa **ANDRES H. ARCE S.A.** los siguientes documentos:

1. Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente.
2. Copia Autenticada Patente Municipal Vigente
3. Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente
4. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de equipos biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 – 2015 – 2016 – 2017 - 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.
5. Autorización del fabricante:

d) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.

e) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante

f) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.

6. Cumplimiento total de las Especificaciones Técnicas (salvo los puntos que sean opcionales o que se aclaren que no son excluyentes). Las planillas de especificaciones técnicas deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. de Folio en la columna FOLIO. Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado. Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas
7. Las planillas de especificaciones técnicas, así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD).
8. Certificado o constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para dispositivos médicos.
9. Declaración Jurada donde el Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1(un) año, comprobable con un certificado de año de fabricación, emitida por la fábrica y legalizado por el Consulado del país de origen.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. ELAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. N° 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

10. Copia simple de la Certificación emitida por el fabricante de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. Para la firma de contrato deberán presentar completamente legalizada y consularizada por el consulado del país de origen o centro regional de distribución.
11. Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico de los equipos ofertados.
12. Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente.
13. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final donde conste el **desempeño satisfactorio** en la provisión de equipos biomédicos, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).

Respuesta: la Empresa **ANDRES H. ARCE S.A.,** presenta la documentación solicitada en tiempo y en forma.-

- Por **NOTA DLI N° 902/19** de fecha 09 de julio de 2019, fue solicitada a la Empresa **DENTAL GUARANI S.A.** la composición de su planilla de precios de los **LOTES 1, 2 y 3** conforme al siguiente cuadro:

  Estructura de Precio – Indicadores
  - Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
  - Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
  - Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
  - Otros Gastos
  - Impuestos

Respuesta: la Empresa **DENTAL GUARANI S.A.,** presenta la documentación solicitada en tiempo y en forma.-

- Por **NOTA DLI N° 903/19** de fecha 09 de julio de 2019, fue solicitada a la Empresa **ANDRES H. ARCE S.A.** la composición de su planilla de precios de los **LOTES 1, 2 y 3** conforme al siguiente cuadro:

  Estructura de Precio – Indicadores
  - Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
  - Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
  - Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
  - Otros Gastos
  - Impuestos

Respuesta: la Empresa **DENTAL GUARANI S.A.,** presenta la documentación solicitada en tiempo y en forma.-

- Por **NOTA DLI N° 957/19** de fecha 15 de julio de 2019, fue solicitada a la Empresa **DENTAL GUARANI S.A.** los siguientes documentos:
  1. Cumplimiento total de las Especificaciones Técnicas (salvo los puntos que sean opcionales o que se aclaren que no son excluyentes). Las planillas de especificaciones técnicas deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. de Folio en la columna FOLIO. ***Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado.*** Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas. PARA LOS ITEMS 2, 4 y 5.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. BLAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. N° 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

2. Las planillas de especificaciones técnicas, así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD).

Respuesta: la Empresa **DENTAL GUARANI S.A.,** NO presentan las documentaciones requeridas para los ítems solicitados.-

- Por **NOTA DLI N° 958/19** de fecha 15 de julio de 2019, fue solicitada a la Empresa **ANDRES H. ARCE S.A.** los siguientes documentos:
  1. Cumplimiento total de las Especificaciones Técnicas (salvo los puntos que sean opcionales o que se aclaren que no son excluyentes). Las planillas de especificaciones técnicas deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. de Folio en la columna FOLIO. ***Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado.*** Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas. PARA LOS ITEMS 1 y 5.
  2. Las planillas de especificaciones técnicas, así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD).

Respuesta: la Empresa **ANDRES H. ARCE S.A.,** presenta la documentación solicitada en tiempo y en forma.-

- Por **NOTA DLI N° 1002/19** de fecha 18 de julio de 2019, fue solicitada a la Empresa **DENTAL GUARANI S.A.** la siguiente aclaración:
  1. En el ***Ítem 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL, en el punto 1.4.6. Tiempo de esterilización programable: dos o más programas***, se solicita aclaración del numero de folio del catálogo en el que se visualiza dicha especificación

Respuesta: la Empresa **DENTAL GUARANI S.A.,** presenta la documentación solicitada en tiempo y en forma.-

- Por **NOTA DLI N° 1041/19** de fecha 22 de julio de 2019, fue solicitada a la Empresa **ANDRES H. ARCE S.A.** los siguientes documentos:
  1. Balances de los años 2015, 2016 y 2017.

Respuesta: la Empresa **ANDRES H. ARCE S.A.,** presenta la documentación solicitada en tiempo y en forma.-

10. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FORMAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,

	ANDRES H. ARCE	DENTAL GUARANI
1. **Formulario de Oferta *** *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	CUMPLE	CUMPLE
2. **Garantía de Mantenimiento de Oferta*** *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	CUMPLE	CUMPLE
3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	CUMPLE	CUMPLE
4. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	CUMPLE	CUMPLE
5. Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	CUMPLE	CUMPLE
6. Copia Autenticada Patente Municipal Vigente	CUMPLE	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. PAAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Rodríguez
Abogada - Mat. N° 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 13/19
"ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS"
con **ID N° 358.513**

	ANDRES H. ARCE	DENTAL GUARANI
7. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	CUMPLE	CUMPLE
8. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE	CUMPLE
9. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE
10. Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente.	CUMPLE	CUMPLE
11. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de equipos biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 – 2015 – 2016 – 2017 - 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.	CUMPLE	CUMPLE
12. Autorización del fabricante: Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.	CUMPLE	CUMPLE
13. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.	CUMPLE	CUMPLE
14. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.	CUMPLE	CUMPLE
15. Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente.	CUMPLE	CUMPLE
16. Copia Autenticada Patente Municipal Vigente	CUMPLE	CUMPLE
17. Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente	CUMPLE	CUMPLE
18. Balances de los años 2015, 2016 y 2017.	CUMPLE	CUMPLE
19. Copia Autenticada del Impuesto a la Renta de los tres últimos años (2015, 2016 y 2017)	CUMPLE	CUMPLE
20. Cumplimiento total de las Especificaciones Técnicas (salvo los puntos que sean opcionales o que se aclaren que no son excluyentes). Las planillas de especificaciones técnicas deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. de Folio en la columna FOLIO. Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado. Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas	CUMPLE	CUMPLE para los ítems 1 y 3, y NO CUMPLE para los ítems 2,4 y 5.
21. Las planillas de especificaciones técnicas, así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD).	CUMPLE	CUMPLE para los ítems 1 y 3, y NO CUMPLE para los ítems 2,4 y 5.
22. Certificado o constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para dispositivos médicos.	CUMPLE	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. BLAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. Nº 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

	ANDRES H. ARCE	DENTAL GUARANI
23. Declaración Jurada donde el Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos y sin uso, con una antigüedad de fabricación no mayor a 1(un) año, comprobable con un certificado de año de fabricación, emitida por la fábrica y legalizado por el Consulado del país de origen.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
24. Copia simple de la Certificación emitida por el fabricante de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. Para la firma de contrato deberán presentar completamente legalizada y consularizada por el consulado del país de origen o centro regional de distribución.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
25. Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico de los equipos ofertados.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
26. Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente	**CUMPLE**	**CUMPLE**
27. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión de equipos biomédicos, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el resonsable que lo emitió).	**CUMPLE**	**CUMPLE**
28. Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto	**NO APLICA**	**NO APLICA**

11. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

El Comité de Evaluación procede al **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS** de las Empresa Oferentes, en el marco de la presente Licitación Pública, a fin de determinar si la misma cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones.

DENTAL GUARANI S.A.									
		Año 2015		**Año 2016**		**Año 2017**		**Promedio**	**Observaciones**
Ratio de Liquidez	Activo corriente	6.299.710.565	2,06	9.170.223.222	2,41	10.493.367.212	2,03	**2,05**	CUMPLE
	Pasivo corriente	3.053.839.777		3.806.601.611		5.162.999.295			
Endeudamiento	Pasivo total	3.053.839.777	0,43	3.806.601.611	0,38	5.162.999.295	0,38	**0,41**	CUMPLE
	Activo total	7.073.179.924		10.016.759.404		13.472.137.097			
Rentabilidad	Utilidad Neta	887.006.402	2,46	1.012.215.316	0,20	1.938.754.419	0,39	**1,43**	CUMPLE
	Capital	360.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					10.493.367.212	5.330.367.917	**119.818.500**	CUMPLE
	Pasivo corriente					5.162.999.295			
Monto Ofertado:									**798.790.000**

ANDRES H. ARCE									
		Año 2015		**Año 2016**		**Año 2017**		**Promedio**	**Observaciones**
Ratio de Liquidez	Activo corriente	22.770.861.588	1,89	21.089.451.922	1,91	21.672.761.552	1,85	**1,87**	CUMPLE
	Pasivo corriente	12.016.802.985		11.058.976.970		11.723.123.352			
Endeudamiento	Pasivo total	12.016.802.985	0,51	11.058.976.970	0,50	12.573.021.736	0,53	**0,52**	CUMPLE
	Activo total	23.707.173.850		22.101.686.944		23.551.151.357			
Rentabilidad	Utilidad Neta	994.094.468	0,33	911.616.559	0,30	781.750.179	0,26	**0,30**	CUMPLE
	Capital	3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					21.672.761.552	9.949.638.200	**160.874.993**	CUMPLE
	Pasivo corriente					11.723.123.352			
Monto Ofertado:									**1.072.499.956**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. ROAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. N° 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

12. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:

Seguidamente el Comité de Evaluación procede al Análisis de la Experiencia de las empresas oferentes, cuantificando por empresa los copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de equipos biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta, de conformidad a la *SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN*

ANDRES H. ARCE		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS 5 ULTIMOS (CINCO) AÑOS (2014 – 2015 – 2016 - 2017- 2018).		
AÑO	**CONTRATO Y/O FACTURA**	**MONTO**
2017	CONTRATO N° 000077	6.023.928
2017	CONTRATO N°47/2017	38.445.970
2017	CONTRATO N° 31/2017	143.066.700
2014	CONTRATO N° 097/2014	9.860.000
2015	CONTRATO RECTORADO UIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION	78.972.000
2016	CONTRATO N° 42/2016	20.636.000
2016	CONTRATO N° 31/2016	24.018.800
2016	CONTRATO N° 119/2016	24.597.621
2014	CONTRATO N° 24/2014	292.902.678
50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta		**638.523.697**
MONTO DE LA OFERTA:		**GS. 1.072.499.956**

DENTAL GUARANI		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS 5 ULTIMOS (CINCO) AÑOS (2014 – 2015 – 2016 - 2017- 2018).		
AÑO	**CONTRATO Y/O FACTURA**	**MONTO**
2017	CONTRATO MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION	39.000.000
2016	CONTRATO N° 44/16	250.000.000
2018	CONTRATO POLICIA NACIONAL	39.000.000
2017	CONTRATO N° 220/2017	2.392.000.000
50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta		**2.720.000.000**
MONTO DE LA OFERTA:		**GS. 798.789.988**

13. EVALUACION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

En base al estudio pormenorizado de las documentaciones técnicas presentadas por las firmas oferentes, en la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 13/19 "ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS"**, y conforme al Pliego de Bases y Condiciones, se formulan las siguientes observaciones:

ÍTEM 1: AUTOCLAVE HORIZONTAL			**ANDRES H.ARCE**			**DENTAL GUARANI**		
Especificaciones Técnicas								
1.	**1**	**Datos Generales**						
1.	1.1	Descripción: Equipo biomédico diseñado para la aspiración de fluidos corporales, gases, tejidos y huesos de pacientes durante o después de la cirugía.						
1.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**						
1.	2.1	Marca:	RUNYES			DABI ATLANTE		
1.	2.2	Modelo:	SEA			D700		
1.	2.3	Origen:	CHINA			BRASIL		
1.	2.4	Dirección Web del fabricante:						
Criterios de evaluación								
1.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
1.	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.		Documentos			Documentos	
1.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.		Documentos			Documentos	
1.	**4**	**Características**						
1.	4.1	Capacidad del tanque 21 Litros o mas	**CUMPLE**	Manual	5	**CUMPLE**		1
1.	4.2	Tres bandejas o más de acero inoxidable o Aluminio	**CUMPLE**	Accesorio con el equipo	20	**CUMPLE**	Accesorio con el equipo	3
1.	4.3	Estructura del tanque de presión en acero inoxidable	**CUMPLE**	Manual	5	**CUMPLE**	Manual	1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. BLAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. Nº 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 13/19
"ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS"
con **ID N° 358.513**

ÍTEM 1: AUTOCLAVE HORIZONTAL			ANDRES H.ARCE			DENTAL GUARANI		
1.	4.4	Tapa en acero inoxidable	**CUMPLE**	Manual	5	**CUMPLE**	Manual	1
1.	4.5	Sistema de seguridad mecánica o palanca para apertura con despresurización	**CUMPLE**	Por el equipo	11 Fig 5-4	**CUMPLE**	Por el equipo	
1.	4.6	Tiempo de esterilización programable: dos o más programas	**CUMPLE**	Por el equipo	20 Punto 5.2.1	**CUMPLE**	Manual	3
1.	4.7	Indicador de presión y temperatura	**CUMPLE**	Por el equipo	10	**CUMPLE**	Por el equipo	1
1.	4.8	Comando o panel frontal, con indicador de Inicio de ciclo, calentamiento/esterilización, secado, anulación o interrupción del ciclo, fin de ciclo, indicador de equipo encendido o conectado.	**CUMPLE**	Manual y Por el equipo	8	**CUMPLE**	Por el equipo	1
1.	4.9	Con manguera de salida externa de vapor, adecuada para alta temperatura	**CUMPLE**	Accesorio con el equipo		**CUMPLE**	Accesorio con el equipo	3
1.	4.10	Sistema de seguridad contra la sobrepresión y sobrecalentamiento	**CUMPLE**	Manual	5	**CUMPLE**	Por el equipo	2
1.	4.11	Con agarrador de bandeja para evitar contacto con el instrumentador	**CUMPLE**	Accesorio con el equipo		**CUMPLE**	Accesorio con el equipo	3
1.	4.12	Con vaso dosificador graduado para dosificar la cantidad de agua para cada ciclo	**CUMPLE**	Accesorio con el equipo		**CUMPLE**	Accesorio con el equipo	3
1.	4.13	Sistema de protección contra variación de la corriente eléctrica o estabilizador de tensión	**CUMPLE**	Accesorio para el equipo		**CUMPLE**	Accesorio para el equipo	
1.	4.14	Tensión de alimentación: 220 Vca / 50 Hz	**CUMPLE**	Manual	5	**CUMPLE**	Manual	3
1.	4.15	**Accesorios:**						
1.	4.15.1	Un total de 6 (seis) juegos o más de resistencia para las 46 autoclaves.	**CUMPLE**	-	-	**CUMPLE**	-	-

ÍTEM 2: LAVADORA ODONTOLOGICA			ANDRES H.ARCE			DENTAL GUARANI		
Especificaciones Técnicas								
2.	**1**	**Datos Generales**						
2.	1.1	Descripción general: Lavadora dedicada a instrumentales de uso odontológico.						
2.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**						
2.	2.1	Marca:	GNATUS			**NO CUMPLE - No presenta muestra**		
2.	2.2	Modelo:	6L			**NO CUMPLE - No presenta muestra**		
2.	2.3	Origen:	BRASIL			**NO CUMPLE - No presenta muestra**		
2.	2.4	Dirección Web del fabricante:	-			-		
Criterios de evaluación								
2.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
2.	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas		Documentos		-	-	-
2.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.		Documentos		-	-	-
2.	**4**	**Características**						
2	4.1	Generación de vibración ultrasónica.	**CUMPLE**	Manual	33	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
2	4.2	Frecuencia ultrasónica: 35.000 Hz o más	**CUMPLE**	Manual	34	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
2	4.3	Tanque con capacidad de 6 litros o más	**CUMPLE**	Manual	33	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
2	4.4	Pantalla digital donde muestre tiempo de operación.	**CUMPLE**	Manual	36	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
2	4.5	Canasta con resistencia al calor para contener los instrumentales	**CUMPLE**	Manual	31	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. EDAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. Nº 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ÍTEM 2: LAVADORA ODONTOLOGICA			ANDRES H.ARCE			DENTAL GUARANI		
2	4.6	Calentadores de cerámica.	**CUMPLE**	Manual	33	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
2	4.7	El equipo deberá permitir la selección de la temperatura del agua.	**CUMPLE**	Manual	38	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
2	4.8	Configuraciones de temperatura al menos: 40°C – 45°C – 50°C – 55°C - 60°C.	**CUMPLE**	Manual	34	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
2	4.9	Con válvula de drenaje: para el flujo del depósito interno	**CUMPLE**	Manual	31	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
2	4.10	Configuración del reloj: Reloj con intervalo de 1 minuto o menos a 30 minutos o más.	**CUMPLE**	Manual	33	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
2	4.11	Material del tanque: Acero inoxidable	**CUMPLE**	Manual	34	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
2	4.12	Tensión de alimentación: 220 Vca / 50 Hz	**CUMPLE**	Manual	34	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-

Observación: la empresa **Dental Guaraní S.A.** no presenta muestra, por tanto **NO CUMPLE.**

ÍTEM 3: DESTILADOR DE AGUA			ANDRES H.ARCE			DENTAL GUARANI		
Especificaciones Técnicas								
3.	**1**	**Datos Generales**						
3.	1.1	Descripción general: Destilador de agua para uso en odontología.						
3.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**						
3.	2.1	Marca:	GNATUS			BIO-ART		
3.	2.2	Modelo:	BIOAQUA			DESTILADOR DE AGUA		
3.	2.3	Origen:	BRASIL			BRASIL		
3.	2.4	Dirección Web del fabricante:	-			-		
Criterios de evaluación								
3.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
3.	3,1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas		Documentos			Documentos	
3.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.		Documentos			Documentos	
3.	**1**	**Características**						
3.	4,1	Destilador portátil para eliminación de sólidos disueltos totales (minerales, metales pesados, toxinas o cualquier otro contaminante).	**CUMPLE**		38	**CUMPLE**	Manual	3
3.	4.2	Velocidad de destilación: 1 litro por hora o más.	**CUMPLE**		40	**CUMPLE**	Manual	4
3.	4.3	Pulsador con apagado automático.	**CUMPLE**		39	**CUMPLE**	Manual	4
3.	4.4	Potencia 750 W o más.	**CUMPLE**		40	**CUMPLE**	Manual	6
3.	4.5	Capacidad de la cámara de evaporación : 2 L o más	**CUMPLE**		40	**CUMPLE**	Manual	6
3.	4.6	Capacidad de reservorio (galón plástico) : 2 L o más	**CUMPLE**		40	**CUMPLE**	Manual	6
3.	4.7	Material interno de la cámara de evaporación y la tapa : Acero inoxidable	**NO CUMPLE**		40	**CUMPLE**	Manual	6
3.	4.8	Carcasa externa: material termoplástico	**CUMPLE**		40	**CUMPLE**	Manual	2 - 6.
3.	4.9	Tensión de alimentación: 220 Vca / 50 Hz	**CUMPLE**		40	**CUMPLE**	Manual	6

Observaciones:

- El ítem 3.4.7 presentada por le empresa **Andres H. Arce S.A.** no cumple con las EE.TT
- El ítem 3.4.8 presentada por la empresa **Dental Guaraní S.A.** no se observa en el manual que describe el material termoplástico. Pero en la muestra presentada se observa que si tiende a ser el material pedido.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. RIAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. N° 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ÍTEM 4: SELLADOR DE PAQUETES QUIRÚRGICOS			ANDRES H.ARCE			DENTAL GUARANI		
Especificaciones Técnicas								
4.	**1**	**Datos Generales**						
4.	1.1	Descripción: Barras paralelas de marcha con altura regulable para rehabilitación de pacientes pediátricos.						
4.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**						
4.	2.1	Marca:	GNATUS			**NO CUMPLE - No presenta muestra**		
4.	2.2	Modelo:	BIOPACK			**NO CUMPLE - No presenta muestra**		
4.	2.3	Origen:	BRASIL			**NO CUMPLE - No presenta muestra**		
4.	2.4	Dirección Web del fabricante:	-					
Criterios de evaluación								
4.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
4.	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas		Documentos		-	-	-
4.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.		Documentos		-	-	-
3.	**1**	**Características**						
4.	4.1	Para sellado hermético de papeles grado quirúrgico de todos los tamaños existentes en el mercado	**CUMPLE**	Manual	59	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
4.	4.2	Modo de Operación continua	**CUMPLE**	Manual	61	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
4.	4.3	Ajuste de temperatura: Temperatura (sistema de ahuecamiento) : 0 a 300°C con protección contra altas temperaturas de hasta 220°C en funcionamiento	**CUMPLE**	Manual	61	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
4.	4.4	Con cortador de papel del tipo carril de guía, que corta en ambos sentidos, posibilitandocortar el papel en el tamaño deseado mientras se hace el sellado del mismo, sin la necesidad de pasar la cuchilla 2 veces.	**CUMPLE**	Manual	59	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
4.	4.5	Con Palanca Manual con traba que permite el cierre del sellador	**CUMPLE**	Manual	59	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
4.	4.6	Con chapa de apoyo frontal desmontable que facilite el transporte	**CUMPLE**	Manual	59	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
4.	4.7	Con cuerpo o carcaza externa de acero inoxidable	**CUMPLE**	Manual	59	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
4.	4.8	Tensión de alimentación: 220 Vca / 50 Hz	**CUMPLE**	Manual	61	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
4.	4.9	15 (quince) Rollos para esterilización de instrumentales de 10 cm x 200 m	**CUMPLE**			**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-

Observación:

- La empresa **Dental Guaraní S.A.** no presenta muestra, por lo tanto **NO CUMPLE** con lo solicitado en el PBC, se sugiere descalificar.

ÍTEM 5: ASPIRADOR QUIRÚRGICO ODONTOLOGICO			ANDRES H.ARCE	DENTAL GUARANI
Especificaciones Técnicas				
5.	**1**	**Datos Generales**		
5.	1.1	Descripción: Equipo para ejercitar miembros inferiores con fines de rehabilitación.		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. BOAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. Nº 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ÍTEM 5: ASPIRADOR QUIRÚRGICO ODONTOLOGICO			ANDRES H.ARCE			DENTAL GUARANI		
5.	2	Datos proveídos por el oferente						
5.	2.1	Marca:	GNATUS			NO CUMPLE - No presenta muestra		
5.	2.2	Modelo:	BIOVAC			NO CUMPLE - No presenta muestra		
5.	2.3	Origen:	BRASIL			NO CUMPLE - No presenta muestra		
5.	2.4	Dirección Web del fabricante:	-			-		
		Criterios de evaluación						
5.	3	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
5.	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas		Documentos		-	-	-
5.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.		Documentos		-	-	-
5.	4	Características						
5.	4.1	Sistema de succión de alta potencia para tratamientos profilácticos como en las cirugías bucomaxilares.	**CUMPLE**	Manual	3	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
5.	4.2	Drenaje de los residuos del medio directamente a la cañería de desagüe.	**CUMPLE**	Manual	4	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
5.	4.3	Sello mecánico de cierre de alta calidad para la turbina	**CUMPLE**	Por el equipo		**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
5.	4.4	Motor de ½ HP o más de potencia consumida.	**CUMPLE**	Manual	5	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
5.	4.5	Eje de motor de acero inoxidable	**CUMPLE**	No figura en el manual		**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
5.	4.6	Regulación de potencia de succión	**CUMPLE**	Manual	4	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
5.	4.7	Succión de 300 a 500 mm/Hg	**CUMPLE**	Manual	5	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
5.	4.8	Con cobertura acústica	**CUMPLE**	Con el equipo		**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-
5.	4.9	Tensión de alimentación:220 Vca / 50 Hz	**CUMPLE**	Manual	5	**NO CUMPLE No presenta muestra**	-	-

Observaciones:

- La empresa **Dental Guaraní S.A.** no presenta muestra, por lo tanto **NO CUMPLE** con lo solicitado en el PBC.
- El punto 4.5 no figura en el manual presentado por la empresa **Andres H. Arce**, pero en la muestra presentada tiende a ser de acero inoxidable.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. BLAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. Nº 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

14. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

							DENTAL GUARANI S.A.					ANDRES H. ARCE S.A.				
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUÍDO)	VARIACIÓN PORCENTUAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUÍDO)	VARIACIÓN PORCENTUAL
1	42281508-001	AUTOCLAVE HORIZONTAL	Unidad	Unidad	46	32.000.000	**DABI ATLENTE**	**BRASIL**	**15.391.304**	**707.999.984**	-52%	**RUNYES**	**CHINA**	**20.434.782**	**939.999.972**	-36%
2	41103207-001	LAVADORA ODONTOLOGICA	Unidad	Unidad	2	7.000.000	**DABI ATLENTE**	**BRASIL**	**2.695.000**	**5.390.000**	-62%	**GNATUS**	**BRASIL**	**2.500.000**	**5.000.000**	-64%
3	41104901-002	DESTILADOR DE AGUA DE 2 LTS	Unidad	Unidad	44	3.500.000	**BIO-ART**	**BRASIL**	**1.134.091**	**49.900.004**	-68%	**GNATUS**	**BRASIL**	**2.113.636**	**92.999.984**	-40%
4	42281905-001	SELLADOR DE PAQUETES QUIRÚRGICOS	Unidad	Unidad	2	8.900.000	**DABI ATLENTE**	**BRASIL**	**7.750.000**	**15.500.000**	-13%	**GNATUS**	**BRASIL**	**8.000.000**	**16.000.000**	-10%
5	42271907-001	ASPIRADOR QUIRÚRGICO ODONTOLÓGICO	Unidad	Unidad	2	11.000.000	**DABI ATLENTE**	**BRASIL**	**10.000.000**	**20.000.000**	-9%	**GNATUS**	**BRASIL**	**9.250.000**	**18.500.000**	-16%
							Monto total ofertado IVA Incluido:				**798.789.988**	**Monto total ofertado IVA Incluido:**				**1.072.499.956**

TUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
CCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. BLAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. N° 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Se aclara que de acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 411/18, *Durante la evaluación de ofertas, luego de ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación.*

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional. **En este punto, el Comité de Evaluación ha solicitado a las Empresas ANDRES H. ARCE y DENTAL GUARANI la explicación de la composición de los precios ofertados en los ítems 1, 2 y 3, porque las mismas se encuentran por debajo del rango establecido por la DNCP, consecuentemente las empresas han respondido satisfactoriamente a lo solicitado, dando de tal forma cumplimiento a lo preceptuado por la normativa señalada.**

15. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al art. 4 Principios Generales de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario, se eleva el presente informe con las siguientes sugerencias:

DESCALIFICAR a la firma **DENTAL GUARANI S.A. en el ÍTEM 4** que posee la oferta más baja pero no cumple con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

ADJUDICAR a la firma **DENTAL GUARANI S.A. en los ÍTEMS 1 y 3,** y a la firma **ANDRES H. ARCE S.A. en los ITEMS 2, 4 y 5,** conforme al siguiente CUADRO:

DENTAL GUARANI S.A

ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUÍDO)
1	42281508-001	Autoclave Horizontal	Unidad	Unidad	46	DABI ATLENTE	BRASIL	15.391.304	707.999.984
3	41104901-002	Destilador de Agua de 2 Lts	Unidad	Unidad	44	BIO-ART	BRASIL	1.134.091	49.900.004
									757.899.988

MONTO TOTAL DE SUGERENCIA DE ADJUDICACIÓN A LA FIRMA DENTAL GUARANI S.A: GS. 757.899.988 (SON GUARANÍES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO). IVA INCLUIDO.-

ANDRES H. ARCE

ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUÍDO)
2	41103207-001	Lavadora Odontologica	Unidad	Unidad	2	GNATUS	BRASIL	2.500.000	5.000.000
4	42281905-001	Sellador de paquetes quirúrgicos	Unidad	Unidad	2	GNATUS	BRASIL	8.000.000	16.000.000
5	42271907-001	Aspirador quirúrgico odontológico	Unidad	Unidad	2	GNATUS	BRASIL	9.250.000	18.500.000
									39.500.000

MONTO TOTAL DE SUGERENCIA DE ADJUDICACIÓN A LA FIRMA ANDRES H. ARCE S.A.: GS. 39.500.000 (SON GUARANÍES TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL). IVA INCLUIDO.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. ELIAS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. N° 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

MONTO TOTAL DE SUGERENCIA DE ADJUDICACIÓN en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 13/19 "ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL IPS" Gs. 797.399.988 (Son guaraníes setecientos noventa y siete millones trescientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y ocho) IVA incluido.

16. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

Es nuestro informe.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Laura T. Melgarejo
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LAURA TERESITA MELGAREJO.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. BLÁS PÁEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

ING. BLAS PAEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE SALUD

Yolanda Rodríguez
Abogada - Mat. Nº 7.828
DIRECCIÓN JURÍDICA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ABOG. YOLANDA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA