COLORANTES SOLUBLES	El percolado puede presentar coloración amarilla, pero no azul ni verde.	Percolado incoloro	CUMPLE	Percolado incoloro	CUMPLE
IMPUREZAS	No debe tener manchas de aceite ni impurezas visibles	Sin manchas de aceite ,bajo tenor de impurezas	CUMPLE	Sin manchas de aceite ni impurezas	CUMPLE
ENVASADO, ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONADO	El algodón colocado sobre papel liviano, se encuentra enrrollado de manera uniforme y compacta. Con acabado y acondicionado que asegure el sellado del contenido	Algodón de pieza continua, envuelto en papel blanco formando rollo, contenido en bolsa plastica sin impresión	CUMPLE	Algodón de pieza continua, envuelto en papel blanco formando rollo, contenido en bolsa plastica sin impresión	CUMPLE

ITEM N° 2: BATA QUIRURGICA GRANDE: CHALECO O BATA QUIRURGICA NO ESTERIL, DESCARTABLE, TAMAÑO GRANDE

		VICENTE SCAVONE & CIA SAE LASCA (XIANTO XIANGRONG PROTECTIVE)		G.T. SCIENTIFIC (SALOTEX S.R.L.)		EL ALAMO (AO POTI S. A.)	
Determinaciones	**Especificación Técnica PB y C o especificación de la normativa**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**
ASPECTO	Chaleco o bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, tipo SMS, sin costura (uniones por termosellado o ultrasonico)	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color celeste	Cumple	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color azul	Cumple	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color azul	Cumple
IMMPERMEABILIDAD	Repelencia a fluidos corporales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Repelencia al alcohol 70 %	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
GRAMAJE	50 +/- 6 g/m² (44-56)g/m²	51 g/m²	Cumple	44 g/m²	Cumple	44 g/m²	Cumple
MANGAS	Puña elastizado reforzado, de 5 a 15 cm de ancho	Puño elastizado de tela algodon de 8 cm de ancho	Cumple	Puño semi elastizado de tela poliéster de 8,5 cm de ancho	Cumple	Puño semi elastizado de tela poliéster de 9 cm de ancho	Cumple
CIERRES	Magnético o cinta en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura	magnético en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	Cumple	magnético en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	Cumple	magnético en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	Cumple
LONGITUD	Mínimo 125 - 135 cm	119 cm	**No cumple**	135 cm	Cumple	135 cm	Cumple

ITEM N° 2: BATA QUIRURGICA GRANDE: CHALECO O BATA QUIRURGICA NO ESTERIL, DESCARTABLE, TAMAÑO GRANDE

		INFOTEC (AO POTI S. A.)	
Determinaciones	**Especificación Técnica PB y C o especificación de la normativa**	**Resultado**	**Conclusión**
ASPECTO	Chaleco o bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida Tipo SMS	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color azul	Cumple
IMMPERMEABILIDAD	Repelencia a fluidos corporales	Cumple	Cumple
	Repelencia al alcohol 70 %	Cumple	Cumple
GRAMAJE	50 +/- 6 g/m² – (44-56)g/m²	44 g/m²	Cumple
MANGAS	Puña elastizada reforzada, de 5 a 15 cm de ancho	Puño semi elastizado de tela poliéster de 9 cm de ancho	Cumple
CIERRES	Magnético o cinta en el cuello, y cinta en la parte posterior de la cintura	Magnético en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	Cumple
LONGITUD	Mínimo 125 - 135 cm	135 cm	Cumple

ITEM N° 3: BATA QUIRURGICA GRANDE: CHALECO O BATA QUIRURGICA NO ESTERIL, DESCARTABLE, TAMAÑO GRANDE

		VICENTE SCAVONE & CIA SAE LASCA (XIANTO XIANGRONG PROTECTIVE)		EL ALAMO (AO POTI S. A.)		INFOTEC (AO POTI S. A.)	
Determinaciones	**Especificación Técnica PB y Co especificación de la normativa**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**
ASPECTO	Chaleco o bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, tipo SSMMS, sin costura (uniones por termosellado o ultrasonico)	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color celeste	Cumple	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color celeste	Cumple	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color celeste	Cumple
IMMPERMEABILIDAD	Repelencia a fluidos corporales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Repelencia al alcohol 70 %	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
GRAMAJE	50 +/- 6 g/m² (44-56)g/m²	51 g/m²	Cumple	44 g/m²	Cumple	44 g/m²	Cumple
MANGAS	Puña elastizado reforzado, de 5 a 15 cm de ancho	Puño elastizado de tela algodon de 7 cm de ancho	Cumple	Puño semi elastizado de tela poliéster de 8 cm de ancho	Cumple	Puño semi elastizado de tela poliéster de 9 cm de ancho	Cumple
CIERRES	Magnético o cinta en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura	Magnético en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	Cumple	Magnético en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	Cumple	Magnético en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	Cumple
LONGITUD	Mínimo 125 - 135 cm	123 cm	**No Cumple**	131 cm	Cumple	134 cm	Cumple

ROBERTO BLANCO
Sección Ejecución De Contratos
G.T.I.S – D.L.S.S. – IPS

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Luciso Duglar
Abogada Mat. Nº 11.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Marta E. Colmán
Sección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S./I.P.S.

Abogado José Giménez Palacios
Director Jurídico
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2023-03-21 08:23:32.2883

ITEM Nº 3: BATA QUIRURGICA GRANDE: CHALECO O BATA QUIRURGICA NO ESTERIL, DESCARTABLE, TAMAÑO GRANDE

		ENDOTERAPIA (AO POTI S. A.)	
Determinaciones	**Especificación Técnica PB y C o especificación de la normativa**	**Resultado**	**Conclusión**
ASPECTO	Chaleco o bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, tipo SSMMS, sin costura (uniones por termosellado o ultrasonico)	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color celeste	Cumple
IMMPERMEABILIDAD	Repelencia a fluidos corporales	Cumple	Cumple
	Repelencia al alcohol 70 %	Cumple	Cumple
GRAMAJE	50 +/- 6 g/m² — (44-56)g/m²	44 g/m²	Cumple
MANGAS	Puña elastizada reforzada, de 5 a 15 cm de ancho	Puño semi elastizado de tela poliéster de 9 cm de ancho	Cumple
CIERRES	Magnético o cinta en el cuello, y cinta en la parte posterior de la cintura	Magnético o cinta en el cuello, y cinta en la parte posterior de la cintura	Cumple
LONGITUD	Mínimo 125 - 135 cm	134 cm	Cumple

ITEM Nº 4: BATA QUIRURGICA GRANDE: CHALECO O BATA QUIRURGICA NO ESTERIL, DESCARTABLE, TAMAÑO MEDIANO

		VICENTE SCAVONE & CIA SAE LASCA (XIANTO XIANGRONG PROTECTIVE)		G.T. SCIENTIFIC (SALOTEX S.R.L.)		CONSORCIO SOLUCIONES HOSPITALARIAS (AO POTI S.A.)	
Determinaciones	**Especificación Técnica PB y C o especificación de la normativa**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**
ASPECTO	Chaleco o bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, tipo SSMMS, sin costura (uniones por termosellado o ultrasonico)	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color celeste	Cumple	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color celeste	Cumple	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color celeste	Cumple
IMMPERMEABILIDAD	Repelencia a fluidos corporales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Repelencia al alcohol 70 %	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
GRAMAJE	50 +/- 6 g/m² (44-56)g/m²	51 g/m²	Cumple	44,8 g/m²	Cumple	44,8 g/m²	Cumple
MANGAS	Puña elastizado reforzado, de 5 a 15 cm de ancho	Puño elastizado de tela algodon de 8,5 cm de ancho	Cumple	Puño semi elastizado de tela poliéster de 9 cm de ancho	Cumple	Puño elastizado de tela de algodón de 9 cm de ancho	Cumple
CIERRES	Magnético o cinta en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura	magnético en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	Cumple	magnético en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	Cumple	magnético en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	Cumple
LONGITUD	Mínimo 115 - 125 cm	113 cm	**No Cumple**	124 cm	Cumple	123 cm	Cumple

ITEM Nº 4: BATA QUIRURGICA GRANDE: CHALECO O BATA QUIRURGICA NO ESTERIL, DESCARTABLE, TAMAÑO MEDIANO

		ENDOTERAPIA (AO POTI S. A.)	
Determinaciones	**Especificación Técnica PB y C o especificación de la normativa**	**Resultado**	**Conclusión**
ASPECTO	Chaleco o bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, tipo SSMMS, sin costura (uniones por termosellado o ultrasonico)	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color celeste	Cumple
IMMPERMEABILIDAD	Repelencia a fluidos corporales	Cumple	Cumple
	Repelencia al alcohol 70 %	Cumple	Cumple
GRAMAJE	50 +/- 6 g/m² — (44-56)g/m²	44,8 g/m²	Cumple
MANGAS	Puña elastizada reforzada, de 5 a 15 cm de ancho	Puño semi elastizado de tela poliéster de 9 cm de ancho	Cumple
CIERRES	Magnético o cinta en el cuello, y cinta en la parte posterior de la cintura	magnético en el cuello y en la parte posterior de la cintura.	Cumple
LONGITUD	Mínimo 115 - 125 cm	123 cm	Cumple

ITEM Nº 5: BATA QUIRURGICA GRANDE: CHALECO O BATA QUIRURGICA NO ESTERIL, DESCARTABLE, TAMAÑO MEDIANO

		VICENTE SCAVONE & CIA SAE LASCA (XIANTO XIANGRONG PROTECTIVE)		INPROMED (DIMEX SALUD S.A.)		PROSALUD (AO POTI S.A.)	
Determinaciones	**Especificación Técnica PB y C o especificación de la normativa**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**	**Resultado**	**Conclusión**
ASPECTO	Chaleco o bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida Tipo SMS	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color celeste	Cumple	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color celeste	Cumple	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color celeste	Cumple
IMMPERMEABILIDAD	Repelencia a fluidos corporales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

ROBERT EDWARD ... Sección Especificaciones D.G.M.I.S. D.L.S.S. – I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Christian Olmedo Reg. Nº 7004 Servicio de Cirugía General H.C.

Dr. Daniel Cantero Médico Cirujano Cirugía General y Videolaparoscopía Reg. Prof. 14.473

Sara Enciso Aguilar Abogada Mat. Nº 41 062 Dirección Jurídica INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Marta E. Colmán ... Evaluación de Suministros de Salud DGMIS D.L.S.S. – I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dra. Ana Maria Jiménez Palacios Directora Jurídica Abog. Mat. C.S.J. Nº 20.175

2023-03-21 08:23:32.2883

	Repelencia al alcohol 70 %	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
GRAMAJE	50 +/- 6 g/m² (44-56)g/m²	51 g/m²	Cumple	44 g/m²	Cumple	45 g/m²	Cumple
MANGAS	Puña elastizado reforzado, de 5 a 15 cm de ancho	Puño elastizado de tela algodon de 8,0 cm de ancho	Cumple	Puño elastizado de tela algodon de 6,0 cm de ancho	Cumple	Puño semielastizado de tela de poliester de 8,5 cm de ancho	Cumple
CIERRES	Magnético o cinta en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura	Cinta en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	Cumple	Cinta en el cuello y cinta en la parte posterior de la cintura.	Cumple	Magnético en el cuello y tiras en la parte posterior de la cintura.	Cumple
LONGITUD	Mínimo 115 - 125 cm	115 cm	**No Cumple**	122 cm	Cumple	121 cm	Cumple

ITEM N° 5: BATA QUIRURGICA GRANDE: CHALECO O BATA QUIRURGICA NO ESTERIL, DESCARTABLE, TAMAÑO MEDIANO

		SCAVONE HERMANOS (AO POTI S.A.)	
Determinaciones	**Especificación Técnica PB y C o especificación de la normativa**	**Resultado**	**Conclusión**
ASPECTO	Chaleco o bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida Tipo SMS	Bata quirúrgica, descartable, confeccionado en tela no tejida TNT, sin costura (uniones por termosellado) en todas las uniones. Color azul	Cumple
IMMPERMEABILIDAD	Repelencia a fluidos corporales	Cumple	Cumple
	Repelencia al alcohol 70 %	Cumple	Cumple
GRAMAJE	50 +/- 6 g/m² — (44-56)g/m²	45,2 g/m²	Cumple
MANGAS	Puña elastizada reforzada, de 5 a 15 cm de ancho	Puño semi elastizado de tela poliéster de 9 cm de ancho	Cumple
CIERRES	Magnético o cinta en el cuello, y cinta en la parte posterior de la cintura	Cinta corta en el cuello y en la parte posterior de la cintura	Cumple
LONGITUD	Mínimo 115 - 125 cm	122 cm	Cumple

ITEM N° 26: ELECTRODO PEDIATRICO: ELECTRODO DESCARTABLE NEONATAL

		PROSALUD FARMA S.A.	
Determinaciones	**Especificación Técnica PB y C o especificación de la normativa**	**Resultado**	**Conclusión**
ASPECTO	Electrodo descartable con cabezera metalica, de base circular o rectangular, con soporte de espuma, conductor de gel seco,adhesivo sin latex, hipoalergencio, con lamina protectora individual*	Electrodo descartable con cabezera metalica, de base circular, con soporte de espuma, adhesivo, sin latex, hipoalergencio, con lamina plastica transparente como protector individual	CUMPLE
PRESENTACION	Empaque resistente a la humedad con el fin de no alterar las condiciones originales del producto*	Bolsa de aluminio impreso con cierre, indicando 50 unidades.	CUMPLE
TIPO DE CONDUCTOR	Gel seco*	Gel seco	CUMPLE
ADHERENCIA A LA PIEL	Se adhiere homogeneamente a cualquier superficie de la piel sin causar daño*	Se adhiere homogeneamente a cualquier superficie de la piel sin causar daño	CUMPLE
RESISTENCIA	No se desprende el electrodo en humedad, frio y/o calor*	No se desprende el electrodo en humedad, frio y/o calor	CUMPLE
DIMENSIONES	Base circular: diametro de 3 cm+/- 1 cm* Base rectangular: diagonal 4 cm +/- 1 cm*	Base circular: diametro de 2,5 cm	CUMPLE

ITEM 28: HILO PARA SUTURA ACERO: SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N°5 C/ AGUJA 4,8CM

		INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS S.A. (INPROMED S.A.)	
		Nro. de Análisis: CE 153	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Hilo para sutura acero: Sutura quirúrgica de acero N°5. No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 4,8cm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra no menor a 25cm.	Hilo para sutura acero: Sutura quirúrgica de acero N°5. No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 50mm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra 45cm. Marca TAISER-MED SAE.	NO CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 4 SUTURAS	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solución patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 4,8 cm +/- 0,2cm (95%)	Aguja de 1/2 círculo de 5,1 cm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja	-	1,840 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,70 a 0,799 mm	0,752 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	25 cm como mínimo	45,4 mm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 11,4 kgf	20,96 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,70 kgf	n5 > 0,70 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,80 kgf	14,72 kgf	CUMPLE

ITEM 28: HILO PARA SUTURA ACERO: SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N°5 C/ AGUJA 4,8CM

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 166	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Hilo para sutura acero: Sutura quirúrgica de acero N°5. No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 4,8cm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra no menor a 25cm.	Hilo para sutura acero: Sutura quirúrgica de acero N°5. No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 48mm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra 45cm. Marca HEALTHIUM.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 4,8 cm +/- 0,2cm (95%)	Aguja de 1/2 círculo de 5,0 cm	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución
De Contratos.
D.L.S.S. – I.P.S.

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugia General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christian Olmedo
Reg. Nº 7904
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar
Abogada - Mat. Nº 21 062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Marta E. Colmán
Sección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

Abog. Mat. C.S.J. Nº 5175

2023-03-21 08:23:32.2883

Diametro de la aguja	-	1,773 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,70 a 0,799 mm	0,761 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	25 cm como mínimo	44,8 mm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 11,4 kgf	21,49 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,70 kgf	n5 > 0,70 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,80 kgf	14,93 kgf	CUMPLE

ITEM 28: HILO PARA SUTURA ACERO: SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N°5 C/ AGUJA 4,8CM

		AO POTI S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 192	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura acero: Sutura quirúrgica de acero N°5. No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 4,8cm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra no menor a 25cm.	Hilo para sutura acero: Sutura quirúrgica de acero N°5. No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 48mm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra 45cm. Marca HEALTHIUM.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 4,8 cm +/- 0,2cm (95%)	Aguja de 1/2 circulo de 5,1cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	1,869 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,70 a 0,799 mm	0,781 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	25 cm como mínimo	44,90 mm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 11,4 kgf	20,13 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,70 kgf	n5 > 0,70 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,80 kgf	14,89 kgf	CUMPLE

		CODEX S.R.L.	
		Nro. de Análisis: CE 261	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura acero: Sutura quirúrgica de acero N°5. No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 4,8cm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra no menor a 25cm.	Hilo para sutura acero: Sutura quirúrgica de acero N°5. No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 48mm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra 45cm. Marca COVIDIEN.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 4 SUTURAS	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 4,8 cm +/- 0,2cm (95%)	Aguja de 1/2 circulo de 5,0 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	1,772 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,70 a 0,799 mm	0,797 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	25 cm como mínimo	45,55mm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 11,4 kgf	28,97 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,70 kgf	n5 > 0,70 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,80 kgf	15,05 kgf	CUMPLE

ITEM 28: HILO PARA SUTURA ACERO: SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N°5 C/ AGUJA 4,8CM

		INFINITY INTERNATIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 262	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura acero: Sutura quirúrgica de acero N°5. No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 4,8cm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra no menor a 25cm.	Hilo para sutura acero: Sutura quirúrgica de acero N°5. No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 50mm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra 45cm. Marca TAISER-MED SAE.	NO CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 4 SUTURAS	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 4,8 cm +/- 0,2cm (95%)	Aguja de 1/2 circulo de 5,1 cm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja	-	1,829 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,70 a 0,799 mm	0,756 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	25 cm como mínimo	45,30 mm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 11,4 kgf	22,58 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,70 kgf	n5 > 0,70 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,80 kgf	13,69 kgf	CUMPLE

ROBERTO FRANCO
Sección Ejecución
Dpto. Contratos
D.G.M.S. - I.P.S.

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.472

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Duarte
Abogada - Matrícula 41 062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Pulgarín
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 16.176

Ivia E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-05-21 08:23:32.2883

ITEM 29: HILO PARA SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO N°1 C/ AGUJA DE 4 cm (+/- 0,2cm)

		TASSOS S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 108	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm(+/- 0,2cm), absorbible, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo.	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm, absorbible, estéril. Longitud de la hebra declaradade 75 cm, color violeta, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. Marca ATRAMAT.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 4 cm +/- 0,2cm	Aguja de 1/2 circulo de 3,6 cm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja	-	1,053 mm	Se Ajusta a lo presentado
Diámetro de la hebra	0,40 a 0,499 mm	0,485 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	74,7 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,81 kgf	6,38 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,60 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,80 kgf	4,99 kgf	CUMPLE

ITEM 29: HILO PARA SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO N°1 C/ AGUJA DE 4 cm (+/- 0,2 cm)

		PROSALUD FARMA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 122	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm(+/- 0,2cm), absorbible, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo.	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm, absorbible, estéril. Longitud de la hebra declarada 75 cm, color violeta, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. Marca DTEK.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 4cm +/- 0,2cm	Aguja de 1/2 circulo de 3,9 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	1,017 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,40 a 0,499 mm	0,444 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	74,8cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,81 kgf	2,29 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,60 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,80 kgf	2,49 kgf	CUMPLE

		BIOERIX S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 131	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm(+/- 0,2cm), absorbible, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo.	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm, absorbible, estéril. Longitud de la hebra declaradade 70 cm, color violeta, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. Marca NOVOSYN.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 4 cm +/- 0,2cm	Aguja de 1/2 circulo de 4,1 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	1,063 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,40 a 0,499 mm	0,467 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	70,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,81 kgf	6,97 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,60 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,80 kgf	5,80 kgf	CUMPLE

ITEM 29: HILO PARA SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO N°1 C/ AGUJA DE 4cm (+/- 0,2cm)

		PROMEPAR S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 141	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm(+/- 0,2cm), absorbible, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo.	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm, absorbible, estéril. Longitud de la hebra 75 cm, color violeta, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. Marca ATRAMAT.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Dr. Christian Olmedo
Reg. N° 7904
Servicio de Cirugía General H.C.

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugia General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

Sara Enciso Dullar
Abogada - Mat. N° 41.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dra. Marta E. Colmán
Sección de Suministros de Salud
DGMB
D.L.S.S.

ROBERT
Sección Recepción
De Contratos
D.G.M.I.S. D.L.S.S.

2025-03-21 08:23:32.2883

Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 4 cm +/- 0,2cm	Aguja de 1/2 círculo de 4,1 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	1,076 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,40 a 0,499 mm	0,485 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	74,3 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,81 kgf	6,14 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,60 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,80 kgf	5,71 kgf	CUMPLE

ITEM 29: HILO PARA SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO: SUTURA QUIRÚRGICA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO N°1 C/ AGUJA DE 4cm (+/- 0,2cm)

		INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS S.A. (INPROMED SA)	
		Nro. de Análisis: CE 154	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm(+/- 0,2cm), absorbible, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo.	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm, absorbible, estéril. Longitud de la hebra 75 cm, color violeta, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. Marca EGYSORB / TAISIER-MED.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 4 cm +/- 0,2cm	Aguja de 1/2 círculo de 4,2 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	1,095 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,40 a 0,499 mm	0,499 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	75,2 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,81 kgf	4,30 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,60 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,80 kgf	4,89 kgf	CUMPLE

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 167	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm(+/- 0,2cm), absorbible, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo.	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm, absorbible, estéril. Longitud de la hebra 70 cm, color violeta, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. Marca TRUGLYDE / HEALTHIUM.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 4 cm +/- 0,2cm	Aguja de 1/2 círculo de 4,3 cm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja	-	1,043 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,40 a 0,499 mm	0,452 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	70,5 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,81 kgf	6,37 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,60 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,80 kgf	5,52 kgf	CUMPLE

ITEM 29: HILO PARA SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO N°1 C/ AGUJA DE 4cm (+/- 0,2cm)

		NL PHARMA	
		Nro. de Análisis: CE 185	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm(+/- 0,2cm), absorbible, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo.	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm, absorbible, estéril. Longitud de la hebra 70 cm, color violeta, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. Marca SHALON MEDICAL.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 4 cm +/- 0,2cm	Aguja de 1/2 círculo de 3,9 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	1,131 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,40 a 0,499 mm	0,460 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	71,7 cm	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución De Contratos
D.G.M.I.S. - D.L.S.S. I.P.S.

Dr. Daniel Santero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Encisso Velar
Abogada - Mat. N° 11.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Marta E. Colmán
Dirección de Auditores de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,81 kgf	3,19 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,60 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,80 kgf	2,61 kgf	CUMPLE

ITEM 29: HILO PARA SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO N°1 C/ AGUJA DE 4cm (+/- 0,2cm)

		VICENTE SCAVONE Y CIA S.A.E.	
		Nro. de Análisis: CE 232	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm(+/- 0,2cm), absorbible, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo.	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm, absorbible, estéril. Longitud de la hebra 70 cm, color violeta, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. Marca VITAL SUTURES.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solución patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 4 cm +/- 0,2cm	Aguja de 1/2 círculo de 3,7 cm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		1,031 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,40 a 0,499 mm	0,482 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	69,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,81 kgf	6,25 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,60 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,80 kgf	5,19 kgf	CUMPLE

ITEM 29: HILO PARA SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO N°1 C/ AGUJA DE 4cm (+/- 0,2cm)

		INFINITY INTERNACIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 263	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm(+/- 0,2cm), absorbible, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo.	Hilo para sutura ácido poliglicólico: Sutura quirúrgica de ácido poliglicólico N° 1 c/ aguja de 4cm, absorbible, estéril. Longitud de la hebra 75 cm, color violeta, con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. Marca EGYSORB / TAISIER-MED.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 4 cm +/- 0,2cm	Aguja de 1/2 círculo de 4,2 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	1,108 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,40 a 0,499 mm	0,499mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	75,7 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,81 kgf	4,26 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,60 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,80 kgf	3,02 kgf	CUMPLE

ITEM 30: HILO PARA SUTURA ALGODÓN: SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N°0, SIN AGUJA

		CODEX S.R.L.	
		Nro. de Análisis: CE 257	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura algodón: Sutura quirúrgica de algodón N°0, sin aguja. No absorbible, hebra resistente múltiples, estéril, longitud mínima 60cm.	Hilo para sutura algodón: Sutura quirúrgica de algodón N°0, sin aguja. No absorbible, múltiples hebras resistentes, color violeta, estéril, longitud 75cm. Marca COVIDIEN.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA DE MÚLTIPLES HEBRAS	CUMPLE
Descripción de la aguja	Sin aguja	Sin aguja	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	-	-	-
Diametro de la aguja	-	-	-
Diámetro de la hebra	0,35 a 0,399 mm	0,388 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	75,0 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 2,16 kgf	11,86 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	-	-	-
	-	-	

ITEM 31: HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°2/0 C/AGUJA DE 2,6 cm (+/-2mm)

		TASSOS S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 109	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, longitud mínima de hebra 45cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, de 2,6cm (+/-2mm), de acero inoxidable. Estéril.	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, color negro, longitud declarada de hebra 45cm. Aguja cortante punta triangular 3/8	CUMPLE

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Melar
Abogada - Mat. N° 062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGRH
D.L.S.S. I.P.S.

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución
De Contratos

Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J.

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

0001200

		círculo, de 2,4cm, de acero inoxidable. Estéril. Marca ATRAMAT.	
Presentación	UNIDAD	Envase individual	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 2,6 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 círculo de 2,5 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,878 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,330 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como mínimo	45,7 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,44 kgf	6,11 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,45 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,10 kgf	2,63 kgf	CUMPLE

ITEM 31: HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°2/0 C/AGUJA DE 2,6 cm (+/-2mm)

		INDUFAR C.I.S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 112	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, longitud mínima de hebra 45cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, de 2,6cm (+/-2mm), de acero inoxidable. Estéril.	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de Nylon (poliamida) N°2/0. No absorbible, monofilamento, color negro, longitud declarada de hebra 45cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, de 2,4cm, de acero inoxidable. Estéril. Marca BIOLINE.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 2,6 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 círculo de 2,5 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,824 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,334 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como mínimo	44,2 cm	**NO CUMPLE**
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,44 kgf	5,23 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,45 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,10 kgf	5,34 kgf	CUMPLE

ITEM 31: HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°2/0 C/AGUJA DE 2,6 cm (+/-2mm)

		BIOERIX S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 132	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, longitud mínima de hebra 45cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, de 2,6cm (+/-2mm), de acero inoxidable. Estéril.	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, color azul, longitud declarada de hebra 75cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, de 2,4cm, de acero inoxidable. Estéril. Marca DAFILON - B.BRAUN.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 2,6 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 círculo de 2,5 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,761 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,332 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como mínimo	73,1 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 1,44 kgf	4,95 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual 0,45 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,10 kgf	1,96 kgf	CUMPLE

ITEM 31: HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°2/0 C/AGUJA DE 2,6 cm (+/-2mm)

		INPROMED S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 155	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, longitud mínima de hebra 45cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, de 2,6cm (+/-2mm), de acero inoxidable. Estéril.	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, color negro, longitud declarada de hebra 100 cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, de 2,6cm, de acero inoxidable. Estéril. Marca EGYLONmono / TAISIER-MED.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christian Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar
Abogada Mat. N° 11.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMS
D.L.S. I.P.S.

Abog. Mat. C.S.J. N° 26.175

2023-03-21 08:23:32.2883

COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2,6 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 circulo de 2,7 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,820 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,334 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	98,9 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,44 kgf	1,54 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,45 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,10 kgf	2,94 kgf	CUMPLE

ITEM 31: HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°2/0 C/AGUJA DE 2,6 cm (+/-2mm)

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 168	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, longitud minima de hebra 45cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 circulo, de 2,6cm (+/-2mm), de acero inoxidable. Estéril.	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, color negro, longitud declarada de hebra 75cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 circulo, de 2,4cm, de acero inoxidable. Estéril. Marca TRULON - HEALTHIUM.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2,6 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 circulo de 2,4 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,877 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,330 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	76,7 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,44 kgf	6,63 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,45 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,10 kgf	2,96 kgf	CUMPLE

ITEM 31: HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°2/0 C/AGUJA DE 2,6CM (+/-2mm)

		AO POTI S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 193	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, longitud minima de hebra 45cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 circulo, de 2,6cm (+/-2mm), de acero inoxidable. Estéril.	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, color negro, longitud declarada de hebra 75 cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 circulo, de 2,4cm, de acero inoxidable. Estéril. Marca TRULON - HEALTHIUM.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2,6 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 circulo de 2,4cm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,897 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,329 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	76,3 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,44 kgf	6,21 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,45 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,10 kgf	2,12 kgf	CUMPLE

ITEM 31: HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°2/0 C/AGUJA DE 2,6CM (+/-2mm)

		PROMEPAR S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 206	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, longitud minima de hebra 45cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 circulo, de 2,6cm (+/-2mm), de acero inoxidable. Estéril.	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, color negro, longitud declarada de hebra 75 cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 circulo, de 2,4cm, de acero inoxidable. Estéril. Marca ATRAMAT.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2,6 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 circulo de 2,4 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,715 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,328 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	45,7 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,44 kgf	6,83 kgf	CUMPLE
	Minimo individual 0,45 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Abogada Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Marta
Dpto. de Suministros de Salud
D.L.S.S. I.P.S.

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución de Contratos.
D.L.S.S. – IPS

2023-03-21 08:23:32.2883

Sujeción de la hebra - aguja	Promedio minimo 1,10 kgf	3,08 kgf	CUMPLE

ITEM 31: HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°2/0 C/AGUJA DE 2,6CM (+/-2mm)

		VICENTE SCAVONE Y CÍA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 233	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, longitud minima de hebra 45cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 circulo, de 2,6cm (+/-2mm), de acero inoxidable. Estéril.	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, color negro, longitud declarada de hebra 45 cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 circulo, de 2,6cm, de acero inoxidable. Estéril. Marca VITAL SUTURES.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 2,6 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 círculo de 2,6 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,810 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,330 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como mínimo	44,5 cm	**NO CUMPLE**
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,44 kgf	1,94 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,45 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,10 kgf	2,72 kgf	CUMPLE

ITEM 31: HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°2/0 C/AGUJA DE 2,6 cm (+/-2mm)

		PROSALUD FARMA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 123	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, longitud minima de hebra 45cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 circulo, de 2,6cm (+/-2mm), de acero inoxidable. Estéril.	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, color azul, longitud declarada de hebra 75cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 circulo, de 2,4cm, de acero inoxidable. Estéril. Marca DTEK.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 2,6 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 círculo de 2,5 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,913 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,336 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como mínimo	75,5 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,44 kgf	2,64 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,45 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,10 kgf	4,14 kgf	CUMPLE

ITEM 31: HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°2/0 C/AGUJA DE 2,6CM (+/-2mm)

		INFINITY INTERNACIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 264	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, longitud minima de hebra 45cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 circulo, de 2,6cm (+/-2mm), de acero inoxidable. Estéril.	Hilo para sutura de poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N°2/0. No absorbible, monofilamento, color negro, longitud declarada de hebra 100 cm. Aguja cortante punta triangular 3/8 circulo, de 2,6cm, de acero inoxidable. Estéril. Marca EGYLONmono / TAISIER-MED.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 2,6 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 círculo de 2,6 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,827 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,30 a 0,339 mm	0,336 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como mínimo	99,2 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 1,44 kgf	1,69 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,45 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,10 kgf	3,14 kgf	CUMPLE

ITEM 32: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/ AGUJA DE 2cm (+/- 2mm)

		INDUFAR C.I.S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 113	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugia General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Velarde
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 3/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 círculo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de Nylon (poliamida) N° 3/0 c/ aguja de 2,4cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud de la hebra 45 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 círculo. Marca BIOLINE.	**NO CUMPLE**
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 círculo de 2,5 cm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja	-	0,818 mm	SE AJUSTA A LO REQUERIDO
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,242 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	45,9 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,96 kgf	6,18 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,34 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,68 kgf	1,95 kgf	CUMPLE

ITEM 32: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/ AGUJA DE 2cm (+/- 2mm)

		PROSALUD FARMA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 124	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 3/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 círculo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de Nylon (poliamida) N° 3/0 c/ aguja de 2cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud de la hebra 75 cm, color azul, con aguja punta triangular 3/8 círculo. Marca DTEK.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 circulo de 1,9 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,779 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,215 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	47,0 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,96 kgf	0,93 kgf	**NO CUMPLE**
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,34 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,68 kgf	1,40 kgf	CUMPLE

ITEM 32: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/ AGUJA DE 2cm (+/- 2mm)

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 169	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 3/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 círculo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 3/0 c/ aguja de 2,5cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud de la hebra 45 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 círculo. Marca TRULON / HEALTHIUM.	**NO CUMPLE**
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 2 cm +/- 2mm	Aguja de 3/8 circulo de 2,0 cm	CUMPLE
Diametro de la aguja	-	0,834 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,20 a 0,249 mm	0,238 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	45 cm como minimo	46,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,96 kgf	4,92	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual 0,34 kgf	n5 > 0,60 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,68 kgf	1,87 kgf	CUMPLE

ITEM 32: HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/ AGUJA DE 2cm (+/- 2mm)

		NL PHARMA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 186	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de poliamida N° 3/0 c/ aguja de 2cm(+/- 2mm). No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud mínima de la hebra 45 cm, con aguja punta triangular 3/8 círculo.	Hilo para sutura poliamida: Sutura quirúrgica de Nylon (poliamida) N° 3/0 c/ aguja de 2,0cm. No absorbible, monofilamento, estéril. Longitud de la hebra 45 cm, color negro, con aguja punta triangular 3/8 círculo. Marca SHALON MEDICAL.	CUMPLE
Presentación	UNIDAD	PAQUETE CONTENIENDO 1 SUTURA	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta triangular.	De acero inoxidable, libre de rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Pulido final a espejo. Con punta triangular.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugía General y Videoendoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christian Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Inacio Delar
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGDIS
D.G.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883