5. CUADRO COMPRATIVO DE PRECIOS Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE NRO: 6

Oferente	Ítem	Código del SIH	Codigo del SAP	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	% de variación	MUESTRA	OBSERVACIONES
MLT PHARMA S.R.L.	1	9493-2	11002989	42295303-006	CATÉTER CEREBRAL: CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 3	Unidad	UNIDAD	13	25	CURATIA MEDICAL LIMITED	CHINA	439.999	10.999.975	524.165	-16%	PRESENTA MUESTRA	La muestra y catálogo presentados no cumplen con las especificaciones tecnicas por no ser Hidrofilico.
CATERES Y AFINES S.A.	1	9493-3	11002990	42295303-006	CATÉTER CEREBRAL: CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 3	Unidad	UNIDAD	13	25	APT MEDICAL	CHINA	440.000	11.000.000	524.165	-16%	PRESENTA MUESTRA	La muestra y catálogo presentada cumple con las especificaciones tecnicas y las documentaciones requerida en el PBC. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
SALUMAX S.A.	1	9493-2	11002989	42295303-006	CATÉTER CEREBRAL: CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO SIMMONS 3	Unidad	UNIDAD	13	25	COOK MEDICAL	USA	740.000	18.500.000	524.165	41%	PRESENTA MUESTRA	La muestra y catálogo presentada no cumple con las especificaciones tecnicas del PBC por no ser Hidrofilico.

LOTE NRO: 7

Oferente	Ítem	Código del SIH	Codigo del SAP	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	% de variación	MUESTRA	OBSERVACIONES
CATERES Y AFINES S.A.	1	9497	11002990	42295303-006	CATÉTER CEREBRAL: CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO HEADHUNTER 1	Unidad	UNIDAD	13	25	APT MEDICAL	CHINA	520.000	13.000.000	561.000	-7%	PRESENTA MUESTRA	La muestra y catálogo presentada cumple con las especificaciones tecnicas y las documentaciones requerida en el PBC. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
MLT PHARMA S.R.L.	1	9497	11002990	42295303-006	CATÉTER CEREBRAL: CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO HEADHUNTER 1	Unidad	UNIDAD	13	25	CURATIA MEDICAL LIMITED	CHINA	521.039	13.025.975	561.000	-7%	PRESENTA MUESTRA	La muestra y catálogo presentados no cumplen con las especificaciones tecnicas por no ser Hidrofilico.
SALUMAX S.A.	1	9497	11002990	42295303-006	CATÉTER CEREBRAL: CATÉTER CEREBRAL DE 5 FR. X 90 a 120 CM DE LARGO CON PUNTA TIPO HEADHUNTER 1	Unidad	UNIDAD	13	25	COOK MEDICAL	USA	690000	17.250.000	561.000	23%	PRESENTA MUESTRA	La muestra y catálogo presentada no cumple con las especificaciones tecnicas del PBC por no ser Hidrofilico.

CÉSAR AYALA
ABOGADO
Matrícula 10.457

Dr. Edulfo Britez
Neurocirujano
Especialista en Neurocirugía Endovascular
Reg. 13632

HOSPITAL CENTRAL - IPS
Dr. Javier Castro Florentín
Jefe de Centro de Diagnóstico e Imágenes
Reg. Prof. 4200

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Lorena Candia
Reg. Prof. Nº 4147

LOTE NRO. 18																
Oferente	**Ítem**	**Código del SIH**	**Codigo del SAP**	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**	**Precio Referencial**	**% de variacón**	**MUESTRA**	**OBSERVACIONES**
MLT PHARMA S.R.L.	1	11015	11003091	42221513-003	STENT: StentAutoexpandible Cerebral, Diversor de Flujo	Unidad	UNIDAD	15	30	MICROVENTION	USA/FRANCIA/COSTA RICA/JAPON	119.993.333	3.599.799.990	119.993.333	0%	Según pbc no aplica presentacion de muestra	De acuerdo a informe del miembro médico del Comité evaluador el catálogo presentado del Stent Fred Microvention cumple con las especificaciones técnicas. Cumple con las documentaciones requeridas en el PBC. **SE SUGIERE ADJUDICAR**
SALUMAX S.A.	1	11015	11003091	42221513-003	STENT: StentAutoexpandible Cerebral, Diversor de Flujo	Unidad	UNIDAD	15	30	MEDTRONIC	USA	137.660.000	4.129.800.000	119.993.333	15%	Según pbc no aplica presentacion de muestra	De acuerdo a informe del miembro médico del Comité evaluador el catálogo presentado del Stent Pipeline Medtronic cumple con las especificaciones técnicas. Cumple con las documentaciones requeridas en el PBC.

De acuerdo al Análisis de los precios ofertados: Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procedió a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro: En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

En este punto, el Comité de Evaluación ha solicitado el desglose de precios ofertados a la firma: Salumax S.A., que superan dicho margen, aceptando los desgloses de precios correspondientes.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
OF. Lorena Condia
Reg. Prof. Nº 4147

CESAR AYALA
ABOGADO
Matrícula 10.457

Dr. Edulfo Britez
Neurocirujano
Especialista en Neurocirugía Endovascular
Reg. 13532

HOSPITAL CENTRAL - IPS
Dr. Javier Castro Florentin
Jefe de Centro de Diagnóstico e Imagenes
Reg. Prof. 4200

3880000