Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud
Dirección Biomédica – biomedica.dggies@mspbs.gov.py

Yegros Nº 748 e/ Herrera y Fulgencio R. Moreno
Tel. 444.666 / 491.070 – Int. 120

EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS – LCO 78/2015

AL: ***COMITE DE EVALUACIÓN LPN 78 / 2015***

DE: ***Ing. Mirta Moran***
Dirección Biomédica – DGGIES.

Gustavo Cuevas
Dirección Biomédica – DGGIES.

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

FECHA: 11 de noviembre de 2015.

Por este medio me dirijo a Ustedes a fin de remitir el Informe de Evaluación Técnica de las Ofertas en el Marco de la LCO 78/2015 – ID 298.364 "***MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MSP Y BS***", que se detalla a continuación:

Ítem 1: Primera mejor oferta: EMPRESA SCARPE SRL

Ítem	Descripción	Código Catalogo	Marca	Modelo	Especificaciones Técnicas	Código Patrimonial	Valor del Bien	Costo del Servicio Ofertado
1	CAMPANA EXTRACTORA DE GASES, CON ESTRUCTURA DE METAL	73171605-001	QUIMIS	NO SE VISUALIZA MODELO	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio. Mantenimiento preventivo. Provisión y cambio de repuestos (según necesidad). Verificación y puesta de funcionamiento del equipo.	011-337-11-0008	20.000.000	4.800.000

Recomendación: en el ítem 1, la primera y única oferta presentada por la Empresa SCARPE S.R.L. cumple con todas las Especificaciones y Requerimientos Técnicos del PBC, supera el costo referencial en 60%, no obstante el Costo ofertado no supera el 40% del Valor del Bien, por lo que podrá ser imputado en el O.G. 240, además considerando que el equipo es de suma importancia para el tratamiento y manipulación de sustancias con virus, bacterias y altamente tóxicas en el laboratorio, por todo esto **se recomienda su Adjudicación**.

Ítem 7: Primera mejor oferta: EMPRESA SCARPE SRL

Ítem	Descripción	Código Catalogo	Marca	Modelo	Especificaciones Técnicas	Código Patrimonial	Valor del Bien	Costo del Servicio Ofertado
7	CABINA DE BIOSEGURIDAD	73171605-001	LABCONCO	36208 / 36209	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio. Mantenimiento y reparación general, preventivo correctivo. Provisión y cambio de filtros previa verificación de la empresa adjudicada del mismo para conocer características. Verificación y puesta de funcionamiento del equipo.	011-337-12-0060	30.000.000	21.500.000

Recomendación: en el ítem 7, la primera y única oferta presentada por la Empresa SCARPE S.R.L. cumple con todas las Especificaciones y Requerimientos Técnicos del PBC, supera el costo referencial en 169%, además el Costo ofertado supera el 40% del Valor del Bien, por lo que no podrá ser imputado en el O.G. 240, por todo esto **se recomienda declarar desierto el ítem 7**.

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud
Dirección Biomédica – biomedica.dggies@mspbs.gov.py

Yegros Nº 748 e/ Herrera y Fulgencio R. Moreno
Tel. 444.666 / 491.070 – Int. 120

Ítem 13: Primera mejor oferta: EMPRESA SCARPE SRL

Ítem	Descripción	Código Catalogo	Marca	Modelo	Especificaciones Técnicas	Código Patrimonial	Valor del Bien	Costo del Servicio Ofertado
13	BOMBA DE VACIO	73171605-001	QUIMIS	355B	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio. Reparación general, correctivo. Provisión y cambio de repuestos. Verificación y puesta de funcionamiento del equipo.	011-337-09-0038	2.000.000	1.500.000

Recomendación: en el ítem 13, la primera y única oferta presentada por la Empresa SCARPE S.R.L. cumple con todas las Especificaciones y Requerimientos Técnicos del PBC, supera el costo referencial en 88%, además el Costo ofertado supera el 40% del Valor del Bien, por lo que no podrá ser imputado en el O.G. 240, por todo esto **se recomienda declarar desierto el ítem 13**.

Ítem 36: Primera mejor oferta: EMPRESA SCARPE SRL

Ítem	Descripción	Código Catalogo	Marca	Modelo	Especificaciones Técnicas	Código Patrimonial	Valor del Bien	Costo del Servicio Ofertado
36	CAMPANA EXTRACTORA DE GASES,	73171605-001	ALEXANDER	NO SE VISUALIZA MODELO	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio. Mantenimiento y reparación general, correctivo (cambio de extractor, iluminación interna de la campana y conectores para extracción). Provisión y cambio de repuestos. Verificación y puesta de funcionamiento del equipo.	011-337-09-0020	20.000.000	4.800.000

Recomendación: en el ítem 36, la primera y única oferta presentada por la Empresa SCARPE S.R.L. cumple con todas las Especificaciones y Requerimientos Técnicos del PBC, y el Costo ofertado es inferior al referencial, por todo esto **se recomienda su Adjudicación**.

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud
Dirección Biomédica – biomedica.dggies@mspbs.gov.py

Yegros Nº 748 e/ Herrera y Fulgencio R. Moreno
Tel. 444.666 / 491.070 – Int. 120

Ítem 38: Primera mejor oferta: EMPRESA DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.

Ítem	Descripción	Código Catalogo	Marca	Modelo	Especificaciones Técnicas	Código Patrimonial	Valor del Bien	Costo del Servicio Ofertado
38	CROMATOGRAFO LIQUIDO MARCA, MODELO: LC-NETII, CON: SOPORTE PARA BOTELLAS, BOMBA DE GRADIENTE, COMPUESTO POR: DETECTOR DIODO, HORNO DE COLUMNAS, MUESTREADOR, CON SOFWARE DATOS CHROMPASS.	73171605-001	JASCO	NO SE VISUALIZA MODELO	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio. Mantenimiento y reparación general, preventivo correctivo. Provisión y cambio de repuestos. **Bomba:** Operativa requiere cambio de CheckValve entrada y salida. Requiere cambio pistones y Sellos. Cambias filtros en línea y de solvente. **Detector UV-VIS**: Requiere cambio lámpara Deuterio regio Ultravioleta. Requiere cambio fuente rango espectral Visible. **Automuestreador:** Requiere cambio de Aguja y soporte. Filtros de inyección de muestra. **Calefactor de Columna:** Se debe verificar si calienta. Calibración de Temperatura. Verificación y puesta de funcionamiento del equipo.	011-337-07-0151	508.246.000	44.000.000

Recomendación: en el ítem 38, la primera y única oferta presentada por la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. cumple con todas las Especificaciones y Requerimientos Técnicos del PBC, supera el costo referencial en 26%, no obstante el Costo ofertado no supera el 40% del Valor del Bien, por lo que podrá ser imputado en el O.G. 240, por todo esto **se recomienda su Adjudicación**.

Ítem 49: Primera mejor oferta: EMPRESA DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.

Ítem	Descripción	Código Catalogo	Marca	Modelo	Especificaciones Técnicas	Código Patrimonial	Valor del Bien	Costo del Servicio Ofertado
49	AUTOCLAVE DE ESTERILIZACIÓN, FUNC. AUTOMÁTICO, CALCULADO Y CONSTRUIDO P/ESTERILIZACIÓN Y SECADO DE MATERIAL POR MEDIO DE VAPOR DE AGUA SATURADO SECO. CAMARA INTERNA Y DOBLE PARED DE 6MM DE ESPESOR EN ACERO INOX	73171605-001	BAUMER	HIV - SPEED 300LTS	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio. Mantenimiento preventivo correctivo. Provisión y cambio de repuestos (según necesidad). Verificación y puesta de funcionamiento del equipo.	011-337-05-1840	268.180.000	36.000.000

Recomendación: en el ítem 49, la primera y única oferta presentada por la Empresa DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. cumple con todas las Especificaciones y Requerimientos Técnicos del PBC, y el Costo ofertado es inferior al referencial, por todo esto **se recomienda su Adjudicación**.

En los ítems no evaluados no se presentaron oferentes por lo que se deberá declarar desiertos eso ítems.

Sin más que agregar se concluye con la evaluación técnica de las ofertas de la LCO78/2015

Atentamente.

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Ing. Mirta Morán
Directora de Biomédica
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN SUBUOC S2

Asunción, 29 de octubre de 2015

Señora
Ing. MIRTA MORAN
Dirección Biomédica – DGGIES
Presente

Me dirijo a Usted, con relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 78/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INAN" – ID N° 298.364,** a fin de solicitar sus buenos oficios para la realización de la Evaluación Técnica.

Para tal efecto, remito adjunto antecedentes originales completos:

1- 1 (UN) bibliorato con los antecedentes originales.
2- Oferta Original de las firmas:
   - SCARPE
   - DROGUERIA ITALQUIMICA
   - DISTRIBUIDORA YPACARAI

Sin otro particular le saludo atentamente.

LIC. LIZA DUARTE HOUDIN
COMITÉ EVALUADOR

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS
Fecha, mes, año: 30/10/15 Hora: 8:27
Entrada Nº: 123677
Firma: Aclaración: