INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

Introducción

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, 31 días del mes de agosto del año dos mil veintiuno siendo las trece horas, en el local de PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), sito en la calle Chile Nº 753 casi Eduardo Víctor Haedo, Piso 9º, salón de reuniones de la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC), se procede a evaluar las ofertas presentadas en la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID Nº 394.719** de acuerdo con lo dispuesto en los documentos del llamado.

1. ANTECEDENTES.

a) Número de PAC: 394.719.

b) Disponibilidad Presupuestaria: 352.404.421

La cobertura presupuestaria para la obligación y pago del presente procedimiento será del Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio 2021 en los Sub Grupos de Gasto 243 – Mantenimiento y Reparaciones menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina - Fuente de Financiamiento 30.

c) Forma de adjudicación: Por Ítem.

d) Miembros del Comité de Evaluación:

Han sido designados según Resolución PR/DL N° 207/2020, por Nota Interna PR/DL/015/2020 el representante de Presidencia; por Nota Interna DJU/478/2020 el representante de la Dirección Jurídica; y por Memorándum N° 72/406 GCP/219/2021 el Ing. Walter López en representación de la Gerencia de Control de Producto

2. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:

a- Acto de Apertura de Ofertas Físicas

A los 25 días del mes de agosto del año dos 2021, siendo las 11:15 horas, se procedió a la apertura de las ofertas presentadas. Conforme al Acta de Apertura, ha presentado sus ofertas las empresas: **CHARPENTIER S.R.L., SAN NICOLAS S.R.L., GUIDE S.R.L., SUMI S.A.,** y **DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.,** las cuales se detallan a continuación, para su análisis técnico, legal y económico:

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

Oferente:	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
CHARPENTIER SRL	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 45.987.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 20.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 20/08/2021 a 27/01/2022, 160 días
SAN NICOLAS S.R.L.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 91.340.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 5.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 20/08/2021 a 20/01/2022, 153 días
GUIDE SRL	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 127.254.494 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Royal Seguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 130.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 20/08/2021 a 29/12/2021, 131 días
SUMI SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 243.263.400 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Patria S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 15.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 25/08/2021 a 2/01/2022, 130 días
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 130.300.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Fenix Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 7.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 25/08/2021 a 30/03/2022, 217 días

Oferente:	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
CHARPENTIER SRL	40	1656113	NO
SAN NICOLAS S.R.L.	0	1656206	NO
GUIDE SRL	79	1656070	NO
SUMI SOCIEDAD ANONIMA	105	1656097	NO
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA	88	1656237	NO

Observaciones: no se realizaron observaciones en el acto de apertura.

3. Evaluación de Ofertas:

3.1. **ANÁLISIS DE LAS DOCUMENTACIONES PRESENTADAS:**

Se procede a la verificación de los documentos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a la metodología de evaluación establecido en el Art. N° 63° del Decreto N° 2992/19.
Primeramente, se verifican los documentos de carácter sustancial bajo el criterio de **CUMPLE / NO CUMPLE** según el siguiente cuadro:

Oferentes	1) CHARPENTIER S.R.L.	2) SAN NICOLAS S.R.L.	3) GUIDE S.R.L.	4) SUMI S.A.	5) DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.
Formulario de Oferta y Lista de Precios:	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas					

Ing. Walter López
Gte. Control de Produc...
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Las firmas **CHARPENTIER S.R.L., SAN NICOLAS S.R.L., GUIDE S.R.L., SUMI S.A.,** y **DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.,** cumplen con todas las documentaciones requeridas; por tanto, califican para proseguir con la siguiente etapa de Evaluación, para determinar si las ofertas propuestas cumplen con los demás requisitos formales exigidos.

4. ANALISIS DE CAPACIDAD LEGAL

Conforme establece las bases y condiciones de la contratación se procedió a la verificación de la Capacidad Legal prohibiciones de los incisos a) y b) del Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de las firmas **CHARPENTIER S.R.L., SAN NICOLAS S.R.L., GUIDE S.R.L., SUMI S.A.,** y **DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.,** a fin de constatar cuanto sigue en el cuadro:

OFERENTES	1) CHARPENTIER S.R.L.	2) SAN NICOLAS S.R.L.	3) GUIDE S.R.L.
NOMBRE	1- Luis Martín Abente Brun. - 2- Miguel Abente Brun. – 3- Maria Paloma Abente Peca. – 4- Luis Francisco Abente	1- María Luisa. Aguero. - 2- Blás Agüero Ruiz. - 3- Vivian A. Rizzi.-	1- Miguel Velázquez Vega. - 2- Grecia Velázquez Escobar. - 3- María Velázquez E.- 4- Alexis Velázquez E.
NUMERO DE CEDULA	1- C.I. N° 280.557.- 2- C.I. N° 483.137.- 3- C.I. N° 905.303.- 4- C.I. N° 1.526.647.-	1- C.I. N° 918.798.- 2- C.I. N° 920.074.- 3- C.I. N° 4.511.651.-	1- C.I. N° 686.437.- 2- C.I. N° 3.455.662.- 3- C.I. N° 1.843.089.- 4- C.I. N° 2.358.097.-
REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA CONVOCANTE	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR
REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH)	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH

OFERENTES	4) SUMI S.A.	5) DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.
NOMBRE	1- Sumijiro Takaoka. - 2- Yasutaka takaoka. – 3- Josias Bedoya. – 4- Carlos Solis.	1- Blas Vázquez. - 2- Rita Da Silva. - 3- José Espínola. - 4- Liliana Fretes.

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

		5- Verónica Careaga. - 6- María Nidia Fariña Florentín.-
NUMERO DE CEDULA	1- C.I. N° 990.840.- 2- C.I. N° 749.216.- 3- C.I. N° 1.680.043.- 4- C.I. N° 3.769.373.-	1- C.I. N° 266.037.- 2- C.I. N° 654.153.- 3- C.I. N° 1.135.487.- 4- C.I. N° 928.666. 5- C.I. N° 1.958.685. 6- C.I. N° 815.869
REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA CONVOCANTE	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR
REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH)	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	Con respecto a la firma se observa lo siguiente (*)

Se puede observar, que no existen registros en el Listado de Funcionarios de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), por parte de ninguno de los representantes de los oferentes mencionados.

(*) La firma **DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.**, se observa en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) que:

- El Sr. Blas Vázquez Fleitas con C.I. N° 266.037, figura como Miembro del C.S.U. cargo permanente año 2016, en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), sin embargo, ya no se encuentra prestando servicio conforme al certificado SINARH, lo cual no tiene injerencia en la evaluación del presente proceso, por lo cual no es motivo para descalificar la oferta, no existiendo incapacidad legal, para participar de la presente licitación, conforme lo establece la Ley 1626/2000.
- La Sra. Verónica Careaga con C.I. N° 1.958.685, figura como Profesor, cargo contratado año 2010, en el Consejo de la Magistratura, sin embargo, ya no se encuentra prestando servicio conforme al certificado SINARH, lo cual no tiene injerencia en la evaluación del presente proceso, por lo cual no es motivo para descalificar la oferta, no existiendo incapacidad legal, para participar de la presente licitación, conforme lo establece la Ley 1626/2000.

Por tanto, no habiendo registros en el Listado de Funcionarios de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y en el SINARH, se deja constancia que no se verifican impedimentos legales por parte de **CHARPENTIER S.R.L., SAN NICOLAS S.R.L., GUIDE S.R.L., SUMI S.A.,** y **DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.,** y que las mismas cumplen con la capacidad legal.

5. ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Considerando la metodología de la Evaluación, conforme al Decreto Reglamentario 2992/2019, que refiere en los numerales 2 y 3 del Art. 63.- Método de evaluación. *"Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante evaluará las ofertas presentadas según el sistema utilizado:* ***a.*** *Sistema de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente: (…)* ***2. Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda." 3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato.***

Sin embargo, se procede con la evaluación a modo de analizar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a documentaciones formales y demás criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Abg. César Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

6. ERRORES ARITMÉTICOS

Luego de verificar las ofertas de las firmas presentadas, se verifica que no se presentan errores aritméticos por lo cual se prosigue con la evaluación.

MARGEN DE PREFERENCIA

Conforme a las características de los servicios requeridos y verificando la marca y procedencia de los bienes ofertados, los mismos no son de producción nacional, razón por la cual no puede ser aplicado en margen de preferencia en razón del Origen Nacional.

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Se procedió al análisis de los precios unitarios ofertados, dando cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 1890/2020, por lo que se verifica que los precios ofertados presentan variaciones que superan el 15 % por encima del referencial y 25% por debajo del referencial preparado por la Convocante, por lo tanto, se

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

solicita a la empresa, el desglose de la composición de sus precios de modo a contar con una aclaración que será sometida a evaluación para verificar si se considera una variación razonable, por lo tanto, se remitió la siguiente nota de solicitud de desglose de precios:

Por **Nota DOC N° 785/2021** de fecha 31 de agosto de 2021 y **Nota DOC N° 850/2021** de fecha 10 de septiembre de 2021, se emplaza a la firma **SAN NICOLAS S.R.L.** hasta las 13:00 h. del 02 de septiembre del corriente y 14 de septiembre, para remitir el desglose de composición de precio, debido a que su precio ofertado se encuentra fuera del rango establecido por la normativa, en el ítem 6, 7, 10, 11 y 12 por tanto, se ha solicitado el desglose de la composición de precio de la respectiva oferta.

ESTIMADO PETROPAR							SAN NICOLÁS S.R.L.		
Ítem Nº	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido	DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL
6	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15 C MATRIZ GASOLINA Y RANGO DENSIDAD 0,71 A 0,78 G/ML	Unidad	Evento	3	6.262.728	18.788.184	3.800.000	**11.400.000**	-39%
7	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15° C MATRIZ DIESEL Y RANGO DENSIDAD DE 0,80 A 0,88 G/L MG	Unidad	Evento	3	6.147.141	18.441.423	3.500.000	**10.500.000**	-43%
10	PROVISION DE ESTANDAR DE DENSIDAD DE AGUA PARA UTILIZAR EN VERFICACION DE DENSIDAD A 15°C MEDIDO DON DNSIMETRO DIGITAL DE ACUERDO A ASTM D4052	Unidad	Evento	4	5.473.728	21.894.912	3.300.000	**13.200.000**	-40%
11	PROVISION DE ACETONA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ASTM D4052	Unidad	Evento	20	52.000	1.040.000	200.000	**4.000.000**	285%
12	PROVISION DE ETER DE PETROLEO ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ASTM D4052	Unidad	Evento	20	243.667	4.873.340	302.000	**6.040.000**	24%

Por nota de fecha 02 de septiembre de 2021 y 14 de septiembre de 2021 con expediente de mesa de entrada Institucional N° 6069 y 6399, la firma responde en tiempo la solicitud desglose de precios, conforme al siguiente cuadro:

San Nicolás S.R.L.
Representante y Distribuidora de Productos Químicos
Ruc: 80027196-3
Telefax: 021-480979
Asunción – Paraguay

A: PETROPAR		Fecha: 02/09/2021.-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Items	Descripcion de Bien	Marca	Procedencia	Precio del Costo	Gastos Financieros	Gastos del Personal	Flete	Utilidad	Impuestos	Precio Unitario Total (IVA incluido y otros costos
6	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15 C MATRIZ GASOLINA Y RANGO DENSIDAD 0,71 A 0,78 G/ML	Paragon	USA	2.546.000	304.000	114.000	76.000	380.000	380.000	3.800.000
7	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15° C MATRIZ DIESEL Y RANGO DENSIDAD DE 0,80 A 0,88 G/L MG	Paragon	USA	2.345.000	280.000	105.000	70.000	350.000	350.000	3.500.000
10	PROVISION DE ESTANDAR DE DENSIDAD DE AGUA PARA UTILIZAR EN VERFICACION DE DENSIDAD A 15°C MEDIDO DON DNSIMETRO DIGITAL DE ACUERDO A ASTM D4052	Paragon	USA	2.211.000	264.000	99.000	66.000	330.000	330.000	3.300.000
11	PROVISION DE ACETONA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ASTM D4052	Cicarelli	Argentina	134.000	16.000	6.000	4.000	20.000	20.000	200.000

En la tabla se muestra el desglose de precios de cada ítem en costo unitario. El por que supera o no los precios referenciales se da debido a los costos detallados de cada producto.

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. Cesar Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Firma del Oferente
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC: 80027196-3
Río de la Plata 498 - Asunción

Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

San Nicolas S.R.L.

Representante y Distribuidora de Productos Quimicos
Ruc: 80027196-3
Telefax: 021-440979
Asunción – Paraguay

A: PETROPAR		Fecha: 14/09/2021.-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Items	Descipcion de bien	Marca	Procedencia	Precio del Costo	Gastos Financieros	Gastos del Personal	Flete	Utilidad	Impuestos	Precio Unitario Total (IVA incluido y otros costos
	PROVISION DE ETER DE PETROLEO ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ASTM D4052	Cicarelli/ Panisac	Argentina	202.340	24.180	9.060	6.040	30.200	30.200	302.000

En la tabla se observa el detalle de precios de cada ítem en costo unitario. El por que supera o no los precios referenciados se da debido a los costos detallados de cada producto.

SAN NICOLAS S.R.L.
RUC: 80027196-3
Río de la Plata 498 - Asunción

Firma del Oferente

En ese sentido, la Evaluación del precio de la firma **SAN NICOLAS S.R.L.,** respecto al ítem 11, debe ser en atención a lo establecido, en la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020. "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.", que establece:

Artículo 4º APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA

Análisis de los precios ofertados
Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, ***el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:***
(…)
Si el oferente no respondiese la solicitud, o ***la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien****, obra o servicio,* ***el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada…***

Del análisis realizado, se aprecia que el desglose de precio del ítem 11, el mismo no es considerado factible, por variar sustancialmente del precio referencial de la convocante, no es aceptable y la oferta, considerando la adjudicación por ítem, debe ser rechazada.

Por tanto, la oferta de la firma **SAN NICOLAS S.R.L.,** se encuentra con el precio muy por encima del precio referencial de la Convocante respecto al ítem 11 y es considerada inaceptable, por lo cual se recomienda descalificar a la oferta de la firma **SAN NICOLAS S.R.L.** para el ítem 11, conforme a la Ley 2051/2003 y sus Reglamentaciones.

Por **Nota DOC N° 787/2021** de fecha 31 de agosto de 2021 se emplaza a la firma **SUMI S.A.** hasta las 13:00 h. del 02 de septiembre del corriente y por **Nota DOC N° 810/2021** de fecha 02 de septiembre de 2021 se le emplaza a la firma hasta las 13:00 h. del 06 de septiembre para remitir el desglose de composición de precio, debido a que sus precios ofertados se encuentran fuera del rango establecido por la normativa, en el ítem 4, sub ítem 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 6, 7, 8, 9 y 11 por tanto, se ha solicitado el desglose de la composición de precio de la respectiva oferta.

ESTIMADO PETROPAR							SUMI S.A.		
Ítem Nº	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido	DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS CONSUMIBLES, CALIFICACION/CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN CON PROVISIÓN DE ESTANDAR DEL DENSIMIENTO DIGITAL	Global	Evento	1	67.544.718	67.544.718	**45.112.200**	**45.112.200**	**-33%**

Ing. Walter López
Gte. Control de Prod.
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

4.9	LUER-LOK THREADED FILLING NOZZLE FEMALE 1/4"-28(UNF ETFE;TEFZEL) (P/N:P21850)	Unidad	Evento	1	80.160	80.160	103.500	**103.500**	29%
4.10	ADAPTER, BARBED -MALE 1/4-28X1/8T ETFE P647 (P/N: P23225)	Unidad	Evento	1	160.320	160.320	207.000	**207.000**	29%
4.11	VEINTE (20) CAJAS (BOX X PCS) DE LUER SYRINGES - 3ML SLIP TIP ALL PLASTIC(P/N:P23438)	Unidad	Evento	1	28.456.757	28.456.757	4.416.000	**4.416.000**	-84%
4.13	SYRINGE NEEDLE PROBE SS DISPENSING(P/N:P23897)	Unidad	Evento	1	20.040	20.040	34.500	**34.500**	72%
6	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15 C MATRIZ GASOLINA Y RANGO DENSIDAD 0,71 A 0,78 G/ML	Unidad	Evento	3	6.262.728	18.788.184	15.042.000	**45.126.000**	140%
7	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15° C MATRIZ DIESEL Y RANGO DENSIDAD DE 0,80 A 0,88 G/L MG	Unidad	Evento	3	6.147.141	18.441.423	11.040.000	**33.120.000**	80%
8	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE MULTIPARAMETROS: MATRIZ DIESEL Y RANGO DE DENSIDAD DE 0,80 A 0,88 G/ML	Unidad	Evento	4	7.550.000	30.200.000	15.311.100	**61.244.400**	103%
9	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO ERM PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15° C EN BIOCOMBUSTIBLE MATRIZ BIODISEL PURO(B100)	Unidad	Evento	6	3.671.225	22.027.350	4.995.600	**29.973.600**	36%
11	PROVISION DE ACETONA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ASTM D4052	Unidad	Evento	20	52.000	1.040.000	300.000	**6.000.000**	477%

Por nota de fecha 02 de septiembre de 2021 y de fecha 03 de septiembre de 2021 con expediente de mesa de entrada Institucional N° 6071 y 6120, la firma responde en tiempo la solicitud desglose de precios, conforme al siguiente cuadro:

DESGLOSE DE PRECIO TOTAL EN GUARANIES					
Ítem N°	Descripción del Bien	Precio Total	CIF	IMPUESTOS	DESPACHO
4.9	LUER-LOK THREADED FILLING NOZZLE FEMALE ¼"-28(UNFETFE,TEFZEL) (P/N:P21850)	103.500	75.461	9.409	18.630
4.10	ADAPTER,BARBED- MALE 1/4-28X1/8T ETFE P647 (P/N: P23225)	207.000	150.922	18.818	37.260
4.11	VEINTE(20) CAJAS (BOX X PCS) DE LUER SYRINGES - 3ML SLIP TIP ALL PLASTIC(P/N:P23438)	4.416.000	3.219.666	401.454	794.880
4.13	SYRINGE NEEDLE PROBE SS DISPENSING(P/N:P23897)	34.500	25.154	3.136	6.210
7	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACIÓN DE DENSIDAD A 15°C MATRIZ DIESEL Y RANGO DE DENSIDAD 0,80 A 0,88 G/L MG	33.120.000	24.147.491	3.010.909	5.961.600
8	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE MULTIPARAMETROS: MATRIZ DIESEL Y RANGO DE DENSIDAD DE 0,80 A 0,88 G/ML	61.244.400	44.652.736	5.567.672	11.023.992
9	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO ERM PARA VERIFICACIÓN DE DENSIDAD A 15°C EN BIOCOMBUSTIBLE MATRIZ BIODISEL PURO (B100)	29.763.600	21.700.371	2.705.781	5.357.448
11	PROVISION DE ACETONA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ASTM D4052	6.000.000	4.374.546	545.454	1.080.000

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

DESGLOSE DE PRECIO TOTAL EN GUARANIES					
Ítem N°	Descripción del Bien	Precio Total	CIF	IMPUESTOS	DESPACHO
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO CONSUMIBLES,CALIFICACIÓN/CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN CON PROVISIÓN DE ESTÁNDAR DEL DENSIMIENTO DIGITAL MODELO DDMM2911 PLUS, SERIE DDMM4179, MARCA RUDOLPH RESERCH ANALYTICAL	45.112.200	32.890.895	4.101.109	8.120.196
6	PROVISIÓN DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACIÓN DE DENSIDAD A 15 C MATRIZ GASOLINA Y RANGO DENSIDAD 0.71 A 0.78 G/ML	45.126.000	32.900.957	4.102.363	8.122.680

En ese sentido, la Evaluación del precio de la firma **SUMI S.A.,** respecto al ítem 11, debe ser en atención a lo establecido, en la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020. "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.", que establece:

Artículo 4º APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA

Análisis de los precios ofertados
Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, ***el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:***
(…)
Si el oferente no respondiese la solicitud, o ***la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien****, obra o servicio,* ***el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada…***

Por tanto, la oferta de la firma **SUMI S.A.,** se encuentra con el precio muy por encima del precio referencial de la Convocante respecto al ítem 11 y es considerada inaceptable, por lo cual se recomienda descalificar a la oferta de la firma **SUMI S.A.** para el ítem 11, conforme a la Ley 2051/2003 y sus Reglamentaciones.

Del análisis realizado, se aprecia que el desglose de precio del ítem 11, el mismo no es considerado factible, por variar sustancialmente del precio referencial de la convocante, no es aceptable y la oferta, considerando la adjudicación por ítem, debe ser rechazada y se procede a la Declaración Desierta por alejarse considerablemente del precio referencial y en su caso, de considerarse ya se superaría los umbrales de la modalidad de contratación, por cuanto se debe declarar desierto, conforme a la Ley 2051/2003, **Artículo 30.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA.**

Artículo 30.- Declaración Desierta, una licitación se declarará desierta, mediante resolución de la máxima autoridad de la Convocante, en los siguientes casos: …***c) que los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato****, o bien, por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante determinadas conforme al Artículo 15 de la presente ley.*

Por **Nota DOC N° 788/2021** de fecha 31 de agosto de 2021, se emplaza a la firma **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.** hasta las 13:00 h. del 02 de septiembre del corriente, para remitir el desglose de composición de precio, debido a que su precio ofertado se encuentra fuera del rango establecido por la normativa, en el ítem 6, 7, 10 y 11 por tanto, se ha solicitado el desglose de la composición de precio de la respectiva oferta.

ESTIMADO PETROPAR							DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.		
Ítem Nº	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total G. IVA incluido	DIFERENCIA PRECIO REFERENCIAL
6	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15 C MATRIZ GASOLINA Y RANGO DENSIDAD 0,71 A 0,78 G/ML	Unidad	Evento	3	6.262.728	18.788.184	13.500.000	**40.500.000**	116%
7	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15 C MATRIZ DIESEL Y RANGO DENSIDAD DE 0,80 A 0,88 G/L MG	Unidad	Evento	3	6.147.141	18.441.423	13.500.000	**40.500.000**	120%

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

10	PROVISION DE ESTANDAR DE DENSIDAD DE AGUA PARA UTILIZAR EN VERFICACION DE DENSIDAD A 15°C MEDIDO DON DNSIMETRO DIGITAL DE ACUERDO A ASTM D4052	Unidad	Evento	4	5.473.728	21.894.912	7.000.000	**28.000.000**	28%

Por nota de fecha 02 de septiembre de 2021, con expediente de mesa de entrada Institucional N° 6076, la firma responde en tiempo la solicitud desglose de precios, conforme al siguiente cuadro:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
6	73171605-001	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15 C MATRIZ GASOLINA Y RANGO DENSIDAD 0,71 A 0,78 G/ML	EVENTO	No	3	13.500.000	40.500.000
7	73171605-001	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15° C MATRIZ DIESEL Y RANGO DENSIDAD DE 0,80 A 0,88 G/L MG	EVENTO	No	3	13.500.000	40.500.000
10	73171605-001	PROVISION DE ESTANDAR DE DENSIDAD DE AGUA PARA UTILIZAR EN VERFICACION DE DENSIDAD A 15°C MEDIDO DON DNSIMETRO DIGITAL DE ACUERDO A ASTM D4052	EVENTO	No	4	7.000.000	28.000.000

DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A., oferta en los ítems 6, 7 y 10 productos importados desde Estados Unidos los cuales se ven afectados por los siguientes costos:

- Precio de origen 20%
- Seguro de importación y Flete 20%
- Gastos de despacho 20%
- Utilidad 30%
- Impuesto: 10%

Por lo expuesto, las respuestas por parte de las firmas sobre el desglose de la composición de sus precios ofertados para los ítems a ser eventualmente adjudicados, se encuentran justificados y son considerados razonables, conforme a lo indicado por el área requirente, por lo tanto, en base a dicha información, las justificaciones se consideran aceptables por parte de este Comité y se prosigue con la evaluación en los siguientes puntos.

Considerando que se rechaza el desglose de composición de precios ofertados de las firmas **SAN NICOLAS S.R.L** y **SUMI S.A**. para el **ítem 11.**

Sin embargo, la variación de los precios ofertados por las empresas **SAN NICOLAS S.R.L** y **SUMI S.A.** para el ítem 11, los mismos no son considerados factibles, por variar sustancialmente del precio referencial de la convocante por lo cual se declara desierto como ya se mencionó precedentemente.

Por lo tanto, una vez verificadas que no se precisaron correcciones aritméticas (excepto el **ítem 11** de las firmas **SAN NICOLAS** y **SUMI S.A.**), ni fue aplicado el margen de preferencia, se ordenan las ofertas según el orden económico, de menor a mayor conforme al **numeral 3 del Artículo 63 – Método de evaluación, numeral 3**. *"…Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato…"*

Por lo cual el orden económico queda de la siguiente mantera:

ITEM 1		
	NUMERACIÓN SEGÚN ORDEN ECONÓMICO	MONTO DE LA OFERTA
1	CHARPENTIER	22.800.000

ITEM 2		
	NUMERACIÓN SEGÚN ORDEN ECONÓMICO	MONTO DE LA OFERTA
1	CHARPENTIER	17.100.000

ITEM 3		
	NUMERACIÓN SEGÚN ORDEN ECONÓMICO	MONTO DE LA OFERTA
1	CHARPENTIER	6.087.000

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

ITEM 4		
NUMERACIÓN SEGÚN ORDEN ECONÓMICO		MONTO DE LA OFERTA
1	SUMI S.A.	45.112.200

ITEM 5		
NUMERACIÓN SEGÚN ORDEN ECONÓMICO		MONTO DE LA OFERTA
1	GUIDE S.R.L.	127.254.494

ITEM 6		
NUMERACIÓN SEGÚN ORDEN ECONÓMICO		MONTO DE LA OFERTA
1	SAN NICOLAS	11.400.000
2	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	40.500.000
3	SUMI S.A.	45.126.000

ITEM 7		
NUMERACIÓN SEGÚN ORDEN ECONÓMICO		MONTO DE LA OFERTA
1	SAN NICOLAS	10.500.00
2	SUMI S.A.	33.120.000
3	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	40.500.000

ITEM 8		
NUMERACIÓN SEGÚN ORDEN ECONÓMICO		MONTO DE LA OFERTA
1	SAN NICOLAS	26.400.000
2	SUMI S.A.	61.244.400

ITEM 9		
NUMERACIÓN SEGÚN ORDEN ECONÓMICO		MONTO DE LA OFERTA
1	SAN NICOLAS	19.800.000
2	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	21.300.000
3	SUMI S.A.	29.973.600

ITEM 10		
NUMERACIÓN SEGÚN ORDEN ECONÓMICO		MONTO DE LA OFERTA
1	SAN NICOLAS	13.200.000
2	SUMI S.A.	22.687.800
3	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	28.000.000

ITEM 12		
NUMERACIÓN SEGÚN ORDEN ECONÓMICO		MONTO DE LA OFERTA
1	SAN NICOLAS	6.040.000

Por lo tanto, se procede a evaluar a las ofertas más económicas para determinar si las mismas cumplen con los demás requisitos técnicos, económicos y legales pertenecientes a las firmas **CHARPENTIER S.R.L.** en el **Ítem 1, 2 y 3, SUMI S.A.** en el **Ítem 4, GUIDE S.R.L.** en el **Ítem 5** y **SAN NICOLAS S.R.L.,** en el **Ítem 6, 7, 8, 9, 10, 12.**

8. EVALUACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES DE CARÁCTER FORMAL

Se procede a analizar los documentos de carácter formal, considerando lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 2992/19, en su **Artículo 63.- Método de evaluación** mencionado precedentemente.

Los documentos formales que no se hayan presentado con las ofertas, serán solicitados por Nota.

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

a. DOCUMENTACIONES SOLICITADOS A LOS OFERENTES

Por **NOTA DOC N° 784/2021**, de fecha 31 de agosto del 2021, se emplaza a la firma a la firma **CHARPENTIER S.R.L.** hasta las 13:00 h. del 02 de septiembre del corriente, para remitir las siguientes documentaciones:

1. Certificado de buen cumplimiento de los contratos o certificados de buen cumplimiento de las órdenes de compra correspondientes a los contratos y/o facturaciones y/o recepciones finales presentadas.
2. Catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestre que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas.

La firma **CHARPENTIER S.R.L.,** cumple en remitir dentro del plazo establecido las documentaciones solicitadas, según expediente N° 6048 de fecha 02 de septiembre del corriente de la Mesa de Entrada Institucional.

Por **NOTA DOC N° 785/2021**, de fecha 31 de agosto del 2021, se emplaza a la firma a la firma **SAN NICOLAS S.R.L.** hasta las 13:00 h. del 02 de septiembre del corriente, para remitir las siguientes documentaciones:

1. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.
2. Balance General y Cuadro de Estado de Resultado de los años (2019 y 2020) para contribuyente de IRACIS.
3. Copias autenticadas de contratos y/o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
4. Certificado de buen cumplimiento de los contratos o certificados de buen cumplimiento de las órdenes de compra correspondientes a los contratos y/o facturaciones y/o recepciones finales presentadas.
5. Autorización del fabricante, representante o distribuidor de la marca ofertada para los ítems: 1, 2, 3, 4 y 5. En caso de Representante o Distribuidor deberá presentar las documentaciones que demuestren la cadena de autorizaciones hasta llegar al Fabricante. (Traducción)
6. Catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestre que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas. Favor remitir la traducción atendiendo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones *(La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción: No aplica).*

La firma **SAN NICOLAS S.R.L.** cumple en remitir dentro del plazo establecido la documentación solicitada, según expediente N° 6069 de fecha 02 de septiembre del corriente de la Mesa de Entrada Institucional.

Por **NOTA DOC N° 786/2021**, de fecha 31 de agosto del 2021, se emplaza a la firma a la firma **GUIDE S.R.L.** hasta las 13:00 h. del 02 de septiembre del corriente, para remitir las siguientes documentaciones:

1. Autorización del fabricante, representante o distribuidor de la marca ofertada para los ítems: 1, 2, 3, 4 y 5. En caso de Representante o Distribuidor deberá presentar las documentaciones que demuestren la cadena de autorizaciones hasta llegar al Fabricante. (Traducción)
2. Catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestre que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas. Favor remitir la traducción atendiendo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones *(La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción: No aplica).*

La firma **GUIDE S.R.L.** cumple en remitir dentro del plazo establecido la documentación solicitada, según expediente N° 6077 de fecha 02 de septiembre del corriente de la Mesa de Entrada Institucional.

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

Por **NOTA DOC N° 787/2021**, de fecha 31 de agosto del 2021, se emplaza a la firma a la firma **SUMI S.A.** hasta las 13:00 h. del 02 de septiembre del corriente, para remitir las siguientes documentaciones:

1. Certificado de buen cumplimiento de los contratos o certificados de buen cumplimiento de las órdenes de compra correspondientes a los contratos y/o facturaciones y/o recepciones finales presentadas.

2. Autorización del fabricante, representante o distribuidor de la marca ofertada para los ítems: 1, 2, 3, 4 y 5. En caso de Representante o Distribuidor deberá presentar las documentaciones que demuestren la cadena de autorizaciones hasta llegar al Fabricante. (Traducción)

3. Catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestre que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas. Favor remitir la traducción atendiendo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones *(La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción: No aplica).*

La firma **SUMI S.A.** cumple en remitir dentro del plazo establecido la documentación solicitada, según expediente N° 6071 de fecha 02 de septiembre del corriente de la Mesa de Entrada Institucional.

Por tanto, las firmas serán evaluadas seguidamente, bajo el criterio CUMPLE / NO CUMPLE, en consideración al método de evaluación adoptado.

b. DOCUMENTOS FORMALES

Seguidamente, se verifican los documentos de carácter formal bajo el criterio de CUMPLE / NO CUMPLE según el siguiente cuadro:

Oferente:	CHARPENTIER S.R.L.	SAN NICOLÁS S.R.L.	GUIDE S.R.L.	SUMI S.A.
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Se listan a continuación los demás documentos de carácter formal, solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, que se tendrán en cuenta en la etapa de evaluación que corresponda, conforme al orden y metodología establecido:

Oferente:	CHARPENTIER S.R.L.	SAN NICOLÁS S.R.L.	GUIDE S.R.L.	SUMI S.A.
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019 y 2020 para contribuyente de IRACIS.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Copia autenticada de contratos y/o facturaciones de venta y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Certificado de buen cumplimiento de los contratos o certificado de buen cumplimiento de las órdenes de compras correspondientes a los contratos, y/o facturaciones presentadas.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Por consiguiente, se prosigue con la evaluación de las firmas **CHARPENTIER S.R.L, SAN NICOLÁS S.R.L., GUIDE S.R.L.** y **SUMI S.A.** en los siguientes puntos.

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

c. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

Oferente:	CHARPENTIER S.R.L.	SAN NICOLÁS S.R.L.	GUIDE S.R.L.	SUMI S.A.
Declaración Jurada del Oferente que declare contar con la capacidad de producción y/o provisión de los bienes requeridos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada que el oferente cumplirá con las Especificaciones Técnicas y con el plazo de entrega de los bienes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de contar con taller propio o salón de ventas - Croquis de la ubicación del taller y salón de ventas en carácter de Declaración Jurada	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

d. ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se procedió a la evaluación acerca del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del ítem, catálogos y especificaciones, conforme a la revisión por parte del área técnica solicitante, Gerencia de Control de Producto, bajo el criterio de CUMPLE / NO CUMPLE detallado a continuación:

CHARPENTIER S.R.L.			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE / NO CUMPLE
1	MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO MULTIANALIZADOR ERASPEC BY ERALYTICS	• Servicio de mantenimiento preventivo, calibración y emisión de certificado de calibración de 1 equipos multianalizador de Nafta, Gas Oil y contenido de FAME de la marca ERASPEC by ERALYTICS y de cada uno de los instrumentos utilizados para la calibración/ajuste como también de los materiales de referencias (ensayados según los métodos ASTM descriptos para cada ensayo en las resoluciones vigentes del Ministerio de Industria y Comercio) a ser utilizados para el control de que las determinaciones estan dentro de los rangos aceptados de los certificados proveídos, que incluya como mínimo para el módulo de GASOLINA los valores de aromáticos, benceno, MTBE, olefinas, RON, principales cortes de curva de destilación, contenido de etanol, etc., mientras que para el módulo de DIESEL como mínimo contenido de aromáticos, principales cortes de destilación, índice y número de cetano y contenido de FAME a ser determinados en ambos módulos instalados en el equipo (DIESEL y EN 14078). Incluye accesorios para su uso inmediato. Garantía de seis (06) meses.	**CUMPLE**
2	MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE 1 EQUIPO MULTIANALIZADOR ERAFLASH BY ERALYTICS	• Servicio de mantenimiento preventivo y calibración y emisión de certificado de calibración/ajuste del equipo y de cada instrumento utilizado para la calibración del equipo y del material de referencia utilizado después del ajuste del equipo ERAFLASH by ERALYTICS para determinación de Punto de Inflamación según el método ASTM D 7094. Incluye accesorios y repuestos para su uso inmediato. Garantía de seis (06) meses.	**CUMPLE**
3	MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE DENSIMETRO AUTOMATICO PORTATIL KEM DA-130N	• Servicio de mantenimiento preventivo y calibración y emisión de certificado de calibración/ajuste del equipo y de cada instrumento utilizado para la calibración del equipo y del material de referencia utilizado después del ajuste del equipo densímetro automático portátil KEN DA-130N. Incluye accesorios y repuestos para su uso inmediato. Garantía de seis (06) meses.	**CUMPLE**

SUMI S.A.			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE / NO CUMPLE
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTO CONSUMIBLES, CALIFICACION/CALIBRACION Y VERIFICACION CON PROVISION DE ESTANDAR DEL DENSIMIENTO DIGITAL MODELO DDMM2911 PLUS, SERIE DDMM4179, MARCA RUDOLPH RESERCH ANALYTICAL	• Servicios para densímetro digital modelo DDM2911 Plus, serie DDM 4179, marca Rudolph Research Analytical: • Servicio de mantenimiento correctivo con provisión de los siguientes repuestos: camera, USB color 1.3 MP HD (P/N: P26005) y fan assembly (P/N: A25136).- • Servicio de mantenimiento preventivo con provisión de los siguientes consumibles: tygon silicone tubing (P/N: P23279), Waste collection container polypropylene (P/N: A22357), Luer male plug-nilon (P/N: P21799), Cuatro (04 unidades de fill Nozzle S3-S4 (P/N: 25583),	**CUMPLE**

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

		Nozzle Repair Tool (P/N: A25649), Luer-lok Threaded filling nozzle female 1/4"-28 (UNF ETFE; TEFZEL) (P/N: P21850), Adapter, barbed - male 1/4-28X1/8T ETFE P647 (P/N: P23225), Veinte (20) cajas (box x 100 pcs)d e luer syringes - 3ml slip tip All plastic (P/N: P23438), Glass Syringe - 2cc (P/N: P23889), Syringe needle probe SS Dispensing (P/N: P23897) .- • Servicio de calificción/calibración, conforme a la norma ASTM D4052, con instrumentos de calibración trazables y estándar de densidad de agua pura presentación: 3 ampollas x 60 ml) a ser proveído por el prestador del servicio. Se requiere provisión certificados de los instrumentos de medición y el estandar de agua pura, con incertidumbres declaradas y trazables acordes a las versiones vigentes de las siguientes documentaciones: a) Método de prueba estándar ASTM D4052, b) Política y Criterios de Trazabilidad (POOL 003) del Organismo Nacional de Acreditación y c) Política de ILAC para Trazabilidad de los Resultados de Medición ILAC P10.- • Servicio de verificación de los resultados de densidad a 15°C conforme a la norma ASTM D4052. • Emisión de certificados de: 1) mantenimiento correctivo y preventivo; 2) calificación/calibración y verificación con reporte de incertidumbre • Demostrar mediante documento Carta de Representación oficial y actualizado tener la autorización del fabricante para vender, distribuir, prestar servicio técnico en el Paraguay. El técnico responsable debe demostrar capacidad y acreditación por el fabricante para el servicio prestado. • Garantía escrita de seis (06) meses del servicio prestado	
4.1	CAMERA USB COLOR 1.3 MP HD (P/N P26005	CAMERA USB COLOR 1.3 MP HD (P/N P26005	**CUMPLE**
4.2	FAN ASSEMBLY(P/N:A25136	FAN ASSEMBLY(P/N:A25136	**CUMPLE**
4.3	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO(COT.:001-10024-01)	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO(COT.:001-10024-01)	**CUMPLE**
4.4	TYGON SILICONE TUBING(P/N: P23279)	TYGON SILICONE TUBING(P/N: P23279)	**CUMPLE**
4.5	WASTE COLLECTION CONTAINER POLYPROPYLENE(P/N: A22357)	WASTE COLLECTION CONTAINER POLYPROPYLENE(P/N: A22357)	**CUMPLE**
4.6	LUER MALE PLUG-NILON (P/N:P21799)	LUER MALE PLUG-NILON (P/N:P21799)	**CUMPLE**
4.7	CUATRO (04) UNIDADES DE FILL NOZZLE S3-S4 (P/N: 25583)	CUATRO (04) UNIDADES DE FILL NOZZLE S3-S4 (P/N: 25583)	**CUMPLE**
4.8	NOZZLE REPAIR TOOL (P/N): A25649	NOZZLE REPAIR TOOL (P/N): A25649	**CUMPLE**
4.9	LUER-LOK THREADED FILLING NOZZLE FEMALE 1/4"-28(UNF ETFE;TEFZEL) (P/N:P21850)	LUER-LOK THREADED FILLING NOZZLE FEMALE 1/4"-28(UNF ETFE;TEFZEL) (P/N:P21850)	**CUMPLE**
4.10	ADAPTER, BARBED -MALE 1/4-28X1/8T ETFE P647 (P/N: P23225)	ADAPTER, BARBED -MALE 1/4-28X1/8T ETFE P647 (P/N: P23225)	**CUMPLE**
4.11	VEINTE (20) CAJAS (BOX X PCS) DE LUER SYRINGES - 3ML SLIP TIP ALL PLASTIC(P/N:P23438)	VEINTE (20) CAJAS (BOX X PCS) DE LUER SYRINGES - 3ML SLIP TIP ALL PLASTIC(P/N:P23438)	**CUMPLE**
4.12	GLASS SYRINGE-2CC(P/N:P23889)	GLASS SYRINGE-2CC(P/N:P23889)	**CUMPLE**
4.13	SYRINGE NEEDLE PROBE SS DISPENSING(P/N:P23897)	SYRINGE NEEDLE PROBE SS DISPENSING(P/N:P23897)	**CUMPLE**
4.14	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO(COT.: 001-10024-01)	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO(COT.: 001-10024-01)	**CUMPLE**
4.15	MANO DE OBRA POR CALIFICACION/CALIBRACION(COT.: 001-10024-01) CON PROVISION DE ESTANDAR DE DENSIDAD DE AGUA PURA (PRESENTACION: 3 AMPOLLAS POR 60 ML)	MANO DE OBRA POR CALIFICACION/CALIBRACION(COT.: 001-10024-01) CON PROVISION DE ESTANDAR DE DENSIDAD DE AGUA PURA (PRESENTACION: 3 AMPOLLAS POR 60 ML)	**CUMPLE**

GUIDE S.R.L.			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS	• Servicios para densimetro digital modelo Vida 50, serie 5144 , marca ISL by PAC:	**CUMPLE**

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

	CONSUMIBLES, CALIFICACION/CALIBRACION Y VERIFICACION CON PROVISION DE ESTANDAR DEL DENSIMETRO DIGITAL MODELO VIDA 50, SERIE 5144 MARCA ISL BY PAC	• Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con provisión de los siguientes consumibles y repuestos: Veinte (20) cajas (Box de 100 unidades) syringe 2(3) ml witch Luer Norm-Ject (P/N: 101076), Flask, bottleneck - D56 x H100 (P/N: M004233), 250 ml Bottle (P/N: 101083), Fuse Board Set (P/N: 102163), Set of 4 Drying Tube (P/N: 102164), kit of 4 Bottles filters (P/N: 103492), Set of 4*filters for density meter (P/N: 103186), N.C. Outlet 2 Ways Selenoid Valve 24Vdc Equipped (P/N: 101059M), Selenoid Valve 2 Ways for Valves Manifold (P/N: 101060M), Tubes and Pipes Set (P/N: 102204), Density Meter Pump Membrane, Valve and Joint Set (P/N: 102208), Density Meter ORings Set (P/N: 102211), Fexible Coupling (P/N: 101066), Bouteille densimetre pour solvant 1 (Jaune) (P/N: 102977), Bouteille densimetre pour solvant 2 (Vert) (P/N: 102978), Bouchon Bouteille solvant Jaune (P/N: 105041), Bouchon Bouteille solvant Vert (P/N: 105042).- • Servicio de calificción/calibración, conforme a la norma ASTM D4052, con instrumentos de calibración trazables y estándar de densidad de agua pura (presentación: frasco de 60 ml) a ser proveído por el prestador del servicio. Se requiere provisión certificados de los instrumentos de medición y el estándar de agua pura, con incertidumbres declaradas y trazables acordes a las versiones vigentes de las siguientes documentaciones: a) Método de prueba estándar ASTM D4052, b) Política y Criterios de Trazabilidad (POOL 003) del Organismo Nacional de Acreditación y c) Política de ILAC para Trazabilidad de los Resultados de Medición ILAC P10.- • Servicio de verificación de los resultados de densidad a 15°C conforme a la norma ASTM D4052. • Emisión de certificados de: 1) mantenimiento correctivo y/o preventivo; 2) calificación/calibración y verificación con reporte de incertidumbre • Demostrar mediante documento Carta de Representación oficial y actualizado tener la autorización del fabricante para vender, distribuir, prestar servicio técnico en el Paraguay. El técnico responsable debe demostrar capacidad y acreditación por el fabricante para el servicio prestado. • Garantía escrita de seis (06) meses del servicio prestado	
5.1	VEINTE (20) CAJAS (BOX DE 100 UNIDADES) SYRINGE 2(3) ML WITCH LUER NORM-JECT(P/N: 101076)	VEINTE (20) CAJAS (BOX DE 100 UNIDADES) SYRINGE 2(3) ML WITCH LUER NORM-JECT(P/N: 101076)	**CUMPLE**
5.2	FLASK, BOTTLENECK, D56 X H100 (P/N: M004233)	FLASK, BOTTLENECK, D56 X H100 (P/N: M004233)	**CUMPLE**
5.3	250ML BOTTLE (P/N: 101083)	250ML BOTTLE (P/N: 101083)	**CUMPLE**
5.4	FUSE BOARD SET(P/N: 102163)	FUSE BOARD SET(P/N: 102163)	**CUMPLE**
5.5	SET OF 4 DRYING TUBE (P/N: 102164)	SET OF 4 DRYING TUBE (P/N: 102164)	**CUMPLE**
5.6	KIT OF 4 BOTTLES FILTERS (P/N: 103492)	KIT OF 4 BOTTLES FILTERS (P/N: 103492)	**CUMPLE**
5.7	SET OF 4 FILTERS FOR DENSITY METER (P/N:103186)	SET OF 4 FILTERS FOR DENSITY METER (P/N:103186)	**CUMPLE**
5.8	N.C. OUTLET 2 WAYS SELENOID VALVE 24 VDC EQUIPPED (P/N: 101059M)	N.C. OUTLET 2 WAYS SELENOID VALVE 24 VDC EQUIPPED (P/N: 101059M)	**CUMPLE**
5.9	SELENOID VALVE 2 WAYS FOR VALVES MANIFOLD (P/N: 101060M)	SELENOID VALVE 2 WAYS FOR VALVES MANIFOLD (P/N: 101060M)	**CUMPLE**
5.10	TUBES AND PIPES SET (P/N: 102204)	TUBES AND PIPES SET (P/N: 102204)	**CUMPLE**
5.11	DENSITY METER PUMP MEMBRANE, VALVE AND JOINT SET (P/N: 102208)	DENSITY METER PUMP MEMBRANE, VALVE AND JOINT SET (P/N: 102208)	**CUMPLE**
5.12	DENSITY METER O-RINGS SET (P/N: 102211)	DENSITY METER O-RINGS SET (P/N: 102211)	**CUMPLE**
5.13	FEXIBLE COUPLING (101066)	FEXIBLE COUPLING (101066)	**CUMPLE**
5.14	BOUTEILLE DENSIMETRE POUR SOLVANT 1 (JAUNE) (P/N: 102977)	BOUTEILLE DENSIMETRE POUR SOLVANT 1 (JAUNE) (P/N: 102977)	**CUMPLE**

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

5.15	BOUTEILLE DENSIMETRE POUR SOLVANT 2 (VERT) (P/N: 102978)	BOUTEILLE DENSIMETRE POUR SOLVANT 2 (VERT) (P/N: 102978)	**CUMPLE**
5.16	BOUCHON BOUTEILLE SOLVANT JAUNE (P/N: 105041)	BOUCHON BOUTEILLE SOLVANT JAUNE (P/N: 105041)	**CUMPLE**
5.17	BOUCHON BOUTEILLE SOLVANT VERT(P/N: 105042)	BOUCHON BOUTEILLE SOLVANT VERT(P/N: 105042)	**CUMPLE**
5.18	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CALIFICACION Y/O CALIBRACION Y VERIFICACION CON PROVISION DE ESTANDAR DE DENSIDAD DE AGUA PURA(PRESENTACION: FRASCO DE 60ML)	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CALIFICACION Y/O CALIBRACION Y VERIFICACION CON PROVISION DE ESTANDAR DE DENSIDAD DE AGUA PURA(PRESENTACION: FRASCO DE 60ML)	**CUMPLE**

SAN NICOLAS S.R.L.			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
6	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15 C MATRIZ GASOLINA Y RANGO DENSIDAD 0,71 A 0,78 G/ML	• Provisión de material de referencia certificado para verificación de densidad a 15°C de acuerdo a la norma ASTM D4052 (vigente) de producto derivado del petróleo, matriz gasolina (sin plomo) y rango densidad de 0,71 a 0,78 g/ml; con certificado de análisis e incertidumbre respectiva declarada; producido por un Instituto Nacional de Metrología o Instituto designado según Norma Internacional de requisitos generales para la competencia de productores de materiales de referencia (ISO 17034), acreditado por un Organismo de Acreditación signatario del acuerdo de Reconocimiento Mutuo para el alcance previsto. Presentación: frasco de 250 ml. Fecha de vencimiento: mínimo de un año de la compra	**CUMPLE**
7	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15° C MATRIZ DIESEL Y RANGO DENSIDAD DE 0,80 A 0,88 G/L MG	• Provisión de material de referencia certificado para verificación de densidad a 15°C de acuerdo a la norma ASTM D4052 (vigente) de producto derivado del petróleo, matriz diesel y rango de densidad: 0,80 a 0,88 g/ml; con certificado de análisis e incertidumbre respectiva declara; producido por un Instituto Nacional de Metrología o Instituto designado según norma internacional de requisitos generales para la competencia de productores de materiales de referencia (ISO 17034), acreditado por un Organismo de Acreditación signatario del acuerdo de Reconocimiento Mutuo para el alcance previsto . Presentación: frasco de 250 ml. Fecha de vencimiento: mínimo de un año de la compra.	**CUMPLE**
8	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE MULTIPARAMETROS: MATRIZ DIESEL Y RANGO DE DENSIDAD DE 0,80 A 0,88 G/ML	• Provisión de material de referencia certificado para verificación de multiparametros como por ejemplo densidad a 15°C medido de acuerdo a los requisitos de la norma ASTM D4052; matriz diesel con rango de densidad de 0,80 a 0,88 g/ml; con certificado de análisis e incertidumbres respectivas declaradas; producido por un Instituto Nacional de Metrología o Instituto designado según norma internacional de requisitos generales para la competencia de productores de materiales de referencia (ISO 17034), acreditado por un Organismo de Acreditación signatario del acuerdo de Reconocimiento Mutuo para los alcances previstos. Presentación: frasco de 500 ml. Fecha de vencimiento: mínimo de un año de la compra	**CUMPLE**
9	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO ERM PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15° C EN BIOCOMBUSTIBLE MATRIZ BIODISEL PURO(B100)	• Provisión de material de referencia certificado ERM para verificación de densidad a 15°C en biocombustible con matriz biodiesel puro (B100); certificado de análisis e incertidumbres declaradas; producido por un Instituto Nacional de Metrología o Instituto designado según normas internacionales de requisitos generales para la competencia de productores de materiales de referencia (ISO 17034), con CMC declarada en BIPM o acreditado por un Organismo de Acreditación signatario del acuerdo de reconocimiento mutuo para los alcances previstos. Presentación: Frasco de 27 mL. Fecha de vencimiento: mínimo de un año de la compra	**CUMPLE**
10	PROVISION DE ESTANDAR DE DENSIDAD DE AGUA PARA UTILIZAR EN VERFICACION DE DENSIDAD A 15°C MEDIDO DON	• Provisión de estándar de densidad de agua pura para verificación de densidad a 15°C medido con densímetro digital de acuerdo a norma estándar	**CUMPLE**

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

	DNSIMETRO DIGITAL DE ACUERDO A ASTM D4052	ASTM D4052; valor nominal a 15°C: 0,99909 g/ml; con certificado de análisis e incertidumbre respectiva declarada; producido por un Instituto Nacional de Metrología o Instituto designado según Norma Internacional de requisitos generales para la competencia de productores de materiales de referencia (ISO 17034), acreditado por un Organismo de Acreditación signatario del acuerdo de Reconocimiento Mutuo para el alcance previsto. Presentación: frasco de 60 ml o tres ampollas x 60 ml. Fecha de vencimiento: mínimo de un año de la compra	
12	PROVISION DE ETER DE PETROLEO ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ASTM D4052	• Provisión de eter de petroleo pro análisis (35°- 60°) para limpieza del tubo en U del densímetro digital, de acuerdo a requisitos especificados en la norma ASTM D4052	**CUMPLE**

Por tanto, las firmas **CHARPENTIER S.R.L., SUMI S.A., GUIDE S.R.L. y SAN NICOLAS S.R.L.** cumplen con los requerimientos documentales, técnicos y presentan las ofertas más bajas susceptibles de ser adjudicados de conformidad al sistema de adjudicación, serán evaluadas en cuanto a su experiencia y capacidad financiera, conforme a lo expresado en el Articulo 63 inc. a) punto 2 del Decreto 2992/19 *"Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupados en orden numérico de menor a mayor"*

e. ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a) PARA CONTRIBUYENTES DE IRACIS.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los últimos 2 años (2019 y 2020).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los últimos 2 años (2019 y 2020).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio en los últimos 2 años (2019 y 2020), no deberá ser negativo.

A continuación, se detalla el siguiente análisis considerando los parámetros mencionados:

CHARPENTIER S.R.L.								
N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2019	RATIO 2019	AÑO 2020	RATIO 2020	PROMEDIO ÚLTIMOS 2 AÑOS	CALIFICACIÓN
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	12.251.356.676	14,14	16.816.879.187	4,60	9,37	**CUMPLE**
		PASIVO CORRIENTE	866.338.552		3.653.053.099			

RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 2 años

2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	866.338.552	0,06	3.653.053.099	0,17	0,12	**CUMPLE**
		ACTIVO TOTAL	14.908.267.255		21.017.611.648			

RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80, promedio de los 2 años

3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	547.553.818	0,31	4.013.794.845	2,29	1,30	**CUMPLE**
		CAPITAL	1.750.000.000		1.750.000.000			

RESULTADO: No deberá ser negativo, promedio de los 2 años

SUMI S.R.L.								
N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2019	RATIO 2019	AÑO 2020	RATIO 2020	PROMEDIO ÚLTIMOS 2 AÑOS	CALIFICACIÓN

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	14.555.903.323	2,77	23.981.973.484	1,62	2,19	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	5.255.569.355		14.830.393.224			

RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 2 años

2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	7.572.181.486	0,42	17.344.247.816	0,49	0,45	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	17.856.571.107		35.755.615.365			

RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80, promedio de los 2 años

3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	1.350.664.693	0,27	2.495.629.032	0,17	0,22	CUMPLE
		CAPITAL	5.000.000.000		15.000.000.000			

RESULTADO: No deberá ser negativo, promedio de los 2 años

GUIDE S.R.L.								
N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2018	RATIO 2018	AÑO 2019	RATIO 2019	PROMEDIO ÚLTIMOS 2 AÑOS	CALIFICACIÓN
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	5.188.678.801	1.546,53	4.665.681.098	2,81	774,67	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	3.355.044		1.661.566.264			

RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 2 años

2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	3.355.044	0,00	1.661.566.264	0,30	0,15	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	6.222.861.028		5.494.270.495			

RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80, promedio de los 2 años

3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	1.307.584.374	2,62	1.784.000.000	1,16	1,89	CUMPLE
		CAPITAL	500.000.000		1.532.538.335			

SAN NICOLAS S.R.L.								
N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2019	RATIO 2019	AÑO 2020	RATIO 2020	PROMEDIO ÚLTIMOS 2 AÑOS	CALIFICACIÓN
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	128.900.912	17,39	191.488.922	60,31	38,85	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	7.412.588		3.175.195			

RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 2 años

2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	7.412.588	0,04	3.175.195	0,01	0,02	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	207.481.696		253.599.333			

RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80, promedio de los 2 años

3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	7.172.704	0,72	50.315.030	5,03	2,87	CUMPLE
		CAPITAL	10.000.000		10.000.000			

RESULTADO: No deberá ser negativo, promedio de los 2 años

Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

f. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que establece: *Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en venta y/o provisión de servicios de mantenimiento/reparación de equipos y reactivos/estándares/materiales de referencia (a) equipamientos de laboratorios tales como materiales de vidrio, destiladores, cromatógrafos, multianalizadores, etc. b) reactivos, estándares y materiales de referencia c) servicios de reparación, mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio) utilizados en Laboratorios de Control de Calidad de instituciones públicas o privadas, con contratos y/o con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: últimos 2 (dos) años. (2019 y 2020)*

CHARPENTIER S.R.L.				
FECHA	DOCUMENTO	INSTITUCIÓN	MONTO	CERTIFICADO DE BUEN CUMPLIMIENTO
12/12/2019	Contrato Cerrado N° 83/2019	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)	214.500.000	PRESENTA CONSTANCIA
		SUMATORIA TOTAL	**214.500.000**	

MONTO TOTAL DE LA OFERTA	**45.987.000**
30% DE LA OFERTA	**13.796.100**
SUMATORIA TOTAL DE FACTURAS	**214.500.000**
EXPERICENCIA SOLICITADA	**CUMPLE**

SUMI S.A.				
FECHA	DOCUMENTO	INSTITUCIÓN	MONTO	CERTIFICADO DE BUEN CUMPLIMIENTO
29/10/2019	Contrato N° 03/2019	Universidad Nacional de Asunción	114.176.000	PRESENTA CONSTANCIA
		SUMATORIA TOTAL	**114.176.000**	

MONTO TOTAL DE LA OFERTA	**243.263.400**
30% DE LA OFERTA	**72.979.020**
SUMATORIA TOTAL DE FACTURAS	**114.176.000**
EXPERICENCIA SOLICITADA	**CUMPLE**

GUIDE S.R.L.				
FECHA	DOCUMENTO	INSTITUCIÓN	MONTO	CERTIFICADO DE BUEN CUMPLIMIENTO
17/12/2019	Contrato N° 87/2019	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)	170.000.000	PRESENTA CONSTANCIA
		SUMATORIA TOTAL	**170.000.000**	

MONTO TOTAL DE LA OFERTA	**127.254.494**
30% DE LA OFERTA	**38.176.348**
SUMATORIA TOTAL DE FACTURAS	**170.000.000**
EXPERICENCIA SOLICITADA	**CUMPLE**

SAN NICOLAS S.R.L.				
FECHA	DOCUMENTO	INSTITUCIÓN	MONTO	CERTIFICADO DE BUEN CUMPLIMIENTO
8/5/2020	Factura N° 001-001 - 0000488	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)	52.500.000	PRESENTA CONSTANCIA
		SUMATORIA TOTAL	**52.500.000**	

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA	91.340.000
30% DE LA OFERTA	27.402.000
SUMATORIA TOTAL DE FACTURAS	52.500.000
EXPERICENCIA SOLICITADA	CUMPLE

Por lo expuesto, las firmas **CHARPENTIER S.R.L., SUMI S.A., GUIDE S.R.L., y SAN NICOLAS S.R.L.,** cumple con el análisis de la experiencia solicitada.

9. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

La Ley N.° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", establece en su Artículo 28 Adjudicación: *"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas".*

El Decreto Reglamentario N.° 2.992/19 "De Contrataciones Públicas", establece en su Artículo 65 de Criterios de Adjudicación. *"Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:*
1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones.
2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.
3. Presente el precio evaluado como más bajo".

La RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020. "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.", que establece:

Artículo 4º APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA

Análisis de los precios ofertados
Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, ***el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:***
(…)
Si el oferente no respondiese la solicitud, o ***la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien****, obra o servicio,* ***el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada…***

En cuanto a la descalificación de las firmas **SAN NICOLAS S.R.L.** y **SUMI S.A.,** si bien son las ofertas más económicas en el **ÍTEM 11**, los mismos no son considerados factibles, por variar sustancialmente del precio referencial de la convocante, no es aceptable y la oferta, considerando la adjudicación por ítem, debe ser rechazada y se proceda a la Declaración Desierta por alejarse considerablemente del precio referencial y en su caso, de considerarse ya se superaría los umbrales de la modalidad de contratación, por cuanto se debe declarar desierto, conforme a la Ley N° 2051 "De Contrataciones Públicas" en su artículo 30° establece que: *Una licitación se declarará desierta, mediante resolución de la máxima autoridad de la Convocante, en los siguientes casos:* ***…c) que los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien, por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante determinadas conforme al Artículo 15 de la presente ley.***

En virtud de las consideraciones mencionadas se recomienda:

1. **DESCALIFICAR** de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021** para el **"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID N° 394.719**, a los oferentes **SAN NICOLAS S.R.L** y **SUMI S.A.,** en el ítem 11 conforme a la Ley 2051/03 y sus reglamentaciones.

2. **DECLARAR DESIERTO** el ITEM 11, de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021** para el **"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID N° 394.719**, conforme al inciso c) del artículo 30 de la Ley 2051/03.

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

3. **ADJUDICAR** la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021** para la **"MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID N° 394.719**, conforme al siguiente detalle:

- A la firma **CHARPENTIER S.R.L.** por un monto total de ₲ 45.987.000 (guaraníes cuarenta y cinco millones novecientos ochenta y siete mil) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA):

CHARPENTIER S.R.L.						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ₲ (IVA incluido)	PRECIO TOTAL ₲ (IVA incluido)
1	MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO MULTIANALIZADOR ERASPEC BY ERALYTICS	Global	Evento	1	22.800.000	22.800.000
2	MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE 1 EQUIPO MULTIANALIZADOR ERAFLASH BY ERALYTICS	Global	Evento	1	17.100.000	17.100.000
3	MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE DENSIMETRO AUTOMATICO PORTATIL KEM DA-130N	Global	Evento	1	6.087.000	6.087.000
PRECIO TOTAL:					**45.987.000**	

- A la firma **SUMI S.A.** por un monto total de ₲ 45.112.200 (guaraníes cuarenta y cinco millones ciento doce mil doscientos) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA):

SUMI S.A.						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ₲ (IVA incluido)	PRECIO TOTAL ₲ (IVA incluido)
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTO CONSUMIBLES, CALIFICACION/CALIBRACION Y VERIFICACION CON PROVISION DE ESTANDAR DEL DENSIMIENTO DIGITAL MODELO DDMM2911 PLUS, SERIE DDMM4179, MARCA RUDOLPH RESERCH ANALYTICAL	Global	Evento	1	**45.112.200**	
4.1	CAMERA USB COLOR 1.3 MP HD (P/N P26005	Unidad	Evento	1	13.041.000	13.041.000
4.2	FAN ASSEMBLY(P/N:A25136	Unidad	Evento	1	621.000	621.000
4.3	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO(COT.:001-10024-01)	Unidad	Evento	1	690.000	690.000
4.4	TYGON SILICONE TUBING(P/N: P23279)	Unidad	Evento	1	552.000	552.000
4.5	WASTE COLLECTION CONTAINER POLYPROPYLENE(P/N: A22357)	Unidad	Evento	1	379.500	379.500
4.6	LUER MALE PLUG-NILON (P/N:P21799)	Unidad	Evento	1	365.700	365.700
4.7	CUATRO (04) UNIDADES DE FILL NOZZLE S3-S4 (P/N: 25583)	Unidad	Evento	1	1.725.000	1.725.000
4.8	NOZZLE REPAIR TOOL (P/N): A25649	Unidad	Evento	1	207.000	207.000
4.9	LUER-LOK THREADED FILLING NOZZLE FEMALE 1/4"-28(UNF ETFE;TEFZEL) (P/N:P21850)	Unidad	Evento	1	103.500	103.500
4.10	ADAPTER, BARBED -MALE 1/4-28X1/8T ETFE P647 (P/N: P23225)	Unidad	Evento	1	207.000	207.000
4.11	VEINTE (20) CAJAS (BOX X PCS) DE LUER SYRINGES - 3ML SLIP TIP ALL PLASTIC(P/N:P23438)	Unidad	Evento	1	4.416.000	4.416.000
4.12	GLASS SYRINGE-2CC(P/N:P23889)	Unidad	Evento	1	690.000	690.000
4.13	SYRINGE NEEDLE PROBE SS DISPENSING(P/N:P23897)	Unidad	Evento	1	34.500	34.500
4.14	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO(COT.: 001-10024-01)	Unidad	Evento	1	690.000	690.000

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

4.15	MANO DE OBRA POR CALIFICACION/CALIBRACION(COT.: 001-10024-01) CON PROVISION DE ESTANDAR DE DENSIDAD DE AGUA PURA (PRESENTACION: 3 AMPOLLAS POR 60 ML)	Unidad	Evento	1	21.390.000	21.390.000
PRECIO TOTAL:					**45.112.200**	

- A la firma **GUIDE S.R.L.** por un monto total de ₲ 127.254.494 (guaraníes ciento veintisiete millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA):

GUIDE S.R.L.						
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO ₲ (IVA incluido)**	**PRECIO TOTAL ₲ (IVA incluido)**
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS CONSUMIBLES, CALIFICACION/CALIBRACION Y VERIFICACION CON PROVISION DE ESTANDAR DEL DENSIMETRO DIGITAL MODELO VIDA 50, SERIE 5144 MARCA ISL BY PAC	Global	Evento	1	**127.254.494**	
5.1	VEINTE (20) CAJAS (BOX DE 100 UNIDADES) SYRINGE 2(3) ML WITCH LUER NORM-JECT(P/N: 101076)	Unidad	Evento	1	22.043.967	22.043.967
5.2	FLASK, BOTTLENECK, D56 X H100 (P/N: M004233)	Unidad	Evento	1	500.999	500.999
5.3	250ML BOTTLE (P/N: 101083)	Unidad	Evento	1	534.399	534.399
5.4	FUSE BOARD SET(P/N: 102163)	Unidad	Evento	1	3.673.995	3.673.995
5.5	SET OF 4 DRYING TUBE (P/N: 102164)	Unidad	Evento	1	5.210.392	5.210.392
5.6	KIT OF 4 BOTTLES FILTERS (P/N: 103492)	Unidad	Evento	1	2.204.397	2.204.397
5.7	SET OF 4 FILTERS FOR DENSITY METER (P/N:103186)	Unidad	Evento	1	2.404.796	2.404.796
5.8	N.C. OUTLET 2 WAYS SELENOID VALVE 24 VDC EQUIPPED (P/N: 101059M)	Unidad	Evento	1	11.355.983	11.355.983
5.9	SELENOID VALVE 2 WAYS FOR VALVES MANIFOLD (P/N: 101060M)	Unidad	Evento	1	8.015.988	8.015.988
5.10	TUBES AND PIPES SET (P/N: 102204)	Unidad	Evento	1	13.159.580	13.159.580
5.11	DENSITY METER PUMP MEMBRANE, VALVE AND JOINT SET (P/N: 102208)	Unidad	Evento	1	10.460.864	10.460.864
5.12	DENSITY METER O-RINGS SET (P/N: 102211)	Unidad	Evento	1	11.689.982	11.689.982
5.13	FEXIBLE COUPLING (101066)	Unidad	Evento	1	3.673.994	3.673.994
5.14	BOUTEILLE DENSIMETRE POUR SOLVANT 1 (JAUNE) (P/N: 102977)	Unidad	Evento	1	2.304.597	2.304.597
5.15	BOUTEILLE DENSIMETRE POUR SOLVANT 2 (VERT) (P/N: 102978)	Unidad	Evento	1	2.304.597	2.304.597
5.16	BOUCHON BOUTEILLE SOLVANT JAUNE (P/N: 105041)	Unidad	Evento	1	4.341.994	4.341.994
5.17	BOUCHON BOUTEILLE SOLVANT VERT(P/N: 105042)	Unidad	Evento	1	4.341.994	4.341.994
5.18	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CALIFICACION Y/O CALIBRACION Y VERIFICACION CON PROVISION DE ESTANDAR DE DENSIDAD DE AGUA PURA(PRESENTACION: FRASCO DE 60ML)	Unidad	Evento	1	19.031.976	19.031.976

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. Sergio Morales
Asesoría Presidencia
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2021 PARA EL "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD" ID. 394.719.

PRECIO TOTAL:	**127.254.494**

- A la firma **SAN NICOLAS S.R.L.** por un monto total de ₲ 87.340.000 (guaraníes ochenta y siete millones trescientos cuarenta mil) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA):

SAN NICOLÁS S.R.L.						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ₲ (IVA incluido)	PRECIO TOTAL ₲ (IVA incluido)
6	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15 C MATRIZ GASOLINA Y RANGO DENSIDAD 0,71 A 0,78 G/ML	Unidad	Evento	3	3.800.000	11.400.000
7	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15° C MATRIZ DIESEL Y RANGO DENSIDAD DE 0,80 A 0,88 G/L MG	Unidad	Evento	3	3.500.000	10.500.000
8	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PARA VERIFICACION DE MULTIPARAMETROS: MATRIZ DIESEL Y RANGO DE DENSIDAD DE 0,80 A 0,88 G/ML	Unidad	Evento	4	6.600.000	26.400.000
9	PROVISION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO ERM PARA VERIFICACION DE DENSIDAD A 15° C EN BIOCOMBUSTIBLE MATRIZ BIODISEL PURO(B100)	Unidad	Evento	6	3.300.000	19.800.000
10	PROVISION DE ESTANDAR DE DENSIDAD DE AGUA PARA UTILIZAR EN VERFICACION DE DENSIDAD A 15°C MEDIDO DON DNSIMETRO DIGITAL DE ACUERDO A ASTM D4052	Unidad	Evento	4	3.300.000	13.200.000
12	PROVISION DE ETER DE PETROLEO ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ASTM D4052	Unidad	Evento	20	302.000	6.040.000
PRECIO TOTAL:					**87.340.000**	

No habiendo otro tema que tratar se da por concluido el presente acto, siendo el día 14 de septiembre del 2021 a las 13:00 h., firmando al pie de este documento, en prueba de su conformidad.

Es nuestro informe.

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR