ACTA Nº 31/17.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 138/16
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"- AD REFERENDUM 2017.-

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los cinco días del mes de junio de dos mil diez y siete, en la Sede del Instituto de Previsión Social, siendo las 09:45 horas se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 138/16 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"- AD REFERENDUM 2017.-**

Estando presentes para el acto de apertura: la Escribana Rosi Aní Vera como representante de la Dirección Jurídica de la Institución, el Sr. Blas Nuñez representante de la Dirección de Operativa de Contrataciones y los oferentes. No se encuentra representante de la Sindicatura de la Institución.

Seguidamente, siendo las 10:00 horas, se dio aperturas a la oferta presentada:

1. **INTERLABO S.R.L. – RUC: 80051446-7.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 3.570.498.900.- (Guaraníes tres mil quinientos setenta millones cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G.190.000.000.- (Guaraníes ciento noventa millones)** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 007.1508.039448/000.- Total de hojas foliadas 193 (ciento noventa y tres).

2. **CODEX S.R.L. – RUC: 80000173-7.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 252.000.000.- (Guaraníes doscientos cincuenta y dos millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G.14.050.000.- (Guaraníes catorce millones cincuenta mil)** Empresa Aseguradora: ASEGURADORA DEL ESTE N° de Póliza: 45.1508.0008416.0000.- Total de hojas foliadas 70 (setenta).

3. **EUROQUIMICA S.A. – RUC: 80061211-6.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 4.073.995.400.- (Guaraníes cuatro mil setenta y tres millones novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G.180.000.000.- (Guaraníes ciento ochenta millones)** Empresa Aseguradora: REGIONAL S.A. DE SEGUROS.- N° de Póliza: 49.1508.0000889.0000.- Total de hojas foliadas 80 (ochenta).

4. **CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. – RUC: 80011101-0.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 8.286.642.000.- (Guaraníes ocho mil doscientos ochenta y seis millones seiscientos cuarenta y dos mil) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G.387.000.000.- (Guaraníes trescientos ochenta y siete millones)** Empresa Aseguradora: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. N° de Póliza: 31. 1508.0008849.0000.- Total de hojas foliadas 78 (setenta y ocho).

5. **V & V S.A. – RUC: 80038216-1.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 23.559.143.000.- (Guaraníes veintitrés mil quinientos cincuenta y nueve millones cientos cuarenta y tres) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G.1.200.000.000.- (Guaraníes un mil doscientos millones)** Empresa Aseguradora: PANAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. N° de Póliza: 56.1508.0000703.0000.- Total de hojas foliadas 66 (sesenta y seis).

Se adjuntan hojas con observaciones realizadas por las Empresas: CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Las listas de verificación cuantitativa y no de contenido, avaladas por las firmas de los funcionarios responsables del Instituto de Previsión Social, que tuvieron a su cargo la verificación respectiva, se encuentran agregadas a las carpetas originales presentadas por los oferentes. El análisis formal y sustancial de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de la oferta por la Comisión Evaluadora.

En cumplimiento al artículo 4° incisos b) y c) de la Ley 2.051/03, se deja constancia que durante este acto, el oferente ha tenido acceso a las documentaciones publicas del proceso.

Seguidamente, se dio por terminado el acto, siendo las once horas del día arriba señalado, firmando el acta los presentes, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.

Fernando Velázquez
CHACO I

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Rosi Aní Vera de Gaspar
Escribana
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Interlabo S.R.L.
Tel.: 021 291792 - 021 294764

V & V S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBSERVACIONES
ACTA N° 031/17

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 138/16
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"- AD REFERENDUM 2017.-

FECHA: 05/07/2017

Empresa: CHACO'I ICSA.

Representante : ENRIQUE NEUZOWEL

(A) LA FIRMA CODEX SRL: EN EL ITEM 3 = NO SE OBSERVA CERTIFICACIONES DE CALIDAD - CE/FDA - ISO 13485 -
- NO SE OBSERVA CUMPLIMIENTO DE FILTRO HIDROFUGO.
- NO DETALLA EN SU PLANILLA DE PRECIOS EL MODELO DEL BIEN OFERTADO.

(B) LA EMPRESA EUROQUIMICA SE OBSERVA EN LOS SIGUIENTES ITEMS =
ITEM (1) y (2). - NO SE OBSERVA CUMPLIMIENTO DE NINGUNA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE NINGUNO DE SUS ITEMS -
- NO SE OBSERVA QUE LOS BIENES OFERTADOS SEAN ESTERILES -
- NO SE OBSERVA COMPATIBILIDAD CON MÁQUINAS DE ANESTESIA
- NO SE OBSERVA QUE SUS PRODUCTOS SEAN LIBRES DE LATEX -/
- NO SE OBSERVA CONECTOR MACHO/MACHO PARA MAQUINAS DE ANESTESIA

(C) LA EMPRESA N y V SA. = SE DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE -
ITEM 1 y 2 = NO SE OBSERVA CUMPLIMIENTO MÍNIMO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO SE OBSERVA COMPATIBILIDAD CON MAQUINAS DE ANESTESIA - MATERIAL LIBRE DE LATEX y TAMPOCO SE OBSERVA QUE SEAN ESTERILES

Enrique Velázquez
CI: 43 [illegible]

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBSERVACIONES
ACTA N° 031/17

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 138/16
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"- AD REFERENDUM 2017.-

FECHA: 05/07/2017

Empresa: CARCOLI ICSA.

Representante : ENRIQUE VELAZQUEZ

SE DEJA CONSTANCIA QUE=

(IV) LA ENTREGA INTERLADO EN LOS SIGUIENTES ITEMS.

- ITEM (1) (2) NO SE OBSERVA EL CUMPLIMIENTO DE LAS siguientes especificaciones=
- FABRICACIÓN DE MATERIAL POLIPROPILENO,
- ROTULA ANGULADA GIRATORIA.
- CONECTOR MACHO / MACHO PARA CONEXIÓN A MAQUINA DE ANESTESIA
- NO SE OBSERVA COMPATIBILIDAD CON MAQUINAS DE ANESTESIA.
- NO SE OBSERVA EL MATERIAL DE FABRICACIÓN DE LA PIEZA EN "Y".
- NO SE OBSERVA CERTIFICACIÓN ISO 13485 - NORMAS DE CALIDAD P/ FABRICACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS.
- EN SU CATALOGO NO SE OBSERVA EL REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE POLIPROPILENO.
- NO SE OBSERVA QUE EL PRODUCTO SEA ESTERIL.
- NO SE OBSERVA QUE EL MATERIAL SEA LIBRE DE LATEX

(V) LA FIRMA EUROQUIMINA= NO SE OBSERVA EL CUMPLIMIENTO DE NINGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS citadas MAS ARRIBA EN REFERENCIA AL ITEM 1 Y 2.

ENRIQUE VELAZQUEZ
CI: 4322180.