ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION – CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 02/2012-2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFO - PLURIANUAL – ID 233291

En la Ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los **SIETE** días del mes de **NOVIEMBRE** del año dos mil doce, en la Sub Unidad Operativa de Contratación N° 33 "Instituto Nacional del Cáncer"; sito en Km. 23½, Ruta N° 2, Ramal Areguá, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación integrado por el **DR. ANGILBERTO PAREDES,** Coordinador General de la Comisión Interventora, creada por Resolución SG 1030/12 de fecha 10 de octubre de 2012., La **LIC. JULIA GUIRLAND**., Coordinadora Administrativa de la comisión Interventora., **SR. JUAN EDUARDO ESPÍNOLA,** Jefe Dpto. de Contrataciones, **LIC. CELSA CARDOZO**, Jefa Dpto. de Adquisición y Suministros, y la **LIC.MANUELA ESCOBAR.**, Jefa del Departamento de Enfermería., los Técnicos **SONIA M. ZARATE**, Jefa de Electromedicina y el **SR. OSMAR GONZALEZ.**, Técnico Tomografista., a los efectos de proceder al estudio y evaluación de las ofertas y recomendación de adjudicación en el marco del Proceso de la **CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/2012**, Expediente de Inicio N° 328311 de fecha 22-10-2012, para el **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFIA - PLURIANUAL**

Para la realización del presente llamado, se curso invitación a 1 (una) empresa, según lo establecido en la ley 2051/03, en su Art. 33., Inc. a.

- EMPRESA INVITADA: **EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC**

PRIMERO: Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ADENDA N° 1, CONSULTAS Y ACLARACIONES y LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

SEGUNDO: La presente **CONTRATACION VIA EXCEPCION** cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2605 del 15 de JUNIO del 2012 para el Ejercicio Fiscal 2012 y los montos correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, se encuentran sujetos a la aprobación de la Ley de Presupuesto de ese año.

TERCERO: La recepción y apertura de ofertas fue realizada en fecha 25 de octubre, conforme consta en el Acta de Apertura de Ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forman parte del presente Informe. Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, observándose la recepción de **1 (UNA)** oferta, las cual será tenida en cuenta para el Análisis y Evaluación, la que se detalla en el siguiente:

Sr. Eduardo Espínola
Jefe Dpto. Contrataciones
Instituto Nacional del Cáncer

Sonia M Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Manuela Escobar
Reg. Prof. 1285
Jefa del Dpto. de Enfermería
Inst. Nac. del Cáncer

Téc. tomografista

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. Adquisiciones y Suministros
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Julia Ma. Guirland de Cáceres
M.D. y S.

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION – CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/2012-2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFO - PLURIANUAL – ID 233291

CUARTO: Se da lectura al **Análisis del contenido documental legal**, realizado por la Dirección General de Asesoría Jurídica, según **Dictamen A.J. N° 3021, de fecha 30 de octubre de 2.012**, el cual concluye que:

Exp. A.J. N° 5612/12

DICTAMEN A. J. N° 3021

A: SR. LUIS SILVERO RIVEROS, INTERVENTOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

DE: ABOG. LUIS CARLOS BENÍTEZ, Director General
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

REF.: CVE N° 02/2012 " MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TOMOGRAFÍA".-

FECHA: 30/ OCTUBRE/2012.

Con relación a las carpetas presentadas por los oferentes, en el marco del proceso de contratación de referencia, luego de un análisis de las mismas conforme al Pliego de Bases y Condiciones, esta Dirección General de Asesoría Jurídica concluye cuanto sigue

a) **EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. (fs. 01 al 100):** Contiene los documentos sustanciales requeridos por el pliego de bases y condiciones estándar, a excepción de la Constitución de Sociedad y Poder del Representante, no obstante, presenta constancia SIPE, por lo que recomendamos su impresión y verificación.-

Así mismo, recomendamos que el Comité de Evaluación, verifique la situación de los oferentes en el Registro de Inhabilitados, además de solicitar que se completen aquellos documentos que no son sustanciales.

ES MI DICTAMEN.-

Lic. Julia M. Guirland de Cáceres
M.S.P.y B.S.

QUINTO: Se da lectura al resultado del **Análisis de Ratios Financieros** practicado a los Balances de la empresa oferente, elaborado por la Lic. Anicia C. Romero, Asesora Técnica de la Dirección Operativa de Contrataciones, remitido por **MEMORANDO A.T./D.O.C. N° 171/2012** de fecha 30 de octubre de 2.012, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones:

Sonia M Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Sr. Eduardo Espínola
Jefe ... Contrataciones
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. Adquisiciones y Suministros
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Manuela Escobar
Reg. Prof. 1285
Jefa del Dpto. de Enfermería
Inst. Nac. del Cáncer

tc. tomografista

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORIA TÉCNICA – D.O.C.

3449

DICTAMEN FINANCIERO A.T. / D.O.C. Nº 171/12

A : *Lic. LUIS SILVERO, Interventor Administrativo*
Instituto Nacional del Cáncer

DE : *ABOG. GUSTAVO CABALLERO, Director*
Dirección Operativa de Contrataciones

LIC. ANICIA C. ROMERO A., Asesora Técnica
Asesoría Jurídica y Técnica - D.O.C.

REF. : RATIOS FINANCIEROS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2012 *"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TOMOGRAFÍA" – INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER - ID Nº 233.291.-*

FECHA : *Asunción*, 30 de octubre del 2012

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de remitir el Análisis de Ratios Financieros practicado a los Balances de la empresa que presento carpeta de oferta; en el marco de la CONTRATACIÓN DIRECTA VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2012 *"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TOMOGRAFÍA" – INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER.* Cabe señalar que 01 (una) empresa fue objeto de verificación y se analizaron los Balances correspondiente a los 03 (tres) últimos Ejercicios Fiscales (2009-2010-2011), como se solicita en el Pliego de Bases y Condiciones.

Hemos recibido la carpeta de oferta, **únicamente para la elaboración del informe de Ratios Financieros y no así para la verificación de los demás documentos**, a los efectos de continuar con los trámites correspondientes.

EL OFERENTE ES:

1. EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Adjuntamos a este Dictamen, planilla original de Ratios Financieros que consta de 01 (una) página y 01 (una) carpeta conteniendo la oferta.

Es nuestro dictamen.

Lic. Julia M. Guirland de Villagra
M. S. P. y B. S.

Sonia M Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Sr. Eduardo Espínola
Jefe Dpto. Contrataciones
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Anicia C. Romero
Asesora Técnica
D.G.A.F. - M.S.P. y B.S.

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. Adquisiciones y Suministros
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Manuela Escobar
Reg. Prof. 1285
Jefa del Dpto. de Enfermería
Inst. Nac. del Cáncer

fc tomografista

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION – CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/2012-2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFO - PLURIANUAL – ID 233291

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORÍA TÉCNICA

"CONTRATACIÓN DIRECTA VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2012"

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TOMOGRAFÍA"
INSTITUTO NACIONAL DE CÁNCER

INDICES FINANCIEROS

RATIO DE LIQUIDEZ: deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 (tres) últimos años.
ENDEUDAMIENTO: no deberá ser mayor a 0,80; en promedio en los 3 (tres) último años.
RENTABILIDAD: el promedio en los últimos 3 (tres) años, no deberá ser negativo.

EMPRESA Nº 01 EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2009		AÑO 2010		AÑO 2011		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	4.502.169.271 / 4.335.073.542	1,04	8.316.956.531 / 5.531.287.596	1,50	8.656.521.008 / 6.721.615.145	1,29	1,28	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	5.005.030.276 / 6.587.676.733	0,76	5.806.101.989 / 9.586.070.200	0,61	6.721.615.145 / 9.635.794.184	0,70	0,69	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	1.169.371.851 / 200.000.000	5,85	2.472.548.468 / 750.000.000	3,30	13.072.875 / 1.500.000.000	0,01	3,05	CUMPLE

Lic. Analicia Romero
Asesora Técnica
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

SEXTO: Que se ha solicitado a los Técnicos: Sonia Zarate, Jefa de Electromedicina y el Sr. Oscar González., Técnico Tomografista una evaluación técnica sobre la oferta presentada por la empresa **EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC**, cuyos informes se expidieron cuanto sigue:

Sonia M. Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Sr. Eduardo Espínola
Técnico Tomografista
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. Adquisiciones y Suministros
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Manuela Escobar
Reg. Prof. 1285
Jefa del Dpto. de Enfermería
Inst. Nac. del Cáncer

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION – CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/2012-2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFO - PLURIANUAL – ID 233291

Capiatá, 01 de noviembre de 2012

Señora:

Lic. Julia Guirland, Interventora Administración

Nombrada por Resolución Nº 1.030

Instituto Nacional del Cáncer

Presente

Me dirijo a Usted, y por su intermedio donde corresponda, a los efectos de Informarle que se realizo la verificación técnica del Tomógrafo Marca SIEMENS, modelo SOMATOM SPIRIT, serie Nº 63429 con Código Patrimonial Nº 011-027-07-0258, perteneciente al Departamento de Radiología (Imágenes), dichos Equipos necesitan Mantenimiento preventivo y correctivo en forma Bimestral por la Empresa Representante Eduardo Elizeche s.a.c .

Cabe mencionar que procedimos a la verificación de la oferta presentada por la empresa mencionada mas arriba la cual se adjunta la planilla a esta nota.

Sin otro motivo en particular, me despido de Usted con el respeto que se merece

Atte.

.....

Sonia Marlene Zárate Denis

Jefe de Electromedicina

Registro Profesional Nº 38

Lic. Julia Guirland de Cáceres
M.S.P. y B.S.

ADMINISTRACION
Fecha 1 – 11 – 2012
Nº 910 rma

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. Adquisiciones y Suministros
Instituto Nacional del Cáncer

Sonia M Zárate D.
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Sr. Eduardo Espínola
Jefe Dpto. Contrataciones
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Manuela Escobar
Reg. Prof. 1285
Jefa del Dpto. de Enfermería
Inst. Nac. del Cáncer

te tomo garantía

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION – CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 02/2012-2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFO - PLURIANUAL – ID 233291

1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Tomografia Marca SIEMENS, modelo SOMATOM SPIRIT, Serio Nº 53429, con Código Patrimonial Nº 011- 027- 07-0258					
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	CUMPLE
1.1	73171602-001	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN FORMA BIMESTRAL. DEBE INCLUIR MANO DE OBRA Y LO SIGUIENTE:* Servicios a realizar en forma **BIMESTRAL**, según los Protocolos de Mantenimiento establecido por el fabricante: - Revisión eléctrica y mecánica, incluyendo ajustes y calibraciones necesarias, lubricación de componentes mecánicos, modificaciones técnicas de seguridad recomendadas por el fabricante, provisión de materiales como: lubricantes, aceites, grasas, enchufes, tornillos, cables y materiales menores que hacen para el buen funcionamiento de la máquina: Verificación de circuito de parada de emergencia -Verificación del indicador de radiación - Verificación del dispositivo de contacto de puerta, Test de colisión de Mesa/Gantry -Verificación del sistema de corte de radiación -Verificación del dispositivo de posicionamiento del paciente -Verificación de los interruptores de elevación de la mesa, verificación del movimiento de elevación de la mesa, lubricación del eje de elevación de la mesa, lubricación de los rieles de la mesa, lubricación de la correa de accionamiento de la mesa, verificación del amortiguador de compresión de la mesa -Verificación de los interruptores del límite de seguridad de la mesa del paciente -Verificación de los movimientos de angulación del Gantry -Verificación de las soldaduras de las partes metálicas -Verificación / cambio de UPS -Verificación / cambio de filtro de aire de Gantry -Limpieza de los Slip Ring de potencia -Limpieza de los Slip Ring de datos -Verificación / cambio de carbones de potencia -Verificación / cambio de carbones de datos -Verificación de la correa de accionamiento -Verificación de partes sueltas y perdidas de aceite -Limpieza de sistema de refrigeración del tubo -Verificación y limpieza de ICS / IRS -Verificación daños externos del equipo -Limpieza del teclado y mouse, Limpieza de monitor -Lubricación del eje del colimador móvil -Remontaje y limpieza final, verificación y ajuste general, puesta en marcha y control de funcionamiento.	*Evento*	*Unidad*	6	Si Si
1.2	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 1 (uno) Set de Carbones de Datos	*Evento*	*Unidad*	1	Si
1.3	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 1 (uno) Set de carbones de Potencia	*Evento*	*Unidad*	1	Si
1.4	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 2 (dos) Filtro de Esponja Asm	*Evento*	*Unidad*	2	Si
1.5	73171602-001	Provisión y colocación: Cambio de 2 (dos) Filtro Mat	*Evento*	*Unidad*	2	Si
1.6	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 2 (dos) filtros de Gantry	*Evento*	*Unidad*	2	Si
1.7	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 2 (dos) Grabador de DVD	*Evento*	*Unidad*	2	Si
1.8	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 1 (uno) Encoder de la Mesa Paciente	*Evento*	*Unidad*	1	Si
1.9	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 1 (un) Teclado	*Evento*	*Unidad*	1	Si
1.10	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 1 (un) Mouse	*Evento*	*Unidad*	1	Si
1.11	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 2 (dos) Conversor de Frecuencia	*Evento*	*Unidad*	2	Si

c. Julia M. Guirland de Cáceres
M. S. P. y B. S.

Sonia M Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Sonia M Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

C.I. 1981839
téc. tomografista

Lic. Manuela Escobar
Reg. Prof. 1285
Jefa del Dpto. de Enfermería
Inst. Nac. del Cáncer

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. Adquisiciones y Suministros
Instituto Nacional del Cáncer

Sr. Eduardo Espínola
Jefe Dpto. Comunicaciones
Instituto Nacional del Cáncer

te tomografista

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION – CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/2012-2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFO - PLURIANUAL – ID 233291

1.12	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 1 (uno) Baterías UPS	Evento	Unidad	1	Si
1.13	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 1 (uno) Plexiglass	Evento	Unidad	1	Si
1.14	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 1 (un) Light Barrier Mesa Paciente	Evento	Unidad	1	Si
1.15	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 1 (un) Placa Electrónica D400	Evento	Unidad	1	Si
1.16	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 1 (un) Fuente de Alimentación AC-DC	Evento	Unidad	1	Si
1.17	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 1 (un) ICS Torre	Evento	Unidad	1	Si
1.18	73171602-001	Provisión y colocación de: Cambio de 1 (un) IRS Torre	Evento	Unidad	1	Si

Observación: Hemos procedido a la verificación de la oferta presentada por la empresa Eduardo Elizeche S.A.C. la cual cumplen con todas las Especificaciones Tecnicas de la Licitación.

Sonia M Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

tec. Osmar Gonzalez

SEPTIMO: **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**: Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el PBC.**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS								EDUARDO ELIZECHE SAC			
Item	Códigos de Catálogos	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	Precio Referencial	Total Solicitado	PRECIO OFERTADO	MARCA	TOTAL	% DE VARIACION

Lic. Julia Ma. Guirland de Cáceres
M.S.P. y B.S.

Sonia M Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Sr. Eduardo Espínola
Jefe Dpto. Contrataciones
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. Adquisiciones y Suministros
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Manuela Escobar
Reg. Prof. 1285
Jefa del Dpto. de Enfermería
Inst. Nac. del Cáncer

tec tomografista

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION – CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 02/2012-2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFO - PLURIANUAL – ID 233291

1	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN FORMA BIMESTRAL. DEBE INCLUIR MANO DE OBRA Y LO SIGUIENTE:Servicios a realizar en forma BIMESTRAL, según los Protocolos de Mantenimiento establecido por el fabricante: - Revisión eléctrica y mecánica, incluyendo ajustes y calibraciones necesarias, lubricación de componentes mecánicos, modificaciones técnicas de seguridad recomendadas por el fabricante, provisión de materiales como: lubricantes, aceites, grasas, enchufes, tornillos, cables y materiales menores que hacen para el buen funcionamiento de la máquina:Verificación de circuito de parada de emergencia -Verificación del indicador de radiación - Verificación del dispositivo de contacto de puerta, Test de colisión de Mesa/Gantry -Verificación del sistema de corte de radiación -Verificación del dispositivo de posicionamiento del paciente -Verificación de los interruptores de elevación de la mesa, verificación del movimiento de elevación de la mesa, lubricación del eje de elevación de la mesa, lubricación de los rieles de la mesa, lubricación de la correa de accionamiento de la mesa, verificación del amortiguador de compresión de la mesa -Verificación de los interruptores del límite de seguridad de la mesa del paciente -Verificación de los movimientos de angulación del Gantry -Verificación de las soldaduras de las partes metálicas -Verificación / cambio de UPS -Verificación / cambio de filtro de aire de Gantry -Limpieza de los Slip Ring de potencia -Limpieza de los Slip Ring de datos -Verificación / cambio de carbones de potencia	UNIDAD	EVENTO	6	9.984.000	59.904.000	9.984.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	59.904.000	0

Sonia M Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Sr. Eduardo Espínola
Jefe Dpto. Contrataciones
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. Adquisiciones y Suministros
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Manuela Escobar
Reg. Prof. 1285
Jefa del Dpto. de Enfermería
Inst. Nac. del Cáncer

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION – CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/2012-2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFO - PLURIANUAL – ID 233291

		-Verificación / cambio de carbones de datos -Verificación de la correa de accionamiento -Verificación de partes sueltas y perdidas de aceite -Limpieza de sistema de refrigeración del tubo -Verificación y limpieza de ICS / IRS -Verificación daños externos del equipo -Limpieza del teclado y mouse, Limpieza de monitor -Lubricación del eje del colimador móvil -Remontaje y limpieza final, verificación y ajuste general, puesta en marcha y control de funcionamiento.									
2	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) set de carbones de Datos	UNIDAD	EVENTO	1	16.630.000	16.630.000	16.630.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	16.630.000	0
3	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) set de carbones de potencia	UNIDAD	EVENTO	1	9.019.000	9.019.000	9.019.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	9.019.000	0
4	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 2(dos) filtros de esponjas	UNIDAD	EVENTO	2	2.063.000	4.126.000	2.063.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	4.126.000	0
5	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 2(dos) filtros MAT	UNIDAD	EVENTO	2	798.000	1.596.000	798.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	1.596.000	0
6	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 2(dos) filtros del Gantry	UNIDAD	EVENTO	2	1.695.000	3.390.000	1.695.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	3.390.000	0
7	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 2(dos) Gravador de DVD	UNIDAD	EVENTO	2	2.390.000	4.780.000	2.390.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	4.780.000	0
8	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) Escoder de la Mesa	UNIDAD	EVENTO	1	2.855.000	2.855.000	2.855.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	2.855.000	0
9	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) Teclado	UNIDAD	EVENTO	1	3.151.000	3.151.000	3.151.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	3.151.000	0
10	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) Mouse	UNIDAD	EVENTO	1	1.689.000	1.689.000	1.689.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	1.689.000	0
11	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 2(dos) Conversores de Frecuencia	UNIDAD	EVENTO	2	8.449.000	16.898.000	8.449.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	16.898.000	0

Julia Ma. Guirland de Cáceres M.S.P. y B.S.

Sonia M. Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Sr. Eduardo Espínola
Jefe Departamento de Comunicaciones
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. Adquisiciones y Suministros
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Manuela Escobar
Reg. Prof. 1285
Jefa del Dpto. de Enfermería
Inst. Nac. del Cáncer

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION – CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/2012-2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFO - PLURIANUAL – ID 233291

12	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(una) Bateria UPS	UNIDAD	EVENTO	1	15.328.000	15.328.000	15.328.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	15.328.000	0
13	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) Plexiglass	UNIDAD	EVENTO	1	2.938.000	2.938.000	2.938.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	2.938.000	0
14	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) Light barrier Mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1	3.594.000	3.594.000	3.594.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	3.594.000	0
15	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(una) Placa Electronica d400	UNIDAD	EVENTO	1	26.716.000	26.716.000	26.716.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	26.716.000	0
16	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(una) Fuente de Alimentacion AC-DC	UNIDAD	EVENTO	1	14.433.000	14.433.000	14.433.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	14.433.000	0
17	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(una) ICS TORRE	UNIDAD	EVENTO	1	72.093.000	72.093.000	72.093.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	72.093.000	0
18	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(una) IRS TORRE	UNIDAD	EVENTO	1	61.137.000	61.137.000	61.137.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	61.137.000	0
							320.277.000			320.277.000	

OCTAVO: Del Cuadro Comparativo de Ofertas, se selecciona la oferta del ítem evaluado provisoriamente como la más baja, a fin de analizar en detalle su cumplimiento, **conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61° - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley N° 2.051/03 De Contrataciones Públicas".**

Ítem	Códigos de Catálogos	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	PRECIO OFERTADO	MARCA	TOTAL	% DE VARIACION

Lic. Julia M. Guirland de Cáceres
M. S. P. y B. S.

Sr. Eduardo Espinola
Jefe Dpto. Contrataciones
Instituto Nacional del Cáncer

Sonia M Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. Adquisiciones y Suministros
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Manuela Escobar
Reg. Prof. 1285
Jefa del Dpto. de Enfermería
Inst. Nac. del Cáncer

Tecnologista

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION – CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/2012-2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFO - PLURIANUAL – ID 233291

1	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN FORMA BIMESTRAL. DEBE INCLUIR MANO DE OBRA Y LO SIGUIENTE:Servicios a realizar en forma BIMESTRAL, según los Protocolos de Mantenimiento establecido por el fabricante: - Revisión eléctrica y mecánica, incluyendo ajustes y calibraciones necesarias, lubricación de componentes mecánicos, modificaciones técnicas de seguridad recomendadas por el fabricante, provisión de materiales como: lubricantes, aceites, grasas, enchufes, tornillos, cables y materiales menores que hacen para el buen funcionamiento de la máquina:Verificación de circuito de parada de emergencia -Verificación del indicador de radiación - Verificación del dispositivo de contacto de puerta, Test de colisión de Mesa/Gantry -Verificación del sistema de corte de radiación -Verificación del dispositivo de posicionamiento del paciente -Verificación de los interruptores de elevación de la mesa, verificación del movimiento de elevación de la mesa, lubricación del eje de elevación de la mesa, lubricación de los rieles de la mesa, lubricación de la correa de accionamiento de la mesa, verificación del amortiguador de compresión de la mesa -Verificación de los interruptores del límite de seguridad de la mesa del paciente -Verificación de los movimientos de angulación del Gantry -Verificación de las soldaduras de las partes metálicas -Verificación / cambio de UPS -Verificación / cambio de filtro de aire de Gantry -Limpieza de los Slip Ring de potencia -Limpieza de los Slip Ring de datos -Verificación / cambio de carbones de potencia -Verificación / cambio de carbones de datos -Verificación de la correa de accionamiento -Verificación de partes sueltas y perdidas de aceite -Limpieza de sistema de refrigeración del tubo -Verificación y limpieza de ICS / IRS -Verificación daños externos del equipo -Limpieza del teclado y mouse, Limpieza de monitor -Lubricación del eje del colimador móvil -Remontaje y limpieza final, verificación y ajuste general, puesta en marcha y control de funcionamiento.	UNIDAD	EVENTO	6	9.984.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	59.904.000	0
2	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) set de carbones de Datos	UNIDAD	EVENTO	1	16.630.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	16.630.000	0
3	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) set de carbones de potencia	UNIDAD	EVENTO	1	9.019.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	9.019.000	0
4	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 2(dos) filtros de esponjas	UNIDAD	EVENTO	2	2.063.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	4.126.000	0
5	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 2(dos) filtros MAT	UNIDAD	EVENTO	2	798.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	1.596.000	0
6	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 2(dos) filtros del Gantry	UNIDAD	EVENTO	2	1.695.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	3.390.000	0

Lic. Julio M. Gaviland de Chaves
M.S.P. y B.S.

Sonia M Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Sr. Eduardo Espínola
Jefe Dpto. Contrataciones
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Celsa Cardozo
Jefe Dpto. Adquisiciones y Suministros
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Manuela Escobar
Reg. Prof. 1395
Jefa del Dpto. de Enfermería
Inst. Nac. del Cáncer

Jefe tomografista

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION – CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/2012-2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFO - PLURIANUAL – ID 233291

7	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 2(dos) Gravador de DVD	UNIDAD	EVENTO	2	2.390.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	4.780.000	0
8	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) Escoder de la Mesa	UNIDAD	EVENTO	1	2.855.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	2.855.000	0
9	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) Teclado	UNIDAD	EVENTO	1	3.151.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	3.151.000	0
10	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) Mouse	UNIDAD	EVENTO	1	1.689.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	1.689.000	0
11	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 2(dos) Conversores de Frecuencia	UNIDAD	EVENTO	2	8.449.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	16.898.000	0
12	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(una) Bateria UPS	UNIDAD	EVENTO	1	15.328.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	15.328.000	0
13	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) Plexiglass	UNIDAD	EVENTO	1	2.938.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	2.938.000	0
14	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(un) Light barrier Mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1	3.594.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	3.594.000	0
15	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(una) Placa Electronica d400	UNIDAD	EVENTO	1	26.716.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	26.716.000	0
16	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(una) Fuente de Alimentacion AC-DC	UNIDAD	EVENTO	1	14.433.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	14.433.000	0
17	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(una) ICS TORRE	UNIDAD	EVENTO	1	72.093.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	72.093.000	0
18	73171602-001	Provision y colocacion de cambio de 1(una) IRS TORRE	UNIDAD	EVENTO	1	61.137.000	EDUARDO ELIZECHE SAC	61.137.000	0
							TOTAL ADJUDICADO	320.277.000	

Ante todo lo expuesto anteriormente, el Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** a la Empresa **EDUARDO ELIZECHE SAC.**, por ser la UNICA oferta y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES del presente llamado.

Sonia M Zárate D
Jefe Electromedicina
Inst. Nacional del Cáncer

Sr. Eduardo Espinola
Jefe Dpto. Contrataciones
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Celsa Cardozo
Jefa Dpto. Adquisiciones y Suministros
Instituto Nacional del Cáncer

Lic. Manuela Escobar
Reg. Prof. 1285
Jefa del Dpto. de Enfermería
Inst. Nac. del Cáncer

Lic. Julia Ma. Garland de Cáceres
M. S. P. y B. S.

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION – CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/2012-2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFO - PLURIANUAL – ID 233291

NOVENO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, y la única oferta evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

EMPRESA	LOTE ADJUDICADO	MONTO EN Gs. (IVA Incluido)
EDUARDO ELIZECHE SAC	1	320.277.000
MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR		320.277.000
SON GUARANÍES: Trescientos veinte millones doscientos setenta y siete mil.----------		

DISTRIBUCIÓN DE MONTOS A PAGAR POR AÑOS

EMPRESA	2012	2013
EDUARDO ELIZECHE SAC	44.350.000	275.927.000
MONTO TOTAL POR AÑOS	44.350.000	275.927.000

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

DR. ANGILBERTO PAREDES, Coordinador General
Comisión Interventora,

LIC. JULIA GUIRLAND.
Coordinadora Administrativa

SR. JUAN EDUARDO ESPÍNOLA, Jefe
Dpto. de Contrataciones,

LIC. CELSA CARDOZO, Jefa
Dpto. de Adquisición y Suministros,
Con Certificación DNCP

LIC.MANUELA ESCOBAR., Jefa
Departamento de Enfermería

TEC. SONIA ZARATE., Jefa
Electromedicina – INC

TEC. OSMAR GONZALEZ.,
Técnico Tomografista