Resolución N° 39/2013

Por la cual se autoriza la adjudicación del Llamado N° 14/2013 Adquisición de Microscopios- ID N° 249.922, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este.

Minga Guazú, 28 de Febrero de 2013.

Visto : La Nota UOC N° 28/2013 de la Responsable de la UOC de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este, en la cual informa y adjunta toda la documentación al llamado de referencia y se recomienda la adjudicación de los mismos bajo la responsabilidad de la máxima autoridad, y,

Considerando : Lo dispuesto en el Art. 34 inc. "c" de la Ley 2051/03, contando con ofertas en todos los ítems según lo requerido por la ley se recomienda proceder a la contratación directa, y; cumplido con los requisitos exigidos en las Leyes 2051/03 y 3439/07 de Contrataciones Públicas en cuanto a los principios mencionados en el Art. 4° Principios Generales y el Art. 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y lo dispuesto el Art. 28 de la Ley.

En uso de sus atribuciones legales

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

RESUELVE

Art. 1°: Autorizar la adjudicación de los Ítems del Llamado N° 14/2013 Adquisición de Microscopios- ID N° 249.922, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Este, según el siguiente detalle:

Empresa Adjudicada: **EXIMPAR S.R.L.**

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	41111709-001	**Microscopio para estudios de laboratorio avanzado.** **Modelo:** BM-2000/I/T/SP **Características:** Estativo robusto y diseño moderno Diafragma de campo instalado en el pie del microscopio para así efectuar el sistema de iluminación de Koehler **Aumentos:** Desde 40x hasta 1.000x **Enfoque:** macro y micrométrico bilaterales (coaxial) Rango total de enfoque. 20 mm. Sistema de tope superior ajustable Control de enfoque fino calibrado Escala de dividion con lectura de 2 micrones. Sistema de tensión regulable mediante tornillo macrométrico Sistema óptico de corrección infinita **Cabezal Óptico:** Trinocular, principio de sidentopf: inclinado en 30°, giratorio en 360°, distancia interpupilar 55-75 mm, sistema óptico de corrección infinito **Desviación del haz de luz:** 50% al observador y 5% a la cámara. **Revolver:** para 4 objetivos inclinado para atrás. **Oculares:** Par de oculares WF 10x/20 mm cíe campo amplio **Objetivos:** semi plan acromáticos con óptica de corrección infinita= • 4x0,10 • 10x/0,25 • 40xS/0,65 retráctil • 100xS/1,25 retráctil, de inmersión a aceite. **Medidas de la platina:** 140 x 140 mm. **Sujetaobjeto:** doble. **Movimiento:** x - y. **Rango del movimiento:** 75 x 50 mm. **Condensador** según Abbe, campo claro, con apertura numérica; n.A, 125 con diafragma iris y portafiltro integrado, con ajuste en la altura mediante cremallera. **Iluminación:** seg. Koehler mediante lámpara de halógeno l2V30W con intensidad de luz ajustable en forma continúa. **Fuente de poder:** embutida en el cuerpo del microscopio **Incluye Suministros:** Funda de protección, filtro azul, frasquito de aceite de inmersión, lámpara, fusible de repuesto y manual de instrucciones. **Peso del Equipo:** 8Kg; **Dimensión:** 230 x 350 x 390 mm. **Conexión:** 220 V; 50/60Hz Garantía Firmada de 12 meses contados a partir de la entrega de los equipos. Servicios pos-venta.	5	5.225.000	26.125.000
			Total Gs.		**26.125.000**

Km. 16 Acaray, Avda. Mcal. López entre Mcal. Estigarribia y Padre Moleón
Minga Guazú – Paraguay
Telefax: (0644) 21290/21210 -Web: facisaune.edu.py
E-mail: unefacisa@yahoo.com.ar; facisauoc2@hotmail.com

Empresa Adjudicada: **PROVINDUS S.A.**

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	41111709-001	**MICROSCOPIOS BINOCULAR para práctica de Alumnos** Modelo: **EcoBino LED** **Compuesto de:** *Estativo de moderno diseño *Ajuste macro y micro en ambos lados *Porta objetivo cuádruple * Fuente de luz fría tipo LED y/o halógeno ü Transformador incorporado en el estativo * Ajuste continúo de la intensidad luminosa * Porta condensador con ajuste de altura *Tubo de Observación Binocular, con: Inclinación 30° Rotable en 360° Material anti-polvo N° de Campo: mínimo F.N. 18 Ajuste de la distancia interpupilar entre 55 y 75 mm Tubo para ocular izquierdo con ajuste de ±5 dioptrías Platina Mecánica, con: ü Control coaxial en el plano "X" e "Y" posicionado ergonómicamente bajo en el lado derecho *Corridas en el eje "X" e "Y" con indicación en mm. Desplazamiento del espécimen de 30 x 50 mm Condensador Acromático de Campo Claro con Diafragma Iris: Tipo "ABBE" Apertura numérica de las lentes: N.A.1.25 Filtro azul para campo claro, ü Ajustable en su altura Objetivo Acromático DIN de 4X, con: Gran resolución y contraste Apertura numérica: N. A. 0.10 Objetivo Acromático de 10X, Gran resolución y contraste, Apertura numérica: N. A. 0.25 Objetivo Acromático de 40X, Gran resolución y contraste, Apertura numérica: N. A. 0.65 Retráctil Objetivo Acromático de 100X, (oil). Gran resolución y contraste. Para inmersión en aceite Apertura numérica: N. A. 1.25. Retractil Dos Oculares de 10X, de Campo Amplio, WF10X, con: Número de campo: F.N. 18 Cable de Conexión a Red para 110-220V. * Incluido: cubierta: lámpara de repuesto y fusible. Ø Servicio pos-venta Ø Garantía de Equipo Firmada de 1 año.	30	1.650.000	49.500.000
				Total Gs.	**49.500.000**

530 - Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores
Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Institucionales

Art. 2°: Comunicar a quienes corresponda, cumplido archivar.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Facultad de Ciencias de la Salud
DECANATO
Minga Guazú - Paraguay

Dr. Raúl Humberto Fanego Seitz.
Decano
Facultad de Ciencias de la Salud -UNE

Km. 16 Acaray, Avda. Mcal. López entre Mcal. Estigarribia y Padre Moleón
Minga Guazú – Paraguay
Telefax: (0644) 21290/21210 -Web: facisaune.edu.py
E-mail: unefacisa@yahoo.com.ar; facisauoc2@hotmail.com