ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

L.C.O. Nº 40/11
"ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES REGIONALES: SANTA ROSA DEL AGUARA`Y, SAN LORENZO (CALLE`I) Y CAAZAPÁ" PLURIANUAL - I.D. Nº 224.040

En la ciudad de Asunción, a los un tres días del mes de diciembre del año dos mil once, en el Departamento de Licitaciones, sito en la calle Pettirossi esquina Brasil, se procede a la Evaluación de las Ofertas recibidas en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 40/11, "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES REGIONALES: SANTA ROSA DEL AGUARA`Y, SAN LORENZO (CALLE`I) Y CAAZAPÁ" PLURIANUAL I.D. Nº 224.040** cuyo Acto de Apertura Se realizó en fecha la Sesión Publica Virtual, se realizó en fecha 25 de noviembre de 2011.

Para tal efecto, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación designados por **Resolución S.G. Nº 929** de fecha 13 de setiembre de 2011:

1. **Laura Rodríguez Ayala,** representante de la Dirección General de Administración y Finanzas.-
2. **Abog. Oscar Arza,** representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica.-
3. **Sr. Adolfo Maldonado**, representante de la Dirección Biomédica, dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.
4. **Dr. Julio Borba**, representante de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes en Salud.

PRIMERO: Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: Pliego de Bases y Condiciones, Planilla de Especificaciones Tecnicas, Addendas Nº 01 y 02 y las Aclaraciones realizadas.-

SEGUNDO: Según **Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 3081/2011, correspondiente al PAC Institucional Nº 224.040, cuyo monto asciende a Gs. 302.475.000,** la presente L.C.O. Nº 40/2011, dispone de respaldo presupuestario para la eventual adjudicación, **así mismo se encuentra sujeta a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2012.**

TERCERO: Se da lectura al **Acta de Apertura**, observándose la recepción de 05 (cinco) ofertas, las que se detallan en el siguiente cuadro:

EMPRESA	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L.	374.255.500.-
LA CASA DEL MEDICO S.A.	155.678.000.-
ARGON S.R.L.	483.850.000.-
INFOTEC S.A.	218.500.000.-
FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	199.000.000.-

OBS.: Las empresas participantes se encuentra habilitadas según fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

CUARTO: Se da lectura al Análisis del contenido **documental legal**, realizado por la Dirección General de Asesoría Jurídica, según **Dictamen A.J. Nº 2.917, de fecha 25 de noviembre de 2011**, el cual concluye que:

OSCAR G. ARZA Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.B.S.

Laura Rodríguez Coordinadora - UTA DOC - M.S.P. y B.S.

Dr. Julio César Borba Vargas Director Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias

A. Maldonado

M.S.P. Y B.S.: BRASIL Y PETTIROSSI TELEFONO: (021) 223 - 523
Dirección: Pettirossi y Brasil

"Que las carpetas presentadas por las empresas SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. (81 fs); LA CASA DEL MEDICO S.A. (54 fs); ARGON S.R.L. (63 fs); INFOTEC S.A. (41 fs); y FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L. (68 fs) contienen las documentaciones sustanciales requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, no obstante se recomienda la impresión de documentaciones obrantes en el SIPE que no fueron acompañadas a las ofertas y figuren como activas"

QUINTO: Se da lectura al **Análisis de Ratios Financieros** practicados a los Balances, a fin de determinar si éstas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones:

1- **SUMINISTROS MEDICOS S.R.L.:**
RATIO DE LIQUIDEZ: **CUMPLE**
ENDEUDAMIENTO: **CUMPLE**
RENTABILIDAD : **CUMPLE**

2- **LA CASA DEL MEDICO S.A.:**
RATIO DE LIQUIDEZ: **CUMPLE**
ENDEUDAMIENTO: **CUMPLE**
RENTABILIDAD : **CUMPLE**

3- **ARGON S.R.L.:**
RATIO DE LIQUIDEZ: **CUMPLE**
ENDEUDAMIENTO: **CUMPLE**
RENTABILIDAD : **CUMPLE**

4- **INFOTEC S.A:**
RATIO DE LIQUIDEZ: **CUMPLE**
ENDEUDAMIENTO: **CUMPLE**
RENTABILIDAD : **CUMPLE**

5- **FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.:**
RATIO DE LIQUIDEZ: **CUMPLE**
ENDEUDAMIENTO: **CUMPLE**
RENTABILIDAD : **CUMPLE**

SEXTO: **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:** Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el PBC.

SÉPTIMO: INFORME TECNICO: forma parte de presente Acta el informe técnico remitido por el Sr. Adolfo Maldonado conforme al Memorandum D.B. Nº 145 que concluye cuanto sigue:

(Transcripción)

Item 1: CARRO DE PARO

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **LA CASA DEL MEDICO S.R.L.**

Empresa: LA CASA DEL MEDICO S.R.L.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
2	MEDIMUEBLES	PARAGUAY	3.165.000	6.330.000	-89

Dr. Julio Cesar Borgos
Director
Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias

Laura Rodríguez
Coordinadora - UTA
DOC - M.S.P. y B.S.

A. Maldonado

M.S.P. Y B.S.: BRASIL Y PETTIROSSI – TELEFONO: (021) 229 - 523
Dirección: Pettirossi y Brasil

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
[illegible]		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN		
Características Generales:		
Construcción acorde a normas internacionales de calidad.	Fabricación nacional. CUMPLE	
Construido con bandeja de chapa de acero con terminación y pintura de poxi	Bandeja de acero, con terminación epoxi. CUMPLE	
3 cajones como mínimo con divisiones para medicamentos en cada cajón	CUMPLE	
Uno de los cajones con llave	CUMPLE	
Alzada regulable para monitor de signos vitales ó desfibrilador	CUMPLE	
Bandeja auxiliar corrediza de acero inoxidable para escritorio	CUMPLE	
Con portasueros de dos servicios	CUMPLE	
Portatubo de oxígeno	CUMPLE	
Paragolpes perimetral	CUMPLE	
Manija de arrastre	CUMPLE	
Cuatro ruedas con dos frenos	CUMPLE	
Superficie fácil de limpiar.	CUMPLE	
Dimensiones aproximadas: 0.50 a 0.60 m ancho x 0.7 a 0.80 m largo X 0.80 a 1 m altura hasta la bandeja de acero inoxidable	CUMPLE	
Contenedor de residuos biológicos	CUMPLE	
Con equipo de oxigeno - aspiración (Balón de O2, Porta suero regulable, Porta sondas, Regulador de O2, Aspirador)	CUMPLE	
Garantía de 1 año	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **LA CASA DEL MEDICO SRL,** cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

Item 2: CAMILLA FIJA

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **LA CASA DEL MEDICO S.R.L.**

Empresa: LA CASA DEL MEDICO S.R.L.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
26	**MEDIMUEBLES**	**PARAGUAY**	**440.000**	**11.440.000**	**-45**

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
Camilla de inspección con escalera.		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	2011. CUMPLE	
Características Generales:		

Laura Rodríguez
Coordinadora UTA
DOC - M.S.P. y B.S.

Dr. Julio César Barba Vargas
Director
Dirección de Coordinación de Direcciones Regionales de Salud

A. Maldonado

M.S.P. Y B.S.: BRASIL Y PETTIROSSI – TELEFONO: (021) 413 6583
Dirección: Pettirossi y Brasil

Estructura metálica esmaltada.	CUMPLE	
Montado sobre 4 patas sin ruedas	CUMPLE	
Con cabecera ajustable	CUMPLE	
Lecho acolchado y tapizado en tela vinilica lavable e impermeable, regatones plásticos.	CUMPLE	
Medidas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 5 cm, valores mínimos.	CUMPLE	
Grosor del caño fabricado, con caño tubular de 1 y ¼ como mínimo y transversal de 1 pulgada como mín. en pared de 1,20 como mín.	CUMPLE	
Escalerilla de dos peldaños con goma antideslizante	CUMPLE	
Garantía de 1 año	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **LA CASA DEL MEDICO SRL,** cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

Item 3: CAMA PARA INTERNADO

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **LA CASA DEL MEDICO S.R.L.**

Empresa: LA CASA DEL MEDICO S.R.L.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
115	**MEDIMUEBLES**	**PARAGUAY**	**1.080.000**	**124.200.000**	**-57**

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
Cama hospitalaria de un movimiento con colchón forrado en cuerina		
Cama hospitalaria de un movimiento con colchón forrado en cuerina		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	2011. CUMPLE	
Características Generales:		
Construcción acorde a normas internacionales de calidad.	Fabricación nacional. CUMPLE	
Estructura tubular de acero con acabado al cromo o satinada con pintura secada al horno, reforzado de 1,1/4" y 20x30 mm de grosor o más	CUMPLE	
Cantos redondeados.	CUMPLE	
Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.	CUMPLE	
Lecho de un solo movimiento	CUMPLE	
Con ruedas de 4" con frenos en dos de ellas como mínimo.	CUMPLE	
Capacidad Máxima: 200Kg aproximadamente	CUMPLE	
Colchón:	CUMPLE	
Confecciondo base de espuma resistente, cantos redondeados, superficie lisa, lavable y sin costura.	CUMPLE	
Dimensiones acorde a las medidas y forma de la cama con la que se utilizará	CUMPLE	
Espesor 15cm aproximadamente	CUMPLE	
Forrado con cuerina sin costura unicolor	CUMPLE	
Accesorios:		
Porta Suero de 2 servicios (OPCIONAL)	Es opcional.	

OSCAR G. ARZA M. Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.B.S.

Laura Rodríguez Coordinadora - UTA DOC - M.S.P. y B.S.

Dr. Julio César Borba Vargas Director Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias

A. Maldonado

M.S.P. Y B.S.: BRASIL Y PETTIROSSI – TELEFONO: (021) 223 - 523
Dirección: Pettirossi y Brasil

	No oferta. CUMPLE	
Garantía Escrita de 1 (un) año como mínimo a partir de la instalación y funcionamiento en la institución designada, ante cualquier falla con provisión de materiales necesarios para su reparación.	CUMPLE	
Manual de usuario y de servicio técnico.	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **LA CASA DEL MEDICO SRL,** cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

Item 4: CUNA

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **SUMINISTROS MÉDICOS S.R.L.**

Empresa: SUMINISTROS MÉDICOS S.R.L.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
5	SUMINIS-TROS MEDICOS	NACIONAL	990.000	4.950.000	-38

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
CUNA		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	2011. CUMPLE	
Carro soporte de estructura tubular de acero cromado.	Estructura de metal. Para el uso en el servicio. CUMPLE	
Cuna o nido de metacrilato transparente anatómico	CUMPLE	
Base montada sobre 4 ruedas de 80 mm de diámetro, dos con frenos y dos sin frenos.	CUMPLE	
Cuna o cestillo desmontable	CUMPLE	
Colchón para cestillo de material antialérgico	CUMPLE	
Dimensiones: 75 x 45 x 85 cm	CUMPLE	
OBS.: Con capacitación incluida.		
1 (uno) manual de operración de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español.	CUMPLE	
Capacitación de uso al personal operario	CUMPLE	
Capacitación de mantenimiento al personal	CUMPLE	
Garantia de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **SUMINISTROS MÉDICOS S.R.L.,** cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

Item 5: MESA QUIRURGICA

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **ARGON S.R.L.**

Empresa: ARGON S.R.L.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
2	COMBED	CHINA	9.800.000	39.600.000	-60

OSCAR G. ARIA Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.B.S.
Laura Rodríguez Coordinadora UTA DOC - M.S.P. y B.S.
Dr. Julio César Bonilla Vargas Director Dirección de Coordinación de Redes Sanitarias
A. Maldonado

M.S.P. Y B.S.: BRASIL y PETTIROSSI – TELEFONO: (021) 222-[illegible] - UTA
Dirección: Pettirossi y Brasil

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
MESA DE CIRUGÍA HIDRÁULICA MANUAL		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	2011. CUMPLE	
Construcción acorde a normas internacionales de calidad.	CE. CUMPLE	
Seguridad hidráulico acorde a normas internacionales.	CUMPLE	
Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables.	CUMPLE	
Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico.	CUMPLE	
Inclinaciones del lecho con activación por maniveles mecanicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas.	CUMPLE	
Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía.	CUMPLE	
Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.	CUMPLE	
Base montada sobre rueditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles.	CUMPLE	
FUNCIONES:		
1.Baja - Alta: (750-950) 50mm aproximadamente	CUMPLE	
2.Regulacion de angulo de cabecera(subir 30 y bajar 90)	CUMPLE	
3.Regulacion de angulo de respaldo(subir 80 y bajar 10)	70 Y 10. Para el uso en el servicio. CUMPLE	
4.Regulacion de angulo de pierna (bajar 90), pierna desmontable	CUMPLE	
5.Trendelenburg 25 y Trendelemburg invertido 30	CUMPLE	
6.Regulacion de angulo de inclinacion lateral 20	CUMPLE	
7.Levantamiento del rinon 120mm	CUMPLE	
8. Sistema de tope o túnel radiográfico	CUMPLE	
Estructura: Acero inoxidable	CUMPLE	
Posicionamiento para cirugía ginecológica	CUMPLE	
ACCESORIOS:		
Manual de operación y servicio en español.	CUMPLE	
Apoya – cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras.	CUMPLE	
Portachasis para rayos x.	CUMPLE	
Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio.	CUMPLE	
Arco de narcosis y porta piernas Goepel (2).	CUMPLE	
Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc.	CUMPLE	
Juego de accesorios para cirugía general: 1 (un) arco de Narcose; 1 (un) par de hombreras; 1 (un) par de posa pies; 1 (un juego de colchones lavable; 1 (un) par de apoyo de mano.	CUMPLE	
Juego de accesorios para cirugía ginecológica: 1 (un) par de piecera; 1 (una) gaveta colectora	CUMPLE	
1 par Soporte para brazos,1 par Soporte para piernas, 1 uno Marco para cortinillas de anesthesia,Atriles, 1 par Descansa-hombros, 1 par Soporte para Piecera,1 par	CUMPLE	

Dra. Laura Rodríguez
Abogada
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Laura Rodríguez
Coordinadora - UTA
DOC - M.S.P y B.S.

Dr. Julio César Barba Vargas
Director
Dirección de Coordinación de Redes Sanitarias

A. Maldonado

M.S.P. Y B.S.: BRASIL Y PETTIROSSI – TELEFONO: (021) 223 - 523
Dirección: Pettirossi y Brasil

Soporte para Cintura, Anillo hermetic, Bomba hidraulica		
1 (uno) manual de operración de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español.	CUMPLE	
Capacitación de uso al personal operario	CUMPLE	
Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedician	CUMPLE	
Garantia de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **ARGON S.R.L.**, cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

Item 6: MESA QUIRURGICA PARA OBSTETRICIA

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **ARGON S.R.L.**

Empresa: ARGON S.R.L.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
3	COMBED	CHINA	18.700.000	56.100.000	-25

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
[illegible]		
Mesa de Parto tipo Española con mov. Mecánico	CUMPLE	
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	2011. CUMPLE	
Características Generales:		
Construcción acorde a normas internacionales de calidad.	CE. CUMPLE	
Estructura portadora de acero inoxidable o satinado en pintura epoxypoliester antiestático o similar.	Acero inox. CUMPLE	
compuesta por dos secciones: sección inferior rodante, desplazable a los costados,	CUMPLE	
lecho cubierto con colchoneta desmontable de 3 cm. de cuero vinílico color a elección.	CUMPLE	
Soporte de manos, piernas, hombros y brazos ajustables en forma anatómica.	CUMPLE	
Movimiento, elevación de cadera por sistema con mecanismo de engranaje, máxima elevación 20cm.	CUMPLE	
Movimiento de respaldo con mecanismo de engranaje máxima elevación 20cm.	CUMPLE	
Dos pierneras desmontables y manija de agarre del paciente a los costados de la mesa.	CUMPLE	
Portasueros de 2 ganchos incluido.	CUMPLE	
Ajuste de posiciones del respaldo y de la cadera en forma manual o hidraúlico.	CUMPLE	
Sección para piernas (retráctil) deslizables o desmontable para facilitar el trabajo de parto.	CUMPLE	
Receptáculo de desechos de acero inoxidable retráctil.	CUMPLE	
Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.	CUMPLE	
Características Técnicas:		
Posiciones ajustables de la mesa con accionamiento manual o hidraulico	CUMPLE	
Trendelenburg.	CUMPLE	

OSCAR G. ARZA M. Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.B.S.

Laura Rodríguez Coordinadora - UTA DOC - M.S.P. y B.S.

Dr. Julio César Borba Vargas Director Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias

A. Maldonado

M.S.P. Y B.S.: BRASIL Y PETTIROSSI – TELEFONO: (021) 223 5 503
Dirección: Pettirossi y Brasil

Fowler.	CUMPLE	
Decúbito dorsal.	CUMPLE	
Dimensiones aproximadas:		
Largo 180 a 190 cm.	188 cm. CUMPLE	
Ancho 70 a 90 cm.	61 cm. Para el uso en el servicio. CUMPLE	
Altura ajustable en el rango de 65 a 90 cm ó mejor	62 a 92 cm. CUMPLE	
Accesorios:		
Manual de operación y servicio en español.	CUMPLE	
Instalación y puesta en funcionamiento	CUMPLE	
1 (uno) manual de operración de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español.	CUMPLE	
Capacitación de uso al personal operario	CUMPLE	
Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedician	CUMPLE	
Garantia de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **ARGON S.R.L.,** cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

Item 7: CAMILLA GINECOLOGICA

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **LA CASA DEL MEDICO S.A.**

Empresa: LA CASA DEL MEDICO S.A.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFERENCIAL
1	**MEDIMUEBLES**	**PARAGUAY**	**680.000**	**680.000**	**-86**

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
[illegible]		
Mesa para legrado		
Mesa de Examen Ginecológica		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	2011. CUMPLE	
Construcción acorde a normas internacionales de calidad.	Fabricación nacional. CUMPLE	
Estructura metálica en acero tubular reforzado de 1,1/4" y 20x30 mm de grosor o más	CUMPLE	
Recubierto con pintura electrostática resistente a golpes y a la corrosión	CUMPLE	
Respaldero rebatible y regulable en altura,	CUMPLE	
Lecho horizontal fijo,	CUMPLE	
Posapiernas rebatible y ajustables en forma manual	CUMPLE	
Posapies acolchados y regulable en altura,	CUMPLE	
Bandeja para residuos,	CUMPLE	
Tapizado en tela vinílica lavable e impermeable	CUMPLE	
Regatones plásticos antideslizantes	CUMPLE	
Accesorios:		

OSCAR G. ARZA M. Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.B.S.

Laura Rodríguez Coordinadora - UTA DOC - M.S.P. y B.S.

Dr. Julio Cesar Borba Vargas Director Dirección de Coordinación de Redes Sanitarias

A. Maldonado

Manual de operación y servicio en español.	CUMPLE	
Instalación y puesta en funcionamiento	CUMPLE	
1 (uno) manual de operración de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español.	CUMPLE	
Capacitación de uso al personal operario	CUMPLE	
Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedician	CUMPLE	
Garantia de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **LA CASA DEL MEDICO S.A.,** cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

Item 8: RIÑONERA

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **LA CASA DEL MEDICO S.A.**

Empresa: LA CASA DEL MEDICO S.A.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
9	WELDON/SKYLA	PAKISTAN	42.000	378.000	-88

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
Bandeja tipo Riñonera de acero inoxidable mediano		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	2011. CUMPLE	
Características Generales		
Fabricado en acero quirurgico sanitario autoclavables a 135ºC y resistente al carbono, con 1 año de garantía	CUMPLE	
Forma antómica acorde normas internacionales, bordes redondeados sin filos ni rebabas.	CUMPLE	
Tamaño: mediano en forma de rinón	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **LA CASA DEL MEDICO S.A.,** cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

Item 9: BALANZA CON ALTIMETRO

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **SUMINISTROS MÉDICOS S.R.L.**

Empresa: SUMINISTROS MÉDICOS S.R.L.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
4	WELMY	BRASIL	980.000	3.920.000	-35

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
Balanza con altimetro para adultos		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	2011. CUMPLE	
Fabricación acorde a normas internacionales de calidad	CUMPLE	
Estructura de acero con pintura secado al horno resistente	CUMPLE	

JULIO G. ARCAM
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Laura Rodríguez
Coordinadora / UTA
DOC. M.S.P. y B.S.

Dr. Julio César Borba Vargas
Director
Dirección de Coordinación de Redes Sanitarias

A. Maldonado

a la corrosión		
sistema de pesaje del tipo mecánico con control de calibración, o pesa de referencia	CUMPLE	
Altímetro tipo telescopio	CUMPLE	
Superficie que facilita la limpieza y desinfección	CUMPLE	
Plataforma sólida	CUMPLE	
Características Técnicas:		
Rango de pesaje 0 a 150 kilogramos aproximadamente	CUMPLE	
Graduación de a 100 gr	CUMPLE	
Manual de operación y de servicio técnico, certificado de calibración	CUMPLE	
Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **SUMINISTROS MÉDICOS S.R.L.,** cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

Item 10: BALANZA PEDIATRICA

Se informa que dos oferentes presentaron ofertas con el mismo precio.

Se procede a estudiar la oferta que corresponde a la empresa **SUMINISTROS MÉDICOS S.R.L.**

Empresa: SUMINISTROS MÉDICOS S.R.L.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
2	WELMY	BRASIL	880.000	1.760.000	-41

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
Balanza pediátrica/neonatal con regla para medir altura		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	2011. CUMPLE	
Fabricación acorde a normas internacionales de calidad	CUMPLE	
Estructura de acero con pintura secado al horno resistente a la corrosión	CUMPLE	
Sistema de pesaje del tipo mecánico con control de calibración, o pesa de referencia	CUMPLE	
Rango de pesaje hasta 16 kg	CUMPLE	
Superficie que facilita la limpieza y desinfección	CUMPLE	
Plataforma con bandeja	CUMPLE	
Caracteristicas Técnicas:		
Rango de pesaje 0 a 16 kilogramos aproximadamente	CUMPLE	
Graduación de a 10 gr	CUMPLE	
Manual de operación y de servicio técnico, certificado de calibración	CUMPLE	
Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **SUMINISTROS MÉDICOS S.R.L.,** cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

OSCAR G. ARZA M. Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.B.S.

Laura Rodríguez Coordinadora - UTA DOC - M.S.P. y B.S.

Dr. Julio César Borba Vargas Director Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias

A. Maldonado

M.S.P. Y B.S.: BRASIL Y PETTIROSSI – TELEFONO: (021) 223 - 523
Dirección: Pettirossi y Brasil

Se procede a estudiar la oferta presentada por la empresa **LA CASA DEL MEDICO SA.**

Empresa: LA CASA DEL MEDICO S.A.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
2	**BALMAK**	**BRASIL**	**880.000**	**1.760.000**	**-41**

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
Balanza pediatrica / neonatal con regla para medir altura		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	2011. CUMPLE	
Fabricación acorde a normas internacionales de calidad	CUMPLE	
Estructura de acero con pintura secado al horno resistente a la corrosión	CUMPLE	
Sistema de pesaje del tipo mecánico con control de calibración, o pesa de referencia	CUMPLE	
Rango de pesaje hasta 16 kg	CUMPLE	
Superficie que facilita la limpieza y desinfección	CUMPLE	
Plataforma con bandeja	CUMPLE	
Caracteristicas Técnicas:		
Rango de pesaje 0 a 16 kilogramos aproximadamente	CUMPLE	
Graduación de a 10 gr	CUMPLE	
Manual de operación y de servicio técnico, certificado de calibración	CUMPLE	
Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **LA CASA DEL MEDICO S.A.,** cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

Item 11: SILLA PARA EXTRACCION DE SANGRE

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **SUMINISTROS MÉDICOS S.R.L.**

Empresa: SUMINISTROS MÉDICOS S.R.L.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
8	**SUMINIS-TROS MEDICOS**	**NACIONAL**	**1.400.000**	**11.200.000**	**-7**

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
SILLON TAPISADO CON ESTRUCTURA DE METAL CON APOYABRASO PARA VACUNATORIO Y EXTRACCION DE SANGRE		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	2011. CUMPLE	
Silla individual	CUMPLE	

OSCAR G. ARZA M. Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.B.S.

Laura Rodríguez Coordinadora - UTA DOC - M.S.P. y B.S.

Dr. Julio César Borba Vargas Director Dirección de Coordinación de Redes Sanitarias

A Maldonado

M.S.P. Y B.S.: BRASIL Y PETTIROSSI - TELEFONO: (021) 223 - 525
Dirección: Pettirossi y Brasil

Estructura metálica cromada	CUMPLE	
Acolchado anatómico con espuma de alta densidad,con revestimiento con tela vinilica lavable	CUMPLE	
Regatones plásticos en las patas	CUMPLE	
Garantía de 1 año, desde la instalación y puesta en funcionamiento	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **SUMINISTROS MÉDICOS S.R.L.,** cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

Item 12: CARRITO RODANTE NIQUELADO P/INSTRUMENTALES QUIRURGICOS

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **ARGON S.R.L.**

Empresa: ARGON S.R.L.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
4	ESTRELLA	PARAGUAY	570.000	2.280.000	-62

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
BANDEJA ALTA CON RUEDA PARA INSTRUMENTALES MEDICAMENTOS EN CIRUGIA Y SALA DE PARTO		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	2011. CUMPLE	
Características Generales y Técnicas:		
Estructura metálica esmaltada	CUMPLE	
BANDEJA ALTA CON RUEDA PARA INSTRUMENTALES MEDICAMENTOS	CUMPLE	
Dos planos superpuestos enchapados en formica lavable con barandilla perimetral	CUMPLE	
Porta balde y bacha rebatible	CUMPLE	
Montada sobre ruedas giratorias	CUMPLE	
Superficie fácil de limpiar.	CUMPLE	
Dimensiones: 0.50 ancho x 0.80 largo X 0.80 altura	CUMPLE	
Garantia de 1 año como mínimo.	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **ARGON S.R.L.,** cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

Item 13: CAMA

Se procede a estudiar la primera mejor oferta que corresponde a la empresa **LA CASA DEL MEDICO S.A.**

Empresa: LA CASA DEL MEDICO S.A.

CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
10	MEDIMUEBLES	PARAGUAY	649.000	6.490.000	0

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
CAMA TIPO CAMILLA		

Dr. Julio César Borba Vargas
Director
Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias

OSCAR G. ARCE
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Laura Rodríguez
Coordinadora - UTA
DOC - M.S.P. y B.S.

A. Maldonado

M.S.P. Y B.S.: BRASIL Y PETTIROSSI TELÉFONO: (021) 223 - 523
Dirección: Pettirossi y Brasil

CAMILLA DE PACIENTES PARA TRASLADO A SALA DE DIAGNOSTICO Y URGENCIA		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN	2011. CUMPLE	
Características Generales:		
Estructura metálica esmaltada.	CUMPLE	
Montado sobre 4 patas con ruedas	CUMPLE	
Con cabecera ajustable	CUMPLE	
Lecho acolchado y tapizado en tela vinilica lavable e impermeable, regatones plásticos.	CUMPLE	
Medidas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 5 cm, valores mínimos.	CUMPLE	
Grosor del caño fabricado, con caño tubular de 1 y ¼ como mínimo y transversal de 1 pulgada como mín. en pared de 1,20 como mín.	CUMPLE	
Instalación y puesta en funcionamiento	CUMPLE	
Garantía de 1 año	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **LA CASA DEL MEDICO S.A.,** cumple con los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC.

OCTAVO: Del Cuadro Comparativo de Ofertas, se selecciona la oferta de cada ÍTEM evaluado provisoriamente como la más baja, a fin de analizar en detalle su cumplimiento, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta le Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas".

Ítem N° 1: Carro de Paro

Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa **LA CASA DEL MEDICO S.A.**

Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda **adjudicar** la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Ítem N° 2: Camilla Fija

Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa **LA CASA DEL MEDICO S.A.**

Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda **adjudicar** la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Ítem N° 3: Cama para Internado

Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa **LA CASA DEL MEDICO S.A.**

OSCAR G. ARZA M. Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.B.S.
Laura Rodríguez Coordinadora - UTA DOC - M.S.P. y B.S.
Dr. Julio César Borba Vargas Director Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias
A. Maldonado

M.S.P. Y B.S.: BRASIL Y PETTIROSSI – TELEFONO: (021) 223 - 523
Dirección: Pettirossi y Brasil

Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda **adjudicar** la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Ítem N° 4: Cuna

Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa **SUMINISTROS MEDICOS S.R.L.**

Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda **adjudicar** la oferta presentada por la empresa SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Ítem N° 5: Mesa Quirúrgica

Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa **ARGON S.R.L.**

Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda **adjudicar** la oferta presentada por la empresa ARGON S.R.L.. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Ítem N° 6: Mesa Quirúrgica para obstetricia

Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa **ARGON S.R.L.**

Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda **adjudicar** la oferta presentada por la empresa ARGON S.R.L.. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Ítem N° 7: Camilla Ginecológica

Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa **LA CASA DEL MEDICO S.A.**

Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda **adjudicar** la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Ítem N° 8: Riñonera

Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa **LA CASA DEL MEDICO S.A.**

OSCAR G. ARZA M. Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.B.S.

Laura Rodríguez Coordinadora - UTA DGC - M.S.P. y B.S.

Dr. Julio César Borba Vargas Director Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias

A. Maldonado

M.S.P. Y B.S.: BRASIL Y PETTIROSSI – TELEFONO: (021) 223 - 723
Dirección: Pettirossi y Brasil

Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda **adjudicar** la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Ítem N° 9: Balanza con Altímetro

Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa **SUMINISTROS MEDICOS S.R.L.**

Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda **adjudicar** la oferta presentada por la empresa SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Ítem N° 10: Balanza Pediátrica.

Conforme al Cuadro Comparativo se observa que existe empate de Precio ofertado entre las empresas LA CASA DEL MEDICO S.A. Y SUMINISTROS MEDICOS S.R.L., se procede a utilizar el Criterio de Desempate (índice de Liquidez) establecido en el PBC.

La Casa del Medico S.A. Promedio de Liquidez es de 30,34
Suministros Médicos S.R.L. Promedio de Liquidez es de 4,94

Por lo expuesto precedentemente se procede a Evaluar la Oferta Presentada por **LA CASA DEL MEDICO S.A.**

Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda **adjudicar** la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Ítem N° 11: Silla para Extracción de Sangre

Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa **SUMINISTROS MEDICOS S.R.L.**

Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda **adjudicar** la oferta presentada por la empresa SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Ítem N° 12: Carrito Rodante Niquelado para Instrumentales Quirúrgicos

Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa **ARGON S.R.L.**

Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda **adjudicar** la oferta presentada por la empresa ARGON S.R.L. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

JSCARG. ARZA Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P.B.S.
Laura Rodríguez Coordinadora - UTA DOC - M.S.P. Y B.S.
Dr. Julio César Gonzalez Vargas Director Dirección de Coordinación de Redes Sanitarias
A. Maldonado

M.S.P. Y B.S.: BRASIL Y PETTIROSSI – TELEFONO: (021) 223 - 523
Dirección: Pettirossi y Brasil

Ítem N° 13: Cama

Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa **LA CASA DEL MEDICO S.A.**

Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda **adjudicar** la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

NOVENO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, y la oferta evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

EMPRESA	ÍTEMS ADJUDICADOS	MONTO – Gs.
LA CASA DEL MEDICO S.A.	1, 2, 3, 7, 8, 10 Y 13.-	**151.278.000.-**
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L.	4, 9 Y 11	**20.070.000.-**
ARGON S.R.L.	5, 6 Y 12	**97.980.000.-**
MONTO TOTAL RECOMENDADO A ADJUDICAR		**269.328.000.-**
SON GUARANÍES: Doscientos Sesenta y Nueve Millones Trescientos Veintiocho Mil.-		

ITEMS DECLARADOS DESIERTO	Ninguno

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Laura Rodríguez
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dr. Oscar Arza
DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Sr. Adolfo Maldonado
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

Dr. Julio Borba
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES EN SALUD

M.S.P. Y B.S.: BRASIL Y PETTIROSSI – TELEFONO: (021) 223 - 523
Dirección: Pettirossi y Brasil

Pacto por la Salud
"Peteî ñe`ême Jaikopa haĝua"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Aadquisición de Equipos Médicos para Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN							
ITEM	Descripcion del bien	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas	CANT.	Costo unitario Referencial sugerido	Costo Total Referencial	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% DE VARIACION RESP. AL REFERENCIAL	EMPRESA ADJUDICADA	JUSTIFICACIÓN
1	**CARRO DE PARO**	42172101-004	**Carro de Paro** **Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN** Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Construido con bandeja de chapa de acero con terminación y pintura de poxi 3 cajones como mínimo con divisiones para medicamentos en cada cajón Uno de los cajones con llave Alzada regulable para monitor de signos vitales ó desfibrilador Bandeja auxiliar corrediza de acero inoxidable para escritorio Con portasueros de dos servicios Portatubo de oxígeno Paragolpes perimetral Manija de arrastre Cuatro ruedas con dos frenos Superficie fácil de limpiar. Dimensiones aproximadas: 0.50 a 0.60 m ancho x 0.7 a 0.80 m largo X 0.80 a 1 m altura hasta la bandeja de acero inoxidable Contenedor de residuos biológicos Con equipo de oxigeno - aspiración (Balón de O2, Porta suero regulable, Porta sondas, Regulador de O2, Aspirador) Garantía de 1 año	2	30.000.000	60.000.000	2	**MEDIMUEBLES**	PARAGUAY	3.165.000	6.330.000	-89	**LA CASA DEL MEDICO S.A.**	Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
2	**CAMILLA FIJA**	42192207-005	**Camilla de inspección con escalera.** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales:** Estructura metálica esmaltada. Montado sobre 4 patas sin ruedas Con cabecera ajustable Lecho acolchado y tapizado en tela vinilica lavable e impermeable, regatones plásticos. Medidas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 5 cm, valores mínimos. Grosor del caño fabricado, con caño tubular de 1 y ¼ como mínimo y transversal de 1 pulgada como mín. en pared de 1,20 como mín. Escalerilla de dos peldaños con goma antideslizante Garantía de 1 año	26	800.000	20.800.000	26	**MEDIMUEBLES**	PARAGUAY	440.000	11.440.000	-45	**LA CASA DEL MEDICO S.A.**	Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
			Cama hospitalaria de un movimiento con colchón forrado en cuerina Cama hospitalaria de un movimiento con colchón forrado en cuerina Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales de calidad											

Laura Rodriguez
Coordinadora - UTA
DOC - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

A Maldonado

Dr. Julio César Borba Vargas
Director
Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias

Pacto por la Salud
"Peteî ñe`ême Jaikopa haĝua"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Aadquisición de Equipos Médicos para Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN							
ITEM	Descripcion del bien	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas	CANT.	Costo unitario Referencial sugerido	Costo Total Referencial	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% DE VARIACION RESP. AL REFERENCIAL	EMPRESA ADJUDICADA	JUSTIFICACIÓN
3	**CAMA PARA INTERNADO**	42191808-001	Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Estructura tubular de acero con acabado al cromo o satinada con pintura secada al horno, reforzado de 1,1/4" y 20x30 mm de grosor o más Cantos redondeados. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Lecho de un solo movimiento Con ruedas de 4" con frenos en dos de ellas como mínimo. Capacidad Máxima: 200Kg aproximadamente Colchón: Confecciondo base de espuma resistente, cantos redondeados, superficie lisa, lavable y sin costura. Dimensiones acorde a las medidas y forma de la cama con la que se utilizará Espesor 15cm aproximadamente Forrado con cuerina sin costura unicolor Accesorios: Porta Suero de 2 servicios (OPCIONAL) Garantía Escrita de 1 (un) año como mínimo a partir de la instalación y funcionamiento en la institución designada, ante cualquier falla con provisión de materiales necesarios para su reparación. Manual de usuario y de servicio técnico.	115	2.500.000	287.500.000	115	**MEDIMUEBLES**	PARAGUAY	1.080.000	124.200.000	-57	**LA CASA DEL MEDICO S.A.**	Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
4	**CUNA**	42191811-001	**CUNA** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Carro soporte de estructura tubular de acero cromado. Cuna o nido de metacrilato transparente anatómico Base montada sobre 4 ruedas de 80 mm de diámetro, dos con frenos y dos sin frenos. Cuna o cestillo desmontable Colchón para cestillo de material antialérgico Dimensiones: 75 x 45 x 85 cm OBS.: Con capacitación incluida. 1 (uno) manual de operración de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal Garantia de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	5	1.600.000	8.000.000	5	**SUMINIS-TROS MEDICOS**	NACIONAL	990.000	4.950.000	-38	**SUMINISTROS MEDICOS S.R.L.**	Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
			MESA DE CIRUGÍA HIDRÁULICA, MANUAL Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Seguridad hidráulico acorde a normas internacionales. Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X											

Laura Rodríguez
Coordinadora - UTA
DOC - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

A Maldonado

Dr. Julio César Borba Vargas
Director
Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias

Pacto por la Salud
"Petei ñe`ême Jaikopa hagua"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Aadquisición de Equipos Médicos para Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN							
ITEM	Descripcion del bien	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas	CANT.	Costo unitario Referencial sugerido	Costo Total Referencial	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% DE VARIACION RESP. AL REFERENCIAL	EMPRESA ADJUDICADA	JUSTIFICACIÓN
5	**MESA QUIRURGICA**	42295108-001	tapizado con cuerina natural o sintetico, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables. Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico. Inclinaciones del lecho con activación por maniveles mecanicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas. Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Base montada sobre rueditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles. FUNCIONES: 1.Baja - Alta: (750-950) 50mm aproximadamente 2.Regulacion de angulo de cabecera(subir 30 y bajar 90) 3.Regulacion de angulo de respaldo(subir 80 y bajar 10) 4.Regulacion de angulo de pierna (bajar 90), pierna desmontable 5.Trendelenburg 25 y Trendelemburg invertido 30 6.Regulacion de angulo de inclinacion lateral 20 7.Levantamiento del rinon 120mm 8. Sistema de tope o túnel radiográfico Estructura: Acero inoxidable Posicionamiento para cirugía ginecológica ACCESORIOS: Manual de operación y servicio en español. Apoya – cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras. Portachasis para rayos x. Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio. Arco de narcosis y porta piernas Goepel (2). Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc. Juego de accesorios para cirugía general: 1 (un) arco de Narcose; 1 (un) par de hombreras; 1 (un) par de posa pies; 1 (un juego de colchones lavable; 1 (un) par de apoyo de mano. Juego de accesorios para cirugía ginecológica: 1 (un) par de piecera; 1 (una) gaveta colectora 1 par Soporte para brazos,1 par Soporte para piernas, 1 uno Marco para cortinilla de anesthesia,Atriles, 1 par Descansa-hombros, 1 par Soporte para Piecera,1 par Soporte para Cintura, Anillo hermetic, Bomba hidraulica 1 (uno) manual de operración de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedician Garantia de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	2	50.000.000	100.000.000	2	**COMBED**	CHINA	19.800.000	39.600.000	-60	**ARGON S.R.L.**	Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa ARGON S.R.L. Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa ARGON S.R.L.. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
			Mesa de Parto tipo Española con mov. Mecánico											

Laura Rodríguez
Coordinadora - UTA
DOC - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Dr. Julio César Borba Vargas
Director
Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias

Adolfo Maldonado

Pacto por la Salud
"Peteî ñe`ême Jaikopa haĝua"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Aadquisición de Equipos Médicos para Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN							
ITEM	Descripcion del bien	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas	CANT.	Costo unitario Referencial sugerido	Costo Total Referencial	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% DE VARIACION RESP. AL REFERENCIAL	EMPRESA ADJUDICADA	JUSTIFICACIÓN
6	**Mesa quirurgica para obstetricia**	42295103-001	Mesa de Parto tipo Española con mov. Mecánico Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Estructura portadora de acero inoxidable o satinado en pintura epoxypoliester antiestático o similar. compuesta por dos secciones: sección inferior rodante, desplazable a los costados, lecho cubierto con colchoneta desmontable de 3 cm. de cuero vinílico color a elección. Soporte de manos, piernas, hombros y brazos ajustables en forma anatómica. Movimiento, elevación de cadera por sistema con mecanismo de engranaje, máxima elevación 20cm. Movimiento de respaldo con mecanismo de engranaje máxima elevación 20cm. Dos pierneras desmontables y manija de agarre del paciente a los costados de la mesa. Portasueros de 2 ganchos incluido. Ajuste de posiciones del respaldo y de la cadera en forma manual o hidraúlico. Sección para piernas (retráctil) deslizables o desmontable para facilitar el trabajo de parto. Receptáculo de desechos de acero inoxidable retráctil. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Características Técnicas: Posiciones ajustables de la mesa con accionamiento manual o hidraulico Trendelenburg. Fowler. Decúbito dorsal. Dimensiones aproximadas: Largo 180 a 190 cm. Ancho 70 a 90 cm. Altura ajustable en el rango de 65 a 90 cm ó mejor Accesorios: Manual de operación y servicio en español. Instalación y puesta en funcionamiento 1 (uno) manual de operración de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedician Garantia de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	3	25.000.000	75.000.000	3	**COMBED**	CHINA	18.700.000	56.100.000	-25	**ARGON S.R.L.**	Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa ARGON S.R.L. Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa ARGON S.R.L.. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
			Mesa de Examen Ginecológica											

Laura Rodríguez
Coordinadora - UTA
DOC - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

A. Maldonado

Dr. Julio César Borba Vargas
Director
Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias

Pacto por la Salud
"Peteî ñe`ême Jaikopa hagua"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Aadquisición de Equipos Médicos para Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN							
ITEM	Descripcion del bien	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas	CANT.	Costo unitario Referencial sugerido	Costo Total Referencial	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% DE VARIACION RESP. AL REFERENCIAL	EMPRESA ADJUDICADA	JUSTIFICACIÓN
7	Camilla ginecologica	42182901-001	**Mesa para legrado** Mesa de Examen Ginecológica Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Estructura metálica en acero tubular reforzado de 1,1/4" y 20x30 mm de grosor o más Recubierto con pintura electrostática resistente a golpes y a la corrosión Respaldero rebatible y regulable en altura, Lecho horizontal fijo, Posapiernas rebatible y ajustables en forma manual Posapies acolchados y regulable en altura, Bandeja para residuos, Tapizado en tela vinílica lavable e impermeable Regatones plásticos antideslizantes. Accesorios: Manual de operación y servicio en español. Instalación y puesta en funcionamiento 1 (uno) manual de operración de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedician Garantia de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	1	5.000.000	5.000.000	1	**MEDIMUEBLES**	PARAGUAY	680.000	680.000	-86	**LA CASA DEL MEDICO S.A.**	Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
8	RIÑONERA	42181515-007	**Bandeja tipo Riñonera de acero inoxidable mediano** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales** Fabricado en acero quirurgico sanitario autoclavables a 135ºC y resistente al carbono, con 1 año de garantía Forma antómica acorde normas internacionales, bordes redondeados sin filos ni rebabas. Tamaño: mediano en forma de rinón	9	350.000	3.150.000	9	**WELDON/SKYLA**	PAKISTAN	42.000	378.000	-88	**LA CASA DEL MEDICO S.A.**	Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
			Balanza con altímetro para adultos Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE Fabricación acorde a normas internacionales de calidad											Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta

Laura Rodríguez
Coordinadora - UTA
DOC - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Dr. Julio César Borba Vargas
Director
Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias

A. Maldonado

Pacto por la Salud
"Peteî ñe`ême Jaikopa haĝua"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Adquisición de Equipos Médicos para Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN							
ITEM	Descripcion del bien	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas	CANT.	Costo unitario Referencial sugerido	Costo Total Referencial	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% DE VARIACION RESP. AL REFERENCIAL	EMPRESA ADJUDICADA	JUSTIFICACIÓN
9	**BALANZA CON ALTIMETRO**	41111508-001	Estructura de acero con pintura secado al horno resistente a la corrosión sistema de pesaje del tipo mecánico con control de calibración, o Altímetro tipo telescopio Superficie que facilita la limpieza y desinfección Plataforma sólida **Características Técnicas:** Rango de pesaje 0 a 150 kilogramos aproximadamente Graduación de a 100 gr Manual de operación y de servicio técnico, certificado de calibración Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	4	1.500.000	6.000.000	4	**WELMY**	BRASIL	980.000	3.920.000	-35	**SUMINISTROS MEDICOS S.R.L.**	economica mas Baja que corresponde a la Empresa SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
10	**BALANZA PEDIATRICA**	41111508-002	**Balanza pediátrica / neonatal con regla para medir altura** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Fabricación acorde a normas internacionales de calidad Estructura de acero con pintura secado al horno resistente a la corrosión Sistema de pesaje del tipo mecánico con control de calibración, o pesa de referencia Rango de pesaje hasta 16 kg Superficie que facilita la limpieza y desinfección Plataforma con bandeja **Caracteristicas Técnicas:** Rango de pesaje 0 a 16 kilogramos aproximadamente Graduación de a 10 gr Manual de operación y de servicio técnico, certificado de calibración Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	2	1.500.000	3.000.000	2	**BALMAK**	BRASIL	880.000	1.760.000	-41	**LA CASA DEL MEDICO S.A.**	Conforme al Cuadro Comparativo se observa que existe empate de Precio ofertado entre las empresas LA CASA DEL MEDICO S.A. Y SUMINISTROS MEDICOS S.R.L., se procede a utilizar el Criterio de Desempate (indice de Liquidez) establecido en el PBC. La Casa del Medico S.A. Promedio de Liquidez es de 30,34 Suministros Médicos S.R.L. Promedio de Liquidez es de 4,94 Por lo expuesto precedentemente se procede a Evaluar la Oferta Presentada por LA CASA DEL MEDICO S.A. Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
	Silla para		**SILLON TAPISADO CON ESTRUCTURA DE METAL CON APOYABRASO PARA VACUNATORIO Y EXTRACCION DE SANGRE** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN					SUMINIS-TROS					**SUMINISTROS**	Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General

Laura Rodríguez
Coordinadora - UTA
DOC - M.S.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P.B.S.

Dr. Julio César Borba Vargas
Director
Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias

A. Maldonado

Pacto por la Salud
"Peteî ñe`ême Jaikopa hagua"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Aadquisición de Equipos Médicos para Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN							
ITEM	Descripcion del bien	Código de Catálogo	Especificaciones Técnicas	CANT.	Costo unitario Referencial sugerido	Costo Total Referencial	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% DE VARIACION RESP. AL REFERENCIAL	EMPRESA ADJUDICADA	JUSTIFICACIÓN
11	**extraccion de sangre**	42192107-001	Silla individual Estructura metálica cromada Acolchado anatómico con espuma de alta densidad,con revestimiento con tela vinilica lavable Regatones plásticos en las patas Garantía de 1 año, desde la instalación y puesta en funcionamiento	8	1.500.000	12.000.000	8	SUMINISTROS MEDICOS	NACIONAL	1.400.000	11.200.000	-7	**MEDICOS S.R.L.**	de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
12	**CARRITO RODANTE NIQUELADO P/INSTRUMENTALES QUIRURGICOS**	24112401-999	**BANDEJA ALTA CON RUEDA PARA INSTRUMENTALES MEDICAMENTOS EN CIRUGIA Y SALA DE PARTO** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales y Técnicas:** Estructura metálica esmaltada BANDEJA ALTA CON RUEDA PARA INSTRUMENTALES MEDICAMENTOS Dos planos superpuestos enchapados en formica lavable con barandilla perimetral Porta balde y bacha rebatible Montada sobre ruedas giratorias Superficie fácil de limpiar. Dimensiones: 0.50 ancho x 0.80 largo X 0.80 altura Garantia de 1 año como mínimo.	4	1.500.000	6.000.000	4	**ESTRELLA**	PARAGUAY	570.000	2.280.000	-62	**ARGON S.R.L.**	Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa ARGON S.R.L.Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa ARGON S.R.L. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
13	**CAMA**	56101515-004	**CAMA TIPO CAMILLA** CAMILLA DE PACIENTES PARA TRASLADO A SALA DE DIAGNOSTICO Y URGENCIA Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales:** Estructura metálica esmaltada. Montado sobre 4 patas con ruedas Con cabecera ajustable Lecho acolchado y tapizado en tela vinilica lavable e impermeable, regatones plásticos. Medidas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 5 cm, valores mínimos. Grosor del caño fabricado, con caño tubular de 1 y ¼ como mínimo y transversal de 1 pulgada como mín. en pared de 1,20 como mín. Instalación y puesta en funcionamiento Garantía de 1 año	10	650.000	6.500.000	10	**MEDIMUEBLES**	PARAGUAY	649.000	6.490.000	0	**LA CASA DEL MEDICO S.A.**	Conforme al Cuadro Comparativo se procede a Evaluar la Oferta económica mas Baja que corresponde a la Empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. Conforme al informe técnico remito por la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud se recomienda adjudicar la oferta presentada por la empresa LA CASA DEL MEDICO S.A. por ser la mejor oferta y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
					TOTAL	**592.950.000**				**TOTAL**	**269.328.000**			

Laura Rodríguez
Coordinadora - UTA
DOC - M.S.P. y B.S.

A. Maldonado

OSCAR G. ARZA M
Abogado
Dirección Asesoría Jurídica
M.S.P. B.S.

Dr. Julio Cesar Borba Vargas
Director
Dirección de Coordinación de Regiones Sanitarias