13. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

OFERENTES	Nº DE ÍTEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO REFERENCIAL	VARIACIÓN %
NO COTIZA	1	11291	42142514-001	**AGUJA RAQUIDEA:** AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 25 G	PUNTA LÁPIZ, CON ABERTURA LATERAL, LONGUITUD DE 120 MM, DE 0,5 mm DE DIÁMETRO INTERNO, DE ACERO INOXIDABLE, PABELLON TRANSPARENTE, CON INTRODUCTOR MANDRIL DE COLOR ANARANJADO, CON MARCA INDICANDO LA DIRECCION DEL ORIFICIO DISTAL, INTRODUCTOR 20 G X 35 S 38 MM. LIBRE DE PIROGENOS.	Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes(aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
NO COTIZA	2	11292	42142514-001	**AGUJA RAQUIDEA:** AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 25 G	PUNTA LAPIZ, CON ABERTURA LATERAL, LONGUITUD DE 50 MM, DE 0,5 MM DE DIAMETRO INTERNO, DE ACERO INOXIDABLE, PABELLON TRANSPARENTE, CON INTRODUCTOR MANDRIL CODIFICADO COLOR NARANJA, CON MARCA INDICANDO LA DIRECCION DEL ORIFICIO DISTAL, INTRODUCTOR 20 G X 35 A 38 MM. LIBRE DE PIROGENOS.	Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes(aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
NO COTIZA	3	11293	42142514-001	**AGUJA RAQUIDEA:** AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 25 G	PUNTA BISELADA,CON ABERTURA LATERAL, LONGUITUD DE 50 MM, DE DIAMETRO INTERNO, DE ACERO INOXIDABLE, PABELLON TRANSPARENTE, CON ITRODUCTOR MANDRIL CODIFICADO COLOR NARANJA, CON MARCA INDICANDO LA DIRECCION CON MARCA INDICANDO LA DIRECCION DEL ORIFICIO DISTAL, INTRODUCTOR 20 G X 35 A 38 MM. LIBRE DE PIROGENOS.	Empaque individual con separación en el envasado entre los componentes(aguja/introductor) en compartimientos individuales, en papel grado médico y/o blíster transparente. Estéril	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	150	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
NO COTIZA	4	2443	42142502-006	**AGUJA LUMBAR:** AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 22G X 3 a 3 1/2".	Estéril desechable. Equivale a 0,7 x 90 mm.	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
NO COTIZA	5	2444	42142502-006	**AGUJA LUMBAR:** AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 20G X 3 A 3 1/2.	Estéril desechable. Equivale a 91 mm x 7,62 cm	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
NO COTIZA	6	5660	42221513-001	**ALAMBRE GUÍA:** ALAMBRE GUIA TETRAFLUORETILENO 0,025" a 0,035" X 140 a 180 cm. PUNTA "J"	ESTERIL. DESCARTABLE	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	450	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
NO COTIZA	7	10227	42142402-020	**CÁNULA DE ASPIRACIÓN ADULTO:** CÁNULA DE ASPIRACIÓN IZQUIERDA ADULTOS.	MATERIAL DESCARTABLE 7 a 8 Fr. ESTERIL	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	30	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
NO COTIZA	8	10228	42142402-021	**CÁNULA DE ASPIRACIÓN PEDIÁTRICA:** CÁNULA DE ASPIRACIÓN IZQUIERDA PEDIÁTRICA.	MATERIAL DESCARTABLE DE 5 Fr. ESTERIL	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	15	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
CODEX SRL	9	6040	42221504-007	**CATÉTER BALÓN** : CATETER BALÓN DE 2,5 MM DE DIÁMETRO x 19 a 21 MM DE LONGITUD NO COMPLACIENTE.	DE ALTA PRESION COMPATIBLE CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 14 ATM Y PRESION DE RUPTURA DE 18 A 20 ATM. PERFIL DE ENTRADA DE	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	MEDTRONIC	MEXICO	40	2.200.000	88.000.000	720.500	205%

Lic. Marta E. Colmán G.
Sec. Planificación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

Lic. Sadya Arrúa
Jefa Enfermería UTI-A
Reg. Nº 5.037

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sandra Daumas Ladouce
Abogada - Mat. Nº 26.526

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara
2020-11-09 13:33:12.501665-03

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 19/19
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL IPS"

OFERENTES	N° DE ÍTEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO REFERENCIAL	VARIACIÓN %
					0,018" O MENOR CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM.										
VICENTE SCAVONE Y CIA SAE	10	3910	42311708-003	**CINTA ADHESIVA :** CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 2.5 CM	2,5 cm de ancho x 4,5 m. de largo mínimo, antialérgica, alta adherencia, impermeable	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**HUALIAN DRESSING**	**CHINA**	2.000	5.184	10.368.000	4.320	**20%**
NO COTIZA	11	3913	42311708-003	**CINTA ADHESIVA:** CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA 7.5 CM	7,5 cm de ancho x 5 m. de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable, (a prueba de humedad), carretes	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	24.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
NO COTIZA	12	3856	42281807-007	**CINTA TESTIGO PARA OXIDO DE ETILENO:** CINTA TESTIGO P/ ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO	En Rollos, autoadhesivas, pueden variar de 1,5 a 2 cm. de ancho y 40/50 mts. de largo	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	1.200	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
NO COTIZA	13	6876	41102916-002	**CUCHILLA PARA MICRÓTOMO:** CUCHILLA PARA MICRÓTOMO DESCARTABLE	Acero Inoxidable 35 ° Y 80 Mm De Longitud.	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	600	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
VICENTE SCAVONE Y CIA SAE	14	10645	42222001-002	**EQUIPO VOLUTROL MACROGOTERO PARA SOLUCIONES:** EQUIPO VOLUMÉTRICO DE INFUSIÓN IV MACROGOTERO	Equipo volumétrico transparente de 150 ml. (+30 ml.) graduado con escala de 1 ml, 5ml y 10 ml, con válvula antirreflujo y filtro de aire y de partículas, espiga con protector, calibrado a 20 gotas/ml, con cámara de goteo trasparente para la visualización de la infusión, con dos regulador de goteo (el primero rotatorio o deslizante en la tubuladora entre la cámara y el frasco a conectar, el segundo rotatorio situado en la linea próxima al paciente). Con dos puertos de inyección una en la cámara y otra lateral próxima al paciente, ambos no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC, grado médico, libre de látex y DEHP, tuberia flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del liquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión próxima al paciente. Longitud 170 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo la cámara de goteo hasta conexión próxima al pacienter. El equipo debe contener inserto un protector para la espiga a ser ulizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación o transporte de los desechos.	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	UNIDAD	UNIDAD	**INFUSOL**	**CHINA**	40.000	12.900	516.000.000	10.800	**19%**
EUROTEC S.A.	14	10645	42222001-002	**EQUIPO VOLUTROL MACROGOTERO PARA SOLUCIONES:** EQUIPO VOLUMÉTRICO DE INFUSIÓN IV MACROGOTERO	Equipo volumétrico transparente de 150 ml. (+30 ml.) graduado con escala de 1 ml, 5ml y 10 ml, con válvula antirreflujo y filtro de aire y de partículas, espiga con protector, calibrado a 20 gotas/ml, con cámara de goteo trasparente para la visualización de la infusión, con dos regulador de goteo (el primero rotatorio o deslizante en la tubuladora entre la	Empaque individual en papel grado médico y/o blister transparente. Estéril	UNIDAD	UNIDAD	**POLYVOL BURETTE SET**	**INDIA**	40.000	12.960	518.400.000	10.800	**20%**

Lic. Marta E. Colmán
Secc. Planificación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

Lic. Sadya Arrúa
Jefa Enfermería UTI-A
Reg. N° 5.037
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ma. [illegible] Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

2020-11-09 13:33:12.501665-03

85

OFERENTES	N° DE ÍTEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO REFERENCIAL	VARIACIÓN %
					cámara y el frasco a conectar, el segundo rotatorio situado en la linea próxima al paciente). Con dos puertos de inyección una en la cámara y otra lateral próxima al paciente, ambos no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros). Conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector. Fabricado en PVC, grado médico, libre de látex y DEHP, tuberia flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Con mecanismo de detención automático del liquido a infundir durante el llenado de la tubuladura, sin manipulación del regulador de goteo ni apertura de la conexión próxima al paciente. Longitud 170 cm (+ - 20 cm), medición longitud de la tubuladura desde bajo la cámara de goteo hasta conexión próxima al pacienter. El equipo debe contener inserto un protector para la espiga a ser ulizado culminada la fluidoterapia, a fin de evitar accidentes durante la eliminación o transporte de los desechos.										
VICENTE SCAVONE Y CIA SAE	15	3896	42311511-001	**GASA HIDRÓFILA:** GASA HIDRÓFILA NO ESTERIL.	Cortada en piezas de 40 m de largo minimo X 90 a 100 cm de ancho, doblada en zigzag, algodón 100%, absorbente, minimo 16 hebras/cm2 con terminaciones laterales como minimo de tres hilos. Serán sometidos a los sgtes. estudios: -capacidad de retención de agua; -contenido de algodón; -peso/m2: como minimo 24,5 g/m2; -acidez y alcalinidad; -número de hilos. (Según Farmacopea Americana USP 35 NF 30 o ediciones posteriores). Presentación Unidad.	METO	UNIDAD	UNIDAD	**CAMIA**	**CHINA**	800.000	1.827	1.461.600.000	1.278	**43%**
EUROTEC S.A.	16	7252	42312201-009	**HILO P/ SUTURA POLIPROPILENO:** SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	MONOFILAMENTO ESTERIL, NO ABSORBIBLE RESISTENTE AL TEJIDO CALCIFICADO Y LOS INJERTOS. LAS AGUJAS DEBEN SER FUERTES Y CON BUEN FILO. ACERO INOXIDABLE. LONGUITUD MINIMA DE LA HEBRA DE 60 CM. LOS EXTREMOS DE UNION DE LAS AGUJAS Y EL HILO DEBEN ESTAR FUERRTEMENTE ADHERIDOS. RELACION DE DIAMETRO AGUJA HILO DEBE SER DE 1/1. LOS ENSAYOS Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION SEGUN DESCRIPCION DE LA FARMACOPEA AMERICANA (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**SHALON**	**BRASIL**	450	18.150	8.167.500	24.000	**-24%**
CODEX SRL	16	7252	42312201-009	**HILO P/ SUTURA POLIPROPILENO:** SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	MONOFILAMENTO ESTERIL, NO ABSORBIBLE RESISTENTE AL TEJIDO CALCIFICADO Y LOS INJERTOS. LAS AGUJAS DEBEN SER FUERTES Y CON BUEN FILO. ACERO INOXIDABLE. LONGUITUD MINIMA DE LA HEBRA DE 60 CM. LOS EXTREMOS DE UNION DE LAS AGUJAS Y EL HILO DEBEN ESTAR	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**COVIDIEN**	**BRASIL – RCA. DOMINICANA**	450	46.000	20.700.000	24.000	**92%**

Copia de Abastecimiento y Logística
Wjara

2020-11-09 13:33:12.501665-03

Lic. Marta E. Colmán
Secc. Planificación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

Lic. Sadya Arrua
Jefa Enfermería UTI-A
Reg. N° 5.037
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ma. Alejandra Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526

84

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 19/19
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL IPS"

OFERENTES	Nº DE ÍTEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO REFERENCIAL	VARIACIÓN %
					FUERRTEMENTE ADHERIDOS. RELACION DE DIAMETRO AGUJA HILO DEBE SER DE 1/1. LOS ENSAYOS Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION SEGUN DESCRIPCION DE LA FARMACOPEA AMERICANA (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)										
VICENTE SCAVONE Y CIA SAE	16	7252	42312201-009	**HILO P/ SUTURA POLIPROPILENO:** SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	MONOFILAMENTO ESTERIL, NO ABSORBIBLE RESISTENTE AL TEJIDO CALCIFICADO Y LOS INJERTOS. LAS AGUJAS DEBEN SER FUERTES Y CON BUEN FILO ACERO INOXIDABLE. LONGUITUD MINIMA DE LA HEBRA DE 60 CM. LOS EXTREMOS DE UNION DE LAS AGUJAS Y EL HILO DEBEN ESTAR FUERRTEMENTE ADHERIDOS. RELACION DE DIAMETRO AGUJA HILO DEBE SER DE 1/1. LOS ENSAYOS Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION SEGUN DESCRIPCION DE LA FARMACOPEA AMERICANA (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**VITAL SUTURES**	**PERÚ**	450	54.000	24.300.000	24.000	**125%**
NO COTIZA	17	2.749	42272001-002	**LARINGOSCOPIO ADULTO:** JUEGO DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO	Acero Inoxidable , con juego de hojas curvas correspondientes N° 3, 4, 5, y foquitos correspondientes.-	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	20	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
CODEX SRL	18	3043	42291613-001	**PLACA P/ELECTROBISTURí C/ CABLE :** PLACA REMM P/ELECTROBISTURÍ C/CABLE ADULTO		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**COVIDIEN**	**USA**	390	45.200	17.628.000	46.200	**-2%**
NO COTIZA	19	2920	42293603-001	**SONDA VESICAL:** SONDA FOLEY Nº 16 C/ BALÓN DE 5 CC	Látex Siliconada Estéril Flexible .Descartable	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	14.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
NO COTIZA	20	2.921	42293603-001	**SONDA VESICAL:** SONDA FOLEY Nº 18 C/BALÓN DE 5 CC	Látex,Siliconado Estéril Flexible , descartable.	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	5.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
NO COTIZA	21	2.922	42293603-001	**SONDA VESICAL:** SONDA FOLEY Nº 20 C/ BALÓN 5 CC	Látex Siliconado Estéril Flexible , descartable.	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	2.000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
VICENTE SCAVONE Y CIA SAE	22	7040	42293603-003	**SONDA VESICAL TRIPLE VIA:** SONDA FOLEY N°22 TRES VÍAS	Látex- siliconado, estéril, flexible, descartable.	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**WELL LEAD**	**CHINA**	1.000	5.742	5.742.000	4.785	**20%**
NO COTIZA	23	2978	42231502-001	**SONDA TRASPILORICA P/ ALIMENTACIÓN ENTERAL:** SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL TIPO K 108 DE 8 FRENCH, (ADULTOS)	De 130 cm. De poliuretano, con mandril guia, con punta de tungsteno, de 2 cm, con doble boca.	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	200	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
CODEX SRL	24	11113	42221513-9999	**STENT MEDICADO:** STENT MEDICADO DE 2,0 MM DE DIÁMETRO X 8 A 30 MM DE LONGITUD	STENT RECUBIERTO CON PACLITAXEL, SIROLIMUS, RAPAMICINA Y OTRAS DROGAS, MONTADO SOBRE BALON SEMI COMPLACIENTE CON PLATAFORMA DE CROMOCOBALTO O CROMOPLATINO; POLIMEROS BIO REABSORBIBLE Y/O PERMANENTE DE RECUBRIMIENTO CIRCUNFERENCIAL.	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**MEDTRONIC**	**IRLANDA**	45	10.800.000	486.000.000	5.990.000	**80%**
NO COTIZA	25	11122	42221513-9999	**STENT MEDICADO:** STENT MEDICADO DE 2,0	STENT RECUBIERTO CON PACLITAXEL, SIROLIMUS,	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	45	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**

Copia Fiel de Abastecimiento y Logística
Wjara

2020-11-09 13:33:12.501665-03

Lic. Marta E. Colmán G.
Secc. Planificación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

Lic. Sadya Arrúa
Jefa Enfermería UTI-A
Reg. N° 5.037
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ma. Alejandra Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526

83

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 19/19
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL IPS"

OFERENTES	N° DE ÍTEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO REFERENCIAL	VARIACIÓN %
				MM DE DIÁMETRO X 8 A 30 MM DE LONGITUD	RAPAMICINA Y OTRAS DROGAS; MONTADO SOBRE BALON NO COMPLACIENTE DE ALTA PRESION CON PLATAFORMA DE CROMOCOBALTO O CROMOPLATINO; CON POLIMEROS BIO DEGRADABLE DE RECUBRIMIENTO ABLUMINAL										

De acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 411/18, ***Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación.***

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

En este punto, el Comité de Evaluación ha solicitado el desglose de precios ofertados de los ítems 9, 16 y 24 de la firma CODEX S.R.L. mediante Nota N° 0005/20 de fecha 27 de enero de 2020 y a la firma VICENTE SCAVONE & CIA SAE el desglose de precios ofertados de los ítems 15 y 16 mediante Nota 0006/20 de fecha 27 de enero de 2020 debido a que las mismas se encuentran por encima del rango establecido por la DNCP.
Que, las empresas **CODEX S.R.L y VICENTE SCAVONE & CIA SAE.**, que de conformidad a lo mencionado precedentemente y las respuestas que obran en la carpeta de antecedentes del llamado, han respondido satisfactoriamente a lo solicitado, dando de tal forma cumplimiento a lo preceptuado por la normativa señalada y aceptado por este comité evaluador.

Que, por memorándum de fecha 17 de febrero de 2020, se le solicito la verificación del precio referencial establecido para los items 9, 15, 16 y 24 a la Unidad de Control y Verificación de Precios a fin de proseguir con la evaluación del mismo, debido a que superaba ampliamente el precio referencial.-

Que, por memorándum DOP/UCP N° 85/19 de fecha 18 de febrero de 2020, la Unidad de Control y Verificación de Precios, manifiesta que los precios referenciales indicados en el llamado de referencia han sido elaborados en atención a las instrucciones de la Máxima Autoridad, según la Resolución CA 039-192/19.
Así también cabe resaltar que la Unidad de Control y Verificación de Precio, ha realizado un análisis de precios de mercado para los ítems en cuestión conforme a la Resolución DNCP N° 411/18, obteniendo el siguiente resultado:

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wilda

2020-11-09 13:33:12.501665-03

Lic. Marta E. Colmán G.
Secc. Planificación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

Lic. Sadya Arrua
Jefa Enfermería UTIA
Reg. N° 5.037
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ma. Alejandra Daumas Ladouce
Abogada - Mat. N° 26.526
Dirección Jurídica

82