INFORME DE LA COMISION TECNICA

A: **PROF. DR. RUBEN DI TORE AQUINO**, Decano
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción

DE: **COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CONTRATACIONES**

FECHA: 31 – 10 - 2011

REFERENCIA: *Licitación Pública Nacional N° 1/2011 "Adquisición de Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio".*

ANTECEDENTES

- La Nota Oficial Nº 151 de fecha 25 de Agosto de 2011, remitida a la Dirección Nacional de Contrataciones con expediente Nº 357.327 de mesa de entrada digital, ID N° 216.931.
- Acta de Apertura del 10 de Octubre del corriente año.
- La necesidad de contar con los Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio.
- Los presupuestos presentados por las Empresas: Andrés H. Arce S.A, Distribuidora D&D S.A, La Casa del Medico S.A, E&H Odontotecnia S.R.L, Eximpar S.R.L, Elizeche S.A.C, Scarpe S.R.L.
- La presente provisión se imputará a la Fuente 10
- La Resolución N° 07 de la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo Acta N° 935 de fecha 10 de enero del 2011, por la cual se designa a los integrantes del Comité de Evaluación para las Contrataciones que corresponde a la Modalidad de Contratación Directa, Licitación por Concurso de Ofertas, Licitación Publica Nacional para el año 2011 a ser realizadas por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción.
- La Resolución N° 340 de fecha 22 de Agosto, *"Acta N° 952 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de fecha 22 de Agosto de 2011"*, por la cual se Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación Pública Nacional N° 1 *"Adquisición de Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio", para la Facultad de Odontológica UNA".*
- El Decreto Nº 21.909 del 11 de agosto de 2003 que reglamenta la Ley Nº 2.051/03.
- Los Art. 16 y 34 de la Ley 2.051 de "Contrataciones Públicas".
- Nota N° 309 de fecha 27 de septiembre del corriente año, por la cual se realizan las Aclaraciones correspondientes a dicho llamado.
- Nota N° 310 de fecha 27 de septiembre del corriente año, por la cual se establece la Adenda N° 1.

Evaluación de las Ofertas:

- ***La Empresa Eximpar S.R.L:*** cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas en Pliego de bases y Condiciones, tanto en precios como en la documentación solicitada por la Convocante, según como lo establece el *Art. 61 Método de Evaluación del Decreto Reglamentario N° 21.909/03. así también el artículo 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.*
Los documentos sustanciales y formales de estas empresas, fueron verificados en el SIPE.

Especificaciones Técnicas de la Convocante	Especificaciones Técnicas presentada por el Oferente
Balanza con altímetro electrónica: Capacidad: 200 kg. Graduación: 100g. Dimensiones: 280 x 1.470 x 560 mm Tamaño de Plataforma: 270 x 300 mm Graduación: 5 mm Altímetro: 750 – 2.000 mm Garantía por escrito de 2 años.	Balanza con altímetro electrónica Marca Kern, Mod: MPP200K100HM Indicación digital. Lectura: 0,1 kg. Campo de pesaje: 200 kg Superficie del campo de pesaje: 38 x 37 x 8 cms. Superficie de pesaje con recubrimiento anti-deslizante al desgaste Fácil limpieza Altímetro para alturas entre 97 y 200 cms Verificado conforme a la clase III Autorización Medica conforme a 93/42/EEC Patas de goma regulables Función de pesaje dinámico para la determinacion de un valor de pesaje estable, ideal para pacientes que no pueden permanecer quietos de pie. Función Data Hold: cuando el valor de pesaje no

	cambia, el peso indicado en el display LCD se congela automáticamente hasta que se pulse la tecla "repetir" Función IMC: para determinar si el peso es normal o si hay sobrepeso. Funcionamiento con acumulador interno en serie; tiempo de funcionamiento aprox. 100 horas; tiempo de recarga aprox. 8 horas *Garantía*: valida por 24 meses contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Además contamos con asistencia técnica permanente de post-venta, taller propio, stock de repuestos y accesorios originales de fábrica.
Balanza de precisión - 300 miligramos x 0,001 de precisión. - Garantía por escrito de dos (2) años.	Balanza de precisión analítica, marca KERN, mod: PLE 310-3N - Lectura: 1 mg (0,001 gr.) - Campo de Pesaje: 310 g. - Reproducibilidad: 0,001g. - Lineabilidad: +- 0,002g. - Platillo de acero inoxidable de 80 mm de diámetro. - Programa de calibración externo - Posibilidad de conectar una impresora - Salida RS 232 Contador de piezas con cantidad de piezas de ref. seleccionable - Pesaje con rango de tolerancia - Memoria de sumas de pesajes - Determinacion del tanto por cierto - Parabrisa protector contra corriente de aire incluido - Indicación digital mediante LCD - Tamaño de los dígitos: 15 mm - Patas para nivelación - Burbuja para el control de la nivelación - Conexión eléctrica 230V50/Cps - Garantía: 24 meses.

- ***La Empresa Scarpe S.R.L:*** cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas en Pliego de bases y Condiciones, tanto en precios como en la documentación solicitada por la Convocante, según como lo establece el *Art. 61 Método de Evaluación del Decreto Reglamentario N° 21.909/03. así también el artículo 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.*

Los documentos sustanciales y formales de estas empresas, fueron verificados en el SIPE.

Especificaciones Técnicas de la Convocante	Especificaciones Técnicas presentada por el Oferente
Lampara cialítica con satélite: - Iluminación nominal de 75.000 Luz c/min. - Diámetro del campo luminoso concentrado 18 cm + 2cm - Temperatura de color 4100K c/min. - Índice de rendimiento cromático (CEI) = 93% c/ min. - Profundidad de iluminación 93 cm + 10 cm c/ min. - Diámetro d10=16 cm+2cm c/ min. - Irradianzia horizontal difusa Ee de 345W/m2 c/min. - Irradiación energética de 4,0 mW/m2 Lux c/ min. - Reducción de sombras en presencia de una máscara 40% aprox. - Reducción de sombras en presencia de dos mascaras 45% aprox. - Reducción de sombras en el fondo de un tubo 99% aprox. - Reducción de sombras en el fondo de un tubo con una máscara 39% aprox. - Reducción de sombras en el fondo de un tubo con dos mascaras 44% aprox.	*Lampara cialítica con satélite, marca INPROMED, modelo INP 5X5 FTL, origen: Brasil, Año de fabricación: 2011.* - Iluminación nominal de 100.000 Luz cada cúpula. - Diámetro del campo luminoso concentrado 18 cm + 2 cm. - Temperatura de color 4.100 K c/ min. - Índice de rendimiento cromático (CRI) = 93 % c/ min. - Diámetro d10= 16 cm + 2 cm c/ min. - Irradiancia energética de 4,0 mW/m2 Lux c/ min. - Reducción de sombras en presencia de una máscara 40% aprox. - Reducción de sombras en presencia de dos mascaras 45% aprox. - Reducción de sombras en el fondo de un tubo 99% aprox. - Reducción de sombras en el fondo de un tubo con una máscara 39% aprox. - Reducción de sombras en el fondo de un tubo con dos mascaras 44% aprox. - Focalización del campo luminoso: 70 cm a 140 cm c/ min.

- Focalización del campo luminoso: 70 cm a 140 cm c/min. *Otras características*. - Aumento de temperatura a la altura de la cabeza del operatorio 2°C c/máx. - Vida útil de los focos 2000 horas aproximadamente. - Sistema de Asa para movilización de las lámparas - Provisión de 2(dos) lámparas de la misma marca y modelo que utiliza el equipo (no genérica ni reemplazo) por cada cialitica ofertada. - El reemplazo de las lámparas (mano de obra y lámpara) durante el periodo de garantía correrá por cuenta del oferente. - Alimentación eléctrica: 220 V AC+10%/50Hz - Sistema digital con control de la intensidad de la iluminación de 70% a 100% como rango mínimo. - Proteccion de las cúpulas tipo IP42 - Idioma de paneles: español con su correspondiente pictografía. - Manuales técnicos traducidos en idioma español - Manual de operaciones en español traducidos en idioma español - Todos los accesorios del equipo deben ser originales y de la misma marca del mismo - El oferente deberá capacitar el uso y cuidados del equipo al personal técnico designado por la Facultad. - La instalación y puesta en funcionamiento queda a cargo del oferente adjudicado. - Garantía por escrito de 24 meses.	*Otras características*: - Aumento de temperatura a la altura de la cabeza del operatorio 2°C c/ máx. - Vida media útil de los focos 2.000 horas aprox. - Sistema de Asa para movilización de las lámparas - Provisión de 2 (dos) lámparas de la misma marca y modelo que utiliza el equipo (no genérica ni reemplazo) por cada scialitica ofertada. - El reemplazo de las lámparas (mano de obras y lámpara) durante el periodo de garantía correrá por cuenta del oferente - Alimentación eléctrica: 220 V AC+10%/50Hz - Sistema digital con control de la intensidad de la iluminación de 70% a 100% como rango mínimo - Proteccion de las cúpulas tipo IP42 - Idiomas de paneles: español con su correspondiente pictografía. - Manuales técnicos traducidos en idioma español - Manual de operaciones en español traducidos en idioma español - Todos los accesorios del equipo son originales y de la misma marca del mismo. - Otorgamos capacitación para el uso y cuidados del equipo al personal técnico designado por la Facultad - La instalación y puesta en funcionamiento a cargo de Scarpe S.R.L - Garantía por escrito de dos años.

- ***La Empresa Andrés H. Arce S.A:*** cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas en Pliego de bases y Condiciones, tanto en precios como en la documentación solicitada por la Convocante, según como lo establece el *Art. 61 Método de Evaluación del Decreto Reglamentario N° 21.909/03. así también el artículo 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.*

Los documentos sustanciales y formales de estas empresas, fueron verificados en el SIPE.

Especificaciones Técnicas de la Convocante	Especificaciones Técnicas presentada por el Oferente
Equipo de rayos X fijo con imágenes dentales 3 en 1 panorámica, cefalometricos, 3D con impresora de placas de rayos X.	Equipo de rayos X fijo con imágenes dentales 3 en 1 panorámica, cefalometricos, 3D con impresora de placas de rayos X.: - Marca KODAK CARESTREAM-TROPHY de procedencia USA, cumple con todas las especificaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
Calibrador de estabilidad dental con accesorios: - Medidor objetivo de la estabilidad con su CD instalador: - La sonda debe estar conectada al medidor del cable y las mediciones se deben mostrar en la pantalla con iluminación de fondo. - Hasta 400 mediciones pueden ser almacenados en el equipo como máximo - El oferente debe completar en su oferta 20 (veinte) paquetes de cinco (5) unidades cada uno de barras metálicas de precisión que se acopla al implante *Contenido del Equipo*:	*Calibrador de estabilidad dental con accesorios. Marca OSTELL* - Medidor objetivo de la estabilidad con su CD instalador: - La sonda debe estar conectada al medidor del cable y las mediciones se deben mostrar en la pantalla con iluminación de fondo. - Hasta 400 mediciones pueden ser almacenados en el equipo como máximo - El oferente debe completar en su oferta 20 (veinte) paquetes de cinco (5) unidades cada uno de barras metálicas de precisión que se acopla al implante *Contenido del Equipo*: *Accesorios*:

Accesorios: - Un cable USB - Una batería recargable - Una sonda de medición - Cable de sonda de extensión de 1,5 mts. c/min - Una fuente de alimentación o adaptador - Un dispositivo de pruebas - Manual del usuario en español - Garantía de dos años por escrito *Datos Técnicos* - Potencia nomina: 5VA, tipo FW 7660 M/05. - Tamaño del instrumento: 195 mm x 120 mm x 45 mm. - Tamaño del paquete: 280 mm x 240 mm x 63 mm. - Peso del instrumento: 0,4 kg. Aprox. - Peso total: 1,0 kg. Aprox.	- Un cable USB - Una batería recargable - Una sonda de medición - Cable de sonda de extensión de 1,5 mts. c/min - Una fuente de alimentación o adaptador - Un dispositivo de pruebas - Manual del usuario en español - Garantía de dos años por escrito *Datos Técnicos* - Potencia nomina: 5VA, tipo FW 7660 M/05. - Tamaño del instrumento: 195 mm x 120 mm x 45 mm. - Tamaño del paquete: 280 mm x 240 mm x 63 mm. - Peso del instrumento: 0,4 kg. Aprox. - Peso total: 1,0 kg. Aprox. - Incluye 20 cajas por 5 unidades de SMART PEG.
Electro bisturí – Equipo para cirugía ultrasónica con iluminación (pieza eléctrica). - El enfoque ultrasónico de la cirugía reduce la generación de color para minimizar la osteonecrosis para evitar el daño al tejido blando circundantes, para mejorar la eficacia en el corte (efecto de taladro de martillo) y dependiendo de la densidad del hueso, para diversas aplicaciones que incluyen cirugía ósea, levantamiento de seno, cirugía periodontica, cirugía endodontica, ortodoncia. - Alta potencia - La primera pieza d emano con iluminación - 3 modos (surg, endo, perio) - Función de ráfaga - 9 programas (surg x 5, endo x 2, perio x 2). - Modo de auto limpieza - Sintonización automática - Amplio rango de puntas (incluyendo las puntas de corte de hueso revestida en nitruro de titanio *Que incluye:* - Unidad de Control: frecuencia: 28-32 KHz; fuente de alimentación. AC120V o 230V, 50/60 Hz, flujo de bomba: 10-85 ml/min; programas, surg x 5; endo x 2; perio x 2; dimensiones: W268 x D268 x H103 (mm) c/ min. - Pieza de mano con luz. - Pedal de control: funciones del control de pie: suministro de agua ON/OFF, ultrasónico ON/OFF, control de programa Avance/Retroceso; estándar aplicada. - Cartucho de esterilización: dimensiones: W281 x D171.5 x H47 8mm con compartimientos apropiados para la pieza de mano, cable, llave de repuesto y puntas. Como mínimo. - Tubo de irrigación - Kit básico de puntas (6 puntas). El oferente debe incluir en su oferta las siguientes puntas: - Juegos de puntas para cirugía ósea. - Juegos de puntas para curetaje ósea.	*Electro bisturí – Equipo para cirugía ultrasónica con iluminación (pieza eléctrica), Marca NSK* - El enfoque ultrasónico de la cirugía reduce la generación de color para minimizar la osteonecrosis para evitar el daño al tejido blando circundantes, para mejorar la eficacia en el corte (efecto de taladro de martillo) y dependiendo de la densidad del hueso, para diversas aplicaciones que incluyen cirugía ósea, levantamiento de seno, cirugía periodontica, cirugía endodontica, ortodoncia. - Alta potencia - La primera pieza d emano con iluminación - 3 modos (surg, endo, perio) - Función de ráfaga - 9 programas (surg x 5, endo x 2, perio x 2). - Modo de auto limpieza - Sintonización automática - Amplio rango de puntas (incluyendo las puntas de corte de hueso revestida en nitruro de titanio *Que incluye:* - Unidad de Control: frecuencia: 28-32 KHz; fuente de alimentación. AC120V o 230V, 50/60 Hz, flujo de bomba: 10-85 ml/min; programas, surg x 5; endo x 2; perio x 2; dimensiones: W268 x D268 x H103 (mm) c/ min. - Pieza de mano con luz. - Pedal de control: funciones del control de pie: suministro de agua ON/OFF, ultrasónico ON/OFF, control de programa Avance/Retroceso; estándar aplicada. - Cartucho de esterilización: dimensiones: W281 x D171.5 x H47 8mm con compartimientos apropiados para la pieza de mano, cable, llave de repuesto y puntas. Como mínimo. - Tubo de irrigación - Kit básico de puntas (6 puntas). El oferente debe incluir en su oferta las siguientes puntas: - Juegos de puntas para cirugía ósea. - Juegos de puntas para curetaje ósea. - Juegos de puntas para cirugía de seno maxilar y corte de hueso con su soporte para esterilización. - Garantía por escrito por dos años.

- Juegos de puntas para cirugía de seno maxilar y corte de hueso con su soporte para esterilización. - Garantía por escrito por dos años.	- Incluye: 01 (un) Kit para cirugía de hueso, 1 (un) Kit de levantamiento de seno, 07 (Siete) puntas, 01 (un) mango p/ limpieza de puntas, puntas de mantenimiento.
Equipo para blanqueamiento y terapia dental con laser. - Blanqueamiento dental foto asistido. - Blanqueamiento de todos los dientes de una arcada. - Emisión de luz laser con longitud de onda entre 630-690 (laser rojo) y entre 790 – 830 mm (laser infrarrojo) para bio-estimulacion de las áreas de odontología, medicina y fisioterapia. Este equipo posee el modo asistido, el cual ilustra algunas patologías con sus dosis mínimas y máximas aplicables. - Garantía por dos años.	*Equipo para blanqueamiento y terapia dental con laser. Marca DMC* - Blanqueamiento dental foto asistido. - Blanqueamiento de todos los dientes de una arcada. - Emisión de luz laser con longitud de onda entre 630-690 (laser rojo) y entre 790 – 830 mm (laser infrarrojo) para bio-estimulacion de las áreas de odontología, medicina y fisioterapia. Este equipo posee el modo asistido, el cual ilustra algunas patologías con sus dosis mínimas y máximas aplicables. - Garantía por dos años.
Pieza de mano Odontológica - Pieza de mano ultra delgada y compacta con control de torque y reversa automática. - Con botón de encendido-apagado pedal disponible, con suministro de energía de 2 vías, conexión directa a toma corriente o mediante el uso de pilas. - Compatible con todas las marcas de limas rotatorias disponibles en el mercado, con pantalla LCD que provee clara visibilidad, selección de 9 programas ajustables, pequeño cabezal ajustable con 6 posiciones. *Características*: - Panel de control plano de fácil uso. - Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm (dependiendo de la relación de transmisión del cabezal elegido). - Pieza de mano acoplado con cabezal - Botón de encendido/apagado de función dual. - Funciones de reversa automática encendida y apagada, parada automática. - Unidad de mesa compacta y portátil - Interruptor ON/OFF de 2 vías; la operación On/Off del micro motor se activa por un conveniente interruptor de debo en el micro motor, un control de pedal opcional. *Especificaciones*: - Fuente de alimentación: CA 120V o 230V 50/60 Hz y paquete de batería. - Numero de programas: 9 - Torque Max: 7 Ncm (cuando utilice una cabeza 20:1). - Gama de velocidades: 100-13.000 min. (Con cabezas de transmisión 20:1, 4:1, 1:1). - Recarga/Uso continuo: 5h / 2h (según la carga de trabajo). - Dimensiones: L 92 x An 148 x AL 124 (mm). - Peso: Unidad de control 456 g/ Pieza de mano motor y cable 92 g. - Incluye: unidad de control, motor y cable, soporte de pieza de mano, adaptador CA. - Garantía por escritor por dos años.	*Pieza de mano Odontológica. Marca MKS* - Pieza de mano ultra delgada y compacta con control de torque y reversa automática. - Con botón de encendido-apagado pedal disponible, con suministro de energía de 2 vías, conexión directa a toma corriente o mediante el uso de pilas. - Compatible con todas las marcas de limas rotatorias disponibles en el mercado, con pantalla LCD que provee clara visibilidad, selección de 9 programas ajustables, pequeño cabezal ajustable con 6 posiciones. *Características*: - Panel de control plano de fácil uso. - Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm (dependiendo de la relación de transmisión del cabezal elegido). - Pieza de mano acoplado con cabezal - Botón de encendido/apagado de función dual. - Funciones de reversa automática encendida y apagada, parada automática. - Unidad de mesa compacta y portátil - Interruptor ON/OFF de 2 vías; la operación On/Off del micro motor se activa por un conveniente interruptor de debo en el micro motor, un control de pedal opcional. *Especificaciones*: - Fuente de alimentación: CA 120V o 230V 50/60 Hz y paquete de batería. - Numero de programas: 9 - Torque Max: 7 Ncm (cuando utilice una cabeza 20:1). - Gama de velocidades: 100-13.000 min. (Con cabezas de transmisión 20:1, 4:1, 1:1). - Recarga/Uso continuo: 5h / 2h (según la carga de trabajo). - Dimensiones: L 92 x An 148 x AL 124 (mm). - Peso: Unidad de control 456 g/ Pieza de mano motor y cable 92 g. - Incluye: unidad de control, motor y cable, soporte de pieza de mano, adaptador CA. - Garantía por escritor por dos años. - Sin pedal.
Medidor de la Profundidad dental.	*Medidor de la Profundidad dental*. Marca NSK

Características: - Localizador de ápice de precisión, para medir la profundidad de los canales. - Fuente de alimentación: 1,5V pilas AAA (LR03 o r03 aprox.) - Uso continuo: aprox. 50 horas. - Dimensiones: L80 x An80 x Al 95 (mm). - Peso: unidad de control 185 g. - Garantía por escrito de 2 años.	*Características*: - Localizador de ápice de precisión, para medir la profundidad de los canales. - Fuente de alimentación: 1,5V pilas AAA (LR03 o r03 aprox.) - Uso continuo: aprox. 50 horas. - Dimensiones: L80 x An80 x Al 95 (mm). - Peso: unidad de control 185 g. - Garantía por escrito de 2 años.
Equipo para profilaxis dental con ultrasonido y chorro de bicarbonato, sistema electro neumático, con válvulas que proporcionen cortes y aspiraciones del agua instantáneamente, evitando así el contacto, evitando así el contacto del agua con el bicarbonato en la punta de la pieza de mano. *Aplicaciones funcionales*: endodoncia, periodoncia, microrectrocirugia, condensación de amalgama, prótesis, cirugía y otros. *Especificaciones técnicas*: - Alimentación: 127V-60Hz/220V-50/60Hz aprox. - Potencia: 60 VA aprox. - Consumo: 0,43° aprox. - Fusible 1A (127/220V) - Capacidad de líquido en el depósito: 1 Lt. - Frecuencia de vibraciones del ultrasonido: 30.000 Hz aprox. - Presión de entrada de aire comprimido: máx. 80PSI, mínima 70PSI. - Garantía por escrito 2 años.	Equipo para profilaxis dental con ultrasonido y chorro de bicarbonato, sistema electro neumático, con válvulas que proporcionen cortes y aspiraciones del agua instantáneamente, evitando así el contacto, evitando así el contacto del agua con el bicarbonato en la punta de la pieza de mano. Marca Gnatus *Aplicaciones funcionales*: endodoncia, periodoncia, microrectrocirugia, condensación de amalgama, prótesis, cirugía y otros. *Especificaciones técnicas*: - Alimentación: 127V-60Hz/220V-50/60Hz aprox. - Potencia: 60 VA aprox. - Consumo: 0,43° aprox. - Fusible 1A (127/220V) - Capacidad de líquido en el depósito: 1 Lt. - Frecuencia de vibraciones del ultrasonido: 30.000 Hz aprox. - Presión de entrada de aire comprimido: máx. 80PSI, mínima 70PSI. JET SONIC PB - Garantía por escrito 2 años.
Contra ángulo odontológico – Sistema oscilatorio para endodoncia. - Contra ángulo reductor con cabeza para sistemas oscilatorios en endodoncia, para ser acoplado en Micromotores convencionales 1:1 sistema intra. - Oscilación o giro de 30 o 45° en sentido horario y anti horario. - Reducción 10:1 o 16:1 - Compatible con el uso de varias marcas de limas endodonticas. - Garantía por escrito de 2 años.	Contra ángulo odontológico – Sistema oscilatorio para endodoncia. Marca NSK. - Contra ángulo reductor con cabeza para sistemas oscilatorios en endodoncia, para ser acoplado en Micromotores convencionales 1:1 sistema intra. - Oscilación o giro de 60° en sentido horario y anti horario. - Reducción 10:1 - Compatible con el uso de varias marcas de limas endodonticas. - Garantía por escrito de 2 años.
Contra ángulo odontológico para sistema intra	Contra ángulo odontológico para sistema intra Marca Gnatus 32
Micro motor para contra ángulo sistema	Micro motor para contra ángulo sistema Gnatus 32
Caja reveladora para rayos X con tapa acrílica color oscuro. -Garantía por escrito de 2 años.	Caja reveladora para rayos X con tapa acrílica color oscuro. Marca ESSENCE. -Garantía por escrito de 2 años.

- ***La Empresa La Casa del Medico S.A:*** cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas en Pliego de bases y Condiciones, tanto en precios como en la documentación solicitada por la Convocante, según como lo establece el *Art. 61 Método de Evaluación del Decreto Reglamentario N° 21.909/03. así también el articulo 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.*

Los documentos sustanciales y formales de estas empresas, fueron verificados en el SIPE.

Especificaciones Técnicas de la Convocante	Especificaciones Técnicas presentada por el Oferente
Equipo de rayos X fijo con imágenes dentales 3 en 1 panorámica, cefalometricos, 3D con impresora de placas de rayos X.	Equipo de rayos X fijo con imágenes dentales 3 en 1 panorámica, cefalometricos, 3D con impresora de placas de rayos X.: - Marca Villa Sistemi Medicali, Modelo Rotograpf 3S EVO de procedencia Italiana, cumple con todas las especificaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
Lampara cialitica con satélite: - Iluminación nominal de 75.000 Luz c/min. - Diámetro del campo luminoso concentrado 18 cm + 2cm	*Lampara cialitica con satélite*. Marca Inpromed Mod: INP – 3x3 FTL - Iluminación nominal de 120.000 Luz c/min. - Diámetro del campo luminoso concentrado 18 cm + 2cm

- Temperatura de color 4100K c/min. - Índice de rendimiento cromático (CEI) = 93% c/ min. - Profundidad de iluminación 93 cm + 10 cm c/ min. - Diámetro d10=16 cm+2cm c/ min. - Irradianzia horizontal difusa Ee de 345W/m2 c/min. - Irradiación energética de 4,0 mW/m2 Lux c/ min. - Reducción de sombras en presencia de una máscara 40% aprox. - Reducción de sombras en presencia de dos mascaras 45% aprox. - Reducción de sombras en el fondo de un tubo 99% aprox. - Reducción de sombras en el fondo de un tubo con una máscara 39% aprox. - Reducción de sombras en el fondo de un tubo con dos mascaras 44% aprox. - Focalización del campo luminoso: 70 cm a 140 cm c/min. *Otras características.* - Aumento de temperatura a la altura de la cabeza del operatorio 2°C c/máx. - Vida útil de los focos 2000 horas aproximadamente. - Sistema de Asa para movilización de las lámparas - Provisión de 2(dos) lámparas de la misma marca y modelo que utiliza el equipo (no genérica ni reemplazo) por cada cialitica ofertada. - El reemplazo de las lámparas (mano de obra y lámpara) durante el periodo de garantía correrá por cuenta del oferente. - Alimentación eléctrica: 220 V AC+10%/50Hz - Sistema digital con control de la intensidad de la iluminación de 70% a 100% como rango mínimo. - Proteccion de las cúpulas tipo IP42 - Idioma de paneles: español con su correspondiente pictografía. - Manuales técnicos traducidos en idioma español - Manual de operaciones en español traducidos en idioma español - Todos los accesorios del equipo deben ser originales y de la misma marca del mismo - El oferente deberá capacitar el uso y cuidados del equipo al personal técnico designado por la Facultad. - La instalación y puesta en funcionamiento queda a cargo del oferente adjudicado. - Garantía por escrito de 24 meses.	- Temperatura de color 4100K c/min. - Índice de rendimiento cromático (CEI) = 93% c/ min. - Profundidad de iluminación 93 cm + 10 cm c/ min. - Diámetro d10=16 cm+2cm c/ min. - Irradianzia horizontal difusa Ee de 345W/m2 c/min. - Irradiación energética de 4,0 mW/m2 Lux c/ min. - Reducción de sombras en presencia de una máscara 40% aprox. - Reducción de sombras en presencia de dos mascaras 45% aprox. - Reducción de sombras en el fondo de un tubo 99% aprox. - Reducción de sombras en el fondo de un tubo con una máscara 39% aprox. - Reducción de sombras en el fondo de un tubo con dos mascaras 44% aprox. - Focalización del campo luminoso: 70 cm a 140 cm c/min. *Otras características.* - Aumento de temperatura a la altura de la cabeza del operatorio 2°C c/máx. - Vida útil de los focos 2000 horas aproximadamente. - Sistema de Asa para movilización de las lámparas - Provisión de 2(dos) lámparas de la misma marca y modelo que utiliza el equipo (no genérica ni reemplazo) por cada cialitica ofertada. - El reemplazo de las lámparas (mano de obra y lámpara) durante el periodo de garantía correrá por cuenta del oferente. - Alimentación eléctrica: 220 V AC+10%/50Hz - Sistema digital con control de la intensidad de la iluminación de 70% a 100% como rango mínimo. - Proteccion de las cúpulas tipo IP42 - Idioma de paneles: español con su correspondiente pictografía. - Manuales técnicos traducidos en idioma español - Manual de operaciones en español traducidos en idioma español - Todos los accesorios del equipo deben ser originales y de la misma marca del mismo - El oferente deberá capacitar el uso y cuidados del equipo al personal técnico designado por la Facultad. - La instalación y puesta en funcionamiento queda a cargo del oferente adjudicado. - Garantía por escrito de 24 meses.
Camilla Plegable - Con ruedita para emergencia. - Garantía por escrito de 2 años	Camilla Plegable. Marca Cosmos. Procedencia: Argentina. - Con ruedita para emergencia. - Construida en aluminio con barandas y guías con traba mecánica - Colchoneta cubierta en cuerina - Capacidad de 200 kilogramos - Medidas: 1,90 de largo x 0,60 de ancho x 0,60 de alto. - Garantía por escrito de 2 años
Negatoscopio odontológico - Aparato negatoscopio odontológico de 40 cm de ancho y 55 cm c/ min.	Negatoscopio odontológico. Marca Medimuebles. Procedencia Nacional. - Estructura metálica en lámina de acero recubierto con pintura electrostática

	resistente a golpes y a la corrosión. - Pantalla acrílica iluminada con luz tipo fluorescente. - Soporte para placa radiográfica - Sistema para sujeción y ficha para encendido - Medidas: 60 cm largo x 40 cm de ancho
Tensiómetro o esfigmanometro. - Con manómetro - Con estetoscopio.	Tensiómetro o esfigmanometro. - Con manómetro - Con estetoscopio. - De algodón con puño de calibre Hodel y el manómetro azul, que mide la presión de 20 mmHg a 300 mmHg. dos tubos de látex vejiga y descargan stardard de aire y válvulas de final.

- ***La Empresa D&D Distribuidora S.A:*** cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas en Pliego de bases y Condiciones, tanto en precios como en la documentación solicitada por la Convocante, según como lo establece el *Art. 61 Método de Evaluación del Decreto Reglamentario N° 21.909/03. así también el articulo 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.*

Los documentos sustanciales y formales de estas empresas, fueron verificados en el SIPE.

Especificaciones Técnicas de la Convocante	Especificaciones Técnicas presentada por el Oferente
Equipo de rayos X fijo con imágenes dentales 3 en 1 panorámica, cefalometricos, 3D con impresora de placas de rayos X.	Equipo de rayos X fijo con imágenes dentales 3 en 1 panorámica, cefalometricos, 3D con impresora de placas de rayos X.: - Marca Planmeca con impresora de la marca Kodak, de procedencia Finlandia / USA., cumple con todas las especificaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
Pieza de mano Odontológica - Pieza de mano ultra delgada y compacta con control de torque y reversa automática. - Con botón de encendido-apagado pedal disponible, con suministro de energía de 2 vías, conexión directa a toma corriente o mediante el uso de pilas. - Compatible con todas las marcas de limas rotatorias disponibles en el mercado, con pantalla LCD que provee clara visibilidad, selección de 9 programas ajustables, pequeño cabezal ajustable con 6 posiciones. *Características*: - Panel de control plano de fácil uso. - Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm (dependiendo de la relación de transmisión del cabezal elegido). - Pieza de mano acoplado con cabezal - Botón de encendido/apagado de función dual. - Funciones de reversa automática encendida y apagada, parada automática. - Unidad de mesa compacta y portátil - Interruptor ON/OFF de 2 vías; la operación On/Off del micro motor se activa por un conveniente interruptor de debo en el micro motor, un control de pedal opcional. *Especificaciones*: - Fuente de alimentación: CA 120V o 230V 50/60 Hz y paquete de batería. - Numero de programas: 9 - Torque Max: 7 Ncm (cuando utilice una	*Pieza de mano Odontológica. Marca NSK. Procedencia Japonesa.* - Pieza de mano ultra delgada y compacta con control de torque y reversa automática. - Con botón de encendido-apagado pedal disponible, con suministro de energía de 2 vías, conexión directa a toma corriente o mediante el uso de pilas. - Compatible con todas las marcas de limas rotatorias disponibles en el mercado, con pantalla LCD que provee clara visibilidad, selección de 9 programas ajustables, pequeño cabezal ajustable con 6 posiciones. *Características*: - Panel de control plano de fácil uso. - Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm (dependiendo de la relación de transmisión del cabezal elegido). - Pieza de mano acoplado con cabezal - Botón de encendido/apagado de función dual. - Funciones de reversa automática encendida y apagada, parada automática. - Unidad de mesa compacta y portátil - Interruptor ON/OFF de 2 vías; la operación On/Off del micro motor se activa por un conveniente interruptor de debo en el micro motor, un control de pedal opcional. *Especificaciones*: - Fuente de alimentación: CA 120V o 230V 50/60 Hz y paquete de batería. - Numero de programas: 9 - Torque Max: 7 Ncm (cuando utilice una cabeza 20:1). - Gama de velocidades: 100-13.000 min. (Con

cabeza 20:1). - Gama de velocidades: 100-13.000 min. (Con cabezas de transmisión 20:1, 4:1, 1:1). - Recarga/Uso continuo: 5h / 2h (según la carga de trabajo). - Dimensiones: L 92 x An 148 x AL 124 (mm). - Peso: Unidad de control 456 g/ Pieza de mano motor y cable 92 g. - Incluye: unidad de control, motor y cable, soporte de pieza de mano, adaptador CA. - Garantía por escritor por dos años.	cabezas de transmisión 20:1, 4:1, 1:1). - Recarga/Uso continuo: 5h / 2h (según la carga de trabajo). - Dimensiones: L 92 x An 148 x AL 124 (mm). - Peso: Unidad de control 456 g/ Pieza de mano motor y cable 92 g. - Incluye: unidad de control, motor y cable, soporte de pieza de mano, adaptador CA. - Garantía por escritor por dos años.
Medidor de la Profundidad dental. *Características*: - Localizador de ápice de precisión, para medir la profundidad de los canales. - Fuente de alimentación: 1,5V pilas AAA (LR03 o r03 aprox.) - Uso continuo: aprox. 50 horas. - Dimensiones: L80 x An80 x Al 95 (mm). - Peso: unidad de control 185 g. - Garantía por escrito de 2 años.	*Medidor de la Profundidad dental*. Marca NSK. Procedencia Japonesa *Características*: - Localizador de ápice de precisión, para medir la profundidad de los canales. - Aparato compacto y pequeño - Con pila seca de manganeso funciona aprox. 40 horas continuas (esto depende de las condiciones de funcionamiento, tales como la temperatura y las pilas). - El aparato viene dotado de una pantalla LDC grande y visible - Modo de ahorro de energía. El apagado funciona si está inactivo durante 10 min. (se apaga automáticamente). - Las pilas AAA (1,2V) de tipo recargable también se puede utilizar, como pilas de níquel-cadmio o pilas de hidruro de metal níquel. - Tipo: NE 181 - Fuente de energía: DC6V - Dimensiones: ancho 80 x fondo 80 x alto 95 mm. - Peso: 185 g. - Garantía de dos años.
Equipo para profilaxis dental con ultrasonido y chorro de bicarbonato, sistema electro neumático, con válvulas que proporcionen cortes y aspiraciones del agua instantáneamente, evitando así el contacto, evitando así el contacto del agua con el bicarbonato en la punta de la pieza de mano. *Aplicaciones funcionales*: endodoncia, periodoncia, microrectrocirugía, condensación de amalgama, prótesis, cirugía y otros. *Especificaciones técnicas*: - Alimentación: 127V-60Hz/220V-50/60Hz aprox. - Potencia: 60 VA aprox. - Consumo: 0,43° aprox. - Fusible 1A (127/220V) - Capacidad de líquido en el depósito: 1 Lt. - Frecuencia de vibraciones del ultrasonido: 30.000 Hz aprox. - Presión de entrada de aire comprimido: máx. 80PSI, mínima 70PSI. - Garantía por escrito 2 años.	*Equipo para profilaxis dental con ultrasonido. Marca Dabi Atlante. Mod: Profi Class.* Bomba peristáltica y reservorio de liquido irrigante acoplados que hacen posible el uso de antisépticos o desinfectantes para la irrigación, garantizando un mejor pos-operatorio. La presencia de nanotecnología B-SAFE evita la formación de biofilm tnato en el reservorio como en las mangueras, garantizando total bioseguridad. *Aplicaciones funcionales*: endodoncia, periodoncia, microrectrocirugía, condensación de amalgama, prótesis, cirugía y otros. *Especificaciones técnicas*: - Alimentación: 127V-60Hz/220V-50/60Hz aprox. - Potencia: 60 VA aprox. - Consumo: 0,43° aprox. - Fusible 1A (127/220V) - Capacidad de líquido en el depósito: 1 Lt. - Frecuencia de vibraciones del ultrasonido: 30.000 Hz aprox. - Presión de entrada de aire comprimido: máx. 80PSI, mínima 70PSI. - Garantía por escrito 2 años. - Ultrasonido con 2 capas B-SAFE extraíbles para colocar en autoclave. - Evita tener que llevar toda la pieza de mano para ser esterilizada, proceso que daña las pastillas de cerámica. Basta retirar la capa extraíble y llevarla al autoclave, utilizando la capa sobresaliente durante el proceso - Teclado tipo membrana: permite el uso de barreras, contribuyendo a la bioseguridad del consultorio. - Equipo digital: potencia y flujo del liquido irrigante programables, con hasta 4

	memorias por función. - Tecla Dentistica (Tips diamantados): en sintonía con la nueva odontología ultrasónica, que permite una gran precisión de corte y una odontología menos invasiva, Dabi creó una tecla exclusiva para el uso de los tips diamantados, con potencia y flujo del liquido irrigante pre-programados para el máximo rendimiento de las puntas y preservación dental. - Compuesto por ultrasonido y chorro de bicarbonato, proyectado para la remoción del biofilm mineralizado y del biofilm no mineralizado.
Contra ángulo odontológico para sistema intra	Contra ángulo odontológico para sistema intra. Marca Dabi Atlante. Procedencia : Brasil
Micro motor para contra ángulo sistema	Micro motor para contra ángulo sistema. Marca: Dabi Atlante. Procedencia: Brasil

- ***La Empresa E&H Odontotecnia S.R.L:*** cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas en Pliego de bases y Condiciones, tanto en precios como en la documentación solicitada por la Convocante, según como lo establece el *Art. 61 Método de Evaluación del Decreto Reglamentario N° 21.909/03. así también el artículo 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.*

Los documentos sustanciales y formales de estas empresas, fueron verificados en el SIPE.

Especificaciones Técnicas de la Convocante	Especificaciones Técnicas presentada por el Oferente
Equipo de rayos X fijo con imágenes dentales 3 en 1 panorámica, cefalometricos, 3D con impresora de placas de rayos X.	Equipo de rayos X fijo con imágenes dentales 3 en 1 panorámica, cefalometricos, 3D con impresora de placas de rayos X.: - Marca Owandy, con impresora de la marca Sony, de procedencia Francesa., cumple con todas las especificaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
Equipo para blanqueamiento y terapia con laser - Blanqueamiento dental foto asistido. - Blanqueamiento de todos los dientes de una arcada. - Emisión de luz laser con longitud de onda entre 630-690 (laser rojo) y entre 790 – 830 mm (laser infrarrojo) para bio-estimulacion de las áreas de odontología, medicina y fisioterapia. Este equipo posee el modo asistido, el cual ilustra algunas patologías con sus dosis mínimas y máximas aplicables. Garantía por dos años.	Equipo para blanqueamiento y terapia con laser. Marca ECCO. Procedencia : Brasil - Blanqueamiento dental foto asistido. - Blanqueamiento de todos los dientes de una arcada. - Emisión de luz laser con longitud de onda entre 630-690 (laser rojo) y entre 790 – 830 mm (laser infrarrojo) para bio-estimulacion de las áreas de odontología, medicina y fisioterapia. Este equipo posee el modo asistido, el cual ilustra algunas patologías con sus dosis mínimas y máximas aplicables. Garantía por dos años.
Medidor de la profundidad dental *Características*: - Localizador de ápice de precisión, para medir la profundidad de los canales. - Fuente de alimentación: 1,5V pilas AAA (LR03 o r03 aprox.) - Uso continuo: aprox. 50 horas. - Dimensiones: L80 x An80 x Al 95 (mm). - Peso: unidad de control 185 g. Garantía por escrito de 2 años.	Medidor de la profundidad dental. Marca: Morita. Procedencia: Japon *Características*: - Localizador de ápice de precisión, para medir la profundidad de los canales. - Fuente de alimentación: 1,5V pilas AAA (LR03 o r03 aprox.) - Uso continuo: aprox. 50 horas. - Dimensiones: L80 x An80 x Al 95 (mm). - Peso: unidad de control 185 g. Garantía por escrito de 2 años.
Contra ángulo odontológico para sistema intra	Contra ángulo odontológico para sistema intra. Marca. Ruca. Procedencia: Brasil.
Micro motor para contra ángulo sistema	Micro motor para contra ángulo sistema. Marca. Ruca. Procedencia: Brasil
Caja reveladora Caja reveladora para rayos X con tapa acrílica color oscuro. -Garantía por escrito de 2 años.	Caja reveladora. Marca AGS. Procedencia: Argentina Caja reveladora para rayos X con tapa acrílica color oscuro. - Garantía por escrito de 2 años. - El gabinete de revelado AGS está construido en pvc con pintura al electro estática y cubierto con filtro UV para lograr un óptimo revelado de sus películas. - Sus tres recipientes claramente identificados evitan confusiones en la colocación de líquidos. - Dentro de la caja se ha colocado una guía para colgar los clips porta radiografías.

- ***La Empresa Elizeche S.A.C:*** cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas en Pliego de bases y Condiciones, tanto en precios como en la documentación solicitada por la Convocante, según como lo establece el *Art. 61 Método de Evaluación del Decreto Reglamentario N° 21.909/03. así también el artículo 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.*

Los documentos sustanciales y formales de estas empresas, fueron verificados en el SIPE.

Especificaciones Técnicas de la Convocante	Especificaciones Técnicas presentada por el Oferente
Equipo de rayos X fijo con imágenes dentales 3 en 1 panorámica, cefalometricos, 3D con impresora de placas de rayos X.	Equipo de rayos X fijo con imágenes dentales 3 en 1 panorámica, cefalometricos, 3D con impresora de placas de rayos X.: - Marca Sirona, de procedencia Alemana., cumple con todas las especificaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

- *Cuadro de Precios Comparativo de Oferta*

Item	Descripción	Andres H. Arce S.A					Distribuidora D&D S.A					La Casa del Medico S.A				
		Precio Unitario (IVA incluido si corres.)	Cant	Marca	Proced	Precio Total (Precio unitario por cant)	Precio Unitario (IVA incluido si corres.)	Cant	Marca	Proced	Precio Total (Precio unitario por cant)	Precio Unitario (IVA incluido si corres.)	Cant	Marca	Proced	Precio Total (Precio unitario por cant)
1	Equipo de Rayos X Fijo con imágenes dentales 3 en 1 panoramica, cefalometrica en 3D con impresora de placas de rayos X	780.000.000	1	Kodak Carestream-Trophy	USA	780.000.000	750.000.000	1	Planmeca	Filandia	750.000.000	671.000.000	1	Villa Sistemi Medicali	Italia	671.000.000
2	Calibrador de estabilidad dental con accesorios	36.000.000	1	Osstel	Suecia	36.000.000	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C
3	Electro Bisturi	61.500.000	1	NSK	Japon	61.500.000	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C
4	Equipo para blanqueamiento y terapia dental con laser	14.500.000	2	DMC	Brasil	29.000.000	N/C	2	N/C	N/C	N/C	N/C	2	N/C	N/C	N/C
5	Pieza de mano	5.130.000	10	NSK	Japon	51.300.000	6.500.000	10	NSK	Japon	65.000.000	N/C	10	N/C	N/C	N/C
6	Medidor de la profundidad dental	4.680.000	10	NSK	Japon	46.800.000	5.100.000	10	NSK	Japon	51.000.000	N/C	10	N/C	N/C	N/C
7	Equipo para Profilaxis	3.860.000	3	Gnatus	Brasil	11.400.000	4.400.000	3	Dabi Atlante	Brasil	13.200.000	N/C	3	N/C	N/C	N/C
8	Contraangulo odontologico	1.530.000	10	NSK	Japon	15.300.000	N/C	10	N/C	N/C	N/C	N/C	10	N/C	N/C	N/C
9	Lampara cialitica con satelite	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	35.806.100	1	Inpromed	Brasil	35.806.100
10	Balanza con altimetro electronica	N/C	2	N/C	N/C	N/C	N/C	2	N/C	N/C	N/C	N/C	2	N/C	N/C	N/C
11	Balanza de precision	N/C	2	N/C	N/C	N/C	N/C	2	N/C	N/C	N/C	N/C	2	N/C	N/C	N/C
12	Camilla Plegable	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	9.900.000	1	Cosmos	Argentina	9.900.000
13	Termometro digital	N/C	5	N/C	N/C	N/C	N/C	5	N/C	N/C	N/C	N/C	5	N/C	N/C	N/C
14	Contraangulo	650.000	5	Gnatus	Brasil	3.250.000	600.000	5	Dabi Atlante	Brasil	3.000.000	N/C	5	N/C	N/C	N/C
15	Micromotor	550.000	5	Gnatus	Brasil	2.750.000	900.000	5	Dabi Atlante	Brasil	4.500.000	N/C	5	N/C	N/C	N/C
16	Aparato negatoscopio odontologico	N/C	2	N/C	N/C	N/C	N/C	2	N/C	N/C	N/C	450.000	2	Mediequipos	Paraguay	900.000
17	Tensiometro o esfignomanometro	N/C	5	N/C	N/C	N/C	N/C	5	N/C	N/C	N/C	110.000	5	Labtron	USA	550.000
18	Caja reveladora	375.000	10	Essence	Brasil	3.750.000	N/C	10	N/C	N/C	N/C	N/C	10	N/C	N/C	N/C
	Total					1.041.050.000					886.700.000					718.156.100

Item	Descripción	E&H Odontotecnia S.R.L					Eximpar S.R.L					Elizeche SAC				
		Precio Unitario (IVA incluido si corres.)	Cant	Marca	Proced	Precio Total (Precio unitario por cant)	Precio Unitario (IVA incluido si corres.)	Cant	Marca	Proced	Precio Total (Precio unitario por cant)	Precio Unitario (IVA incluido si corres.)	Cant	Marca	Proced	Precio Total (Precio unitario por cant)
1	Equipo de Rayos X Fijo con imágenes dentales 3 en 1 panoramica, cefalometrica en 3D con impresora de placas de rayos X	583.777.243	1	Owandy	Francia	583.777.243	N/C	1	N/C	N/C	N/C	750.000.000	1	Sirona	Alemania	750.000.000
2	Calibrador de estabilidad dental con accesorios	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C
3	Electro Bisturi	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C
4	Equipo para blanqueamiento y terapia dental con laser	13.889.700	2	ECCO	Brasil	27.779.400	N/C	2	N/C	N/C	N/C	N/C	2	N/C	N/C	N/C
5	Pieza de mano	N/C	10	N/C	N/C	N/C	N/C	10	N/C	N/C	N/C	N/C	10	N/C	N/C	N/C
6	Medidor de la profundidad dental	3.835.250	10	Morita	Japon	38.352.500	N/C	10	N/C	N/C	N/C	N/C	10	N/C	N/C	N/C
7	Equipo para Profilaxis	N/C	3	N/C	N/C	N/C	N/C	3	N/C	N/C	N/C	N/C	3	N/C	N/C	N/C
8	Contraangulo odontologico	N/C	10	N/C	N/C	N/C	N/C	10	N/C	N/C	N/C	N/C	10	N/C	N/C	N/C
9	Lampara cialitica con satelite	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C
10	Balanza con altimetro electronica	N/C	2	N/C	N/C	N/C	5.368.000	2	Kern	Alemania	10.736.000	N/C	2	N/C	N/C	N/C
11	Balanza de precision	N/C	2	N/C	N/C	N/C	2.242.900	2	Kern	Alemania	4.485.800	N/C	2	N/C	N/C	N/C
12	Camilla Plegable	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C	N/C	1	N/C	N/C	N/C
13	Termometro digital	N/C	5	N/C	N/C	N/C	N/C	5	N/C	N/C	N/C	N/C	5	N/C	N/C	N/C
14	Contraangulo	462.000	5	Ruca	Brasil	2.310.000	N/C	5	N/C	N/C	N/C	N/C	5	N/C	N/C	N/C
15	Micromotor	546.000	5	Ruca	Brasil	2.730.000	N/C	5	N/C	N/C	N/C	N/C	5	N/C	N/C	N/C
16	Aparato negatoscopio odontologico	N/C	2	N/C	N/C	N/C	N/C	2	N/C	N/C	N/C	N/C	2	N/C	N/C	N/C
17	Tensiometro o esfignomanometro	N/C	5	N/C	N/C	N/C	N/C	5	N/C	N/C	N/C	N/C	5	N/C	N/C	N/C
18	Caja reveladora	439.308	10	AGS	Argentina	4.393.080	N/C	10	N/C	N/C	N/C	N/C	10	N/C	N/C	N/C
	Total					659.352.233					15.221.800					750.000.000

Ítem	Descripción	Scarpe S.R.L				
		Precio Unitario (IVA incluido si corres.)	Cant	Marca	Proced	Precio Total (Precio unitario por cant)
1	Equipo de Rayos X Fijo con imágenes dentales 3 en 1 panorámica, cefalométrica en 3D con impresora de placas de rayos X	N/C	1	N/C	N/C	N/C
2	Calibrador de estabilidad dental con accesorios	N/C	1	N/C	N/C	N/C
3	Electro Bisturí	N/C	1	N/C	N/C	N/C
4	Equipo para blanqueamiento y terapia dental con laser	N/C	2	N/C	N/C	N/C
5	Pieza de mano	N/C	10	N/C	N/C	N/C
6	Medidor de la profundidad dental	N/C	10	N/C	N/C	N/C
7	Equipo para Profilaxis	N/C	3	N/C	N/C	N/C
8	Contra ángulo odontológico	N/C	10	N/C	N/C	N/C
9	Lampara cialítica con satélite	42.050.000	1	Inpromed	Brasil	42.050.000
10	Balanza con altímetro electrónica	N/C	2	N/C	N/C	N/C
11	Balanza de precisión	N/C	2	N/C	N/C	N/C
12	Camilla Plegable	N/C	1	N/C	N/C	N/C
13	Termómetro digital	N/C	5	N/C	N/C	N/C
14	Contra ángulo	N/C	5	N/C	N/C	N/C
15	Micromotor	N/C	5	N/C	N/C	N/C
16	Aparato negatoscopio odontológico	N/C	2	N/C	N/C	N/C
17	Tensiómetro o esfigmomanómetro	N/C	5	N/C	N/C	N/C
18	Caja reveladora	N/C	10	N/C	N/C	N/C
	Total					42.050.000

- *Cuadro de Evaluación de Oferta*

Ítem	Descripción	Andrés H. Arce S.A	Distribuidora D&D S.A	La Casa del Medico S.A	E&H Odontotecnia S.R.L	Eximpar S.R.L	Scarpe S.R.L	Elizeche S.A.C
1	Equipo de Rayos X Fijo con imágenes dentales 3 en 1 panorámica, cefalométrica en 3D con impresora de placas de rayos X	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Calibrador de estabilidad dental con accesorios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	Electro Bisturí	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	Equipo para blanqueamiento y terapia dental con laser	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	Pieza de mano	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	Medidor de la profundidad dental	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	Equipo para Profilaxis	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	Contra ángulo odontológico	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	Lampara cialítica con satélite	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	Balanza con altímetro electrónica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	Balanza de precisión	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	Camilla Plegable	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
15	Termómetro digital	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

16	Contra ángulo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17	Micromotor	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
18	Aparato negatoscopio odontológico	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

CONCLUSIONES

- Los presupuestos presentados por las Empresas: Andrés H. Arce S.A, La Casa del Medico S.A, E&H Odontotecnia S.R.L, Eximpar S.R.L, cumplen con todas las especificaciones técnicas referidas en el Pliego de Bases y condiciones, para la *"Adquisición de Equipos Médicos, Odontológicos, y de Laboratorio"*, para el año 2011.

- La Comisión recomienda la contratación de la Empresa: Andrés H. Arce S.A, La Casa del Medico S.A, E&H Odontotecnia S.R.L, Eximpar S.R.L, ya que cumplen con todos los requisitos sustanciales y cuentan con la Capacidad Financiera y Legal necesaria, de acuerdo con lo que establece el *Art. 61 Método de evaluación del Decreto Reglamentario 21.909./03, así también con la Ley 2051/03 Art. 28 Adjudicación 1er. Párrafo "……la Convocante adjudicara a la participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los Pliegos de Bases y Condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria……."*

- Dicha contratación representa la suma total de Gs. 896.587.043.- (Guaraníes ochocientos noventa y seis millones quinientos ochenta y siete mil cuarenta y tres).

  - ***Andrés H. Arce S.A***, monto total adjudicado Gs. 179.250.000 (Guaraníes ciento setenta y nueve millones doscientos cincuenta mil)

Cuadro de Precios Adjudicados

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
2	42151648-9998	Calibrador de estabilidad dental con accesorios	Osstel	Suecia	Unidad	Unidad	1	1	36.000.000	36.000.000
3	42291613-003	Electro Bisturí	NSK	Japón	Unidad	Unidad	1	1	61.500.000	61.500.000
5	42152465-008	Pieza de mano	NSK	Japón	Unidad	Unidad	1	10	5.130.000	51.300.000
7	42151902-9999	Equipo para profilaxis dental	Gnatus	Brasil	Unidad	Unidad	1	3	3.800.000	11.400.000
8	42152211-006	Contra ángulo odontológico	NSK	Japón	Unidad	Unidad	1	10	1.530.000	15.300.000
18	42152008-001	Caja revelador	Essence	Brasil	Unidad	Unidad	1	10	375.000	3.750.000
								Total Adjudicado		**179.250.000**

  - ***La Casa del Medico S.A***, monto total adjudicado Gs. 47.156.100 (Guaraníes cuarenta y siete millones ciento cincuenta y seis mil cien).

Cuadro de Precios Adjudicados

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
9	39101602-002	Lampara cialítica con satélite	Imprimed	Brasil	Unidad	Unidad	1	1	35.806.100	35.806.100
12	42192207-002	Camilla plegable	Cosmos	Argentina	Unidad	Unidad	1	1	9.900.000	9.900.000
16	42152009-001	Aparato negatoscopio odontológico	Medimuebles	Paraguay	Unidad	Unidad	1	2	450.000	900.000
17	41114509-001	Tensiómetro o esfigmomanómetro	Labtron	USA	Unidad	Unidad	1	5	110.000	550.000
								Total Adjudicado		**47.156.100**

- ***E&H Odontotecnia S.R.L.***, monto total adjudicado Gs. 654.959.143 (Guaraníes seiscientos cincuenta y cuatro millones novecientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y tres).

Cuadro de Precios Adjudicados

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	41111808-001	Equipo de rayos X fijo con imágenes dentales 3 en 1 panorámica, cefalometricos en 3D con impresora de placas de rayos X	Owandy	Francia	Unidad	Unidad	1	1	583.777.243	583.777.243
4	42151705-9999	Equipo para blanqueamiento y terapia dental con laser	ECCO	Brasil	Unidad	Unidad	1	2	13.889.700	27.779.400
6	42151648-9999	Medidor de la profundidad dental	Morita	Japón	Unidad	Unidad	1	10	3.836.250	38.362.500
14	42152211-006	Contra ángulo	Ruca	Brasil	Unidad	Unidad	1	5	462.000	2.310.000
15	42152211-001	Micromotor	Ruca	Brasil	Unidad	Unidad	1	5	546.000	2.730.000
									Total Adjudicado	**654.959.143**

- ***Eximpar S.R.L.***, monto total adjudicado Gs. 15.221.800 (Guaraníes quince millones doscientos veintiún mil ochocientos).

Cuadro de Precios Adjudicados

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
10	41111508-001	Balanza con altímetro electrónica	Kern	Alemania	Unidad	Unidad	1	2	5.368.000	10.736.000
11	41111502-001	Balanza de precisión	Kern	Alemania	Unidad	Unidad	1	2	2.242.900	4.485.800
									Total Adjudicado	**15.221.800**

- Se adjunta el informe del Abog. Rodrigo Pascottini y el Abog. Diego Gómez Morassi, Asesores Jurídicos

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la máxima autoridad.

Lic. Ana María Debattisti G.
Director Administrativo

C.P. Jazmín Maidana
Jefe Dpto. Presupuesto

Prof. Dr. Lizandro Portillo Acosta
Miembro del Consejo Directivo

Lic. Rocío Troche
Dpto. U.O.C

Bettina M. Peralta
Consejera Estudiantil

Prof. Dr. Ezequiel Gómez Ocampos
Miembro del Consejo Directivo

Asunción, 11 de octubre de 2.011.-

Señora
Marta Martínez
Jefa del Departamento de la U.O.C.
Presente:

Abogados RODRIGO PASCOTTINI y DIEGO GOMEZ MORASSI, Asesores Jurídicos de la Facultad de Odontología de la U.N.A., se dirigen a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, a fin de remitir el dictamen referente al llamado de Licitación Pública Nacional Nº 1/2011 "Adquisición de equipos médicos, odontológicos y de laboratorio" para la Facultad de Odontología U.N.A., con ID Nº 216.931, con expediente Nº 357.327.- de Contrataciones Públicas, manifestando cuanto sigue:

De conformidad a los documentos arrimados a esta Asesoría se presentaron los siguientes oferentes: ANDRES H. ARCE S.A.; DISTRIBUIDORA D&D S.A.; LA CASA DEL MEDICO S.A.; E&H ODONTOTECNIA S.R.L.; EXIMPAR S.R.L.; SCARPE S.R.L. y EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Análisis de las ofertas:

1. **ANDRES H. ARCE S.A.:**
   La oferente cumplió con los requisitos sustanciales requeridos en el P.B.C. y la ley. De ser adjudicada, antes de la firma del correspondiente contrato se deberá solicitar que arrime los siguientes documentos:
   - Constancia de Ultima Declaración Jurada del I.V.A.;
   - Autorización del fabricante (ESSENCE);
   - Catálogo (DMC), y
   - Documentación que avale experiencia de 2 años con productos iguales o similares.

2. **DISTRIBUIDORA D&D S.A.:**
   La oferente cumplió con los requisitos sustanciales requeridos en el P.B.C. y la ley. De ser adjudicada, antes de la firma del correspondiente contrato se deberá solicitar que arrime los siguientes documentos:
   - Constancia de Pago de Patente Comercial;
   - Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social;
   - Autorización del fabricante (DABI ATLANTE);
   - Catálogo (KODAK);
   - Documentación que avale experiencia de 2 años con productos iguales o similares;
   - Nómina de personal capacitado;
   - Balance general correspondiente a los años 2.008, 2.009 y 2.10;
   - Registro Sanitario expedido por el M.S.P.y B.S., y
   - Habilitación del local expedido por el M.S.P. y B.S.

3. **LA CASA DEL MEDICO S.A.:**
La oferente cumplió con los requisitos sustanciales requeridos en el P.B.C. y la ley. De ser adjudicada, antes de la firma del correspondiente contrato se deberá solicitar que arrime los siguientes documentos:
- Constancia de Ultima Declaración Jurada del I.V.A.;
- Constancia de Pago del Impuesto a la Renta;
- Constancia de Pago de Patente Comercial;
- Certificado de Cumplimiento Tributario;
- Autorizaciones de los fabricantes de los productos ofertados;
- Catálogos (IMPROMED y COSMOS);
- Documentación que avale experiencia de 2 años con productos iguales o similares;
- Certificación de garantía de 2 años de los productos ofertados;
- Registro sanitario expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Habilitación del local expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Aprobación de planos expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Certificado de condiciones de almacenamiento expedido por el M.S.P. y B.S., y
- Licencia de protección radiológica expedida por el M.S.P. y B.S.

4. **E&H ODONTOTECNIA S.R.L.:**
La oferente cumplió con los requisitos sustanciales requeridos en el P.B.C. y la ley. De ser adjudicada, antes de la firma del correspondiente contrato se deberá solicitar que arrime los siguientes documentos:
- Constancia de Ultima Declaración Jurada del I.V.A.;
- Certificado de interdicción judicial;
- Certificado de quiebra;
- Autorización del fabricante (RUCA);
- Documentación que avale experiencia de 2 años con productos iguales o similares;
- Referencia de clientes anteriores a esta licitación;
- Registro sanitario expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Habilitación del local expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Constancia de inscripción de establecimiento expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Aprobación de planos expedido por el M.S.P. y B.S., y
- Certificado de condiciones de almacenamiento expedido por el M.S.P. y B.S.

5. **EXIMPAR S.R.L.:**
La oferente cumplió con los requisitos sustanciales requeridos en el P.B.C. y la ley. De ser adjudicada, antes de la firma del correspondiente contrato se deberá solicitar que arrime los siguientes documentos:
- Constancia de Ultima Declaración Jurada del I.V.A.;
- Constancia de pago de patente comercial;

- Documentación que avale experiencia de 2 años con productos iguales o similares;
- Acreditación de centro autorizado para prestación de servicio técnico;
- Registro sanitario expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Habilitación del local expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Aprobación de planos expedido por el M.S.P. y B.S., y
- Certificado de condiciones de almacenamiento expedido por el M.S.P. y B.S.

6. **SCARPE S.R.L.:**
La oferente cumplió con los requisitos sustanciales requeridos en el P.B.C. y la ley. De ser adjudicada, antes de la firma del correspondiente contrato se deberá solicitar que arrime los siguientes documentos:
- Fotocopia de cédula de identidad del firmante de la oferta;
- Constancia de Ultima Declaración Jurada del I.V.A.;
- Certificado de cumplimiento con el seguro social;
- Certificado de quiebra;
- Autorización del fabricante en relación a los productos ofertados;
- Documentación que avale experiencia de 2 años con productos iguales o similares;
- Referencia de clientes anteriores a esta licitación;
- Nómina del personal técnico;
- Habilitación como fabricante, comerciante o importador expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Registro sanitario expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Habilitación del local expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Constancia de inscripción de establecimiento expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Aprobación de planos expedido por el M.S.P. y B.S., y
- Certificado de condiciones de almacenamiento expedido por el M.S.P. y B.S.

7. **EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.:**
La oferente cumplió con los requisitos sustanciales requeridos en el P.B.C. y la ley. De ser adjudicada, antes de la firma del correspondiente contrato se deberá solicitar que arrime los siguientes documentos:
- Constancia de Ultima Declaración Jurada del I.V.A.;
- Constancia del último pago del Impuesto a la Renta;
- Certificado de cumplimiento tributario;
- Certificado de cumplimiento con el seguro social;
- Certificado de interdicción;
- Registro sanitario expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Habilitación del local expedido por el M.S.P. y B.S.;
- Aprobación de planos expedido por el M.S.P. y B.S., y
- Certificado de condiciones de almacenamiento expedido por el M.S.P. y B.S.

Documentación complementaria:

Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato: De conformidad a lo expuesto en el Art. 39, inciso "c" de la Ley Nº 2.051/03, concordante con el punto CGC 16.1 y CGC 16.6 de la Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones; el oferente adjudicado deberá arrimar, antes de la firma del contrato, la correspondiente Póliza de fiel cumplimiento del contrato con las siguientes características:
Monto: 10 % de monto máximo total del contrato.
Vigencia: 30 días con posterioridad a la vigencia del contrato.

Atentamente.

ES NUESTRO DICTAMEN

.....	.....
ABG. DIEGO GOMEZ MORASSI	**ABOG. RODRIGO PASCOTTINI**
ASESOR JURIDICO	**ASESOR JURIDICO**