LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS" – Id. 273.467

INFORME DE REEVALUACIÓN EN VIRTUD A LAS RESOLUCIONES DNCP N°651/2015 Y 664/2015.

INTRODUCCIÓN.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 13:00 horas, se reúne el Comité de Evaluación conformado por Resolución de la Comandancia de la Policía Nacional Nº 888 de fecha 12 de setiembre de 2014, por la que se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de la **Licitación Pública Nacional Nº 04/2014 Adquisición de Equipos Médicos"**, con la presencia de los siguientes miembros:
Comisario Principal DEJAP. Dr. DERLIS HUGO PANIAGUA A., Director - Dirección de Sanidad;
Comisario Principal MCP. VALERIO OTAZÚ SALDÍVAR, Tesorero - Programa 2.2 Empleo y Protección Social;
Comisario Principal DEJAP. ÁNGEL ALBERTO AGUILERA ESPÍNOLA, Jefe del Departamento de la UOC. - Dirección de Sanidad;
Suboficial Principal O.S. DANIEL AGUILERA GÓMEZ, Jefe de Adquisiciones - Programa 2.2 Empleo y Protección Social;
En virtud de la Resolución **DNCP N° 651/2015 por la cual se resolvió: HACER LUGAR A LA PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA ARGÓN S.R.L. CONTRA LA ADJUDICACIÓN DEL ÍTEM N° 2 A FAVOR DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE Y CIA Y LOS ÍTEMS N° 24 Y N° 25 A FAVOR DE LA FIRMA BBRAUN MEDICAL PY S.A. REALIZADA EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2014 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS", CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL. ID 273467, ANULAR LA ADJUDICACIÓN DE LOS ÍTEMS N° 2, 24 Y 25 OBJETO DE LA PRESENTE PROTESTA Y, EN CONSECUENCIA, RETROTRAER LAS ACTUACIONES A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, Y**

La Resolución **DNCP N° 664/2015 por la cual se resolvió: RECHAZAR PARCIALMENTE LA PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA GT SCIENTIFIC S.A. CONTRA LA ADJUDICACIÓN DEL ÍTEM N° 14 REALIZADA EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2014 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS", CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL. ID 273467, HACER LUGAR PARCIALMENTE A LA PROTESTA, ANULAR LA ADJUDICACIÓN DEL ÍTEM N° 14 Y EN CONSECUENCIA, RETROTRAER LAS ACTUACIONES A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS,**

A fin de proceder a la reevaluación de las ofertas presentadas para los ítems 2 Lámpara Scialítica de pie, 14 Autoanalizador clínico, 24 Caja de Cirugía especializada (cráneo) y 25 Caja de Cirugía especializada según los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario.

Ítem N° 2 Lámpara Scialítica de pie: Se recibe ofertas por parte de las firmas:

- Argón S.R.L. Marca KLS Martin de procedencia Alemana Precio: 99.000.000.-
- Vicente Scavone & Cía CEISA Marca Sismatec de procedencia Brasilera Precio: 20.000.000.-

Analizando en detalle los catálogos presentados por ambas firmas se constata que:

La lámpara scialítica de pie cotizada por la firma **Vicente Scavone & Cia.** es halógena o dicroica y no Led (como se solicita en el Pliego de Bases y Condiciones) por lo que no cumple con la vida útil de iluminación de 35.000 horas como mínimo, en el catálogo presentado no se visualiza el Indice de Reproducción Cromática (se solicita 95 o mejor). En cuanto a la autonomía de la batería de emergencia de 7 horas o mejor, en el catalogo presentado solo se limita a describir que la lámpara cotizada posee equipo de emergencia sin aclarar el tiempo de duración de la misma.
Teniendo en cuenta que la firma **Vicente Scavone & Cia.** no ha presentado junto con su oferta el catálogo descriptivo de la lámpara cotizada este Comité ha solicitado nota mediante la presentación del mismo de modo a corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, una vez arrimado el catálogo por parte del oferente, únicamente se visualiza la fotografía del mismo y el modelo, sin especificar la vida

útil, la autonomía de la batería, la intensidad de la iluminación central, el diámetro de iluminación, por lo tanto, este Comité recomienda descalificar a la firma **Vicente Scavone & Cia.** en el ítem 2 Lámpara Scialítica de pie.
Continuando con la evaluación se procede a evaluar la siguiente oferta presentada por la firma **Argón S.R.L.** que cotiza Lámpara Scialítica de Pie Marca KLS Martin de procedencia Alemana Precio: 99.000.000, modelo marLed E9i.-
Verificado el catálogo presentado se constata que la oferta posee Iluminación de la zona de operación, Índice de reproducción crómatica: 95, Intensidad de iluminación central 160.000 lux, Vida útil de iluminación 40.000 horas, Consumo de potencia: hasta 45W, Atenuación de iluminación: Desde 30% a 100%. En modo endoscopía: 5%, Diámetro de iluminación (distancia 1m): 170mm a 220mm. Autonomía de la batería de emergencia 8 horas como se solicita en el Pliego de Bases y Condiciones, por tanto, la oferta presentada por la firma **Argón S.R.L. para el ítem 2** Lámpara Scialítica de pie **CUMPLE** con esta etapa de evaluación.

Ítem N° 14- Autoanalizador Químico: Se recibe ofertas por parte de las firmas:

- GT Scientific S.A. equipo ofertado de la marca Siemens Dimension Rxl Max de procedencia USA Gs. 150.000.000.-
- Biotec del Paraguay SRL equipo ofertado de la marca Wiener Lab de procedencia Italia Gs. 239.000.000.-.

Verificada la oferta presentada por GT Scientific S.A. no presenta:
- Planilla de especificaciones técnicas de los bienes ofertados.
- Planilla de ratios firmada por Contador Público.
- Folletos, Catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano para el ítem 14 Autoanalizador clínico en el cual se detalle el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.
- Planilla de datos garantizados.

Por lo que se solicita mediante Nota UOC N° 711 de fecha 02 de diciembre de 2014 la remisión de dichas documentaciones. En fecha 3 de diciembre de 2014, se recepciona las siguientes documentaciones según Mesa de entrada N°209:
- Planilla de especificaciones técnicas de los bienes ofertados.
- Planilla de ratios firmada por Contador Público.
- Catálogo del equipo de la marca Siemens Dimension Rxl Max
- Planilla de datos garantizados.

Analizado el catalogo presentado, no se puede determinar si el mismo utiliza agua directamente del grifo o requiere de algún equipo adicional por lo que en fecha 05 de diciembre se solicita a GT Scientific S.A. según Nota UOC N° 741 solicitando: Aclaren si el equipo ofertado para el ítem 14 Autoanalizador clínico de la marca Siemens modelo Dimension RxL Max funciona conectado directamente al grifo del agua sin necesidad de un equipo de tratamiento de agua, en el caso de que el equipo cotizado por ustedes requiera del equipo de tratamiento de agua para su funcionamiento, ¿el mismo viene incluido con el equipo cotizado? o deberá ser adquirido en forma separada?

En fecha 09 de diciembre de 2014 se recibe aclaración de la firma GT Scientific S.A. informando que el equipo modelo Dimension marca Siemens correspondiente a su oferta para el ítem 14 Autoanalizador clínico, utiliza 2 litros de agua por hora para su funcionamiento y para ello utiliza un reservorio que puede ser llenado manualmente con agua desionizada, o acoplándole un sistema desionizador de agua para la recarga automática del reservorio. GT Scientific S.A. suministrará el Sistema desionizador para el Autoanalizador Dimension en caso de ser adjudicado.

A la solución ofrecida por la firma de instalar un equipo desionizador de agua se debe acotar que no se específica si los gastos de mantenimientos y reparación del mismo correrán por cuenta de **GT Scientific S.A.**, ya que en caso contrario, constituirá en un gasto exagerado para la Institución debido a que todo sistema desionizador posee componentes desechables que deben ser cambiados periódicamente representarían un costo muy elevado.

Continuando con la verificación del equipo ofertado por GT Scientific S.A. de la marca Siemens Dimension Rxl Max se constata que tiene peso aproximado de 366 kg, y no es de sobremesa, se solicita dispositivo compacto de sobremesa, peso aproximado de 110 kg, por el ahorro de espacio físico disponible para el equipo.

Se solicita lavado de cubetas con bajo consumo de agua (menor a 2 litros/hora como minimo), el equipo ofertado por la misma utiliza para funcionar 3.2 litros/hr,

Se solicita celdas de reacción no desechables, el equipo ofertado presenta cubetas NO LAVABLES (desechables),

Se solicita la introducción y uso de multi-reglas Westgard, el equipo Siemens Dimension Rxl Max NO analiza los resultados del control de calidad en base a los estándares multi-reglas Westgard,

Se solicita volumen programable de muestra de 1-100 como mínimo y volumen programable de reactivo de 5-500 ul como mínimo, el equipo Siemens Dimension Rxl Max posee capacidad total de ensayos por muestra de hasta 90 métodos, y 20 ul de volumen de muestra.

Por lo tanto el equipo Siemens Dimension Rxl Max **no cumple** con esta etapa de evaluación y se recomienda descalificar a **GT Scientific S.A.** en el presente ítem pasando a evaluar la siguiente oferta perteneciente a **Biotec del Paraguay SRL** que presenta el segundo precio màs bajo Gs. 239.000.000, verificado el catalogo presentado se constata que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, pues posee Sistema de Acceso aleatorio, que permita el proceso de una o varias pruebas a una muestra determinada, sistema abierto que permite realizar a una muestra varias pruebas, permite la carga continua e ilimitada de muestras. Multiparamétrico. Dispositivo compacto"Sobremesada", Modo de trabajo: Randon Access, Batch, STAT. Consumo de reactivo de 300 ul como mínimo y posibilidad de trabajar con 1 o 2 reactivos por técnica.
Velocidad de 490 test / hora. Lavado de cubetas con bajo consumo de agua (menor a 2 lts/hora).
Bandeja de reactivos refrigerados con 40 canales. Identificación por códigos de barra. (lector incorporado).
Rotor con 78 posiciones programables (posiciones de rutina, urgencias, controles y calibradores).
Volumen programable de muestra de 1-100 ul y volumen programable de reactivo de 5-500 ul como mínimo, Sensor de nivel de líquido para muestra y reactivo. Dispensador de muestras y dispensador de reactivos separados (dos brazos).
Sistema de incubación con Sistema peltier (30° C o 37° C) en el carrusel de reacción, hermético, de intercambio de calor. Precisión fotométrica de:+/- 1% de 0-2.000 O.D;+/-2,5% DE 2.000 -2.400 O.D.
Carga de reactivos fríos al instrumento, en forma directa, sin necesidad de atemperarlos, carga pueda hacerse en cualquier momento del proceso.
Reactivos puedan ser colocados en cualquier sitio de la charola de reactivos, capaz de identificarlos mediante lector de código de barras, así como de censar el número de pruebas disponibles en el cartucho.
Realiza técnicas de punto final, dos puntos, cinético. Mono o dicromático.
Realiza las diluciones necesarias y reprocesa muestras de manera automática e inmediata después de la detección de un valor por arriba de la linealidad del método, de tal forma que no sea necesario esperar a que concluya el ensayo para volver a reprocesar.
Permite procesar muestras "urgentes", en cualquier momento.
Celdas de reacción no desechables. Unidad automatizada de lavado para celdas de reacción.
Lecturas de las pruebas a más de 2 longitudes de onda al mismo tiempo para cada química, con el objeto de disminuir las interferencias propias de las muestras como ictericia, lipemia y hemólisis.
Permite el uso de tubos primarios de diferentes tamaños, así como lector identificador del código de barras.
Permite además el uso de micro-copas así como copas de diferentes medidas.
Software en español. Capacidad de programación de 500 test. Posibilidad de programar perfiles y urgencias.
Utiliza reactivos, controles y calibradores líquidos, con el objeto de disminuir la variabilidad potencial al hidratarlos.
Requerimientos eléctricos: 110/220 voltios 600 Watts.
Peso 110 kg.
Sistema No Break.
Proporciona un programa (software y hardware) para control de calidad interno completo, que permita el almacenamiento de todos los datos de los controles de por lo menos un año, y la introducción y uso de

multi-reglas Westgard, que presente gráficas de Levy Jennings, que muestre al mismo tiempo gráficos de diferentes niveles de tal forma que permita una mejor comparación.
Proporciona un control de calidad interno y externo.
Manuales en idioma español íntegros del manual original, los cuales deberán ser cotejados por el usuario.
Colector de desechos acorde a normas de bioseguridad.
Impresora matricial de resultados.
Garantía escrita de 24 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios.
Servicio técnico 24 hs ante cualquier desperfecto técnico por el periodo de 24 meses de garantía.
Capacitación al personal del laboratorio para la puesta en marcha del equipo.
El equipo imprime resultados que incluyen el nombre de los pacientes, fecha de análisis, resultados y valor de referencia.
Puerto de interface para la comunicación de datos entre el equipo analizador y una computadora.
El equipo recibe la programación de análisis de muestras a través del puerto de interface. Así mismo el equipo envia los resultados de los estudios realizados a través de la interface conectada a una computadora.
Equipo NUEVO sin uso con certificación del fabricante.
El equipo será entregado con todos los accesorios básicos y necesarios para su correcto funcionamiento.
Por lo tanto, el equipo cotizado por **Biotec del Paraguay SRL** **CUMPLE** con esta etapa de evaluación y el Comité de Evaluacion recomienda adjudicar a dicha empresa el ítem 14 Autoanalizador Químico.

Ítem N° 24 Caja de Cirugía Especializada (cráneo) – Ítem 25 Caja de Cirugía Especializada:

Si bien la Resolución DNCP N° 651/2015 en su numeral 2 Anula la adjudicación de dichos ítems a la firma BBRAUN MEDICAL PY. S.A., este Comité ha recibido informes de la Tesorería del Programa 2.2 Empleo y Protección Social acerca de los pagos realizados a las firmas adjudicadas en el procedimiento licitatorio, en tal sentido, se ha recibido la copia de la Solicitud de Transferencia de Recursos N° 169884 de fecha 29 de diciembre de 2014 a favor de la firma **BBRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.** por el pago de las facturas N° 001-004-006252 y 001-004-006254 correspondientes a la adjudicación de los ítems N° 21 Equipo de Hemodiálisis; N°24 Caja de Cirugía Especializada (cráneo), N° 25 Caja de Cirugía Especializada, y N° 47 Bomba de infusión a jeringa.
Cabe mencionar que ante la inminente culminación del Ejercicio Fiscal 2014, una vez en conocimiento del Plan de Caja asignado por el Ministerio de Hacienda se ha procedido a obligar en el sistema las facturas correspondientes, diecinueve días después de haber procedido a la notificación a los oferentes de la conclusión del proceso licitatorio.
Esta Institución fue notificada de la Protesta promovida por la firma **ARGÓN S.R.L.** en fecha 09 de enero de 2015, tres días después de haber ingresado al Ministerio de Hacienda la Solicitud de Transferencia de Recursos.
El pago por dichas facturas fue depositado en la cuenta de **BBRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.** en fecha 19 de enero de 2015.
A la fecha, dichos equipos ya están siendo utilizados en las cirugías realizadas a los pacientes que acuden al Hospital de Policía "Rigoberto Caballero".

Como podrá observarse, la Convocante ha actuado de buena fe en todas las etapas del proceso licitatorio, ha procedido a la adjudicación de la oferta más económica y conveniente a los intereses de la Policía Nacional y el Estado Paraguayo y debido a que el Hospital de Policía no contaba con cajas de cirugía con sus respectivos instrumentales, la adquisición de los mismos es de suma importancia debido a que anteriormente no se realizaban cirugías complejas por la carencia de dichos instrumentales, con la adquisición de los mismos, la cantidad de cirugías se ha incrementado cumpliendo así con una de las tareas primordiales del Hospital, por lo tanto, este Comité recomienda mantenerse en la adjudicación a la firma **BBRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. en los ítems N° 24 Caja de Cirugía Especializada (cráneo) – Ítem 25 Caja de Cirugía Especializada.**

ADJUDICACIÓN.

Conforme al análisis realizado por el Comité de Evaluación las empresas: Albatros SACI.; Argón SRL.; Catéteres y Afines S.A.; Hadami S.A.; Biotec del Paraguay S.R.L., Bbraun Medical S.A., Scarpe S.R.L.; Vicente Scavone & Cia. CEISA, Sempro S.A.; Cirumed de Luis Abbate, Stevens S.A., Eximpar S.A., han cumplido con los requisitos legales y técnicos exigidos y están calificados y tienen la capacidad necesaria para ejecutar el contrato a satisfacción de la Convocante y cuya contratación no ocasionara ningún daño o perjuicio a la

Institución ni al Estado Paraguayo, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Artículo 4º Principios Generales y teniendo en cuenta la situación financiera, experiencia, habilitación en el rubro que oferta y disponibilidad presupuestaria disminuyendo las cantidades en los lotes: 9 ítems 5, 6, 7, 8, 13; 14 items 2 y 5; 17 ítem 2; 22 ítem 1; 24 ítems 1, 4, 6 y 7 de modo a ajustarlos a los montos previstos en la Certificacion presupuestaria, y recomienda la adjudicación a las firmas: Albatros SACI. por el monto total de G. 688.797.000.- (Guaraníes seiscientos ochenta y ocho millones setecientos noventa y siete mil); Argón SRL. por el monto total de G. 230.046.000.- (Guaraníes doscientos treinta millones cuarenta y seis mil); Catéteres y Afines S.A. por el monto total de G. 35.100.000.- (Guaraníes treinta y cinco millones cien mil); Hadami S.A. por el monto total de G. 260.000.000.- (Guaraníes doscientos sesenta millones); Biotec del Paraguay S.R.L., por el monto total de G. 387.000.000.- (Guaraníes trescientos ochenta y siete millones); Bbraun Medical S.A., por el monto total de G. 268.134.359.- (Guaraníes doscientos sesenta y ocho millones ciento treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve); Scarpe S.R.L., por el monto total de G. 103.525.000.- (Guaraníes ciento tres millones quinientos veinticinco mil); Vicente Scavone & Cia. CEISA, por el monto total de G. 49.500.000.- (Guaraníes cuarenta y nueve millones quinientos mil); Sempro S.A., por el monto total de G. 302.361.200.- (Guaraníes trescientos dos millones trescientos sesenta y un mil doscientos); Cirumed de Luis Abbate, por el monto total de G. 17.600.000.- (Guaraníes diecisiete millones seiscientos mil); Stevens S.A., por el monto total de G. 149.600.000.- (Guaraníes ciento cuarenta y nueve millones seiscientos mil); Eximpar S.A., por el monto total de G. 11.600.000.- (Guaraníes once millones seiscientos mil. El monto total de la adjudicación asciende a la suma de G. 2.503.263.559.- (Guaraníes dos mil quinientos tres millones doscientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve).

						1- Albatros SACI			
Item	**Código**	**Descripcion Nivel 5**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
29	42182005-001	Otoscopio	Unidad	Unidad	2	Medicon	Alemania	1.493.700	2.987.400
30	42182005-003	Oftalmoscopio directo	Unidad	Unidad	2	Medicon	Alemania	1.959.300	3.918.600
56	42294801-001	Artroscopio	Kit juego	Unidad	1	Karl Storz/Medicon/Schaerer	Alemania/Suiza	681.891.000	681.891.000
									688.797.000

						2- Argón S.R.L.			
Item	**Código**	**Descripcion Nivel 5**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
2	39101602-003	Lampara scialiticas de pie	Unidad	Unidad	1	KLS MARTIN	ALEMANIA	99.000.000	99.000.000
5	41102426-004	Baño maria para laboratorio	Unidad	Unidad	1	GEMMY	CHINA	4.488.000	4.488.000
8	41111508-001	Balanza con altimetro	Unidad	Unidad	2	SECA	ALEMANIA	2.541.000	5.082.000
16	41123403-003	Porta suero	Unidad	Unidad	12	ESTRELLA	PARAGUAY	242.000	2.904.000
17	41123403-003	Porta suero	Unidad	Unidad	6	ESTRELLA	PARAGUAY	297.000	1.782.000
23	42171611-001	Camilla con ruedas y baranda	Unidad	Unidad	5	ESTRELLA	PARAGUAY	1.980.000	9.900.000
27	42181716-001	Electrocardiografo	Unidad	Unidad	1	EDAN	CHINA	18.700.000	18.700.000
28	42181801-001	Oximetro de pulso	Unidad	Unidad	2	EDAN	CHINA	2.350.000	4.700.000
31	42182005-004	Oftalmoscopio indirecto	Unidad	Unidad	1	HEINE	ALEMANIA	19.800.000	19.800.000
32	42182703-001	Tallimetro	Unidad	Unidad	2	SECA	ALEMANIA	990.000	1.980.000
33	42182901-001	Camilla ginecologica	Unidad	Unidad	2	ESTRELLA	PARAGUAY	1.430.000	2.860.000
34	42183009-001	Armazon-Lente de Prueba	Unidad	Unidad	1	LUX VISION	U.S.A.	4.950.000	4.950.000
35	42183023-003	Proyector oftalmologico	Unidad	Unidad	1	HUVITZ	COREA	8.800.000	8.800.000
36	42183023-005	Lensometros	Unidad	Unidad	1	LUX VISION	U.S.A.	9.900.000	9.900.000
37	42192001-001	Mesa para procedimientos	Unidad	Unidad	2	ESTRELLA	PARAGUAY	1.430.000	2.860.000
39	42192210-001	Silla de rueda plegable	Unidad	Unidad	2	CARCI	BRASIL	1.320.000	2.640.000
53	42272001-002	Laringoscopio Adulto	Unidad	Unidad	6	HEINE	ALEMANIA	4.950.000	29.700.000
									230.046.000

						3- Catéteres y Afines S.A.			
Item	**Código**	**Descripcion Nivel 5**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
20	42149999-9989	Bateria para Equipo Biomedico	Unidad	Unidad	4	Conmed	EEUU	3.150.000	12.600.000
54	42291703-9999	Adaptador Kirschner de Anclaje para Perforadora quirurgica	Unidad	Unidad	1	Conmed	EEUU	11.250.000	11.250.000
55	42291703-9999	Adaptador Kirschner de Anclaje para Perforadora quirurgica	Unidad	Unidad	1	Conmed	EEUU	11.250.000	11.250.000

35.100.000

						5- Hadami S.A.			
Item	**Código**	**Descripcion Nivel 5**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
5	47101529-001	Incinerador de residuos sólidos	Unidad	Unidad	40	Needle Smelter	Corea	6.500.000	260.000.000

260.000.000

						6- Biotec del PY. S.R.L.			
Item	**Código**	**Descripcion Nivel 5**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
14	41115807-002	Autoanalizador clinico	Unidad	Unidad	1	Wiener Lab	Italia	239.000.000	239.000.000
15	41115815-002	Analizador Hematologico	Unidad	Unidad	1	Mindray	China	148.000.000	148.000.000

387.000.000

						9- Bbraun Medical PY S.A.			
Item	**Código**	**Descripcion Nivel 5**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
21	42161632-001	Equipo de hemodialisis	Unidad	Unidad	2	Bbraun	Alemania	70.000.000	140.000.000
24	42171910-9997	Caja de Cirugia Especializada (cráneo)	Unidad	Unidad	1	Aesculap	Alemania	74.702.127	74.702.127
25	42171910-9997	Caja de Cirugia Especializada	Unidad	Kit/Juego	1	Aesculap	Alemania	29.432.232	29.432.232
7	42222002-001	Bomba de Infusion a jeringa	Unidad	Unidad	2	Bbraun	Alemania	12.000.000	24.000.000

268.134.359

						10- Scarpe S.R.L.			
Item	**Código**	**Descripcion Nivel 5**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
4	40101903-002	Frasco Humidificador de Oxigeno	Unidad	Unidad	250	**Moriya**	Brasil	28.000	7.000.000
6	41103311-002	Manometro de oxigeno	Unidad	Unidad	200	**Moriya**	Brasil	330.000	66.000.000
9	41112501-001	Flujometro de oxigeno	Unidad	Unidad	169	Protec	Brasil	85.000	14.365.000
11	41112501-003	Flujometro de aire	Unidad	Unidad	80	Protec	Brasil	85.000	6.800.000
12	41113026-001	Nefelometro o Turbidimetro	Unidad	Unidad	1	**Quimis**	Brasil	6.300.000	6.300.000
13	41113630-008	PHmetro	Unidad	Unidad	1	**Quimis**	Brasil	3.060.000	3.060.000

103.525.000

						11- Vicente Scavone & Cia. CEISA			
Item	**Código**	**Descripcion Nivel 5**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	41103011-9999	Refrigerador para vacunas	Unidad	Unidad	1	Indrel	Brasil	49.500.000	49.500.000

49.500.000

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Policía Nacional del Paraguay
Dirección de Sanidad
Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones

						12- Sempro S.A.			
Item	**Código**	**Descripcion Nivel 5**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
57	42295108- 9996	Dispositivo de extensión para mesa quirúrgica	Unidad	Juego	1	Maquet	Alemania	108.650.000	108.650.000
58	42295108-009	Piernera para Mesa Quirurgica	Unidad	Unidad	1	Maquet	Alemania	7.564.000	7.564.000
59	42295108-9988	Fijador de pie para mesa quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	3	Maquet	Alemania	8.750.000	26.250.000
60	42295108-9991	Larguero para Mesa Quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	1	Maquet	Alemania	8.071.000	8.071.000
61	42295108-9992	Barra guía para Mesa Quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	1	Maquet	Alemania	2.839.000	2.839.000
2	42295108-9995	Dispositivo de tracción para Mesa Quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	1	Maquet	Alemania	9.468.600	9.468.600
63	42295108-9990	Elongador de barra para mesa quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	1	Maquet	Alemania	3.820.000	3.820.000
64	42295108-9997	Soporte de paciente para mesa quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	4	Maquet	Alemania	6.037.500	24.150.000
65	42295108-9997	Soporte de paciente para mesa quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	1	Maquet	Alemania	66.525.600	66.525.600
66	42295108-9997	Soporte de paciente para mesa quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	1	Maquet	Alemania	13.154.000	13.154.000
67	42295108-9997	Soporte de paciente para mesa quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	1	Maquet	Alemania	3.873.000	3.873.000
68	42295108-9999	Barra de contratiro para mesa quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	1	Maquet	Alemania	11.603.000	11.603.000
69	42295108-9999	Barra de contratiro para mesa quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	1	Maquet	Alemania	5.398.000	5.398.000
70	42295132-9999	Embalaje para accesorios de mesa quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	1	Maquet	Alemania	4.300.000	4.300.000
71	42295108-9989	Modulo para posicionamiento del paciente para mesa quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	1	Maquet	Alemania	2.813.000	2.813.000
72	42295108-9989	Modulo para posicionamiento del paciente para mesa quirurgica de ortopedia	Unidad	Unidad	1	Maquet	Alemania	3.882.000	3.882.000

302.361.200

						13- Cirumed de Luis Abbate			
Item	**Código**	**Descripcion Nivel 5**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
3	40101903-001	Humidificador	Unidad	Unidad	100	Oxigel	Brasil	44.000	4.400.000
18	42141607-003	Chata de acero inoxidable	Unidad	Unidad	21	ASCO	India	198.000	4.158.000
19	42141607-004	Orinal masculino de acero inoxidable	Unidad	Unidad	21	ASCO	India	132.000	2.772.000
26	42172201-001	Caja de legrado	Unidad	Unidad	1	Frix	Pakistan	2.970.000	2.970.000
51	42242302-129	Garrot neumatico para miembro superior / Inferior	Unidad	Unidad	1	F, Bosch	Alemania	3.300.000	3.300.000

17.600.000

						14- Stevens S.A.			
Item	**Código**	**Descripcion Nivel 5**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
45	42201718-001	Ecografo	Unidad	Unidad	1	Samsung Medison	Corea	149.600.000	149.600.000

149.600.000

						15- Eximpar S.R.L.			
Item	**Código**	**Descripcion Nivel 5**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
76	41111508-003	Balanza electrónica	Unidad	Unidad	1	Kern	Alemania	11.600.000	11.600.000

11.600.000

2.503.263.559

El Comité de Evaluación resuelve declarar desierta la licitación en los ítems 7, 10, 22, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 73, 74conforme a la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Art. 30 DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA, a) que no se hubiera presentado oferta alguna.

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado el Acto, en fecha 30 de marzo siendo las 16:00 horas, previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación en un ejemplar.

DANIEL AGUILERA GÓMEZ
Suboficial Principal O.S.
Jefe de Adq. – PROG. 2.2 Empleo y Protección Social

ANGEL ALBERTO AGUILERA ESPÍNOLA
Comisario Principal DEJAP.
Jefe – Dpto. UOC Dirección de Sanidad

DERLIS HUGO PANIAGUA ADORNO
Comisario Principal DEJAP.
Director – Dirección de Sanidad

VALERIO OTAZÚ SALDÍVAR
Comisario Principal MCP.
Tesorero – PROG. 2.2 Empleo y Protección Social