UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
29 NOV 2018
N°: 3042 | Firma:
Hora: 11:35 | Aclaración:

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 19 días del mes de noviembre de 2.018, siendo las 12:08 horas, se reúne en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, sito en la casa de la calle Mcal. López y Cnel. Cazal de esta ciudad, el COMITÉ EVALUADOR DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN, a los efectos de evaluar, conforme a los criterios establecidos en el llamado, la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 30/2.018 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES 2018-2019" ID N° 353.601.** El presente procedimiento se efectúa conforme a las disposiciones contenidas en la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas y reglamentada por Decreto No 21.909/03. Para tal efecto, fue conformado el Comité Evaluador según Resoluciones D. Nº 1.521/2.017, D. Nº 430/2.018 y D. Nº 1.305/2.018.-

ANTECEDENTES DEL LLAMADO

- La nota ADM HC Nº 816/2.018 de la Administración del Hospital de Clínicas por la cual remite la solicitud del Departamento de Técnico y de Mantenimiento para dar inicio a los trámites licitatorios para la REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES.-
- La Resolución D. N° 1.851/2.018 que aprueba el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones para la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 30/2.018 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES 2018-2019" ID N° 353.601.-
- La Nota DCP Nº 2.409/2.018 de fecha 05 de noviembre de 2.018, por la cual se comunica el llamado en tiempo y forma a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-
- Los Decretos N° 21909/03 y 5174/05 que reglamenta las Leyes N° 2051/03 y 3439/07 de "Contrataciones Públicas".-
- El Acta de Apertura de fecha 19 de noviembre de 2.018.-
- El Dictamen Nº 210/2.018, de la Asesoría Jurídica del Departamento de Contrataciones Públicas.
- El Informe Técnico de fecha 20 de noviembre del 2.018 remitido por la Jefa del Departamento Técnico y de Mantenimiento.-

PRIMERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, observándose la recepción de 2 (dos) ofertas: **COMPAÑÍA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A. y JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA.-**

SEGUNDO: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal sustancial**, llevado a cabo por el Comité el cual concluye que:

PERSONAS FISICAS

DESCRIPCION	JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA
Formulario de Oferta *	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. *	Cumple
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	No Aplica
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple (SIPE)

PERSONAS JURÍDICAS

DESCRIPCION	COMPAÑÍA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A.
Formulario de Oferta *	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Cumple (SIPE)
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	Cumple (SIPE)
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple (SIPE)

Observación: Para los oferentes que presentaron junto con su Oferta Constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), los documentos (sustanciales y no sustanciales) que se

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

encontraban en estado "Activo o Histórico" fueron verificados según los números de constancias detallados a continuación:

RUC	EMPRESA	Número de Constancia
80040095-0	COMPAÑÍA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A.	1.522.391
3723322-0	JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA	1.523.833

TERCERO: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal no sustancial**, llevado a cabo por el Comité en cual concluye que:

DESCRIPCION	COMPAÑÍA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A.	JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple (SIPE)	Cumple (SIPE)
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	Cumple (SIPE)	Cumple (SIPE)
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple (SIPE)	Cumple (SIPE)
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	Cumple	Cumple
Patente municipal vigente.	Cumple (SIPE)	Cumple
Certificado expedido por el Dpto. de Mantenimiento del Hospital de Clínicas. En caso de no realizar la visita técnica, deberá presentar una declaración jurada en la que manifieste que conoce los equipos a ser reparados y que en consecuencia cuenta con la información suficiente para preparar su Oferta y prestar el servicio de plena conformidad a lo requerido por la Convocante.	Cumple	Cumple
Antigüedad Mínima: 3 años comprobados con los Balances Impositivos presentados. (años 2015, 2016 y 2017).	Cumple	Cumple
Deberá presentar como mínimo 2 (dos) constancias actualizadas, emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, a mantenimiento y reparación de compresores y bombas de vacio medicinal con sus componentes eléctronicos de control, en los años 2016 y 2017, con sus respectivos contratos, objeto del presente llamado dependiendo de lo ofertado.	Cumple	Cumple
El oferente deberá demostrar mediante la presentación de facturas, contratos y/o actas de recepción, haber proveído a entidades privadas y/o públicas, en relación a mantenimiento y reparación de compresores y bombas de vacío medicinal con sus componentes electrónicos de control, objeto del presente llamado, dependiendo de lo ofertado, por un monto como mínimo 30% del monto máximo del contrato en promedio, de los dos últimos años (2016-2017). Se deberá presentar al menos 1 (un) contrato, factura y/o acta de recepción por cada año indicado.	Cumple	Cumple
Declaración jurada de que cuenta con una oficina técnica administrativa detallando el número de línea fija y de celular para la atención de reclamos de los equipos durante la vigencia del contrato y/o garantía.	Cumple	Cumple
Curriculum del profesional quien será encargado de los servicios (Ing. En Electricidad, Electrónica y/o Electromecánica), para realizar los servicios solicitados	Cumple	Cumple
Certificado de Origen Nacional, emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, el cual se constituye en prueba suficiente del carácter de producto nacional. La falta de presentación del Certificado de Origen Nacional, no constituye causal de rechazo de la oferta, sin embargo, decae el derecho de beneficiarse con el margen de preferencia nacional en la comparación de precios con el mismo producto de origen importado.	Presentó	Presentó

- ***Observación:*** *Conforme a lo publicado en la circular DNCP Nº 37/2.017, que para la aplicación del Margen de Preferencia , se tendrá en cuenta que el certificado es emitido por cada producto o servicio y en relación directa como beneficiaria a la firma o empresa que la produce o presta, no resultará posible que dicho documento sea utilizado por un eventual oferente distinto a aquel consignado en el referido documento, y menos aún se le aplique el beneficio de margen de preferencia establecido;* ***en otros términos se considera el Certificado como intransferible.***-

Durante la evaluación se requirió formalmente a través del Departamento de Contrataciones Públicas lo detallado a continuación:

** Obs.: La documentación requerida debía ser entregada hasta las 13:00hs del día 21 de noviembre de 2.018. Toda documentación y/o aclaración remitida fuera del plazo establecido se tendrá por no presentada.-*

1. **A COMPAÑÍA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A., según nota DCP Nº 2.569/2.018:**

- Explicación detallada de la composición del precio ofertado (ítems indicados en nota DCP)

La firma individualizada anteriormente, presentó en tiempo y forma el documento requerido, según consta en nota con M.E. DCP Nº 2.944/2.018.

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

2. **A JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA, según nota DCP Nº 2.570/2.018:**

- Antigüedad Mínima: 3 años comprobados con los Balances Impositivos presentados. (años 2015, 2016 y 2017).

La firma individualizada anteriormente, presentó en tiempo y forma el documento requerido, según consta en nota con M.E. DCP Nº 2.958/2.018.

CUARTO: se procede a evaluar la capacidad financiera de los oferentes: **COMPAÑÍA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A. y JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA,** de lo que resulta lo siguiente:

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A.								
índices Financieros	Datos Analizados	Valores Analizados por Año			Ratios por Año			Promedio
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Liquidez	ACTIVO CORRIENTE	10.709.581.760	12.183.199.479	16.555.519.753	5,59	10,40	7,13	**7,71**
	PASIVO CORRIENTE	1.914.274.635	1.171.171.447	2.322.211.442				
Endeudamiento	ACTIVO TOTAL	17.870.194.407	19.506.480.094	23.130.931.067	0,38	0,30	0,27	**0,31**
	PASIVO TOTAL	6.807.286.539	5.768.354.390	6.140.119.459				
Rentabilidad	PATRIMONIO NETO	11.062.907.868	13.738.125.704	16.990.811.608	42,48	49,53	56,01	**49,34**
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.699.843.062	6.805.026.719	9.516.562.754				
JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA								
índices Financieros	Datos Analizados	Valores Analizados por Año			Ratios por Año			Promedio
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Liquidez	ACTIVO CORRIENTE	348.051.571	626.012.315	1.323.457.955	6,63	5,49	27,94	**13,35**
	PASIVO CORRIENTE	52.487.139	114.106.870	47.369.430				
Endeudamiento	ACTIVO TOTAL	534.741.578	909.380.261	1.711.457.955	0,10	0,13	0,03	**0,08**
	PASIVO TOTAL	52.487.139	114.106.870	47.369.430				
Rentabilidad	PATRIMONIO NETO	482.254.439	469.453.244	781.344.620	14,67	66,44	110,75	**63,95**
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	70.769.172	311.891.376	865.317.531				

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2015, 2016 y 2017.
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2015, 2016 y 2017.
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio en los 3 últimos años, 2015, 2016 y 2017., no deberá ser negativo.

Por tanto, las empresas: **COMPAÑÍA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A. y JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA, cumplen con la Capacidad Financiera** exigida en el Pliego de Bases y Condiciones.

QUINTO: se procede a realizar el análisis de carácter técnico, conforme a los criterios establecidos en el llamado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y Art. 61 del Decreto N° 21.909 Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas y se procedió a clasificar la oferta según el monto de menor a mayor de lo que resulta lo siguiente:

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES 2018-2019

						COMPAÑÍA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A.		JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**Servicio de instalación/mantenimiento de sistemas de gases médicos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**15.543.332**				
1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp PASCAL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	783.333	7.750.000	7.750.000	550.000	550.000
1.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp ALFA LAVAL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	783.333	7.750.000	7.750.000	550.000	550.000
1.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp OHMEL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	783.333	7.750.000	7.750.000	550.000	550.000
1.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 5.5hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	826.667	13.175.000	13.175.000	579.500	579.500
1.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 10hp PASCAL: desarmar lubricar	Unidad	EVENTO	1	970.000	27.900.000	27.900.000	679.500	679.500

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

	rodamientos y filtros.								
1.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba vacio medico de 15hp OHIO: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	970.000	34.100.000	34.100.000	679.500	679.500
1.7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Tanque reservorio de vacio medico de 500 Lts TAUSEN: desarmar limpiar, desinfectar pintar.	Unidad	EVENTO	1	710.000	4.650.000	4.650.000	497.200	497.200
1.8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Tanque reservorio de aire medico de 500 Lts TAUSEN: desarmar limpiar, desinfectar pintar.	Unidad	EVENTO	1	710.000	4.650.000	4.650.000	497.200	497.200
1.9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 4 hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	593.333	11.625.000	11.625.000	416.000	416.000
1.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 5.5hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	583.333	13.175.000	13.175.000	410.000	410.000
1.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 15hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	1.026.667	23.250.000	23.250.000	719.000	719.000
1.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 15hp OHIO: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	1.020.000	27.900.000	27.900.000	714.200	714.200
1.13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de motor electrico de 15hp, control de giro, ruidos, limpieza de ventilador, ajuste de correa.	Unidad	EVENTO	1	610.000	7.750.000	7.750.000	427.500	427.500
1.14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Cañeria de vacio medico de 2pulg desarmar limpiar soldar pintar	Metro lineal	EVENTO	1	460.000	310.000	310.000	322.500	322.500
1.15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Cañeria de vacio medico de 1pulg desarmar limpiar soldar pintar	Metro lineal	EVENTO	1	450.000	279.000	279.000	315.100	315.100
1.16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Cañeria de vacio medico de 1/2pulg desarmar limpiar soldar pintar	Metro lineal	EVENTO	1	440.000	232.500	232.500	308.500	308.500
1.17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Secador de aire medico FINI, control de refrigerante, congelamiento, purgdor, limpieza general.	Unidad	EVENTO	1	660.000	12.400.000	12.400.000	462.500	462.500
1.18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Panel Indicador de gases medicos OHIO, control de indicador de nivel, sensores, placa electronica.	Unidad	EVENTO	1	533.333	12.400.000	12.400.000	374.000	374.000
1.19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Tablero automatico de manejo de equipos de gases medicos, reprogramacion de plc SIEMENS, relees, contactores, control de funciones	Unidad	EVENTO	1	710.000	23.250.000	23.250.000	497.500	497.500
1.20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de regulador de linea de aire medico, desarmar, limpiar, regular linea.	Unidad	EVENTO	1	640.000	2.635.000	2.635.000	448.500	448.500
1.21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de regulador de linea de oxigeno medico, desarmar, limpiar, regular linea.	Unidad	EVENTO	1	640.000	5.425.000	5.425.000	448.500	448.500
1.22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Banco de reserva de gases medicos, desarmar, limpiar, regular linea.	Unidad	EVENTO	1	640.000	3.100.000	3.100.000	448.500	448.500
2	**Servicio de instalación/mantenimiento de sistemas de gases médicos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**148.566.667**				
2.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp PASCAL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	7.583.333	14.520.000	14.520.000	5.310.000	5.310.000
2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp ALFA LAVAL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	7.583.333	14.520.000	14.520.000	5.310.000	5.310.000
2.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp OHMEL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	7.583.333	14.520.000	14.520.000	5.310.000	5.310.000
2.4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 5.5hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo,	Unidad	EVENTO	1	7.916.667	16.500.000	16.500.000	5.542.000	5.542.000

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

	trabajo de torneria.								
2.5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 10hp PASCAL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	9.766.667	28.600.000	28.600.000	6.837.000	6.837.000
2.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 15hp OHIO: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	11.833.333	41.800.000	41.800.000	8.283.500	8.283.500
2.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 4 hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	7.916.667	19.800.000	19.800.000	5.542.000	5.542.000
2.8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 5.5 hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	7.916.667	19.800.000	19.800.000	5.542.000	5.542.000
2.9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 15 hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	21.583.333	30.800.000	30.800.000	15.109.000	15.109.000
2.10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 15 hp OHIO: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	21.583.333	41.800.000	41.800.000	15.109.000	15.109.000
2.11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de motor electrico de 15hp: rebobinado, cambio de rodamientos, balanceo de eje, cambio de ventilador, cambio de correa.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	15.400.000	15.400.000	1.751.000	1.751.000
2.12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de toma de vacio medico: Provision y cambio de toma de vacio, desarmar limpiar soldar pintar	Unidad	EVENTO	1	2.166.667	1.760.000	1.760.000	1.517.000	1.517.000
2.13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Secador de aire medico: Provision y carga de gas, cambio de filtros, motor, purgadores.	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	31.900.000	31.900.000	3.151.000	3.151.000
2.14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Tablero automatico de manejo de equipos de gases medicos: Provision y cambio de contactor, termico, plc, fusibles.	Unidad	EVENTO	1	5.333.333	22.000.000	22.000.000	3.733.400	3.733.400
2.15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de regulador de linea de aire medico: Provision y cambio de regulador industrial de alto caudal para uso en gas medico, accesorios de conexión, soportes de fijacion.	Unidad	EVENTO	1	4.066.667	6.600.000	6.600.000	2.847.000	2.847.000
2.16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de regulador de linea de oxigeno medico: Provision y cambio de regulador industrial de alto caudal para uso en gas medico, accesorios de conexión, soportes de fijacion.	Unidad	EVENTO	1	4.066.667	15.400.000	15.400.000	2.847.000	2.847.000
2.17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Banco de reserva de gases medicos:Provision y cambio de conector flexible, rosca de bronce, indicador de presion.	Unidad	EVENTO	1	14.666.667	5.500.000	5.500.000	10.267.000	10.267.000
TOTAL OFERTADO						**592.676.500**		**114.903.100**	

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA POR AÑO				
	Año 2018		Año 2019	
	Monto Mínimo	**Monto Máximo**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**
Lote Nº 1	42.500.000	85.000.000	86.000.000	172.000.000
Lote Nº 2	57.500.000	115.000.000	114.000.000	228.000.000
TOTALES	**100.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**	**400.000.000**

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

Mcal.López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

La oferta presentada por la firma **JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA, CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

SEXTO: En consideración a la Resolución DNCP N° 849/2015 que reglamenta el análisis de las prohibiciones establecidas en el Art. 40, se realiza la verificación a través de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). De lo que resulta lo siguiente:

EMPRESA: COMPAÑÍA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A.				
Nro	**C.I.Nº**	**NOMBRE Y APELLIDO**	**Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos**	**Punto B: Verificación en el SINARH**
1	4.486.594	ALEJANDRO CARLOS ALONSO CALZATO	Actualmente, no se encontraron Registros para la C.I.	
2	4.551.815	SERGIO FELIX DA SILVA	Actualmente, no se encontraron Registros para la C.I.	
3	638.639	PEDRO ARISTIDES VILLALBA RAMIREZ	Actualmente, no se encontraron Registros para la C.I.	
EMPRESA: JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE				
Nro	**C.I.Nº**	**NOMBRE Y APELLIDO**	**Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos**	**Punto B: Verificación en el SINARH**
1	3.723.322	JAVIER RECALDE ENCINA	Actualmente, no se encontraron Registros para la C.I.	

- Teniendo en cuenta la documentación referida el Comité Evaluador de Llamados concluye que los oferentes (socios, directivos y/o representantes) mencionados anteriormente, actualmente, cumplen con la Capacidad Legal ya que no se encontraron datos que le fueran atribuibles para la descalificación.-

SÉPTIMO: Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, que incluyen los aspectos legales, técnicos y económicos y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, concordante con los Art. 26 y 27, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda adjudicar el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 30/2.018 **"REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES 2018-2019" ID N° 353.601,** a la empresa:

JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA							
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72154020-001**	**Servicio de instalación/mantenimiento de sistemas de gases médicos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp PASCAL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
1.2		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp ALFA LAVAL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
1.3		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp OHMEL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
1.4		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 5.5hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	579.500	579.500
1.5		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 10hp PASCAL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	679.500	679.500
1.6		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba vacio medico de 15hp OHIO: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	679.500	679.500
1.7		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Tanque reservorio de vacio medico de 500 Lts TAUSEN: desarmar limpiar, desinfectar pintar.	Unidad	EVENTO	1	497.200	497.200
1.8		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Tanque reservorio de aire medico de 500 Lts TAUSEN: desarmar limpiar	Unidad	EVENTO	1	497.200	497.200

Mcal. Lopez y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

		desinfectar pintar.					
1.9		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 4 hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	416.000	416.000
1.10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 5.5hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
1.11		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 15hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	719.000	719.000
1.12		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 15hp OHIO: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1	714.200	714.200
1.13		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de motor electrico de 15hp, control de giro, ruidos, limpieza de ventilador, ajuste de correa.	Unidad	EVENTO	1	427.500	427.500
1.14		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Cañeria de vacio medico de 2pulg desarmar limpiar soldar pintar	Metro lineal	EVENTO	1	322.500	322.500
1.15		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Cañeria de vacio medico de 1pulg desarmar limpiar soldar pintar	Metro lineal	EVENTO	1	315.100	315.100
1.16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Cañeria de vacio medico de 1/2pulg desarmar limpiar soldar pintar	Metro lineal	EVENTO	1	308.500	308.500
1.17		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Secador de aire medico FINI, control de refrigerante, congelamiento, purgdor, limpieza general.	Unidad	EVENTO	1	462.500	462.500
1.18		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Panel Indicador de gases medicos OHIO, control de indicador de nivel, sensores, placa electronica.	Unidad	EVENTO	1	374.000	374.000
1.19		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Tablero automatico de manejo de equipos de gases medicos, reprogramacion de plc SIEMENS, relees, contactores, control de funciones	Unidad	EVENTO	1	497.500	497.500
1.20		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de regulador de linea de aire medico, desarmar, limpiar, regular linea.	Unidad	EVENTO	1	448.500	448.500
1.21		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de regulador de linea de oxigeno medico, desarmar, limpiar, regular linea.	Unidad	EVENTO	1	448.500	448.500
1.22		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Banco de reserva de gases medicos, desarmar, limpiar, regular linea.	Unidad	EVENTO	1	448.500	448.500
2	**72154020-001**	**Servicio de instalación/mantenimiento de sistemas de gases médicos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
2.1		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp PASCAL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	5.310.000	5.310.000
2.2		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp ALFA LAVAL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	5.310.000	5.310.000
2.3		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp OHMEL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	5.310.000	5.310.000
2.4		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 5.5hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	5.542.000	5.542.000
2.5		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 10hp PASCAL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	6.837.000	6.837.000
2.6		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 15hp OHIO: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	8.283.500	8.283.500
2.7		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 4 hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	5.542.000	5.542.000
2.8		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 5.5 hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	5.542.000	5.542.000
2.9		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 15 hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	15.109.000	15.109.000
2.10		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 15 hp OHIO: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1	15.109.000	15.109.000

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

2.11		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de motor electrico de 15hp: rebobinado, cambio de rodamientos, balanceo de eje, cambio de ventilador, cambio de correa.	Unidad	EVENTO	1	1.751.000	1.751.000
2.12		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de toma de vacio medico: Provision y cambio de toma de vacio, desarmar limpiar soldar pintar	Unidad	EVENTO	1	1.517.000	1.517.000
2.13		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Secador de aire medico: Provision y carga de gas, cambio de filtros, motor, purgadores.	Unidad	EVENTO	1	3.151.000	3.151.000
2.14		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Tablero automatico de manejo de equipos de gases medicos: Provision y cambio de contactor, termico, plc, fusibles.	Unidad	EVENTO	1	3.733.400	3.733.400
2.15		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de regulador de linea de aire medico: Provision y cambio de regulador industrial de alto caudal para uso en gas medico, accesorios de conexión, soportes de fijacion.	Unidad	EVENTO	1	2.847.000	2.847.000
2.16		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de regulador de linea de oxigeno medico: Provision y cambio de regulador industrial de alto caudal para uso en gas medico, accesorios de conexión, soportes de fijacion.	Unidad	EVENTO	1	2.847.000	2.847.000
2.17		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Banco de reserva de gases medicos:Provision y cambio de conector flexible, rosca de bronce, indicador de presion.	Unidad	EVENTO	1	10.267.000	10.267.000
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN						**114.903.100**	

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA POR AÑO				
	Año 2018		Año 2019	
	Monto Mínimo	**Monto Máximo**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**
Lote Nº 1	42.500.000	85.000.000	86.000.000	172.000.000
Lote Nº 2	57.500.000	115.000.000	114.000.000	228.000.000
TOTALES	**100.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**	**400.000.000**

Con lo que se dio por terminado el acto siendo las 08:30hs., a los 28 días del mes de noviembre del dos mil dieciocho. Luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas que conforman el Comité Evaluador en prueba de conformidad.

Se adjunta:

1- El Informe Técnico de fecha 20 de noviembre del 2.018 remitido por la Jefa del Departamento Técnico y de Mantenimiento.-
2- Se adjunta a este Informe Constancias de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). Foliadas individualmente.-

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. JORGE EDUARDO GIUBI BOBEDA
MIEMBRO DEL COMITÉ

DRA. OLGA L. GONZALEZ AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

DRA. ROSALINA AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. NERIS AGUILAR
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. ALBERTO CANO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. LIZANIA CARDOZO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. VICTOR VILLALBA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. MARCELA AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

INFORME TÉCNICO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 30/ 2018 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES 2018-2019 - ID: 353601

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**
1	**72154020-001**	**Servicio de instalación/mantenimiento de sistemas de gases médicos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
1.1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp PASCAL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1
1.2		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp ALFA LAVAL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1
1.3		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp OHMEL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1
1.4		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 5.5hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1
1.5		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 10hp PASCAL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1
1.6		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba vacio medico de 15hp OHIO: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1
1.7		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Tanque reservorio de vacio medico de 500 Lts TAUSEN: desarmar limpiar, desinfectar pintar.	Unidad	EVENTO	1
1.8		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Tanque reservorio de aire medico de 500 Lts TAUSEN: desarmar limpiar, desinfectar pintar.	Unidad	EVENTO	1
1.9		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 4 hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1
1.10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 5.5hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1
1.11		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 15hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1
1.12		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 15hp OHIO: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1
1.13		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de motor electrico de 15hp, control de giro, ruidos, limpieza de ventilador, ajuste de correa.	Unidad	EVENTO	1
1.14		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Cañeria de vacio medico de 2pulg desarmar limpiar soldar pintar	Metro lineal	EVENTO	1
1.15		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Cañeria de vacio medico de 1pulg desarmar limpiar soldar pintar	Metro lineal	EVENTO	1
1.16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Cañeria de vacio medico de 1/2pulg desarmar limpiar soldar pintar	Metro lineal	EVENTO	1
1.17		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Secador de aire medico FINI, control de refrigerante, congelamiento, purgdor, limpieza general.	Unidad	EVENTO	1
1.18		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Panel Indicador de gases medicos OHIO, control de indicador de nivel, sensores, placa electronica.	Unidad	EVENTO	1
1.19		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Tablero automatico de manejo de equipos de gases medicos, reprogramacion de pic SIEMENS, relees, contactores, control de funciones	Unidad	EVENTO	1
1.20		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de regulador de linea de aire medico, desarmar, limpiar, regular linea.	Unidad	EVENTO	1
1.21		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de regulador de linea de oxigeno medico, desarmar, limpiar, regular linea.	Unidad	EVENTO	1
1.22		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Banco de reserva de gases medicos, desarmar, limpiar, regular linea.	Unidad	EVENTO	1
2	**72154020-001**	**Servicio de instalación/mantenimiento de sistemas de gases médicos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
2.1		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp PASCAL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1
2.2		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp ALFA LAVAL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1
2.3		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp OHMEL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1
2.4		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 5.5hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1
2.5		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 10hp PASCAL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1
2.6		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 15hp OHIO: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1
2.7		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 4 hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1
2.8		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 5.5 hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1
2.9		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 15 hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1
2.10		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 15 hp OHIO: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1
2.11		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de motor electrico de 15hp: rebobinado, cambio de rodamientos, balanceo de eje, cambio de ventilador, cambio de correa.	Unidad	EVENTO	1
2.12		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de toma de vacio medico: Provision y cambio de toma de vacio, desarmar limpiar soldar pintar	Unidad	EVENTO	1
2.13		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Secador de aire medico: Provision y carga de gas, cambio de filtros, motor, purgadores.	Unidad	EVENTO	1
2.14		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Tablero automatico de manejo de equipos de gases medicos: Provision y cambio de contactor, termico, plc, fusibles.	Unidad	EVENTO	1
2.15		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de regulador de linea de aire medico: Provision y cambio de regulador industrial de alto caudal para uso en gas medico, accesorios de conexión, soportes de fijacion.	Unidad	EVENTO	1
2.16		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de regulador de linea de oxigeno medico: Provision y cambio de regulador industrial de alto caudal para uso en gas medico, accesorios de conexión, soportes de fijacion.	Unidad	EVENTO	1
2.17		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Banco de reserva de gases medicos:Provision y cambio de conector flexible, rosca de bronce, indicador de presion.	Unidad	EVENTO	1

Ing. Ramón Ruiz Saucedo
Coordinador
Seccion Electromedicina y Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Arq. María Cristina Orue Ayala
Jefe
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. / U.N.A

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

000001

INFORME TÉCNICO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 30/ 2018 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES 2018-2019 - ID: 353601

DESCRIPCIÓN	COMPAÑÍA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A.	JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA
Deberá presentar como mínimo 2 (dos) constancias actualizadas, emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual, a mantenimiento y reparación de compresores y bombas de vacio medicinal con sus componentes eléctronicos de control, en los años 2016 y 2017, con sus respectivos contratos, objeto del presente llamado dependiendo de lo ofertado.-	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de que cuenta con una oficina técnica administrativa detallando el número de línea fija y de celular para la atención de reclamos de los equipos durante la vigencia del contrato y/o garantía.-	CUMPLE	CUMPLE
Curriculum del profesional quien será encargado de los servicios (Ing. En Electricidad, Electrónica y/o Electromecánica), para realizar los servicios solicitados.-	CUMPLE	CUMPLE
Certificado expedido por el Dpto. de Mantenimiento del Hospital de Clínicas. En caso de no realizar la visita técnica, deberá presentar una declaración jurada en la que manifieste que conoce los equipos a ser reparados y que en consecuencia cuenta con la información suficiente para preparar su Oferta y prestar el servicio de plena conformidad a lo requerido por la Convocante.-	CUMPLE	CUMPLE

2000002

OBSERVACIÓN: CUMPLE – NO CUMPLE - SOLICITAR

Arq. María Cristina Orue Ayala
Jefe
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. / U.N.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY ★ Dpto. Técnico y Mantenimiento ★ UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
F.C.M. - UNA

Ing. Ramón Ruiz Saucedo
Coordinador
Sección Electromecánica y Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

Constancia Nro.:
683697

6 8 3 6 9 7

http://www.documentos.gov.py

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **ALEJANDRO CARLOS ALONSO CALZATO**, Ciudadano/a URUGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 4486594, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Articulo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 23 noviembre 2018, 7:05

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 8709/2018

Código de Verificación:
gnm0 x1gl hg9f
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

0000003

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.documentos.gov.py

Constancia Nro.:
683699
6 8 3 6 9 9

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **SERGIO FELIX DA SILVA**, Ciudadano/a BRASILEÑA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 4551815, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaria de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Articulo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 23 noviembre 2018, 7:08

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 8709/2018

Código de Verificación:
s7yj pkkq vgsw
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

0000004

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.documentos.gov.py

Constancia Nro.:
683700

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **PEDRO ARISTIDES VILLALBA RAMIREZ**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 638639, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaria de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Articulo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 23 noviembre 2018, 7:09

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 8709/2018

Código de Verificación:
4y2v yktm k9c8
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

0000005

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

Constancia Nro.: **683701**

6 8 3 7 0 1

http://www.documentos.gov.py

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **JAVIER RECALDE ENCINA**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 3723322, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vinculo	Mes/Año	Objeto del Gasto	Movimiento

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Artículo 99 del Decreto N° 8452/2018 (reglamentario de la Ley del Presupuesto - Ejercicio Fiscal 2018); sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 8452/2018 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y COMISIONADOS en el marco del cumplimiento de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia con el Art. 96 inc b) de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionarios permanentes y contratados a la SFP dentro de los 15 días hábiles siguiente al cierre de cada mes calendario.

Los datos que se disponibilizan de las bases de Altas y Bajas para la funcionalidad de las constancias de ser o no funcionarios públicos, son datos que cada OEE ha remitido a la SFP a través del SICCA dando cumplimiento al marco normativo, según los procedimientos reglamentados por la SFP en su carácter de administrador del sistema, que se halian debidamente publicados en www.paraguayconcursa.gov.py.

Fecha de Emisión: 23 noviembre 2018, 7:09

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

GOBIERNO NACIONAL

Secretaria de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 8709/2018

Código de Verificación:
3tn8 aave xkz9
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

0000006