10	3.18	Detección de marcapasos, pruebas de interferencia electroquirúrgica	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.19	Posibilidad de registrar datos del paciente	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.20	Parámetros incorporados	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.1	ECG:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.1.1	Con cable ECG de 3 y 5 latiguillos	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.1.2	Análisis de segmento ST en al menos 2 canales.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.1.3	Deberá tener como mínimo 10 tipos de arritmias	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.1.4	Detección de pulsos de marcapasos	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.1.5	Protección contra interferencia de defibriladores y electrobisturi	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031

MS César Negros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

10	3.21.1.6	Visualización simultanea de 7 formas de onda de ECG.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.1.7	Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico de: tablas, gráficos, tortas o tendencias.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.1.8	Ancho de banda: Diagnóstico 0.05 a 100Hz o mejor, Monitor 0.5 a 40Hz	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.1.9	Velocidad de barrido: 6.25; 12.5; 25 y 50 mm/s	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.1.10	Rango de ECG: Adulto: 25 LPM o menos, a 250 LPM o más	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.1.11	Posibilidad de análisis de 12 derivaciones: 208 resultados de referencia diagnóstica	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.2	Respiración:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.2.1	Frecuencia respiratoria:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.2.2	Adultos: de 0 a al menos 120 rpm	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031

000094

MS. César Yegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

10	3.21.2.3	Despliegue de onda de respiración	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.2.4	Indicación de frecuencia respiratoria	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.2.5	Velocidad de barrido: 6.25; 12.5; 25 y 50 mm/s	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3	SpO2:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.1	3.23.3.1- Despliegue de onda plestimográfica e índice de perfusión.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.2	Indicación de Saturación de Oxígeno de 0 a 100%	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.3	Resolución: 1 %	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.4	Frecuencia de pulso de 25 LPM o menos, a 250 LPM o más	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.5	Presión No Invasiva:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031

000089

MS. César Vegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

10	3.21.3.5	.1- Inflado y desinflado automático del maguito de presión	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.5	.2- Configuración de intervalos de tiempo para mediciones automáticas	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.5	.3- Despliegue en pantalla de presión Sistólica, Diastólica y media	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.5	.4- Despliegue en pantalla de presión sistólica y diastólica	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.5	.5- Repetición del modo automático: según rango de especificaciones de cada fabricante de como mínimo entre 1 y 480 minutos.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.5	.6- Rango de medición de presión: 40 a 270mmHg	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.5	.7- Prueba de fuga y calibración de presión automática	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.5	.8- Doble protección de seguridad de sobrepresión	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.6	3.23.5- Presión Invasiva (2 canales):	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031

MS. César Negros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

10	3.21.3.7	3.23.5.1- Rango de medición: de -50 a 300 mmHg	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.3.8	3.23.5.2- Medición de presión: ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.4	Temperatura:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.4.1	Medición de temperatura por dos canales	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.4.2	Rango de medición de: 25 °C o menos a 45 °C o más.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.21.4.3	Medición de la diferencia de temperatura de los canales	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.22	Alarmas:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.22.1	Alarmas sonoras luminosas	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.22.2	Distintos tonos de alarma según la gravedad de la misma	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031

MS. César Negros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

10	3.22.3	Mensaje de alarma en la pantalla con codificación de color según la gravedad	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.22.4	Valor numérico de la medición de alarmas con parpadeo en la pantalla	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.22.5	Configuración de límites de alarmas	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.22.6	Almacenamiento de 100 sucesos de alarmas como mínimo	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.23	Impresora:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.23.2	Ancho de impresión: 50mm	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.23.3	Velocidad de papel: 25, 50mm/s	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.24	Interfaz:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.24.1	Puertos USB (al menos uno)	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031

000038

MS. César Yegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

10	3.24.2	Lector de tarjeta SD	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.24.3	Puerto de Red RJ45	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.24.4	Salida VGA	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.24.5	Salida análoga y llamado de enfermera	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.25	Accesorios por cada equipo	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.25.1	Un Cable para ECG con cable paciente de 5 latiguillos	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.25.2	Dos Sensores SpO2 reutilizable para pacientes adultos	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.25.3	Un Mangueras de conexión para presión no invasiva	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.25.4	Cinco Brazaletes para presión no invasiva para adultos medianos	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031

MS. César Yegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

10	3.25.5	Un Cable interfase para presión invasiva	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.25.6	Cinco Sets de catéteres desechables para PI estériles con fecha de vencimiento a 1 año de la fecha de entrega del material	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo**	000022 al 000031
10	3.25.7	Un Sensor de temperatura adulto	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.25.8	Todos los cables extensores en caso de que se requieran	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	3.25.9	1 Batería recargable	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	4	OTRAS CARACTERISTICAS	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	4,1	Voltaje: 220 ac (min/max), 50Hz con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE7/4 tipo F (Schuko)	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	4,2	Manuales: Al menos un (01) del usuario o de operación y al menos un (01) manual técnico impreso y una copia en CD, que serán entregados en el momento de la recepción el equipo. Todos los manuales impresos serán originales del fabricante y no fotocopias ni traducciones.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	4,3	Catálogos en idioma Español, Portugués o inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031

000100

MS. César Negros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

10	4,4	Capacitación a usuarios sobre el funcionamiento del equipo y capacitación técnica al personal técnico del Departamento de Electromedicina.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	4,5	Se deberá incluir todos los cables, accesorios, insumos y materiales en general que no estén mencionados en las especificaciones técnicas, y que sean necesarios para la instalación y el funcionamiento de los equipos	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	4,6	Garantía: Un (01) año como mínimo desde la instalación y puesta en funcionamiento.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
10	4,7	Mantenimientos preventivos según epecificaciones del fabricante y soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	000022 al 000031
			NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 3 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.	000022 al 000031
12		**Lampara quirurgica de techo**		
12	1	Descripcion	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 24 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	**000038 al 000040**
12	1,1	Cialitica de techo para iluminar el campo quirúrgico durante la exploración o maniobras quirúrgicas. Equipo no invasivo, utilizado en el quirófano de unidades de segundo y tercer nivel de atención	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 24 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	**000038 al 000040**
12	2	Datos provistos por el Fabricante	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 24 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	**000038 al 000040**

000104

Ms. César Negros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

12	2,1	Marca:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 24 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	**000038 al 000040**
12	2,2	Modelo:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 24 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	**000038 al 000040**
12	2,3	Origen:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 24 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	**000038 al 000040**
12	2,4	Dirección web del fabricante:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 24 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	**000038 al 000040**
12	2,5	La construcción deberá cumplir con normas de calidad CE, FDA, JIS, ISO 13485 o Mercosur. Al menos una de ellas.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 24 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	**000038 al 000040**
12	2,6	Indice de proteccion de cupulas: IP54 cnforme a la norma IEC 144 o superior. Se debe demostrar el grado de proteccion contra polvo y agua del equipo ofertado	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 24 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	**000038 al 000040**
12	3	Descripción:	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 24 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	**000038 al 000040**
12	3,1	Montaje de columna fija al techo, con tres brazos articulados.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 24 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	**000038 al 000040**
12	3,2	Dos brazos deben ser porta lámpara, cada uno con giro rotatorio de al menos 330°, ajuste vertical mínimo de 90 cm a +/- 45°.	**NO CUMPLE : A solicitud de la convocante presento catalogos de 24 modelos , sin embargo no se aclara a la convocante cual es el modelo ofertado por lo q no se puede evaluar objetivamente el item.**	**000038 al 000040**

MS. César Yepes
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C