7. **INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CUADRO DE PRECIOS:**

EMPRESA	ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	CÓDIGO SIH	MATERIAL	DESCRIPCION DEL ARTICULO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO C/ IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/ IVA INCLUIDO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO /IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL/ IVA INCLUIDO	%	RECOMENDACIONES
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICINALES S.S.R.L.	1	42295453-004	5915	11001248	BOLSA PARA COLOSTOMIA BOLSA P/COLOSTOMIA C/ANILLO DE TIPO KARAYA DE 51 MM	ADHESIVO HIPOALERGENICO, CON PRESILLA P/ CINTURON, DRENABLE, REUTILIZABLE, SISTEMA ANTIOLOR	UNIDAD	UNIDAD	CAJA/5 UNIDADES COMO MINIMO	11.000	22.000	35.662	784.564.000	HOLLISTER	USA	29.980	659.560.000	-16%	**UNICA OFERTA.** LA MUESTRA PRESENTADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC. **SE SUGIERE ADJUDICAR.**
	2	42295453-004	3849	11001263	BOLSA PARA COLOSTOMIA BOLSAS PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA 64 MM (+ - 1)	ADHESIVO HIPOALERGENICO, CON PRESILLA P/ CINTURÓN, DRENABLE, REUTILIZABLE, SISTEMA ANTIOLOR	UNIDAD	UNIDAD	CAJA X 5 UNIDADES COMO MINIMO	7.500	15.000	36.300	544.500.000	HOLLISTER	USA	29.980	1.088.274.000	-17%	**UNICA OFERTA.** LA MUESTRA PRESENTADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC. **SE SUGIERE ADJUDICAR.**
MATHER COMPANY S.R.L.	3	42221612-001	3737	11001502	LLAVE DE 3 VIAS, LLAVE DE 3 VIAS DESECHABLE	PLÁSTICO RÍGIDO ESTERIL, CONEXIÓN A ROSCA	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	54000	108.000	3338	360.504.000	POLYMED	INDIA	2.000	216.000.000	-40%	MENOR OFERTA. LA MUESTRA PRESENTADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC. **SE SUGIERE ADJUDICAR.**
MEDSUPAR														WEGO	CHINA	2.600	280.800.000	-22%	LA MUESTRA PRESENTADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC.
MAKRI S.A.														MEDIKIT	INDIA	2.690	290.520.000	-19%	LA MUESTRA PRESENTADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC.
EUROQUIMICA														EASTMARK	CHINA	2.750	297.000.000	-18%	LA MUESTRA PRESENTADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC.
ALL MED IMPORT - EXPORT														EMBRAMED	BRASIL	2.900	313.200.000	-13%	LA MUESTRA PRESENTADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC.

Lic. Marta E. Colmán G.
Secc. Planificación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

Lic. Aura Branco
Secc. Planificación de Sum. de Salud
D.L.S.S.-I.P.S

Instituto de Previsión Social
Lic. Sonnia González
R.P. N° 2.139
Supervisora - Dpto de Enfermería HC

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Sara Enciso Oveiar
Abogada - Mat. N° 41.062
DIRECCIÓN JURÍDICA

Departamento Técnico de Contrataciones
ncfranco

2022-03-14 14:49:26 | 1630308

332

"CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 60/2021" ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS EN STOCK CRITICO PARA EL IPS" ID 404.810

EMPRESA	ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	CÓDIGO SIH	MATERIAL	DESCRIPCION DEL ARTICULO	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO C/ IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/ IVA INCLUIDO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO /IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL/ IVA INCLUIDO	%	RECOMENDACIONES
DIPROAN S.R.L.														TRO-VENO FLOW 3	TROGE MRDICAL GMBH - ALEMANIA	3.000	324.000.000	-10%	LA MUESTRA PRESENTADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC
AO POTENSIA														ENDOMED	CHINA	3.100	335.272.000	-7%	LA MUESTRA PRESENTADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC
CIRUMED														ABLE	CHINA	4.290	463.320.000	29%	LA MUESTRA PRESENTADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC
MAKRI	4	42221616-002	7347	11001097	PROLONGADOR CON LLAVE DE 3 VIAS	ALARGADOR DE PVC DE 10 CM (+5), TRANSPARENTE CON LLAVE GIRATORIA DE 360°, 2 CONECTORES A ROSCA O A PRESION HEMBRA Y UN CONECTOR A ROSCA O PRESION ROTATORIO MACHO. DESECHABLE. NO PIROGENO. LIBRE DE LATEX ESTERIL. ENVASE INDIVIDUAL. GRADO MEDICO	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	9000	18.000	6571	118.278.000	MEDIKIT	INDIA	2.780	50.040.000	-58%	LA MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC SE SOLICITA ALARGADOR DE PVC DE 10 CM (+ 5), LA MUESTRA PRESENTADA MIDE 25 CM DE LONGITUD
MATHER COMPANY S.R.L.														POLYMED	INDIA	3.500	63.000.000	-47%	LA MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC SE SOLICITA ALARGADOR DE PVC DE 10 CM (+ 5), LA MUESTRA PRESENTADA MIDE 25 CM DE LONGITUD
MEDSUPAR														WEGO	CHINA	5.000	90.000.000	-24%	LA MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC SE SOLICITA ALARGADOR DE PVC DE 10 CM (+ 5), LA MUESTRA PRESENTADA MIDE 20 CM DE LONGITUD
EUROQUIMICA														EASTMARK	CHINA	6.600	118.800.000	0%	LA MUESTRA PRESENTADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC **SE SUGIERE ADJUDICAR**

Lic. Marta R. Colmán G.
Secc. Planificación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

Lic. Adral Fraticó
Secc. Planificación de Sum. de Salud
D.L.S.S.-I.P.S

Instituto de Previsión Social
Lic. Sonnia González
R.P. N° 2.139
Supervisora - Dpto de Enfermería HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Elena Enciso Ovelar
Abogada - Mat. Nº 41.052
DIRECCION JURIDICA

Departamento Técnico de Contrataciones
ncfranco

2022-03-14 14:48:26 (5146310)

331

EMPRESA	ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	CÓDIGO SIH	MATERIAL	DESCRIPCION DEL ARTICULO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO C/IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/ IVA INCLUIDO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO /IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL/ IVA INCLUIDO	%	RECOMENDACIONES
CIRUMED														ABLE	CHINA	7.150	128.700.000	9%	LA MUESTRA PRESENTADA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC SE SOLICITA ALARGADOR DE PVC DE 10 CM (+-5), LA MUESTRA PRESENTADA MIDE 50 CM DE LONGITUD
Vicente Scavone & CIA SAE														PROWAY EXTLARS MEDICARE	INDIA	7.500	135.000.000	14%	LA MUESTRA PRESENTADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC EL ALARGADOR DE PVC **MIDE 15 CM.**

De acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 1890/20, ***Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al veinticinco por ciento (25%) para ofertas por debajo del precio referencial y del quince por ciento (15%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación.***

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

En este punto, el Comité de Evaluación se <u>ha solicitado el desglose de precios ofertados a las firmas Mather Company, Cirumed y Kakri, debido a que las mismas no encuentran dentro del rango establecido por la DNCP</u>.

ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO

El Sistema de Adjudicación es: Abastecimiento Simultáneo por ITEM y será utilizada la Modalidad de Contrato Abierto por Cantidades Mínimas y Cantidades Máximas.

- En caso de que exista 3 (tres) oferta. La adjudicación se distribuirá de la siguiente forma: 50% para la oferta mejor calificada, 30 % para la siguiente mejor calificada y 20 % para la siguiente mejor calificada, que acepte adecuar su precio al de la oferta evaluada como la más baja.
- En caso de que exista 2 (dos) ofertas. La adjudicación se distribuirá de la siguiente forma: 60% para la oferta mejor calificada, 40% para la siguiente mejor calificada que acepte adecuar su precio al de la oferta evaluada como la más baja.
- En caso de que exista 1 (una) sola oferta, y ésta cumpla con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del presente llamado, oferte por la cantidad máxima de todos los ítems y tenga la capacidad para ejecutar el contrato, la Convocante podrá adjudicar a dicha oferta por la totalidad de lo ofertado

Que, se han solicitado a las empresas la aceptación de adecuar sus precios ofertados al de la oferta más baja teniendo en cuenta que para el presente llamado se utilizó la modalidad de abastecimiento simultaneo conforme a los términos de referencia.

Lic. Marta E. Colmán G.
Secc. Planificación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

Lic. Aura Franco
Secc. Planificación de Sum. de Salud
D.L.S.S - I.P.S

Instituto de Previsión Social
Lic Sonnia González
R.P. N° 2.139
Supervisora - Dpto de Enfermería HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Eneiso Ocelar
Jefa - Mat. N° 47.062

330

Departamento Técnico de Contrataciones

2022 03 31 17:18:16 5146338

"CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 60/2021" ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS EN STOCK CRITICO PARA EL IPS" ID 404.810

	ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	CÓDIGO SIH	MATERIAL	DESCRIPCION DEL ARTICULO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	Cantidad Mínima AB	Cantidad Máxima AB	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	OBS
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICINALES S.R.L.	1	42295453-004	5915	11001248	BOLSA PARA COLOSTOMIA : BOLSA P/COLOSTOMIA C/ANILLO DE TIPO KARAYA DE 51 MM	ADHESIVO HIPOALÉRGENICO, CON PRESILLA P/ CINTURÓN, DRENABLE, REUTILIZABLE. SISTEMA ANTIOLOR.	UNIDAD	UNIDAD	CAJA/5 UNIDADES COMO MINIMO	11.000	22.000	11.000	22.000	29.980	₲ 659.560.000	100%
	2	42295453-004	3849	11001263	BOLSA PARA COLOSTOMIA : BOLSAS PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA 64 MM (+ - 1)	ADHESIVO HIPOALERGENICO, CON PRESILLA P/ CINTURÓN. DRENABLE, REUTILIZABLE. SISTEMA ANTIOLOR.	UNIDAD	UNIDAD	CAJA X 5 UNIDADES COMO MINIMO	7.500	15.000	7.500	15.000	29.980	₲ 449.700.000	100%
MATHER COMPANY S.R.L.	3	42221612-001	3737	11001502	LLAVE DE 3 VÍAS: LLAVE DE 3 VÍAS DESECHABLE	PLÁSTICO RÍGIDO ESTÉRIL, CONEXIÓN A ROSCA	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	54000	108.000	32.400	64.800	2.000	₲ 129.600.000	60%
MEDSUPAR												21.600	43.200	2.000	₲ 86.400.000	40%
EUROQUIMICA	4	42221616-002	7347	11001097	PROLONGADOR CON LLAVE DE 3 VÍAS	ALARGADOR DE PVC DE 10 CM (+5), TRANSPARENTE CON LLAVE GIRATORIA DE 360°, 2 CONECTORES A ROSCA O A PRESION HEMBRA Y UN CONECTOR A ROSCA O PRESION ROTATORIO MACHO, DESECHABLE. NO PIROGENO. LIBRE DE LATEX ESTERIL. ENVASE INDIVIDUAL GRADO MEDICO.	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	9000	18.000	5.400	10.800	6.600	₲ 71.280.000	60%
Vicente Scavone & CIA SAE												3.600	7.200	6.600	₲ 47.520.000	40%
Monto total adjudicado: Guaranies un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones sesenta mil IVA incuido															₲ 1.444.060.000	

Lic. Marta E. Colmán G.
Secc. Planificación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

Lic. Secc. Planificación de Sum. de Salud
D.L.S.S.-I.P.S

Instituto de Previsión Social
Lic Sonnia González
R.P. N° 2.139
Supervisora - Dpto de Enfermería HC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sara Enciso Avelar
Abogada - Mat. N° 41.062
DIRECCION JURÍDICA

Departamento Técnico de Contrataciones
ncfranco
2022 02 14 14:36:51 467 03

329