SUOC. N° 24
HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
TELEFAX: (021) 752.881

ACTA COMITÉ DE EVALUACION

CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2010 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS"

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, a los diez y nueve días del mes de julio de dos mil diez, siendo las 12:00 hs., en la dependencia de la Sub UOC Nº 24 – Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso, sito en las calles Boquerón e/ Ingavi y Cañada Tarija, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación de la Sub Unidad constituido por: Lic. Lidia Barrios, Administradora; Abog. Graciela Gómez Riveros, Asesora Jurídica; y Sra. Laura Alcaraz, Funcionaria Administrativa, a los efectos de realizar la evaluación de las ofertas presentadas para la Contratación Directa **Nº 05/2010 para el "Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos" I.D. Nº 198.299 – Exp. Nº 308.889.**

Al efecto del Análisis del Cumplimiento de las exigencias establecidas para los oferentes así como las formalidades del proceso, forma parte del presente Acta, las Bases y Condiciones y demás documentos que se detallan seguidamente.

1. Se cursaron invitaciones en fecha 09/07/2010 a las Empresas: 3 C S.R.L. – ALMAPI REPRESENTACIONES S.R.L. – CIRUMED – DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. – VIPAL S.A.-
2. La junta de Aclaraciones fue realizada en fecha 07/07/2010, conforme consta en el Acta labrado en dicha oportunidad, que no se ha realizado ninguna consulta por parte de los oferentes en el cual forma parte de la presente evaluación.
3. La presentación y Apertura de los Sobres fue realizada en fecha 15/07/2010 a las 10.00 hs., conforme consta en acta labrado, al cual se da lectura, donde se ha recepcionado 7 (SIETE) sobres de las empresas: **NELSON ARCOS – ASISTEC INSTRUMENTACION – JUAN RAMON VALINOTTI M – ING. LUIS A. OLMEDO – D.Y.S.A – VIPAL S.A. y ALEXANDER**

Para la realización de la presente evaluación, el comité recibió 7 (siete) carpetas originales presentados por los oferentes mencionados en el Acta de Apertura señalados más arriba.

4. Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el Anexo 1 "Evaluación de la Documentación requerida", el cual forma parte del presente informe. . Los oferentes presentaron los documentos legales de carácter sustancial solicitados en la nota de invitación, según consta en el Anexo 1 "Planilla de Evaluación de la Documentación requerida". Se deja constancia de que el oferente Ing. Luis Alberto Díaz Olmedo ha presentado su Oferta sin foliar, por lo que ha sido eliminado del proceso de recomendación de Adjudicación.

Lic. Lidia R. Barrios
Administradora
S. Dist. M. R. Alonso

Laura Alcaraz

Abg. Graciela Gómez

5. Se realizó la evaluación técnica de la oferta, en el anexo 2 "Formulario de Carta/Oferta, donde el oferente cumple con los requisitos solicitados para el procedimiento de la Contratación Directa. Anexo 3 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas".

6. Se procede a la realización del Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual se anexa y forma parte del presente Acta.

7. Luego de un análisis exhaustivo de las ofertas recibidas y las documentaciones que respaldan dichas ofertas, este Comité de Evaluación Recomienda Adjudicar a las siguientes Empresas:

a. **Alexander** los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 y 31 por cumplir con las condiciones legales ajustarse a las especificaciones técnicas, tener la calificación y la capacidad necesaria para cumplir el contrato y presentar la oferta mas baja en esos ítems.
b. **Distribuidora Ypacarai DYSA.** los ítems 3, 9, 26, 28, 29, . por cumplir con las condiciones legales ajustarse a las especificaciones técnicas, tener la calificación y la capacidad necesaria para cumplir el contrato y presentar la oferta mas baja en esos ítems y presentar la Constancia como distribuidor autorizado en la republica del Paraguay de las empresas **Philips, Penlon y Hersill**.-
c. **Nelson Arcos** en el ítems13 por cumplir con las condiciones legales ajustarse a las especificaciones técnicas, tener la calificación y la capacidad necesaria para cumplir el contrato y presentar la Constancia como distribuidor autorizado en la republica del Paraguay de las empresas **E & M.-.**
d. **Vipal S.A.** en los ítems 11, por cumplir con las condiciones legales ajustarse a las especificaciones técnicas, tener la calificación y la capacidad necesaria para cumplir el contrato y presentar la Constancia como distribuidor autorizado en la republica del Paraguay de las empresas **General Electric Company**.-
e. **Juan Ramón Valinotti Maidana**, en los ítems 8 y 32 por cumplir con las condiciones legales ajustarse a las especificaciones técnicas, tener la calificación y la capacidad necesaria para cumplir el contrato y presentar la Constancia como distribuidor autorizado en la republica del Paraguay de las empresas.-
f. **Se recomienda adjudicar en los ítems 1, 2, 7, 8, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31 y 32, en los cuales no se cuenta con las 3 (tres) ofertas requeridas (Art. 34 – inc. c) por la "extrema necesidad de contar con dichos equipos" para dar respuestas a las necesidades de los pacientes que acuden a este Hospital no optamos por Declarar Desierto por segunda vez consecutiva. Ante tal circunstancia este Comité Evaluador tomó todos los recaudos necesarios a fin de garantizar las mejores condiciones para el Estado Paraguayo, en el sentido que las ofertas adjudicadas son bastante favorables.**

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
ADMINISTRACION
M.R. Alonso

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, se recomienda la adjudicación en base al siguiente detalle:

EMPRESA	MONTO
DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	14.525.500
NELSON ARCOS	3.000.000.-
VIPAL S.A.	5.072.496.-
ALEXANDER N.	33.473.000.-
JUAN RAMON VALINOTTI M.	4.900.000.-
TOTAL GENERAL	**60.970.996**

No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la reunión del Comité de Evaluación siendo las 13.30 hs.

LIC. LIDIA BARRIOS
Administradora

ABOG. GRACIELA GOMEZ R.
Asesora Jurídica

LAURA ALCARAZ
Funcionaria Administrativa

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
ADMINISTRACION
M.R. Alonso

ANEXO "1"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Documentos	Tipo de Documento	DISTRIBUIDORA YPACARAI	NELSON ARCOS	VIPAL S.A.	ALEXANDER	JUAN RAMON VALINOTTI	Asistec & Instrumentación	Ing. Luis Alberto Diaz Olmedo
Formulario de presentación de oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
Declaración Jurada Art. 40 e Integridad	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Fotocopia de Cedula de identidad del Propietario o Representante legal	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Fotocopia de R.U.C.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Declaración Jurada del último pago de IVA/ Certificado de Cumplimiento Tributario	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Declaración Jurada del pago de Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Certificación de Cuenta Bancaria	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Patente Municipal - Comercial	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
(SIPE) actualizado	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Resultado		**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**	**NO PASA**

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
ADMINISTRACION
M.R. Alonso

HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO

TELEFAX: (021) 752.881

ANEXO "2

"

PLANILLA DE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item	Descripción	Vipal S.A	Juan Ramón Valinotti	Distribuidora Ypacarai	Asistec & Insrumentacion	Nelson arcos	Alexander
1-	Detector Fetal Marca Hunotleigh,Mod. Baby Doplex BD 3000, serie Nº 24882-98-1142 cod. Patrimonial Nº 011-61-20-0021. Verificación de cables y conectores, ajuste de nivel de audio. Limpieza general.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**
2-	Electrocardiógrafo Marca DJ Fiorino. Modelo SG.11B, cód. Patrimonial Nº 11-424-02-9035. Limpieza General del equipo. Verificar estado de conectores, fijaciones, cable red, cable paciente, etc. Verificar conectores a pacientes (ventosas, pinzas de miembros y pines de señal). Comprobar estado de baterías, comprobar calibración de 1 m V. comprobar funcionamiento con simulador-paciente.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**
3-	Ecografo Abdominal con impresora Media Complejidad con accesorios y respectivos inductores marca Philips Verificación de cables y conectores. Limpieza General. Comprobar Estado	**No cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**No Cumple**	**Cumple**

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
ADMINISTRACION
M.R. Alonso

4-	Micro Centrifuga Marca Quimis cód. Patrimonial Nº 011-424-02-9071 Serie Nº 141 Q 222 HM2, Limpieza, lubricación, cambio de escobillas, ver estado de rodamientos y /o bujes, Verificación de velocidad de giro.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**
5-	Centrifuga Marca Lugimac para 16 tubos cód. Patrimonial Nº011-61-29-0003.Limpieza, lubricación, cambio de escobillas, ver estado de rodamientos y/o bujes. Verificación de las distintas velocidades de giro.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**
6-	Autoclave horizontal de 19 lts. Matachana cód. Patrimonial Nº 011-61-14-0163. Limpieza General. Mantenimiento Mecánico. Mantenimiento Eléctrico, prueba de funcionamiento. Test de esterilización.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**
7-	Incubadora Marca Olidef.Cod. Patrimonial Nº 011-61-13-0003. Limpieza General. Mantenimiento eléctrico. Ajuste de control de temperatura. Test de batería. Test de alarmas.	**No Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
ADMINISTRACION
M.R. Alonso

HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO

TELEFAX: (021) 752.881

8-	Servo Cuna, Marca Olideff Cz, modelo Bamatrix Nº de Serie 02h44. Cód. Patrimonial Nº 11-424-02-1076. Limpieza General. Mantenimiento eléctrico. Mantenimiento mecánico. Ajuste de control de temperatura. Limpieza y Test de resistencia eléctrica. Test de alarma.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**
9-	Cardiotocografo Fetal. Marca Philips. Serie 50ª3186G26241. Cód. Patrimonial 011-424-02-4230. Verificación de Cables y conectores. Limpieza General. Comprobar estado de impresora.	**No cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**No cumple**	**Cumple**
10-	Destilador o Purificador de Agua. Marca quimis. Modelo Q 341-210 Serie 095. Cód. Patrimonial Nº 011-424-02-9072. Limpieza exterior. Desmontaje de caldera y Limpieza profunda del mismo. Verificación de estado de la resistencia eléctrica (cambio si es necesario). Remontaje y puesta en marcha.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**
11-	Incubadora Marca Ohmeda Medical. Modelo Ohio Care Plus. Cod. Patrimonial Nº 011-51-35-0060	**Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
ADMINISTRACION
M.R. Alonso

12-	Bomba de infusión a Jeringa Marca Razel Modelo A-99 Cód. Patrimonial 011-61-13-0002. Limpieza general. Desmontaje, mantenimiento mecánico y remontaje de piezas mecánica. Verificación de flujo de entrega para todos los tipos de descartables. Ajuste de nivel de alarma.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**
13-	Cardio Desfibrilador Marca EYM. Modelo C-12R Serie Nº 051-5138. Cód. Patrimonial Nº 011-424-02-6735. Comprobar cables de alimentación. Verificar estructuras de fijaciones. Comprobar controles e interruptores. Comprobar estado de carga de baterías.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
14-	Incubadora Marca Air-Shields, Serie Nº 30392. Cód. Patrimonial Nº 011-61-13-0001. Limpieza General, Mantenimiento Eléctrico, Mantenimiento mecánico. Ajuste de Control de temperatura. Limpieza y Test de resistencia eléctrica.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**
15-	Estufa Marca Selecta. Cód. Patrimonial Nº 011-61-15-0019. Limpieza general, Mantenimiento eléctrico, Prueba de funcionamiento. Ajuste de temperatura de trabajo. Test de esterilización.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
ADMINISTRACION
M.R. Alonso

16-	Agitador Marca Selecta. Cód. Patrimonial Nº 011-424-02-8778. Mantenimiento mecánico y eléctrico. Verificación de estado de cojinetes y bujes. Comprobación de botones actuadores y mandos.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**
17-	Microscopio Binocular Optic Ivymen systems Mod. Main Power. Cód. Patrimonial Nº 011-424-2-8770. Desmontaje mecánico, limpieza y lubricación de partes mecánicas. Desmontaje y limpieza de partes ópticas. Puesta en marcha.	**No Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**
18-	Microscopio Marca Optic Ivymen Mod. Main Power Nº Series 040668. Cód. Patrimonial Nº 011-424-02-8771. Desmontaje mecánico, limpieza y lubricación de partes mecánicas. Desmontaje y limpieza de partes ópticas. Puesta en marcha.	**No Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**
19-	Microscopio Marca Leica. Desmontaje mecánico, limpieza y lubricación de partes mecánicas y desmontaje de partes ópticas, limpieza de los mismos. Puesta en marcha.	**No cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

20-	Estufa Marca Olidef C2, Cap. De 50 lts. Cód. Patrimonial Nº 011-424-02-1068. Limpieza general. Mantenimiento mecánico. Mantenimiento eléctrico. Prueba de funcionamiento. Test de esterilización.	**No Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**
21	Autoclave (Esterilizador) Marca Sercom Serie Nº HSF15Gm Cod. Patrimonial Nº 011-424-02-1080. Limpieza General. Mantenimiento Mecánico. Mantenimiento Eléctrico. Prueba de funcionamiento. Test de esterilización.	**No cumple**	**No Cumple**	**No cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**
22-	Equipo Odontológico Marca Fedesa Mod. Jerez II, con 3 puntos Lince. Cód. Patrimonial Nº 011-61-15-0013. Limpieza general. Mantenimiento Mecánico, Mantenimiento Eléctrico. Prueba de Funcionamiento. Compresor. Tapizado de sillón.	**No cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**No cumple**	**No cumple**	**Cumple**
23-	Ecografo Abdominal. Marca Siemens Serie Nº 52346779. Mod. MC12EGJ3-M1 cód. Patrimonial Nº 011-61-20-0025. Mantenimiento y Reparación general de Ecografo Abdominal Siemens.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
ADMINISTRACION
M. R. Alonso

24-	Electrocardiografo Marca Cardioline, Modelo Delta Plus, Serie Nº 1007103 Cód. Patrimonial Nº 011-61-14-0105. Mantenimiento y Reparación General de Electrocardiógrafo y puesta a punto.	**No cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**No cumple**	**No cumple**	**Cumple**
25-	Autoclave Matachana, Serie Nº E-16913. Cod. Patrimonial Nº 011-424-02-1066. Mantenimiento y Reparación de Autoclave Matachana, limpieza, Test de esterilización.	**No cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**
26-	Monitor Cardiaco Neonatal Modelo MMED 6000 DP-M3 Marca Choise, Serie Nº 0837090250, A temperatura y Presión. Cód. Patrimonial. Nº 011-61-13-0015. Mantenimiento y Reparación de Monitor Cardiaco Neonatal, control de Presión y Temperatura.	**No Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**
27-	Equipo de Anestesia Marca Penlon. Cod. Patrimonial Nº 011-424-01-9534. Mantenimiento y Reparación de Equipo anestésico del Quirófano.	**No cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**No cumple**	**Cumple**

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

Laura Alcaraz

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
ADMINISTRACION
M. R. Alonso

28-	Equipo de anestesia Marca Hersill Cód. Patrimonial Nº 011-61-14-0053. Mantenimiento y Reparación de Equipo Anestésico del Quirofano.	**No cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**No cumple**	**Cumple**
29-	Electro bisturí Marca CEC con aspirador Quirúrgico. Cód. Patrimonial Nº 011-424-02-4229. Mantenimiento y Reparación General de Electro bisturí Marca CEC. Diagnostico de Aspirador.	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**
30-	Electro bisturí Marca Heal Force Mod. EB3Serie Nº 0207G1599G, Cód. Patrimonial. Mantenimiento y Reparación General de Electro bisturí Marca Heal Force, Diagnostico de pedal para corte y coagulación y electrodo neutro y adulto y pediátrico.	**No Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**No Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**
31-	Oximetro de Pulso Marca Microem, cód. Patrimonial no se visualiza. Mantenimiento y reparación General de Equipo oximetro de pulso.	**No cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**No cumple**	**No cumple**	**Cumple**

Lic. Lidia T. Barrios
Administradora
Hosp. Dist. M. R. Alonzo

Laura Acosta

SUOC. N° 24
HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
TELEFAX: (021) 752.881

ACTA COMITÉ DE JUNTA DE ACLARACION

CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2010 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS MEDICOS"

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso siendo las doce horas del siete de julio del corriente, se reúne el Comité de la Junta de Aclaraciones Dra. Elizabeth Pauly Directora; Lic. Lidia Barrios, Administradora y Sra. Laura Alcaraz, Funcionaria Administrativa a los efectos de brindar información a los potenciales oferentes sobre el procedimiento de Contratación Directa Nº 05/2010 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS MEDICOS".

Siendo las 12:30 hs, se deja constancia de que no se realizaron ninguna consulta por parte de los oferentes por lo que se da por terminado el acto y se imprime 1 (uno) ejemplar y a un solo efecto.

Dra. Elizabeth Pauly

Lic. Lidia Barrios

Sra. Laura Alcaraz

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL DISTRITAL ADMINISTRACION M.R. Alonso