ANEXO III

ANÁLISIS TÉCNICO

INFORME TÉCNICO
LPN N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA – MSP Y BS" - ID. 388.428

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
1	1	Reactivo hepatitis B	Kit para la detección de ***HBsAg (antígeno de superficie de HB)***. Equipo en comodato totalmente automatizado con lector de código de barra, impresora con tinta y papel. Conexión e interfase para la transferencia de resultados al sistema experto del PRONASIDA. Sensibilidad y especificidad no menor al 99%. El reactivo deberá ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos para la toma y procesamiento de muestras (incluye tubos al vacio para la toma de muestra, tips, código de barras). Presentar constancia de experiencia de uso satisfactorio emitida por el PRONASIDA y/o Laboratorio Central de Salud Pública (validez de 12 meses). Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
	2	Reactivo hepatitis B	Kit para la detección de **Anti HBc IgM**. Equipo en comodato totalmente automatizado con lector de código de barra, impresora con tinta y papel. Conexión e interfase para la transferencia de resultados al sistema experto del PRONASIDA. Sensibilidad y especificidad no menor al 99%. El reactivo deberá ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos para la toma y procesamiento de muestras (incluye tubos al vacio para la toma de muestra, tips, código de barras). Presentar constancia de experiencia de uso satisfactorio emitida por el PRONASIDA y/o Laboratorio Central de Salud Pública (validez de 12 meses). Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
	3	Reactivo hepatitis B	Kit para la detección de **Anti HBc Total**. Equipo en comodato totalmente automatizado con lector de código de barra, impresora con tinta y papel. Conexión e interfase para la transferencia de resultados al sistema experto del PRONASIDA. Sensibilidad y especificidad no menor al 97%. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos para la toma y procesamiento de muestras (incluye tubos al vacio para la toma de muestra, tips, código de barras). Presentar constancia de experiencia de uso satisfactorio emitida por el PRONASIDA y/o Laboratorio Central de Salud Pública (validez de 12 meses). Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
	4	Reactivo hepatitis B	Kit para la detección de **Anti HBe**. Equipo en comodato totalmente automatizado con lector de Código de barra, impresora con tinta y papel. Conexión e interfase para la transferencia de resultados al sistema experto del PRONASIDA. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos para la toma y procesamiento de muestras(incluye tubos al vacio para la toma de muestra, tips, codigo de barras). Presentar constancia de experiencia de uso satisfactorio emitida por el PRONASIDA y/o Laboratorio Central de Salud Pública (validez de 12 meses). Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
	5	Reactivo hepatitis B	Kit para la detección de ***Anti HBsAg (anticuerpos anti HBsAg)***. Equipo en comodato totalmente automatizado con lector de código de barra, impresora con tinta y papel. Conexión e interfase para la transferencia de resultados al sistema experto del PRONASIDA. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos para la toma y procesamiento de muestras(incluye tubos al vacio para la toma de muestra, tips, código de barras). Presentar constancia de experiencia de uso satisfactorio emitida por el PRONASIDA y/o Laboratorio Central de Salud Pública (validez de 12 meses). Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**

INFORME TÉCNICO
LPN N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA – MSP Y BS" - ID. 388.428

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
	6	Reactivo hepatitis B	Kit para la detección de **HBeAg**. Equipo en comodato totalmente automatizado con lector de código de barra, impresora con tinta y papel. Conexión e interfase para la transferencia de resultados al sistema experto del PRONASIDA. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos para la toma y procesamiento de muestras (incluye tubos al vacio para la toma de muestra, tips, código de barras). Presentar constancia de experiencia de uso satisfactorio emitida por el PRONASIDA y/o Laboratorio Central de Salud Pública (validez de 12 meses). Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
	7	Reactivo VIH	**Kit para la detección de VIH 1/2**. se puede ofertar Inmunoensayos de Cuarta generación con equipo integrado para todas las determinaciones solicitadas en el Lote. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia, Electroquimiolumiscencia u otro Inmuensayo que cumpla con las especificaciones técnicas en todos los ítems. Equipo en comodato totalmente automatizado con lector de código de barra, impresora con tinta y papel. Conexión e interfase para la transferencia de resultados al sistema experto del PRONASIDA. Sensibilidad y especificidad no menor al 99,5%. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos para la toma y procesamiento de muestras(incluye tubos al vacio para la toma de muestra, tips, código de barras). Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica. En caso de no contar con Certificado de Experiencia de uso satisfactorio por Pronasida para equipo integrado, se podrá ofertar equipo integrado para las demás ítems del lote y ELISA cuarta generación para HIV que este en la lista precalificada de la WHO O CERTICADO DE USO SATISFACTORIO POR EL PRONASIDA, viegencia de 12 meses (con equipos en comodato: pipetas automáticos para los volúmenes requeridos, incubador lavador y lector de ELISA)	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
	8	Hepatitis C	Kit para la detección de **HEPATITIS C.** Equipo en comodato totalmente automatizado con lector de código de barra, impresora con tinta y papel. Conexión e interfase para la transferencia de resultados al sistema experto del PRONASIDA. Sensibilidad y especificidad no menor al 99%. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos para la toma y procesamiento de muestras(incluye tubos al vacio para la toma de muestra, tips, código de barras). Presentar constancia de experiencia de uso satisfactorio emitida por el PRONASIDA y/o Laboratorio Central de Salud Pública (validez de 12 meses). Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
	9	Toxoplasmosis IgG	Kit para la detección de Ac anti **Toxoplasmosis, Tipo IgG.** Equipo en comodato totalmente automatizado con lector de código de barra, impresora con tinta y papel. Conexión e interfase para la transferencia de resultados al sistema experto del PRONASIDA. Sensibilidad y especificidad no menor al 99%. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos para la toma y procesamiento de muestras(incluye tubos al vacio para la toma de muestra, tips, código de barras). Presentar constancia de experiencia de uso satisfactorio emitida por el PRONASIDA y/o Laboratorio Central de Salud Pública (validez de 12 meses). Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**

INFORME TÉCNICO
LPN N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA – MSP Y BS" - ID. 388.428

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
	10	Toxoplasmosis IgM	Kit para la detección de Ac. anti **Toxoplasmosis, Tipo IgM.** Equipo en comodato totalmente automatizado con lector de código de barra, impresora con tinta y papel. Conexión e interfase para la transferencia de resultados al sistema experto del PRONASIDA. Especificidad no menor al 98%. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos para la toma y procesamiento de muestras (incluye tubos al vacio para la toma de muestra, tips, código de barra). Presentar constancia de experiencia de uso satisfactorio emitida por el PRONASIDA y/o Laboratorio Central de Salud Pública (validez de 12 meses). Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
	11	Citomegalovirus IgG	Kit para la detección de **Citomegalovirus, Tipo IgG.** Equipo en comodato totalmente automatizado con lector de código de barra, impresora con tinta y papel. Conexión e interfase para la transferencia de resultados al sistema experto del PRONASIDA. Sensibilidad y especificidad no menor al 98%. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos para la toma y procesamiento de muestras(incluye tubos al vacio para la toma de muestra, tips, código de barras). Presentar constancia de experiencia de uso satisfactorio emitida por el PRONASIDA y/o Laboratorio Central de Salud Pública (validez de 12 meses). Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica. Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
	12	Citomegalovirus IgM	Kit para la detección de Ac. anti **Citomegalovirus, Tipo IgM.** Equipo en comodato totalmente automatizado con lector de código de barra, impresora con tinta y papel. Conexión e interfase para la transferencia de resultados al sistema experto del PRONASIDA. Especificidad no menor al 98%. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos para la toma y procesamiento de muestras(incluye tubos al vacio para la toma de muestra, tips, código de barras). Presentar constancia de experiencia de uso satisfactorio emitida por el PRONASIDA y/o Laboratorio Central de Salud Pública (validez de 12 meses). Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica. Certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
3	1	Carga Viral	Carga Viral Plasmática del VIH-1. Con equipos en comodato de PCR EN TIEMPO REAL y extracción automatizado de material genético (ARN/ADN). Limite de detección inferior de 20 copias/ml. Capacidad para detectar todos los subtipos, incluyendo mínimamente los grupos M (A, BF, C, D, CRF01-AE, F, CFR02-AG, G y H), N y O. Conexión e interfase para la transferencia de la información (resultados) al sistema experto del PRONASIDA. Proveer impresoras con tinta, códigos de barra y papel. Debe incluir todos los equipos e insumos necesarios para la extracción automatizada, amplificación y detección (incluyendo centrifugas, pipetas y vortex), instalación y mantenimiento segun necesidad. Entrenamiento para tres profesionales bioquímicos ; Kit de Control de Calidad Interna y calibradores. Debe contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA o en su defecto estar en la ultima lista precalificada de la OMS.	Caja como mínimo 96 Determinaciones o hasta 192 determinaciones	1ra. OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
	2	Carga Viral	Reactivo para Carga Viral Hepatitis C. Con equipos en comodato PCR EN TIEMPO REAL y un equipo automatizado para extracción de material genético. Con sensibilidad mínima de 12 IU/mL. Detección de Genoptipos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Conexión e interfase para la transferencia de la información (resultados) al sistema experto del PRONASIDA. Proveer impresoras con tinta, códigos de barra y papel. Debe incluir todos los equipos e insumos necesarios para la extracción automatizada,	Cajas con mínimo de 24 y máximo de 192 determinaciones	1ra. OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**

INFORME TÉCNICO
LPN N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA – MSP Y BS" - ID. 388.428

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
			amplificación y detección (incluyendo centrifugas, pipetas y vortex), instalación y mantenimiento segun necesidad. Entrenamiento para tres profesionales bioquímicos; Kit de Control de Calidad Interna y calibradores. Debe contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA o en su defecto estar en la ultima lista precalificada de la OMS .		
	3	Carga Viral	Reactivo para Carga Viral Hepatitis B. Con equipos en comodato PCR EN TIEMPO REAL y un equipo automatizado para extracción de material genético. Sensibilidad: 10 IU/ml a 20 IU/ml. Conexión e interfase para la transferencia de la información (resultados) al sistema experto del PRONASIDA. Proveer impresoras con tinta, códigos de barra y papel. Debe incluir todos los equipos e insumos necesarios para la extracción automatizada, amplificación y detección (incluyendo centrifugas, pipetas y vortex), instalación y mantenimiento segun necesidad. Entrenamiento para tres profesionales bioquímicos; Kit de Control de Calidad Interna y calibradores. Debe contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA o en su defecto estar en la ultima lista precalificada de la OMS.	Caja como mínimo 96 Determinaciones o hasta 192 determinaciones	1ra. OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
4	1	CD4	Citometría de flujo para Recuento de Linfocitos TCD4 en valores absoluto y en porcentaje. Con equipo en comodato con todos los insumos necesarios para la realización de la prueba (cartuchos de reactivos descartables, tubos al vacío con K3EDTA, pipetas y tips), impresora. Cartuchos descartables de reactivo seco, con anticuerpo fluorescente conjugado para teñir los glóbulos blancos para su conteo absoluto y porcentual. , instalación y mantenimientos periódicos, entrenamiento para dos profesionales bioquímicos del PRONASIDA. Contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA o en su defecto debe estar en la ultima lista precalificada de la OMS.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
	2	CD4	Citometría de flujo para Recuento de Linfocitos CD4 en valores absolutos y porcentaje. Con equipo en comodato con todos los accesorios: estación de trabajo, PC, monitor; mouse y software con plantillas preconfiguradas para el análisis de subpoblaciones linfocitarias y con módulo de control de calidad- Citómetro de flujo con 4 detectores de florescencia y 2 detectores de dispersión con 2 láser: azul (488nm) y rojo(640 nm). Debe incluir todos los insumos y reactivos necesarios para el procesamiento de las muestras (controles, calibradores, solución de lavado, solución de fijación, lavado, pipetas, Tips y tubos al vacio con K3EDTA de 2 ml.), Instalación y mantenimiento periódicos, entrenamiento para dos profesionales bioquímicos del PRONASIDA. Contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA o en su defecto debe estar en la última lista precalificada de la OMS.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
5	1	CD4	Reactivo (cartuchos) para recuento en valores absolutos de linfocitos CD4 compatibles con 10 (diez) equipos ABBOTT PIMA CD4 adquiridos por el PRONASIDA. Debe incluir controles para los 11 equipos, Tips y tubos al vacio con K3EDTA de 2 ml. Calibración para 11 equipos (Instalados en: 1. Hospital Nacional, 2.HR PJC, 3.HR CDE; 4.HR Cnel Oviedo,5. HR Concepción, 6.HR Villarrica, 7.HR Encarnación, 8.HR San Estanislao, 9. Pronasida, 10. Mcal estigarribia) durante la vigencia del contrato y hasta el uso total de los reactivos. Contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA o en su defecto debe estar en la última lista precalificada de la OMS.	Cajas con mínimo de 50 y máximo de 100 determinaciones	ÚNICA OFERTA DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A. **CUMPLE**
6	1	Reactivo para Sífilis	RPR semicuantitativo. Con todos los insumos necesarios para la realización de la prueba. Controles negativo y positivo. Certificado de calidad de origen	Cajas x100 determinación	1ra. OFERTA CABEN S.R.L. **CUMPLE**

INFORME TÉCNICO
LPN N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA – MSP Y BS" - ID. 388.428

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
7	1	Reactivo para Tuberculosis	Inmunocromatografía para la detección de antígeno lipoarabinomanano en infección activa por tuberculosis (TB) en orina de pacientes VIH positivos.	Cajas mínimo de 10 y máximo de 25 determinaciones	ÚNICA OFERTA DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A. **DESESTIMADO POR PRECIO**
8	1	Confirmación VIH-1	Western Blot para confirmación de VIH-1 y banda indicadora de probable infección por VIH 2. Debe incluir la instalación de equipo en comodato para la incubación, lavado. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 99,5%. Contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA o en su defecto debe estar en la última lista precalificada de la OMS.	Cajas mínimo x18 y máximo x36	1ra. OFERTA INFOTEC S.A. **CUMPLE**
9	1	Test Resistencia VIH	Reactivo para Test de Resistencia al VIH1. Genotipificación para la detección de mutaciones que confieren resistencia a los fármacos antirretrovirales por medio de la secuenciación del gen de la proteasa y de la reversa transcriptasa. Equipamiento en comodato para preparación de muestras, reacción en cadena de la polimerasa, secuenciación, detección automática de la secuencia (secuenciador) y software de análisis. Además debe incluir centrifugas, vortex y pipetas automáticas necesarias para las tres aéreas separadas, equipo de electroforesis, reactivos accesorios y todos los insumos descartables necesarios para todas las etapas desde el inicio hasta el final del procesamiento. Entrenamiento para dos profesionales del PRONASIDA.	Caja x 48 determinaciones	ÚNICA OFERTA INDEX S.A.C.I. **CUMPLE**
10	1	Reactivo para sífilis	Método T.P.H.A. para la detección de anticuerpos anti Treponema pallidum en suero y plasma humano por Micro hemoaglutinación. Capacidad de realizar como máximo 100 determinaciones por presentación. Debe contar con todos los insumos necesarios para la realización de la prueba, incluyendo las placas en "U" y control interno (positivo y negativo).	Cajas por 100 o menor. En ningún caso mayor a 100	ÚNICA OFERTA INFOTEC S.A. **CUMPLE**
11	1	Reactivo para VIH	Método: Inmunocromatografía Cuarta Generación, para detección cualitativa de anticuerpos anti VIH 1-2 y antígeno p24 en casette o tiras. Las muestras (sangre entera, suero o plasma no deben sufrir ningun tratamiento previo y debe ser depositadas directamente en los casettes o tiras y la lectura debe ser visual. Debe incluir todos los insumos necesarios para la realización por punción digital (lancetas, capilares o tubos con EDTA y buffer). Debe estar en la última lista precalificada de la OMS o en su detecto contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA. Presentar reporte completo o constancia del PRONASIDA vigente (Validez 12 meses)	Cajas x 10 a 50 determinaciones	ÚNICA OFERTA DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A. **CUMPLE**
12	1	Reactivo para HIV	Prueba rápida VIH 1/2 de especificidad ***de 99 a 100%***. Método: Inmunocromatografía Tercera generación, para detección cualitativa de anticuerpos anti VIH 1-2 en casette o tiras. Las muestras (sangre entera, suero o plasma no deben sufrir ningun tratamiento previo y debe ser depositadas directamente en los casettes o tiras y la lectura debe ser visual. Debe incluir buffer si la técnica lo requiere. Debe estar en la última lista precalificada de la OMS, CDC/USAID o en su defecto contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA. Presentar reporte completo (debe estar la especificidad) o constancia del PRONASIDA vigente (Validez 12 meses) Sera seleccionado el reactivo que presenta mayor especificidad según reporte de organismo de acreditación internacional (WHO; CDC/USAID) y/o constancia del PRONASIDA No tendrá validez la que figura en el inserto. Tampoco estudios o trabajos de Investigación	Cajas por 100 o menor. En ningún caso mayor a 100	1ra. OFERTA DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A. **CUMPLE**
13	1	Reactivo para HIV	Método: Inmunocromatografía, para detección cualitativa de anticuerpos ***anti VIH 1-2 y Treponema Pallidum***, en casette o tiras. Las muestras (sangre entera, suero o plasma no deben sufrir ningún tratamiento previo y debe ser depositadas directamente en los casettes o tiras y la lectura debe ser	Cajas con mínimo de 10 y máximo de 50	1ra. OFERTA DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A. **CUMPLE**

INFORME TÉCNICO
LPN N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA – MSP Y BS" - ID. 388.428

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
			visual. Sera seleccionada la prueba que presenta mayor sensibilidad y especificidad segun la ultima lista precalificada de la WHO y/o Pronasida (Presentar reporte completo).Debe incluir todos los insumos necesarios para la realización por punción digital (lancetas, capilares o tubos con EDTA y buffer. Debe estar en la última lista precalificada de la OMS o en su detecto contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA. Presentar reporte completo o constancia del PRONASIDA vigente (Validez 12 meses)	determinaciones	
14	1	Reactivo hepatitis B	Método: Inmunocromatografía, para detección de HBsAg, en casette o tiras. Las muestras no deben sufrir ningún tratamiento previo y debe ser depositadas directamente en los casettes o tiras y la lectura debe ser visual. Debe estar en la última lista precalificada de la OMS o en su detecto contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA. Presentar reporte completo o constancia del PRONASIDA vigente (Validez 12 meses).	Cajas con mínimo de 10 y máximo de 50 determinaciones	1ra. OFERTA EUROQUIMICA S.A.: **NO CUMPLE** Se ha solicitado por Nota DLIC N° 1360, la presentación de la documentación que avale el cumplimiento de las especificaciones técnicas, con relación a: *"Debe estar en la última lista precalificada de la OMS o en su detecto contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA. Presentar reporte completo o constancia del PRONASIDA vigente (Validez 12 meses).";* sin embargo, la empresa no ha presentado la documentación correspondiente. Por tanto, su oferta es **DESESTIMADA** para este ítem. 2da. OFERTA TECNOFAST S.A. **CUMPLE**
15	1	Reactivo Hepatitis C	Método: Inmunocromatografía, para detección de anticuerpos anti HCV, en casette o tiras. Las muestras no deben sufrir ningún tratamiento previo y debe ser depositadas directamente en los casettes o tiras y la lectura debe ser visual. Debe estar en la última lista precalificada de la OMS o en su defecto contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA. Presentar reporte completo o constancia del PRONASIDA vigente (Validez 12 meses)	Cajas con mínimo de 10 y máximo de 50 determinaciones	1ra. OFERTA EUROQUIMICA S.A.: **NO CUMPLE** Se ha solicitado por Nota DLIC N° 1360, la presentación de la documentación que avale el cumplimiento de las especificaciones técnicas, con relación a: *"Debe estar en la última lista precalificada de la OMS o en su detecto contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA. Presentar reporte completo o constancia del PRONASIDA vigente (Validez 12 meses).";* sin embargo, la empresa no ha presentado la documentación correspondiente. Por tanto, su oferta es **DESESTIMADA** para este ítem. 2da. OFERTA TECNOFAST S.A. **DESESTIMADO POR PRECIO** 3ra. OFERTA DISTRIBUIDORA LA POLICLÍNICA S.A. **CUMPLE**

INFORME TÉCNICO
LPN N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA – MSP Y BS" - ID. 388.428

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
16	1	Reactivo para sífilis	Método: Inmunocromatografía, para detección cualitativa de anticuerpos Treponema pallidum en casette o tiras. Las muestras no deben sufrir ningún tratamiento previo y debe ser depositadas directamente en los casettes o tiras y la lectura debe ser visual. Debe incluir todos los insumos necesarios para la realización por punción digital (lancetas, capilares con EDTA y buffer. Debe estar en la última lista precalificada de la OMS o en su detecto contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA. Presentar reporte completo o constancia del PRONASIDA vigente (Validez 12 meses).	Cajas con mínimo de 10 y máximo de 50 determinaciones	1ra. OFERTA EUROQUIMICA S.A. **CUMPLE**
17	1	Reactivo antígeno V.D.R.L.	Floculación. (Con solución salina tamponada + VDRL Test Control Serum). Debe contar con experiencia de uso satisfactoria por el PRONASIDA o en su defecto con certificado calidad vigente expedido por el LCSP. Capacidad de realizar como mínimo 150 y un máximo de 250 determinaciones por presentación. Debe incluir controles positivos y negativos.	Frasco con mínimo 100 y máximo 250 determinaciones	ÚNICA OFERTA TECNOFAST S.A.: **NO CUMPLE** Se ha solicitado por Nota DLIC N° 1355, la presentación de la documentación que avale el cumplimiento de las especificaciones técnicas, con relación a: "Debe estar en la última lista precalificada de la OMS o en su detecto contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA. Presentar reporte completo o constancia del PRONASIDA vigente (Validez 12 meses)."; sin embargo, la empresa no ha presentado la documentación correspondiente. Por tanto, su oferta es **DESESTIMADA** para este ítem.
19	1	Agujas para extracción de sangre	Para sistema de extracción de sangre para tubos al vacío. 21 G	Unidad	ÚNICA OFERTA EUROQUIMICA S.A.: **NO CUMPLE MUESTRA** La muestra presentada no cumple con las especificaciones requeridas, puesto que las agujas presentadas no son para el sistema de extracción de sangre para tubos al vacío, tal como lo requiere el PBC. Por tanto, su oferta es **DESESTIMADA** para este ítem.
	2	Agujas para extracción de sangre	Tipo maripositas para de extracción de sangre para tubos al vacío. 23 G	Unidad	ÚNICA OFERTA EUROQUIMICA S.A.: **NO CUMPLE MUESTRA** La muestra presentada no cumple con las especificaciones requeridas, puesto que las agujas presentadas no son para el sistema de extracción de sangre para tubos al vacío, tal como lo requiere el PBC. Por tanto, su oferta es **DESESTIMADA** para este ítem.
22	1	Jeringa desechable con aguja	Con aguja **23 G x 1"**, Esteril, en envoltorio individual, no tóxico, libre de pirógenos, embolo extremo distal de goma, de 3 ml.	Unidad	ÚNICA OFERTA EUROQUIMICA S.A. **CUMPLE**
	2	Jeringa desechable con aguja	Con aguja **21 G x 1"**, Esteril, en envoltorio individual, no tóxico, libre de pirógenos, embolo extremo distal de goma, de 5 ml	Unidad	ÚNICA OFERTA EUROQUIMICA S.A. **CUMPLE**

INFORME TÉCNICO
LPN N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA – MSP Y BS" - ID. 388.428

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
	3	Jeringa desechable con aguja	Con aguja **21 G x 1"**, Esteril, en envoltorio individual, no tóxico, libre de pirógenos, embolo extremo distal de goma, de 10 ml	Unidad	ÚNICA OFERTA EUROQUIMICA S.A. **CUMPLE**
37	1	Cinta para Autoclave	Cinta indicadora de esterilización. Para autoclave	Rollos x 50 metros	ÚNICA OFERTA EUROQUIMICA S.A. **CUMPLE CON MUESTRA**
40	1	Carga Viral	Cuantificación rápida del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (HIV-1) en plasma humano con reactivo en presentación de cartuchos desechables, de un solo uso, compatible con Equipo GenExpert adquirido con financiamiento del fondo mundial. Incluir calibración de los equipos instalados en Hospital Nacional; HR de CDE y HR de Encarnación.	Presentación minima de 10 y maximo de 100	ÚNICA OFERTA EUROQUIMICA S.A. **CUMPLE**
	2	**Gonorrea-Clamidia**	Detección rápida de Gonorrea y clamidia con reactivo en presentación de cartuchos desechables, de un solo uso, compatible con Equipo GenExpert adquirido con financiamiento del fondo mundial. Debe incluir el kit para la colecta (hisopado endocervical y anal) y transporte de muestra segun lo especificado por el estuche de reactivos.	Presentación minima de 10 y maximo de 100	ÚNICA OFERTA EUROQUIMICA S.A. **CUMPLE**
41	1	**Reactivo para HIV**	Utilizado para el autotest en saliva para el tamizaje inicial del VIH. Debe presentar todos los insumos necesarios para colectar la muestra. El instructivo que acompaña para la realización de la prueba será redactado por el PRONASIDA. La empresa adjudicada sera responsable de la impresión y embalaje del mismo con la prueba rápida. Una vez adjudicada la empresa debe acercarse al PRONASIDA para el trabajo conjunto referente al instructivo y el embalaje. Debe estar en la última lista precalificada de la OMS o en su detecto contar con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA. Presentar reporte completo o constancia del PRONASIDA vigente (Validez 12 meses)	Unidad	ÚNICA OFERTA CABEN S.R.L. S.A. **DESESTIMADO POR PRECIO**

Asunción, 05 de noviembre de 2021.

Señora
C.P. PATRICIA GONZALEZ, Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
Presente

Ref.: *LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05/2021 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PRONASIDA MSPYBS – ID. N° 388.428*

En representación del Comité evaluador, tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al llamado de referencia, a fin de: solicitar la prórroga para la presentación del informe de evaluación ateniendo que aún nos encontramos analizando las ofertas.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Dra. Gladys López
Jefa Dpto. Laboratorio VIH/ITS
PRONASIDA/MSPBS

Abog. Olivia Ruiz Díaz

DEPARTAMENTO
LICITACIONES - M.S.P. Y B.S.
05 NOV. 2021
M.E. Nº: 182781/20 Hora 09:15'
Recibió Pena Aclaración AGRIPINA VERA
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS