DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO

ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA DEPENDENCIAS

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OFERENTE 1- ODONTO TÉCNICA S.R.L.						OFERENTE 2- DENTAL GUARANÍ S.R.L.					
									CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
1	42295102-002	Equipo de Crioterapia	**Equipo de Crioterapia** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Capacidad mínima 0,5 litros, Altura entre 215 y 280 mm, Capacidad estatica: de 12 a 24 horas, Con juego completo de puntas pulverizadoras; Con valvulas de escape racionalizado, Sistema tubular de suminstro reforzado y aislante. Sondas Abi Manual de usuario idioma español, manual de servicio en idioma ingles sin alteraciones del contenido. La empresa deberá instalar el equipo dejando en funcionamiento los mismos en el servicio en donde será utilizado. La empresa proveerá de todos los elementos eléctricos necesarios para la instalación de los equipos, asegurando la seguridad técnica de los mismos. La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo de al menos 15 (quince) horas al personal médico y de enfermería. Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años despues de la adquisición del equipo. Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	1	12.000.000	12.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1	MEDITEA	ARGENTINA	9.000.000	9.000.000	-25
2	42192207-005	Camilla de inspección	**Camilla fija para inspección** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Estructura en acero tubular reforzado con acabado al cromo o satinada con pintura epoxi secada al horno. Adecuado para uso hospitalario. Montado sobre 4 patas sin ruedas, regatones de goma o plastico Con cabecera ajustable, movil con sistema de anclaje. Lecho acolchado y tapizado en cuerina lavable o tela vinilica lavable, regatones plásticos. Medidas: 200cm largo x 65cm ancho x 80cm alto (+/-5cm), con acolchado de 5 cm (espuma de alta densidad). Capacidad para pacientes de entre 190 a 200kg de peso. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	3	1.000.000	3.000.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	3	NACIONAL	NACIONAL	1.200.000	3.600.000	20
3	41111502-001	Balanza para laboratorio	**Balanza para laboratorio** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Balanza digital, Monoplato, Presición 1 gramo o menos Capacidad de 100 gramos o mas Patas de gomas antideslizantes Manual de usuario idioma español, manual de servicio en idioma ingles sin alteraciones del contenido. La empresa deberá instalar el equipo dejando en funcionamiento los mismos en el servicio en donde será utilizado. La empresa proveerá de todos los elementos eléctricos necesarios para la instalación de los equipos, asegurando la seguridad técnica de los mismos. La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo al personal encargado del uso. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1	KENEX	CHINA	1.350.000	1.350.000	-33
4	42181515-002	Caja de curacion	**Caja con instrumentales para curaciones** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características mínimas requeridas: Fabricado en acero quirurgico sanitario autoclavable a 135°C sin deformarse ni cambio de color, con 1 año de garantía escrita, en caso de fallas debera ser cambiado por otro nuevo, compuesto por: * 5 Tijeritas IRIS, * 1 Mango de bisturí Nº 15, * 1 Juego de curetas de diferentes tañamos, * 2 Pinzas de transporte, * 2 Pinza mosquito, * 1 Porta aguja, * 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango 20x15x5cm aproximadamente, capaz de contener a todos los instrumentales. * El comité evaluador podra solicitar al oferente una muestra de una caja con instrumentales completa, para la realización de pruebas en autoclave.	UNIDAD	UNIDAD	5	1.000.000	5.000.000	5	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	5	BAK	PAKYSTAN	1.200.000	6.000.000	20

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO

ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA DEPENDENCIAS

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESEN-TACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OFERENTE 1- ODONTO TÉCNICA S.R.L.						OFERENTE 2- DENTAL GUARANÍ S.R.L.					
									CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	%DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	%DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
5	42152211-001	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	**MICROMOTOR SISTEMA DORIOT** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características mínimas requeridas:** • Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. • Ajuste preciso de rotación por medio de anillo giratorio de 3.000 hasta 21.000 RPM o mejor. • Sistema de acoplamiento del Contra-Ángulo tipo "Doriot". • Fijación directa de brocas dispensando el uso de la pieza recta. • Opcional refrigeración externa. • Presión de trabajo entre 43 y 50 lib/poP (3 hasta 3,5 bar). • Cuerpo con diámetro de 20mm siguiendo normas internacionales. • Garantía escrita de 1 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. • Un Manual de operaciones en español.	UNIDAD	UNIDAD	22	700.000	15.400.000	22	RUCA	BRASIL	701.220	15.426.840	0,17	22	DENSTSCLER	BRASIL	368.181	8.099.982	-47
6	42152211-002	TURBINA ODONTOLOGICA	**TURBINA ODONTOLOGICA** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características mínimas requeridas:** • Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. • Para uso odontologico, velocidad de rotacion de la turbina: 350 a 400 mil rpm sobre colchon de aire. • Fabricado acorde a normas internacionales en acero quirurgico sanitario, resistente al carbono quita fresas, aceite para lubricar. • Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. • Un Manual de operaciones en español.	UNIDAD	UNIDAD	50	520.000	26.000.000	50	RUCA	BRASIL	651.000	32.550.000	25,19	50	DENSTSCLER	BRASIL	278.000	13.900.000	-47
7	1104506-00	ESTUFA PARA ESTERILIZACION	**ESTUFA PARA ESTERILIZACION CALOR SECO USO ODONTOLOGICO** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Sistema de seguridad acorde a normas internacionales, Estructura de acero cromo niquelada o satinada con pintura al horno, Camara de esterilizacion de aluminio o acero inoxidable con sistema de cierre hermetico a prueba de fuga de aire caliente, Con buen sistema de aislamiento, con precalentamiento, rapido y corto, Sistema de aireacion forzada con homogenizacion de temperatura, Sensor termico en camara para lectura directa, de la temperatura, Timer de operacion con visualizacion digital del tiempo, Facilidad de limpieza, desinfeccion y mantenimiento, **Características técnicas mínimas** Volumen de camara de esterilizacion 15 a 20 litros, capacidad de contencion de 2 o 3 bandejas, Timer de operacion 0 a 240 min./operacion continua. Termostato regulable entre 30°C y 220°C como mínimo, Exacitud en la medicion de la temperatura 1,2 % del valor final. Exactitud de la temperatura en camara: 2,5 % del valor final. Alimentacion electrica 220V / 50Hz. **Accesorios:** Manual de operaciones y servicio en español en caso de presentarse en otro idioma, debe acompañar al original uno traducido al español, Una pinza para manipuleo de las bandejas. Certificado de calidad de inspeccion tecnica. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	10	2.500.000	25.000.000	10	AGS	ARGENTINA	2.720.250	27.202.500	8,81	10	ODONTOBRAS	BRASIL	2.500.000	25.000.000	0

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Carlos A. [illegible] Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO

ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA DEPENDENCIAS

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OFERENTE 1- ODONTO TÉCNICA S.R.L.						OFERENTE 2- DENTAL GUARANÍ S.R.L.					
									CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
8	2151705-00	APARATO PARA LUZ HALOGENA DE USO ODONTOLOGICO	**APARATO PARA LUZ HALOGENA DE USO ODONTOLOGICO** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Seguridad eléctrica acorde a normas internacionales Estructura de la carcaza de material sintético resistente Pieza de mano ultraligera de 170 gramos aproximadamente Fibra de vidrio de transmisión de luz esterilizable en autoclave, Sistema controlado por microcontrolador para el tiempo, captador INS y memorias, Sensor numérico integrado para el control del grado de eficiencia de la lámpara Fuente de alimentación conmutada de multivoltaje Potencia lumínica: mayor de 380 mW/cm^2 Longitud de onda: 400 - 515 nm Bombilla con potencia electrica de 44 W como mínimo Tensión de alimentación de la bombilla 15,7 V aproximadamente Alimentación electrica: 220 V / 50 Hz. Sistema de ventilación silenciosa de la pieza de mano Soporte mural con sistema de fijación Sistema de fijación de la pieza de mano para evitar caída por transporte o movimiento Panel de control con pantalla LCD y teclas tipo "Soft touch" **Debe acompañar al equipo** Set completo de accesorios para funcionamiento basico. Punta para blanqueamiento de 3 dientes. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Una fibra optica de repuesto Manual de operación en español o en otro idioma pero acompañado con una traduccion al español	UNIDAD	UNIDAD	42	2.500.000	105.000.000	42	BEST DENT	CHINA	1.702.000	71.484.000	-31,92	42	BON-ART	U.S.A.	1.099.452	46.176.984	-56
9	2152008-99	EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO	**EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Protección radiologica y sistema de seguridad acorde a normas internacionales. Soporte Rayos X Mando Técnicas **Características Técnicas:** Potencia del generador: 50 a 70 KV / 10 a 7 mA. Tiempo de exposición: multipuntos de 0,001 a 5 segundos +/- 5%. Alimentación electrica: 220V / 50Hz con sistema de tierra. **Accesorios:** Manual de operación y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica. 1 caja por 100 unidades de placas radiograficas para el equipo Delantal protector de plomo de tamaño mediano. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	2	8.500.000	17.000.000	2	AGS	ARGENTINA	10.346.250	20.692.500	21,72	2	DENIMED	ARGENTINA	6.285.000	12.570.000	-26
10	2152008-00	CAJA REVELADORA DE RAYOS X	**CAJA REVELADORA DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA USO ODONTOLOGICO** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Caja reveladora manual, acrílica. Incluye tres recipientes para revelar. Dimensiones aproximadas + / - 5cm: Ancho: 31cm. Profundidad: 20,5cm. Alto: 20,5cm. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	2	550.000	1.100.000	2	AGS	ARGENTINA	440.000	880.000	-20,00	2	PROTECNI	BRASIL	249.900	499.800	-55
11	1103816-00	AGITADOR / VIBRADOR DE YESO	**AGITADOR / VIBRADOR DE YESO MEDIANO** **Características:** Vibrador con superficie de trabajo circular o cuadrangular. El cuerpo está fabricado en aluminio anodizado sobre ventosas adherentes. La superficie de trabajo es de goma sobre cuerpo metálico Lleva un rebaje de 30 mm aproximadamente para introducir la cubeta. Lleva potenciómetro, conmutador de regulación escalonada de vibraciones de -/+ y piloto luminoso de marcha. Dimension de superficie de trabajo: 12 cm como mínimo. Alimentación electrica: 220V / 50Hz, 120W aprox. Toma corriente adecuado preferente tipo schuko. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	3	830.000	2.490.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	3	EGEO	ARGENTINA	570.000	1.710.000	-31
						10		213.990.000				TOTAL	168.235.840					TOTAL	127.906.766	

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO

ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA DEPENDENCIAS

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESEN-TACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OFERENTE 3- D&D DISTRIBUIDORA S.A.						OFERENTE 4- ANDRES H. ARCE					
									CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-
1	42295102-002	Equipo de Crioterapia	**Equipo de Crioterapia** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Capacidad mínima 0,5 litros, Altura entre 215 y 280 mm, Capacidad estatica: de 12 a 24 horas, Con juego completo de puntas pulverizadoras; Con valvulas de escape racionalizado, Sistema tubular de suminstro reforzado y aislante. Sondas Abi Manual de usuario idioma español, manual de servicio en idioma ingles sin alteraciones del contenido. La empresa deberá instalar el equipo dejando en funcionamiento los mismos en el servicio en donde será utilizado. La empresa proveerá de todos los elementos eléctricos necesarios para la instalación de los equipos, asegurando la seguridad técnica de los mismos. La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo de al menos 15 (quince) horas al personal médico y de enfermería. Garantízar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años despues de la adquisición del equipo. Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	1	12.000.000	12.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	42192207-005	Camilla de inspección	**Camilla fija para inspección** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Estructura en acero tubular reforzado con acabado al cromo o satinada con pintura epoxi secada al horno. Adecuado para uso hospitalario. Montado sobre 4 patas sin ruedas, regatones de goma o plastico Con cabecera ajustable, movil con sistema de anclaje. Lecho acolchado y tapizado en cuerina lavable o tela vinilica lavable, regatones plásticos. Medidas: 200cm largo x 65cm ancho x 80cm alto (+/-5cm), con acolchado de 5 cm (espuma de alta densidad). Capacidad para pacientes de entre 190 a 200kg de peso. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	3	1.000.000	3.000.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	3	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	41111502-001	Balanza para laboratorio	**Balanza para laboratorio** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Balanza digital, Monoplato, Presición 1 gramo o menos Capacidad de 100 gramos o mas Patas de gomas antideslizantes Manual de usuario idioma español, manual de servicio en idioma ingles sin alteraciones del contenido. La empresa deberá instalar el equipo dejando en funcionamiento los mismos en el servicio en donde será utilizado. La empresa proveerá de todos los elementos eléctricos necesarios para la instalación de los equipos, asegurando la seguridad técnica de los mismos. La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo al personal encargado del uso. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	42181515-002	Caja de curacion	**Caja con instrumentales para curaciones** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características mínimas requeridas: Fabricado en acero quirurgico sanitario autoclavable a 135°C sin deformarse ni cambio de color, con 1 año de garantía escrita, en caso de fallas debera ser cambiado por otro nuevo, compuesto por: * 5 Tijeritas IRIS, * 1 Mango de bisturí Nº 15, * 1 Juego de curetas de diferentes tañamos, * 2 Pinzas de transporte, * 2 Pinza mosquito, * 1 Porta aguja, * 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango 20x15x5cm aproximadamente, capaz de contener a todos los instrumentales. * El comité evaluador podra solicitar al oferente una muestra de una caja con instrumentales completa, para la realización de pruebas en autoclave.	UNIDAD	UNIDAD	5	1.000.000	5.000.000	5	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	5	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Carlos A. Estigarribia Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Licitaciones

ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA DEPENDENCIAS

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OFERENTE 3- D&D DISTRIBUIDORA S.A.						OFERENTE 4- ANDRES H. ARCE					
									CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
5	42152211-001	MICROMOTOR ODONTOLOGICO	**MICROMOTOR SISTEMA DORIOT** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características mínimas requeridas:** • Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. • Ajuste preciso de rotación por medio de anillo giratorio de 3.000 hasta 21.000 RPM o mejor. • Sistema de acoplamiento del Contra-Ángulo tipo "Doriot". • Fijación directa de brocas dispensando el uso de la pieza recta. • Opcional refrigeración externa. • Presión de trabajo entre 43 y 50 lib/pol² (3 hasta 3,5 bar). • Cuerpo con diámetro de 20mm siguiendo normas internacionales. • Garantía escrita de 1 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. • Un Manual de operaciones en español.	UNIDAD	UNIDAD	22	700.000	15.400.000	22	YC	CHINA	745.454	16.399.988	6,49	22	DELMA	CHINA	372.727	8.199.994	-46,75
6	42152211-002	TURBINA ODONTOLOGICA	**TURBINA ODONTOLOGICA** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características mínimas requeridas:** • Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. • Para uso odontologico, velocidad de rotacion de la turbina: 350 a 400 mil rpm sobre colchon de aire. • Fabricado acorde a normas internacionales en acero quirurgico sanitario, resistente al carbono quita fresas, aceite para lubricar. • Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. • Un Manual de operaciones en español.	UNIDAD	UNIDAD	50	520.000	26.000.000	50	DABI ATLANTE	BRASIL	380.000	19.000.000	-26,92	50	DELMA	CHINA	250.000	12.500.000	-51,92
7	1104506-00	ESTUFA PARA ESTERILIZACION	**ESTUFA PARA ESTERILIZACION CALOR SECO USO ODONTOLOGICO** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Sistema de seguridad acorde a normas internacionales, Estructura de acero cromo niquelada o satinada con pintura al horno, Camara de esterilizacion de aluminio o acero inoxidable con sistema de cierre hermetico a prueba de fuga de aire caliente, Con buen sistema de aislamiento, con precalentamiento, rapido y corto, Sistema de aireacion forzada con homogenizacion de temperatura, Sensor termico en camara para lectura directa, de la temperatura, Timer de operacion con visualizacion digital del tiempo, Facilidad de limpieza, desinfeccion y mantenimiento, **Características técnicas mínimas** Volumen de camara de esterilizacion 15 a 20 litros, capacidad de contencion de 2 o 3 bandejas, Timer de operacion 0 a 240 min./operacion continua. Termostato regulable entre 30°C y 220°C como mínimo, Exacitud en la medicion de la temperatura 1,2 % del valor final. Exactitud de la temperatura en camara: 2,5 % del valor final. Alimentacion electrica 220V / 50Hz. **Accesorios:** Manual de operaciones y servicio en español en caso de presentarse en otro idioma, debe acompañar al original uno traducido al español, Una pinza para manipuleo de las bandejas. Certificado de calidad de inspeccion tecnica. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	10	2.500.000	25.000.000	10	AGS	ARGENTINA	2.180.000	21.800.000	-12,80	10	ODONTOBRAS	BRASIL	2.290.000	22.900.000	-8,40

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA DEPENDENCIAS

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESEN-TACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OFERENTE 3- D&D DISTRIBUIDORA S.A.						OFERENTE 4- ANDRES H. ARCE					
									CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	%DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	%DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
8	2151705-00	APARATO PARA LUZ HALOGENA DE USO ODONTOLOGICO	**APARATO PARA LUZ HALOGENA DE USO ODONTOLOGICO** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Seguridad eléctrica acorde a normas internacionales Estructura de la carcaza de material sintético resistente Pieza de mano ultraligera de 170 gramos aproximadamente Fibra de vidrio de transmisión de luz esterilizable en autoclave, Sistema controlado por microcontrolador para el tiempo, captador INS y memorias, Sensor numérico integrado para el control del grado de eficiencia de la lámpara Fuente de alimentación conmutada de multivoltaje Potencia lumínica: mayor de 380 mW/cm^2 Longitud de onda: 400 - 515 nm Bombilla con potencia electrica de 44 W como mínimo Tensión de alimentación de la bombilla 15,7 V aproximadamente Alimentación electrica: 220 V / 50 Hz. Sistema de ventilación silenciosa de la pieza de mano Soporte mural con sistema de fijación Sistema de fijación de la pieza de mano para evitar caida por transporte o movimiento Panel de control con pantalla LCD y teclas tipo "Soft touch" **Debe acompañar al equipo** Set completo de accesorios para funcionamiento basico. Punta para blanqueamiento de 3 dientes. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Una fibra optica de repuesto Manual de operación en español o en otro idioma pero acompañado con una traduccion al español	UNIDAD	UNIDAD	42	2.500.000	105.000.000	42	YC	CHINA	1.650.000	69.300.000	-34,00	42	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	2152008-99	EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO	**EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Protección radiologica y sistema de seguridad acorde a normas internacionales. Soporte Rayos X Mando Técnicas **Características Técnicas:** Potencia del generador: 50 a 70 KV / 10 a 7 mA. Tiempo de exposición: multipuntos de 0,001 a 5 segundos +/- 5%. Alimentación electrica: 220V / 50Hz con sistema de tierra. **Accesorios:** Manual de operación y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica. 1 caja por 100 unidades de placas radiograficas para el equipo Delantal protector de plomo de tamaño mediano. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	2	8.500.000	17.000.000	2	DABI ATLANTE	BRASIL	6.497.500	12.995.000	-23,56	2	GNATUS	BRASIL	9.680.000	19.360.000	13,88
10	2152008-00	CAJA REVELADORA DE RAYOS X	**CAJA REVELADORA DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA USO ODONTOLOGICO** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. Caja reveladora manual, acrilica. Incluye tres recipientes para revelar. Dimensiones aproximadas + / - 5cm: Ancho: 31cm. Profundidad: 20,5cm. Alto: 20,5cm. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	2	550.000	1.100.000	2	ODONTOLOGIC	BRASIL	1.200.000	2.400.000	118,18	2	ESSENCE	BRASIL	249.000	498.000	-54,73
11	1103816-00	AGITADOR / VIBRADOR DE YESO	**AGITADOR / VIBRADOR DE YESO MEDIANO** **Características:** Vibrador con superficie de trabajo circular o cuadrangular. El cuerpo está fabricado en aluminio anodizado sobre ventosas adherentes. La superficie de trabajo es de goma sobre cuerpo metálico Lleva un rebaje de 30 mm aproximadamente para introducir la cubeta. Lleva potenciómetro, conmutador de regulación escalonada de vibraciones de -/+ y piloto luminoso de marcha. Dimension de superficie de trabajo: 12 cm como mínimo. Alimentación electrica: 220V / 50Hz, 120W aprox. Toma corriente adecuado preferente tipo schuko. Garantía escrita de 1 año como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	UNIDAD	UNIDAD	3	830.000	2.490.000	3	YC	CHINA	1.100.000	3.300.000	32,53	3	ESSENCE	BRASIL	568.333	1.704.999	-31,53
						10		213.990.000				TOTAL	145.194.988					TOTAL	65.162.993	

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.