INAN Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay

PARAGUAY TODOS

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/11
"Adquisición de Equipos de Laboratorio"

Señora
Dra. LAURA MENDOZA DE ARBO, Directora General
INAN – MSP Y BS

EL Comité de Evaluación del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, de acuerdo a las funciones encomendadas para el estudio, análisis, evaluación y recomendación de adjudicación de ofertas, en este caso de la ***Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04 /11 "Adquisición de Equipos de Laboratorio" – ID. 210.737***, cumple en remitirle el correspondiente informe.

En tal sentido, efectuada la evaluación de las ofertas presentadas en base a la metodología y parámetros establecidos en la presente Licitación por Concurso de Ofertas y a las disposiciones legales aplicables, el presente informe toma como base referencial para su redacción las disposiciones contenidas en el Artículo 64º, del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, el cual dispone que el Informe de Evaluación debe ser emitido incluyendo y haciendo constar los aspectos que señalamos puntualmente a continuación:

1. ACTA DE APERTURA: El llamado de referencia, ha sido debidamente difundido a través del portal de Contrataciones Publicas, fijándose como fecha de apertura 06 de junio de 2011, en la fecha mencionada se han presentado las empresas: CHARPENTIER SRL, IN SITU S.A. y EXIMPAR S.R.L. y los detalles que constan en el Acta de Apertura labrada en dicha oportunidad y que forma parte del presente informe.

1. **TABLA COMPARATIVA DE LAS OFERTAS EN RELACION A LOS REQUISITOS BASICOS Y SU CUMPLIMIENTO, SEGÚN EL ARTICULO 61º, INCISO 1), DEL REGLAMENTO, LA QUE DEBERÁ CONTENER EXPLICACIONES RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE CADA OFERTA, RESPECTO A DICHOS REQUISITOS**. Se adjunta CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTACIONES, en el cual se ha verificado la documentación básica de carácter sustancial, contemplado en las legislaciones vigentes y en el Pliego de bases y condiciones.-

2. **TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS.** Se adjunta Cuadro Comparativo de Precios, en el cual constan los ítems ofertados con los precios unitarios.

3. **ANALISIS DE LAS OFERTAS RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS.** Se adjunta Cuadro comparativo del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Este comité recomienda desestimar la oferta del ítem 4 Estufa para Incubación de la Marca MMM ofertada por la Empresa IN SITU S.A. según detalle por no cumplir con lo solicitado dentro de la especificación técnica solicitadas como mínimas. (Capacidad interna mínima de 115 litros).

Además se visualiza que la empresa INSITU S.A. ha presentado en fecha 6 de junio, posterior a la apertura una nota en donde, comunica que por razones de problemas con la provisión del ITEM Nº 5 ofertado, presenta la oferta de otro equipo. Este comité ha descalificado la oferta debido a que considera este cambio como sustancial en la oferta presentada.

4. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CON LAS JUSTIFICACIONES QUE SEAN PERTINENTES.
Conforme a los criterios de adjudicación del presente llamado, la adjudicación recaerá en el oferente cuya oferta cumpla con las condiciones legales y técnicas; tenga las calificaciones y la capacidad para la realización del servicio requerido y presente la oferta económica por el TOTAL evaluado como **el más conveniente** por cumplir con las especificaciones solicitadas, hasta la disponibilidad presupuestaria.

Téc. Natalia L. Ortiz C.
Responsable de Calidad Laboratorio ISO 17025

Lic. María Nidia Arias V.
Directora
Laboratorio Nacional de Alimentos

Abog. Catalina V. García Martínez
Jurídica - INAN

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Que el ítem Nº 2, Bomba de Vacio, sea declarado desierto ya que ninguna de las empresas ha presentado oferta.

Que, por las condiciones arriba señaladas, El Comité de Evaluación, eleva el presente informe recomendando a la Sra. Directora General, la Adjudicación de la ***Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04 /11 "Adquisición de Equipos de Laboratorio"***; a las firmas:

Firmas Adjudicadas	R.U.C.	Ítems Adjudicados	Monto Adjudicado
IN SITU S.A.	80027373-7	1 y 3	36.180.000.-
EXIMPAR S.R.L.	80002596 -2	4 y 5	64.926.600.-
TOTAL ADJUDICADO			**101.106.600.-**

Total Adjudicado: Gs. 101.106.600.- (Guaraníes ciento un millones ciento seis mil seiscientos).-

Se remite el presente Informe para los fines que hubiere lugar, en la ciudad de Asunción, Republica del Paraguay, a los 17 días del mes de junio del año dos mil once, en tres ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto.

Téc. Natalia L. Ortiz C.
Responsable de Calidad Laboratorio ISO 17025

Lic. María Nidia Arias V.
Directora
Laboratorio Nacional de Alimentos

Abog. Catalina V. García Martínez
Jurídica - INAN

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Avda. Santísima Trinidad e Itapua - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 4/2011 "Adquisición de Equipos de Laboratorio"				
CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES				
Descripción	**Especificación Técnica**	EXIMPAR S.R.L.	IN SITU S.A.	CHARPENTIER S.R.L.
Adquisición de Equipos de Laboratorio	a) El Formulario de oferta debidamente completado y firmado (documento original)	Cumple	Cumple	Cumple
	b) Formulario de Lista, debidamente completado y firmado (documento original)	Cumple	Cumple	Cumple
	c) Garantia de Mantenimiento de Oferta (documento original)	Cumple	Cumple	Cumple
	d) Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Artículo N° 40 y de Integridad conforme al Artículo N° 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.	Cumple	Cumple	Cumple
RESULTADO FINAL		**PASA**	**PASA**	**PASA**

Téc. Natalia L. Ortiz C.
Responsable de Calidad Laboratorio ISO 17025

Lic. María Nidia Arias V.
Directora
Laboratorio Nacional de Alimentos

Abog. Catalina V. García Martínez
Asesoría Jurídica - INAN

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas						
Licitación por Concurso de Ofertas N° 4/2011 "Adquisición de Equipos de Laboratorio"						
Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Especificación Técnica	EXIMPAR S.R.L.	IN SITU S.A.	CHARPENTIER S.R.L.
1	41115406-001	Espectrofotómetro	Dimensiones: 11,8 "W x 9,8" H x 15,7 "D. Tipo: UV / visible de longitud de onda de escaneo con la impresora. Exponer Pantalla LCD retroiluminada, 3,8 "x 2,8", incluido también dos rollos de papel de repuesto, debe tener la capacidad para guardar hasta 40 pruebas de detección de seguro. Automático de reducción acero y agiliza la rotación de células complejas, Óptica de gran alcance, el software versátil y darle un rendimiento máximo.Posición de la celda de seis modelos de 10 mm cuadrados o cubetas de 10 mm, 1 / 2"de diámetro tubos de ensayo, UV-visible de longitud de onda característica de los modelos de división de haz doble óptica con detectores, Ajuste el modo de medición, para ejecución de muestras únicas o múltiples, imprimir automáticamente y que realice el análisis estadístico. Con el documento hora, fecha, nombre de prueba, datos y resultados con gráficos	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
2	41105101-003	Bomba de vacio	Max presión: 23 psi, Capacidad de aire libre: 0,6 CFM (17,0 L / min), Tamaño: 3/8 "manguera de lengüeta, Nivel de ruido: 72 dB (A), Dimensiones: 7-1/4 "x 4" W x 5-1/2 "H, Max temperatura: 95 ° F (35 ° C), Humedecido partes: cabezal, dDacron ® Viton ® reforzado diafragma, válvulas de resina de PTFE y polietileno (PE) adaptadores, Tipo de motor: 1 / 45 CV, TEFC, Ciclo de: 6-h ciclo de diafragmas; motores son continuos, Poder: 115 VAC, 60 Hz, Amplificadores: 1,2. Max vacío:23 "Hg. (Cadete Aire diafragma vacío / bomba de presión, de una cabeza, 0,6 CFM capacidad de aire vacío, 115 VCA, 23 psi)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	41111502-001	Balanza digital	Capacidad: 1500 g, Legibilidad: 0.01g, Linealidad: 0.03g, Repetibilidad: 0.1g, Recipiente de tamaño: 6-5/8"L x 5-5/8"W, Tipo: Portable, Ocho baterías AA, Poder: 115/230 VAC, o el paquete de batería opcional, Salida: bidireccional RS-232, Dimensiones de la carcasa: 7-7/8"W x 11-13/16"H x 10-5/8"D, Estabilidad filtros: cuatro niveles digitales.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA
4	41104511-001	Estufa para incubacion	Regulador por microprocesador y lector digital de temperatura y del programador horario que permite seleccionar los periodos de tiempo preestablecidos con sensor de la temperatura con sonda. Cubeta de precalentamiento en acero inoxidable AISI 304. Cámara de precalentamiento en acero inoxidable AISI 304. Elementos calefactores blindados, distribuidos homogéneamente y montados al aire. Excelente aislamiento térmicoadosado en las paredes de la cámara que permite limitar la temperatura externa del mueble. Grupo motor ventilador para la circulación forzada de aire. Esquema del sistema de la circulación forzada del aire que se proyecta homogéneamente desde la cámara de precalentamiento, donde están situados elementos calefactores, al recinto interior de la cubeta útil. Cámara independiente para los elementos de regulación y control. Admisión de aire exterior. Dispositivo de aireación con salida regulable de 120 mm de diámetro. Fuías soporte para bandejas. Bandejas de acero inoxidable AISI 204. Junta de silicona flexible adosada en la entrada de la cubierta interior. mueble exterior recubierto en epoxi. Panel de mandos - Interruptor general con lámpara de señalización, Indicador modo temperatura, indicador modo tiempo, display indicador temperatura/tiempo, indicador estado de marcha, indicador estado de tiempo de espera, pulsador selector de la temperatura, pulsador selector de tiempo, pulsador para aumentar valor parámetro, pulsador para disminuir valor parámetro, pulsador marcha,paro, Consigna temperatura, Consigna tiempo de marcha: periodo de funcionamiento entre 1´y 9 horas 59´o hasta 99,9 horas una vez alcanzada la temperatura de consigna. consigna de tiempo de espera: periodo de timepo hasta la puesta en marcha entre 1 y 24 h. Salida RS-232 para lectura e impresión de parámetros por ordenador o para la conexión del modulo adaptador USB. Termostato de seguridad regulable que desconecta la calefacción en caso de fallo del microprocesador de la propia estufa,con rearme manual y lámpara de señalización de su funcionamiento. Con circulación por aire forzado. Regulación por microprocesador y lectura digital de temperatura y tiempo. Para temperaturas regulables desde 20°C hasta 100 °C, estabilidad: ±0,1 °C, homogeneidad ± 1,2, a temperatura de trabajo. error de consigna: ±0,1 °C, a temperatura de trabajo, resolución de 1°C.	CUMPLE	N O CUMPLE	NO COTIZA
5	41104601-001	Mufla	Horno de mufla eléctrico N-30L de 1300 °C, para temperaturas regulables hasta 1300°C, Regulación electrónica digital de la temperatura, precisión de ± 2°C del valor seleccionado. Resolución: 1 dígito. Mueble exterior metálico con salida de humos en la parte superior, modulo interior y contrapuerta en fibra cerámica de muy alta resistecia sin amianto, elementos calefactores situados en los laterales y solera. Panel de mando: Interruptor luminoso de puesta en marcha, controlador de temperatura con lectura digital de la temperatura seleccionada y la actual, programable en pasos de 1°C, equipado con sonda tipo K.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA

Téc. Natalia L. Ortiz C.
Responsable de Calidad Laboratorio ISO 17025

Lic. María Nidia Arias V.
Directora
Laboratorio Nacional de Alimentos

Abog. Catalina V. García Martínez
Asesoría Jurídica - INAN

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay.

Cuadro de Precios Adjudicados

Licitación por Concurso de Ofertas N° 4/2011 "Adquisición de Equipos de Laboratorio"

Empresa Adjudicada:	IN SITU S.A.
RUC:	80027373 - 7

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Especificación Técnica	Marca del Producto	Procedencia	Unidad de	Presentación	Relación de	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Monto Total (IVA Incluido)
1	41115406-001	Espectrofotómetro	Dimensiones: 11.8 "W x 9.8" H x 15.7 "D, Tipo: UV / visible de longitud de onda de escaneo con la impresora. Exponer Pantalla LCD retroiluminada, 3,8 "x 2,8". incluido también dos rollos de papel de repuesto, debe tener la capacidad para guardar hasta 40 pruebas de detección de seguro. Automático de reducción acero y agiliza la rotación de células complejas, Óptica de gran alcance, el software versátil y darle un rendimiento máximo,Posición de la celda de seis modelos de 10 mm cuadrados o cubetas de 10 mm, 1 / 2"de diámetro tubos de ensayo, UV-visible de longitud de onda característica de los modelos de división de haz doble óptica con detectores, Ajuste el modo de medición, para ejecución de muestras únicas o múltiples, imprimir automáticamente y que realice el análisis estadístico. Con el documento hora, fecha, nombre de prueba, datos y resultados con gráficos	Biochrom	Inglesa	unidad	unidad	1	1	32.600.000	32.600.000
3	41111502-001	Balanza digital	Capacidad: 1500 g, Legibilidad: 0.01g, Linealidad: 0.03g, Repetibilidad: 0.1g, Recipiente de tamaño: 6-5⁄8"L x 5-5⁄8"W, Tipo: Portable, Ocho baterías AA, Poder: 115/230 VAC, o el paquete de batería opcional, Salida: bidireccional RS-232, Dimensiones de la carcasa: 7-7⁄8"W x 11-13⁄16"H x 10-5⁄8"D, Estabilidad filtros: cuatro niveles digitales.	Radwag	Polonia	unidad	unidad	1	2	1.790.000	3.580.000
PRECIO TOTAL ADJUDICADO											**36.180.000**

Téc. Natalia L. Ortiz C.
Responsable de Calidad Laboratorio ISO 17025

Lic. María Nidia Arias V.
Directora
Laboratorio Nacional de Alimentos

Abog. Catalina V. García Martínez
Asesoría Jurídica - INAN

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595 21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay

Cuadro de Precios Adjudicados

Licitación por Concurso de Ofertas N° 4/2011 "Adquisición de Equipos de Laboratorio"

Empresa Adjudicada:	EXIMPAR S.R.L.
RUC:	80002596-2

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Especificación Técnica	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto Total (IVA Incluido)
4	41104511-001	Estufa para incubacion	Regulador por microprocesador y lector digital de temperatura y del programador horario cue permite seleccionar los periodos de tiempo preestablecidos con sensor de la temperatura con sonda. Cubeta de precalentamiento en acero inoxidable AISI 304. Cámara de precalentamiento en acero inoxidable AISI 304. Elementos calefactores blindados, distribuidos homogéneamente y montados al aire. Excelente aislamiento térmicoadosado en las paredes de la cámara que permite limitar la temperatura externa del mueble. Grupo motor ventilador para la circulación forzada de aire. Esquema del sistema de la circulación forzada del aire que se proyecta homogéneamente desde la cámara de precalentamiento, donde están situados elementos calefactores, al recinto interior de la cubeta útil. Cámara independiente para los elementos de regulación y control. Admisión de aire exterior. Dispositivo de aireación con salida regulable de 120 mm de diámetro. Fijas soporte para bandejas. Bandejas de acero inoxidable AISI 204. Junta de silicona flexible adosada en la entrada de la cubierta interior. mueble exterior recubierto en epoxi. Panel de mandos - Interruptor general con lámpara de señalización. Indicador modo temperatura, indicador modo tiempo, display indicador temperatura/tiempo, indicador estado de marcha, indicador estado de tiempo de espera, pulsador selector de la temperatura, pulsador selector de tiempo, pulsador para aumentar valor parámetro, pulsador para disminuir valor parámetro, pulsador marcha.paro, Consigna temperatura, Consigna tiempo de marcha: periodo de funcionamiento entre 1´y 9 horas 59´o hasta 99,9 horas una vez alcanzada la temperatura de consigna. consigna de tiempo de espera: periodo de timepo hasta la puesta en marcha entre 1 y 24 h. Salida RS-232 para lectura e impresión de parámetros por ordenador o para a conexión del modulo adaptador USB. Termostato de seguridad regulable que desconecta la calefacción en caso de fallo del microprocesador de la propia estufa,con rearme manual y lámpara de señalización de su funcionamiento. Con circulación por aire forzado. Regulación por microprocesador y lectura digital de temperatura y tiempo. Para temperaturas regulables desde 20°C hasta 100 °C, estabilidad: ±0,1 °C, homogeneidad ± 1,2, a temperatura de trabajo. error de consigna: ±0,1 °C, a temperatura de trabajo, resolución de 1°C.	Binder/ Binder GmbH	Alemania	unidad	unidad	1	1	27.176.600	27.176.600
5	41104601-001	Mufla	Horno de mufla eléctrico N-30L de 1300 °C, para temperaturas regulables hasta 1300°C, Regulación electrónica digital de la temperatura, precisión de ± 2°C del valor seleccionado. Resolución: 1 dígito. Mueble exterior metálico con salida de humos en la parte superior, modulo interior y contrapuerta en fibra cerámica de muy alta resistecia sin amianto, elementos calefactores situados en los laterales y solera. Panel de mando: Interruptor luminoso de puesta en marcha, controlador de temperatura con lectura digital de la temperatura seleccionada y la actual, programable en pasos de 1°C, equipado con sonda tipo K.	Naberthern/Naberth erm GmbH	Alemania	unidad	unidad	1	1	37.750.000	37.750.000
									PRECIO TOTAL ADJUDICADO		64.926.600

Téc. Natalia L. Ortiz C.
Responsable de Calidad

Lic. María Nidia Arias V.
Directora
Laboratorio Nacional de Alimentos

Abog. Catalina V. Garcete Martinez
- INAN

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL