IECOH01

ANDE

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACION DE OFERTAS

PCD	Fecha	Costo Estimado	PCM	Fecha PCM
5505/2010	18/11/2010	Gs 81.900.000	I.23/2010	30/09/2010

Dependencia Solicitante: ***Oficina de Coordinación de la Gerencia Técnica***

Item	Cant.	U.Med.	01 - DESCRIPCION DEL SUMINISTRO
1	1	Un.	TELURÌMETRO DE ALTA FRECUENCIA
2	1	Un.	TELURÌMETRO DIGITAL
3	2	Un.	MULTÌMETRO DIGITAL
4	2	Un.	PINZA AMPEROMETRICA DIGITAL

Fecha de Apertura de la/s Oferta/s: **18/11/2010**

02 - RESULTADO DEL CONCURSO

Se presentaron los siguientes Proveedores:

1. EVEREST INGENIERIA
2. ERWIN ABRAHAM SRL
3. TECNOELECTRIC SA
4. SAS IMP Y REP
5. FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
6. ----------
7. ----------
8. ----------
9. ----------
10. ----------

03 - OBSERVACIONES

1er. LLAMADO

P/S

ING. FIDEL GIRETT
Jefe de Depto. de Ingeniería
de Mantenimiento de Distribución

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS - PCD 5505/2010 | HOJA Nº 2

4 - Informe Técnico

El siguiente informe informe corresponde al Pedido de Contratación Directa N° 5505/2010, para la Adquisición de Equipos de Medición: Telurímetro de Alta Frecuencia, Telurímetro Digital, Multímetro Digital y Pinza Amperométrica Digital.

Fueron invitadas a concursar 5 (cinco) firmas.

Presentaron ofertas 5 (cinco) firmas.

1 - EVEREST S.R.L.: (Ofretó todos los ítems 1, 2, 3 y 4).

La oferta correspondiente al ITEM 1 fué descalificada por no cumplir con los puntos 5,6, 7, 8, 9, 10, 16, 17,18, 19 y 20 de la Especificación Técnica.

La oferta correspondiente al ITEM 2 fué descalificada por no cumplir con los requisistos 3.7, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 de la Especificación Técnica.

La oferta correspondiente al ITEM 3 cumple con los requisistos de la Especificación Técnica.

La oferta correspondiente al ITEM 4 fué descalificada pues no cumple la Especificación Técnica en cuanto a la abertura de la pinza, estuche de prtección y pantalla LCD.

2 - ERWIN ABRAHAM S.R.L: (Oferta Parcial, no cotizó los ítems 3 y 4).

Las ofertas correspondientes a los ITEMS 1 y 2 cumplen con las condiciones establecidas, conforme a los requerimientos de las Especificaciones Técnicas.

3 - TECNOELECTRIC S.A.: (Oferta Parcial, no cotizó los ítems 1 y 3).

La oferta correspondiente al ITEM 2 fué descalificada y no ha sido considerada en la comparación por que la firma no presentó completa la Planilla de Datos Garantizados (especificamente falta el apartado 4.4, correspondiente a las Características Eléctricas). La planilla de Datos Garantizados es un documento de cararcter sustancial, no cumpliendo con el ítem 11 del ANEXO 1 " Planilla de Datos Garantizados debidamente completado y firmados en prueba de conformidad". Además no cumplen con requisitos de las Especifiaciones Técnicas, tales como los puntos: 3.6, 3.8, 4.1, 4.6.

La oferta correspondiente al ITEM 4, fué descalificada pues no cumple la Especificación Técnica en cuanto a la abertura de la pinza, pantalla LCD, Función Tensión CA RMS real (rango medición), Función Frecuencia (rango de medición).

4 - SAS IMP Y REP: (Oferta Parcial, no cotizó los ítems 1, 3 y 4).

La oferta correspondiente al ITEM 2 fué descalificada y no ha sido consideradad en la comparación por que la firma no presento completa la Planilla de Datos Garantizados (específicamente falta el apartado 4, correspondiente a las Características Eléctricas). La planilla de Datos Garantizados es un Documento de carácter sustancial, no cumpliendo con el ítem 11 del ANEXO 1 " Planilla de Datos Garantizados debidamente completado y firmados en prueba de conformidad".

5 - FERRETERIA INDUSTRIAL SRL: (Oferta Parcial, no cotizó los ITEMS 1 y 2).

La oferta correspondiente al ITEM 3 cumple con los requisitos de la Especificación Técnica.

La oferta correspondiente al ITEM 4 fué descalificada pues no cumple la Especificación Técnica en cuanto a la abertura de la pinza, pantalla LCD, Función Tensión CA RMS real(rango de medición), Función Capacitancia (rango de medición).

En adjunto planilla de analisis detallado.

P/s

ING. FIDEL GIRETT
Jefe de Ofic. de Ingeniería
de Mantenimiento de Distribución

IECOH03

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS - PCD	5505/2010	HOJA N° 3

5 - Ofertas que reúnen los requisitos del Concurso de Precios

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PROVEEDOR	COSTO Gs.		INDICE
		UNITARIO	TOTAL IVA INCL.	%
1	TELURIMETRO DE ALTA FRECUENCIA			
	ERWIN ABRAHAM S.R.L.	73.600.000	73.600.000	100,0%
2	TELURIMETRO DIGITAL			
	ERWIN ABRAHAM S.R.L.	9.755.000	9.755.000	100,0%
3	MULTIMETRO DIGITAL			
	EVEREST INGENIERIA S.R.L.	912.000	1.824.000	236,4%
	FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.	385.750	771.500	100,0%

P/S

ING. FIDEL GIRETT
Jefe de Ofic. de Ingeniería
de Mantenimiento de Distribución

IECOH04

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACION DE OFERTAS - PCD 5505/2010	HOJA Nº 4

6 - Conclusiones y Recomendaciones

Se sugiere adjudicar por la(s) oferta(s) más ventajosa(s), a las firmas siguientes

ÍTEM	PROVEEDOR A SER ADJUDICADO	IMPORTE
1	ERWIN ABRAHAM S.R.L.	73.600.000
2	ERWIN ABRAHAM S.R.L.	9.755.000
3	FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.	771.500
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**84.126.500**

X Se declara decierto el ITEM 4 "PINZA AMPEROMETRICA DIGITAL", ya que ninguna de las ofertas cumplen con la Especificación Técnica requerida

OBSERVACIONES:

Informamos que el costo total ofertado en los ítems a ser adjudicados de Gs. 84.126.500, no supera al costo total estimado de Gs. 81.900.000

Ing. Héctor M. Maluf I.
Gerente Técnico

P/D

ING. FIDEL GIRETT
Jefe de Ofic de Ingeniería
de Mantenimiento de Distribución