DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE INCUBADORA Y ACCESORIOS - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - AD REFERENDUM

MODALIDAD : CONTRATACION DIRECTA N° 13/2012 -ADQUISICION DE INCUBADORAS Y ACCESORIOS - HOSPITAL MARIANO ROQUE ALONSO - AD REFERENDUM - ID. 244.617

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1: DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
			INCUBADORA ESTÁNDAR									
			ESPECIFICAR: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA Y AÑO DE FABRICACIÓN									
			CARACTERÍSTICAS GENERALES:									
			CONSTRUCCIÓN ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES: **FDA O CE O MERCOSUR O SIMILAR**									
			SE DEBEN CITAR A QUÉ NORMAS ESTÁN ACORDES. LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD A SER CONSIDERADAS PARA ESTE EQUIPO SERÁN FUNDAMENTALMENTE LAS ISO, IEC. O SIMILAR									
			TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADORES O MICROCONTROLADORES.									
			CÚPULA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE MÍNIMO 8 MM DE ESPESOR,									
			CUATRO PORTILLOS COMO MÍNIMO, DE FÁCIL APERTURA , PROVISTOS DE MANGUITOS									
			UNA PUERTA FRONTAL DE ABATIR PARA PERMITIR UN AMPLIO Y CÓMODO ACCESO AL PACIENTE									
			INTERIOR DE INYECCIÓN MOLDEADA O SIMILAR CON ESQUINAS REDONDEADAS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA.									
			CON AL MENOS CUATRO ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR A LA CÁMARA									
			CON DOBLE PARED CON CIRCULACIÓN DE AIRE ENTRE LA CÚPULA Y LA DOBLE PARED									
			PUERTA DE ACCESO FRONTAL CON CORTINA DE AIRE									
			AIRE:									
			INTRODUCCIÓN A LA CÚPULA A TRAVÉS DE DOS FILTROS SUBMICRÓNICOS INFERIOR A 0,5 MM.									
			CAPACIDAD DE ENTRADA ENTRE 15 Y 16 L/MIN.									
			MUEBLE:									
			CARRO SOPORTE DE 4 RUEDAS, DOS DE ELLAS PROVISTAS DE FRENOS CON PARAGOLPE PERIMETRAL.									
			BASE PARA EL COLCHÓN CON AJUSTE DE TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSO									
			BASE RADIOTRANSPARENTE PARA EL COLCHÓN									

Emilce Gimena Pereira Leiva, Jefa
Departamento de Compras Menores / DOC
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE INCUBADORA Y ACCESORIOS - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - AD REFERENDUM

MODALIDAD : CONTRATACION DIRECTA N° 13/2012 -ADQUISICION DE INCUBADORAS Y ACCESORIOS - HOSPITAL MARIANO ROQUE ALONSO - AD REFERENDUM - ID. 244.617

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1: DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
1	42271714-002	INCUBADORAS	LECHO:TAMAÑO MÍNIMO REQUERIDO PARA EL LECHO ES DE 80 X 57 CM. COLCHONETA DE MATERIAL LAVABLE E INOCUO PARA EL NEONATO. **CONTROLES:** FUNCIONES DE PRECALENTAMIENTO TERMÓMETRO DIGITAL DE 3 DÍGITOS COMO MÍNIMO. RANGO DE 20 A 50º C PRECISIÓN EN LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA 0,1 A 0,2º C. CONTROL CON MODO MANUAL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 23° C O MENOR A MÁXIMO 37° C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETEMPERATURA DE MÁS DE 37,0° HASTA 39° C CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34° C HASTA 37.0 ° C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETEMPERATURA DE MÁS DE 37.0 ° HASTA 38° C RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 0,1 °C DESPLIEGUES DIGITALES INDEPENDIENTES DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TEMPERATURA DE AIRE, TEMPERATURA DEL PACIENTE Y TEMPERATURA DE CONTROL TERMOSTATO ADICIONAL DE SEGURIDAD PARA EL CASO DE AVERÍA DEL CONTROL DE TEMPERATURA DEL AIRE CON INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR **HUMEDAD:** SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON CONTROL MANUAL O PASIVO CAPAZ DE MANTENER UNA HUMEDAD RELATIVA DE POR LO MENOS 50% CON DEPÓSITO REMOVIBLE Y ESTERILIZABLE. DEPÓSITO DE AGUA RELLENABLE DESDE EL EXTERIOR CON VISUALIZACIÓN DEL NIVEL DE AGUA. OXIGENO: UNA ENTRADA LIMITADA A 35% DE CONCENTRACIÓN APROXIMADAMENTE Y REGULABLE, CONEXIÓN TIPO DISS, ENTRADA CONECTABLE A UNA RED CENTRAL O CILINDROS. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES **ALARMAS DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:** TEMPERATURA ALTA DEL AIRE	EN SUS RESPECTIVO EMPAQUE CON SUS ACCESORIOS	UNIDAD	1	35.000.000	1	30.032.200	MEDIX	ARGENTINA	30.032.200

Emilce Gimena Pereira Leiva, J.U.
Departamento de Compras Menores - DC
M.S.P. y B.S.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE INCUBADORA Y ACCESORIOS - HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - AD REFERENDUM

MODALIDAD : CONTRATACION DIRECTA N° 13/2012 -ADQUISICION DE INCUBADORAS Y ACCESORIOS - HOSPITAL MARIANO ROQUE ALONSO - AD REFERENDUM - ID. 244.617

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1: DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
			TEMPERATURA ALTA DEL PACIENTE EN MODO SERVOCONTROLADO.									
			FALLA DE LA CIRCULACIÓN O FLUJO DE AIRE									
			FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
			FALLA DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL PACIENTE									
			FALLA DEL SISTEMA									
			ALARMA DE TEMPERATURA ALTA Y BAJA CON APAGADO AUTOMÁTICO DE LA UNIDAD CALEFACTORA A MÁXIMO 1° C SOBRE EL VALOR SELECCIONADO									
			SILENCIADOR TEMPORAL DE ALARMAS									
			ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 V / 50 HZ.									
			SIMBOLOGÍA UNIVERSAL PARA LAS TECLAS Y RÓTULOS EN ESPAÑOL									
			ACCESORIOS POR EQUIPO:									
			MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA. SE ACEPTARÁN MANUALES DE SERVICIO TÉCNICO EN INGLÉS SI DICHOS MANUALES SON ORIGINALES Y SIN ALTERACIONES EN EL CONTENIDO DEL MISMO. ADEMÁS, AL MISMO SE DEBERÁ ACOMPAÑAR LA TRADUCCIÓN DE LOS MANUALES DE USO Y DE SERVICIO TÉCNICO REALIZADO POR UN TRADUCTOR PÚBLICO MATRICULADO.									
			25 FILTROS ANTIBACTERIANOS,									
			2 (DOS) SENSOR DE TEMPERATURA CUTÁNEA REUSABLE,									
			2 (DOS) IRIS DE REPUESTO									
			TERMÓMETRO DE FACIL LECTURA Y ESTERILIZACIÓN. RANGO DE 20 A 40 ° C. PRESICIÓN +/- 2 °C PARA UN DOBLE CONTROL DEL USUARIO									
			1 (UN) SOPORTE PARA SOLUCIONES									
			GARANTÍZAR LA PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LO MENOS 5 AÑOS DESPUES DE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO									
			GARANTÍA ESCRITA DE 2 AÑOS COMO MÍNIMO CON SERVICIO TÉCNICO ANTE CUALQUIER FALLA INCLUYENDO LOS REPUESTOS Y/O MATERIALES NECESARIOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN.									
			CON EXPERIENCIA ESCRITA DE USO DEL EQUIPO EN ALGUN SERVICIO DEL MSP Y BS									
							PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)					30.032.200

Emilce Gimena Pereira Leiva, Jefe
Departamento de Compras Menores - DGAF
M.S.P. y B.S.