LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

14. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas de los ítems que infieren en este informe parcial, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los criterios establecidos en el P.B.C. y las verificaciones técnicas conforme a las documentaciones presentadas, realizado por Lic. Manuel Achon Lopez, en representación de la Dirección de Mantenimiento:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación	Observaciones
1	81141804-040	Asistencia técnica para mantenimiento de la planta de oxigeno y sus componentes	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000	110.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
2	81141804-040	Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 wilkerson	Unidad	EVENTO	1	1.448.333	1.450.000	1.450.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
3	81141804-040	Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 wilkerson	Unidad	EVENTO	1	9.366.667	9.350.000	9.350.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
4	81141804-040	Válvula Mariposa de 3´´ W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, Jamesbury	Unidad	EVENTO	1	30.560.300	26.000.000	26.000.000	18%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
5	81141804-040	Válvula Solenoide, de 1/4´´ FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS	Unidad	EVENTO	1	4.020.167	4.020.000	4.020.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
6	81141804-040	Válvula, kit de Reparo, VPVL200DAB ACTUADOR RKP155, Jamesbury	Unidad	EVENTO	1	773.333	775.000	775.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
7	81141804-040	Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 3 ´´ Jamesbury, RKW352XZ	Unidad	EVENTO	1	2.623.500	2.630.000	2.630.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
8	81141804-040	Válvula Mariposa de 4´´ W/VPL250DAB Actuador Ensamblado, Jamesbury	Unidad	EVENTO	1	31.090.250	27.500.000	27.500.000	13%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
9	81141804-040	Válvula, kit de Reparo, VPVL250DAB ACTUADOR RKP156, Jamesbury	Unidad	EVENTO	1	805.667	810.000	810.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
10	81141804-040	Válvula, kit de Reparo, para mariposa de 4 ´´ Jamesbury, RKW353XZ	Unidad	EVENTO	1	2.906.667	2.910.000	2.910.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
11	81141804-040	Válvula, Actuador, VPVL200DAB Jamesbury	Unidad	EVENTO	1	6.955.133	6.950.000	6.950.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR

Abogada
Mat. C.S.J. N° 47.759

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medicinales
Hospital Ingavi

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación	Observaciones
12	81141804-040	Válvula, Actuador, VPVL250DAB Jamesbury	Unidad	EVENTO	1	8.598.567	8.600.000	8.600.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
13	81141804-040	Computador, Micrologix, 1200 control, 14 Salidas, 24 Vdc, AB	Unidad	EVENTO	1	17.616.667	15.500.000	15.500.000	14%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
14	81141804-040	Computador, Micrologix, 1200 salida Análoga, 4 salidas , AB	Unidad	EVENTO	1	15.183.333	14.800.000	14.800.000	3%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
15	81141804-040	Computador, Panel TACTIL (View Plus 600) Grayscale, Fuente compatible, AB	Unidad	EVENTO	1	53.250.000	42.000.000	42.000.000	27%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
16	81141804-040	Transductor de presión , de 0 -150 PSI 1/4'' NPT, 10-30 Vdc, Conexión Din	Unidad	EVENTO	1	1.951.900	1.950.000	1.950.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
17	81141804-040	Drenador de condensado, electrónico temporizado Con BOBINA 115 v 50/60 hz	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
18	81141804-040	Fusibles de 3 AMP AS-20,45,80,160,450,100,Reliant TM	Unidad	EVENTO	1	60.833	60.000	60.000	1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
19	81141804-040	Fusibles de 2 AMP AS-1000-4000 TM	Unidad	EVENTO	1	77.667	77.000	77.000	1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
20	81141804-040	Fusible, de 0,5 AMP, TM	Unidad	EVENTO	1	71.000	71.000	71.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
21	81141804-040	Elemento silenciador de 2 '' (N20) ATO silenciador, 1120	Unidad	EVENTO	1	3.156.667	3.150.000	3.150.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
22	81141804-040	Válvula de retención, 1-1/2 FTP 6150701	Unidad	EVENTO	1	1.626.667	1.650.000	1.650.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
23	81141804-040	Magbalube- g 0,75 tubo o2 (24 unidades)	Unidad	EVENTO	1	548.567	550.000	550.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
24	81141804-040	Placa de circuito, O2 monitor, 85% fujicura	Unidad	EVENTO	1	4.530.000	4.530.000	4.530.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
25	81141804-040	Junta Torica x123-024-5 USA	Unidad	EVENTO	1	92.000	92.000	92.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR

Abogada
Mat. C.S.J. N° 47.799

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medi...
Hospital Ing...

03/03/2020

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación	Observaciones
26	81141804-040	Reed caja laminas SA-3	Unidad	EVENTO	1	673.567	650.000	650.000	4%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
27	81141804-040	Conjunto de válvula	Unidad	EVENTO	1	8.905.233	8.000.000	8.000.000	11%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
28	81141804-040	Junta Torica x123-036-5 USA	Unidad	EVENTO	1	87.167	85.000	85.000	3%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
29	81141804-040	Válvula de descarga de oxigeno limpio	Unidad	EVENTO	1	1.330.233	1.350.000	1.350.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
30	81141804-040	(CABEZA)Head 2 nd STG	Unidad	EVENTO	1	46.950.000	42.000.000	42.000.000	12%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
31	81141804-040	Junta Torica x123-036-5 USA	Unidad	EVENTO	1	114.167	115.000	115.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
32	81141804-040	Anillo de compresión 2 C=,240	Unidad	EVENTO	1	1.183.333	1.185.000	1.185.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
33	81141804-040	Anillo 2 - 2 C=,490	Unidad	EVENTO	1	1.463.333	1.450.000	1.450.000	1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
34	81141804-040	Junta Torica x123-148-5	Unidad	EVENTO	1	114.167	115.000	115.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
35	81141804-040	Gas pacing set	Unidad	EVENTO	1	6.509.300	6.200.000	6.200.000	5%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
36	81141804-040	Junta Torica 123-024-5	Unidad	EVENTO	1	70.333	70.000	70.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
37	81141804-040	aceite wiper no Expandible estándar x 5 litros	Unidad	EVENTO	1	155.133	155.000	155.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
38	81141804-040	Junta Torica 123-234-5	Unidad	EVENTO	1	94.667	95.000	95.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
39	81141804-040	Anillo ring 1 Glass filled c=,248	Unidad	EVENTO	1	659.600	660.000	660.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR

Abogada
Mat. C.S.J. N° 47703

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medicinales
Hospital Ingavi

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación	Observaciones
40	81141804-040	Junta Torica 123-207-5	Unidad	EVENTO	1	75.667	75.000	75.000	1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
41	81141804-040	Junta Torica x123-149-5	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000	155.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
42	81141804-040	Junta Torica 123-232-5	Unidad	EVENTO	1	92.833	93.000	93.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
43	81141804-040	Pistón ensamblado de 1 flotante	Unidad	EVENTO	1	14.590.300	14.000.000	14.000.000	4%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
44	81141804-040	Anillo ring 1 glass filled c=, 248	Unidad	EVENTO	1	681.667	682.000	682.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
45	81141804-040	PB ring 1, 1 c, 108	Unidad	EVENTO	1	874.000	874.000	874.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
46	81141804-040	Junta Torica x123-115-5	Unidad	EVENTO	1	345.233	345.000	345.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
47	81141804-040	Componente ring 1,1 c= 110	Unidad	EVENTO	1	953.333	950.000	950.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
48	81141804-040	Junta Torica x123-904-3	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	150.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
49	81141804-040	Junta 1/16 ARMSTRONG N8092	Unidad	EVENTO	1	125.233	125.000	125.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
50	81141804-040	Válvula ensamblada xa015-a5565	Unidad	EVENTO	1	6.790.000	6.790.000	6.790.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
51	81141804-040	caja de laminas (reedvalve) x15-b2706	Unidad	EVENTO	1	671.333	670.000	670.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
52	81141804-040	Junta Torica x123-018-5-90	Unidad	EVENTO	1	129.333	130.000	130.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
53	81141804-040	válvula ensamblada xa15-a5562	Unidad	EVENTO	1	27.433.333	27.500.000	27.500.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR

Abogada
Mat. C.S.J. N° 12720

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medicinales
Hospital Ingavi

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación	Observaciones
54	81141804-040	caja de laminas (reedvalve) x15-b2778	Unidad	EVENTO	1	1.336.667	1.350.000	1.350.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
55	81141804-040	Junta para compresor (watergasket)	Unidad	EVENTO	1	19.600.000	19.600.000	19.600.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
56	81141804-040	Junta Torica 123-249-5	Unidad	EVENTO	1	253.333	250.000	250.000	1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
57	81141804-040	componente ring - 3 3/4 c=.290	Unidad	EVENTO	1	1.973.333	1.950.000	1.950.000	1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
58	81141804-040	Rider ring 3/4 - 3 3/4 c=.490	Unidad	EVENTO	1	2.150.000	2.150.000	2.150.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
59	81141804-040	Junta Torica x123-160-5	Unidad	EVENTO	1	161.667	162.000	162.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
60	81141804-040	Junta Torica x123-139-5	Unidad	EVENTO	1	123.333	125.000	125.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
61	81141804-040	Junta Torica 123-228-5	Unidad	EVENTO	1	85.300	85.000	85.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
62	81141804-040	anillo (rider) pistón con embolo de vidrio lleno de teflón	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000	690.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
63	81141804-040	juego de pistones 1/2	Unidad	EVENTO	1	12.311.667	12.320.000	12.320.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
64	81141804-040	anillo (rider) 1/2	Unidad	EVENTO	1	744.333	750.000	750.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
65	81141804-040	componente de anillo 1/2	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000	445.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
66	81141804-040	Junta Torica x123-011-5	Unidad	EVENTO	1	136.667	135.000	135.000	1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
67	81141804-040	Placa FWE 16-56	Unidad	EVENTO	1	86.000	86.000	86.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR

Mat. C.S.J. N° 47770

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medicinales
Hospital Ingavi

000200

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación	Observaciones
68	81141804-040	Placa FWE 16-57	Unidad	EVENTO	1	86.000	86.000	86.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
69	81141804-040	junta ARMSTRONG n8092	Unidad	EVENTO	1	163.833	165.000	165.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
70	81141804-040	junta de placa cubierta	Unidad	EVENTO	1	73.333	75.000	75.000	-2%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
71	81141804-040	junta de Carter/cilindro	Unidad	EVENTO	1	379.333	380.000	380.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
72	81141804-040	Junta de filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	703.333	700.000	700.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
73	81141804-040	Carter, filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	3.111.667	3.115.000	3.115.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
74	81141804-040	Junta Torica x123-139-5	Unidad	EVENTO	1	128.067	128.000	128.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
75	81141804-040	Junta Torica x123-139-3	Unidad	EVENTO	1	245.767	245.000	245.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
76	81141804-040	Junta Torica 123-904-5	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500	59.500	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
77	81141804-040	Junta Torica x123-019-5	Unidad	EVENTO	1	161.667	162.000	162.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
78	81141804-040	Junta Torica x123-912-5	Unidad	EVENTO	1	229.000	229.000	229.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
79	81141804-040	Junta Torica tamaño 95	Unidad	EVENTO	1	163.333	165.000	165.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
80	81141804-040	Junta Torica x123-015-5	Unidad	EVENTO	1	163.333	165.000	165.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
81	81141804-040	Junta Torica de teflón solido	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000	375.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medicinales
Hospital Ingavi

000199

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación	Observaciones
82	81141804-040	Junta Torica - oxigeno limpio	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000	130.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
83	81141804-040	Junta Torica x123-013-3	Unidad	EVENTO	1	161.667	165.000	165.000	-2%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
84	81141804-040	Junta Torica x123-013-5	Unidad	EVENTO	1	161.667	165.000	165.000	-2%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
85	81141804-040	Junta Torica x123-906-3	Unidad	EVENTO	1	165.167	165.000	165.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
86	81141804-040	Junta Torica x123-906-5	Unidad	EVENTO	1	168.833	168.000	168.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
87	81141804-040	Junta Torica x123-011-3	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000	161.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
88	81141804-040	Junta Torica x123-011-5	Unidad	EVENTO	1	113.400	114.000	114.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
89	81141804-040	Junta Torica x123-904-3	Unidad	EVENTO	1	162.167	165.000	165.000	-2%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
90	81141804-040	Junta Torica x123-904-5	Unidad	EVENTO	1	117.500	117.500	117.500	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
91	81141804-040	Junta Torica x123-012-3	Unidad	EVENTO	1	186.067	190.000	190.000	-2%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
92	81141804-040	Lámpara piloto	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	120.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
93	81141804-040	Belt b belt, 4 bandas, 82 pd	Unidad	EVENTO	1	3.146.667	3.150.000	3.150.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
94	81141804-040	Cinturón	Unidad	EVENTO	1	358.333	360.000	360.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
95	81141804-040	Aceite halocarbonado 5 litros c/u	Unidad	EVENTO	1	47.000.000	47.000.000	47.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medicinales
Hospital Ingavi

00001198

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación	Observaciones
96	15121503-001	Aceite refrigerante, SIGMA Fluid(Caja engranaje) 47 litros	Unidad	EVENTO	1	17.466.667	17.500.000	17.500.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
97	15121905-001	Grasa cojinete motor principal - 400g	Unidad	EVENTO	1	4.223.333	4.250.000	4.250.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
98	15121905-001	Grasa cojinete motor ventilador radial	Unidad	EVENTO	1	4.206.667	4.200.000	4.200.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
99	40151601-9994	Kit pre filtro sistema de enfriamiento	Unidad	EVENTO	1	4.666.667	4.650.000	4.650.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
100	40151601-9994	Kit pre filtro atenuador	Unidad	EVENTO	1	9.066.667	9.050.000	9.050.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
101	40151601-9994	Kit filtro, rejilla enfriamiento cabina	Unidad	EVENTO	1	883.333	890.000	890.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
102	40151601-9994	Filtro salida de aire cabina control	Unidad	EVENTO	1	1.586.967	1.600.000	1.600.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
103	40151601-9994	Filtro cabina convertidor	Unidad	EVENTO	1	888.333	890.000	890.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
104	40161504-001	Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	4.393.333	4.250.000	4.250.000	3%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
105	40161504-001	Elemento filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
106	41103311-005	Indicador estado saturacion filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000	1.550.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
107	40161504-001	Venturi filtro caja engranaje	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000	910.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
108	40141650-001	Valvulaadmision	Unidad	EVENTO	1	35.966.933	35.970.000	35.970.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
109	40141650-001	Kit mantenimiento valvula de admision	Unidad	EVENTO	1	15.500.000	15.500.000	15.500.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medicinales
Hospital Ingavi

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación	Observaciones
110	40141650-001	Block valvuladistribucionhidraulica	Unidad	EVENTO	1	23.703.333	23.700.000	23.700.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
111	40141650-001	Kit mantenimiento valvuladistribucion	Unidad	EVENTO	1	12.716.967	12.700.000	12.700.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
112	40141650-001	Valvula de control	Unidad	EVENTO	1	33.516.667	33.500.000	33.500.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
113	40141650-001	Valvula de control -block distribucion	Unidad	EVENTO	1	28.933.567	28.950.000	28.950.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
114	40141650-001	Valvula bomba control flujo	Unidad	EVENTO	1	39.650.000	39.650.000	39.650.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
115	40142020-001	Manguera Hco - filtro venturi	Unidad	EVENTO	1	1.616.667	1.620.000	1.620.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
116	40142020-001	Manguera Hco - Carter	Unidad	EVENTO	1	1.715.000	1.715.000	1.715.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
117	40142020-001	Manguera Hco - drenaje de refrigerante	Unidad	EVENTO	1	883.333	885.000	885.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
118	81141804-040	Kit linea de control	Unidad	EVENTO	1	2.118.333	2.120.000	2.120.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
119	81141804-040	Kit de linea de drenaje condensado	Unidad	EVENTO	1	883.333	885.000	885.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
120	81141804-040	Manguera 90° de entrada de aire	Unidad	EVENTO	1	8.585.300	8.590.000	8.590.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
121	81141804-040	ServiceUnit - Unidad de servicio	Unidad	EVENTO	1	1.865.100	1.850.000	1.850.000	1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
122	81141804-040	Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	2.394.000	2.350.000	2.350.000	2%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
123	81141804-040	Sensor	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000	1.550.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medicinales
Hospital Ingavi

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación	Observaciones
124	81141804-040	DrenadorEcodrain completo - A	Unidad	EVENTO	1	8.891.667	8.900.000	8.900.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
125	81141804-040	DrenadorEcodrain completo - B	Unidad	EVENTO	1	8.891.667	8.900.000	8.900.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
126	81141804-040	Valvulacheck - antiretorno - A	Unidad	EVENTO	1	896.667	900.000	900.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
127	81141804-040	Valvulacheck - antiretorno - B	Unidad	EVENTO	1	896.667	900.000	900.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
128	81141804-040	Elementos filtro de linea KB	Unidad	EVENTO	1	12.727.500	12.730.000	12.730.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
129	81141804-040	Elementos filtro de linea KE	Unidad	EVENTO	1	14.123.667	14.200.000	14.200.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
130	81141804-040	Kit mantenimiento drenador de condensado	Unidad	EVENTO	1	1.746.667	1.750.000	1.750.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
131	81141804-040	Valvula de drenador	Unidad	EVENTO	1	1.956.667	1.960.000	1.960.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
132	81141804-040	Transductor diferencial de presion	Unidad	EVENTO	1	3.941.800	3.950.000	3.950.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
133	81141804-040	Indicador de diferencial de Presion	Unidad	EVENTO	1	4.573.667	4.575.000	4.575.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
134	81141804-040	Bloque Drenador parte inferior	Unidad	EVENTO	1	4.685.000	4.685.000	4.685.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
135	81141804-040	Kit de anillo y juntas	Unidad	EVENTO	1	1.598.333	1.600.000	1.600.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
136	81141804-040	Gas refrigerante ecologico R407	Unidad	EVENTO	1	1.835.000	1.835.000	1.835.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
137	81141804-040	Filtro de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	2.015.267	2.015.000	2.015.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medicinales
Hospital Ingavi

195

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación	Observaciones
138	81141804-040	Regulador de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	1.576.667	1.580.000	1.580.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
139	81141804-040	Llave TM 3X32A	Unidad	EVENTO	1	122.467	125.000	125.000	-2%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
140	81141804-040	Pulsador Parada Emegencia	Unidad	EVENTO	1	476.967	475.000	475.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
141	81141804-040	Grasa cojinete motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	4.177.133	4.175.000	4.175.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
142	81141804-040	Valvula angular de Operación ciclica 2,5" - V1/4 y V1/5	Unidad	EVENTO	1	46.283.333	44.000.000	44.000.000	5%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
143	81141804-040	Valvula angular de Operación ciclica 2,5" - V2/4 y V2/5	Unidad	EVENTO	1	46.283.333	45.075.000	45.075.000	3%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
144	81141804-040	Kit reparo valvula angular ciclica de 2,5"	Unidad	EVENTO	1	23.233.500	23.200.000	23.200.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
145	81141804-040	Actuador valvula angular ciclica de 2,5"	Unidad	EVENTO	1	23.233.500	20.000.000	20.000.000	16%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
146	81141804-040	Regulador de presion con filtros FR - sistema	Unidad	EVENTO	1	31.581.933	27.500.000	27.500.000	15%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
147	81141804-040	Manometro de Presion	Unidad	EVENTO	1	283.333	285.000	285.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
148	81141804-040	Valvula de seguridad - 1,5"	Unidad	EVENTO	1	1.616.667	1.620.000	1.620.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
149	81141804-040	Block de control de valvula	Unidad	EVENTO	1	8.800.000	8.800.000	8.800.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
150	81141804-040	Sensor punto de rocio - tanque aire	Unidad	EVENTO	1	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
151	81141804-040	Sensor de presion - tanque aire	Unidad	EVENTO	1	3.616.667	3.620.000	3.620.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medicinales
Hospital Ingavi

03/12/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación	Observaciones
152	81141804-040	Sensor de temperatura - tanque aire	Unidad	EVENTO	1	3.573.333	3.573.000	3.573.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
153	81141804-040	Regulador de Presion - Entrada de aire a lechos 2"	Unidad	EVENTO	1	20.983.633	18.000.000	18.000.000	17%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
154	81141804-040	Regulador de Presion - salida de Productos, Oxigeno	Unidad	EVENTO	1	8.820.000	8.820.000	8.820.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
155	81141804-040	Termistor T11, T12, T21, T22 - Entrada lecho	Unidad	EVENTO	1	2.126.667	2.125.000	2.125.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
156	81141804-040	Elemento filtro de bacteria A3102	Unidad	EVENTO	1	1.451.667	1.450.000	1.450.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
157	81141804-040	Elemento filtro producto OXY-210-OS	Unidad	EVENTO	1	1.618.333	1.620.000	1.620.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
158	81141804-040	ValvulaNeumatica DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8	Unidad	EVENTO	1	33.166.667	33.150.000	33.150.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
159	81141804-040	ValvulaNeumatica DN32 - Tipo N.C - V2/3, V2/6, V2/7, V2/8	Unidad	EVENTO	1	33.166.667	33.150.000	33.150.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
160	81141804-040	ValvulaNeumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2	Unidad	EVENTO	1	41.233.333	36.000.000	36.000.000	15%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
161	81141804-040	ValvulaNeumatica DN40 - Tipo N.C - V1/1, V1/2	Unidad	EVENTO	1	41.233.333	36.000.000	36.000.000	15%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
162	81141804-040	ValvulaNeumatica DN 25 - Tipo N.C - Entrega Producto	Unidad	EVENTO	1	27.833.333	22.000.000	22.000.000	27%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
163	81141804-040	ValvulaNeumatica DN 10 - Tipo N.C - Purga Producto	Unidad	EVENTO	1	20.816.667	18.500.000	18.500.000	13%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
164	81141804-040	Kit reparo valvula DN 10	Unidad	EVENTO	1	9.286.667	9.300.000	9.300.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
165	81141804-040	Kit reparo valvula DN 25	Unidad	EVENTO	1	10.400.000	10.400.000	10.400.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medicinales
Hospital Ingavi

193

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de variación	Observaciones
166	81141804-040	Kit reparo valvula DN 32	Unidad	EVENTO	1	12.405.300	11.000.000	11.000.000	13%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
167	81141804-040	Kit reparo valvula DN 40	Unidad	EVENTO	1	13.616.667	12.500.000	12.500.000	9%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
168	81141804-040	Actuador control de flujo, mando digital FR122	Unidad	EVENTO	1	36.933.333	31.000.000	31.000.000	19%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
169	81141804-040	Transmisor de presion PT1111 y PT1112	Unidad	EVENTO	1	2.176.667	2.180.000	2.180.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
170	81141804-040	PSU - Fuente 24V, 2,5A	Unidad	EVENTO	1	35.000.000	24.000.000	24.000.000	46%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
171	81141804-040	Valvula anti retorno 1.5"	Unidad	EVENTO	1	4.576.333	4.580.000	4.580.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
172	81141804-040	Sensor monitor CO	Unidad	EVENTO	1	9.573.333	9.600.000	9.600.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
173	81141804-040	Sensor monitor CO2	Unidad	EVENTO	1	3.693.333	3.700.000	3.700.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
174	81141804-040	Controlador Digital Indicador CO	Unidad	EVENTO	1	13.135.000	12.500.000	12.500.000	5%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
175	81141804-040	Controlador Digital Indicador CO2	Unidad	EVENTO	1	13.135.000	12.500.000	12.500.000	5%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
176	81141804-040	Computador pantalla tactil 9" - OXYMAT	Unidad	EVENTO	1	49.018.333	44.000.000	44.000.000	11%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
177	81141804-040	Flujometro digital con Pantalla de 5"	Unidad	EVENTO	1	81.933.333	72.000.000	72.000.000	14%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR
178	81141804-040	Placa Analizador de Oxigeno	Unidad	EVENTO	1	16.213.333	16.200.000	16.200.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT. SE RECOMIENDA ADJUDICAR

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medicinales
Hospital Ingavi

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 134/19 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL IPS – AD REFERENDUM 2020"

La empresa **JR INGENIERIA RUC: 3723322-0 Cumple con todos los ítems correspondientes a las especificaciones técnicas publicadas en el Pliego de Base y condiciones.**

De acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 411/18, Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

En este punto, el Comité de Evaluación ha solicitado el desglose de precios ofertados en los ítems 15, 162 y 160 a firma JR INGENIERIA DE JAVIER RECALDE ENCINA, debido a que el precio ofertado se encuentra por encimael 20 % del precio referencial. La firma presenta su desglose en tiempo y forma, la cual fue verificado y aceptado por la Comision Evaluadora.-

15. RECOMENDACIÓN DE LA COMISION EVALUADORA

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas en este informe final conforme al Art. 4 "PRINCIPIOS GENERALES" de la Ley 2051/03 "De Contrataciones PÚBLICAS" y su Decreto Reglamentario, y los criterios de evaluación y Calificaciones establecida en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución DNCP N°411/18, que se encuentra vigente desde de fecha 01 de febrero de 2018.Por cumplir con las Condiciones Técnicas, Legales, y Financieras establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones se sugiere:

- **Adjudicar** a la Firma **JR INGENIERIA** de **JAVIER RECALDE ENCINA** conforme al siguiente cuadro:

JR INGENIERIA de **JAVIER RECALDE ENCINA**

Monto Mínimo:	**G. 2.619.261.430.- IVA Incluido.**
Monto Máximo:	**G. 5.238.522.860.- IVA Incluido.**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81141804-040	Asistencia técnica para mantenimiento de la planta de oxigeno y sus componentes	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
2	81141804-040	Elemento para filtro de partículas P/N 5 Micrones FL058-1, FRP 95508 wilkerson	Unidad	EVENTO	1	1.450.000	1.450.000
3	81141804-040	Elemento para filtro Coalescente , TIPO C-01 AS-R / AS-Z, MTP95562 wilkerson	Unidad	EVENTO	1	9.350.000	9.350.000
4	81141804-040	Válvula Mariposa de 3'' W/VPL200DAB Actuador Ensamblado, Jamesbury	Unidad	EVENTO	1	26.000.000	26.000.000
5	81141804-040	Válvula Solenoide, de 1/4'' FPT 120 Vac 50/60 HZ, 4-Way - ASCO SC8551A1MS	Unidad	EVENTO	1	4.020.000	4.020.000
6	81141804-	Válvula, kit de Reparo, VPVL200DAB	Unidad	EVENTO	1	775.000	775.000

Abogada
Mat. C.S.J. N° 47.759

Manuel Achón
Jefe Secc. Gases Medicin
Hospital Ingavi