Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WENDT/CHEMIE/ALEMANIA**, ofertado por la empresa **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **1(UN) PAQUETE**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

361 Goma de ligar cilíndricas. Goma de ligar de silicona para extracción de sangre, tira de 19 mm. de ancho x 50 cm. de longitud. **7 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTA LAB /ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA.

362 Goma de ligar con cierre a presión. Para tomas de sangre del brazo con cierre a presión. **1 UNIDAD.**

Justificación: SIN OFERTA.

363 GOT. Método UV optimizado (IFCC) para la determinación de aspartato aminotransferasa (GOT/AST) en suero y plasma. Compatible con autoanalizador CB 350i. Sustrato GOT conteniendo viales con 2-oxoglutarato 12 mmol/l, nicotinamida adenina dinucleótido reducido (NADH) 0,18 mmol/l, malato deshidrogenasa (MDH) > o = 400U/l y lactato deshidrogenasa > o = 600U/l TRIS 100 mmol/l ph 7,8 L-aspartato 200mmol/l, para autoanalizadores automáticos. Kit conteniendo como mínimo 4 frascos de mínimo 40 ml. de buffer, 1 frasco de mínimo 40 ml. de sustrato. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **9 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto de menor costo ofertado por las empresas Eximpar S.R.L. e Infotec S.A. no se ajustan a los requerimientos de volumenes y determinaciones. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **7 (SIETE) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

364 GPT. Rx p/ transaminasa glutámico pirúvica (GPT) AA. Método UV optimizado (IFCC) para la determinación de alanina aminotransferasa (GPT/ALT) en suero y plasma. Compatible con autoanalizador CB 350i. Sustrato GPT conteniendo viales con 2-oxoglutarato15 mmol/l, nicotinamida adenina dinucleótido reducido (NADH) 0,18 mmol/l y lactato deshidrogenasa (LDH)> o = 1,5 U/l. Solución de buffer TRIS 100mmol/l ph 7,5 L-alanina 500mmol/l para autoanalizadores automáticos. Kit conteniendo como mínimo 4 frascos de mínimo 40 ml. de buffer, 1 frasco de mínimo 40 ml. de sustrato. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **9 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto de menor costo ofertado por las empresas Eximpar S.R.L. e Infotec S.A. no se ajustan a los requerimientos de volumenes y determinaciones. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **8 (OCHO) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Aliria Acosta
Dra. Valena de Guillen
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasich
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GGP Gloria Echagüe
Bioquímica RP 735

365 Gradilla para Microtubos. Gradilla para microtubos, mixta de polipropileno, autoclavable, con tapa transparente, de 213 x 114 x 26 mm, en una cara capacidad para 96 microtubos de 0.5 ml. y en la otra cara para 96 microtubos de 1,5 a 2 ml. **10 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTA LAB /ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

366 Gradilla para Microtubos. Gradilla de polipropileno, para microtubos, tipo multifuncional con tapa, autoclavable, utilizable de ambos lados, resistente hasta -80ºC, con codigo numerico, capacidad para 24 posiciones para microtubos de 1,5 - 2 ml., 16 posiciones para microtubos de 0,5 ml. y 32 posiciones para microtubos de 0,2 ml. **1 UNIDAD.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTA LAB /ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

367 Gradilla para Microtubos. Tipo crioviales de polipropileno autoclavable para microtubos de 1 a 1,5 ml. con 96 puestos de 100 x 200 x 25 mm. **10 UNIDADES.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

368 Gradilla para Microtubos. De polipropileno. Autoclavable. Apta para flotación. Capacidad para 24 microtubos de 1,5 ml. Dimensiones 119 x 78 mm. **11 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca, ofertado por la empresa **DELTA LAB /ESPAÑA** ofertado por la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **9 (NUEVE) UNIDADES,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

369 Gradilla para Microtubos. Con tapa transparente, material policarbonato. Para tubos de 1,5 ml., 81 lugares numerados, autoclavables y apilables. **11 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SIMPORT/CANADA** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

370 Guante de nitrilo. Estéril, ambidiestros, sin polvo, mejor seguridad e hipoarlergenico. Tamaño pequeño. Caja de mínimo 100 unidades. **27 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **CONFFIDEL/TAN SIN LIAN/MALASIA** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **18 (DIECIOCHO) CAJAS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Valeria de Guillén
Jefa Dpto. Producción

Dra. María Mercedes C. de Tomasché
Bioquímica
RGS Prof. Nº 791

Dra. MS GAP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

371 Guante de nitrilo. Estéril, ambidiestros, sin polvo, mejor seguridad e hipoarlergenico. Tamaño mediano. Caja de mínimo 100 unidades. **10 CAJAS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **CONFFIDEL/TAN SIN LIAN/MALASIA** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **6 (SEIS) CAJAS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

372 Guante de nitrilo. No estéril, ambidiestros, sin polvo, mejor seguridad e hipoarlergenico. Tamaño pequeño. Caja de mínimo 100 unidades. **12 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **CONFFIDEL/TAN SIN LIAN/MALASIA** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **11 (ONCE) CAJAS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

373 Guante de nitrilo. No estéril, ambidiestros, sin polvo, mejor seguridad e hipoarlergenico. Tamaño mediano. Caja de mínimo 100 unidades. **11 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **CONFFIDEL/TAN SIN LIAN/MALASIA** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UNA) CAJA,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

374 Guante de procedimiento. De látex no estéril. De exanimación mediano. Caja de mínimo 100 unidades. **98 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **CONFFIDEL/TAN SIN LIAN/MALASIA** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **93 (NOVENTA Y TRES) CAJAS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

375 Guante de procedimiento. De látex no estéril. De exanimación chico. Caja de mínimo 100 unidades. **39 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **CONFFIDEL/TAN SIN LIAN/MALASIA** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **31 (TREINTA Y UN) CAJAS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

376 Guante de procedimiento. De látex no estéril. De exanimación grande. Caja de mínimo 100 unidades. **28 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **CONFFIDEL/TAN SIN LIAN/MALASIA** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Yudena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasone
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS PGP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **27 (VEINTISIETE) CAJAS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

377 Hbs-Ag Met. Elisa de 3º Generación para la detección de Ag. HBV en suero o plasma, con calibrador de concentración de HbsAg de 0,5 UI/ml. (Estándar internacional OMS para HbsAg NBSC código 00/588). Kit de mínimo 96 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **3 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **HUMAN /ALEMANIA**, ofertado por la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **2 (DOS) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

378 HDL colesterol. Rx p/ HDL colesterol monofase. Compatible con autoanalizador CB 350i. Método colorimétrico sin precipitación para la determinación de HDL colesterol en suero o plasma reactivos: solución de colesterol oxidasa < a 4000U/l, peroxidasa < a 10000U/l, N-Etil-N 2 hidroxi3 sulfopropil3 toluidina di sódica < a 1 mmol en buffer de MES, con estabilizante y conservantes apropiados, solución de detergente 10g/l, colesterol esterasa < a 1500U/l, 4, amino antipirina < a 1mM en buffer de MES. Kits para autoanalizadores automáticos de mínimo 80 ml., incluyendo calibrador. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **16 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto de menor costo no se ajusta a la metodología requerida. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **8 (OCHO) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

379 Hematoxilina cristalina. Hematoxilina cristal C16H14O6 en frasco de vidrio oscuro. Frasco de mínimo 10 gramos. **1 FRASCO.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

380 Hemoglobina Glicosilada. Rx Hemoglobina glicosilada A1C. Cromatográfico - Espectrofotométrico de intercambio iónico. Independiente de la temperatura. Longitud de onda: 415 nm. Caja conteniendo como mínimo: 1 frasco de plástico de mínimo 30 ml. 100 microcolumnas de intercambio iónico pH 6,5. Un frasco plástico (240 ml). Tampón fosfato 30 mmol/l pH 6,5. 4. Frascos de plástico (de mínimo 450 ml.). Tampón fosfato 72 mmol/l pH 6,5. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **8 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **BIOSYSTEMS/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **6 (SEIS) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

381 Heparina sódica. De 5000 ul/ml. Frasco de mínimo 5 ml. solución. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **12 FRASCOS.**

Justificación: SIN OFERTA.

Dra. María Mercedes C. de Tomasevich
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Bioquímica RP 795

Dra. Ninfa Arévalo
Dra. Yolanda de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

382 Hidroxido de sodio p.a. P.A. Pureza mayor o igual a 98%, en lentejas. Formula: NaOH. P.M.: 40 grs. Frasco de mínimo 500 gr. **6 FRASCOS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **MERCK/ALEMANIA**, ofertado por la empresa **VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **5 (CINCO) FRASCOS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

383 Hierro. Rx p/ para la determinación de hierro. Método colorimétrico directo para la determinación de hierro en suero o plasma, compatible con autoanalizador CB 350i. Reactivos solución estabilizada de ferrozina 0,2 mmol/l, solución de acetato 150 mmol,/l para ph 4,5 conteniendo guanidina 4,0 mol/l acido ascórbico 0,03 mmol/l. Kits para autoanalizadores automáticos. Kit conteniendo como mínimo 5 frascos de mínimo 20 ml. con standard incluido. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **10 KIT5.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **6 (SIES) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

384 Hisopo. Hisopo de madera y algodón en la punta, paquete x 100 unidades. **27 PAQUETES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTA LAB /ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

385 Hisopo. Hisopos estériles. En sobre por 1 unidad. **500 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **JIANGSU/CHINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

386 Hisopo con medio de transporte. Hisopo de madera y algodón en la punta, con medio de transporte Stuart, caja x 100 unidades. **2 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTA LAB /ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

387 HIV 1 y 2 reactivo. Kit de Elisa de Cuarta generación para mínimo 192 determinaciones. Detección de anticuerpos anti VIH 1 y 2, incluyendo el subtipo O, Ag p24, en suero. Las tiras deber ser recortables. Los reactivos se presentan listos para su uso. Los controles y calibradores para realizar las pruebas en forma fraccionada. Debe contener control negativo, control positivo HIV-2, calibrador HIV-1, 2 conjugados. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **3 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DIAPRO/ITALIA** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta
UOC - IICS - UNA

Dra. Helena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasecchi
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MC Gpo Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 795

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto de menor costo presenta menor cantidad de determinaciones (96). Pero se disminuye la cantidad adquirida a **2 (DOS) KITS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

388 Hoja para bisturí. Nº 23. Estéril. Cajas de mínimo 100 unidades. **6 CAJAS.**

Justificación: SIN OFERTA.

389 IgA. Determinación de Inmunoglobulina A en suero humano/Placas. Reactivo que posea rango para niños y adultos, y que incluya en su inserto valores de referencia para niños y adultos. Agarosa con antisuero específico IDR. Placas mínimo de 12 determinaciones (circulares). Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **8 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **BIOCIENTIFICA/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **INFOTEC S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

390 IgE Total. Kit para dosar IgE total por quimioluminiscencia. Automatizado Quimioluminiscente Kit de mínimo 100 test (Determinación en suero humano). Vencimiento mínimo de 6 meses al momento de la entrega. **4 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SIEMENS/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UN) KIT** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

391 IGE Total. Control Total IgE control module IECM 2x2 ml. Cajas con mínimo 2 viales de mínimo 2 ml. cada uno. **1 CAJA.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

392 IgG. Determinación de Inmunoglobulina G en suero humano/Placas. Reactivo que posea rango para niños y adultos y que incluya en su inserto valores de referencia para niños y adultos. Agarosa con antisuero específico IDR Placas mínimo de 12 determinaciones (circulares). Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **10 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **BIOCIENTIFICA/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **INFOTEC S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **7(SIETE) KITS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

393 IgM. Determinación de Inmunoglobulina M en suero humano/Placas. Reactivo que posea rango para niños y adultos, y que incluya en su inserto valores de referencia para niños y adultos. Agarosa con antisuero específico IDR. Placas mínimo de 12 determinaciones (circulares). Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **7 KITS.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Valeria de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasone
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 731

Dra. MS GGP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 739

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **BIOCIENTIFICA/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **INFOTEC S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

394 Inhibidor de Rnasa. RNA sin. Inhibidor Rnasa en tubo de mínimo 5.000 unidades. **2 TUBOS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

395 Iodopovidona Solución. Frasco de mínimo 1 litro. **12 FRASCOS.**

Justificación: SIN OFERTA.

396 Jeringa desechable con aguja. De 5 ml. Plástico con aguja de 0,8 x 25mm. 21G x 1". Vencimiento mínimo de 3 años al momento de la entrega. Caja de mínimo 100 unidades. **59 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **CONFFIDEL/LPM/CHINA** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **58 (CINCUENTA Y OCHO) CAJAS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

397 Jeringa desechable con aguja. De 1 ml. descartable. Plástico con aguja de 26G x 1/2". Para insulina, en entuches individuales. Vencimiento mínimo de 3 años al momento de la entrega. Caja de mínimo 100 unidades. **34 CAJAS.**

Justificación: SIN OFERTA.

398 Jeringa desechable con aguja. De 10 ml. Plástico con aguja de 0,8 x 25 mm. 21G x 1". Vencimiento mínimo de 3 años al momento de la entrega. Caja de mínimo 100 unidades. **51 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **CONFFIDEL/LPM/CHINA** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **50 (CINCUENTA) CAJAS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

399 Jeringa desechable con aguja. De 3 ml. Plástico con aguja de 0,8x25mm 23G x 1". Vencimiento mínimo de 3 años al momento de la entrega. Caja de mínimo 100 unidades. **54 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **CONFFIDEL/LPM/CHINA** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **51 (CINCUENTA Y UNO) CAJAS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

400 Kit desecante para cromatografía. Bolsitas individuales con desecante producido en material atóxico, estéril, permeable e ultra-resistente, de 0,5g. Cada una. **2.000 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SIGMA/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Yvoleno de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasconi
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 731

Dra. MS CGP Gloria Edelgio
Bioquímica RP 735

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **1.050 (MIL CINCUENTA) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

401 Kit equipo para examen ginecológico. Kit colector de muestra cervical para la detección de HPV de alto riesgo. En presentación individual y sellado conteniendo un tubo colector para muestras cervicales con un 1 ml. de medio de transporte, medidas de 84 x 15 mm. con etiqueta adherida para la identificación de paciente, fecha y médico encargado de la toma del material y tapa incluida, además de contener un cepillo citobrush de 155 mm. de largo con mango de plástico de color lila para la toma cervical. No utilizable para colectar muestras de PAP. Cajas de mínimo 50 unidades. **14 CAJAS.**

Justificación: SIN OFERTA.

402 Kit óseo MDP. Polvo estéril liofilizado libre de pirógenos para marcar con radioisotopos para uso en diagnostico "in vivo" para Medicina Nuclear. Caja x 5 frascos. **72 CAJAS.**

Justificación: SIN OFERTA.

403 Kit para detección de proteínas. Rx p/ proteinurias y proteínas en líquidos cefaloraquídeos. Método colorimétrico cuantitativo para determinación de proteína en orina y líquido cefaloraquídeo a una absorbancia de 600 nm. Kit para 100 determinaciones de rojo de pirogalol en frascos de vidrio oscuro de mínimo 100 ml. compatible con autoanalizador CB 350i. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **7 KITS.**

Justificación: SIN OFERTA.

404 Kit-Determinación de T3. T3 total (Triidotironina total). Kit con tubos recubiertos - cac. Método Ría. Kit de mínimo 100 test, con vencimiento mínimo de 3 meses al momento de la entrega. **22 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SIEMENS/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **10 (DIEZ) KITS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

405 Kits - Subclase de Inmunoglobulina IgG1. Kit para la determinación de subclase de inmunoglobulina IgG1. Inmunodifusion radial. Kit de mínimo 3 placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **1 KIT.**

Justificación: SIN OFERTA.

406 Kits - Subclase de Inmunoglobulina IgG2. Kit para la determinación de subclase de inmunoglobulina IgG2. Inmunodifusion radial. Kit de mínimo 3 placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **1 KIT.**

Justificación: SIN OFERTA.

407 Kits - Subclase de Inmunoglobulina IgG3. Kit para la determinación de subclase de inmunoglobulina IgG3. Inmunodifusion radial. Kit de mínimo 3 placas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **1 KIT.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Nidia Acosta
Dra. Helena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA
Dra. María Mercedes C. de Tomassone
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 737
Dra. MS GGP Gloria Echagüe
Bioquímica RP 735

Justificación: SIN OFERTA.

408 Kits - Subclase de Inmunoglobulina IgG4. Kit para la determinación de subclase de inmunoglobulina IgG4. Inmunodifusion radial. Kit de mínimo 3 placas. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **1 KIT.**

Justificación: SIN OFERTA.

409 Kits CD 14. Kit de ELISA sandwich para la detección cuantitativa de CD14 soluble (sCD14) humano en suero o plasma. Kit con anticuerpo de captura, anticuerpo de detección biotinilado, control positivo (CD14 soluble recombinante). Kit de mínimo 96 determinaciones. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **1 KIT.**

Justificación: SIN OFERTA.

410 Kits de Sincronización Celular. Kit de sincronización celular para análisis citogenético de Alta Resolución. El kit contiene Methotrexate 10 -5M y Thymidine 10 -3M. (viales 1,5ml c/u), con fecha de vencimiento no menos de 1 año. **1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

411 Kits Detección de Anticuerpos anti DNA (crithidia lucillae). CRITIDIAE LUCILLAE-DNA CRITIDIAE LUCILLAE-DNA IFI hemoflagelado Critidiae lucilae- DNA. Laminas de mínimo 8 pocillos cada una. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **100 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **BIOCIENTIFICA/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **INFOTEC S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **60 (SESENTA) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

412 Kits- Detección de virus Respiratorios. Kit para reacción de PCR en tiempo real para detección de patógenos respiratorios, bacterianos y virales. Kit de mínimo 100 determinaciones. **2 KITS.**

Justificación: SIN OFERTA.

413 Kits- Determinación de T4. T4 total (Tetraidotironina). Tubos recubiertos - cac. Método Ría. Kit de mínimo 100 test, con vencimiento mínimo de 3 meses al momento de la entrega. **22 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SIEMENS/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **10 (DIEZ) KITS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

414 Kits- Determinación Epstein Barr Virus. IgG ELISA. Para la detección cuantitativa de anticuerpos IgG dirigidos contra antígeno de capside viral del virus de epstein barr en suero humano. Tiras recortables y cubiertas con antígeno nuclear-1 recombinante de EBV. Controles positivos y negativos, calibrador para punto de corte. Kit de mínimo 96 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **2 KITS.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Yolena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasons
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GSP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

415 Kits- Determinación Epstein Barr Virus. IgM ELISA. Para la detección cualitativa y semi cuantitativa de anticuerpos IgM dirigidos contra antígeno de capside viral del virus epstein barr en suero humano. Tiras recortables y cubiertas con antígeno nuclear-1 recombinante de EBV. Controles positivos y negativos, calibrador para punto de corte, con sorbente para eliminar la fracción IgG y factor reumatoideo. Kit de mínimo 96 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **2 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

416 Kits Extracción de ADN. Kit de extracción de ADN a partir de muestras biológicas (sangre y líquidos). Kit de purificación de ADN genómico por medio de columnas de silica. Que contengan todos los reactivos necesarios, incluido los tubos y las columnas. Mínimo 250 reacciones. Debe contar con certificado de calidad de la autoridad sanitaria de origen y certificado de venta libre. Con fecha de vencimiento no menor a 11 meses. Kit de mínimo 100 determinaciones. **2 KITS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

417 Kits Extracción de ADN. Kit para extracción de ADN y RNA de muestras biológicas en columnas. Kit de mínimo 250 determinaciones. **2 KITS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

418 Kits Extracción de ADN. Kit para extracción de ADN genómico de sangre entera y otras muestras biológicas. Contiene frascos con lisante celular para glóbulos rojo, lisante nuclear, solución precipitante de proteínas, solución rehidratante de ADN y tubo con solución de Rnasa. Kit mínimo para 100 muestras. **1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

419 Kits Extracción de ADN. Kit para extracción de ADN y/o RNA de muestras biológicas. Kit en columnas para extracción de ADN de muestras de sangre. Kit de mínimo 100 determinaciones. **1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

420 Kits para tinción de Ziehl-Nielsen. Caja de mínimo 4 frascos de 100 ml. **6 CAJAS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

421 Lamina cubreobjeto. Laminilla de vidrio 22 X 22 mm, 0,13-0,17 mm de espesor sin polvo, sin manchas, sin hongos. Con separadores. Caja de mínimo 100 unidades. **47 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **MEDISPO- HBM GROUP /CHINA**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **44 (CUARENTA Y CUATRO) CAJAS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

422 Lamina cubreobjeto. De 24 x 24 mm. Caja de minimo 100 unidades. **20 CAJAS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Yolene de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. Maria Mercedes C. de Torres
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 701

Dra. MSc GCP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 736

423 Lamina cubreobjeto. Lamina cubreobjeto de 24 x 32 mm. Caja de minimo 100 unidades. **20 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **AUXILAB/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

424 Lamina cubreobjeto. Lamina cubreobjeto de 24 x 40 mm. Caja de minimo 100 unidades. **20 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **MEDISPO- HBM GROUP /CHINA**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

425 Lamina cubreobjeto. Lamina de vidrio cubreobjeto de 24 x 60 mm, caja x 100 unidades. **20 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DAGON /ARGENTINA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

426 Lamina para cubre camara de newbauer. Lamina cubre camara de Newbauer, caja x 10 unidades.**2 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DAGON /ARGENTINA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

427 Lamina para inmunofluorecencia. IFI laminas de impontras de celulas Hep-2 de minimo 12 pocillos cada lamina. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **150 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **BIOCIENTIFICA /ARGENTINA**, ofertado por la empresa **INFOTEC S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **100 (CIEN) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

428 Lamina portaobjeto. Con borde esmerilado y separadores de 76 x 26 x 1 mm. Banda mate en dos caras. ISO 8037/1. Caja de minimo 50 unidades. **181 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **MEDISPO- HBM GROUP /CHINA**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **168 (CIENTO SESENTA Y OCHO) CAJAS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

429 Lamina portaobjeto. Lámina portaobjeto de vidrio, de 76 x 26 X 1 mm, sin polvo, sin manchas, sin hongos. No esmerilada. Con certificación de calidad. Caja de mínimo 50 unidades. **2 CAJAS.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Yvalena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasconi
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GGP Gloria Echagüe
Bioquímica RP 735

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **MEDISPO- HBM GROUP /CHINA**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

430 Lentes de proteccion radiológica. Lente plomado para proteccion ocular de vidrio tipo plomado. **2 UNIDADES.**

Justificación: SIN OFERTA.

431 Leptospira IgM ELISA. Para la deteccion cualitativa y semi cuantitativa de anticuerpos IgM contra leptospira. Kit de minimo 96 determinaciones. **1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

432 LH hormona luteinizante. Kit con tubos recubiertos - cac. Método IRMA. Kit de minimo 100 test, con vencimiento minimo de 3 meses al momento de la entrega. **6 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SIEMENS/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **3 (TRES) KITS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

433 Lisozima Anticuerpo Policlonal LISOZIMA. Ac. Policlonal de conejo para inmunohistoquímica, concentrado, aplicable a cortes de parafina. Frasco de minimo 2 ml. **1 FRASCO.**

Justificación: SIN OFERTA.

434 Loading Buffer. Azùl de Bromofenol. 3 mL como mínimo. Utilizado para el cargado y corrida de muestras de DNA en gel de agarosa. Los reactivos deben contar con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen y certificado de venta libre. Con vencimiento no menor a 11 meses. **2 TUBOS**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

435 LSAB (Sistema universal conjugado Estreptoavidina-Biotina-Peroxidasa). LSAB+HRP. Kit de 110 ml. aplicable a anticuerpos anticonejo y antiiraton. **1 KIT.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DAKO/DINAMARCA**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA.

436 Magnesio. Método colorimétricco directo para la determinación cuantitativa de magnesio en líquidos biológicos. Compatible con autoanalizador CB 350i. Longitud de onda: 510 nm. Solucion de xylidylblue 0,1 mmol/l EGTA 0,04 mM en buffer TRIS 0,2 mol ph 11,3, solucion de Mg 3 mg/dl para autoanalizadores automáticos. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **8 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Mariana Quillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomassone
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GGP Gloria Eskagito
Bioquímica RP 735

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **6 (SIES) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

437 Marcador de peso molecular. ADN - LADDER DE 50 PARES DE BASE. Marcador de peso molecular para electroforesis de ADN (Fragmentos múltliples con tamaños desde 50 a 1.000 pb con intervalos de 50 pb). Tubo de minimo 50 microgramos. **2 TUBOS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **PROMEGA /USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto de menor costo ofertado por la empresa Kimi S.R.L. presenta intervalos de pares de base mayor a lo solicitado. Pero se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UN) TUBO**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

438 Marcador de peso molecular. DE 100 PARES DE BASES PARA CORRIDAS ELECTROFORETICAS de 100 a 2000 pares de bases para uso en biología molecular. Para estimar la masa de muestras de DNA de peso desconocido. Los reactivos deben tener certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen y certificado de venta libre. Con fecha de vencimiento no menor a 11 meses. Tubo de minimo 50 microgramos. **2 TUBOS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

439 Marcador de peso molecular. ADN - LADDER DE 50 PARES DE BASE. Marcador de peso molecular para electroforesis de ADN (Fragmentos múltliples con tamaños desde 50 a 1.000 pb con intervalos de 50 pb). Tubo de minimo 50 microgramos. **1 TUBO.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

440 Marcador de peso molecular. Estándares de proteínas preteñidos. Rango de PM: 2.000 a 250.000 Dalton. Vial de 500 uL. **1 UNIDAD.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

441 Marcador de peso molecular. Estándares de proteínas preteñidos de diferentes colores individuales. Rango de PM: 7.000 a 200.000 Dalton. Vial de 500 uL. **1 UNIDAD.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

442 Marcador de peso molecular. ADN - LADDER DE 100 PARES DE BASE. Marcador de peso molecular para electroforesis de ADN (Fragmentos múltliples con tamaños desde100 a 1.500 pb con intervalos de 100 pb). Tubo de minimo 50 microgramos. **3 TUBOS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **THERMO SCIENTIFIC/LITUANIA**, ofertado por la empresa **KIMI S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

443 Marcador Oseo. Reactivo inmunosorbente ligado a enzimas para la medición de los N-telopéptidos enlazados de colágeno tipo I (NTx) en la orina humana. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **1 KIT.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Yvolena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. Maria Mercedes C. de Tomassone
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MC GPP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

Justificación: SIN OFERTA.

444 Marcador Tumoral. Kit completo de HERCEPTEST para minimo 35 determinaciones. Kit completo con recuperador antigénico, buffer de lavado, revelador y 5 líneas celulares de control. **1 KIT.**

Justificación: SIN OFERTA.

445 Marco para microplaca. Marco para microplacas MaxiSorp de 8 pocillos, en caja x 60 unidades. **3 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **NUNC/USA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **2 (DOS) CAJAS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

446 Matraz aforado. Matraz aforado de vidrio de 50 ml. con tapa plástica. **2 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **VITREX/URUGUAY**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

447. Medio de cultivo celular. Medio de cultivo para cariotipo en células hematopoieticas. Medio de cultivo MEM-Alphabasal suplementado con 1 glutamina, suero fetal bovino y gentamicina, frasco de minimo 500 ml., con fecha de vencimiento de un año al momento de la entrega. **5 FRASCOS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

448. Medio de cultivo Leibovitz L-15 con glutamina. Polvo, con Glutamina. Para uso en cultivo celular, compuesto de varias sales, aminoacidos, galactosa, etc. Vencimiento minimo de 1 año al momento de la entrega. Caja de minimo 10 unidades. **1 CAJA.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

449 Medio de cultivo RPMI. Medio de cultivo RPMI-1640. Con L-glutamina y sin bicarbonato de sodio, 10,4 g. de polvo liofilizado para reconstituir 1 litro de medio. Caja de minimo 8 frascos. Vencimiento minimo de 18 meses al momento de la entrega. **1 FRASCO**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **LIFE TECHNOLOGIES/USA**, ofertado por la empresa **INFOTEC S.A.**

Justificación: E5 LA MEJOR OFERTA.

450 Medio Sabouraud. Agar sabouraud glucosado con cloranfenicol. Frascos de minimo 500 gr. Vencimiento minimo de 1 año al momento de la entrega. **1 FRASCO.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Nilda Acosta
Dra. Yolanda de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICSUNA
Dra. María Mercedes C. de Tomasconi
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791
Dra. MS Gdp Gladis Estigarribia
Bioquímica RP 735

451. Membrana de Transferencia. Membrana de transferencia Immobilon-P. Dimensiones: 20 x 20 cm. Porosidad 0,45 um, tipo de filtro PVDF. Caja de minimo 10 unidades. **1 CAJA.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

452 Metanol p.a. 99%. P.M.: 32,04. Formula: CH3OH. Vencimiento minimo de 1 año al momento de la entrega. Frasco de minimo 1 litro. **26 Frascos**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **JTBAKER AVANTOR/MEXICO**, ofertado por la empresa **DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas en cuanto a concentración y pureza requeridas, y no así la cotizada por la empresa Vicente Scavone & CIA. C.E.I.S.A. Se disminuye la cantidad adquirida a **22 (Veintidos) FRASCOS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

453 Mezcla para amplificacion de Material Genetico. Enzimas ADN polimerasa y Retrotranscriptasa, en un solo tubo, para reacciones de PCR en tiempo real one step, con buffer de reacción. Kit de minimo 1.000 reacciones.**1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

454 Microcubeta. Cubeta semimicro de 2,5 ml., descartable de poliestireno, en caja x 100 unidades. **10 Cajas.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA** ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **5 (CINCO) CAJA5** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

455 Microcubeta. Paso de luz 10 mm, volumen 0,4 ml, altura de la luz (Z) 10 mm. Dimensiones exteriores H x A x L (mm): 45 x 12,5 x12,5. Cubeta submicro de cuarzo de flujo continuo para espectrofotometría. **1 UNIDAD.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

456 Micropipeta multicanal. Con volumen variable de 50 a 300 ul para 8 puntas. Con certificado de control de calidad, garantia minima de 1 año, de alta fidelidad. **1 UNIDAD.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

457 Microplacas. Microplaca de poliestireno transparente de máxima absorción, superficie MaxiSorp, en tira individual x 8 pocillos de fondo plano, de 400 µL de volumen total por pocillo, en caja x 640 tiras. **8 CAJAS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **NUNC/USA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **4 (CUATRO) CAJAS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta
Dra. Yvoleno de Guillen
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA
Dra. María Mercedes C. de Tomasconi
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791
Dra. MS GGP Gloria Edogia
Bioquímica RP 735

458 Microtubo. Microtubo de 1,5 ml., de polipropileno, graduado, tapa plana, color natural. **24.000 Unidades.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

459 Microtubo, de 1,5 ml de polipropileno (plástico) superficie tapa enroscable color natural (unidad). **1.000 Unidades**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

460 Microtubo. Para PCR 200 ul para uso de biologia molecular. DE POLIPROPILENO ATOXICO CON 99,9% DE PUREZA, LIBRE DE DNAasa, RNAasa, PIROGENOS, DE PAREDES ULTRAFINAS RESISTENTE A CAMBIOS DE TEMPERATURAS, TAPA FLAT (LISO-CHATA) CAPACIDAD 200 UL. Bolsas de 1.000 unidades. **33 BOLSAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SIMPORT/CANADÁ**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **6 (SEIS) BOLSAS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

461 Microtubo, para PCR 0,5ml, LIBRE DE DNAasa, RNAasa, PIROGENOS, DE PAREDES ULTRAFINAS RESISTENTE A CAMBIOS DE TEMPERATURAS, TAPA FLAT (LISO-CHATA). Bolsas de minimo 500 unidades. **16 BOLSAS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

462 Microtubo, para PCR 200 ul para uso de biologia molecular. DE POLIPROPILENO ATOXICO CON 99,9% DE PUREZA, LIBRE DE DNAasa, RNAasa, PIROGENOS, DE PAREDES ULTRAFINAS RESISTENTE A CAMBIOS DE TEMPERATURAS. SIN TAPA, COLOR NATURAL. Bolsas de minimo 500 unidades. **6 BOLSAS.**

Justificación: SIN OFERTA.

463 Microtubo. Microtubo de 1,5 ml., de polipropileno, tapa plana, color verde. **3.000 unidades.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **2.000 (DOS MIL) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

464 Microtubo. Microtubo de 1,5 ml., de polipropileno, tapa plana, color azul. **1.000 unidades.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ivonne Gaona Villén
Jefa Dpto. Producción Científica

Dra. María Mercedes C. de Tomassone
Bioquímica
RP Prof. Nº 701

Dra. MS GPP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

465 Microtubo. Microtubo de 1,5 ml., de polipropileno, tapa plana, color amarillo. **1.000 unidades.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL**.

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

466 Microtubo, de 1,5 ml., libre de ADNsas y ARNsas para PCR y uso de biología molecular. Bolsa de minimo 1.000 unidades. **1 bolsa**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

467 Minocilina Disco Antibiograma. Discos de 15 g. Tubo de minimo 50 discos. **1 TUBO.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **BIORAD/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

468 Modulo Control de Calidad. Modulo hormonas esteroides. Caja de minimo 12 frascos x 2ml. Kit de minimo 20 test. **1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

469 Modulo Control de Calidad. Modulo marcadores tumorales y hormonas de crecimiento. Caja de minimo 12 frascos x 2 ml. Kit de minimo 20 test. **1 KIT.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **PROGBA/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

470 Modulo Control de Calidad. Modulo hormonas proteicas, insulina, IgE. Caja de minimo 12 frascos x 2 ml. Kit de minimo 20 test. **1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

471 Modulo Control de Calidad. Modulo hormonas tiroides. Caja de minimo 12 frascos x 2 ml. Kit de minimo 20 test. **1 KIT**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

472 Modulo Control de Calidad. Modulo anticuerpos antitiroideos (ATG/TPO). Caja de minimo 12 frascos x 2 ml. Kit de minimo 20 test. **1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

473 Modulo Control de Calidad. Para quimica clinica y parasitologia.**1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Yolano de Gómez
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasons
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS AGP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

474 Modulo Control de Calidad. Para genotipificacion de ganado bovino. **1 KIT.**

Justificación: SIN OFERTA.

475 Moxifloxacina Discos. Discos de 5 ug. Tubo de minimo 50 discos. **3 TUBOS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **BIORAD/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

476 Nitrato de Plata. Pureza mayor o igual 98%. Formula: AgNO3. P.M.: 169,87. Fotosensible. Frasco de color caramelo de minimo 25 gr. **1 FRASCO.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

477 Nitrogeno liquido. Pureza mayor a 99,99%, impurezas: oxigeno no mas de 5 ppm, humedad de no mas de 3,5 ppm. Tubos recargables propiedad del IICS. **550 litros.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **INPAGAS/PARAGUAY**, ofertado por la empresa **INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **450 (CUATROCIENTOS CINCUENTA) LITROS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

478 Oligonucleótidos. Par de iniciadores. Primers especificos sintetizados. Tubo de minimo 50 nanomoles. Liofilizados. Con 30 bp cada uno. Con fecha de vencimiento no menor a 11 meses. Los reactivos deben tener certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen y certificado de venta libre. 6 **TUBOS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

479 Oligonucleótidos. 4 primers a sintetizar de 100 pb en total, 1 tubo por cada oligonucleotido de 20-30 pb. **4 TUBOS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

480 P anca. Kit para detección de anticuerpo anti citoplasma del Neutrófilo, patrón perinuclear. ELISA de mínimo 96 determinaciones. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

481 Papel cromatográfico. Papel para cromatografia de capa fina tipo Whatman Nº 3 MM. Filtro de papel para dispositivo de centrifuga compatible con Termoshandon Cytospin 4, con un orificio central. Caja de minimo 200 unidades. **6 CAJAS.**

Justificación: SIN OFERTA.

482 Papel cromatográfico. Papel para cromatografia de capa fina tipo Whatman Nº 1 MM. **1 pliego.**

Justificación: SIN OFERTA.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Yvoleno de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasconi
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GGP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

483 Papel de filtro. Filtro de papel para dispositivo de centrifuga blanco compatible con Termoshandon Cytospin 4, con un orificio central. Caja de minimo 200 unidades. **2 CAJAS.**

Justificación: SIN OFERTA.

484 Papel de filtro. Filtro de papel para dispositivo de centrifuga blanco compatible con Termoshandon Cytospin 4, con dos orificios. Caja de minimo 200 unidades. **2 CAJAS.**

Justificación: SIN OFERTA.

485. Papel de filtro. Filtro de papel para dispositivo de centrifuga marrón compatible con Termoshandon Cytospin 4, con un orificio central. Caja de minimo 200 unidades. **2 CAJAS.**

Justificación: SIN OFERTA.

486 Papel de filtro. Filtro de papel para dispositivo de centrifuga marrón compatible con Termoshandon Cytospin 4, con dos orificios. Caja de minimo 200 unidades. **2 CAJAS.**

Justificación: SIN OFERTA.

487 Papel de Filtro Cualitativo. De 50 cm de diametro. Caja de minimo 100 unidades. **2 Cajas.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

488 Papel indicador pH, para agua con rango de 0 a 14. Caja de minimo 100 unidades. **6 Cajas.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **MACHEREY NAGER/ALEMANIA**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **4 (CUATRO) CAJAS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

489 Papel indicador pH. Zona doble rango de 3,5 a 6,8. Cajas de minimo 100 unidades. **2 Cajas**.

Justificación: SIN OFERTA.

490 Papel indicador pH. Papel indicador de PH, conrango de 5 a 10 de a 0,5 unidades de pH, en caja x 100 tiras. **2 Cajas.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **MERCK/ALEMANIA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UNA) CAJA** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

491 Papel indicador Ph. Papel indicador de PH, conrango de 5 a 10 de a 0,5 unidades de pH, en caja x 100 tiras. **1 Caja.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **MERCK/ALEMANIA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Nisia Acosta

Dra. Yvalera de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. Maria Mercedes C. de Torresecchi
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GG Gloria Edagio
Bioquímica RP 739

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

492 Papel indicador Ph. Rango de 0 a 10, con resolución 0,5. Caja de minimo 100 tiras.**2 Cajas**.

Justificación: SIN OFERTA.

493 Papel para ecógrafo. Papel para impresión de ecografía. **12 Unidades**.

Justificación: SIN OFERTA.

494 Papel térmico, de 11 cm. Bobinas. Para impresora de densitómetro. **10 Rollos**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **PAPELERA SANTA LUCÍA/PARAGUAY**, ofertado por la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA.

495 Papel térmico. 5.5 cm. Bobinas. Para impresora de lector de Elisa. **10 Rollos**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **PAPELERA SANTA LUCÍA/PARAGUAY**, ofertado por la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **5 (CINCO) ROLLOS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

496 Papel térmico, 8 cm. Bobinas. **5 Rollos.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **PAPELERA SANTA LUCÍA/PARAGUAY**, ofertado por la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

Justificación: ES LA UNICA OFERTA.

497 Papel térmico, 3,5 cm. Bobinas. **10 Rollos**.

Justificación: SIN OFERTA.

498 Papel Tissue Limpiador de Equipos. Papel tissue, en cajas x 100 unidades. **11 Cajas.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SOFTY´S/BRASIL**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **9 (NUEVE) CAJAS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

499 Parafina. Parafina granulada de 56'' a 58''. Paquete de minimo 1 kilo. **50 Paquetes.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **MERCK/ALEMANIA**, ofertado por la empresa **VICENTE SACVONE & CIA. C.E.I.S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Noemí de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes de Tomasselli
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 736

Dra. MS GQP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

500 Paraformaldehido p.a. Paraformaldehido polvo PA. (CH2O)n. Peso molecular 30.03 del monomero. Densidad o.88g/mL a 25ºC. Frasco mínimo por 500 g. **1 FRASCO.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SIGMA/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

501 Penicilina-estreptomicina-anfotericina. Solucion de antibiotico y antimicotico estabilizada 100x filtrada de forma esteril para uso en cultivo celular, 10.000 unidades de penicilina, 10 mg de estreptomicina y 25 ug de anfotericina B por ml. Frasco de minimo 100 ml. **1 FRASCO.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

502 Pera de Succion para Pipeta. Perita de goma para pipeta pasteur de vidrio siliconada blanca resistente. **22 Unidades.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **AUXILAB/ESPAÑA** ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **2 (DOS) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

503 Pera de Succion para Pipeta. Aspirador de pipetas a batería, sin cable. Para pipetas graduadas y volúmetricas de vidrio y plástico.Velocidad de aspiración ajustable. Filtro protector 0,2 micras y 25 mm diámetro, autoclavable. Adaptador de pipeta y adaptador de filtro autoclavables. Bateria NiMH, con 8 horas de autonomía. Cargador de bateria. Con soporte de mesa. **2 UNIDADES.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

504 Perborato de sodio p.a. Perborato de Sodio tetra hidratado P.A.. PA. Formula: BNaO3.4H2O. PM: 153,86. Frasco de minimo 100 gr. **1 KIT.**

Justificación: SIN OFERTA.

505 Permeabilizante de Membrana. Kit permeabilizante de membrana celular para citometría de flujo compatible con citometro BD FACS CALIBUR. Mínimo para 50 determinaciones. **1 KIT**

Justificación: SIN OFERTA.

506 Peroxido de hidrogeno p.a. Al 30% Frasco de de minimo 1 litro. **1 FRASCO.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

507 Pincel histológico. Pincel repelente de agua para delimitar tejidos para inmunohistoquímica. **1 UNIDAD.**

Justificación: SIN OFERTA.

508 Pinza anatomica. Pinza de acero inoxidable medica. Punta recta de 12 a 15 cm. **2 UNIDADES.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Aquino

Dra. Yvotena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. Maria Mercedes C. de Tomassone
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GSP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

509 Pinza de Agarre. Pinza para cejas, borde recto, para extracción de muestras. **20 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **MAS/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL**.

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **15 (QUINCE) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

510 Pinza para laboratorio. Pinza para laboratorio de acero inoxidable de 30 cm. de largo para manipulación de frasco viales. **2 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DAGON/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

511 Pipeta automatica con volumen variable. De 100 a 1.000 ul con certificado de control de calidad, garantia minima de 1 año de alta fidelidad. **7 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **ACCUMAX/INDIA** ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **3 (TRES) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

512 Pipeta automatica con volumen variable. De 0,5 a 10 microlitros con certificado de control de calidad, garantia minima de 1 año de alta fidelidad. Con intervalos de 0,01 ul. **5 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **LABBOX/ESPAÑA** ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **3 (TRES) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

513 Pipeta automatica con volumen variable. De 50 a 250 ul con certificado de control de calidad, garantia minima de 1 año de alta fidelidad. **4 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **LABBOX/ESPAÑA** ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UNA) UNIDAD** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

514 Pipeta automatica con volumen variable. De 5 a 50 ul con certificado de control de calidad, garantia minima de 1 año de alta fidelidad. **6 UNIDADES**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **ACCUMAX/INDIA** ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Yvonne de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomassone
Bioquímica

Dra. MS GGP Gloria Edelgard
Bioquímica RP 135

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas y es la segunda mejor oferta. El producto ofertado de menor costo por la empresa GT Scientific S.A. no posee la medida requerida para la pipeta automática. Se disminuye la cantidad adquirida a **3 (TRES) UNIDADES**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

515 Pipeta automatica con volumen variable. De 10 a 100 ul con certificado de control de calidad, garantia minima de 1 año de alta fidelidad. Con intervalo de 0,1 ul. **6 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **ACCUMAX/INDIA** ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas y es la segunda mejor oferta. El producto ofertado de menor costo por la empresa GT Scientific S.A. no posee la medida requerida para la pipeta automática. Se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UNA) UNIDAD**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

516 Pipeta automatica con volumen variable. De 2 a 20 ul con certificado de control de calidad, garantia minima de 1 año de alta fidelidad, con eyector de punta. **2 UNIDADES.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

517 Pipeta automatica con volumen variable. Micropipeta, volumen regulable de 0,2 a 2 microlitros con certificado de control de calidad, garantia minima de 1 año de alta fidelidad y eyector de punta. Con intervalos de 1 ul. **2 UNIDADES.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

518 Pipeta automatica con volumen variable. De 20 a 200 ul con certificado de control de calidad, garantia minima de 1 año de alta fidelidad, con eyector de punta. **2 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **ACCUMAX/INDIA** ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas y es la segunda mejor oferta. El producto ofertado de menor costo por la empresa GT Scientific S.Ano posee la medida requerida para la pipeta automática. Se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UNA) UNIDAD**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

519 Pipeta automatica con volumen variable. De 10 a 200 microlitros con certificado de control de calidad, garantia minima de 1 año de alta fidelidad. Con intervalos de 1 ul. Autoclavable. **1 UNIDAD.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

520 Pipeta de vidrio. Pipeta de vidrio graduada serológica de 5 ml. **10 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **VITREX/URUGUAY** ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Yvelonia de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS

Dra. María Mercedes C. de Tomasello
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GCP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

521 Pipeta de vidrio. Pipeta de vidrio graduada serológica de 10 ml. **10 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **VITREX/URUGUAY** ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

522 Pipeta descartable esteril de plastico. De 25 ml., bolsas individuales. **50 UNIDADES**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

523 Pipeta descartable esteril de plástico.De 10 ml bolsas individuales. **200 UNIDADES**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

524 Pipeta descartable esteril de plástico . De 5 ml bolsas individuales.**50 UNIDADES.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

525 Pipeta Pasteur. Graduada capacidad de 3,5ml, longitud de 155 mm y vulvo de 1ml. **2.000 UNIDADES**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **LABBOX/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas y es la segunda mejor oferta. El producto ofertado de menor costo por la empresa GBO Medical no posee las medidas requeridas para la pipeta.

526 Placas de Petri. De 50 mm. de diametro, de vidrio. Tamaño pequeño. **600 UNIDADES**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

527 Placas de Petri. De 100 mm. de diametro, de vidrio. Tamaño mediano. **200 UNIDADES**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

528 Placa de Petri. De 90 x 10 mm., de vidrio. **6 Unidades**.

Justificación: SIN OFERTA.

529 Placas de petri descartable. Placa de petri de poliestireno, descartable, estéril, de 55 mm. de diametro x 14 mm. de altura. **600 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **MICROCLAR/ARGENTINA** ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **300 (TRES CIENTOS) UNIDADES,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

530 Placa de Petri descartable. Placas esteriles de 90 mm. de diametro. Tamaño mediano. **1.200 UNIDADES.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Yudelma de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. Maria Mercedes C. de Tomassoni
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 701

Dra. MC GP Gloria Estigarribia

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **MINIPLAST EIN SHEMER/ISRAEL** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

531 Placa para ELISA. Placas de ELISA, nº de pocillos por placa: 96, estéril, sin tapa, transparente, 400 microL/pocillo, fondo plano. Caja de minimo 60 placas. **1 UNIDAD**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

532 Polisacarosa Separador Celular. Polisacarosa 5,7 g/dL y diatrizoato de sodio 9,0 g/dl, ajustado a una densidad de 1077 g/ml, filtrado asépticamente. Cajas de 6 botellas X 100 ml . Por centrifugación se obtiene una capa de células mononucleares en la interfase. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **2 CAJAS**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

533 PPD Proteina purificada. Proteina Purificada para prueba cutánea de tuberculina. Frasco de minimo 1,5 ml. **1 FRASCO**.

Justificación: SIN OFERTA.

534 Pre columna para Cromatografia Liquida. Vidrio de borosilicato con tapa de polipropileno y soporte de la cama de polipropileno. Volumen de la cama de 53ml ID 1,3 x L30cm. Capacidad de 80mm. Diametro de 2,5cm. **1 UNIDAD**.

Justificación: SIN OFERTA.

535 Probeta. Probeta graduada de plastico de 100 ml., sin tapa, con base de plastico. **2 UNIDADES**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

536 Probeta de vidrio. Probeta graduada de vidrio de 100 ml., sin tapa, con base de plastico. **2 UNIDADES**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

537 Probeta. Probeta graduada de vidrio de 50 ml., sin tapa, con base de plastico. **2 UNIDADES**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

538 Progesterona. Kit para dosar progesterona (PRG) con tubos recubiertos -cac- para método Ria. Kit de minimo 100 test, con vencimiento minimo de 3 meses al momento de la entrega. **5 KITS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SIEMENS/USA** ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **3 (TRES) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

539 Propipeta. Popieta automatica de cremallera, para aspiración y expulsión de 0-25 ml. **2 UNIDADES**.

C.P. Rodolfo Rojas
Dra. Nilda Acosta
Dra. Yolena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA
Dra. María Mercedes C. de Tomasconi
Bioquímica
Dra. MS GGP Gloria Echeverría
Bioquímica RP 735

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **BOECO/ALEMANIA** ofertado por la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UNA) UNIDAD**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

540 Protector de jeringa plomado. Recipiente cilindrico de 15 cm. de largo y 10 cm. de diametro, de plomo de 20 mm. de espesor. **3 UNIDADES.**

Justificación: SIN OFERTA.

541 Proteina C. Reactiva (P.C.R.). Suspensión de partículas de látex-poliestireno sensibilizados con anticuerpos anti-PCR Directo. Prueba de aglutinación en placa para la determinación de Proteína C Reactiva. Kit conteniendo como minimo 2,5 ml. de suspensión de partículas de latex, 0,5 ml de control negativo y 0,5 ml de control positivo. Kit para 150 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **6 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WAMA/BRASIL** ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

542 Proteina C. Reactiva. P.C.R. Reactivo para la determinación de PCR ultrasensible en suero, latex de alta sensibilidad cuantificable por turbidimetría, con patrón incluido. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

543 Proteinas totales. Reactivo EDTA/Cu: Complejo EDTA/Cu 13 mmol/l en NaOH 875 mmol/l y alquil aril poliéter (AAP). Reactivo BCF: solución de Bromuro Cresolsulfon Ftaleína (en polioexetilén éter) que incluya Suero patrón. Frasco de minimo 120 ml. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **4 FRASCOS**.

Justificación: SIN OFERTA.

544 Proteinas totales. Método colorimetrico para la determinación de proteínas totales en suero.Complejo EDTA/Cu 13 mmol/l en NAOH 875 mmol/l y AAP para autoanalizadores automáticos. Kit conteniendo como minimo 6 frascos de minimo 120 ml. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **8 KITS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA** ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto de menor costo ofertado por las empresas Eximpar S.R.L. e Infotec S.A. no se ajustan a la composición y concentración de los reactivos requeridos. Se disminuye la cantidad adquirida a **4 (CUATRO) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

545 Proteinasa K. Serin proteasa de amplio espectro utilizado para digestion de proteinas, activa en amplio rango de pH. Para biologia molecular, frasco de minimo 100 mg. **4 FRASCOS.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta
Dra. Ysabena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. Maria Mercedes C. de Tomassone
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GGP Gloria Echeverría
Bioquímica RP 736

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

546 Punta para pipeta automática. Puntas amarillas autoclavables con graduacion para micropipeta de 5-200 ul. Universal para varias marcas de micropipeta sin corona. **35.500 UNIDADES**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **ISOLAB/ALEMANIA** ofertado por la empresa **DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **32.500 (TREINTA DOS MIL QUINIENTAS) UNIDADES,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

547 Punta para pipeta automática. Punta para pipeta automática, extra larga, con filtro, de 1 a 200 ul., estéril, libre de Rnase y Dnase, para biología molecular, en rack x 204 puntas. **8 CAJAS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA** ofertado por la empresa **GBO MEDICAL**.

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **5 (CINCO) CAJAS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

548 Punta para pipeta automática. Punta para pipeta automática, universal con corona, amarilla, autoclavable, con graduación, de 2-200 ul, no estéril. **3.500 UNIDADES**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA** ofertado por la empresa **GBO MEDICAL**.

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1.500 (MIL QUINIENTAS) UNIDADES,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

549 Punta para pipeta automática. Punta para pipeta automática, sin filtro, de 0,5 a 10 ul, libre de Rnase y Dnase, para biología molecular, en bolsa x 1.000 puntas. **2 BOLSAS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **AXYGEN/USA** ofertado por la empresa **GBO MEDICAL**.

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

550 Punta para pipeta automática. Puntas amarillas sin filtro de 1 a 200 ul. Esteriles para biologia molecular. Libres de Rnase y Dnase. Bolsa de minimo 1.000 puntas. **2 BOLSAS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **AXIGEN/EEUU** ofertado por la empresa **KIMI S.R.L.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

551 Punta para pipeta automática. Punta para pipeta automática, universal con corona, blanca, sin filtro, de 0,5 a 10 ul, no estéril, en bolsa x 1.000 puntas. **20 BOLSAS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA** ofertado por la empresa **GBO MEDICAL**.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Yvoleno de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasconi
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 701

Dra. MS GP. Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

552 Punta para pipeta automática. Puntas azules autoclavables para micropipeta de 100-1.000 ul. Universal para varias marcas de micropipeta, esteriles, SIN CORONA. Caja de 96 puntas. **6 CAJAS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **AXIGEN/EEUU** ofertado por la empresa **KIMI S.R.L.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **5 (CINCO) CAJAS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

553 Punta para pipeta automática. Puntas azules autoclavables para micropipeta de 100-1.000 ul. Esteriles, libres de DNAsas y RNAsas PARA BIOLOGIA MOLECULAR. Bolsa de minimo 1.000 unidades. **4 BOLSAS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, el producto ofertado por la empresa Kimi S.R.L. no cumple las especificaciones técnicas solicitadas.

554 Punta para pipeta automática. Puntas con filtro EXTRALARGAS de 0,5 a 10 ul esteriles libres de Rnase y Dnase para biologia molecular. Caja de minimo 96 unidades. **30 CAJAS**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

555 Punta para pipeta automática. Puntas para pipeta automatica de 0,5 a 10 ul. Esteriles Libres de Rnase y Dnase, para biologia molecular para uso de Biología Molecular Bolsa minima de 1.000 unidades. **2 BOLSAS**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

556 Punta para pipeta automática. Puntas blancas transparentes con filtro de 0,5 a 10 ul. Esteriles, Libres de Rnase y Dnase para biologia molecular. SIN CORONA. Bolsa de 1.000 unidades. **1 BOLSA**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **AXIGEN/EEUU** ofertado por la empresa **KIMI S.R.L.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

557 Punta para pipeta automática. Puntas azules autoclavables para micropipeta de 20-200 ul. Esteriles, libres de DNAsas y RNAsas PARA BIOLOGIA MOLECULAR. Bolsa de minimo 1.000 unidades. **2 BOLSAS.**

Justificación: SIN OFERTA.

558 Punta para pipeta automática. Puntas con filtro de 1 a 200 ul. Esteriles para biologia molecular. Libres de Rnase y Dnase. Bolsa de minimo 1.000 unidades. **1 BOLSA.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

559 Punta para pipeta automática. Puntas para pipeta automatica de 20 a 200 ul. Esteriles Libres de Rnase y Dnase, para biologia molecular para uso de Biología Molecular. Bolsa minima de 1.000 unidades. **2 BOLSAS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa B...

Dra. Yudena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomassone
Bioquímica
RG Prof. Nº 791

Dra. MS GEP Gloria Edelgis
Bioquímica RP 735

560 Punta para pipeta automática. Puntas con filtro para pipeta automatica de 0,5 a 10 ul. Esteriles Libres de Rnase y Dnase, para biologia molecular para uso de Biología Molecular. Bolsa minima de 1.000 unidades. **2 BOLSAS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

561 PYR. Para identificacion de Enterococcus. Tubo de minimo 50 discos. **3 TUBOS**.

Justificación: SIN OFERTA.

562 Reactivo antigeno V.D.R.L. Suspensión antigénica estabilizada para realizar la prueba de VDRL modificada (USR) de detección de sífilis. Suspension acuosa de antigeno de cardiolipina y lecitina purificados en buffer fosfato con cloruro de colina y EDTA. Antígeno en frasco gotero de plástico de minimo 5.5 ml. Kit para minimo 250 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **6 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA** ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **5 (CINCO) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

563 Reactivo de **Bradford**. Para determinar concentraciòn de proteinas en soluciòn. De Azul Brillante G en ácido fosfórico y metanol. Frasco de minimo 500 ml. **1 FRASCO.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

564 Reactivo de Schiff. Pararosaniline 1% metabisulfato de sodio 4% acido hidrocloridrico 0,25 mol/l. En frasco oscuro de vidrio de minimo 500 ml. **1 Frasco.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SIGMA/USA** ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A**.

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

565 Reactivo HTLV. ELISA para HTLV 1 y 2. Kit de minimo 96 determinaciones para la deteccion cualitativa y semi cuantitativa de anticuerpos contra HTLV 1 y 2. **1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

566 Reactivo para acido úrico. Rx p/ Acido Urico enzimático AA líquida. Compatible con autoanalizador CB350i en suero y orina. Buffer: solución de diclorohidroxibenceno (DHB) 2,0 mmol/l pH 3,5; enzimas: viales conteniendo uricasa (UOD) > o =200 U/l, peroxidasa oxidasa (POD) > o = 1000 U/l, 4-aminofezazona (4-AF) 0,10 mmol/l; Ferrocianuro de Potasio 6m mol/l y Buffer Good 50 mmol/l pH 7,8. kit para autoanalizadores automáticos. Kit conteniendo 4 frascos de minimo 100 ml de Rx 1, 1 frasco de minimo 100 ml de Rx 2 y standard de minimo 4 ml. Vencimiento minimo de 1 año al momento de la entrega. **8 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Yvonne de Gouveia
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomassone
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 731

Dra. MS GGP Gloria Edelgio
Bioquímica RP 735

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto ofertado de menor costo por las empresas Eximpar S.R.L. e Infotec S.A. no se ajustan a la composición y concentracion de los reactivos requeridos en las especificaciones técnicas. Se disminuye la cantidad adquirida a **7 (SIETE) KITS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

567 Reactivo para Cito M.V. Ig G. CMV IgG ELISA. Elisa Sandwich. Kit para la determinación cuantitativa de Ac IgG contra citomegalovirus en suero humano. Kit de minimo 96 determinaciones. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **5 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DIAPRO/ITALIA**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. Los productos ofertados de menor costo por las empresas Eximpar S.R.L. y GT Scientific S.A. no se ajustan a la cuantificación del método requerida en las especificaciones técnicas. Se disminuye la cantidad adquirida a **3 (TRES) KITS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

568 Reactivo para Cito M.V. Ig M. CMV IgM ELISA. Elisa de captura para la determinación de Ac IgM contra Citomegalovirus en suero humano. Kit de minimo 96 determinaciones. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **5 KITS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **HUMAN/ALEMANIA**, ofertado por la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **3 (TRES) KITS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

569 Reactivo para colesterol. Rx p/ Colesterol enzimático AA. Compatible con autoanalizador CB 350i. Línea Líquida. Reactivo enzimático conteniendo Buffer good (pH 6,8) 50 mmol/l, 4-aminofenazona 0,2mmol/l, fenol 15 mmol/l, peroxidasa > 1000U/l, colesterolesterasa > 100 U/l, colesteroloxidasa > 100 U/l, Colato de sodio 0,2mmol/l. Kit para autoanalizadores automáticos. Kit conteniendo 4 frascos de minimo 100 ml. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **10 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto de menor costo ofertado or la empresa Infotec S.A. no se ajusta a los requerimientos de volúmenes y determinaciones requeridas, estandarizadas y validadas por controles de calidad internos y externos.

570 Reactivo para creatinina. Rx p/ determinación de creatinina en suero y orina AA. Compatible con autoanalizador CB 350i. Metodo cinetico para la determinacion de creatinina en suero, plasma u orina. Reactivos: solucion de acido picrico de 12,7 mmol/l, laurilsulfato de sodio 8,4 mmol/l,solucion de borato 53 mmol/l, NAOH 970 mmol/l. Kit conteniendo como minimo 4 frascos de minimo 100 ml. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **8 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto de menor costo ofertado no se ajusta a la concentracion de los reactivos requeridos.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Yvoleno de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

María Mercedes C. de Tomasecrit
Bioquímica

Dra. MS GGP Gloria Edelgio
Bioquímica RP 735

571 Reactivo para Genotipificación de HPV. Detección cualitativa por quimioluminiscencia de los tipos de HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68 por captura de híbridos utilizando sondas complementarias al genoma de HPV. El kit debe contener anticuerpos específicos, reactivos para amplificación de señal y detección por quimioluminiscencia, para uso diagnóstico "in vitro". Kit de minimo 96 determinaciones. Vencimiento de al menos 1 año al momento de la entrega. **7 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **QUIAGEN/EEUU**, ofertado por la empresa **KIMI S.R.L.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **4 (CUATRO) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

572 Reactivo para Herpes. Herpes 1 IgG. ELISA para la determinacion cualitativa y semi cuantitativa de clase IgG dirigidos contra Herpes simple virus 1. Kit de minimo 96 determinaciones. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **3 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **VIRCELL/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto ofertado de menor costo por la empresa Eximpar S.R.L. no se ajusta al método semicuantitativo requerido en las especificaciones técnicas y es la segunda mejor oferta. Se disminuye la cantidad adquirida a **2 (DOS) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

573 Reactivo para Herpes. Herpes 2 IgG. ELISA para la determinacion cualitativa y semi cuantitativa de clase IgG dirigidos contra Herpes simple virus 2. Kit de minimo 96 determinaciones. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **3 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **VIRCELL/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto ofertado de menor costo por la empresa Eximpar S.R.L. no se ajusta al método semicuantitativo requerido en las especificaciones técnicas y es la segunda mejor oferta. Se disminuye la cantidad adquirida a **2 (DOS) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

574 Reactivo para Herpes. ELISA para la determinacion cualitativa y semi cuantitativa de anticuerpos de clase IgM dirigidos contra herpes simple virus 1/2. Kit de minimo 96 determinaciones. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **3 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **VIRCELL/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto ofertado de menor costo por la empresa Eximpar S.R.L. no se ajusta al método semicuantitativo requerido en las especificaciones técnicas y es la segunda mejor oferta. Se disminuye la cantidad adquirida a **2 (DOS) KITS**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

575 Reactivo para HIV. TEST PARA CONFIRMACION DE HIV. HIV-1 y HIV-2 IgG recomline. Kit para confirmacion de HIV 1 y 2 IgG para 20 determinaciones. Metodo recombinante de bandas 20 tiras de

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Yvalena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasesne
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MC GGP Gloria Edelgis
Bioquímica RP 735

nitrocelulosa con control positivo y negativo. Sustrato listo para usar. Conjugado listo para usar, liquido de lavado y cubetas para incubacion. cut-off control. Inmunoensayo lineal. Western blot. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

576 Reactivo para triglicéridos. Rx p/ trigliceridos en suero AA. compatible con autoanalizador CB 350i. Enzimático. Reactivo: solución conteniendo buffer Good 50 mmol/l (pH 6,8); clorofenol 2 mmol/l; lipoprotein lipasa (LPL) >o =800 U/l; glicerol Kinasa (GK) > o =500 U/l, glicerol fosfato oxidasa (GPO) >o =1500 U/l, peroxidasa (POD) >o =900 U/l ATP 2 mmol/l 4AF 0,04 mmol/l para autoanalizadores automáticos. Kit conteniendo como minimo 1 frasco de minimo 100 ml con 1 standard de minimo 4 ml. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **10 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **8 (OCHO) KITS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

577 Reactivo para urea. Rx p/ determinación Urea cinética AA. Línea Líquida. Método cinético UV para la determinación de urea en suero, plasma y orina. Compatible con autoanalizador CB 350i. Solucion conteniendo buffer Good ph 7,6 250 mmol/l, 2-oxoglutarato 7,5 mmol/l, NADH 0,28 mmol/l, ureasa > o = 5000 U/l, GLDH >o = 800 U/l para autoanalizadores automáticos. Kit conteniendo como minimo 4 frascos de minimo 100 ml. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **8 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto de menor costo no se ajusta a los requerimientos de volúmenes y determinaciones requeridas, estandarizadas y validadas por controles de calidad internos y externos. Se disminuye la cantidad adquirida a **7 (SIETE) KITS,** para ajustar ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

578 Reactivo TP. Automatizado. Tromboplastina calcica para la determinacion del tiempo de protrombina. KIT para minimo 60 determinaciones: contiene como minimo 6 frascos de tromboplastina- SI de minimo 2 ml. conteniendo extracto liofilizado de cerebro de conejo y cloruro de calcio. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **15 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

579 Rotavirus. Método cromatográfico. Kit de mínimo 20 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

580 RT (Transcriptasa Reversa). Enzima transcriptasa reversa (RT). MMLV para reacciones de retrotranscripcion por PCR. Activa a 37ºC. Tubo de mínimo 50.000 unidades. **2 TUBOS.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS.- UNA

Dra. Ninfa Aquino
Dra. Yvoleno de Gonzalez
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA
Dra. María Mercedes C. de Tomassone
Bioquímica
Dra. MS GG Gloria Edelweiss
Bioquímica RP 735

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **PROMEGA/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UN) TUBO**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

581 RT (Transcriptasa Reversa). Enzima retrotranscriptasa reversa para PCR en tiempo real en un solo paso que contenga: M-MLV retrotranscriptasa reversa modificada, taq polimerasa modificado, mix 2x(0.4mM dNTP, 6mM MgSO4 Y 1uM rOX) 50mM de MgSO4, minimo 100 reacciones. Los reactivos deben contar con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen y certificado de venta libre. Tubo de minimo 10.000 unidades. **2 TUBOS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

582 RT (Transcriptasa Reversa). Enzima transcriptasa reversa con activación a 42ºC para reacciones de retrotranscripción por PCR de 10.000 unidades. **2 TUBOS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **THERMOSCIENTIFIC/LITUANIA** ofertado por la empresa **KIMI S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UN) TUBO** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

583 Rubeola Ig G reactiva. Elisa Sandwich para la determinación cuantitativa de Ac IgG contra Rubeola en suero humano. Kit de minimo 96 determinaciones. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **4 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **HUMAN/ALEMANIA**, ofertado por la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **2 (DOS) KITS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

584 Rubeola IgM reactiva. Elisa de captura para la determinación de Ac IgM contra Rubeola en suero humano. Kit de minimo 96 determinaciones. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **4 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DIASORIN/ITALIA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **2 (DOS) KITS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

585 Rx monotest. Prueba de hemoaglutinación para detección de anticuerpos heterófilos asociados con mononucleosis infecciosa. Kit para mínimo 40 determinaciones. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **1 KIT.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

586 Rx p/ determinacion de Lactico. Rx p/ determinación de Lactico Deshidrogenasa cinético AA. Método UV optimizado (SFBC) para la determinación de lactato deshidrogenasa (LDH) en suero o plasma. Kit de

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Yvalena de Guillen
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. Maria C. de Tomasone
Química
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GCP Gloria Edelgio
Bioquímica RP 735

100 ml. Buffer: solución de buffer Tris, 80 mM pH 7,2 conteniendo piruvato1,6 mmol/l y cloruro de sodio200 mmol/l; sustrato conteniendo NADH.0,2 mmol/l para autoanalizadores automáticos. Kit conteniendo como minimo 4 frascos de minimo 20 ml de buffer y 1 frasco de minimo 20 ml de sustrato. Vencimiento minimo de 1 año al momento de la entrega. **6 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **HUMAN/ALEMANIA** ofertado por la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **5 (CINCO) KITS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

587 Safranina. Solución en frasco x 500 ml. como minimo. **1 FRASCO**.

Justificación: SIN OFERTA.

588 SCL-70. ELISA para la determinación cuantitativa de autoanticuerpos tipo IgG contra Scl-70. Kit de minimo 96 determinaciones. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **3 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **ORGENTEC/ALEMANIA**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UN) KIT** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

589 Serologia para streptococcus. SEROLÓGICO P/STREPTOCOCCUS BETA HEMOLÍTICOS. Suspension de particulas de latex, sensibilizado con anticuerpos monoclonales contra. Caja por 7 serotipos. **1 CAJA.**

Justificación: SIN OFERTA.

590 Silicagel Pro análisis. P.A. Silicagel tipo III con indicacion para la desecacion, cambio de color de azul a rosado. Granulos pequeños. Frasco de minimo 500 gr. **2 FRASCOS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

591 Solucion de limpieza para analizadores. Compatible con Autoanalizador CB350i. Solucion acida. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **4 FRASCOS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

592 Solucion de limpieza para analizadores. Compatible con Autoanalizador CB350i. Solucion basica. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **4 FRASCOS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta
Jefa Dpto. Producción IICS

Dra. María Mercedes C. de Tomaselli
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GQP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

593 Solucion de Lisis. Solución lisante, compatible con Citometro de Flujo marca BD (Becton Dickinson), concentrada de minimo 10X, para lisis de glóbulos rojos de muestras a ser utilizadas para citometría de flujo. Frasco VD/10 x 50 test. Frasco de minimo 100 ml. **2 FRASCOS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **BD/USA**, ofertado por la empresa **SAMERA S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

594 Soporte para Tincion de Lamina. Cubeta rectangular con soporte para tincion de laminas portaobjetos en hematologia. **1 UNIDAD.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

595 Sorbente. De IgG humana, sorbente de ELISA. Suero de cabra anti IgG humana (FC especifico) destinado a capturar IgG humana para evitar interferencias en ensayos IgM o IgA. Paquete de minimo 2 viales con 1,2 ml. de sorbente (92 determinaciones). **3 PAQUETES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **VIRCELL/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UN) PAQUETE** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

596. Strepto A. SEROLOGIA P/STREPTOCOCCUS GRUPO A. Suspension de particulas de latex, sensibilizado con anticuerpos monoclonales. Caja de un frasco para 25 determinaciones. **3 CAJAS**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

597 Stepto B. SEROLOGIA P/STREPTOCOCCUS GRUPO B. Suspension de particulas de latex, sensibilizado con anticuerpos monoclonales. Caja de un frasco para 25 determinaciones. **3 CAJAS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SSI/DONAMARCA**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **2 (DOS) CAJAS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

598 Streptolisina 0 Reactiva. Rx p/ para determinar antiestreptolisina O en suero. Un frasco gotero de 1 ml de suero control positivo. Un frasco gotero de control negativo. 1 Lámina con 6 áreas. Caja x 100 test. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **6 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WAMA/BRASIL**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

599 Suero bovino fetal. Esteril, filtrado, estado libre de micoplasma, virus, bacterias y endotoxina para cultivo celular. PH de 7,1 a 7,7. Osmolaridad de 240 a 340 mOsmol/kg. Proteinas totales: 5 a 8 g/dl. Albumina: 2,5 a 5,2 g/dl. Endotoxina menor a 200 EU/ml. Hemoglobina menor a 25 mg/dl. -20º C. Frasco de minimo 500 ml. Vencimiento minimo de 3 años al momento de la entrega. **5 FRASCOS**.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Yvalena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. MS GQF Gloria Echagüe
Bioquímica RP 735

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **LIFE TECHNOLOGIES/USA**, ofertado por la empresa **INFOTEC S.A.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto de menor costo ofertado por la empresa GBO Medical no se ajusta a los requerimientos de concentración y características químicas requeridas. Se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UN) FRASCO**, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

600 Suero control. Control de calidad para química clínica nivel normal. Suero liofilizado para control de precisión y exactitud en Química Clínica. Kit conteniendo 6 frascos de suero homogeneizado y liofilizado en viales de minimo 5 ml con concentraciones normales de metabolitos y enzimas. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. **12 KITS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **HUMAN/ALEMANIA** ofertado por la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

601 Suero control. Control de calidad para química clínica nivel alto. Suero liofilizado para control de precisión y exactitud en Química Clínica. Kit conteniendo 6 frascos de suero homogeneizado y liofilizado en viales de minimo 5 ml con concentraciones patológicas de metabolitos y enzimas. Vencimiento mínimo de dos años al momento de la entrega. **12 KITS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **HUMAN/ALEMANIA** ofertado por la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

602 Suero de coombs. ANTISUERO HUMANO (COOMBS). Suero de conejo inmunizado con IgG y C3d. Aglutinación. Frasco de minimo 10 ml. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **1 FRASCO**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **HUMAN/ALEMANIA** ofertado por la empresa **EXIMPAR S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

603 Suero Fisiológico Solución. Frasco de minimo 1 litro esteril. **66 FRASCOS**.

Justificación: SIN OFERTA.

604 Suero Fisiológico Solución. Esteril en frasco de maximo 20 ml. **150 FRASCOS.**

Justificación: SIN OFERTA.

605 Suero Fisiológico Solución. Solución fisiológica al 0,9% de Cloruro de Sodio, esteril y apirógena para inyección. Caja de minimo 50 unidades. **10 CAJAS.**

Justificación: SIN OFERTA.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta
Dra. Yvalena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes Coll de Tomassone
Bioquímica
R.P. 21

Dra. MS GGP Gleta Edelgio
Bioquímica RP 735

606 Sustancia Tampon. Buffer de corrida con EDTA para electroforesis capilar compatible con analizador genético ABI 310. Frasco de 25 ml. como mínimo. Deberá contar con ficha técnica. **2 FRASCOS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **LIFE TECHNOLOGIES/USA**, ofertado por la empresa **INFOTEC S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UN) FRASCO** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

607 Tapa boca. De TNT hipoalergenico adaptable a la nariz con elasticos sujetadores a la oreja. Caja de minimo 50 unidades.**25 CAJAS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **CONFFIDEL SHANGHAI CHANNELMED/CHINA**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

608 Tapa para microplaca. De 96 pozos de fondo en U (redondo) de poliestireno de alta transparencia. Caja de minimo 100 unidades. **1 CAJA.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

609 Tapa para Tubo de Laboratorio. Tapas de plástico para tubo de polipropileno (pp) 12x75 mm. **2.000 UNIDADES.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

610 Tapa para Tubo de Laboratorio. Tapas roscas de color blanco de 11 x 20 mm. compatibles con el tubo colector para muestras cervicales del kit colector de muestra cervical para la detección de HPV de alto riesgo. Bolsa de minimo 1.000 unidades. **1 BOLSA.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **QIAGEN/EEUU**, ofertado por la empresa **KIMI S.R.L.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

611 Taq polimerasa. Enzima ADN polimerasa, tubo de al menos 250 unidades, concentración de 5U/uL. Con tubo separado de 1ml. de buffer 10X y cloruro de magnesio de al menos 25 mM. en tubo separado. **6 TUBOS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

612 Taq polimerasa. Enzima ADN polimerasa que se activa despues de un precalentamiento a 95ºC. Tubos de DNA Polimerasa de 5 U/µl de concentración, 1.5 mL of Buffer de PCR (100 mM Tris-HCl, pH 8.3, 500 mM KCl) y 1.5 mL solución de cloruro de magnesio. Minimo 250 unidades. **1 TUBO.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

613 Taq polimerasa. TAQ DNA POLIMERASA 5 U/MICROLITROS TERMOESTABLE. Con especificidad mejorada y capaz de amplificar productos de PCR de tamaño hasta **5** kb, con cloruro de magnesio en tubo

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Yvalena de Guillén
Jefa Dpto. Producción

Dra. María Mercedes C. de Tomasscani
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 701

Dra. MS GGP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

separado. Tubos de minimo 500 unidades. Los reactivos deben contar con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen y certificado de venta libre. **3 TUBOS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

614 Taq polimerasa. HOT START TAQ DNA POLIMERASA 5 U/MICROLITROS TERMOESTABLE. Con especificidad mejorada y capaz de amplificar productos de PCR de tamaño hasta 5 kb, con cloruro de magnesio en tubo separado. Tubos de minimo 500 unidades. Los reactivos deben contar con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen y certificado de venta libre. **2 TUBOS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **LIFE TECHNOLOGIES/USA**, ofertado por la empresa **INFOTEC S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

615 Tdt (policlonal antiterminal deoxinucleotidyl transferasa). Policlonal anti Terminal deoxynucleotidyl Transferasa. Anticuerpo monoclonal para inmunohistoquimica en cortes de parafina. Frasco de minimo 12 ml. Aplicable a cortes de parafina. Nueva tecnología. Prediluída. **1 FRASCO.**

Justificación: SIN OFERTA.

616 Termómetros. Termómetro químico, de mercurio, de -10 a + 110ºC, al 1º C. **5 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DAGON/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **3 (TRES) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

617 Test para identificación de staphylococus. Suspension de particulas de latex, sensibilizado con anticuerpos monoclonales contra polisacaridos capsulares de staphylococcus aureus. Cajas de minimo 50 determinaciones. **2 CAJAS.**

Justificación: SIN OFERTA.

618 Test para sangre oculta. Test de guayaco para sangre oculta en heces. Prueba p/detección de sangre oculta en heces por el método inmunocromatográfico. Vencimiento minimo de 1 año al momento de la entrega. **10 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **CERTEST/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: Es el producto que cumple las especificaciones técnicas solicitadas. El producto de menor costo ofertado por la empresa Eximpar S.R.L. no se ajusta al método requerido en las especificaciones técnicas y es la segunda mejor oferta. Se disminuye la cantidad adquirida a **3 (TRES) KITS,** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

619. Testosterona Reactivo. Testosterona Libre. Kit con tubos recubiertos -cac- para método Ria. Kit de minimo 100 test, con vencimiento minimo de 3 meses al momento de la entrega. **5 KITS.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta
Dra. Yvalena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA
Dra. María Mercedes C. de Tomasconi
Bioquímica
Dra. MS GAP Gloria Estigarribia
Bioquímica.RP 735

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SIEMENS/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **4 (CUATRO) KITS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

620 Testosterona Reactivo. Testosterona total. Kit con tubos recubiertos -cac- para método Ria. Kit de minimo 100 test, con vencimiento minimo de 3 meses al momento de la entrega. **5 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SIEMENS/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **4 (CUATRO) KITS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

621 Tetrametil Bencidina. 3,3',5,5'–Tetramethylbenzidine (TMB). Formula: [-C6H2 (CH3)2-4-NH2]2. P.M.:240,34. Sustrato de la Enzima Peroxidasa para uso en ELISA. Frasco de minimo 1 gr. **2 FRASCOS**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

622 Tiempo Parcial de Tromboplastina. Automatizado. Utilizando ácido elágico como activador. Kit para minimo 240 determinaciones: conteniendo como minimo 6 frascos de minimo 4 ml. de extracto de cerebro de conejo en cloroformo. Acido elágico. Cloruro de calcio 0.02 mg/dl. Vencimiento mínimo de 1 año al momento de la entrega. **4 KITS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **WIENER/ARGENTINA** ofertado por la empresa **BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

623 Timer para laboratorio. Con hora-minutos-segundos. DIGITAL. Memoria hasta 24 horas. **15 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SUPERIOR/ALEMANIA** ofertado por la empresa VICENTE **SCAVONE &COMPAÑÍA C.E.I.S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **7 (SIETE) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

624 Tiras de acetato de celulosa. Para corrida electroforética de líquidos biológicos humano. Acetato de celulosa p/Electroforesis. Paquetes de minimo 25 tiras de 2,5 cm x 17 cm. 200 micromicra. Embebidas en buffer de mantenimiento. Paquetes de minimo 25 tiras. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **2 PAQUETES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **CELLOGEL/ITALIA**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta
Dra. Yvoone de Bouillen
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA
Dra. María Mercedes C. de Talmasson
Dra. MS CGP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

625 Tiras Reactivas de Orina. Tiras reactivas para determinación semicuantitativa en orina (Kit de minimo 100 tiras). Determinación semicuantitativa de 10 parámetros. Kit de minimo 100 tiras. Vencimiento minimo de 1 año al momento de la entrega. **10 KITS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **MACHEREY NAGEL/ALEMANIA**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **5 (CINCO) KITS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

626 Toxoplasma. Ag de toxoplasma obtenido de fluído ascítico de ratón IFI. Láminas de minimo 10 determinaciones. Laminas de 10 pocillos cada una. Vencimiento minimo de un año al momento de la entrega. **80 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **BIOCIENTIFICA/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **INFOTEC S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **30 (TREINTA) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

627 TRICLORURO DE ALUMINIO p.a. Tricloruro de aluminio hexahidratado P.A. Formula: AlCl3 6H2O. P.M.: 241.43. Frasco de minimo 1 litro. **1 FRASCO.**

Justificación: SIN OFERTA.

628 Trimetroprim + Sulfa Disco para Antibiograma. TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL DISCOS P/ANTIBIOGRAMA. Discos de 1,75/23,25 ug. Tubo de minimo 50 discos. **3 TUBOS.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **BIORAD/ USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

629 Tripsina. Tripsina 1:250, para uso en procedimientos que requieren actividad enzimatica proteolitica. Frascos de minimo 100 gr. **1 FRASCO**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

630 Trizma Base p.a. Frasco de plastico de minimo 500 gr. para preparar buffer. Formula: C4H11NO3. Los reactivos deben contar con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen y certificado de venta libre. Con fecha de vencimiento no menor a 11 meses. **3 FRASCOS.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

631 Trizma Base p.a. PM 121,14 NH2C(CH2OH)3 (Primary Standard and buffer, 99%). GRADO DE BIOLOGIA MOLECULAR. Frasco de 500 grs.. **3 FRASCOS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **PROMEGA/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Yvoleta Acosta Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. Maria Mercedes C. de Tomasone
Bioquímica
Reg. 701

Dr. MS GGP Glen Estigarribia
Bioquímico RP 735

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UN) FRASCO** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

632 Trizma HCL. Frasco de plastico de minimo 500 gr. para preparar buffer C4H11NO3. ClH frasco de minimo 500 gr. Los reactivos deben contar con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen y certificado de venta libre. Con fecha de vencimiento no menor a 11 meses. **2 FRASCOS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **PROMEGA/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1 (UN) FRASCO** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

633 TSH Reactivo. TSH (Horm. estimuladora de las Tiroides). Kit con tubos recubiertos -cac- para método IRMA. Kit de minimo 100 test, con vencimiento minimo de 3 meses al momento de la entrega. **50 KITS**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

634 TSH Reactivo. TSH (Horm. estimuladora de las Tiroides). Kit con tubos recubiertos -cac- para método IRMA. Kit de minimo 500 test, con vencimiento minimo de 3 meses al momento de la entrega. **10 KITS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **SIEMENS/USA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **2 (DOS) KITS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

635. Tubo de centrifuga conicos de plástico. Tubo de centrifuga conicos, de polipropileno, graduado, con tapa rosca, base cónica, estéril, de 15 ml., en bolsa x 100 unidades. **13 BOLSAS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **5 (CINCO) BOLSAS** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

636. Tubo de centrifuga conicos de plástico. Tubos conicos esteriles, de polipropileno de alta transparencia, graduados con tapa rosca. Volumen 50mL. Bolsa con minimo 25 unidades. **5 BOLSAS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **ISOLAB/ALEMANIA**, ofertado por la empresa **DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

637. Tubo de Poliestireno. Tubos de fondo redondo de 5 ml., 12 x 75 mm. para citometro. Paquetes de minimo 125 tubos. **3 PAQUETES**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

638. Tubo de Polipropileno. Tubo de polipropileno con tapon de polietileno, de 13 x 75 mm, con acelerante y granulo inerte, para 4 ml. de suero. **4.000 UNIDADES**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta
Dra. Yvalena de Guillen
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA
Dra. María Mercedes
Dra. MSGGP Gloria Edagio
Bioquímica RP 735

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1.000 (UN MIL) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

639. Tubo de Polipropileno. Tubo para extraccion con tapa esteril con CITRATO trisodico dihidratado, etiquetados y tapados para coagulacion sanguínea de uso pediatrico. **2.000 UNIDADES**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

640. Tubo de Polipropileno. Tubo de polipropileno de alta transparencia para cultivo con tapon de polietileno autoclavable, cónico, de 15 ml, estéril, en bolsa x 100 unidades. **4 BOLSAS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **3 (TRES) BOLSAS** para ajustar al presupuesto institucional.

641. Tubo de Polipropileno. Tubo de plastico de polipropileno de fondo redondo de 1,5 ml., 3,7 cm. de alto x 1,1 cm. de diametro sin tapa. **500 UNIDADES**.

Justificación: SIN OFERTA.

642. Tubo de Polipropileno. Tubo de polipropileno, de fondo redondo, de 12 x 75 mm, con tapa lila, para almacenamiento de suero. **2.100 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA**, ofertado por la **empresa GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA ÚNICA OFERTA.

643. Tubo de Polipropileno. Conicos de 50 ml., esteriles de alta transparencia para cultivo. Tapones de polietileno autoclavables. Bolsa de minimo 100 unidades. **2 BOLSAS**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

644. Tubo de Polipropileno. Tubos de plástico de polipropileno de 13 x 75 mm. con acelerante y gel inertes y tapones en polietileno. Para 4 ml. **4.000 UNIDADES**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DVS/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1.000 (UN MIL) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

645. Tubo de Polipropileno. Tubo de polipropileno para extracción de sangre, estéril, de 13 x 75 mm, con EDTA tripotasico, etiquetado y tapado con tapon de goma perforable, de 3 ml. para hemograma. **5.000 UNIDADES**.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Ivalena de Gonzalez
Jefa Dpto. Producción IICS

Dra. Mst. Mercedes G. de Tomasevic
Bioquímica Reg. Prof. Nº 759

Dra. MS GGP Gloria Edelgio
Bioquímica RP 735

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **2.000 (DOS MIL) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

646 Tubo de Polipropileno. Tubo de polipropileno para extracción de sangre, estéril, de 12 x 55 mm, con EDTA tripotasico, etiquetado y tapado con tapon de goma perforable, de 1 ml. para hemograma, de uso pediatrico. **4.000 UNIDADES**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1.000 (UN MIL) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

647. Tubo de Polipropileno. Tubo de polipropileno para extracción de sangre, con tapa, estéril, de 13 x 75 mm, con CITRATO trisodico dihidratado, etiquetado y tapado, para 4 ml. de sangre, para coagulación sanguínea. **3.500 UNIDADES**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DELTALAB/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA. Se disminuye la cantidad adquirida a **1.500 (UN MIL QUINIENTAS) UNIDADES** para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

648. Tubo de Polipropileno. Conicos de 15 ml. esteriles de alta transparencia con anticuagulante EDTA y tapa esteril. **200 UNIDADES**.

Justificación: SIN OFERTA.

649. Tubo de vidrio con tapa. De 10 cm. x 10 mm. de diametro con tapa rosca resistente al autoclave. **200 Unidades.**

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

650. Tubo de vidrio sin tapa. Tubo de vidrio de 10 cm de largo x 16 mm de diametro, sin tapa, fondo redondo para centrífuga. **200 UNIDADES.**

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **DAGON/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

651. Tubo de vidrio sin tapa. Mediano de 10 cm. x 10 mm., resistente al calor fondo redondo para centrifuga. **400 UNIDADES**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **LABBOX/ESPAÑA**, ofertado por la empresa **GT SCIENTIFIC S.A.**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Nirka Acosta

Dra. Ysalena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Fornasetti
Bioquímica RP 791

Dra. MS CGP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

652. Tubo de vidrio sin tapa. De 12 cm x 10 mm graduados, resistente al calor fondo conico para centrifugar orina. **200 UNIDADES**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

653 Vaso de plástico. Vasos de plástico con o sin tapa de 350 cc para Curva de Tolerancia de Glucosa. **500 UNIDADES.**

Justificación: SIN OFERTA.

654 Vaso de plástico. Recipiente de plastico cilíndrico, de boca ancha con tapa, con capacidad de 10 litros. **1 UNIDAD**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

655 Vaso para Láminas. Vaso koplin rectangular de vidrio transparente no ranurado de 200 cc. **12 UNIDADES.**

Justificación: NO ADQUIRIR, los productos ofertados por las empresas GBO Medical y GT Scientific S.A. no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en cuanto a dimensiones y características requeridas.

656 Vaso precipitado. Vaso precipitado de vidrio graduado, de 500 ml. **4 UNIDADES**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **VITREX/URUGUAY**, ofertado por la empresa **GBO MEDICAL.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

657 Vaso precipitado. De vidrio de 5 litros. Resistente al calor y con graduacion. **1 UNIDAD**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

658 Vaso precipitado. De vidrio de 1 litro. Resistente al calor y con graduacion. **2 UNIDADES**.

Justificación: NO ADQUIRIR, para ajustar a la disponibilidad presupuestaria del presente llamado.

659 Vaso precipitado. De vidrio de 100 ml. Resistente al calor y con graduacion. **4 UNIDADES**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **ISOLAB/ALEMANIA**, ofertado por la empresa **DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

660 Vidrio plomado. Vidrio de borosilicato y plomo de 40 cm. de ancho x 60 cm. de largo y 5 cm. de espesor. **1 UNIDAD**.

Justificación: SIN OFERTA.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Mirta Acosta

Dra. Yvalena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. Natalia Mercedes C. de Tomassone
Bioquímica
Nº 737

Dra. MS GP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

661 Xileno P.A (xilene). Frasco oscuro de vidrio de minimo 1 litro. 0,86% PM 106,16 Agua 0,08%. Frasco de minimo 1 litro. Vencimiento minimo de 1 año al momento de la entrega. **40 FRASCOS**.

Se sugiere la compra del producto/reactivo de la marca **ANEDRA/ARGENTINA**, ofertado por la empresa **DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.**

Justificación: ES LA MEJOR OFERTA.

10. INFORME JURIDICO.

Oferente: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.:

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que el mismo se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Oferente: SAMERA S.A.:

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que el mismo se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Oferente: VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.:

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que el mismo se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Oferente: DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.:

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que el mismo se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

Oferente: KIMI S.R.L.:

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que el mismo se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo

C.P. Rodolfo Rojas
Resp. UOC - IICS - UNA

Dra. Nina Acosta

Dra. Yvoleno de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasconi
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GAP Olga Edelgis

dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Oferente: CHACO INTERNACIONAL S.A.:

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que el mismo se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Oferente: INDUSTRIA PARAGUAY DE GASES S.R.L.:

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que el mismo se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Oferente: EXIMPAR S.R.L.:

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que el mismo se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Oferente: INFOTEC S.A.:

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que el mismo se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Oferente: GBO MEDICAL:

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que el mismo se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Yvalena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. MC GGP Gloria Eclaquio
Bioquímica RP 7351

Dra. María Mercedes C. de Tomasso
Bioquímica
R.P. Fcd. Nº 7311

Oferente: GT SCIENTIFIC S.A.:

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente, se observa que el mismo se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

11. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FINANCIEROS.

SAMERA S.A.			
RATIO DE LIQUIDEZ			
AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PROMEDIO
2010	5.351.001.773	1.199.853.051	
2011	6.767.108.721	2.204.868.087	
2012	6.872.437.229	1.685.339.047	
TOTAL	18.990.547.723	5.090.060.185	3,73

ENDEUDAMIENTO			
AÑO	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	PROMEDIO
2010	1.199.853.051	6.746.613.723	
2011	2.204.868.087	8.723.330.779	
2012	2.216.562.644	9.062.251.308	
TOTAL	5.621.283.782	24.532.195.810	0,23

RENTABILIDAD			
AÑO	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDA	CAPITAL	PORCENTAJE
2010	1.307.008.687	2.000.000.000	0,653504344
2011	1.278.552.013	2.000.000.000	0,639276007
2012	819.824.318	2.000.000.000	0,409912159
TOTAL	3.405.385.018	6.000.000.000	0,57

KIMI S.R.L.			
RATIO DE LIQUIDEZ			
AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PROMEDIO
2010	161.690.866	85.349.069	
2011	282.328.774	100.556.269	
2012	343.523.606	126.879.403	
TOTAL	787.543.246	312.784.741	2,52

ENDEUDAMIENTO			
AÑO	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	PROMEDIO
2010	85.349.069	165.779.267	
2011	100.556.269	288.042.814	
2012	126.879.403	434.932.942	
TOTAL	312.784.741	888.755.023	0,35

RENTABILIDAD

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Ivalena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasone
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS CGP Gleta Edelgis
Bioquímica RP 735

AÑO	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDA	CAPITAL	PORCENTAJE
2010	55.943.595	20.000.000	2,79717975
2011	105.914.388	20.000.000	5,2957194
2012	114.344.857	20.000.000	5,71724285
TOTAL	**276.202.840**	**60.000.000**	**4,60**

GT SCIENTIFIC S.A.			
RATIO DE LIQUIDEZ			
AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PROMEDIO
2010	5.777.073.620	1.314.742.712	
2011	10.362.996.233	4.294.843.487	
2012	9.634.245.740	2.721.039.591	
TOTAL	**25.774.315.593**	**8.330.625.790**	**3,09**

ENDEUDAMIENTO			
AÑO	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	PROMEDIO
2010	1.314.742.712	7.338.635.515	
2011	4.294.843.487	12.341.824.003	
2012	2.721.039.591	12.094.456.318	
TOTAL	**8.330.625.790**	**31.774.915.836**	**0,26**

RENTABILIDAD			
AÑO	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDA	CAPITAL	PORCENTAJE
2010	1.088.371.221	3.000.000.000	0,362790407
2011	1.851.567.007	3.000.000.000	0,617189002
2012	1.210.507.207	3.000.000.000	0,403502402
TOTAL	**4.150.445.435**	**9.000.000.000**	**0,46**

EXIMPAR S.R.L.			
RATIO DE LIQUIDEZ			
AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PROMEDIO
2010	8.625.041.768	1.922.420.248	
2011	9.851.675.265	2.892.820.987	
2012	10.224.081.130	2.757.948.617	
TOTAL	**28.700.798.163**	**7.573.189.852**	**3,79**

ENDEUDAMIENTO			
AÑO	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	PROMEDIO
2010	1.922.420.248	8.732.494.846	
2011	2.892.820.987	10.066.766.612	
2012	2.757.948.617	10.385.960.298	
TOTAL	**7.573.189.852**	**29.185.221.756**	**0,26**

RENTABILIDAD

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Yolanda Acosta
Dra. Yolanda de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA
Dra. María Mercedes C. de Tomasconi
Dra. MS GGP Gloria Eclagüe
Bioquímica RP 735

AÑO	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDA	CAPITAL	PORCENTAJE
2010	311.765.613	100.000.000	3,11765613
2011	359.333.932	100.000.000	3,59333932
2012	452.759.077	100.000.000	4,52759077
TOTAL	**1.123.858.622**	**300.000.000**	**3,75**

GBO MEDICAL			
RATIO DE LIQUIDEZ			
AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PROMEDIO
2010	1.845.765.130	1.596.054.144	
2011	1.792.397.545	1.557.076.247	
2012	930.833.173	706.024.038	
TOTAL	**4.568.995.848**	**3.859.154.429**	**1,18**

ENDEUDAMIENTO			
AÑO	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	PROMEDIO
2010	1.596.054.144	2.151.787.578	
2011	1.557.076.247	2.143.801.811	
2012	706.024.038	1.527.873.619	
TOTAL	**3.859.154.429**	**5.823.463.008**	**0,66**

RENTABILIDAD			
AÑO	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDA	CAPITAL	PORCENTAJE
2010	209.324.457	90.000.000	2,3258273
2011	37.422.330	90.000.000	0,415803667
2012	235.124.017	90.000.000	2,612489078
TOTAL	**481.870.804**	**270.000.000**	**1,78**

DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.			
RATIO DE LIQUIDEZ			
AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PROMEDIO
2010	11.249.081.881	2.090.369.500	
2011	14.514.282.824	2.160.633.905	
2012	17.448.395.501	4.904.492.636	
TOTAL	**43.211.760.206**	**9.155.496.041**	**4,72**

ENDEUDAMIENTO			
AÑO	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	PROMEDIO
2010	2.090.369.500	13.745.910.755	
2011	2.160.633.905	17.178.277.319	
2012	4.904.492.636	22.203.495.849	
TOTAL	**9.155.496.041**	**53.127.683.923**	**0,17**

RENTABILIDAD

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Yvoleno de Gonzalez
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. Maria Mercedes C. de Tomasone
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GGP Gloria Edelgio
Bioquímica RP 795

AÑO	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDA	CAPITAL	PORCENTAJE
2010	1.657.930.774	9.000.000.000	0,18421453
2011	4.238.746.628	9.500.000.000	0,446183856
2012	3.312.751.285	11.000.000.000	0,301159208
TOTAL	**9.209.428.687**	**29.500.000.000**	**0,31**

INFOTEC S.A.			
RATIO DE LIQUIDEZ			
AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PROMEDIO
2010	4.723.545.673	1.690.802.457	
2011	7.017.857.890	3.715.030.513	
2012	9.764.654.691	7.034.898.300	
TOTAL	**21.506.058.254**	**12.440.731.270**	**1,73**

ENDEUDAMIENTO			
AÑO	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	PROMEDIO
2010	3.200.128.913	5.438.649.541	
2011	5.263.380.440	7.748.372.623	
2012	8.711.417.424	12.537.622.582	
TOTAL	**17.174.926.777**	**25.724.644.746**	**0,67**

RENTABILIDAD			
AÑO	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDA	CAPITAL	PORCENTAJE
2010	734.420.397	1.000.000.000	0,734420397
2011	200.034.257	2.000.000.000	0,100017129
2012	1.234.743.134	2.000.000.000	0,617371567
TOTAL	**2.169.197.788**	**5.000.000.000**	**0,48**

CHACO INTERNACIONAL S.A.			
RATIO DE LIQUIDEZ			
AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PROMEDIO
2010	25.453.282.190	5.181.869.185	
2011	29.064.170.243	3.304.594.981	
2012	31.276.916.777	3.271.114.786	
TOTAL	**85.794.369.210**	**11.757.578.952**	**7,30**

ENDEUDAMIENTO			
AÑO	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	PROMEDIO
2010	5.181.869.185	27.046.511.820	
2011	3.304.594.981	32.161.664.803	
2012	3.271.114.786	36.051.737.899	
TOTAL	**11.757.578.952**	**95.259.914.522**	**0,12**

RENTABILIDAD			
AÑO	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDA	CAPITAL	PORCENTAJE

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Yvalena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasone

Dra. MSc. QF Gloria Edelgio
Bioquímica RP 735

2010	3.924.776.399	5.000.000.000	0,78495528
2011	5.722.646.263	13.100.000.000	0,436843226
2012	3.590.460.867	13.100.000.000	0,274080982
TOTAL	**13.237.883.529**	**31.200.000.000**	**0,50**

INPAGAS S.R.L.			
RATIO DE LIQUIDEZ			
AÑO	**ACTIVO CORRIENTE**	**PASIVO CORRIENTE**	**PROMEDIO**
2010	77.576.273.095	10.549.671.114	
2011	87.355.840.218	10.538.048.433	
2012	89.428.377.583	8.644.879.874	
TOTAL	**254.360.490.896**	**29.732.599.421**	**8,55**

ENDEUDAMIENTO			
AÑO	**PASIVO TOTAL**	**ACTIVO TOTAL**	**PROMEDIO**
2010	10.549.671.114	111.536.208.780	
2011	10.538.048.433	122.411.781.944	
2012	8.644.879.874	128.510.167.986	
TOTAL	**29.732.599.421**	**362.458.158.710**	**0,08**

RENTABILIDAD			
AÑO	**UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDA**	**CAPITAL**	**PORCENTAJE**
2010	7.738.666.684	31.748.000.000	0,243752888
2011	9.098.642.645	31.748.000.000	0,286589475
2012	6.679.464.389	31.748.000.000	0,210390084
TOTAL	**23.516.773.718**	**95.244.000.000**	**0,25**

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.			
RATIO DE LIQUIDEZ			
AÑO	**ACTIVO CORRIENTE**	**PASIVO CORRIENTE**	**PROMEDIO**
2010	7.642.245.644	6.101.901.425	
2011	13.365.852.163	9.988.192.892	
2012	11.957.575.287	8.286.941.770	
TOTAL	**32.965.673.094**	**24.377.036.087**	**1,35**

ENDEUDAMIENTO			
AÑO	**PASIVO TOTAL**	**ACTIVO TOTAL**	**PROMEDIO**
2010	6.101.901.425	11.902.871.728	
2011	9.988.192.892	20.450.660.937	
2012	8.286.941.770	18.972.078.185	
TOTAL	**24.377.036.087**	**51.325.610.850**	**0,47**

RENTABILIDAD			
AÑO	**UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDA**	**CAPITAL**	**PORCENTAJE**
2010	2.332.562.170	600.000.000	3,887603617
2011	5.686.030.378	600.000.000	9,476717297

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Helena de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. Maria Mercedes C. de Tomassone

Dra. MSc. CCP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 735

2012	1.457.245.474	600.000.000	2,428742457
TOTAL	**9.475.838.022**	**1.800.000.000**	**5,26**

VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.			
RATIO DE LIQUIDEZ			
AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PROMEDIO
2010	135.044.007.404	43.754.554.674	
2011	174.516.781.600	52.296.439.146	
2012	187.893.128.429	47.934.829.358	
TOTAL	**497.453.917.433**	**143.985.823.178**	**3,45**

ENDEUDAMIENTO			
AÑO	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	PROMEDIO
2010	56.740.558.781	201.869.902.162	
2011	52.676.279.616	244.475.843.069	
2012	67.434.829.358	262.993.244.232	
TOTAL	**176.851.667.755**	**709.338.989.463**	**0,25**

RENTABILIDAD			
AÑO	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDA	CAPITAL	PORCENTAJE
2010	4.409.239.306	90.000.000.000	**0,048991548**
2011	5.827.741.510	90.000.000.000	**0,064752683**
2012	6.481.094.666	90.000.000.000	**0,072012163**
TOTAL	**16.718.075.482**	**270.000.000.000**	**0,06**

En consideración a los cuadros expuestos precedentemente se observa que las ofertas **SAMERA S.A., KIMI S.R.L., GT SCIENTIFIC S.A., EXIMPAR S.R.L., GBO MEDICAL, DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.., INFOTEC S.A., CHACO INTERNACIONAL S.A., INPAGAS S.R.L., BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L., y VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.,** cumplen con los parámetros o Ratios Financieros exigidos en las bases y condiciones del respectivo Pliego, y que son como se detallan a continuación:

Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años.

Endeudamiento: pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los 3 últimos años.

Rentabilidad: porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo.

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Valeria de Guillén
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomassone
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MS GCP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 739

12. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

De acuerdo al punto 9. Informe Técnico, las empresas adjudicadas para la **"ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO son**:

FIRMAS ADJUDICADAS	ITEMS ADJUDICADOS	MONTO ADJUDICADO
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.	1, 63, 66, 73, 77, 78, 80, 87, 97, 98, 139, 140, 149, 155, 203, 331, 335, 336, 359, 363, 364, 378, 383, 385, 436, 511, 514, 515, 518, 544, 562, 566, 569, 570, 576, 577, 578, 584, 591, 592, 618, 622.-	Gs. 61.303.350.-
SAMERA S.A.	102, 104, 106, 156, 160, 161, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 181, 325, 593.-	Gs. 74.118.945.-
VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.	68, 207, 285, 286, 382, 499, 623.-	Gs. 11.961.400.-
DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	28, 29, 32, 33, 34, 36, 65, m67, 74, 198, 201, 216, 313, 337, 338, 360, 452, 546, 636, 659, 661.-	Gs. 22.046.300.-
KIMI S.R.L.	442, 550, 552, 556, 571, 582, 610.-	Gs. 63.999.000
CHACO INTERNACIONAL S.A.	35, 37, 81, 82, 85, 91, 93, 94, 95, 96, 113, 124, 137, 159, 163, 172, 192, 193, 194, 195, 281, 304, 305, 310, 311, 320, 348, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 387, 396, 398, 399, 421, 424, 428, 429, 435, 460, 488, 530, 541, 567, 588, 597, 598, 607, 624, 625, 644.-	Gs. 85.420.120.-
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	477.-	Gs. 11.979.000.-
EXIMPAR S.R.L.	83, 84, 130, 221. 351, 368, 377, 494, 495, 496, 539, 568, 583, 586, 600, 601, 602.-	Gs. 12.386.760.-
INFOTEC S.A.	41, 42, 48, 122, 219, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 256, 257, 258, 262, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 287, 288, 289, 290, 319, 324, 334, 389, 392, 393, 411, 427, 449, 599, 606, 614, 626.-	Gs. 47.473.500

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Nilda Acosta

Dra. Ivalena de Guillén
Jefa Dpto. Producción HCS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomassone
Bioquímica
Reg. Prof. Nº 791

Dra. MGGP Gloria Estigarribia
Bioquímica RP 795

GBO MEDICAL	76, 135, 147, 191, 204, 209, 220, 307, 339, 342, 361, 365, 366, 384, 386, 425, 426, 445, 446, 454, 457, 458, 463, 464, 465, 490, 491, 498, 509, 510, 520, 521, 529, 547, 548, 549, 551, 616, 635, 638, 640, 642, 645, 646, 647, 650, 656.-	Gs. 54.750.340.-
GT SCIENTIFIC S.A.	2,3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 44, 50, 52, 54, 75, 92, 143, 144, 153, 202, 205, 212, 222, 229, 273, 306, 312, 345, 346, 347, 380, 390, 400, 404, 413, 423, 432, 437, 467, 469, 475, 500, 502, 512, 513, 525, 538, 564, 572, 573, 574, 580, 595, 619, 620, 628, 631, 632, 634, 651.-	Gs. 170.668.814.-

El importe total adjudicado alcanza la suma de **Gs. 616.107.529 (Guaraníes Seiscientos Dieciseis Millones Ciento Siete Mil Quinientos Veintinueve)** IVA incluido.-

Los ítems adjudicados que se disminuyen las cantidades para ajustar a la disponibilidad presupuestaria son: **5, 6, 8, 9, 15, 21, 22, 23, 26, 33, 35, 37, 41, 44, 48, 54, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 91, 92, 94, 95, 96, 122, 130, 139, 140, 143, 144, 147, 149, 155, 156, 159, 165, 171, 174, 191, 192, 193, 194, 203, 204, 212, 222, 229, 242, 247, 249, 270, 281, 285, 290, 304, 305, 307, 310, 311, 312, 320, 325, 331, 334, 335, 336, 338, 339, 342, 345, 346, 347, 351, 359, 360, 363, 364, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 382, 383, 387, 390, 392, 396, 398, 399, 400, 404, 411, 413, 421, 427, 428, 432, 436, 437, 445, 452, 454, 457, 460, 463, 477, 488, 490, 498, 502, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 518, 529, 538, 539, 544, 546, 547, 548, 552, 562, 566, 567, 568, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 580, 582, 583, 584, 586, 588, 595, 597, 599, 606, 616, 618, 619, 620, 623, 625, 626, 631, 632, 634, 635, 638, 640, 644, 645, 646, 647-**

Los ítems sin oferta son: **27, 31, 38, 40, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 125, 132, 133, 134, 136, 141, 145, 146, 157, 189, 190, 197, 199, 206, 208, 210, 211, 217, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 272, 274, 276, 283, 284, 294, 318, 322, 323, 328, 330, 340, 341, 349, 350, 353, 354, 356, 357, 358, 362, 381, 388, 395, 397, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 430, 433, 443, 444, 462, 474, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 492, 493, 497, 504, 505, 507, 528, 533, 534, 540, 543, 557, 561, 587, 589, 603, 604, 605, 615, 617, 627, 641, 648, 653, 660.-**

Los ítems que no se adquieren porque no se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas son: **553, 655.-**

Los ítems que no se adquieren a fin de ajustar a la disponibilidad presupuestaria son: **7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 25, 30, 39, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 72, 79, 86, 88, 89, 90, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 138, 142, 148, 150, 151, 152, 154, 158, 162, 167, 169, 176, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 196, 200, 213, 214, 215, 218, 223, 224, 230, 236, 243, 245, 246, 252, 254, 259, 260,**

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe Sub UOC - IICS - UNA

Dra. Ninfa Acosta

Dra. Xudana de Gaulier
Jefa Dpto. Producción IICS-UNA

Dra. María Mercedes C. de Tomasconi
Bioquímica

Dra. M. GGP Glaxo Edwards
Bioquímica RP 705

261, 263, 267, 271, 275, 277, 278, 279, 280, 282, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 308, 309, 314, 315, 316, 317, 321, 326, 327, 329, 332, 333, 343, 344, 352, 355, 367, 379, 391, 394, 410, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 431, 434, 438, 439, 440, 441, 447, 448, 450, 451, 453, 455, 456, 459, 461, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 476, 478, 479, 480, 487, 501, 503, 506, 508, 516, 517, 519, 522, 523, 524, 526, 527, 531, 532, 535, 536, 537, 542, 545, 554, 555, 558, 559, 560, 563, 565, 575, 579, 581, 585, 590, 594, 596, 608, 609, 611, 612, 613, 621, 629, 630, 633, 637, 639, 643, 649, 652, 654, 657, 658.-

13. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

De conformidad a la evaluación realizada el oferente adjudicado deberá presentar para la suscripción del contrato cuando no hayan sido presentados junto con la oferta, y no consten como "activos" en el SIPE los siguientes documentos:

a) Fotocopia autenticada por escribanía del Certificado actualizado de no encontrarse en quiebra o convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

b) Fotocopia autenticada por escribanía del Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos.

c) Certificado de Cumplimiento Tributario.

d) Constancia actualizada de estar al día en el pago con el IPS o Constancia de No estar inscripto.

e) Certificado de Cuenta Bancaria.

Es nuestro informe.-

Dra. Maria Mercedes Carpinelli
Jefa del Dpto. de Inmunología

Dra. Ninfa Acosta
Jefa del Dpto. de Endocrinología

Dra. Gloria Echagüe
Jefa del Dpto. de Analisis Clinicos y Microbiología

Dra. Yvalena de Guillén
Jefa del Dpto. de Producción

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe de la Sub-UOC IICS UNA