MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Resolución D.G.O.C. Nº 384/2014.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 01/2014 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA SIEMENS - PLURIANUAL", CONVOCADA POR EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "PROF. DR. MANUEL GIAGNI" - ID Nº 270.210.-

Asunción, 04 de junio de 2014.-

VISTOS:

Los antecedentes administrativos relacionados a la **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 01/2014 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA SIEMENS - PLURIANUAL", CONVOCADA POR EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "PROF. DR. MANUEL GIAGNI" - ID Nº 270.210;** donde consta el Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación Nº 01 elaborado por el Comité de Evaluación conformado para la presente Contratación por la Vía de la Excepción, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Centro de Emergencias Médicas "Prof. Dr. Manuel Giagni", ha convocado la **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 01/2014 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA SIEMENS - PLURIANUAL", CONVOCADA POR EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "PROF. DR. MANUEL GIAGNI" - ID Nº 270.210,** conforme al Plan Anual de Contrataciones, aprobado y vigente.

Que, en el Acta de Apertura de Ofertas, emitida en fecha 21 de mayo de 2014, consta la lista de los participantes como sigue: **EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.**

Que, el Comité de Evaluación conformado por la Sra. Lisa Arévalos, representante del Centro de Emergencias Médicas, Abog. José Benítez Aquino, representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica, Abog. Carlos Espínola, representante de la Asesoría Jurídica – D.G.O.C. y el Lic. Iván Maciel, representante de la Dirección Biomédica – D.G.G.I.E.S., ha elevado su Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación Nº 01 de fecha 02 de junio de 2014, de conformidad con lo previsto en el Art. 64° del Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Que, habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y la Ley 2051/03 – "De Contrataciones Públicas" que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación y la oferta evaluada como la más ventajosa, el Comité recomendó la adjudicación a la empresa: **EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.**

Resolución D.G.O.C. N°384 /2014.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2014 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA SIEMENS - PLURIANUAL", CONVOCADA POR EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "PROF. DR. MANUEL GIAGNI" - ID N° 270.210.-

Que, los referidos antecedentes indican que se han cumplido los requisitos y formalidades previstos en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y en el Decreto N° 21909/03, que lo reglamenta.

Que, el presente llamado cuenta con la correspondiente Disponibilidad Presupuestaria, emitido por la Dirección General de Administración y Finanzas, individualizado con el N° 2757 de fecha 28 de marzo de 2014, por un monto total de Gs. 607.653.000 (Guaraníes Seiscientos Siete Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil). El saldo estará sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015.

Que, el artículo 28 de la misma ley dispone que corresponde a la máxima autoridad de la Convocante resolver sobre la adjudicación.

Que, conforme a los artículos 1°, 3° y 12° de la Resolución S.G. N° 29 de fecha 21 de agosto de 2013, corresponde al Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones la suscripción de la presente resolución, como así también, la conducción administrativa del presente llamado.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
R E S U E L V E:

Artículo 1° Adjudicar la **CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 01/2014 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA SIEMENS - PLURIANUAL", CONVOCADA POR EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "PROF. DR. MANUEL GIAGNI" - ID N° 270.210, a la empresa EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.,** de acuerdo al Cuadro de Precios Adjudicados anexados a la presente resolución, cuyos montos totales son los siguientes:

Monto Total Mínimo: Guaraníes Quinientos Cuarenta y Seis Millones Novecientos Cinco Mil, IVA incluido.----------

Monto Total Máximo: Guaraníes Un Mil Noventa y Tres Millones Ochocientos Diez Mil, IVA incluido.----------

Artículo 2° Se anexa y forma parte de la presente Resolución, el Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación N° 01 de fecha 02/06/2014.

Resolución D.G.O.C. Nº384 /2014.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 01/2014 – "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA SIEMENS - PLURIANUAL", CONVOCADA POR EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "PROF. DR. MANUEL GIAGNI" - ID Nº 270.210.-

Artículo 3° Disponer que el Centro de Emergencias Médicas "Prof. Dr. Manuel Giagni", sea el encargado de la administración del Contrato suscrito con la firma adjudicada, asimismo, deberá velar por la vigencia del mismo, además de la vigencia de la póliza de caución respectiva.

Artículo 4° Ordenar que el Contrato de Adjudicación se suscriba por el Titular de la Dirección General Operativa de Contrataciones y el Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas.

Artículo 5° La presente erogación será financiada con cargo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2014, Rubro 590. El saldo estará sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015.

Artículo 6°. Establecer que la copia de la Nota de Crédito proveído por el Banco Central del Paraguay y entregado por la Dirección General del Tesoro Público, será suficiente comprobante de pago de las facturas afectadas, en concordancia a lo establecido en el Art. 5° del Decreto 7.781 del 30 de junio de 2006.

Artículo 7°. Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.-

ING. M.A.E. SERGIO BARRIOS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Anexo a la Resolución D.G.O.C. Nº /2014.-

ITEM	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	MARCA	PROCE-DENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	RELACIÓN DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	73171602-006	**Mantenimiento Preventivo Bimestral** - según Sección III. Especificaciones Técnicas del PBC - al Tomógrafo Helicoidal modelo SOMATON SPIRIT, incluyendo sus accessorios. Código Patrimonial Nº 011.22.91.0053	Verificación de Listado de Errores	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	13.915.000	13.915.000
			Verificación del Circuito de Parada de Emergencia								
			Verificación del Indicador de Radiación								
			Verificación del Dispositivo de Contacto de Puerta								
			Test de Colisión Mesa/Gantry								
			Verificación del Sistema de Corte de Radiación								
			Pruebas de Seguridad Eléctrica								
			Verificación de los Interruptores de Elevación de Mesa								
			Verificación de los Interruptores del Límite de Seguridad de la Mesa del Paciente								

Anexo a la Resolución D.G.O.C. Nº /2014.-

			Verificación de los Movimientos de Angulación del Gantry								
			Verificación del Funcionamiento de la Señal Acústica de Radiación								
			Verificación del Movimiento de Elevación de la Mesa								
			Lubricación del Eje de Elevación de la Mesa								
			Lubricación de los Rieles de la Mesa								
			Lubricación de la Correa del Accionamiento de la Mesa								
			Verificación del Amortiguador de Compresión de la Mesa								
			Verificación de las Soldaduras de las partes metálicas								
			Verificación/Cambio de la UPS								
			Verificación /Cambio del Filtro de Aire del Gantry								
			Limpieza de los Slip Ring de Potencia								
			Limpieza de los Slip Ring de Datos								

Anexo a la Resolución D.G.O.C. Nº /2014.-

			Verificación/Cambio del Filtro de Aire del Gantry								
			Limpieza delos Slip Ring de Datos								
			Verificación/Cambio de Carbones de Potencia								
			Verificación/Cambio de Carbones de Datos								
			Verificación de la Correa de Accionamiento								
			Verificación de Partes Sueltas y Pérdidas de Aceite								
			Limpieza del Sistema de Refrigeración del Tubo								
			Verificación y Limpieza del ICP/IRS								
			Verificación de Daños Externos del Equipo								
			Limpieza de Teclado y Mouse								
			Limpieza del Monitor								
			Lubricación del Eje del Colimador Móvil								

Anexo a la Resolución D.G.O.C. Nº /2014.-

			Pruebas, Remontaje y Limpieza Final								
2	73171602-006	**Mantenimiento Preventivo Bimestral** - según Sección III. Especificaciones Técnicas del PBC - al Equipo de Rayos X, modelo MULTIX. Código Patrimonial Nº 011.22.12.0096	Verificación de Listado de Errores	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	3.790.000	3.790.000
			Verificación del Circuito de Parada de Emergencia								
			Verificación del Indicador de Radiación								
			Verificación del Dispositivo de Contacto de Puerta								
			Test de Colisión Mesa/Columna								
			Verificación del Sistema de Corte de Radiación								
			Verificación del Movimiento Transversal de la Mesa del Paciente								
			Verificación de los Interruptores del Colimador								
			Verificación de los Interruptores del Límite de Seguridad de la Mesa del Paciente								
			Verificación de los Interruptores del Límite de Seguridad de la Columna								
			Verificación de los Movimientos del Bucky Mural								

Anexo a la Resolución D.G.O.C. Nº /2014.-

			Verificación de Funcionamiento de la Señal Acústica de Radiación								
			Lubricación de los Rieles de los Movimientos Transversales de la Mesa								
			Lubricación del Eje de Elevación de la Mesa								
			Lubricación de Rieles de la Columna								
			Verificación de la Soldaduras de las Partes Metálicas								
			Limpieza General de la Consola de Mando								
			Limpieza y Lubricación General del Bucky Mural								
			Verificación del Tubo de la Columna								
			Verificación/Cambio de los Anillos del Transformador								
			Ventilación Luz del Colimador								
			Limpieza de los Conectores de AT Transformador								
			Lubricación, Limpieza General Generador de RX								

Anexo a la Resolución D.G.O.C. Nº /2014.-

			Verificación de Funcionamiento de la Rejilla Antidifusora de la Mesa								
			Verificación de Daños Externos del Equipo								
			Remontaje y Limpieza Final								
3	73171602-006	**Mantenimiento Preventivo Bimestral** - según Sección III - Especificaciones Técnicas del PBC - al Intensificador de Imágenes (Arco en C) modelo SIREMOBIL COMPACT. Código Patrimonial Nº 011.22.19.0081 y 011.22.19.0082	Verificación del Circuito de Parada de Emergencia	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	4.988.000	4.988.000
			Verificación del Indicador de Radiación								
			Verificación del Sistema de Corte de Radiación								
			Verificación de los Interruptores de Elevación de Columna								
			Verificación de los Interruptores del Limite de Seguridad de la Mesa del Paciente								
			Verificación de los Movicmientos de la Columna/Frenos								
			Verificación de los Moviemientos del Arco en C/Frenos								

Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Anexo a la Resolución D.G.O.C. Nº /2014.-

			Verificación de los Moviemientos del Carro de Monitores/Frenos								
			Lubricación del/los Rieles de los Movimientos de la Columna								
			Lubricación del Eje de Elevación de la Columna								
			Limpieza y Lubricación de los Rodamientos Arco en C y Carro de Monitores								
			Verificación de la Soldaduras de las Partes Metálicas								
			Limpieza en General								
			Verificación de Daños Externos del Equipo								
			Remontaje y Limpieza Final								
4	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo** al Tomógrafo Helicoidal modelo SOMATÓN SPIRIT, Código Patrimonial N° 011.22.91.0053, Incluyendo los siguientes repuestos:	Torre ICS	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	67.774.000	67.774.000
5	73171602-006		Torre IRS	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	62.911.000	62.911.000
6	73171602-006		Tubo de Rayos Emisor Dura 202 (REP)	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	226.837.000	226.837.000
7	73171602-006		Set de Carbones de Datos	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	16.265.000	16.265.000

Director General
Dirección Operativa de Compras

Anexo a la Resolución D.G.O.C. Nº /2014.-

8	73171602-006		Set de Carbones de Potencia	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	8.948.000	8.948.000
9	73171602-006		Filtro Flujo de Aire	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	1.447.000	1.447.000
10	73171602-006		Lector Grabador de CD/DVD	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	5.466.000	5.466.000
11	73171602-006		Kit de Repuestos Codificador	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	3.020.000	3.020.000
12	73171602-006		Ventilador de Refrigeración del Gantry	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	10.160.000	10.160.000
13	73171602-006		Conv. De Frecuencia	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	8.399.000	8.399.000
14	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo** al Equipo de Rayos X modelo MULTIX, Código Patrimonial Nº 011.22.12.0096, Incluyendo los siguientes repuestos.	Tubo de Rayos X, Optiphos 135/30/55rb	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	125.399.000	125.399.000
15	73171602-006		Inverter D510	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	63.837.000	63.837.000
16	73171602-006		Pulsador de Disparo Manual	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	6.193.000	6.193.000
17	73171602-006		Interface D501	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	15.028.000	15.028.000
18	73171602-006		Fuente de Alimentación AC-DC	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	2.452.000	2.452.000
19	73171602-006		Lámpara Halógena del Colimador	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	350.000	350.000
20	73171602-006		Bucky Mural Cpl para Multix K	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	18.915.000	18.915.000

Anexo a la Resolución D.G.O.C. Nº /2014.-

21	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo** al Intensificador de Imágenes (Arco en C) modelo SIREMOBIL COMPACT, Código Patrimonial Nº 011.22.19.0081 y 011.22.19.0082, Incluyendo los siguientes repuestos:	Placa Electrónica D1	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	26.964.000	26.964.000
22	73171602-006		Placa Electrónica D2	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	19.326.000	19.326.000
23	73171602-006		Placa Electrónica D3	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	5.147.000	5.147.000
24	73171602-006		Tubo de RX Sirephos 2000	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	51.781.000	51.781.000
25	73171602-006		Fuente de Potencia para la Cámara	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	13.444.000	13.444.000
26	73171602-006		Intensificador de Imágenes	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	85.575.000	85.575.000
27	73171602-006		Árbol de Cable	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	25.662.000	25.662.000
28	73171602-006		Fuente de Potencia VV30-2 para Intensificador	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	13.677.000	13.677.000
29	73171602-006		Disparador	ELIZECHE	NACIONAL	UNIDAD	EVENTO	1	1	4.596.000	4.596.000
							Monto Máximo Adjudicado			**1.093.810.000**	
							Monto Mínimo Adjudicado			**546.905.000**	