RESOLUCIÓN D.R. Nº 028/2012

POR LA CUAL SE AJUDICA A LA EMPRESA G.C.E. CON RUC Nº 2888010-2 A REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS, A LA DECIMA REGION SANITARIA – ALTO PARANA.

Ciudad del Este, 17 de Setiembre de 2012

VISTA:

La necesidad de contar con "SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS", la Décima Región Sanitaria – Alto Paraná, procede a la Adjudicación de la Contratación Directa Nº 017/12 "SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS", iniciada con Expediente Nº 330.470, de fecha 30 de Agosto del corriente y,

CONSIDERANDO:

Que, el inicio del mencionado procedimiento fue comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en fecha 30 de Agosto de 2012;

Que fueron invitadas a participar del mencionado procedimiento de contratación, las firmas **SAN JUAN SAN JUAN SERVICIOS GENERALES, EDYSA IMP. EXP. MEGGA IMP. EXP. S.A, G.C.E, EMPRENDIMIENTOS SALTOS DEL MONDAY;**

Que, a fin de ajustar el monto ofertado a la disponibilidad presupuestaria de la Institución; El Comité de Evaluación procede a declarar desierto el ítem Nº 10 para la adjudicación correspondiente a "ESTUFA DE CULTIVO: MARCA: SANJOR; Núm. De Pat.: 011-252-14-0012; Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE,

Que, una vez realizado los ajustes correspondientes, el Comité de Evaluación, recomienda la Adjudicación para la Contracción Directa Nº 017/2.012, "Servicio de Mantenimiento de Equipos Médicos a la Empresa: GCE, con RUC Nº 2888010-2,

Que el Art. 19º, del Decreto Nº 21.376/98 "POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL", DISPONE QUE COMPETE Al Director de la Decima Región Sanitaria – Alto Paraná (M.S.P. Y B.S.), ejercer la administración de la Institución;

POR TANTO, en uso de sus atribuciones:

EL DIRECTOR DE LA DÉCIMA REGIÓN SANITARIA – ALTO PARANA
RESUELVE

Artículo 1º Adjudicar a la firma **G.C.E con RUC Nº 2888010-2 para la realización de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS", a la Xma. Región Sanitaria – Alto Paraná, por el monto total de Gs. 62.600.000 (Sesenta y dos millones seiscientos mil) de acuerdo al siguiente detalle:**

Dr. ADOLFO CÁLCENA
Director
Décima Región Sanitaria

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)
1	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	EQUIPO DE RAYOS X, Marca: PHILIPS, Modelo: ÁGUILA PLUS 300, Núm. de serie: 0117/001/0398, Pat. Núm. 011-456-02-2168, Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE, Mantenimiento preventivo, lubricación, limpieza de los componentes internos y externos, cambio del foco del colimador, ajustes del colimador, ajustes del sistema de cableado, verificación de calibración del equipo, verificación del sistema software, cambio de la llave pulsadora de disparo, ajustes de calibración, cambio del sistema de ruedas de transporte, limpieza de óxidos y pintar los raspones, puesta en funcionamiento.	1	9.600.000
2	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	INCUBADORA; MARCA: OHMEDA; Núm. De Pat: 011-250-23-0043, lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, cambio del sistema motor con las aspas de ventilador y rulemanes, calibración, cambio de las ruedas de transporte, cambio de los nitros de aire (provisión de 5 para **repuesto), cambio** de los sensores **de piel (provisión de 5 para** repuesto), reparación del sistema de la **cúpula** (pestañas de acceso al interior de la cúpula); limpieza interior y exterior, limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada, puesta en funcionamiento, garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.	1	3.500.000
3	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	SERVO CUNA: MARCA: ROSCH; Núm. De Pat: 011-250-23-0034, Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, cambio de las lámparas del sistema de iluminación, cambio de las resistencia **de calor, calibración, cambio de las ruedas de transporte, cambio de los sensores de piel (provisión de** 5 para repuesto), limpieza interior y exterior, limpieza y pintura de partes de la estructura metálica oxidada, puesta en funcionamiento, garantía por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.	1	3.500.000
4	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	ELECTROBBTURI: MARCA: SURTON; Núm. de serie: 380HP; Núm. De Pat.: 011-250-20-0233; lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, cambio de los mangos electrodos (provisión de 10 de repuesto); limpieza interna de los pedales de control de corte y coagulación; limpieza interna y externa, cambio de la placa paciente (provisión de 10 como repuesto), limpieza y pintura especial de la estructura metálica oxidada, puesta en funcionamiento; garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.	1	2.500.000
5	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	ASPIRADOR QUIRÚRGICO: Núm. de serie 04488; Núm. De Pat.: 011-456-02-7074; Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, cambio de aceite del motor de vacío (si requiere aceite), mantenimiento, lubricación y limpieza del motor de vacío, cambio del sistema de seguridad de llenado de los frascos (provisión del sistema de seguridad cant. 2). cambio de las mangueras, cambio de los filtros de aire, limpieza y lubricación del sistema de ventilación; limpieza, reparación y lubricación ó cambio por uno nuevo de las ruedítas de transporte; limpieza interna y externa, limpieza y pintura especial de la estructura metálica oxidada, puesta en funcionamiento; garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de ó meses desde la puesta en funcionamiento.	1	1.500.000
6	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	ASPIRADOR QUIRÚRGICO: Núm. de serie 04482; Núm. De Pat.: 011456-7081;Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, cambio de aceite del motor de vacío (si requiere aceite), mantenimiento, lubricación y limpieza del motor de vacío, cambio del sistema de seguridad de llenado de los frascos (provisión del sistema de seguridad cant. 2). cambio de las mangueras, cambio *de* los filtros de aire, limpieza y lubricación del sistema de ventilación; limpieza, reparación y lubricación ó cambio por uno nuevo de las ruedítas de transporte; limpieza interna y externa, limpieza y pintura especial de la estructura metálica oxidada, puesta en funcionamiento; garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.	1	1.500.000

Dr. ADOLFO CALEANI
Director
Décima Región Sanitaria

7	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	ECOGRAFO: MARCA: SIEMENS; Núm. De Pat.: 011-250-104)008; Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, cambio de la batería interna, verificación de funcionamiento de los transductores; limpieza interna de la impresora (si es que posee); reparación, limpieza ó cambio de las rueditas de transporte del equipo; puesta en funcionamiento; garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.	1	5.500.000
8	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	LAMPARA C1AL1TICA; MARCA: BERLCHOLD; Núm. De Pat.: 011-252-16-0053;Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, cambio de las lámparas, cambio ó reparación del sistema de cableado (cables de amianto); cambio de las baterías (si es que tiene); puesta en funcionamiento; garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.	1	2.500.000
9	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	LAMPARA C1ALITICA; MARCA: SHADOWLEES; Núm., De Serie: MKL04-1; Núm. De Pat.: 011-252-44-0002; Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, cambio de las lámparas, cambio ó reparación del sistema de cableado (cables de amianto); cambio de las baterías (si es que tiene); puesta en funcionamiento; garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.	1	1.500.000
11	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	ESTUFA DE CULTIVO: MARCA: SELECTA; ; Núm. De Pat.: 011250-61-0049; Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, cambio del juego de las resistencias, reparación ó cambio del sistema de cableado (cables de amianto); puesta en funcionamiento; garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.	1	1.500.000
12	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	ESTUFA DE CULTIVO: MARCA: FANEM; Núm. De Pat.: 011-250-61-0034; Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, cambio del juego de las resistencias, reparación ó cambio del sistema de cableado (cables de amianto); puesta en funcionamiento; garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.	1	1.500.000
13	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	ESTUFA DE CULTIVO: MARCA: FANEM; Núm. De Pat.: 011-250-61-0035; Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, cambio del juego de las resistencias, reparación ó cambio del sistema de cableado (cables de amianto); puesta en funcionamiento; garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.	1	2.500.000
14	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	ESTUFA DE CULTIVO: MARCA: SANJOR; Núm. De Pat.: 011-297-26-0085; Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa, cambio del juego de las resistencias, reparación ó cambio del sistema de cableado (cables de amianto); puesta en funcionamiento; garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.	1	1.500.000
15	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	RESPIRADOR: MARCA: VIASY; Serie: BALCO; Núm. De Pat.: 011-456-02-2273; Lugar de ubicación HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventiva; Kit de repuesto anual; cambio de la batería interna, cambio de las mangueras y tabuladoras, limpieza; puesta en funcionamiento; garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de 6 meses como mínimo desde la puesta en funcionamiento.	1	7.000.000
16	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	CARDIODESFRIBILADOR; MARCA: PHILIPS; Núm. De Serie: 1596/77*77/644/2092/2026; Lugar de ubicación: Núm. De Pat.: 011-456-02-0620; Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo; limpieza interna y externa, cambio de la batería interna, puesta en funcionamiento; garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento,	1	6.500.000

Dr. ADOLFO CALCENA
Director
Décima Región Sanitaria

17	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	AUTOCLAVE; MARCA: FABBE; Serie: PRIMAR 103; Núm. De Pat.: 011-250-22-0016; HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo; cambio del juego de resistencia, cambio del burlete de la cámara y puerta; cambio y calibración de las electroválvulas; mantenimiento y limpieza de los motores de vacío y agua; limpieza de la cámara interna, limpieza de la caldera interna; puesta en funcionamiento, garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.	1	2.500.000
18	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	AUTOCLAVE; Núm. MARCA: SERCON; De Serie: 101794; Núm. De Pat.: 011-456-03-3647; Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo; cambio del juego de resistencia, cambio del burlete de la cámara y puerta; cambio y calibración de las electroválvula6; mantenimiento y limpieza de los motores de vacío y agua; limpieza de la cámara interna, limpieza de la caldera interna; puesta en funcionamiento, garantía de funcionamiento por los trabajos realizados de 6 meses desde la puesta en funcionamiento.	1	2.500.000
19	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	VENTILADOR PULMONAR; MARCA: CAREFLSIOX/VIASYS; Serie N°: BAT01974, Núm. De Pat.: 011-456-02-2270; Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, limpieza General de componentes. Verificación y diagnóstico de estado de vida útil de sensores y batería Calibraciones: Sensores de oxígeno, Presión onspiratoria, Parámetros de medición de flujo, Tpuch screen. Entrada de gases. Verificación y Control de calidad: Verificación de FI02. Verificación de volumen exhalatorio. Verificación de volumen inspiratorio. Verificación de precisión de frecuencias respiratorias. Limpieza de piezas **exteriores. Montaje de equipo. Verificación** del **Montaje. Puesta** en **marcha** y **prueba final de funcionamiento** en el lugar de funcionamiento, El servicio será realizado por un técnico biomédico especializado con analizador de gases FLUKE VT-PLUS y demás herramientas especializadas. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	1	2.750.000
20	73171602-001	Servicio de mantenimiento preventivo de Equipos Médicos	VENTILADOR PULMONAR; MARCA CAREFUSION V1ASYS; Serie N°: 1943, Núm. De Pat.: 011-456-02-2277; Lugar de ubicación: HOSPITAL REGIONAL CDE. Mantenimiento preventivo, limpieza General de componentes. Verificación y diagnóstico de estado de vida útil de sensores y batería. Calibraciones: Sensores de oxígeno, Presión onspiratoria, Parámetros de medición de flujo, Tpuch screen. Entrada de gases. Verificación y Control de calidad: Verificación de FI02. Verificación de volumen exhalatorio. Verificación de volumen inspiratorio. Verificación de precisión de frecuencias respiratorias. Limpieza de piezas exteriores. Montaje de equipo. Verificación del Montaje. Puesta en marcha y prueba final de funcionamiento en el lugar de funcionamiento, El servicio será realizado por un técnico biomédico especializado con analizador de gases FLUKE VT-PLUS y demás herramientas especializadas. Dejar el equipo instalado y en funcionamiento. Garantía por el trabajo realizado desde la puesta en funcionamiento despue6 del servicio de mantenimiento.	1	2.750.000

Articulo 2 ° Autorizar a la Administración de la Decima Región Sanitaria, a expedir las **ORDENES DE SERVICIOS,** respectivos e imputar el monto resultante a la presente contratación con cargo a los fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación, asignados a la Decima Región Sanitaria – Alto Paraná, año fiscal 2012.

Articulo 3° Comunicar a quines corresponda y cumplida, archivar

Dr. ADOLFO CÁLCENA
Director
Décima Región Sanitaria