UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Resolución D. Nº 127 /2020

31 /01 /2020

"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2020 REPARACIÓN DE EQUIPO ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA MARCA STERRAD - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020 ID Nº 373.690".----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Nota DAF Nº 34/2020 con ME Nº 3330/2020, de la Mg. Lic. Griselda Bispo Escobar, Directora de Administración y Finanzas, quien remite copia de la nota de la DCP Nº 130/2020 del Sr. Antonio Almirón, Encargado de Despacho del Departamento de Contrataciones Públicas, quien solicita la aprobación o rechazo de la propuesta de adjudicación de la Contratación Directa N° 03/2020 **"REPARACIÓN DE EQUIPO ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA MARCA STERRAD - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020 ID Nº 373.690"**.----------

El Informe de Evaluación presentado en fecha 24 de enero del 2020 al Dpto. de Contrataciones Públicas, y la Resolución D. N° 1999/2019 por la cual se conforma el Comité Evaluador.----------

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,
en uso de sus atribuciones legales,

R E S U E L V E:

Art.1º **APROBAR** la adjudicación de la Contratación Directa N° 03/2020 **"REPARACIÓN DE EQUIPO ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA MARCA STERRAD - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020" ID Nº 373.690**, según el siguiente detalle:

MARCAR S.R.L.							
Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
Item	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	73171602-001	REPARACIÓN DE CABEZAL DE BOMBA DE VACÍO DEL EQUIPO ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA, MARCA STERRAD MODELO 100S, SN° 130011	Unidad	EVENTO	1	23.100.000	23.100.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Resolución D. Nº 127/2020

..//..(2)

31/01/2020

1.1		REPARACIÓN DE CABEZAL DE BOMBA DE VACÍO, MARCA LEYBOLD/OERLIKON, MODELO D16B, CAMBIO MAYOR DE KIT DE REPARO	Unidad	EVENTO	1	19.100.000	19.100.000
1.2		VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, DESINSTALACIÓN/INSTALACIÓN EN EL ESTERILIZADOR DE CABEZAL DE BOMBA DE VACÍO MARCA LEYBOLD/OERLIKON, MODELO D16B	Unidad	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000
						Total	**23.100.000**

Lic. **RAQUEL GIL MARTÍNEZ**
Secretaria de la Facultad

Prof. Dr. **LAURENTINO BARRIOS MONGES**
Decano

C.C., DCP, Dirección de Administración y Finanzas, Interesados, Archivo. **LBM/RGM/**ra

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
31 ENE 2020
N°: 188 | Firma:
Hora: 11:33 | Aclaración: