LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 50/12
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL HOSPITAL NACIONAL

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

ÍTEM 1 - MÁQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD

1- Oferta ubicada en primer lugar: Servicio Electromédico Profesional SA. (SEMPRO)

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada *SPACELABS, modelo Focus,* **CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación a la firma Servicio Electromédico Profesional SA. (SEMPRO).-

ÍTEM 2 – MÁQUINA DE ANESTESIA

1- Oferta ubicada en primer lugar: VIPAL SA.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada GEDATEXOHMEDA modelo 9100C cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ÍTEM 3 – MESA QUIRÚRGICA RADIOTRANSPARENTE

1- Oferta ubicada en primer lugar: Vicente Scavone & Cía CEISA.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada ***SIMANTEC*** **NO CUMPLE**, de acuerdo al siguiente detalle:

Solicitado PBC	***Parámetros de la marca ofertada***
Movimiento de Trendelenburg reverso (Declive). Con movimiento eléctrico, 30º o mejor	Movimiento de Trendelenburg/reverso de 0 -20° (folio 07)
Bajada de Respaldo. Con movimiento eléctrico, 40º o menor	Baja de Respaldo. De 30° (folio 07)
Subida de Piernera. Con movimiento eléctrico, 80º o mayor	Subida de piernera 35° (folio 07)
Bajada de Piernera. Con movimiento eléctrico, 80º o menor	Bajada de Piernera 70° (folio 07)
Posición Flex de 40º o mejor con movimiento eléctrico con bajada de cabecera de 20º y bajada de piernera de 20º o mejor	No se observa en el catálogo presentado.
Posición Flex Inverso de 65º o mejor con movimiento eléctrico con subida de cabecera 40º y subida de piernera 30º o mejor.	No se observa en el catálogo presentado

Por los motivos expuestos, el Comité de Evaluación recomienda la descalificación de la oferta presentada por la firma Vicente Scavone & Cía CEISA.

2- Oferta ubicada en segundo lugar: Albatros SACI

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada ***Schaerer Medical, modelo Arcus 601,*** **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas, de acuerdo al siguiente detalle:

Solicitado PBC	***Parámetros de la marca ofertada***
Posición Flex Inverso de 65° o mejor con movimiento eléctrico con subida de cabecera 40° y subida de piernera 30° o mejor.	No realiza esta posición.

Dr. Víctor L. Ramírez Onieva
DIRECTOR GENERAL - C.M.N.

Por los motivos expuestos, el Comité de Evaluación recomienda la descalificación de la oferta presentada por la firma Albatros SACI

3- **Oferta ubicada en tercer lugar: Servicio Electromédico Profesional SA (SEMPRO)**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada *MAQUET* cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ÍTEM 4 – LÁMPARA SCIALÍTICA CON SATÉLITE

1- **Oferta ubicada en primer lugar: Vicente Scavone & Cía CEISA.**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada ***SISMANTEC*** **NO CUMPLE**, de acuerdo al siguiente detalle:

Solicitado PBC	***Parámetros de la marca ofertada***
Diámetro del campo luminoso concentrado: 25 cm como mínimo	El campo operatorio ajustable es de 150 hasta 190 mm. según se observa en la pagina www.sismatec.com.br/produtos.php?pId=284

Así también los catálogos presentados no indican el cumplimiento de otras especificaciones técnicas previstas en el PBC.-

Por los motivos expuestos, el Comité de Evaluación recomienda la descalificación de la oferta presentada por la firma Vicente Scavone & Cía CEISA.

2- **Oferta ubicada en segundo lugar: Argón SRL.**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada KLS MARTIN MODELO MARLED **CUMPLE** con las especificaciones técnicas previstas en el PBC por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 5 – ELECTROBISTURÍ CON SELLADOR DE VASOS.

1- **Oferta ubicada en primer lugar: Servicio Electromédico Profesional SA. (SEMPRO)**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada EMED modelo Spectrum, **CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ÍTEM 6 – ECÓGRAFO CON TRANSDUCTOR CONVENCIONAL E INTRAOPERATORIO

1- **Oferta ubicada en primer lugar: IMESE SA.**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada *Sonosite* modelo Micromaxx, cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación a la firma Imese SA.

ÍTEM 7 – BISTURÍ QUIRÚRGICO ARMÓNICO

1- **Oferta ubicada en primer lugar: Servicio Electromédico Profesional SA. (SEMPRO)**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada Soring, modelo Sonoca 190, **CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ÍTEM 8 – BISTURÍ QUIRÚRGICO ARGÓN

1- **Oferta ubicada en primer lugar: Servicio Electromédico Profesional SA. (SEMPRO)**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada EMED modelo Spectrum **CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

Dr. Víctor L. Ramírez Onieva
DIRECTOR GENERAL - C.M.N.

ITEM 9 – COLEDOSCOPIO FLEXIBLE PARA CIRUGÍA CONVENCIONAL

1- Unica Oferta: Albatros SACI

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada KARL STORZ cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 10 – COLEDOSCOPIO FLEXIBLE PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA

1- Única Oferta: Albatros SACI

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada KARL STORZ cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 11 – TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA

1- Oferta ubicada en primer lugar: La Casa del Médico SA.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como el catálogo presentado se observa que la marca ofertada Pentax **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas en los siguientes puntos:

Solicitado PBC	***Parámetros de la marca ofertada***
Procesador de alta definición	
* Magnificación Electrónica con Selección entre 1 a 2 X.	En la planilla de Especificaciones Técnicas la propia empresa declara que NO CUMPLE
Separada de la fuente de luz para posibilitar mayor movilidad	La marca posee fuente de luz y procesador incorporados.
Videoendoscopio gastrointestinal de alta definición	
magnificación digital de la imagen endoscópica	En la planilla de Especificaciones Técnicas la propia empresa declara que NO CUMPLE
Videoendoscopio gastrointestinal	
Magnificación digital de la imagen endoscópica	En la planilla de Especificaciones Técnicas la propia empresa declara que NO CUMPLE
Videoduodenoscopio	
magnificación digital de la imagen endoscópica	En la planilla de Especificaciones Técnicas la propia empresa declara que NO CUMPLE

Por los motivos antes expuestos, el Comité de Evaluación recomienda la descalificación de la oferta presentada por la firma La Casa del Médico SA., por no cumplir con las especificaciones técnicas previstas en el P.B.C.

2- Oferta ubicada en segundo lugar: Salumax SA.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada **FUJIMON** cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 12 – TORRE PARA CIRUGIA VIDEOLAPAROSCOPICA

1- Oferta ubicada en primer lugar: Servicio Electromédico Profesional SA. (SEMPRO)

Verificada las especificaciones técnicas y los catálogos presentados por la empresa, la marca ofertada GIMMI modelo Alpha Versatile II HD, cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 13 – Caja de cirugía de transplantes

1- Oferta ubicada en primer lugar: Albatros SACI

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada MEDICON cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

Dr. Víctor L. Ramírez Onieva
DIRECTOR GENERAL - C.M.N.

ITEM 14 – Bomba de Infusión

1- Oferta ubicada en primer lugar: Argón SRL.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada KELLYMED modelo ZNB XK, cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 15 – BOMBA DE INFUSION A JERINGA

1- Oferta ubicada en primer lugar: Scarpe SRL.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas en los siguientes puntos:

Solicitado PBC	Parámetros de la marca ofertada
Opción de aplicación de bolus de entre 10 a 1000ml/h como mínimo	El equipo presenta la opción de aplicación de Bolus desde100 ml/h (según Catalogo) – NO CUMPLE

2. Oferta ubicada en segundo lugar: Ventas Paraguayas SA.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada B-BRAUN cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 16 – VENTILADOR DE ALTA COMPLEJIDAD

1- Oferta ubicada en primer lugar: IMESE SA.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada NEWPORT modelo HT70, cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 17 – CRIOSTATO

1- Oferta ubicada en primer lugar: IN SITU SA.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada SAKURA modelo CRYO 3, cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 18 – BAÑO MARÍA DE LABORATORIO

1- Oferta ubicada en primer lugar: EXIMPAR SRL.

Verificada las especificaciones técnicas así como el catálogo remitido, se observa que la marca GFL modelo 1052, cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 19 – DESIERTO, por no contar con ofertas

ITEM 20 – MICROSCOPIO TRINOCULAR

1- Oferta ubicada en primer lugar: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.

Verificada las especificaciones técnicas así como el catálogo remitido, se observa que la marca LABOVISION modelo AXR31, **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas en los siguientes parámetros:

Solicitado PBC	*Parámetros de la marca ofertada*
Ajuste interpupilar de 48-75mm	Parametros del equipo Ofertado: ajuste interpupilar de 55 a 75 mm (según catalogo) – NO CUMPLE

Por los motivos antes expuestos, el Comité de Evaluación recomienda la descalificación de la oferta presentada por la firma Biotec del Paraguay SRL., por no cumplir con las especificaciones técnicas previstas en el P.B.C.

Dr. Víctor L. Ramírez Onieva
DIRECTOR GENERAL - C.M.N.

2- Oferta ubicada en segundo lugar: CHACO INTERNACIONAL SA.

Verificada las especificaciones técnicas así como el catálogo remitido, se observa que la marca OPTIKA modelo B-353-PL, **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas en los siguientes parámetros

Solicitado PBC	*Parámetros de la marca ofertada*
Ajuste interpupilar de 48-75mm	Parametros del equipo Ofertado: ajuste interpupilar de 55 a 75 mm (según catalogo) – NO CUMPLE

Por los motivos antes expuestos, el Comité de Evaluación recomienda la descalificación de la oferta presentada por la firma Chaco Internacional SA.., por no cumplir con las especificaciones técnicas previstas en el P.B.C.

3- Oferta ubicada en tercer lugar: IN SITU SA.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada LABOMED modelo LX400 TR Fluorescente, cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 21 – ESTUFA DE SECADO Y ESTERILIZACIÓN

1- Oferta ubicada en primer lugar: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada FAMEN modelo 515/3 - C, cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 22 – MACROCENTRIFUGA

1- Oferta ubicada en primer lugar: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada PRESVAC modelo DCS - 16 RTV, cumple con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 23 – CENTRIFUGA DE LABORATORIO REFRIGERADA

1- Oferta ubicada en primer lugar: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada PRESVAC modelo 300RVT-R, **CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 24 – ESTUFA DE INCUBACIÓN

1- Oferta ubicada en primer lugar: SCARPE SRL.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada QUIMIS modelo Q316M5, **CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 25 – BAÑO MARIA DE LABORATORIO

1. Oferta ubicada en primer lugar: SCARPE SRL.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada QUIMIS modelo Q304M2105 **CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 26 – GABINETE DE BIOSEGURIDAD

El Comité de Evaluación recomienda **DECLARAR DESIERTO** este ítem atendiendo que no se cuenta con ninguna oferta susceptible de analizarse técnica y económicamente conforme al Acta de Sesión Pública Virtual y el Acta de Apertura física de ofertas.

Dr. Victor L. Ramírez Orieva
DIRECTOR GENERAL - C.M.N.

ITEM 27 – LECTOR DE MICROPLACA

1- **Oferta ubicada en primer lugar: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada MINDRAY modelo MR-96ª, **NO CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, debido a que dentro de las mismas se solicitaron que se incluya en la oferta 1 placa de calibración de lector de ELISA.

Se observa además que la empresa ha presentado un Precio Unitario en la oferta física cuyo monto es superior a lo cotizado en el Acta de Sesión Pública Virtual.

Al ser única oferta se declara DESIERTO el ítem

ITEM 28 – LAVADORA DE MICROPLACAS

1- **Oferta ubicada en primer lugar: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.**

Verificada la planilla de precios presentado se observa además que la empresa ha presentado un Precio Unitario en la oferta física cuyo monto es superior a lo cotizado en el Acta de Sesión Pública Virtual.

Al ser única oferta se declara DESIERTO el ítem

ITEM 29 – ESTUFA DE CULTIVO

1- **Oferta ubicada en primer lugar: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada FANEM modelo CCS-01, **NO CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, debido a que dentro de las mismas se solicitaron que se Balones de CO2, y la empresa no incluye dicho punto en las especificaciones técnicas.

Al ser única oferta se declara DESIERTO el ítem

ITEM 30 – Balanza de precisión para Laboratorio

1- **Oferta ubicada en primer lugar: EXIMPAR SRL.**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada KERN modelo PCB 2000-1, **CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 31 – Balanza de precisión para Laboratorio

1- **Oferta ubicada en primer lugar: EXIMPAR SRL.**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada KERN modelo PCB 200-2, **CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 32 – Autoclave

1. **Oferta ubicada en primer lugar: SCARPE SRL.**

Verificada las especificaciones técnicas así como el catálogo remitido, se observa que la marca Phoenix modelo AB60, **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas en los siguientes parámetros

Solicitado PBC	***Marca Ofertada***
Temperatura de vapor en cámara regulable de 100 y 135°C	***Según el catálogo presentado, La temperatura de trabajo del autoclave es de 120 134° C.-***

Por los motivos antes expuestos, el Comité de Evaluación recomienda la descalificación de la oferta presentada por la firma Scarpe SRL. por no cumplir con las especificaciones técnicas previstas en el P.B.C.

2. **Oferta ubicada en segundo lugar: Chaco Internacional SA.**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada Phoenix modelo AV-50 Plus NO **CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas en los siguientes parámetros:

Dr. Víctor L. Ramírez Onieva
DIRECTOR GENERAL - C.M.N.

Solicitado PBC	Marca Ofertada
Sistema de operación manual con ciclos prefijados para esterilizar gomas (121ºC aproximadamente); textiles (134º C aproximadamente) e instrumentales (134ºC aproximadamente)	Según el catálogo presentado, La temperatura de trabajo del equipo es de 90 a 127° C – NO CUMPLE

3. **Oferta ubicada en tercer lugar: Distribuidora Ypacarai SA.**

Se procede a analizar la tercera mejor oferta correspondiente a la empresa DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A., Se observa que el precio ofertado sobrepasa 799,45% al precio referencial por lo que el comité de Evaluación recomienda **Desestimar** la oferta.

Atendiendo todos los puntos citados precedentemente El Comité de Evaluación recomienda **DECLARAR DESIERTO** este ítem, en atención a lo establecido en la Ley 2051/03 en el artículo 30, inciso C que establece *"que los precios de la oferta resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato..."*

ITEM 33 – INCINERADOR BACTERIOLÓGICO, DESIERTO sin ofertas.

ITEM 34 – CONTADOR DIGITAL DE CÉLULAS

1 - Oferta ubicada en primer lugar: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada KACIL modelo CCS-01, **CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 35 – MICROSCOPIO BINOCULAR

1 - Oferta ubicada en primer lugar: IN SITU SA.

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada MOTIC modelo BA210 **CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

ITEM 36 – MICROSCOPIO BINOCULAR

1- **Oferta ubicada en primer lugar: Chaco Internacional SA.**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como el catálogo presentado se observa que la marca ofertada OPTIKA modelo B325 L, **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas en los siguientes puntos:

Solicitado PBC	Marca Ofertada
Rango de ajuste de la distancia interpupilar: 48 – 75 mm	El equipo ofertado tiene un rango de ajuste de la distancia interpupilar de 55-75 ml (según catalogo) – NO CUMPLE.
Objetivos plan-acromaticos con correccion a infinito y tratamiento antifungico y/o bacterial: 10X , 40X, 50X, 100X inmersibles y una tapa de revolver	El equipo ofertado no tiene objetivo plan acromático con corrección a infinito y tratamiento antifungico y/o bacterial de 50 X (según catalogo) – NO CUMPLE

Por los motivos antes expuestos, el Comité de Evaluación recomienda la descalificación de la oferta presentada por la firma Chaco Internacional SA. por no cumplir con las especificaciones técnicas previstas en el P.B.C.

2- **Oferta ubicada en segundo lugar: IN SITU SA.**

Verificada la planilla de especificaciones técnicas así como los catálogos presentados se observa que la marca ofertada MOTIC modelo BA210 **CUMPLE** con todas las especificaciones técnicas, por lo que el Comité de Evaluación recomienda su adjudicación.-

Dr. Victor L. Ramirez Onieva
DIRECTOR GENERAL - C.M.N.

ITEM 37 – HOMOGENEIZADOR HEMATOLOGICO ROTATIVO DE TUBOS PARA LABORATORIO, DESIERTO sin ofertas.

ITEM 38 – FREEZER DE LABORATORIO

1- **Oferta ubicada en primer lugar: BIOTEC DEL PARAGUAY SRL.**

Verificada la planilla de precios se observa que el precio ofertado sobrepasa 419,38% al precio referencial por lo que el comité de Evaluación recomienda **Desestimar** la oferta, en atención a lo establecido en la Ley 2051/03 en el artículo30, inciso C que establece *"que los precios de la oferta resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato…."*

El Comité de Evaluación recomienda **DECLARAR DESIERTO** este ítem, al ser única oferta presentada en el presente proceso de Contratación por los motivos citados precedentemente

Dr. Víctor L. Ramírez Onieva
DIRECTOR GENERAL - C.N.N.