ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

ID	407129				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	LPN SBE 17-22 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS				
ENTIDAD CONVOCANTE	Instituto de Previsión Social / Uoc Ips				
FECHA DE APERTURA	10-Octubre-2022	**HORA APERTURA**	09:00	**HORA FIN**	09:42
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nacional				
LUGAR DE APERTURA	IPS CC, CONSTITUCION Y HERRERA, PRIMER PISO, SALA DE APERTURA				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	LIC. JULIAN MORALES DONCEL, en representación de la Dirección Operativa de Contrataciones.				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	SRA. TERESITA FRONTANILLA, en representación de la Dirección Operativa de Contrataciones.				

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	**80002766-3**	**ALBATROS SACI**	**albatros@albatros.com.py**
2	**80030030-0**	**CATETERES Y AFINES S.A.**	**gerencia@caphar.com.py**
3	**80000173-7**	**CODEX S.R.L.**	**s.franco@codex.com.py**
4	**80004373-1**	**ARGON S.R.L.**	**administrador@argonmed.com**
5	**80051821-7**	**BIOERIX S.A.**	**licitaciones@bioerix.com.py**

4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta

Víctor Alonso
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L

Tomás Benitez
Licitaciones
Bioerix S.A

importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
ALBATROS SACI	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 670.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Patria S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 30.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 6/10/2022 a 24/04/2023, 200 días
CATETERES Y AFINES S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 2.799.999.999 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Regional Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 120.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 5/10/2022 a 23/04/2023, 200 días
CODEX S.R.L.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 6.796.579.999 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** CENIT Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 214.710.000 **Vigencia de la Póliza:** De 5/10/2022 a 17/04/2023, 194 días
ARGON S.R.L.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 473.999.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 20.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 5/10/2022 a 3/05/2023, 210 días
BIOERIX S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 2.850.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yasyreta Aseguradora **Monto total asegurado Gs.:** 124.200.000 **Vigencia de la Póliza:** De 5/10/2022 a 2/05/2023, 209 días

Víctor Alonso
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

Tomás Benitez
Licitaciones
Bioerix S.A

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
ALBATROS SACI	100	1715508	NO
CATETERES Y AFINES S.A.	89	1715580	NO
CODEX S.R.L.	101	1715536	NO
ARGON S.R.L.	29	1715179	NO
BIOERIX S.A.	164	1715114	NO

SE ADJUNTA OBSERVACIONES DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1) BIOERIX S.A.

2) ARGON S.R.L.

5. Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:

NINGUNA

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 09:42 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Tomás Benitez
Licitaciones
Bioerix S.A.

Victor Alonso
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

LPN SBE Nº 17/22 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" ID. 407.129

Fecha: 10/10/2022

Empresa: Argon S.R.L

Representante : Víctor Fabián Alonso Torales

La oferta presentada por la empresa Albatros SACI en el Lote 2 Item 1 Electrobisturí Electro cauterio. modelo Aolocom III 400 no cumple con lo solicitado en el PBC en los siguientes puntos:

(*) No cumple en el punto 2.1.1 ya que su pantallo táctil no se divide en las 3 secciones. Se puede observar en el folio numero 24 y 28 de la carpeta presentada por la empresa Albatros

(*) En el punto 2.4.2 de las especificaciones técnicas dice "Puertos de salida: Dos salidas monopolares y una salida bipolar convencional", no dice una o mas. Por lo expuesto afirmamos que el equipo ofertado no cumple con esta exigencia

(*) En el catálogo presentado por la empresa Albatros SACI no se observan los tipos de Corte y Coagulación que se solicita en el PBC, en el punto 2.4.3. Asi también las potencias de los modos de corte y Coagulacion monopolar no alcanzan las potencias que se solicita en el PBC (Se puede observar en folio 27; 28 y 29)

Víctor Alonso
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

LPN SBE Nº 17/22 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" ID. 407.129

Fecha: 10/10/2022

Empresa: Argon

Representante : Víctor Fabián Alonso Toledo

(*) No cumple en el punto 2.4.11 ya que sus medidas superan ampliamente las solicitados en el PBC. Las medidas del equipo ofertado son: Dimensiones: Altura: 17,7 cm. Anchura: 47,7 cm, Longitud: 45,7 cm. En el punto 2.4.11 tampoco cumple con el peso de 9 1/2 kg. solicitado en el PBC. su peso es de 12,5 kg. (Todo estas informaciones se puede observar en ~~(ta)~~ ~~(pag)~~ el folio numero. 31 de la carpeta presentada)

(*) En el punto 2.6.5 ~~(de)~~ solicitan "2 pinzas bipolares de 4,5 mm)
No se observa dicha pinzas en el catalogo presentado por la empresa Albatros

(*) La empresa COPEX SRL no presenta planilla de especificaciones técnicas, ~~y~~ y catálogo en la carpeta presentada.
Se puede observar en la pagina web del fabricante que el equipo ofertado por la empresa COPEX "Valleylab Fx8" no cumple con las potencias exigidas en el PBC en el punto numero 2.4.3

Víctor Alonso
Departamento de Licitaciones
ARGON S.R.L.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

LPN SBE Nº 17/22 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" ID. 407.129

Fecha: 10/10/2022

Empresa: Bioerix S.A

Representante: Tomás Benítez..

- constamos que en los documentos presentados la empresa Cateteres y Afines SA. no presenta el tipo o modelo de equipo ofertado.
- Según acta de subasta del presente llamado el modelo del equipo ofertado por la empresa Cateteres y Afines SA (E9010 y E9015), no cumplen con las especificaciones en cuanto a:

1. El trepano de Hudson no alcanza las RPM requeridas.
2. La consola no cumple con las especificaciones en cuanto a la pantalla táctil y tampoco es posible utilizar varias piezas de mano.
3. El equipo E9010 no va de 0 a 80.000 RPM, según lo solicitado en el Pliego de Bases y condiciones.
4. Al igual que las piezas de manos requeridas sólo poseen una y no en diferentes longitudes.

Tomás Benitez
Licitaciones
Bioerix S.A.