Municipalidad de Minga Guazú

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Telefax.: (0644) 20334

E-mail-uocminga@tigo.com.py

Contratación Directa Nº 16/10
"Adquisición de Equipo Hospitalar"
Evaluación y Análisis de las Ofertas

En la Ciudad de Minga Guazú, República del Paraguay, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil diez los miembros del comité de evaluación de licitaciones para los llamados Contratación Directa Nº 17/10 "Adquisición de Equipos Hospitalar" Contratación Directa Nº 16/10 "Adquisición de Generador Eléctrico" conformada mediante Resolución. I.M. Nº **940/10** de fecha quince de junio del año dos mil diez se reúnen a los efectos de evaluar y recomendar la adjudicación conforme al acta de recepción de sobre labrada por la UOC. MG.

En primer término se procede a la evaluación de las documentaciones básica de carácter sustancial estipulada en la carta de invitación ***anexo numeral 10 punto a), b) e i),*** conforme a las prescripciones del art. 61 del Decreto 5174/05, conforme al siguiente detalle:

Oferentes	DD JJ Inhabilidades Art. 40	DD JJ Res. 677/10	Carta Oferta debidamente Extendida anexo 2	Monto de la Oferta	
				Ecógrafo	Rayos X
Solumedic	Si	Si	Si	57.360.000	No oferto
Stevens S.A.	Sipe Nº 1078383	Sipe Nº 1078383	Si	42.900.000	No oferto
Argón S.R.L.	Sipe Nº 1078495	Si	Si	44.000.000	No oferto
Suministros Médicos S.R.L.	Si	Si	Si	64.500.000	65.000.000
Diest Medicinal S.R.L.	Si	Si	Si	39.600.000	No oferto.

Este Comité de Evaluaciones declara que en la documentación de carácter sustancial todos los oferentes se hallan habilitados.

En Segundo término este comité procede a la verificación de las documentaciones de carácter formal no sustancial estipulada en la carta de invitación ***anexo 1 numeral 10*** conforme al siguiente detalle:

Descripción de documentaciones	*Oferentes*				
	Solumedic	Stevens S.A.	Argón S.R.L.	Suministros Médicos S.R.L.	Diest Medicinal SRL
b) Fotocopia simple de cedula de Identidad del firmante de la oferta	Cumple Sipe Nº 1078458	Cumple Sipe Nº1078383	Cumple sipe Nº 1078495	Cumple sipe Nº 1078243	Cumple Sipe Nº 1078436
c) Fotocopia simple de Cédula tributaria (RUC)	Cumple Sipe Nº 1078458	Cumple Sipe Nº1078383	Cumple sipe Nº 1078495	Cumple sipe Nº 1078243	Cumple Sipe Nº 1078436

Lic. Carlos Sandoval C.

Municipalidad de Minga Guazú

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax.: (0644) 20334
E-mail-uocminga@tigo.com.py

Contratación Directa Nº 16/10
"Adquisición de Equipo Hospitalar"
Evaluación y Análisis de las Ofertas

c) Fotocopia simple de la patente Municipal del oferente	Cumple Sipe Nº 1078458	Cumple	Cumple sipe Nº 1078495	Cumple sipe Nº 1078243	cumple
e) Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica)	Cumple Sipe Nº 1078458	Cumple Sipe Nº1078383	Cumple sipe Nº 1078495	Cumple sipe Nº 1078243	Cumple
f) Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).	CUMPLE SIPE 1078458	Cumple Sipe Nº1078383	Cumple sipe Nº 1078495	Cumple sipe Nº 1078243	cumple
h) Certificado de Cumplimiento Tributario según Inc. c) del art. 194 de la Ley 125/91	cumple	Cumple Sipe Nº1078383	Cumple sipe Nº 1078495	Cumple sipe Nº 1078243	No Cumple

Este comité tras verificar el suministro de las documentaciones de carácter formal no sustancial estipulada en la carta de invitación de cada uno de los oferentes constata que los oferentes **Solumedic, Stevens S.A., Argón S.R.L.** y **Suministros Médicos S.R.L.** han cumplidos con la totalidad de los requisitos de carácter formal, y la firma **Diest Medicinal SRL** no ha cumplido con la presentación del certificado de Cumplimiento Tributario , por lo que en el caso que la misma merezca adjudicación se le solicitará la presentación de dicha documentación como condición para ser adjudicada

A continuación este Comité de Evaluación determina la evaluación en primer término de las ofertas de Ecógrafos, por lo que se procede a la clasificación de menor a mayor y a seleccionar provisoriamente la oferta más baja, la de **Diest Medicinal S.R.L.,** para la evaluación técnica de la oferta, a los efectos de determinar si se ajusta sustancialmente a las especificaciones solicitadas.

Ítem	Oferta: Equipo Ecógrafo DP – 2200 Mindra (Procedencia China)			
	Especificación Técnica	Oferta	Cumple	
			Si	NO
1	- Equipo ecógrafo portátil con sistema de panel rebatible y TrackBall ;		Si	
2	- Pantalla B&W 7"	10"	Si	
3	- Panel de control con teclado alfanumérico		Si	
4	- interfase que permita el empleo de dos sondas transductores;	1		No
5	- Cuatro focos transmisión trans/recepción	No Especifica		No
6	- Archivo de imágenes estáticas de al menos 96 imágenes	90		No
7	- Adaptador para 02 (Dos) puertos activo para conexión de transductores, fácilmente intercambiables	1		No
8	- Cineloop de 64 cuadros mínimo	90	Si	

Lic. Carlos Sandoval C.

Municipalidad de Minga Guazú

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Telefax.: (0644) 20334

E-mail-uocminga@tigo.com.py

Contratación Directa Nº 16/10
"Adquisición de Equipo Hospitalar"
Evaluación y Análisis de las Ofertas

9	- Graficas de crecimiento fetal de hasta 4 fetos simultáneos			No
10	Modos de imagen: Modo B con 4 focos posicionables. Modo M. Modo B/B. Modo B/M. Modo B cuádruple	No Especifica		No
11	- Magnificación de imágenes smart zoom Picture in picture	No Especifica		No
12	- Transductores: 1) Convexo; frecuencia de operación de 3.5 MHz - 5.0 MHz. 2) Endocavitario; de 6.5 MHz.		Si	
13	- Impresora térmica.	Si		
14	- Software para transferencia de imágenes de	Si		
15	- Archivo a PC por cable	No Especifica		No

Conforme al cuadro expuesto, la oferta de **Diest Medicinal** no reúne todas las especificaciones técnicas solicitadas, por lo que se precede a rechar conforme a lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 61 del Decreto 21909 que establece taxativamente que "***si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación*", en concordancia con el numeral 4 que establece que "En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda mas baja"**

A continuación se procede a seleccionar provisoriamente la siguiente oferta más económica, la de **Stevens S.A.** conforme al siguiente detalle:

Ítem	Oferta: Equipo Ecógrafo Sonoace X1 (Procedencia China)			
	Especificación Técnica	Oferta	Cumple	
			Si	NO
1	- Equipo ecógrafo portátil con sistema de panel rebatible y TrackBall ;		Si	
2	- Pantalla B&W 7"	10"	Si	
3	- Panel de control con teclado alfanumérico		Si	
4	- interfase que permita el empleo de dos sondas transductores;		Si	
5	- Cuatro focos transmisión trans/recepción		Si	
6	- Archivo de imágenes estáticas de al menos 96 imágenes		Si	
7	- Adaptador para 02 (Dos) puertos activo para conexión de transductores, fácilmente intercambiables		Si	
8	- Cineloop de 64 cuadros mínimo	365	Si	
9	- Graficas de crecimiento fetal de hasta 4 fetos simultáneos		Si	
10	- Modos de imagen: Modo B con 4 focos posicionables. Modo M. Modo B/B. Modo B/M. Modo B cuádruple.		Si	
11	- Magnificación de imágenes smart zoom Picture in picture		Si	
12	- Transductores: 1) Convexo; frecuencia de operación de 3.5 MHz - 5.0 MHz. 2) Endocavitario; de 6.5 MHz.		Si	

Lic. Carlos Sandoval C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU Unidad Operativa de Contrataciones PERIODO 2008 2010

Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax.: (0644) 20334
E-mail-uocminga@tigo.com.py

Contratación Directa Nº 16/10
"Adquisición de Equipo Hospitalar"
Evaluación y Análisis de las Ofertas

13	- Impresora térmica.		Si	
14	- Software para transferencia de imágenes de		Si	
15	- Archivo a PC por cable		Si	

Conforme a la verificación expuesta, la oferta de **Stevens S.A.** por un ecógrafo Sonoace X1 reúne en lo sustancial las especificaciones técnicas del llamado, por lo que es seleccionado para su propuesta de adjudicación.

A continuación, se procede a la verificación de las ofertas para la provisión de un equipo de rayos-x conforme al siguiente detalle:

Oferente: Suministros Médicos S.R.L.

Ítem	Oferta: Equipo Rayos X CRX (Procedencia Brasileña)			
	Especificación Técnica	Oferta	Cumple	
			Si	NO
1	- Equipo de rayos-x móvil/portátil para examen médico de rutina. - Mesa de comando con llaves de comando, selector de tiempo y potencia. - Panel de lectura de alta precisión. - Disparador de rayos de larga distancia (6m). - Alimentación 220V 50 Hz. - Tubos de rayos x con protección contra radiaciones. - Colimador (diafragma luminoso) manual con láminas de plomo, con timer electrónico para desligar automático. - Transformador de alta tensión: de ondas completas con rectificadores de silicio inmersos en aceite mineral para refrigeración y aislamiento, con tratamiento a vacuo. Cables dimensionados para 150 Kv, blindados, de aislamiento alta; - Ánodo (electrodo positivo) fijo, inserto en capsula debidamente pretejido. - Tubo de rayo-x de +/- 120 Kvp 200 mA. - Columna contrabalanceada con brazos telescópicos giratorio, variable en altura y frenos mecánicos.	Equipo Rayos X CRX	Si	

Por lo expuesto, este Comité procede a determinar que la oferta de **Suministros Médicos S.R.L.** como la oferta que reúne las especificaciones técnicas del llamado para la provisión de equipo de rayos x.

Por todo lo expuesto, y conforme a las evaluaciones técnicas de las ofertas, este Comité de procede a declarar que las ofertas para la provisión de un equipo ecógrafo **Sonoace X1 de Stevens S.A.** y la provisión de un **equipo rayos x de Suministros Médicos S.R.L.** se ajustan sustancialmente a las especificaciones técnicas de la Contratación Directa Nº 16/10 "Adquisición de Equipo Hospitalar" por lo que se proponen para su adjudicación conforme al siguiente detalle:

Lic. Carlos Sandoval C.

Municipalidad de Minga Guazú

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax.: (0644) 20334
E-mail-uocminga@tigo.com.py

Contratación Directa Nº 16/10
"Adquisición de Equipo Hospitalar"
Evaluación y Análisis de las Ofertas

Oferente	Especificación	Marca	Importe
Stevens S.A.	Ecógrafo	Sonoace X1	42.900.000.-
Suministros Médicos S.R.L.	Equipo Rayos X	CRX	65.000.000.-
TOTAL			**107.900.000..-**

Total adjudicado: guaranís ciento siete millones novecientos mil. -

Es nuestro informe, y recomendación de Adjudicación salvo mejor parecer.

Lic. Carlos Sandoval C.
Lic. Carlos Sandoval
Asesor

Abog. Pablo Lezcano F.
Asesor

Dr. Carlos Silvero
Director del Hospital Distrital de Minga Guazú

Margarita Toledo Recalde
Responsable de la UOC