DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los **DIECISÉIS** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL DOCE**, en el Departamento de Compras Menores, dependiente de la **Dirección Operativa de Contrataciones**, sito en la calle Pettirossi y Brasil, siendo las **14:00** horas; se procede a la Evaluación de la oferta recibida en el marco de la **Contratación Directa Nº 112/2012 para la "ADQUISICION DE APARATOS DE PRESION CON ESTETOSCOPIO–PROGRAMA DE ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIA - OPERATIVO CAACUPE 2.012" - I.D./P.A.C. Nº 246.339,** convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuya Apertura de Sobres se realizó en fecha 15 de noviembre de 2.012.-

Para la evaluación de las ofertas, se hallan presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación:

1. **Sra. Emilce Pereira Leiva - Representante del Departamento de Compras Menores – D.O.C.-**
2. **C.P. Carlos A. Torres Decoud - Representante del Comité de Evaluación – M.S.P. y B.S.-**

PRIMERO: Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **BASES Y CONDICIONES DE LA CARTA DE INVITACION y LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**.

SEGUNDO: Se da lectura al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Definitiva Nº **3.823/2012**, correspondiente al **PAC Institucional Nro. 246.339,** cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 8.250.000.- (Guaraníes ocho millones doscientos cincuenta mil)** y a las estimaciones globales de costo, conforme lo establecen el Art. 15 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas y el Art. Nº 13 del Decreto 21909/03 que lo reglamenta**, por lo que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para una eventual adjudicación.-**

TERCERO: Luego se da lectura al **Acta de Apertura** de fecha **15 de Noviembre de 2012**, observándose que se han recepcionado en tiempo y forma **03 (tres)** ofertas, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Nº	OFERENTE	IMPORTE
1.-	**CIRUMED** **Vigencia de la oferta: 45 días** **Foliado del 001 al 038**	**6.534.000.-**
2.-	**INFOTEC S.A.** **Vigencia de la oferta: 45 días** **Foliado del 001 al 017**	**9.867.000.-**
3.-	**ARGON S.R.L.** **Vigencia de la oferta: 45 días** **Foliado del 001 al 013**	**4.365.900.-**

CUARTO: Se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias solicitadas en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación, dando como resultado cuanto sigue: las Empresas **CIRUMED, INFOTEC S.A. y ARGON S.R.L.,** contienen los documentos sustanciales requeridos por la Carta de Invitación y sus Anexos", en cumplimiento al Art. 58 del Decreto 21909 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. **CONFORMIDAD DE LAS OFERTAS EVALUADAS CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-**

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CIRUMED	INFOTEC S.A.	ARGON S.R.L.
Formulario Oferta: El oferente presentará el formulario de oferta que se adjunta en el Anexo 2 debidamente completada y firmada.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acreditan la existencia legal de la persona jurídica, tales como Escritura Pública y Protocolización de los Estatutos Sociales, los Estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas en la Dirección de Registros Públicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante tales como las actas de asamblea y del directorios en caso de las sociedades anónimas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

C.P. Carlos Torres Decoud
Miembro
Comité de Evaluación - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

QUINTO: El Comité de Evaluación verifica en el registro de inhabilitados en el Portal de Contrataciones Públicas; constatando que los oferentes no se encuentran inhabilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.-

SEXTO: Luego se analiza el **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS** y el **INFORME TECNICO** de la **Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud**, los cuales forman parte íntegra del presente Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación Adjudicación, de conformidad a las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2.051/03.-**

SEPTIMO: A continuación se verifican en detalle el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del ítem ofertado conforme a los **criterios establecidos en Carta de Invitación y en el Art. 61° - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta le Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas"**, según detalla a continuación y consta en el Cuadro de Recomendación de Adjudicación, el cual forma parte del presente Acta:

ITEM	DESCRIPCION	EVALUACION
1	**ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO**	Se recomienda **ADJUDICAR** este Ítem a la Empresa **ARGON S.R.L.** por ser la mejor oferta en precios y reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridos en las **BASES Y CONDICIONES DE LA CARTA INVITACIÓN.** Marca: **OMROM.** Procedencia: **CHINA.** Unidad de Medida: **UNIDAD.** Presentación: **UNIDAD.** Cantidad: **33 (treinta y tres).-** Precio Unitario: **Gs. 132.300.-** Monto Referencial: **Gs. 250.000.-** Monto Total Adjudicado: **Gs. 4.365.900.-** % de variación con relación al Precio Referencial: **-47,08 %**

OCTAVO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación, Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:

OFERENTE	ITEMS	MONTO TOTAL
1. ARGON S.R.L.	1.-	4.365.900.-
PRECIO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO		4.365.900.-

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS.-

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Sra. Emilce Pereira Leiva
Departamento de Compras Menores – D.O.C.

C.P. Carlos A. Torres Decoud
Comité de Evaluación – M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dirección Biomédica Yegros Nº 748 e/ Herrera y F. R. Moreno Tel. 444.666 Int 104

Dirección Biomédica – Taller y Deposito Central. Venezuela 1492 Telf. 290122

INFORME TÉCNICO

Comité Evaluador Técnico CD Nº 112/2012: "ADQUISICIÓN DE APARATOS DE PRESION CON ESTETOSCOPIO PARA EL PROGRAMA SANITARIA DE EMERGENCIA – OPERATIVO CAACUPE"

A: COMITÉ de ADJUDICACIÓN DE LA CD Nº 112/2012

DE: Comité Evaluador Técnico CD Nº 112/2012

Motivo: **Informe de Revaluación Técnica CD Nº 112/2012: "ADQUISICIÓN DE APARATOS DE PRESION CON ESTETOSCOPIO PARA EL PROGRAMA SANITARIA DE EMERGENCIA – OPERATIVO CAACUPE"**

Fecha: 16 de noviembre de 2012

Nos dirigimos a ustedes, a fin de enviar el siguiente Informe Técnico en referencia a la **CD Nº 112/2012: "ADQUISICIÓN DE APARATOS DE PRESION CON ESTETOSCOPIO PARA EL PROGRAMA SANITARIA DE EMERGENCIA – OPERATIVO CAACUPE"**

ITEM 1: Tensiómetro Aneroide Adulto con Estetoscopio

Se informa que la primera mejor oferta es la empresa **ARGON SRL**. Se procede a estudiar las especificaciones técnicas del equipo ofertado.

EMPRESA: ARGON SRL

Código de Catálogo	Descripción del Equipo	Cant.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	MARCA	MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	% del precio ref.
47181608-001	Tensiómetro Aneroides Adulto con Estetoscopio	33	132.300	Omron	HEM – 18 INT	CHINA	4.365.900	- 47,08

ESPECIFCACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
Esfigmomanómetro aneroide con Estetoscopio biauricular.		
Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN.	Marca: OMRON, Modelo: HEM 181NT, Proced.: CHINA, Año de fab.: 2012. CUMPLE	
Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.	ISO. CUMPLE	

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios o el cambio directo por un equipo similar nuevo.	CUMPLE	
Características Generales y Técnicas mínimas:		
Método de medición de Riva Rocci,	CUMPLE	
Medición rápida y precisa de la presión sistólica y diastólica,	CUMPLE	
Membrana interna de cobre-berilio o similar resistente.	Membrana interna resistente. CUMPLE	
Amplio manómetro para una lectura fácil,	CUMPLE	
Presión testada certificado por el fabricante,	CUMPLE	
Fácil de usar y de desinfectar.	CUMPLE	
Manual para inflar y desinflar el manguito.	CUMPLE	
Manómetro 0-300mmHg como mínimo.	0 – 300 mmHg, CUMPLE	
Fonendoscopio incorporado - Estetoscopio biauricular adulto - pediátrico.	Fondoscopio incorporado. CUMPLE	
Dispositivo médico con función de medición.	CUMPLE	
Diámetro: 50mm aproximadamente,	CUMPLE	
Manguito con aro metálico y fonendoscopio incorporado para automedición.	CUMPLE	
Circunferencia de brazo: 26 - 36cm aproximadamente.	CUMPLE	
Manual de instrucciones en español.	CUMPLE	
Estuche para correcto almacenamiento de todos los componentes.	CUMPLE	
Brazalete tamaño adulto con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida, lavable hasta una temperatura de 60° C como mínimo.	CUMPLE	
Una perita con sus conexiones de repuesto	CUMPLE	

Se informa que la mejor oferta corresponde a la empresa **ARGON S.R.L.**, cumple con los requerimientos mínimos de las especificaciones técnicas del PBC.

Sin otro particular, aprovecho para saludarlos.

Atentamente

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica