CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					RESCORP S.A.				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENT.	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO REFERENCIAL	%
1	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo de Ventiladores Pulmonares. Marca: General Electric. Modelo: R860 con N° de Serie CBRU03189, Código Patrimonial 011.456.05.6467**							
	1.1.	Válvula Exhalatoria con sensor de Flujo	Unidad	Evento	1	8.825.000	8.825.000	8.825.000	0%
	1.2	Filtro Tazón	Unidad	Evento	1	395.000	395.000	395.000	0%
	1.3	Batería Backup	Unidad	Evento	1	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0%
	1.4	Filtro	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	350.000	0%
	1.5	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0%
2	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo de Ventiladores Pulmonares. Marca: General Electric. Modelo: R860 con N° de Serie CBRU03190, Código Patrimonial 011.456.05.6469**							
	2.1.	Válvula Exhalatoria con sensor de Flujo	Unidad	Evento	1	8.825.000	8.825.000	8.825.000	0%
	2.2	Filtro Tazón	Unidad	Evento	1	395.000	395.000	395.000	0%
	2.3	Batería Backup	Unidad	Evento	1	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0%
	2.4	Filtro	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	350.000	0%
	2.5	Mano de Obra y Calibración	Unidad	Evento	1	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0%
3	73171602-006	**Mantenimiento Correctivo de Ventiladores Pulmonares. Marca: General Electric. Modelo: R860 con N° de Serie CBRU03205, Código Patrimonial 011.456.05.6468**							
	3.1.	Válvula Exhalatoria con sensor de Flujo	Unidad	Evento	1	8.825.000	8.825.000	8.825.000	0%

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

	3.2	Filtro Tazón	Unidad	Evento	1	395.000	395.000	395.000	0%
	3.3	Batería Backup	Unidad	Evento	1	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0%
	3.4	Filtro	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	350.000	0%
	3.5	Válvula de Control de Flujo 160 LPM	Unidad	Evento	1	11.945.000	11.945.000	11.945.000	0%
	3.6	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0%
4		**Mantenimiento Correctivo de Ventiladores Pulmonares. Marca: General Electric. Modelo: R860 con N° de Serie CBRU03233, Código Patrimonial 011.456.05.6466**							
	4.1.	Válvula Exhalatoria con sensor de Flujo	Unidad	Evento	1	8.825.000	8.825.000	8.825.000	0%
	4.2	Filtro Tazón	Unidad	Evento	1	395.000	395.000	395.000	0%
	4.3	Batería Backup	Unidad	Evento	1	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0%
	4.4	Filtro	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	350.000	0%
	4.5	Válvula Control de Flujo 160 LPM	Unidad	Evento	1	11.945.000	11.945.000	11.945.000	0%
	4.6	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0%
Total							**77.770.000**		**0**

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"