Sujeción de la hebra - aguja	Promedio mínimo 0,23 kgf	0,247 kgf	CUMPLE

ITEM 42: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 17 mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		AO POTI S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 201	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: TRULENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 17 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 17,1 mm.	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,472 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,145 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	75,6 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,40 kgf	0,579 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,23 kgf	0,244 kgf	CUMPLE

ITEM 42: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 17 mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		PROMEPAR S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 214	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 90 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: ATRAMAT	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 17 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 16,2 mm. DECLARA DE 16 mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,365 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,149 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	90,7 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,40 kgf	0,400 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf Promedio mínimo 0,23 kgf	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf 0,788 kgf	CUMPLE CUMPLE

ITEM 42: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 17 mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		VICENTE SCAVONE Y CIA	
		Nro. de Análisis: CE 242	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: VITAL SUTURES	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 17 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 17,3 mm.	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,351 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,143 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	75 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,40 kgf	0,509 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	Mínimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,23 kgf	0,466 kgf	CUMPLE

ROBERT [illegible]
Sección Recepción De Contratos
D.G.M.I.S. - D.L.S.S. - I.P.S.

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugia General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Eriso Ovelar
Abogada - Mat. C.S.J. Nº 31.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Dra. Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2023-03-21 08:23:32.2883

ITEM 42: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 17 mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		CODEX S.R.L.	
		Nro. de Análisis: CE 254	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 90 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: SURGIPRO II COVIDIEN	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 17 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 17,1 mm.	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,387 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,146 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	97 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,40 kgf	0,469 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,23 kgf	0,256 kgf	CUMPLE

ITEM 42: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 17 mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		INFINITY INTERNACIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 272	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 90 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: EGYPROLENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 17 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 16,8 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,349mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,143 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	88 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,40 kgf	0,413 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,23 kgf	0,518 kgf	CUMPLE

ITEM 42: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 17 mm 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		NL PHARMA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 190	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: SHALON MEDICAL	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 17 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 15,37 mm. PRESENTA AGUJA DE 15 mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,372 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,10 a 0,149 mm	0,138 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	75,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,40 kgf	0,442 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,23 kgf	0,472 kgf	CUMPLE

Dr. Daniel Canteros
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ayalar
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dra. Colmán
Dirección de Suministros Médicos
DGMIS
D.L.S.S. - I.P.S.

INGENIERO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2023-03-21 08:23:32.2883

ITEM 43: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		BIOERIX S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 139	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: OPTILENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 10 (+/- 0,2) mm	Aguja de 3/8 circulo. NO CORRESPONDE AL ITEM SOLICITADO	NO CUMPLE
Diametro de la aguja			**N.D.
Diámetro de la hebra	0,07 a 0,099 mm		**N.D.
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo		**N.D.
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,2 kgf		**N.D.
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,08 kgf		**N.D.
	Promedio mínimo 0,17 kgf		**N.D.

*** Especificaciones Técnicas del PByC** ****N.D.: No determinado**

ITEM 43: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		INPROMED S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 163	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: EGYPROLENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 10 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo. 9,98 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,223 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,07 a 0,099 mm	0,098 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	83,1 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,2 kgf	0,219 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,08 kgf	Mínimo individual n5 > 0,08 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,17 kgf	0,230 kgf	CUMPLE

ITEM 43: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 180	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: TRULENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 10 (+/- 0,2) mm	**Aguja de 3/8 circulo. NO CORRESPONDE AL ITEM SOLICITADO**	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja			**N.D.
Diámetro de la hebra	0,07 a 0,099 mm		**N.D.
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo		**N.D.
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,2 kgf		**N.D.
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,08 kgf		**N.D.
	Promedio mínimo 0,17 kgf		**N.D.

*** Especificaciones Técnicas del PByC** ****N.D.: No determinado**

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución de Contratos
Dirección de Suministros

Dr. Daniel Canteri
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ortiz
Abogada - Mat. Nº 10062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
D.L.S. - I.P.S.

Jorge José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2023-05-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

0001171

ITEM 43: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		AO POTI S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 202	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: TRULENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solución patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solución patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 10 (+/- 0,2) mm	**Aguja de 3/8 circulo. NO CORRESPONDE AL ITEM SOLICITADO**	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja			**N.D.
Diámetro de la hebra	0,07 a 0,099 mm		**N.D.
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo		**N.D.
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,2 kgf		**N.D.
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,08 kgf		**N.D.
	Promedio mínimo 0,17 kgf		**N.D.

*** Especificaciones Técnicas del PByC ** N.D.: No determinado**

ITEM 43: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		CODEX S.R.L.	
		Nro. de Análisis: CE 260	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: SURGIPRO II COVIDIEN	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 10 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo. 10,2 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,251 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,07 a 0,099 mm	0,093 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	60,1 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,2 kgf	0,25 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,08 kgf	Mínimo individual n5 > 0,08 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,17 kgf	0,25 kgf	CUMPLE

ITEM 43: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		VICENTE SCAVONE Y CIA	
		Nro. de Análisis: CE 243	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: VITAL SUTURES	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 10 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2circulo. 10,5 mm	NO CUMPLE
Diametro de la aguja		0,276 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,07 a 0,099 mm	0,093 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	72,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 0,2 kgf	0,258 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,08 kgf	Mínimo individual n5 > 0,08 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 0,17 kgf	0,267kgf	CUMPLE

ROBERT FRANK
Sección Ejecución De Contratos
D.G.M.I.S. – D.L.S.S. – I.P.S.

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7084
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Juelar
Abogada - Mat. Nº 41062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. – I.P.S.

Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

0001170

ITEM 43: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 10 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		INFINITY INTERNAIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 273	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: EGYPROLENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 10 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo. 9,95 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,228 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,07 a 0,099 mm	0,099 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	82,7 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,2 kgf	0,240 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,08 kgf	Minimo individual n5 > 0,08 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,17 kgf	0,316 kgf	CUMPLE

ITEM 44: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 8/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 8 MM 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		BIOERIX S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 140	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: OPTILENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 8 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo. 8,1 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,183 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,040 a 0,049 mm	0,049 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	81,0 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,06 kgf	0,0733 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,025 kgf	Minimo individual n5 > 0,025 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,050 kgf	0,060 kgf	CUMPLE

ITEM 46: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 8/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 8 MM 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 181	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: TRULENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 8 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo. 8,1 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,239 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,040 a 0,049 mm	0,047 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	59,1 cm	**NO CUMPLE**
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,06 kgf	0,050 kgf	**NO CUMPLE**
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,025 kgf	Minimo individual n5 < 0,025 kgf	**NO CUMPLE**
	Promedio minimo 0,050 kgf	0,0194 kgf	**NO CUMPLE**

ROBERT BRANCO
Sección Ejecución De Contratos
DGMIS – D.L.S.S. – IPS

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Molas
Abogada Mat. C.S.J. N° 062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Edgar Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Julieta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. – IPS

2023-03-21 08:23:32.2883

ITEM 44: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 8/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 8 MM 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		AO POTI S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 203	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: TRULENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 8 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo. 8,1 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,238 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,040 a 0,049 mm	0,0453 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	59,4 cm	**NO CUMPLE**
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,06 kgf	0,0591 kgf	**NO CUMPLE**
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,025 kgf	Minimo individual n5 < 0,025 kgf	**NO CUMPLE**
	Promedio minimo 0,050 kgf	0,0183 kgf	**NO CUMPLE**

ITEM 44: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 8/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 8 MM 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		VICENTE SCAVONE Y CIA	
		Nro. de Análisis: CE 244	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: VITAL SUTURES	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 8 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo. 8,1 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,218 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,040 a 0,049 mm	0,044 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	72,8 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,06 kgf	0,095 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,025 kgf	Minimo individual n5 < 0,025 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,050 kgf	0,049 kgf	**NO CUMPLE**

ITEM 44: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 8/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 8 MM 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		CODEX S.R.L.	
		Nro. de Análisis: CE 253	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: SURGIPRO II COVIDIEN	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 8 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo. 8,1 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,192 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,040 a 0,049 mm	0,048 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	61,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,06 kgf	0,062 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,025 kgf	Minimo individual n5 > 0,025 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,050 kgf	0,061 kgf	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Sección Ejecución de Contratos.
D.G.M.I.S – D.L.S.S. – I.P.S.

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar
Abogada Mat. 21.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar Jesús Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abg. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

ITEM 44: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 8/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 8 MM 3/8 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,1 mm

		INFINITY INTERNACIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 274	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: EGYPROLENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 8 (+/- 0,1) mm	Aguja de 3/8 circulo. 8,2 mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,218 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,040 a 0,049 mm	0,048 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	**MUESTRA INSUFICIENTE**	ND**
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,06 kgf		ND**
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,025 kgf		ND**
	Promedio minimo 0,050 kgf		ND**

*** Especificaciones Técnicas del PByC. **ND: No determinado**

ITEM 45: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 13 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 182	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: TRULENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 13 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 16,7 mm. PRESENTA AGUJA DE 17 mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,408 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,010 a 0,149 mm	0,142 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	75,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,4 kgf	0,450 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,23 kgf	0,39 kgf	CUMPLE

ITEM 45: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 13 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		NE PHARMA S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 277	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: SHALON MEDICAL	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 13 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 15,37 mm. PRESENTA AGUJA DE 15 mm	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,372 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,010 a 0,149 mm	0,138 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	75,4 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,4 kgf	0,442 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,23 kgf	0,472 kgf	CUMPLE

ROBERT FRANCO
Ejecución
De Contratos.
D.G.Mat. – D.L.S.S. – I.P.S.

Dr. Daniel Canteri
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Quelar
Abogada - Mat. N° 11.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. José Jiménez Palacios
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Lic. Marta E. Colmán
Supervisión de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

ITEM 45: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 13 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		PROMEPAR S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 215	
Ensayo	Especificación Técnica	Resultado	Conclusión
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: ATRAMAT	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 13 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 13,2 mm.	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,359 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,010 a 0,149 mm	0,147 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	75,9 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,4 kgf	0,514 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,23 kgf	0,317 kgf	CUMPLE

ITEM 45: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 13 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		AS GROUP S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 222	
Ensayo	Especificación Técnica	Resultado	Conclusión
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: OPTILENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 13 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 13,2 mm.	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,351 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,010 a 0,149 mm	0,149 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	84,7 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,4 kgf	0,507 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,23 kgf	0,541 kgf	CUMPLE

ITEM 45: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 13 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		VICENTE SCAVONE Y CIA	
		Nro. de Análisis: CE 245	
Ensayo	Especificación Técnica	Resultado	Conclusión
Descripción del Item*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: VITAL SUTURES	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 circulo de 13 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 circulo de 13,1 mm.	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,294 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,010 a 0,149 mm	0,140 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	75,0 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,4 kgf	0,451 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,23 kgf	0,483 kgf	CUMPLE

ROSA FRANCO
Sección Ejecución de Contratos
D.G.M.I.S – D.L.S.S. I.P.S.

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar
Abogada Mat. Nº 14.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Marta E. Colmán
Administración de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

Edgar Jos Olivera Patiños
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2023-03-21 08:23:32.2883

ITEM 45: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 13 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		CODEX S.R.L.	
		Nro. de Análisis: CE 259	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril. no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: SURGIPRO II COVIDIEN	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 13 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 círculo de 13,2 mm.	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,353 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,010 a 0,149 mm	0,142 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	60 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,4 kgf	0,563 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,23 kgf	0,532 kgf	CUMPLE

ITEM 45: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS DE 13 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACION +/- 0,2 mm

		INFINITY INTERNACIONAL S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 275	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud minima de la hebra 60 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Monofilamento, esteril, no absorbible, resistente. Las agujas son fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. Los extremos de la union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. MARCA: EGYPROLENE	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 1/2 círculo de 13 (+/- 0,2) mm	Aguja de 1/2 círculo de 13,2 mm.	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,324mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,010 a 0,149 mm	0,142 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	78 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 0,4 kgf	0,923 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	Minimo individual n5 > 0,11 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 0,23 kgf	0,683 kgf	CUMPLE

ITEM 46: HILO PARA SUTURA SEDA: SUTURA QUIRURGICA DE SEDA N° 0 CON AGUJA DE 3 cm 3/8 CIRCULO. VARIACION +/-2 mm

		INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS (INPROMED)	
		Nro. de Análisis: CE 164	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Con aguja fuerte y resistente, curva punta cilindrica de acero inoxidable. Los extremos de union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, longitud minima de la hebra 60 cm.	Con aguja fuerte y resistente, curva punta cilindrica de acero inoxidable. Las extremos de union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. MARCA: EGYSILK	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 circulo de 30 (+/- 2) mm	Aguja de 1/2 CIRCULO	**NO CUMPLE**
Diametro de la aguja		0,748 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,35 a 0,399 mm	0,317 mm	**NO CUMPLE**
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	74,9 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 2,16 kgf	kgf	NR**
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	Minimo individual n5 > 0,41 kgf	NR**
	Promedio minimo 1,50 kgf	kgf	NR**

*** Especificaciones Técnicas del PByC** ****NR: No realizado**

Dr. Daniel Cantero
Medico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Duelar
Abogada - Mat. Nº 41.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Dra. Marta E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

ROBERTO BRANCO
Sección Ejecución de Contratos
D.G.A.I.S. – D.L.S.S. – I.P.S.

Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2023-03-21 08:23:32.2883

ITEM 46: HILO PARA SUTURA SEDA: SUTURA QUIRURGICA DE SEDA N° 0 CON AGUJA DE 3 cm 3/8 CIRCULO. VARIACION +/-2 mm

		MEDICAL SUPPLY S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 183	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Con aguja fuerte y resistente, curva punta cilindrica de acero inoxidable. Los extremos de union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, longitud minima de la hebra 60 cm.	Con aguja fuerte y resistente, curva punta cilindrica de acero inoxidable. Los extremos de union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Longitud de la hebra declarada de 70 cm. MARCA: TRUSILK	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 30 (+/- 2) mm	Aguja de 3/8 CIRCULO. 31,3 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,858 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,35 a 0,399 mm	0,375 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	71,7 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 2,16 kgf	3,06 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,50 kgf	3,32 kgf	CUMPLE

ITEM 46: HILO PARA SUTURA SEDA: SUTURA QUIRURGICA DE SEDA N° 0 CON AGUJA DE 3 cm 3/8 CIRCULO. VARIACION +/-2 mm

		AO POTI S.A.	
		Nro. de Análisis: CE 204	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Con aguja fuerte y resistente, curva punta cilindrica de acero inoxidable. Los extremos de union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, longitud minima de la hebra 60 cm.	Con aguja fuerte y resistente, curva punta cilindrica de acero inoxidable. Los extremos de union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Longitud de la hebra declarada de 70 cm. MARCA: TRUSILK	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 30 (+/- 2) mm	Aguja de 3/8 CIRCULO. 31,6 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,881 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,35 a 0,399 mm	0,386 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como minimo	73,1 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio minimo 2,16 kgf	3,04 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	Minimo individual n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio minimo 1,50 kgf	3,97 kgf	CUMPLE

ITEM 46: HILO PARA SUTURA SEDA: SUTURA QUIRURGICA DE SEDA N° 0 CON AGUJA DE 3 cm 3/8 CIRCULO. VARIACION +/-2 mm

		VICENTE SCAVONE Y CIA	
		Nro. de Análisis: CE 246	
Ensayo	**Especificación Técnica**	**Resultado**	**Conclusión**
Descripción del Ítem*	Con aguja fuerte y resistente, curva punta cilindrica de acero inoxidable. Los extremos de union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, longitud minima de la hebra 60 cm.	Con aguja fuerte y resistente, curva punta cilindrica de acero inoxidable. Los extremos de union de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Longitud de la hebra declarada de 75 cm. MARCA: VITAL SUTURES	CUMPLE
Presentación	unidad	Paquete conteniendo una sutura	CUMPLE
Descripción de la aguja	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades. Debe tener un pulido final a espejo. Con punta redonda.	De acero inoxidable, libre de; rebabas, rayaduras, áreas rugosas, corrosión y deformidades, pulido final a espejo. Con punta redonda.	CUMPLE
COLORANTE EXTRAIBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron ($CoCl_2$ 0,001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
COMPUESTOS DE CROMO SOLUBLE**	Extracto con color de menor intensidad que la solucion patron (Cr 0,0001%)	El extracto obtenido es incoloro	CUMPLE
Dimensiones de la aguja	Aguja de 3/8 círculo de 30 (+/- 2) mm	Aguja de 3/8 CIRCULO. 31,2 mm	CUMPLE
Diametro de la aguja		0,882 mm	Se Ajusta a lo solicitado
Diámetro de la hebra	0,35 a 0,399 mm	0,382 mm	CUMPLE
Longitud de la hebra	60 cm como mínimo	76,3 cm	CUMPLE
Resistencia a la tensión	Promedio mínimo 2,16 kgf	3,04 kgf	CUMPLE
Sujeción de la hebra - aguja	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	Mínimo individual n5 > 0,45 kgf	CUMPLE
	Promedio mínimo 1,50 kgf		CUMPLE

KOO HYUN CHANG
Sección Pliegos
D.G.M.I.S. y D.L.S.S. - I.P.S.

Dr. Daniel Canterr
Medico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Bolar
Abogada - Mat. C.S.J. Nº 21.063
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Lic. Maria E. Colmán
Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. - I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

ITEM N° 48: JERINGA DESCARTABLE CONO CATETER: JERINGA DESECHABLE, 50 A 60 CC, CONO CATETER SIN AGUJA

ESPECIFICACION TECNICA DEL PBC: Estéril.

Descripción del ítem: Jeringa de plástico desechable estéril graduada x 60 ml marca SR pico catéter sin aguja.
ENVASE: Primario: plástico sellado individual. Secundario: Caja de cartón conteniendo 100 unidades.
LOTE: J2252 **N° ANALISIS: CE129**
VTO: 12/2027 **FECHA: 08/02/2022**
FABRICANTE: SR Productos para la Salud **PROVEEDOR: Prosalud Pharma S.A.**
Referencia: Norma ISO 7886-1:1993

Ensayo	Especificaciones Técnicas	Resultados	Conclusión
1-Limpieza	Cuando es inspeccionada por visión normal, sin aumento, bajo una iluminación adecuado, la superficie de la jeringa hipodérmica que entra en contacto con los líquidos de inyección durante el uso normal estará libre de partículas y materias extrañas	La superficie se encuentra libre de partículas extrañas	CUMPLE
2-Limites de acidez y alcalinidad	Cuando se determina con un medidor de pH de laboratorio y utilizando un electrodo de propósito general, el valor de pH de un extracto preparado de acuerdo al ANEXO A estará dentro del valor ± 1 unidad de pH del fluido de control Según ISO 7886-1 :1993	Fluido de control: 6,79 Extracto: 6,22	CUMPLE
3-Tolerancia en la capacidad graduada			
3.1 Capacidad igual o mayor que la mitad de la capacidad nominal	: ± 4 % del volumen expelido Se considera 40 ml ± 1,6 ml	40,114 ml	CUMPLE
3.2 Capacidad menor que la mitad de la capacidad nominal	50≥V: ± (1,5% de V + 1% del volumen expelido) Se considera 20 ml 0,9 + 0,2: 1,1 ml	20,303 ml	CUMPLE
3.3 Volumen residual máximo	0,20 ml	NA por ser punta catéter	NA
3.4 Longitud mínima de escala hasta la capacidad nominal	75 mm	110,88 mm	CUMPLE
3.5 Intervalo de las graduaciones secundarias	5 ml	1 ml	CUMPLE
3.6 Intervalo de las graduaciones numeradas, ml	10 ml	10 ml	CUMPLE
4. Escala graduada			
4.1 Escala			
	4.1.1 La jeringa podrá tener una o dos escalas, siempre que sean idénticas y será graduada POR LO MENOS en los intervalos de la tabla 1 (5 o 10ml). La unidad de volumen estará marcada en el cilindro	La jeringa posee una escala, con graduación a 1 ml y 10 ml	CUMPLE
	4.1.2Las líneas de graduación serán de un espesor uniforme, estarán en planos de ángulos rectos con respecto al eje del cilindro.	CUMPLE	CUMPLE
	4.1.3Las líneas de graduación serán equiespaciadas a lo largo del eje longitudinal entre la línea de graduación 0 y la línea de la capacidad total graduada	CUMPLE	CUMPLE
	4.1.4Cuando la jeringa es sostenida verticalmente, la punta de todas las líneas de graduación de similar longitud están verticalmente alineadas.	CUMPLE	CUMPLE
	4.1.5 Las longitudes de las líneas de graduación cortas en cada escala serán de aproximadamente la mitad de la longitud de las líneas largas.	6,13 mm líneas cortas 12,32 mm líneas largas	CUMPLE
4.2 Numeración de la escala			
	4.2.1 Las líneas de graduación están numeradas a los incrementos de volumen dados en la tabla 1	10 ml	CUMPLE
	4.2.2 Cuando la jeringa es sostenida verticalmente con la punta cónica hacia arriba y con la escala hacia el frente, los números aparecerán verticales en la escala y en una posición con tal que serán divididos en dos partes iguales por una prolongación de las líneas de graduación a las cuales se relacionan. Los números estarán cerca pero no tocaran las puntas de las líneas de graduación con la cual se relaciona.	CUMPLE	CUMPLE
4.3 Longitud total de la escala a la línea de capacidad nominal	Mínimo 75 mm	98,38 mm	CUMPLE
4.4 Posición de la escala	Cuando el émbolo está totalmente inserto, o sea lo más cerca posible a la punta del pico del cilindro, la línea de graduación cero de la escala coincidirá con la	CUMPLE	CUMPLE

Dr. Daniel Canieri
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christiano Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Sugar
Abogada Mat. C.S.J. Nº 14062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Paiacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Sección Licitación De Suministros
D.G.M.S. – I.P.S.

Lic. Marta E. Colmán
Sección de Suministros de Salud
DGMS
D.L.S. – I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883