ACTA Nº 035/16.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 70/15
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los cinco días del mes de julio de dos mil diez y seis, en la Sede del Instituto de Previsión Social, siendo las 08:45 horas se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 70/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"**

Estando presentes para el acto de apertura: la Esc. Rosi Ani Vera y Abg. Carmen Segovia como representantes de la Dirección Jurídica, el Sr. Javier Lara Castro y la Sra. Sonia Aguero como representantes de la Sindicatura de la Institución y el Abg. Jaime Caballero representante de la Dirección de Operativa de Contrataciones y los oferentes presentes.

Seguidamente, siendo las 09:00 horas, se dio aperturas a las ofertas presentadas:

1. BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. – RUC 80008449-7: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 70.000.000.- (Guaraníes Setenta millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 2.100.000.- (Guaraníes Dos millones cien mil)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.** N° de Póliza: **007.1508.036640/000**.- Total de hojas foliadas 94 (noventa y cuatro).

2. SALUMAX S.A. – RUC 80018828-4: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 16.824.000.- (Guaraníes Diez y seis millones ochocientos veinte y cuatro mil) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 825.000.- (Guaraníes Ochocientos veinte y cinco mil)** Empresa Aseguradora: **LA RURAL S.A DE SEGUROS.** N° de Póliza: **02.01508.4343/0002.-** (Cuenta con 2(dos) endosos) Total de hojas foliadas 66 (sesenta y seis).

3. DEZETA S.A. – RUC 80019208-7. Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 1.733.750.000.- (Guaraníes Un mil setecientos treinta y tres millones setecientos cincuenta mil) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 75.000.000.- (Guaraníes Setenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: **ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.** N° de Póliza: **18.1508.0011502.0000.-** Total de hojas foliadas 254 (doscientos cincuenta y cuatro).

4. CASA BOLLER S.A. – RUC 80001556-8: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 8.300.500.498.- (Guaraníes Ocho mil trescientos millones quinientos mil cuatrocientos noventa y ocho) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 270.000.000.- (Guaraníes Doscientos setenta millones)** Empresa Aseguradora: **EL COMERCIO PARAGUAYO S.A.** N° de Póliza: **1.1508.0010428.0000.-** Total de hojas foliadas 120 (ciento veinte)

5. CHACO INTERNACIONAL S.A. – RUC 80026564-5: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 460.500.000.- (Guaraníes Cuatrocientos sesenta millones quinientos mil) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 25.000.000.- (Guaraníes Veinte y cinco millones)** Empresa Aseguradora: **ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS.** N° de Póliza: **45.1508.0007318.0000**.- Total de hojas foliadas 13 (trece).

6. ARGON S.R.L. – RUC 80004373-1: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 2.487.400.000.- (Guaraníes Dos mil cuatrocientos ochenta y siete millones cuatrocientos mil) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 200.000.000.- (Guaraníes Doscientos millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. de SEGUROS** N° de Póliza: **007.1508.036632/000.-** Total de hojas foliadas 335 (trescientos treinta y cinco).

7. ALBATROS S.A.C.I. – RUC 80002766-3: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 1.604.642.400.- (Guaraníes Un mil seiscientos cuatro millones seiscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 93.000.000.- (Guaraníes Noventa y tres millones)** Empresa Aseguradora: **ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.** . N° de Póliza: **18.1508.0011493.0000**.- Total de hojas foliadas 107 (ciento siete).

8. FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L. – RUC 80010835-3: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 2.988.999.998.- (Guaraníes Dos mil novecientos ochenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 120.000.000.- (Guaraníes Ciento veinte millones)** Empresa Aseguradora:

Carmen Segovia
Abogada - Mat. Nº 40.223
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Caballero Ruiz Díaz
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
DGBS

Javier Lara Castro
Asistente de Secretaría Privada
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SONIA AGUERO
Sindicatura

Rosi Ani Verada Gaspar
Escribana
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. N° de Póliza: **36.1508.0004551.0000**.- Total de hojas foliadas 129 (ciento veinte y nueve).

9. LA CASA DEL MEDICO S.A. – RUC 80011068-4: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 1.689.847.995.- (Guaraníes Un mil seiscientos ochenta y nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y cinco) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 62.000.000.- (Guaraníes Sesenta y dos millones)** Empresa Aseguradora: **ASEGURADORA PARAGUAYA. S.A.** N° de Póliza: **18.1508.0011501.0000**.- Total de hojas foliadas 118 (ciento diez y ocho).

10. CATETERES Y AFINES S.A. – RUC 80030030-0: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 165.000.000.- (Guaraníes Ciento sesenta y cinco millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 6.930.000.- (Guaraníes Seis millones novecientos treinta mil)** Empresa Aseguradora: **REGIONAL S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: **49.1508.0000514.0000**.- Total de hojas foliadas 217 (doscientos diez y siete).

11. STEVEN'S S.A. – RUC 80024104-5: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 1.869.900.000.- (Guaraníes Un mil ochocientos sesenta y nueve millones novecientos mil) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 61.500.000.- (Guaraníes Sesenta y millones quinientos mil)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS**. N° de Póliza: **007.1508.036644/000**.- Total de hojas foliadas 107 (ciento siete).

12. DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - DYSA. – RUC 80013820-1: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 6.636.799.998.- (Guaraníes Seis mil seiscientos treinta y seis millones setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 375.000.000.- (Guaraníes Trescientos setenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS**. N° de Póliza: **007.1508.036651/000**.- Total de hojas foliadas 330 (trescientos treinta).

13. SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL (SEMPRO S.A.) – RUC: 80006779-7: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 4.333.000.000.- (Guaraníes Cuatro mil trescientos treinta y tres millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 185.000.000 .- (Guaraníes Ciento ochenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS**. N° de Póliza: **007.1508.036646/000**.- Total de hojas foliadas 145 (ciento cuarenta y cinco).

14. IMESE S.A. – RUC 80016426-1: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 219.000.000.- (Guaraníes Doscientos diez y nueve millones) IVA incluido**.- Total de hojas foliadas 87 (ochenta y siete).
Observación: No se visualiza en la oferta la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta.

15. B BRAUM MEDICAL PARAGUAY S.A. – RUC 80012330-1: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **G. 460.000.000.- (Guaraníes Cuatrocientos sesenta millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 19.500.000.- (Guaraníes Diez y nueve millones quinientos mil)** Empresa Aseguradora: **SEGUROS GENERALES S.A.** N° de Póliza: **4.1508.000.1886.0000**.- Total de hojas foliadas 90 (noventa).

Observaciones: Se adjuntan hojas con observaciones presentadas por las Firmas DEZETA S.A., ARGON S.R.L., FALCON COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L., CATETERES Y AFINES S.A., DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A., CASA BOLLER S.A.

- SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE NO FUE RECEPCIONADA LA OFERTA DE LA FIRMA SOLUMEDIC S.A. - RUC – 80023913-0, EN ATENCIÓN A QUE LLEGÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO COMO TOPE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS FÍSICAS.

Las listas de verificación cuantitativa y no de contenido, avaladas por las firmas de los funcionarios responsables del Instituto de Previsión Social, que tuvieron a su cargo la verificación respectiva, se encuentra agregada a la carpeta a original presentada por el oferente. El análisis formal y sustancial de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas por la Comisión Evaluadora.

En cumplimiento al artículo 4° incisos b) y c) de la Ley 2.051/03, se deja constancia que durante este acto, el oferente ha tenido acceso a las documentaciones publicas del proceso.

Carmen Segovia
Abogada / Mat. N° 40.223
(Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Caballero Ruiz Díaz
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
DGBS

Javier Lara Castro
Asistente de Secretaría Privada
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SONIA AGÜERO
Sindicature

Rosi Ani Verg de Gaspar
Encargada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Seguidamente, se dio por terminado el acto, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día arriba señalado, firmando el acta los presentes, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Caballero Ruiz Díaz
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
DGBS

Javier Lara Castro
Asistente de Secretaría Privada
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SONIA AGUERO
Sindicatura

Rosi Aní Vera de Gaspar
Escribana
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Carmen Segovia
Abogada - Mat. Nº 40.223
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBSERVACIONES
ACTA N° 035/16

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 70/2015
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

FECHA: 05/07/2016

Empresa: CASA BOLLER SA

Representante : Lorena Giménez

Se observa que en la carpeta de Copia de la Firma Stevens SA la Planilla de Oferta no está Firmada

CASA BOLLER S.A.
L. Giménez Daguerre
Encargada de Licitaciones

(1) UNO

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBSERVACIONES
ACTA N° 035/16

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 70/2015
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

FECHA: 05/07/2016

Empresa: Argon S.A.C.

Representante: Claudio Cabrera, Luis Silvero, Carmen Agüero

- Las Firmas Albatros, Cosa Boliva, Cabrera y Afines DySA NO se visualiza en las copias (3) Certificados de Actos de Recepción Final Donde conste el Desempeño satisfactorio en la Provisión de Repuesto bien (Con Documentos extranjeros requeridos Punto 16 Sección VII Anexos.
- Las Firmas, Cosa Boliva y Albatros en las copias no se visualiza Constancia de Servicio Técnico (Documento Adicionales Requeridos en el Punto 3 Sección VII. Anexos.
  → se adjuntan observaciones -

- La Firma Dysa. Item 14 Monitor Desfibrilador, en el subitem ECG Monitorización de ECG mediante palas y electrodos. En su catalogo se visualiza este parámetro a través de "Electrodos" no así a través de "Palas" -
- La firma Albatros → Item 14 Monitor Desfibrilador, en el subitem "Capacidad de autodescarga cuando no se utilice", menciona pág 49 del manual, pero NO SE VISUALIZA, sólo menciona condiciones de ambiente y temperatura.
- La Firma Dysa, Item 14 Monitor Desfibrilador, en el subitem "Cargas sincronizadas mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido, indica pág 7 del catalogo, pero NO SE VISUALIZA, sólo menciona batería nueva ~~(capacidad de carga)~~
- La empresa Cabrera y Afines, subitem 14 "Monitor Desfibrilador", "Capacidad de autodescarga cuando no se utilice", menciona pág 49 del manual pero NO SE VISUALIZA, sólo menciona significado de símbolos de la pantalla -
- La empresa SEMPRÉ, Item 14 "Monitor Desfibrilador", subitem "Monitorización de ECG a través de palas y electrodos", en su planilla de EETT indica esta función PERO en su catalogo (manual) sólo indica derivadas y frecuencia cardiaca -

ABOGADO
Carmen Agüero

CLAUDIO CABRERA
ARGON S.A.C.

(2) Dos

Licitación Pública Nacional No. 70/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA **EMPRESA ARGON S.R.L.** LUIS SILVEYRA ARGON S.R.L.

La empresa **Distribuidora Ypacarai S.A.** para el Ítem Nº 1 – SERVOCUNA, presenta un catálogo en el cual no se visualiza el cumplimiento de varias especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego, citamos algunos:

2.5 Medidas dentro de los siguientes rangos:
2.5.1 Ancho: 50 - 75 cms.
2.5.2 Largo: 90 - 120 cms.
2.6 Carga de trabajo: 6 Kg. como mínimo.
2.11 Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos ± 8°
3 Características del Sistema
3.3 Rango de control temperatura de 34ºC o menor, a 38ºC.
3.4 Resolución de 0.1ºC.
3.5 Con control manual de la potencia del calefactor de 0 a 100%.
5 Alarmas
5.1 Temperatura aire: ± 1° C del punto seleccionado.
5.2 Temperatura cutánea: ± 0,2° C del punto seleccionado.
8 Luminoterapia
8.1 Cabezal con brazo ajustable para Servocuna.
8.2 3 Intensidades: Alta > 50µW/cm²/nm (+/- 10µW/cm²/nm); Media 35µW/cm²/nm (+/- 5µW/cm²/nm); Baja 20 µW/cm²/nm (+/- 5µW/cm²/nm); a 40 cm de distancia.
8.3 5 LEDs de potencia como mínimo

La empresa **Distribuidora Ypacarai S.A.** para el Ítem Nº 2 – INCUBADORA, presenta un catálogo en el cual no se visualiza el cumplimiento de varias especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego, citamos algunos:

2 Características Físicas
2.4 Área de la cuna del paciente: 30 cm o más x 60 cm o más.
2.7 Ajuste de altura variable **eléctricamente.**
2.8 Movimientos de Trendelemburg directo e inverso, **accionados eléctricamente**
3 Características del Sistema
3.3 Modo Aire:
3.3.1 Rango de control de temperatura de 25°C o menos a 38°C o más.
3.3.2 Resolución de 0,1°C.
3.4 Modo Piel:
3.4.1 Rango de control de temperatura de piel: 34°C a 38°C.
3.4.2 Resolución de 0,1°C o menos (menos se refiere a la parte numérica).

La empresa **Distribuidora Ypacarai S.A.** para el Ítem Nº 5 – LUMINOTERAPIA, presenta un catálogo en el cual no se visualiza el cumplimiento de varias especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego, citamos algunos:

2.1 Funcionamiento con LEDs en el espectro azul, con longitud de onda entre 400 y 500nm.
2.2 LEDs blancos para **<u>iluminación de inspección</u>**.
2.6 Reloj cuenta horas de funcionamiento.
2.7 Nivel de ruido: menor a 60 dB.
2.9 Área efectiva: 32x16 cm como mínimo a una distancia de 40 cm.

LUIS SILVEYRA
ARGON S.R.L.

(3) Tres.

Licitación Pública Nacional No. 70/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA **EMPRESA ARGON S.R.L.** LUIS SILVEYRA ARGON S.R.L.

La empresa **Distribuidora Ypacarai S.A.** para el Ítem Nº 6 – INCUBADORA DE TRANSPORTE, presenta un catálogo en el cual no se visualiza el cumplimiento de varias especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego, citamos algunos:

2.5.1 Dentro de los siguientes rangos:
2.5.2 Altura: 100 - 150 cm.
2.5.3 Ancho: 55 - 80 cm.
2.5.4 Largo: 90 - 115 cm.
2.6 Carga de trabajo: 7 Kg. como mínimo.
3.4 Controles de humedad, temperatura y porcentaje de oxígeno microprocesado.
3.5 Modos: Manual y Servocontrolado.
3.6 Modo aire.
3.6.1 Rango de control temperatura de 30ºC a 38ºC.
3.6.2 Resolución de 0.1ºC
3.7 Modo piel.
3.7.1 Rango de control temperatura de 35ºC a 38ºC.
3.7.2 Resolución de 0.1ºC
3.10.3 Visualización en pantalla de la humedad relativa y el porcentaje de oxígeno en la cúpula.
3.11 Alarmas:
3.11.1 Temperatura aire: ± 2° C (o menos) del punto seleccionado.
3.11.2 Temperatura paciente: ± 1° C del punto seleccionado.

La empresa **Casa Boller S.A.** para el Ítem Nº 6 – INCUBADORA DE TRANSPORTE, presenta un catálogo en el cual no se visualiza el cumplimiento de varias especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego, citamos algunos:

2.5.1 Dentro de los siguientes rangos:
2.5.2 Altura: 100 - 150 cm.
2.5.3 Ancho: 55 - 80 cm.
2.5.4 Largo: 90 - 115 cm.
2.6 Carga de trabajo: 7 Kg. como mínimo.
3.4 Controles de humedad, temperatura y porcentaje de oxígeno microprocesado.
3.5 Modos: Manual y Servocontrolado.
3.6 Modo aire.
3.6.1 Rango de control temperatura de 30ºC a 38ºC.
3.6.2 Resolución de 0.1ºC
3.7 Modo piel.
3.7.1 Rango de control temperatura de 35ºC a 38ºC.
3.7.2 Resolución de 0.1ºC
3.10.3 Visualización en pantalla de la humedad relativa y el porcentaje de oxígeno en la cúpula.
3.11 Alarmas:
3.11.1 Temperatura aire: ± 2° C (o menos) del punto seleccionado.
3.11.2 Temperatura paciente: ± 1° C del punto seleccionado.

LUIS SILVEYRA
ARGON S.R.L.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBSERVACIONES
ACTA N° 035/16

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 70/2015
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

FECHA: 05/07/2016

Empresa: Dezeta SA

Representante : Zulma Martinez

(1) Casa Boller: Su lista de Precios está incompleta. Tampoco pone planilla de datos Garantizados ni manuales de los monitores cotizados. — Carpeta Incompleta —

Martínez
Gerente
Dezeta S.A.

Zulma Martínez
Gerente
Dezeta S.A.

Zulma Martínez
Gerente
Dezeta S.A.

(2) DYSA: Distribuidora Yparacai
No presenta certificados ISO, CE, FDA, ninguno. Tampoco presenta certificados de capacitación de los tecnicos ni de representación p/el Modelo del Equipo Ofertado.

Zulma Martínez
Gerente
Dezeta S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBSERVACIONES
ACTA N° 035/16

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 70/2015
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

FECHA: 05/07/2016

Empresa: Dezeta S.A.

Representante : Zulma Martínez

(1) Dicese NO se visualiza garantías de la oferta.

(*) Poliza de Fiel Cumplimiento no de la oferta.-

Zulma Martínez
Gerente
Dezeta S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBSERVACIONES
ACTA N° 035/16

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 70/2015
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

FECHA: 05/07/2016

Empresa: Dezeta S.A.

Representante : Zulma Martínez

(1) Se visualizan manuales de los ítems ofertados en inglés, ninguno en español. —

Oferente: Dishi Seidora y Pacazai

Zulma Martínez
Gerente
Dezeta S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBSERVACIONES
ACTA N° 035/16

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 70/2015
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

FECHA: 05/07/2016

Empresa: Falcon S.R.L

Representante : Vivian Arce / Teresa Silvero

(*) Casa Boller: No se visualiza catálogos de los ítems ofertados en la carpeta tampoco se visualizan certificados de calidad en la planilla de especificaciones técnicas de ningun tipo. Las planillas de especificaciones técnicas de los ítems ofertados no fueron completados según requerimientos del anexo Nº 1, "f" cualquier otro documento adicional requerido, punto 6 de PBC. Su acta de asamblea está vencido.

(*) Chaco Internacional: No esta firmado el "Formulario de la oferta" y la fecha no corresponde al de la fecha de la carga en la carpeta Copnia.

(*) Steven's S.A.: El Formulario de Oferta, la planilla de la lista de precio, SIPE y los demas documentos que componen la oferta no están firmados por el representante y/o apoderado.

(*)

Teresa Silvero

FALCON SRL

Vivian Arce

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBSERVACIONES
ACTA N° 035/16

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 70/2015
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

FECHA: 05/07/2016

Empresa: Catéteres y Afines S.A.

Representante : Lic. Elena Romero M.

En la Oferta presentada por la firma la casa del Médico, no se observa el Acta de Asamblea vigente y en la constancia del SIPE figura como VENCIDO. la Planilla de EETT no está debidamente llenada porque no indican el número de folio que demuestra q' cumplen con las EETT.

En la planilla de lista de Precios solo se observa la marca y procedencia del Ítem 14 Monitor desfibrilador y no así del carro de Paro. que forma parte del ítem.

En la Oferta presentada por la firma Argón S.R.L también solo se observa la marca y procedencia del Ítem 14 Monitor desfibrilador y no así del carro de Paro que forma parte del ítem.

Solicito a la convocante que verifique q' para los Ítems 7 y 8 Monitores multiparamétricos, las ofertas cumplan con el punto 3.4 en pacientes neonatales.

Lic. Elena Romero M.
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBSERVACIONES
ACTA N° 035/16

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 70/2015
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

FECHA: 05/07/2016

Empresa: Distribuidora Ypacarai S.A.

Representante : Daniel M. Samaniego V.

La firma Falcon S.R.L. presenta Formulario de Oferta y Lista de precios con fecha 01-Julio-2016, cuando que el pliego en su apartado de formularios expresamente indica que la fecha de presentación físico de la oferta debe ser la que se indica en el Formulario de Oferta y Lista de Precios o sea 05-Julio-2016 se deja esta constancia considerando que dicho documento tiene carácter sustancial, no subsanable, y que a la fecha 01-Julio-2016, ni siquiera había iniciado la competencia p/ saber de sus precios finales.

Representante Legal

Daniel M. Samaniego V.
Gerente Comercial
Distribuidora Ypacarai S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBSERVACIONES
ACTA N° 035/16

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 70/2015
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

FECHA: 05/07/2016

Empresa: Distribuidora Yoacarai S.A.

Representante : Daniel Samaniego.

En el Item 10, punto 7.3 donde solicitan borrador pediátrico cardiológico con rango de 3 a 8 MHz, el equipo ofertado no cumple con el rango solicitado, según se puede observar en la página 21 de su hoja de datos.
(En el Item 10, punto 7.2 d)

Representante legal

Daniel M. Samaniego V.
Gerente Comercial
Distribuidora Yoacarai S.A

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBSERVACIONES
ACTA N° 035/16

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 70/2015
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

FECHA: 05/07/2016

Empresa: Distribuidora Ypacarai S.A.

Representante : Daniel M. Samaniego V.

La empresa Arcón S.R.L. presenta carta de oferta y lista de precios con fecha 04-JULIO-2016, cuando claramente el Pliego indica en el llenado de formulario y presentación de ofertas que la fecha de presentación física de la oferta debe ser coincidente con la fecha de apertura física, es decir el día 05-JULIO-2016. Se deja este constancia considerando que la carta de oferta - formulario de Oferta y lista de precios son considerados documentos ~~sustanciales~~, no subsanable. - El tachado corrigo "sustanciales"

Representante legal

Daniel M. Samaniego V.
Gerente Comercial
Distribuidora Ypacarai S.A.