				IMESE S.A.
Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Características	CUMPLE/NO CUMPLE
			La empresa deberá instalar los equipos dejando en funcionamiento los mismos en el servicio en donde serán utilizados.	**CUMPLE**
			La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo de al menos 15 (quince) horas al personal médico y de enfermería.	**CUMPLE**

OBSERVACIÓN: Para el ITEM N° 3 se deja constancia que, ante el incumplimiento del Punto 4 del presente informe de la primera mejor oferta, correspondiente a la empresa **SOLUMEDIC SA.**, se procedió al análisis de la Segunda Mejor Oferta, correspondiente a la firma **IMESE S.A..**, la cual cumple con todas las especificaciones técnicas.

				IMESE S.A.
Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Características	CUMPLE/NO CUMPLE
3	42181716-002	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFO	EQUIPO PORTÁTIL CARDIOLOGICO. Ecógrafo multipropósito portátil para aplicaciones en cardiología	**CUMPLE se recomienda ADJUDICAR**
			Cantidad:	2 (dos)
			Marca:	ESAOTE
			Modelo:	MyLab ALPHA
			Procedencia:	ITALIA
			Año de fabricación:	2016
			Certificados de calidad general del equipo ofertado: ISO 9001, ISO 13485	ISO9001, ISO13485 **CUMPLE**
			Certificados de calidad del producto FDA, JIS, CE, TUV, al menos dos de ellas.	CE, FDA **CUMPLE**
			Certificado original del fabricante en donde conste que la antigüedad del modelo ofertado es inferior a 3 (tres) años y que el software instalado no tiene más de 1 (un) años	**CUMPLE**
			Certificado que acredite la experiencia mínima de 3 (tres) años como proveedor de equipos similares al ofertado, documentando experiencia y capacidad Técnica	**CUMPLE**
			CARACTERÍSTICAS GENERALES:	-
			Equipos de ultrasonido digitales, Doppler color, portátiles, para cardiologia en adultos y niños	**CUMPLE**
			Ecógrafo portátil con funcionamiento a corriente eléctrica y bateria (incorporada) de una hora de autonomía como mínimo.	**CUMPLE**
			Plataforma modular digital con al menos 60.000 canales de procesamiento digital.	Plataforma modular digital con al menos 90.000 canales de procesamiento digital. **CUMPLE**
			Monitor de alta resolución LCD con tecnología TFT de 12" como mínimo o superior.	LCD 13,3" **CUMPLE**
			Teclado alfanumérico que permite la introducción de datos del paciente.	**CUMPLE**
			Panel de control con pantalla táctil integrado a la consola del equipo para acceso rápido a las funcionalidades.	**CUMPLE**
			Dos o más puertos activos para conexión de transductores.	dos puertos activos **CUMPLE**
			Frame Rate del sistema de 2000 Hz o superior.	Frame Rate del sistema de 2183Hz. **CUMPLE**
			Botones configurables	**CUMPLE**
			Trackball para movimiento del puntero.	**CUMPLE**
			Modo 2D.	Modo B (2D) **CUMPLE**
			Modo M.	**CUMPLE**
			Modo M Anatómico	**CUMPLE**
			Modo B/B.	**CUMPLE**
			Modo B/M.	**CUMPLE**
			Modo Triplex.	**CUMPLE**
			Doppler Pulsado PW	**CUMPLE**
			Doppler Pulsado con HPRF	**CUMPLE**
			Doppler Continuo CW	**CUMPLE**
			Doppler Color	**CUMPLE**
			Doppler de potencia.	**CUMPLE**
			Doppler tisular espectral.	**CUMPLE**
			Doppler tisular color.	**CUMPLE**
			Modo Imagen Harmónica.	**CUMPLE**
			Modalidad de reducción del Speckle de la imagen	**CUMPLE**

Abog. José M. Benítez Gonzalez
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. Pablo Antonio Cervano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Evaluación Tecnológica
Dirección Biomédica

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

				IMESE S.A.
Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Características	CUMPLE/NO CUMPLE
			2D.	
			Medición automática de Doppler.	CUMPLE
			Módulo de ECG.	CUMPLE
			SOFTWARE	-
			Software de entorno amigable y en idioma español.	CUMPLE
			Con capacidad para revisión de imágenes estáticas y en movimiento, reportes, mediciones e impresiones.	CUMPLE
			Capacidad de postprocesamiento de imágenes y vídeos de archivo. Datos crudos.	CUMPLE
			Dispositivo grabador de CD/DVD integrado al equipo.	CUMPLE
			El archivo interno puede ser exportado a un dispositivo grabador de CD/DVD, integrado al equipo con puertos USB, formatos AVI, JPEG, BMP como mínimo.	CUMPLE
			4 puertos USB.	CUMPLE
			Formatos avi, bmp, jpeg etc.	CUMPLE
			Zoom de alta definición.	CUMPLE
			Con capacidad para revisión de imágenes estáticas y en movimiento, reportes, mediciones e impresiones.	CUMPLE
			Capacidad de conectividad por red WIFI para transferencia de imágenes.	CUMPLE
			Capacidad de almacenamiento de imágenes y bucles de cine con disco duro de 250 GB o superior.	250GB CUMPLE
			Cine Loop de 4000 cuadros o superior.	150000cuadros CUMPLE
			Capacidad del equipo para operar las funciones de archivo fuera del carro de transporte.	CUMPLE
			Posibilidad de utilización de transductores transesofágicos.	CUMPLE
			SOFTWARE PARA LAS SIGUIENTES APLICACIONES	-
			Aplicación Cardiológica.	CUMPLE
			Paquete de cálculos para cardiología en adultos y niños en Modo B, Modo M y Doppler.	CUMPLE
			Posibilidad de conectividad DICOM.	CUMPLE
			TRANSDUCTORES	-
			Transductores multifrecuencialesde la misma marca que el equipo ofertado con tecnología broadband (banda ancha)	CUMPLE
			Transductor Phased array con un ancho de banda de 1 a 4 Mhz. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.	Transductor Phased array Adulto SP2430 con un ancho de banda de 1 a 4 Mhz. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo. CUMPLE
			Transductor Phased array con un ancho de banda de 3 a 8 Mhz. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.	Transductor Phased array pediátrico SP2442 con un ancho de banda de 3 a 8 Mhz. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo. CUMPLE
			Con posibilidad de utilización de transductores transesofágicos para adultos y pediátricos.	CUMPLE
			Carro de transporte original y de la misma marca que el equipo ofertado con sistema de anclaje y posibilidad de colocación de transductores y periféricos.	CUMPLE
			Video impresora para impresiones en blanco y negro sobre papel termal.	CUMPLE
			50 unidades de papel para la impresora ofertada.	CUMPLE
			Funcionamiento a batería de una hora de uso o más con tiempo de recarga inferior a cuatro horas.	CUMPLE
			Alimentación 220V 50 Hz.	CUMPLE
			Manual de usuario idioma español, manual de servicio en español o inglés sin alteraciones del contenido	CUMPLE
			La empresa deberá instalar los equipos dejando en funcionamiento los mismos en el servicio en donde serán utilizados.	CUMPLE
			La empresa proveerá de todos los elementos eléctricos necesarios para la instalación de los	CUMPLE

Abog. José M. Martínez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. Pablo Antonio Lozano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Jefe Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Financiera

				IMESE S.A.
Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Características	CUMPLE/NO CUMPLE
			equipos, asegurando la seguridad técnica de los mismos.	
			La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo de al menos 15 (quince) horas al personal médico y de enfermería.	**CUMPLE**
			Garantía escrita de 2 años con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	**CUMPLE**

OBSERVACIÓN: Para el ITEM N° 4, no se presenta oferta alguna.

OBSERVACIÓN: Para el ITEM N° 5 se deja constancia que, ante el incumplimiento de las especificaciones técnicas de la única oferta, correspondiente a la empresa **ARGON SRL.**, se sugiere declarar desierto.

				ARGÓN S.R.L.
Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Características	CUMPLE/NO CUMPLE
5	42181713-9999	SISTEMA DE MONITORIZACIÓN MAPA	EQUIPO DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE MONITORIZACIÓN EN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL	se recomienda desestimar la oferta por que no cumple todos los requerimiento de las EE.TT. Ver detalle.
			Marca:	en la subasta dice AND y en la planilla de ofertas dice A&D según catálogo se confirma que la marca es AND y el fabricante es A&D medical
			Modelo:	TM-2430-DP3
			Procedencia:	USA
			Técnica oscilométrica.	**CUMPLE**
			Alimentación con 2 pilas de 1.5V (AA) alcalinas.	3 pilas alacalinas o Ni-Cd "AA" **NO CUMPLE**
			Almacenamiento de mediciones en el grabador.	**CUMPLE**
			Descarga a la PC a través de un lector de tarjetas SD.	Transfiere datos a una impresora o computadora utilizando la terminal RS-232C **NO CUMPLE**
			Almacena hasta 1000 mediciones.	Capacidad de memoria: 300 mediciones como máximo según catálogo presentado **NO CUMPLE**
			Display LCD.	**CUMPLE**
			Mediciones adicionales en caso de error.	**CUMPLE**
			Display ocultable para evitar que el paciente se alarme.	No especifica en el catálogo presentado **NO CUMPLE**
			Posibilidad de que el paciente genere mediciones manuales.	No especifica en el catálogo presentado **NO CUMPLE**
			Frecuencia de medición totalmente programable para día y noche.	**CUMPLE**
			Tablas de valores con presión diastólica, sistólica, frecuencia cardíaca, presión de pulso y presión ambulatoria media. Gráficos de tendencia de presión y frecuencia. Histogramas de presión, Frecuencia Cardíaca y Doble Producto. Valores estadísticos con desvío standard y descenso circadiano.	**CUMPLE**
			Posibilidad de almacenar varios estudios en una tarjeta de memoria sin necesidad de descargar a la PC.	**CUMPLE**
			Software en español bajo Windows XP/VISTA / 7Pro / 8.	**CUMPLE**

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Roa
Coordinación General
Dirección General de Asesoría Jurídica

Ing. Paolo Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Gloria Maria Daniela Torres Ortiz
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Administrativa

				ARGÓN S.R.L.
Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Características	CUMPLE/NO CUMPLE
			Certificado de Calidad DNV, ISO 9001	**CUMPLE**
			DEBE INCLUIR	-
			Un grabador de estado sólido.	**CUMPLE**
			Grabacion en Memoria SD ó en memoria solida incluida en el grabador.	**CUMPLE**
			2 brazaletes(normal adulto y extra grande) según normas ISO 9001	**CUMPLE**
			Software para interpretación de estudios.	**CUMPLE**
			Manual de uso.	**CUMPLE**
			Estuche protector del grabador de MAPA .	**CUMPLE**
			Requerimiento de Hardware para el Sistema MAPA	-
			01 (una) computadora	en la planilla de especificaciones tecnicas dice que se proveera **"una computadora y una impresora por la totalidad de los equipos"** debiendo ser una computadora por cada equipo **NO CUMPLE**
			Pantalla color 17" o más opcional	19" pantalla color **CUMPLE**
			Procesador Core i7	**CUMPLE**
			Memoria DDR3 de 4 Gb RAM	**CUMPLE**
			Disco duro 1 Tb	**CUMPLE**
			Puertos USB	**CUMPLE**
			Lector / grabador de CD/DVD	**CUMPLE**
			Teclado alfanumérico en español	**CUMPLE**
			Mouse	**CUMPLE**
			Windows original	**CUMPLE**
			Estuche para protección del computador	**CUMPLE**
			Impresora chorro a tinta compatible	**CUMPLE**

OBSERVACIÓN: Para el ITEM N° 6 se deja constancia que no se realizó la verificación técnica debido a que el menor precio ofertado supera el precio referencial. Por lo que se sugiere declarar desierto.

OBSERVACIÓN: Para el ITEM N° 7 se deja constancia que ante el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la primera mejor oferta, correspondiente a la empresa V&V S.A., no se procedió al análisis de las demás ofertas presentadas. -

				V & V S.A.
Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Características	CUMPLE/NO CUMPLE
7	42181608-001	TENSIÓMETRO	TENSIÓMETRO MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DIGITAL DE BRAZO AUTOMÁTICO	**CUMPLE se realiza el estudio técnico en base a la nota aclaratoria de fecha 29/03/2017. se recomienda ADJUDICAR**
			Marca:	KINDCARE
			Modelo:	BP-1304
			Procedencia:	CHINA
			Año de fabricación:	2017
			Fabricación acorde a normas internacionales ISO/FDA/IEC/CE, por lo menos una de ellas	CE y FDA **CUMPLE**
			DESCRIPCIÓN:	-
			Monitor de presión arterial digital automático de brazo con manguito preformado apto para tallas mediana (M) y grande (L) de brazo (perímetro de brazo entre 22-42 cm). Sistema de doble comprobación incorporado para asegurar la precisión y el correcto funcionamiento del Sensor de Presión durante la medición, así como el Sensor de Ajuste correcto del Manguito. Detecta arritmias	**CUMPLE**
			CARACTERÍSTICAS GENERALES:	-
			Tecnología Inteligente: Infla justo lo necesario para cada medición.	**CUMPLE**
			•Pantalla digital Extra grande.	**CUMPLE**
			• 90 memorias con fecha y hora como mínimo.	**CUMPLE**
			• Con un botón de operación.	**CUMPLE**

Abog. José M. Bontempo Martino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.O.C.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.O.C.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nv. : Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Jefa Dpto. de Licitaciones

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Características	V & V S.A. CUMPLE/NO CUMPLE
			• Manguito preformado.	CUMPLE
			• Indicador de arritmias.	CUMPLE
			• Indicador de ajuste del manguito.	CUMPLE
			• Indicación de hipertensión mediante barra gráfica	CUMPLE
			• Sistema de comprobación dual	CUMPLE
			CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS	-
			Pantalla: LCD digital o mejor.	CUMPLE
			Método de medición: Oscilométrico.	CUMPLE
			Idioma: Español	CUMPLE
			Rango de medición: Presión: de 0 a 299 mmHg o mejor; Pulso: de 40 a 180/min o mejor.	CUMPLE
			Memoria: opcional hasta 90 memorias con fecha y hora	CUMPLE
			Precisión: Presión: ±3 mmHg; Pulso: ±5% como mínimo.	CUMPLE
			Inflado: controlado por bomba eléctrica.	CUMPLE
			Desinflado: Válvula automática de liberación de presión.	CUMPLE
			Detección de Presión: Sensor de presión.	CUMPLE
			Alimentación: 4 pilas alcalinas "AA" de 1.5V o Adaptador opcional CA (6V = 4W) o similares.	CUMPLE
			Duración de las pilas: La duración de unas pilas alcalinas nuevas es de opcional hasta 1.000 mediciones aproximadamente.	CUMPLE
			Dimensiones externas: Aprox. 152 (ancho) mm x 85 (alto) mm x 158 (fodo) mm.	CUMPLE
			Dimensiones del manguito: Aprox. 152 mm x 600 mm (manguito: perímetro de brazo de 22 a 42 cm).	CUMPLE
			Composición del manguito: Nylon y poliéster	CUMPLE
			ACCESORIOS INCLUÍDOS	-
			Unidad principal	CUMPLE
			Manguito preformado	CUMPLE
			Estuche protector para todos los componentes.	CUMPLE
			Juego de pilas más un juego de repuestos.	CUMPLE
			Un Manual de operación y Un Manual de servicio técnico, ambos en español o el original en otro idioma acompañado con la traducción sin alteraciones.	CUMPLE
			Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo.	CUMPLE
			Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución.	CUMPLE
			La garantía debe cubrir, incluyendo mano de obra y repuestos necesarios, para el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante en este intervalo de tiempo. Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo deberá ser substituido por uno nuevo sin costo para la convocante.	CUMPLE
			Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientes	CUMPLE

OBSERVACIÓN: Para el ITEM N° 8 se deja constancia que ante el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la primera mejor oferta, correspondiente a la empresa V&V S.A., no se procedió al análisis de las demás ofertas presentadas. -

Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Características	V & V S.A. CUMPLE/NO CUMPLE
8	42181608-001	ESFIGMO MANÓMETRO O TENSIOMETRO	ESFIGMO MANÓMETRO O TENSIÓMETRO EXTRALAR CON ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR. APARATO PARA MEDICIÓN ARTERIAL EN PACIENTES OBESOS	**CUMPLE se realiza el estudio técnico en base a la nota aclaratoria de fecha 29/03/2017. se recomienda ADJUDICAR**
			Marca:	KINDCARE
			Modelo:	KT-A02
			Procedencia:	CHINA
			Año de fabricación:	2017
			Fabricación acorde a normas internacionales ISO/FDA/IEC/CE. por lo menos una de ellas	CE y FDA **CUMPLE**
			Aparato para medición arterial en pacientes adultos obesos	**CUMPLE**
			Diseño y construcción con metal ligero, resistente a golpes ocasionales en rutina de trabajo	**CUMPLE**

Abog. José M. Fernández Molino
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Pablo Antonio Lezcano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
R.P.A.J.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORÍA JURÍDICA
MAT. Nº 17.719

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Informática

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Características	V & V S.A. CUMPLE/NO CUMPLE
			El material del BRAZALETE ES DE NYLON CON SISTEMA DE FIJACION TIPO VELCRO inflable., libres de latex	**CUMPLE**
			Manómetro con sistema de seguridad contra sobrepresiones	**CUMPLE**
			Diámetro de manómetro y escala de medición que posibilite la fácil visualización de lecturas	**CUMPLE**
			Escala de medición de 0 a 300 mmHg	**CUMPLE**
			Pera insufladora con válvula de liberación de presión	**CUMPLE**
			Brazales con cierre tipo velcro, de tamaño adulto obeso (extralar)	**CUMPLE**
			Estetoscopio bi-auricular NO incorporado	**CUMPLE**
			Estetoscopio específico para auscultación en adultos obesos.	**CUMPLE**
			Construidos con arcos metálicos muy ligeros y anatómicos	**CUMPLE**
			Con diafragma de entre 32 y 38 mm de diámetro, y campana de entre 25 y 28 mm de diámetro	**CUMPLE**
			Membrana con respuesta acústica óptima a altas frecuencias.	**CUMPLE**
			Arco de aluminio con sistema de ajuste de tensión, ligero, resistente y cómodo.	**CUMPLE**
			Arco de la membrana de plástico y aro de campana de goma, evitando la sensación de frío en el paciente.	**CUMPLE**
			Olivas súper-blandas con sistema de fijación a presión	**CUMPLE**
			Un Manual de operación y Un Manual de servicio técnico, ambos en español o el original en otro idioma acompañado con la traducción sin alteraciones.	**CUMPLE**
			Garantía valida por 12 meses contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica permanente, stock de repuestos y accesorios originales de fábrica. La garantía debe cubrir, incluyendo mano de obra y repuestos necesarios, para el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante en este intervalo de tiempo. Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo deberá ser substituido por uno nuevo sin costo para la convocante.	**CUMPLE**

OBSERVACIÓN: Para el ITEM N° 9 se deja constancia que ante el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la primera mejor oferta, correspondiente a la empresa V&V S.A., no se procedió al análisis de las demás ofertas presentadas. -

Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Características	V & V S.A. CUMPLE/NO CUMPLE
9	42181608-001	ESFIGMO MANOMETRO O TENSIOMETRO PEDIATRICO	APARATO DE PRESIÓN CON ESTETOSCOPIO PARA NIÑOS	**CUMPLE se realiza el estudio técnico en base a la nota aclaratoria de fecha 29/03/2017. se recomienda ADJUDICAR**
			Marca:	KINDCARE
			Modelo:	KT-A02 Pediatric
			Procedencia:	CHINA
			Año de fabricación:	**CUMPLE**
			Fabricación acorde a normas internacionales ISO/FDA/IEC/CE. por lo menos una de ellas	**CUMPLE**
			Aparato para medición arterial en pacientes adultos y pediátricos	**CUMPLE**
			Diseño y construcción con metal ligero, resistente a golpes ocasionales en rutina de trabajo	**CUMPLE**
			Hecho con materiales libres de látex	**CUMPLE**
			Manómetro con sistema de seguridad contra sobrepresiones	**CUMPLE**
			Diámetro de manómetro y escala de medición que posibilite la fácil visualización de lecturas	**CUMPLE**
			Escala de medición de 0 a 300 mmHg	**CUMPLE**
			Pera insufladora con válvula de liberación de presión	**CUMPLE**
			Brazales con cierre tipo velcro, de tamaño adulto, escolar y pre-escolar	**CUMPLE**
			Estetoscopio bi-auricular NO incorporado	**CUMPLE**
			Estetoscopio específico para auscultación en adultos y pediátricos.	**CUMPLE**
			Construidos con arcos metálicos muy ligeros y anatómicos	**CUMPLE**
			Con diafragma de entre 32 y 38 mm de diámetro, y campana de entre 25 y 28 mm de diámetro	**CUMPLE**
			Membrana con respuesta acústica óptima a altas frecuencias.	**CUMPLE**
			Arco de aluminio con sistema de ajuste de tensión, ligero, resistente y cómodo.	**CUMPLE**
			Arco de la membrana de plástico y aro de campana de goma, evitando la sensación de frío en el paciente.	**CUMPLE**
			Olivas súper-blandas con sistema de fijación a presión	**CUMPLE**
			Un Manual de operación y Un Manual de servicio técnico, ambos en español o el original en otro idioma acompañado con la	**CUMPLE**

Abog. José M. Bernardow Aquino
Jefe Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Abog. Pablo Martín Lezcano
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Gloria Mariel Martínez Vera
Jefa Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - MSP y BS

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Informática

				V & V S.A.
Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Características	CUMPLE/NO CUMPLE
			traducción sin alteraciones.	
			Garantía valida por 12 meses contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica permanente, stock de repuestos y accesorios originales de fábrica. La garantía debe cubrir, incluyendo mano de obra y repuestos necesarios, para el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante en este intervalo de tiempo. Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo deberá ser substituido por uno nuevo sin costo para la convocante.	**CUMPLE**

OBSERVACIÓN: Para el ITEM N° 10 se deja constancia que no se realizó la verificación técnica debido a que el menor precio ofertado supera el precio referencial. Por lo que se sugiere declarar desierto.

OBSERVACIÓN: Para el ITEM N° 11, no se presenta oferta alguna.

OBSERVACIÓN: Para el ITEM N° 12, no se presenta oferta alguna.

OBSERVACIÓN: Para el ITEM N° 13 se deja constancia que la menor oferta, correspondiente a la empresa **IMESE SA.**, no cumple con todas las especificaciones técnicas y la segunda menor oferta correspondiente a la empresa **SOLUMEDIC S.A.**, no cumple con el punto 4 del presente informe, además supera ampliamente el precio referencial, por lo que se sugiere declarar desierto. -

				IMESE S.A.
Ítem	Cód. Cat.	Descripción	Características	CUMPLE/NO CUMPLE
13	42201711-001	TRANSDUCTORES	TRANSDUCTORES ECOGRÁFICOS MÉDICOS DE ULTRASONIDOS, EFECTO DOPPLER O ECO, O ACCESORIOS	se recomienda desestimar la oferta por que no cumple todos los requerimiento de las EE.TT. Ver detalle.
			OBSERVACIONES	
			Los transductores a cotizar deberán ser capaces de alcanzar el rango de frecuencias especificadas.	**CUMPLE**
			Se establecen los límites inferior y superior respectivamente en Mhz.	**CUMPLE**
			Se podrá ofertar transductores que superen los límites establecidos	**CUMPLE**
			Transductores multifrecuenciales	**CUMPLE**
			de la misma marca que el equipo ofertado con tecnología broadband	**CUMPLE**
			(banda ancha)	**CUMPLE**
			Transductor Phased array Adulto con un ancho de banda de 1 a 4 Mhz. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo.	**oferta 1 unidad según nota aclaratoria de fecha 30/03/17**
			Transductor Phased array Pediátrico con un ancho de banda de 3 a 7 Mhz. Cantidad: 1 (una) unidad por equipo.	**NO oferta según nota aclaratoria de fecha 30/03/17**
			Transductor Lineal array con un ancho de banda de 4 a 13 Mhz.	**NO oferta según nota aclaratoria de fecha 30/03/17**

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N°1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Abog. Pablo Antonio Lezcano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Informática

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Gloria María Beatriz Vera Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

10.CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por Ítem ofertado, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.

Empresa	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Unitario REFERENCIAL	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)	OBSERVACION
ARGON SRL	**1**	**42181716-001**	**Electrocardiógrafo para Telemedicina**	**Unidad**	**UNIDAD**	**No**	**3**	**EDAN**	**CHINA**	**23.000.000**	**13.300.000**	**73%**	**39.900.000**	UNICA OFERTA. SUPERA AMPLIAMENTE EL PRECIO REFERENCIAL. SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO CONFORME AL ART 30 INC C
SOLUMEDIC SA	2	42181716-002	Equipo de Ecocardiografo	Unidad	UNIDAD	No	2	GE	USA/ CHINA	443.445.435	600.000.000	-26%	886.890.870	MENOR OFERTA. NO CUMPLE CON EL PUNTO 4 DEL PRESENTE INFORME. SE DESESTIMA LA OFERTA
IMESE SA	2	42181716-002	Equipo de Ecocardiografo	Unidad	UNIDAD	No	2	ESAOTE	ITALIA	499.000.000	600.000.000	-17%	998.000.000	SEGUNDA MEJOR OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT SOLICITADAS EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 9 DEL PRESENTE INFORME. SE SUGIERE ADJUDICAR
DYSA	2	42181716-002	Equipo de Ecocardiografo	Unidad	UNIDAD	No	2	PHILIPS	USA	600.000.000	600.000.000	0%	1.200.000.000	
SOLUMEDIC SA	3	42181716-002	Equipo de Ecocardiografo	Unidad	UNIDAD	No	2	GE	USA/ CHINA	294.320.250	480.000.000	-39%	588.640.500	MENOR OFERTA. NO CUMPLE CON EL PUNTO 4 DEL PRESENTE INFORME. SE DESESTIMA LA OFERTA
IMESE SA	3	42181716-002	Equipo de Ecocardiografo	Unidad	UNIDAD	No	2	ESAOTE	ITALIA	404.000.000	480.000.000	-16%	808.000.000	SEGUNDA MEJOR OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT SOLICITADAS EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 9 DEL PRESENTE INFORME. SE SUGIERE ADJUDICAR

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N°1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. información Tecnológica
Dirección Biomédica

Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Unitario REFERENCIAL	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)	OBSERVACION
ARGON SRL	**1**	**42181716-001**	**Electrocardiógrafo para Telemedicina**	**Unidad**	**UNIDAD**	**No**	**3**	**EDAN**	**CHINA**	**23.000.000**	**13.300.000**	73%	**39.900.000**	UNICA OFERTA. SUPERA AMPLIAMENTE EL PRECIO REFERENCIAL. SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO CONFORME AL ART 30 INC C
DYSA	3	42181716-002	Equipo de Ecocardiografo	Unidad	UNIDAD	No	2	PHILIPS	USA	414.500.000	480.000.000	-14%	829.000.000	
	4	42181716-005	Equipo De Ergometría	Unidad	UNIDAD	No	3				14.000.000			SE DECLARA DESIERTO CONFORME AL ART 30 INC A
ARGON SRL	5	42181713-9999	Sistema De Monitorización Mapa	Unidad	UNIDAD	No	5	A&D	USA	11.305.000	9.500.000	19%	56.525.000	UNICA OFERTA. NO CUMPLE CON LAS EETT SOLICITADAS EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 9 DEL PRESENTE INFORME. SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO CONFORME AL ART 30 INC B.
V&V SA	6	42181713-9999	Sistema de Monitorización HOLTER	Unidad	UNIDAD	No	5	SANWIN	CHINA	14.880.000	12.000.000	24%	74.400.000	MENOR OFERTA. SUPERA EL PRECIO REFERENCIAL. SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO CONFORME AL ART 30 INC C
ARGON SRL	6	42181713-9999	Sistema de Monitorización HOLTER	Unidad	UNIDAD	No	5	EDAN	CHINA	14.919.800	12.000.000	24%	74.599.000	
V&V SA	7	42181608-001	Tensiómetro	Unidad	UNIDAD	No	300	KINDCARE	CHINA	472.500	395.000	20%	141.750.000	MENOR OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT SOLICITADAS EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 9 DEL PRESENTE INFORME. SE SUGIERE ADJUDICAR
ARGON SRL	7	42181608-001	Tensiómetro	Unidad	UNIDAD	No	300	AND	USA	473.333	395.000	20%	141.999.900	

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 2 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Gloria Mari Beatriz Vera Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Abog. Pablo Antonio Lezcano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande reperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Unitario REFERENCIAL	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)	OBSERVACION
ARGON SRL	**1**	**42181716-001**	**Electrocardiógrafo para Telemedicina**	**Unidad**	**UNIDAD**	**No**	**3**	**EDAN**	**CHINA**	**23.000.000**	**13.300.000**	**73%**	**39.900.000**	UNICA OFERTA. SUPERA AMPLIAMENTE EL PRECIO REFERENCIAL. SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO CONFORME AL ART 30 INC C
V&V SA	8	42181608-001	Esfigmo Manómetro o Tensiómetro	Unidad	UNIDAD	No	200	KINDCARE	CHINA	302.500	370.000	-18%	60.500.000	MENOR OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT SOLICITADAS EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 9 DEL PRESENTE INFORME. SE SUGIERE ADJUDICAR
ARGON SRL	8	42181608-001	Esfigmo Manómetro o Tensiómetro	Unidad	UNIDAD	No	200	AND	USA	594.000	370.000	61%	118.800.000	
CIRUMED DE LUIS ABBATE CORDAZO	8	42181608-001	Esfigmo Manómetro o Tensiómetro	Unidad	UNIDAD	No	200	F BOSCH	ALEMANIA	594.000	370.000	61%	118.800.000	
V&V SA	9	42181608-001	Esfigmo Manómetro o Tensiómetro Pediátrico	Unidad	UNIDAD	No	200	KINDCARE	CHINA	256.250	260.000	-1%	51.250.000	MENOR OFERTA. CUMPLE CON LAS EETT SOLICITADAS EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 9 DEL PRESENTE INFORME. SE SUGIERE ADJUDICAR
ARGON SRL	9	42181608-001	Esfigmo Manómetro o Tensiómetro Pediátrico	Unidad	UNIDAD	No	200	AND	USA	259.499	260.000	0%	51.899.800	
CIRUMED DE LUIS ABBATE CORDAZO	9	42181608-001	Esfigmo Manómetro o Tensiómetro Pediátrico	Unidad	UNIDAD	No	200	F BOSCH	ALEMANIA	480.000	260.000	85%	96.000.000	
ARGON SRL	10	42201718-001	Desfibrilador	Unidad	UNIDAD	No	1	CU	COREA	15.000.000	9.000.000	67%	15.000.000	UNICA OFERTA. SUPERA AMPLIAMENTE EL PRECIO REFERENCIAL. SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO CONFORME AL ART 30 INC C
	11	42201718-	Balanza Electrónica	Unidad	UNIDAD	No	5				1.180.000			SE DECLARA DESIERTO

Abog. José M. Benítez Acevedo
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Gloria Ramírez Martínez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lencano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Empresa	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Unitario REFERENCIAL	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)	OBSERVACION
ARGON SRL	**1**	**42181716-001**	**Electrocardiógrafo para Telemedicina**	**Unidad**	**UNIDAD**	**No**	**3**	**EDAN**	**CHINA**	**23.000.000**	**13.300.000**	**73%**	**39.900.000**	UNICA OFERTA. SUPERA AMPLIAMENTE EL PRECIO REFERENCIAL. SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO CONFORME AL ART 30 INC C
		001												CONFORME AL ART 30 INC A
	12	42181714-001	Kits de accesorios de Electro cardiografia	Unidad	UNIDAD	No	3				1.880.000			SE DECLARA DESIERTO CONFORME AL ART 30 INC A
IMESE SA	13	42201711-001	Tranductores Ecocardiógrafos	Unidad	UNIDAD	No	3	ESAOTE	ITALIA	48.000.000	48.000.000	0%	144.000.000	MENOR OFERTA. NO CUMPLE CON LAS EETT SOLICITADAS EN EL PBC CONFORME AL PUNTO 9 DEL PRESENTE INFORME. SE DESESTIMA LA OFERTA
SOLUMEDIC SA	13	42201711-001	Tranductores Ecocardiógrafos	Unidad	UNIDAD	No	3	GE	USA/ CHINA	100.000.000	48.000.000	108%	300.000.000	SEGUNDA MEJOR OFERTA. SUPERA AMPLIAMENTE EL PRECIO REFERENCIAL POR LO QUE SE SUFIERE DECLARAR DESIERTO CONFOME AL ART 30 INC C

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

G. Gustavo Cuevas
Jefe Dto. Información Tecnológica
Dirección Biomédica

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Lic. Gloria Maria Beatriz Vega Ortiz
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

11. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 "Principios Generales de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se sugiere declarar desierto los ítems 4, 11 y 12 conforme al Art. 30 inc. a) *que no se hubiera presentado ofertado alguna,* el ítem 5 *conforme al Art. 30 inc. b) que las ofertas no cumplan con las especificaciones técnicas indicadas en el PBC,* los ítems 1, 6, 10 y 13 conforme al Art. 30 inc. c) *que las ofertas superen sustancialmente el precio estimado* y adjudicar a las Firmas **IMESE S.A. y V & V S.A.** conforme a los siguientes cuadros:

EMPRESA: IMESE S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
2	42181716-002	Equipo de Ecocardiografo	Unidad	UNIDAD	No	2	ESAOTE	ITALIA	499.000.000	998.000.000
3	42181716-002	Equipo de Ecocardiografo	Unidad	UNIDAD	No	2	ESAOTE	ITALIA	404.000.000	808.000.000
										1.806.000.000

Precio Total: Gs. 1.806.000.000. (Son Guaranies un mil ochocientos seis millones). IVA INCLUIDO.-

EMPRESA: V&V S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
7	42181608-001	Tensiómetro	Unidad	UNIDAD	No	300	KINDCARE	CHINA	472.500	141.750.000
8	42181608-001	Esfigmo Manómetro o Tensiómetro	Unidad	UNIDAD	No	200	KINDCARE	CHINA	302.500	60.500.000
9	42181608-001	Esfigmo Manómetro o Tensiómetro Pediátrico	Unidad	UNIDAD	No	200	KINDCARE	CHINA	256.250	51.250.000
										253.500.000

Precio Total: Gs. 253.500.000. (Son Guaranies doscientos cincuenta y tres millones quinientos mil). IVA INCLUIDO.-

Monto total de Sugerencia de Adjudicación de la LPN N° 36/2017: Gs. 2.059.500.000 (Guaraníes dos mil cincuenta y nueve millones quinientos mil). -

ES NUESTRO INFORME.

Abog. José M. Benítez Aquino
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Ingeniería Biomédica

Gloria María Beatriz Vega Ortiz
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Antonio Lezcano Roa
Coordinador General
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.