San Lorenzo, 12 de Diciembre de 2018

Señores
JR INGENIERIA DE JAVIER RECALDE ENCINA
Presente:

Por la presente, le notifico que se realizó el Informe de Evaluación Complementario N° 1 de los servicios solicitados en el llamado a LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 30/18 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GASES MEDICINALES", ID Nº 353.601, según Resolución D. N° 2.172/2.018, según el siguiente detalle:

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 30/2018 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES 2018-2019"									
JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA									
Lote Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 300.000.000 Máximo: 600.000.000									
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72154020-001**	**Servicio de instalación/mantenimiento de sistemas de gases médicos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**128.500.000**	**257.000.000**		
1.1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp PASCAL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1			550.000	550.000
1.2		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp ALFA LAVAL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1			550.000	550.000
1.3		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp OHMEL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1			550.000	550.000
1.4		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 5.5hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1			579.500	579.500
1.5		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba de vacio medico de 10hp PASCAL: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1			679.500	679.500
1.6		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Bomba vacio medico de 15hp OHIO: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1			679.500	679.500
1.7		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Tanque reservorio de vacio medico de 500 Lts TAUSEN: desarmar limpiar, desinfectar pintar.	Unidad	EVENTO	1			497.200	497.200
1.8		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Tanque reservorio de aire medico de 500 Lts TAUSEN: desarmar limpiar, desinfectar pintar.	Unidad	EVENTO	1			497.200	497.200
1.9		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 4 hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1			416.000	416.000
1.10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 5.5hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1			410.000	410.000
1.11		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 15hp TAUSEN: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1			719.000	719.000
1.12		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Compresor de aire medico de 15hp OHIO: desarmar lubricar rodamientos y filtros.	Unidad	EVENTO	1			714.200	714.200
1.13		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de motor electrico de 15hp, control de giro, ruidos, limpieza de ventilador, ajuste de correa.	Unidad	EVENTO	1			427.500	427.500
1.14		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Cañeria de vacio medico de 2pulg desarmar limpiar soldar pintar	Metro lineal	EVENTO	1			322.500	322.500
1.15		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Cañeria de vacio medico de 1pulg desarmar limpiar soldar pintar	Metro lineal	EVENTO	1			315.100	315.100
1.16		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Cañeria de vacio medico de 1/2pulg desarmar limpiar soldar pintar	Metro lineal	EVENTO	1			308.500	308.500
1.17		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Secador de aire medico FINI, control de refrigerante, congelamiento, purgdor, limpieza general.	Unidad	EVENTO	1			462.500	462.500
1.18		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Panel Indicador de gases medicos OHIO, control de indicador de nivel, sensores, placa electronica.	Unidad	EVENTO	1			374.000	374.000

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal

Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA
Jefa
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

1.19		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Tablero automatico de manejo de equipos de gases medicos, reprogramacion de plc SIEMENS, relees, contactores, control de funciones	Unidad	EVENTO	1			497.500	497.500
1.20		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de regulador de linea de aire medico, desarmar, limpiar, regular linea.	Unidad	EVENTO	1			448.500	448.500
1.21		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de regulador de linea de oxigeno medico, desarmar, limpiar, regular linea.	Unidad	EVENTO	1			448.500	448.500
1.22		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de Banco de reserva de gases medicos, desarmar, limpiar, regular linea.	Unidad	EVENTO	1			448.500	448.500
2	**72154020-001**	**Servicio de instalación/mantenimiento de sistemas de gases médicos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**171.500.000**	**343.000.000**		
2.1		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp PASCAL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1			5.310.000	5.310.000
2.2		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp ALFA LAVAL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1			5.310.000	5.310.000
2.3		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 3hp OHMEL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1			5.310.000	5.310.000
2.4		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 5.5hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1			5.542.000	5.542.000
2.5		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 10hp PASCAL: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1			6.837.000	6.837.000
2.6		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Bomba de vacio medico de 15hp OHIO: Provision y cambio de paleta, filtro coalescente, rulemanes, retenes, 4litros de lubricante, balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1			8.283.500	8.283.500
2.7		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 4 hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1			5.542.000	5.542.000
2.8		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 5.5 hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1			5.542.000	5.542.000
2.9		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 15 hp TAUSEN: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1			15.109.000	15.109.000
2.10		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Compresor de aire medico de 15 hp OHIO: Provision y cambio de juego de aros, rulemanes, biela balanceo, trabajo de torneria.	Unidad	EVENTO	1			15.109.000	15.109.000
2.11		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de motor electrico de 15hp: rebobinado, cambio de rodamientos, balanceo de eje, cambio de ventilador, cambio de correa.	Unidad	EVENTO	1			1.751.000	1.751.000
2.12		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de toma de vacio medico: Provision y cambio de toma de vacio, desarmar limpiar soldar pintar	Unidad	EVENTO	1			1.517.000	1.517.000
2.13		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Secador de aire medico: Provision y carga de gas, cambio de filtros, motor, purgadores.	Unidad	EVENTO	1			3.151.000	3.151.000
2.14		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Tablero automatico de manejo de equipos de gases medicos: Provision y cambio de contactor, termico, plc, fusibles.	Unidad	EVENTO	1			3.733.400	3.733.400
2.15		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de regulador de linea de aire medico: Provision y cambio de regulador industrial de alto caudal para uso en gas medico, accesorios de conexión, soportes de fijacion.	Unidad	EVENTO	1			2.847.000	2.847.000

Lic. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA
Jefa
Dpto. Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

2.16		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de regulador de linea de oxigeno medico: Provision y cambio de regulador industrial de alto caudal para uso en gas medico, accesorios de conexión, soportes de fijacion.	Unidad	EVENTO	1			2.847.000	2.847.000
2.17		MANTENIMIENTO CORRECTIVO de Banco de reserva de gases medicos:Provision y cambio de conector flexible, rosca de bronce, indicador de presion.	Unidad	EVENTO	1			10.267.000	10.267.000
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN								**114.903.100**	

CONTRATO ABIERTO POR MONTO - DISTRIBUCIÓN ANUAL				
	Año 2018		Año 2019	
	Monto Mínimo	**Monto Máximo**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**
Lote Nº 1	42.500.000	85.000.000	86.000.000	172.000.000
Lote Nº 2	57.500.000	115.000.000	114.000.000	228.000.000
TOTALES	**100.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**	**400.000.000**

Sin otro particular, le saludo atentamente.

REPUBLICA DEL PARAGUAY · VITAM IMPENDERE VERO · DPTO. DE CONTRATACIONES PÚBLICAS · FACULTAD DE C. MEDICAS · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

LIC. RAQUEL DUARTE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

NOTIFICACION COMPLEMENTARIO 1 LCO 30/18

2 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py> 12 de diciembre de 2018, 12:10
Para: administracion@jringenieria.com.py

FAVOR DAR ACUSE UNA VEZ RECIBIDO!

JR INGENIERIA.pdf
643K

administracion@jringenieria.com.py <administracion@jringenieria.com.py> 12 de diciembre de 2018, 12:20
Para: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

Buenos días.

Por la presente confirmamos correcta recepción del Acuse complementario N°1.

Atte.

Ing. Javier Recalde

Tel: 021 3268766

Cel: 0994-730040

INGENIERIA

De: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones [mailto:uoc@med.una.py]
Enviado el: miércoles, 12 de diciembre de 2018 12:11 p. m.
Para: administracion@jringenieria.com.py
Asunto: NOTIFICACION COMPLEMENTARIO 1 LCO 30/18

San Lorenzo, 12 de Diciembre de 2018

Señores
COMPAÑÍA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A.
Presente:

Por la presente, le notifico que se realizó el Informe de Evaluación Complementario N° 1 de los servicios solicitados en el llamado a LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 30/18 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GASES MEDICINALES", ID Nº 353.601, según Resolución D. N° 2.172/2.018, según el siguiente detalle:

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 30/2018 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES 2018-2019"									
JR INGENIERIA de JAVIER RECALDE ENCINA									
Lote Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 300.000.000 Máximo: 600.000.000									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72154020-001	Servicio de instalación/mantenimiento de sistemas de gases médicos	Unidad	EVENTO	1	128.500.000	257.000.000		
2	72154020-001	Servicio de instalación/mantenimiento de sistemas de gases médicos	Unidad	EVENTO	1	171.500.000	343.000.000		
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN								114.903.100	

CONTRATO ABIERTO POR MONTO - DISTRIBUCIÓN ANUAL				
	Año 2018		Año 2019	
	Monto Mínimo	**Monto Máximo**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**
Lote Nº 1	42.500.000	85.000.000	86.000.000	172.000.000
Lote Nº 2	57.500.000	115.000.000	114.000.000	228.000.000
TOTALES	**100.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**	**400.000.000**

Sin otro particular, le saludo atentamente.

REPUBLICA DEL PARAGUAY · VITAM IMPENDERE VERO · DPTO. DE CONTRATACIONES PÚBLICAS · FACULTAD DE C. MEDICAS · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

LIC. RAQUEL DUARTE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

NOTIFICACION COMPLEMENTARIO 1 LCO 30/18

2 mensajes

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py> 12 de diciembre de 2018, 12:21
Para: pedro.villalba@cpo.com.py

FAVOR DAR ACUSE UNA VEZ RECIBIDO!

CPO.pdf
246K

Lic. Pedro Villalba <pedro.villalba@cpo.com.py> 12 de diciembre de 2018, 12:43
Para: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

Recibido

Atte

Pedro Villalba

De: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones [mailto:uoc@med.una.py]
Enviado el: miércoles, 12 de diciembre de 2018 12:21
Para: pedro.villalba@cpo.com.py
Asunto: NOTIFICACION COMPLEMENTARIO 1 LCO 30/18

FAVOR DAR ACUSE UNA VEZ RECIBIDO!

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros, Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente."