0000553

7. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	EMPRESA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	VARIACION PORCENTUAL
1	1	42294215-9999	CRANEÓTOMO	UNIDAD	UNIDAD	3	CATETERES & AFINES S.A.	CONMED CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	1.013.016.625	933.333.333	2.799.999.999	-8%
							BIOERIX S.A.	BBRAUN	ALEMANIA		950.000.000	2.850.000.000	-6%
							CODEX S.R.L.	MEDTRONIC	USA		1.056.333.333	3.168.999.999	4%

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	EMPRESA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	VARIACION PORCENTUAL
2	1	42291613-003	ELECTROBISTURÍ ELECTROCAUTERIO	UNIDAD	UNIDAD	2	ALBATROS SACI	KARL STORZ	ALEMANIA	239.074.833	220.000.000	440.000.000	-8%
							ARGON S.R.L.	KLS MARTIN	ALEMANIA		221.999.500	443.999.000	-7%
							CODEX S.R.L.	COVIDIEN	USA		239.500.000	479.000.000	0%

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	EMPRESA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	VARIACION PORCENTUAL
3	1	42295123-002	ASPIRADOR QUIRÚRGICO PORTÁTIL	UNIDAD	UNIDAD	2	ARGON S.R.L.	GEMMY	TAIWAN	10.081.989	15.000.000	30.000.000	49%

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	EMPRESA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	VARIACION PORCENTUAL
4	1	42172101-003	CARRO DE PARO DESFIBRILADOR CON MONITOR P/RCP	UNIDAD	UNIDAD	1	ALBATROS SACI	INSTRAMED / CARDINAL	BRASIL	106.085.500	130.000.000	130.000.000	23%

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	EMPRESA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	VARIACION PORCENTUAL
5	1	42181706-001	MONITOR CARDIACO	UNIDAD	UNIDAD	2	ALBATROS SACI	ADVANCED	USA	40.000.000	50.000.000	100.000.000	25%

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	EMPRESA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	VARIACION PORCENTUAL
6	1	42295465-9998	ELECTRODO HELICOIDAL	UNIDAD	SOBRE	720	1440	CODEX S.R.L.	MEDTRONIC	USA - CHINA	318.000	335.000	482.400.000	5%
	2	42295465-9998	ELECTRODO DE AGUJA TRENZADA 2,5 M DOBLE	UNIDAD	SOBRE	1728	3456		MEDTRONIC	USA - CHINA	583.000	615.000	2.125.440.000	5%
	3	42295465-9998	ELECTRODO DE SUPERFICIE DOBLE	UNIDAD	SOBRE	10	20		MEDTRONIC	USA - CHINA	371.000	390.000	7.800.000	5%
	4	42295465-9998	ELECTRODO DE AGUJA SIMPLE	UNIDAD	SOBRE	324	648		MEDTRONIC	USA - CHINA	530.000	555.000	359.640.000	5%
	5	42295465-9998	ELECTRODO DE SUPERFICIE	UNIDAD	SOBRE	130	260		MEDTRONIC	USA - CHINA	233.000	245.000	63.700.000	5%
	6	42295465-9998	ELECTRODO MONOPOLAR DE PRUEBA DIRECTA	UNIDAD	SOBRE	13	25		MEDTRONIC	USA - CHINA	1.590.000	1.670.000	41.750.000	5%
	7	42295465-9998	ESTIMULADORA LESNA	UNIDAD	SOBRE	13	25		MEDTRONIC	USA - CHINA	1.590.000	1.670.000	41.750.000	5%
	8	42295465-9998	INSERTADOR DE SENSOR AUDITIVO	UNIDAD	SOBRE	5	10		MEDTRONIC	USA - CHINA	371.000	390.000	3.900.000	5%
	9	42295465-9998	REEMPLAZO DE PUNTA PARA SENSOR AUDITIVO	UNIDAD	PAQUETE	1	1		MEDTRONIC	USA - CHINA	21.200.000	22.200.000	22.200.000	5%

8. CONSULTAS Y ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

- **ALBATROS S.A.C.I.**

Mediante correo electrónico de fecha 14/10/2022, se solicita la siguiente documentación:

- Desglose de Precios

Mediante correo electrónico de fecha 21/10/2022, se solicita las siguientes documentaciones:

Lote 2; Ítem 1: Electrobisturí Electrocauterio.

Se solicita el catalogo donde indique:

2	1.1	Descripción general: Plataforma de energía que proporciona energía RF para aplicaciones quirúrgicas monopolares y bipolares. Incorpora una pantalla táctil que se divide en tres secciones para visualización y entrada de ajustes por parte del usuario. La plataforma de energía detecta automáticamente instrumentos manuales codificados y configura la plataforma de energía en consecuencia. Entre las funcionalidades de seguridad y diagnóstico, se incluyen funciones automáticas a prueba de fallos.
2	4.2	Puertos de salida: Dos salidas monopolares y una salida para bipolar convencional.
2	4.3	Rangos de ajuste de potencia: (valores mínimos requeridos)
		Modo Corte Monopolar: Puro 300 W, Blend 200 W

Julio Mongelós
ABOGADO
Mat. C.S.J. Nº 36122

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
2022-12-13 Expediente 2022-579557-03
Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos